



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
SECCION	
NUMERO DEL OFICIO	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
EXPEDIENTE	

Respuesta a Cuestionarios
Invitación no. OM-INV-INDE-026-17 BIS

ASUNTO:

Mexicali, Baja California, a 21 de noviembre de 2017.

PROVEEDORES PARTICIPANTES
INVITACION NO. OM-INV-INDE-026-17 BIS
PRESENTE.-

Por este conducto les enviamos las Respuestas a cuestionarios recibidos en tiempo y forma, con respecto a la **Invitación No. OM-INV-INDE-026-17 BIS** que realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, referente al **"Suministro de Equipo y Material Medico para el INDE"**, las cuales son las siguientes:

RESPUESTA A CUESTIONARIOS

LICITANTE: NOR MAX S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1:

Partida 17. Cama de tracción cervical y lumbar. Dice; Pantalla digital táctil monocromática que gira 270°. Se solicita a la convocante, ofertar equipo con pantallas activas que muestren todos los parámetros del tratamiento y su avance, esto debido a que la pantalla no delimita la función del equipo. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA No. 2:

Partida 17. Cama de tracción cervical y lumbar. Dice; Escalas de dolor y mapas de dolor en tarjetas de datos del paciente. El equipo que pretendemos ofertar no cuenta con la descripción solicitada, sin embargo, sabiendo que la escala del dolor se utiliza para el ajuste de fuerza del equipo, solicitamos a la convocante, ofertar equipo que cuente con sensores múltiples, controles de seguridad y velocidad múltiple que garanticen la completa seguridad del paciente. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA No. 3:

Partida 17. Cama de tracción cervical y lumbar. Mencionan dimensiones y peso propios de la marca chattanoga, por lo que se solicita a la convocante, con el fin de no limitar la libre participación, ofertar dimensiones y peso de acuerdo a la marca y modelo ofertado. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta.



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

SECCION

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

NUMERO DEL OFICIO

EXPEDIENTE

Respuesta a Cuestionarios
Invitación no. OM-INV-INDE-026-17 BIS

ASUNTO:

PREGUNTA No. 4:

Partida 17. Cama de tracción cervical y lumbar. Dice; especificaciones técnicas de la mesa; Mesa de dos secciones, dimensiones de 71 x 81 cm (ancho por alto). Ya que las dimensiones son propios de la marca chattanoga, se solicita a la convocante, con el fin de no limitar la libre participación, ofertar dimensiones y peso de acuerdo a la marca y modelo ofertado. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA No. 5:

Partida 17. Cama de tracción cervical y lumbar. Dice; especificaciones técnicas de la mesa; Mesa de dos secciones, dimensiones de 71 x 81 cm (ancho por alto). Se solicita a la convocante, ofertar como característica superior, elevación eléctrica ajustable de 46 a 99 cm de altura. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA No. 6:

Partida 18. Pantalla táctil a color. Con el fin de no limitar la libre participación y en el entendido de que esta característica no delimita la funcionalidad del equipo, se solicita a la convocante, ofertar equipo con dimensiones de acuerdo a la marca ofertada, siempre y cuando sea táctil. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA No. 7:

Partida 18. Amplia gama de corrientes. Debemos entender, que el equipo a ofertar deberá cumplir con al menos 8 de las corrientes mencionadas, ¿Es correcto?

Respuesta: Es correcto.

PREGUNTA No. 8:

Partida 18. Interruptor de paro de emergencia. El equipo que pretendemos ofertar, cuenta con múltiples sensores que garantizan la seguridad del paciente, de tal manera que en caso de emergencia el equipo para de manera automática. Se solicita a la convocante ofertar equipo con interruptor de paro de emergencia automático como característica superior. ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA No. 9:

Partida 21. Parafinero de 6 libras. Dice: chasis de fibra de carbono. La finalidad del chasis de fibra de carbono es asegurar el correcto aislamiento de calor como protección al paciente, es por eso, que se solicita a la convocante, que no sea motivo de descalificación. Ofertar equipo con aislamiento de fibra de vidrio recubierto con plástico ABS de alta resistencia. ¿ se acepta?

Respuesta: Se acepta.



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

SECCION

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

NUMERO DEL OFICIO

EXPEDIENTE

Respuesta a Cuestionarios
Invitación no. OM-INV-INDE-026-17 BIS

ASUNTO:

PREGUNTA No. 10:

Partida 23 lector portátil de los niveles de la principal hormona del stress (cortisol), así como de otras hormonas como la testosterona y la inmunoglobulina en esta partida nos podrían indicar el modelo del equipo que requieren?

Respuesta: Se acepta.

LICITANTE: INNOVACIONES TECNOLOGICAS RAKI S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PARTIDA 17 TRACCION CERVICAL Y LUMBAR

YA QUE SE ATRAVIESA FIN DE AÑO Y LAS FABRICAS CASI DE TODO EL MUNDO EN ESTA EPOCA PARAN ACTIVIDADES Y YA QUE NO ES UN EQUIPO DE LINEA Y ESTE SE PIDE BAJO PEDIDO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SOLO PARA ESTA PARTIDA UN TIEMPO DE ENTREGA DE 30 A 45 DIAS COMO MÁXIMO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA 2

PARTIDA 18 ELECTROTERAPIA COMBINADA CON ULTRASONIDO,

CON EL RESPETO A LA CONVOCANTE, AL SOLICITAR TECNOLOGIA DE PUNTA, Y PANTALLA A COLOR, ¿SE PODRA COTIZAR UN EQUIPO QUE SEA PANTALLA BLANCO Y NEGRO O MONOCROMATICA?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA 3

PARTIDA 18 ELECTROTERAPIA COMBINADA CON ULTRASONIDO

CON EL RESPETO A LA CONVOCANTE, AL SOLICITAR TECNOLOGIA DE PUNTA, Y PANTALLA TACTIL, ¿PODEMOS COTIZAR UN EQUIPO QUE NO SEA TACTIL Y QUE MANEJE PERILLAS?

Respuesta: No Se acepta.

PREGUNTA 4

PARTIDA 18 ELECTROTERAPIA COMBINADA CON ULTRASONIDO,

CON EL RESPETO A LA CONVOCANTE, AL SOLICITAR EQUIPOS CON TECNOLOGIAS DE PUNTA, ¿SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO QUE LOS PORCENTAJES DE TRABAJO EMPIECEN DESDE EL 20 Y SUS PASOS SOLO TENGAN 20%, 35%, 50%?

Respuesta: No Se acepta.



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

SECCION

NUMERO DEL DIRECTORIO DE ADQUISICIONES

EXPEDIENTE

Respuesta a Cuestionarios
Invitación no. OM-INV-INDE-026-17 BIS

ASUNTO:

PREGUNTA 5

PARTIDA 18 ELECTROTERAPIA COMBINADA CON ULTRASONIDO,
CON EL RESPETO A LA CONVOCANTE, PARA EL MODO DE ULTRASONIDO DE ESTE EQUIPO COMBINADO, ¿SE
PODRA OFERTAR UN EQUIPO QUE SOLO TENGA UNA FRECUENCIA DE 1 MHZ?

Respuesta: No Se acepta.

PREGUNTA 6

PARTIDA 18 ELECTROTERAPIA COMBINADA CON ULTRASONIDO, ¿SE PODRAN PONER QUE LAS BANDAS DE
SUJECION SEAN DE MENOR TAMAÑO DE LO QUE SOLICITAN?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA 7

PARTIDA 18 ELECTROTERAPIA COMBINADA CON ULTRASONIDO, ¿SE PODRA PROPONER UN EQUIPO QUE SU
PESO SEA MAYOR A CASI EL DOBLE DE LO QUE REQUIEREN?

Respuesta: No Se acepta.

PREGUNTA 8

PARTIDA 18 ELECTROTERAPIA COMBINADA CON ULTRASONIDO,
ENTIENDO QUE CUANDO HABLAN DE INRERRUPTOR DE PARO DE EMERGENCIA, LO TIENE EL PACIENTE PARA
PARAR EL TRATAMIENTO, ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

PREGUNTA 9

PARTIDA 19 MAGNETOTERAPIA,
PIDEN QUE LA ONDA SEA RECTANGULAR, TRIANGULAR Y SINUSOIDAL, ¿PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO
QUE SU ONDA SEA SOLO SINUSOIDAL?

Respuesta: No Se acepta.

PREGUNTA 10

PARTIDA 19 MAGNETOTERAPIA,
PIDEN EQUIPOS CON TECNOLOGIA DE PUNTA, DEBO DE ENTENDER QUE EL EQUIPO TENDRA QUE TENER 3
SALIDAS, ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

Respuesta: Es correcta su apreciación.



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

SECCION

NUMERO DEL EXPEDIENTE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

EXPEDIENTE

Respuesta a Cuestionarios
Invitación no. OM-INV-INDE-026-17 BIS

ASUNTO:

PREGUNTA 11
PARTIDA 19 MAGNETOTERAPIA,
PARA CUANDO PONEN BOBINAS DE TUNEL, ENTIENDO QUE ESTAS PODRIAN SER OPCIONALES, YA QUE EN
TODOS LOS EQUIPOS DE MAGNETOTERAPIA ESTAS SON OPCIONALES ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

Respuesta: No son opcionales. Se tienen que suministrar.

PREGUNTA 12
PARTIDA 19 MAGNETOTERAPIA,
¿PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UNA PANTALLA DE LCD?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA 13
PARTIDA 19 MAGNETOTERAPIA,
PODEMOS OFERTAR QUE EL EQUIPO TENGA LA POSIBILIDAD DE MANEJAR SECUENCIAS, ESTO ES PARA DAR
DIFERENTES TIPOS DE APLICACIÓN DE FORMA SEGUIDA, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA 14
PARTIDA 20 LASER TERAPEUTICO,
SOLICITAN UN LASER DE 808 NM, PODEMOS OFERTAR UN LASER CON MAYOR FRECUENCIA Y VENTAJAS QUE
SEA DE 850 NM ¿SE ACEPTA?

Respuesta: Se acepta siempre y cuando sea frecuencia ajustable.

PREGUNTA 15
PARTIDA 20 LASER TERAPEUTICO,
CON EL RESPETO A LA CONVOCANTE, PODREMOS OFERTAR UN LASER QUE TENGA DE IR DE 100 mw, ¿SE
ACEPTA?

Respuesta: No se acepta. Deberá de ofertar mínimo IR 200 mw.

PREGUNTA 16
PARTIDA 20 LASER TERAPEUTICO,
PODREMOS OFERTA UN EQUIPO QUE LE PERMITA EN UN MOMENTO DADO CAMBIAR EL TIPO DE SONDA
POR UNA SONDA DE CLOSTER, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: No Se acepta.



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
SECCION	
NUMERO DEL	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
EXPEDIENTE	

Respuesta a Cuestionarios
Invitación no. OM-INV-INDE-026-17 BIS

ASUNTO:

PREGUNTA 17
PARTIDA 20 LASER TERAPEUTICO,
PODEMOS COTIZAR UN EQUIPO QUE TENGA SENSOR DE EMISOR LASER CON LUZ DE EMISION ACTIVA, ¿SE
ACEPTA?

Respuesta: Se acepta.

PREGUNTA 18
PARTIDA 20 LASER TERAPEUTICO,
DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO CUENTA CON LOCALIZADOR CON PUNTOS DE ACUPUNTURA
INTEGRADO, ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

Respuesta: Es incorrecta su apreciación.

PREGUNTA 19
PARTIDA 20 LASER TERAPEUTICO,
DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO TENDRA QUE CONTAR COMO MINIMO POR LO MENOS CON 15
PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO, ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

Respuesta: Es incorrecta su apreciación.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
RUTILO PEREZ FLORES

DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO
21 NOV 2017
DESPACHADO
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION DE ADQUISICIONES

C.c.p. Archivo
TT/szo