



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



BAJA
CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL

No. 32065001-063-18

“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y KIT PARA TOMA DE MUESTRA Y EXAMEN TOXICOLÓGICO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

Acta de Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Regional No. 32065001-063-18, correspondiente a la “Adquisición de Reactivos Químicos y Kit para Toma de Muestra y Examen Toxicológico para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **11:30 horas del día 17 de Agosto de 2018**, de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

La C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, la C.P. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; tomó la palabra para dar la bienvenida a los presentes y hacer de su conocimiento que se efectuó Convocatoria No. 32065001-063-18 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (EL MEXICANO) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBc, el día **10 de Agosto de 2018**, así mismo que en fecha 16 de Agosto del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las Bases de Licitación, habiéndose recibido **2 (dos)** cuestionarios de los posibles licitantes sobre las Bases antes mencionadas.

Así mismo se dio espacio durante el desarrollo de esta junta de aclaraciones para la recepción de dudas por parte de los licitantes asistentes a esta sesión, espacio durante el cual, **no se recibió cuestionario alguno.**

Una vez dando lectura a las notas aclaratorias y los cuestionarios recibidos con sus respectivas respuestas; y no habiendo ningún otro asunto que tratar, por lo que para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**


"EL PRESIDENTE"



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA
DIRECCION DE ADQUISICIONES, EN SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR
DE GOBIERNO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA

"VOCAL"



CARLOS FIGUEROA ABOYTIA

EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALÍA MAYOR

"VOCAL"




BALTAZAR HERNANDEZ PERDOMO

EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS DE BAJA CALIFORNIA

ÓRGANO SOLICITANTE

"VOCAL"



NOE MONREAL ONTIVEROS

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

"OFICIALIA MAYOR"



JESÚS ALAIN MENDOZA MORALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

LICITANTES:

EMPRESA: Química Industrial y Analítica, S.A de C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Monica A. Espinosa Tapia

FIRMA: maet

ANEXO I

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL

No. 32065001-063-18

“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y KIT PARA TOMA DE MUESTRA Y EXAMEN TOXICOLÓGICO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura de Respuesta a cuestionarios de acuerdo al punto 5.1 de las Bases de la Licitación Pública Regional No. 32065001-063-18, correspondiente a la “Adquisición de Reactivos Químicos y Kit para Toma de Muestra y Examen Toxicológico para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

NOTAS ACLARATORIAS

Nota Aclaratoria No. 1.-

Se corrige en la Partida 1 perteneciente al Paquete 2 la siguiente información técnica:

Debe decir:

•Prueba para identificación de drogas de abuso y sus metabolitos en orina de siete parámetros en placa:

1. Anfetaminas con punto de corte 500 ng/ml.
2. Cocaína/ BenzoylEcgonina con punto de corte de 300 ng/ml.
3. Morfina (opiáceo) con punto de corte de 300 ng/ml.
4. Metanfetaminas con punto de corte de 500 ng/ml.
5. THC (Marihuana) con punto de corte de 50 ng/ml.
6. Barbituratos con punto de corte de 200 ng/ml.
7. Benzodiacepinas de 200 ng/ml.

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

MEDISERVICE S.A. DE C.V.

1. En lo referente al numeral 15. MARCADO DE LAS PROPOSICIONES, 15.2 “Los sobres”, se le solicita a la convocante aclare si la leyenda indicada en ambos sobres debe ser “No abrir antes del 24 de agosto” ya que la que se indica en el numeral 15.2, Inciso A, menciona una fecha pasada.

R: La fecha correcta es el día 24 de Agosto de 2018 para el sobre con la propuesta técnica, y el día 31 de Agosto de 2018 para el sobre que contiene la propuesta económica.

2. La convocante solicita caducidad no menor a 12 meses para el Paquete I (uno) en los productos solicitados, por las características de los productos que están solicitando no cuentan con dicha caducidad, el máximo de caducidad para estos productos ofrecidos por el fabricante es de 12 meses, por

lo que solicitamos a la convocante modifique esta especificación y nos permita ofrecer productos que estén vigentes durante su uso.

R: No se acepta su propuesta, lo solicitado es que cumpla con un mínimo de 12 (doce) meses de caducidad.

QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA, S.A. DE C.V.

RESPECTO AL ANEXO TECNICO KIT PARA TOMA DE MUESTRA Y EXAMEN TOXICOLOGICO DICE: PARTIDA 1

Incluye:

Tres vasos para toma de muestra de orina con capacidad real de 120 ml, cilíndrico, no cónico, sellado hermético anti derrape, con tope de cerrado, estéril y empaquetado individualmente, con diámetro de 5.4 cm y altura de 8 cm, tapa de color azul cielo, con etiqueta externa de seguridad y esterilidad que vaya de la tapa hacia el cuerpo del frasco y que contenga la palabra STERILE, con pared graduada, que en ella contenga etiqueta blanca donde se solicite nombre, habitación, hora, fecha y Dr. tratante.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERAR LO SIGUIENTE:

Tres vasos para toma de muestra de orina con capacidad real de 100 ml, cilíndrico, no cónico, sellado hermético anti derrape, con tope de cerrado, estéril y empaquetado de manera individual, con diámetro de 5.4 cm y altura de 7.4 cm, tapa de color rojo, con etiqueta externa de seguridad y esterilidad que vaya de la tapa hacia el cuerpo del frasco, con pared graduada, que en ella contiene etiqueta blanca donde se solicita nombre, fecha, sexo, edad, teléfono y tipo de muestra.

¿Se acepta?

R: No se acepta su propuesta, es necesario apegarse a las bases con respecto a las especificaciones de los frascos.

RESPECTO AL ANEXO TECNICO KIT PARA TOMA DE MUESTRA Y EXAMEN TOXICOLOGICO DICE: PARTIDA 1

Prueba para identificación de drogas de abuso y sus metabolitos en orina de siete parámetros en placa:

1. Anfetaminas con punto de corte 500 ng/ml.
2. Cocaína/ BenzoylEcgonina con punto de corte de 500 ng/ml.
3. Morfina (opiáceo) con punto de corte de 300 ng/ml.
4. Metanfetaminas con punto de corte de 500 ng/ml.
5. THC (Marihuana) con punto de corte de 50 ng/ml.
6. Barbituratos con punto de corte de 200 ng/ml.
7. Benzodiazepinas de 200 ng/ml.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE TENER MAYOR OPORTUNIDAD DE DETECCION PARA METABOLITOS NO INCLUIDOS EN EL PANEL REQUERIDO NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES:

1. Anfetaminas con punto de corte 1000 ng/ml.
2. Cocaína/ BenzoylEcgonina con punto de corte de 300 ng/ml.
3. Opiáceos con punto de corte 2000 ng/ml
4. Metanfetaminas con punto de corte de 1000 ng/ml.
5. THC (Marihuana) con punto de corte de 50 ng/ml.
6. Barbitúricos con punto de corte de 300 ng/ml.
7. Benzodiazepinas con punto de corte de 300 ng/ml.
8. Metadona con punto de corte de 300 ng/ml
9. Fenciclidina con punto de corte de 25 ng/ml

¿SE ACEPTA?

R: No se acepta su propuesta, es necesario apegarse a las bases respecto a los metabolitos solicitados y los puntos de corte referidos para cada uno de ellos.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right quadrant of the page.