



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

Licitación Pública Presencial de carácter Internacional
LA-902002994-E19-2017

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA

Acta circunstanciada relativa a la Segunda Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Número LA-902002994-E19-2017, convocado para el "SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA".

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las 08:30 horas del día 20 de Abril de 2017, día y hora señalado para que tenga verificativo la segunda Junta de Aclaraciones, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, la C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, servidor público designado por la Convocante, por conducto del C. Rutilo Pérez Flores, Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4 fracción II letra B. y 25 fracciones IV, IX y XIII, 26 fracción I, 27 fracciones I y IX y 72 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno; según consta en el oficio sin número de fecha 02 de enero de 2017, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, quien preside el presente acto, y quien se encuentra asistido por el C. Roberto Carlos González Ibarra, Funcionario Público adscrito al Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California, así mismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa y técnica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que se encuentran presentes los representantes de los licitantes participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de la Segunda Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta, número LA-902002994-E19-2017, relativa al "SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA", en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "La Ley", y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en los puntos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la convocatoria de licitación.

La C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo, en su calidad de Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno; toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente

licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados "Comprasbc" y "Compranet" el día **04 de Abril de 2017**, así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, son consideradas licitantes y tienen derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto, por lo que solamente se contestarán sus solicitudes de aclaración a la Convocatoria; asimismo se le hace saber a los asistentes que quienes presentaron su escrito fuera del plazo antes citado, incluso al inicio de esta Segunda Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración venció el día **19 de Abril de 2017 a las 08:30 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los documentos recibidos en tiempo y forma.

Documento recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón ó Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
Equipos de Biomedicina de México, S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	07 de Abril de 2017 a las 16:10 horas
Instrumentación y Equipo Médico de Baja California, S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	18 de Abril de 2017 a las 16:28 horas
Dentilab, S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	18 de Abril de 2017 a las 17:14 horas
Blanca Estela Jiménez Becerril	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	18 de Abril de 2017 a las 18:35 horas
Genera Negocios, S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar	18 de Abril de 2017 a las 14:29 horas
Degasa, S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	19 de Abril de 2017 a las 06:35 horas
Comercializadora Medica Alvasan, S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	19 de Abril de 2017 a las 06:56 horas

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas durante el presente acto.

Solicitudes de aclaración recibida posterior a las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón o Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
Corporación Analítica, S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y solicitud de aclaración	19 de Abril de 2017 a las 8:33 horas
Suministros para el Diagnostico, S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar	19 de Abril de 2017 a las 10:05 horas

Se hace saber a los participantes que dichas solicitudes de aclaración no serán atendidas por ser extemporáneas, ordenándose su integración al expediente respectivo; haciendo mención que estos licitantes tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto.

Acto Seguido se hace del conocimiento a los licitantes la siguientes notas Aclaratorias:

NOTA ACLARATORIA # 8

DICE: 23.2. LA FORMA DE GARANTÍA MEDIANTE FIANZA, SE OBSERVARA LO SIGUIENTE:

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDERÍA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

DEBE DECIR: 23.2. LA FORMA DE GARANTÍA MEDIANTE FIANZA, SE OBSERVARA LO SIGUIENTE:

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE EN SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS., PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS.

NOTA ACLARATORIA # 9

POR MOTIVO DE ESTAR REPETIDAS SE ELIMINAN DEL ANEXO 1 A, LAS PARTIDAS DE LA 186 A LA 193, YA QUE ESTAN INCLUIDAS EN LOS ANEXOS 1B Y 1C

NOTA ACLARATORIA # 10

COMO RESULTADO DE LA SEGUNDA JUNTA SE ACLARACIONES, LA FECHAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE REPROGRAMAN PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

ENTREGA DE MUESTRAS SE RECIBIRAN HASTA EL DIA: MARTES 25 DE ABRIL DE 2017.

RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS: 26 DE ABRIL DE 2017 A LAS 12:30 HORAS.

FALLO: 16 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:00 HORAS.

Acto seguido se procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración en los siguientes términos:

EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1

PARTIDA: 201 ANEXO: 1D

PREGUNTA 1:

Solicito amablemente a la convocante me permita cotizar Catéter para cateterismo Venoso central, calibre: 7Fr X 20 cm. de Longitud: de Poliuretano O Silicón, con Punta flexible, Radiopaco, con Tres Lúmenes Internos, Distal calibre: 16 G, Medio calibre: 18 G Y Proximal calibre: 18 G. Dispositivo de Fijación Ajustable con Mínimo Dos Cápsulas de Inyección Y Equipo de Colocación, Que Contiene: Jeringa con Capacidad Mínima de 5 Cc. Aguja calibre: 17 G, O 18 G, de 6.35 cm. A 7.20 cm. de Longitud. Guía de acero de 45 cm. A 70 cm. de Punta

flexible, En "J" Contenida En Funda de Plástico con Dispensador, Dilatador Vascular Y Sistema para Evitar Extravasación de Sangre. Estéril Y desechable, y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área médica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA PARTIDA 201 ANEXO 1D

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: 353 ANEXO: 1D

PREGUNTA 2:

Solicito amablemente a la convocante nos permita cotizar Catéter venoso central, Nutriline doble vía, 2 FR long 300 mm, 24 G, bio-estable, termo sensible. Volumen muerto 2 X 0.3625 ml, Aguja introductora con funda o camisa desprendible 22 G y cinta métrica incluida, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp, una vía identificada con luer azul y la otra vía identificada con luer blanca, con dos bioconectores libres de aguja long 23.35 mm, Marcado centimétrico y doble marcaje cada 5 cm. y solicitamos se incluya nuestra marca EB PICC DUO dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área médica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA PARTIDA 353 ANEXO 1D

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: 354 ANEXO: 1D

PREGUNTA 3:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Catéter percutáneo de silicón 2 fr 1 vía con extensión de poliuretano con aguja metálica de aletas suaves marcado cada 5cm y solicitamos se incluya nuestra marca EB-PICC dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área médica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA PARTIDA 354 ANEXO 1D

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: 356 ANEXO: 1D

PREGUNTA 4:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Catéter venoso central, calibre 4.0 fr, longitud 13 cms, de silicón, radiopaco con dos lúmenes internos de 22 g, con punta flexible, aguja calibre 21 g, con catéter introductor calibre 20 g, sobre una aguja calibre 25 g, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 40 cms de longitud y punta en J, con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml y dos capsulas de inyección luer-lock, estéril y desechable y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área médica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA PARTIDA 356 ANEXO 1D

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: 357 ANEXO: 1D

PREGUNTA 5:

Solicito amablemente a la convocante nos permita cotizar Catéter venoso central poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de dos vías diámetros internos distal 18 ga, proximal 20 ga con extremidad flexible de 5 fr, 13 cm. Guía en "J" de acero inoxidable longitud 45 centímetros aguja introductora 20 ga, 2 tapones con membrana jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores de poliuretano y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área médica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA PARTIDA 357 ANEXO 1D

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: 367 ANEXO: 1D

PREGUNTA 6:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, longitud 23.35 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock macho y otra conexión luer-lock hembra con una membrana anti-contaminación de silicón con memoria que cancela espacios sin uso, diámetro interno 14 Ga, volumen muerto 0.03 mL, flujo 550 mL/ y solicitamos se incluya nuestra marca TAPIN dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área medica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA PARTIDA 367 ANEXO 1D

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: 368 ANEXO: 1D

PREGUNTA 7:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Extensión para Catéter de 3 vías con conector libre de agujas traslucido, obturadores de plástico color azul. Long Total 215MM, presión positiva, espacio muerto de 1.30ML, velocidad de flujo 60-80ML/min, diámetro externo nominal tubo 2.60MM-2.70MM y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área medica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA PARTIDA 368 ANEXO 1D

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: 371 ANEXO: 1D

PREGUNTA 8:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Extensión para Catéter de 2 vías con conector libre de agujas traslucido, obturadores de plástico color azul. Long Total 130MM, presión positiva, espacio muerto de .70ML, velocidad de flujo 60-80ML/MIN, diámetro externo nominal tubo 2.60MM-2.70MM y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área medica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA PARTIDA 371 ANEXO 1D

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: Clave CBCM 0601661903 ANEXO: 1E

PREGUNTA 9:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Catéter venoso central, calibre 4.0 fr, longitud 13 cms, de silicón, radiopaco con dos lúmenes internos de 22 g, con punta flexible, aguja calibre 21 g, con catéter introductor calibre 20 g, sobre una aguja calibre 25 g, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 40 cms de longitud y punta en J, con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml y dos capsulas de inyección luer-lock, estéril y desechable y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área medica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A CBCM 0601661903 ANEXO: 1E

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: Clave CBCM 0601661911 ANEXO: 1E

PREGUNTA 10:

Solicito amablemente a la convocante nos permita cotizar Catéter venoso central poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de dos vías diámetros internos distal 18 ga, proximal 20 ga con extremidad flexible de 5 fr, 13 cm. Guía en "J" de acero inoxidable longitud 45 centímetros aguja introductora 20 ga, 2 tapones con membrana jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores de y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área medica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A CLAVE CBCM 0601661911 ANEXO: 1E

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: Clave CBCM 01602540130 ANEXO: 1E

PREGUNTA 11:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, longitud 23.35 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock macho y otra conexión luer-lock hembra con una membrana anti-contaminación de silicón con memoria que cancela espacios sin uso, diámetro interno 14 Ga, volumen muerto 0.03 mL, flujo 550 mL/ y solicitamos se incluya nuestra marca TAPIN dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área medica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A CLAVE CBCM 01602540130 ANEXO: 1E_

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: Clave CBCM 1602540129 ANEXO: 1E

PREGUNTA 12:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar Extensión para Catéter de 3 vías con conector libre de agujas traslucido, obturadores de plástico color azul. Long Total 215MM, presión positiva, espacio muerto de 1.30MI, velocidad de flujo 60-80ML/min, diámetro externo nominal tubo 2.60MM-2.70MM y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área medica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A CLAVE CBCM 1602540129 ANEXO: 1E

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1
PARTIDA: Clave CBCM 1602540130 ANEXO: 1E

PREGUNTA 13:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR Extensión para Catéter de 2 vías con conector libre de agujas traslucido, obturadores de plástico color azul. Long Total 130MM, presión positiva, espacio muerto de .70MI, velocidad de flujo 60-80ML/MIN, diámetro externo nominal tubo 2.60MM-2.70MM y solicitamos se incluya nuestra marca BIOFLUX dentro de las sugeridas y aceptadas con objeto de que no sea una limitante en la competitividad, además de ser conocida por el área medica.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A CLAVE CBCM 1602540130 ANEXO: 1E_

INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA:
PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 3. DISPOSICIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
PREGUNTA No. 1:

EN EL PUNTO 3.3 DE LA CONVOCATORIA HACE REFERENCIA AL COMPROBANTE DE REGISTRO DE LA PÁGINA DE INTERNET:
<https://compranet.funcionpublica.gob.mx>.

SE PUEDE PRESENTAR CAPTURAS DE PANTALLA DE NUESTRA INSCRIPCIÓN COMO COMPROBANTE DE REGISTRO, ESTO DADO QUE LA PAGINA DE COMPRANET NO GENERA EL ARCHIVO PDF DE LA INSCRIPCIÓN.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: ES NECESARIO PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR Y SU REGISTRO EN COMPRANET

PREGUNTA ADMINISTRATIVA:
PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 12. REQUISITOS PARA PARTICIPAR.
PREGUNTA No. 2:

EN EL PUNTO 1) EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, MEDIANTE EL CUAL OTORGA EL RESPALDO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN; POR CADA UNA DE LAS CLAVES OFERTADAS, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

¿SE ACEPTA SEA CARTA APOYO DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO?

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION CARTA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO

PREGUNTA TECNICA:

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:

PREGUNTA No. 1:

EN EL ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES LA PARTIDA 211 CLAVE CBCM 0604560383 SU DESCRIPCION ES LA SIGUIENTE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERIL DE LATEX, DESECHABLES TAMAÑO CHICO.

ES SIMILAR A LA PARTIDAD 214 CON LA MISMA CLAVE CBCM 0604560383 SOLO QUE SU DESCRIPCION ESPECÍFICA NO ESTERIL.

¿CUAL ES LA CORRECTA?

RESPUESTA: LA CLAVE DE LA PARTIDA 214 ES CLAVE CBCM 0604560383.1 CORRESPONDIENTE AL GUANTE N O ESTERIL

PREGUNTA TECNICA:

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:

PREGUNTA No. 2:

EN EL ANEXO 1-A CAUSES PARTIDAD 2 CLAVE CBCM 0607710068 RASTRILLO DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR. DE 1 A 1.5 CM DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM DE LONGITUD. CON BORDES LISO, BANDA LIBRICANTE, DOBLE HOJA DE AFEITAR, SOBRE PUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RIGIDO REFORZADO RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACION A LA UNION DE LA CABEZA. DESECHABLES.

NOSOTROS OFRECEMOS RASTRILLO QUIRURGICO DESECHABLE FABRICADO DE POLIESTIRENO CON NAVAJA DE DOS FILOS DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTAS DE PLATINO, DIENTES ROMOS NO ESTERIL, PLASTICO GRADO MEDICO, MANGO ANTIDERRAPANTE, PRETECTOR DE PLASTICO EN EL CABEZAL.

¿SE ACEPTA NUESTRO RASTRILLO?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN ANEXO 1-A CAUSES PARTIDAD 2

PREGUNTA TECNICA:

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-A CAUSES

PREGUNTA No. 1:

Para las claves: 0601252653,0601252877, 0601252844, 0601252869. Bolsas para esterilizar en gas o vapor. Solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare si se debe ofertar en estas partidas bolsa con tratamiento antibacteriano en la cara externa de la misma.

RESPUESTA: SE ACEPTA CON O SIN EL TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO EN LA CARA EXTERNA DE LA MISMA

PREGUNTA TECNICA:

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-A CAUSES

PREGUNTA No. 2:

Para las claves: 0601252653,0601252877, 0601252844, 0601252869 . Bolsas para esterilizar en gas o vapor. La convocante solicita un sistema de apertura, sin embargo, no está especificando que tipo de sistema requiere. Actualmente el Instituto utiliza bolsas con sistema de apertura integrado mediante hilo. Entendemos que este es el sistema que se deber ofertar para cumplir con estas partidas. ¿Es correcto?

RESPUESTA: SU OBSERVACION ES CORRECTA EN LA QUE PODRA OFERTAR CON HILO SIN EMBARGO NO ES RESTRICTIVO PARA OTRAS PRESENTACIONES O MARCAS.

PREGUNTA TECNICA:

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-A CAUSES

PREGUNTA No. 3:

Para las claves: 0601253883, 0601253875, 0601253867. Rollo mixto y laminado plástico. Debido a la descripción de la partida, entendemos que lo que solicitan es que el rollo tenga una barrera antibacteriana en la cara externa y sistema de apertura lateral que evite la contaminación del material esterilizado. ¿Es correcto?

RESPUESTA: SU OBSERVACION ES CORRECTA EN LA QUE PODRA OFERTAR CON HILO SIN EMBARGO NO ES RESTRICTIVO PARA OTRAS PRESENTACIONES O MARCAS.

PREGUNTA TECNICA: X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-A CAUSES

PREGUNTA No.4:

Clave: 0608330296, piden presentación envase de 5 litros, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar en presentación de 1 litro, y en caso de resultar adjudicados entregaremos la cantidad equivalente. ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

PREGUNTA TECNICA: X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-A CAUSES

PREGUNTA No.5:

Clave: 0600669003 piden presentación envase de 3.75 litros, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar en presentación de 5 litros. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO PARA OTRAS PRESENTACIONES

PREGUNTA TECNICA: X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-A CAUSES

PREGUNTA No.6:

Clave 0600660948 piden presentación envase de 4 litros, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar en presentación de 5 litros. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO PARA OTRAS PRESENTACIONES

PREGUNTA TECNICA: X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA No. 7:

Partida 315 piden presentación envase de 4 litros, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar en presentación de 5 litros. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO PARA OTRAS PRESENTACIONES

PREGUNTA TECNICA: X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA No. 8:

Partida 275 se refiera placa neutra desechable con adherente pido me indique si la requiere con o sin cable y que tipo de conexión requiere para su equipo. Favor de aclarar.

RESPUESTA: SE REQUIERE SIN CABLE

PREGUNTA TECNICA: X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA No. 9:

Partida 276 se refiera placa neutra desechable con adherente pido me indique si la requiere con o sin cable y que tipo de conexión requiere para su equipo. Favor de aclarar.

RESPUESTA: SE REQUIERE CON CABLE

PREGUNTA TECNICA: X

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA No. 10:

Partida 308 se solicita placa con cable para que equipo electrocauterio requiere la conexión. Favor de aclarar.

RESPUESTA: SE REQUIERE CON PLACA AUTOADHERENTE

DENTILAB, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: NOTA ACLARATORIA 6

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA NO. 1:

EN RELACIÓN A LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 6 DEL ANEXO 1D, EN EL CUADRO DEBE DECIR, SE MODIFICA LA CANTIDAD SOLICITADA DE LA PARTIDA 340 CLAVE 0605502186 QUEDANDO MÍNIMO 149,732 Y MÁXIMO 249,553, EN PRESENTACIÓN CAJA CON 200 PIEZAS; PERO POR EXPERIENCIA ESTA CANTIDAD ES MUY ELEVADA PARA SER CONSUMIDA POR TODO EL ESTADO, POR LO QUE SOLICITO SE VERIFIQUE SI ES LA CANTIDAD QUE SE REQUIERE PARA ESTA PARTIDA.

RESPUESTA: SON CORRECTAS LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR EL ISESALUD

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: NOTA ACLARATORIA 7

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA NO. 2:

EN RELACIÓN A LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 7, SE MENCIONA QUE SE AGREGA EL FORMATO PARA ENTREGA DE MUESTRAS, PERO EN EL ARCHIVO DE COPIA DE NOTAS ACLARATORIAS NO APARECE, FAVOR DE INDICARNOS COMO PODREMOS CONSEGUIR ESTE FORMATO O SI LO ADJUNTARAN EN LA PAGINA DEL EVENTO EN COMPRANET.

RESPUESTA: DICHO FORMATO FUE SUBIDO A LAS PAGINAS DE COMPRASBC Y COMPRANET

BLANCA ESTELA JIMENEZ BECERRIL

1.-En relación a la Entrega de Muestras por paquetería, podrían indicarnos si podrían hacernos llegar el acuse de recibido vía correo electrónico para poder enviar las propuestas en tiempo y forma? Y a quien podemos solicitarlas.

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION AL CORREO rcgonzalez@saludbc.gob.mx y comprasisesalud@gmail.com

DEGASA, S.A. DE C.V.

ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

1.- EN RELACION AL ANEXO 1D MAT MCA CAUSES PARA LAS PARTIDAS 208 AL 214 Y 220 AL 246 Y 297 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE PUEDAN COTIZAR OTRAS MARCAS, APARTE DE LAS QUE SOLICITAN COMO MARCA SUGERIDA, AL DECIR ESTO SUPONEMOS QUE NO ES UNA IMPOSICION EL COTIZAR DICHAS MARCAS, POR LO QUE NOS PERMITIRIAN COTIZAR DIFERENTES MARCAS PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES QUE COMPITAN EN OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO SIN EXCLUIR NUESTRA OBLIGACION, DE PRESENTARLES MUESTRAS PARA SU EVALUACION, CABE MENCIONAR QUE SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION Y VIOLENTANDO ASI LA LEY DE ADQUISICIONES Y LAS DISPOSICIONES QUE MARCA COFECE

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1-D

COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1:

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 7.2. MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACIÓN

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: _____ ANEXO: B

SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE SEA ACEPTADO EN SOBRE DE PROPUESTAS TECNICAS ; COPIA SIMPLE DEL ANEXO B FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS QUE CUENTE CON SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO Y ASI CUMPLIR CON ESTE REQUISITO , YA QUE EL INSTITUTO CONTARA CON ORIGINAL DE DICHO FORMATO PARA SU EVALUCION . SE ACEPTA ?

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION

PREGUNTA 2

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1-E MAT MCA SMSXXI , ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES, ANEXO 1-F MAT MCA GASTOS CATASTROFICOS

X PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: ANEXO: ANEXO 1

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEA MODIFICADA CON LAS MARCAS A PROPONER LA COLUMNA DE MARCAS (ANEXO 1-E MAT MCA SMSXXI , ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES, ANEXO 1-F MAT MCA GASTOS CATASTROFICOS) YA CONTIENEN MARCAS EN ESPECIFICO IMPIDIENDO LA LIBRE PARTICIPACION DE OFERTA SE ACEPTA

RESPUESTA: SE LE SOLICITA APEGARSE A LO REQUERIDO EN LOS ANEXOS 1E, 1D Y 1F

Acto seguido, se consulta a los licitantes participantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quien por unanimidad respondió: Afirmativamente, y agregaron no tener más dudas o cuestionamientos en relación a la convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto.

Asimismo, se hace constar que para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha, al finalizar este acto se pone a disposición de los licitantes una copia de esta acta de esta primera Junta de Aclaraciones, en el estrado de notificaciones, instalado en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones en el domicilio indicado en el segundo párrafo de esta acta, por un término no menor de 5 (cinco) cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: www.compranet.gob.mx y www.comprasbc.gob.mx.

Acto seguido se hace del conocimiento de los presentes que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se celebrará el día **26 de Abril de 2017** a las **12:30 horas**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente segunda Junta de Aclaraciones, siendo las **8:50 horas** del día **20 de Abril de 2017**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

"LA CONVOCANTE"

GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones
de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno
En suplencia del Director de Adquisiciones

"AREA REQUERENTE"

ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA
En Representación del Instituto de Servicios de Salud Publica de Baja California

"REPRESENTANTE"

MARTHA LETICIA TRUJILLO LICON
En representación del Jefe del Departamento Administrativo de la Oficialía Mayor de Gobierno

"REPRESENTANTE"

ANTONIO ZAVALA DURAN
En representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas

"REPRESENTANTE"

LYNN LLOA GARCIA
Dirección de Adquisiciones

LICITANTES:

EMPRESA: Mediagroop del Pacifico SA de CV

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Bernardo Saiz Jerez

FIRMA:

EMPRESA: Insundi Medicos SA Mexicana y SEANUSE CV

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MARCELO CARLOS AGUIAR CEPALDE

FIRMA:

EMPRESA: Instrumentación y Equipos medicos de B.L. SA de CV

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Esteban Garcia Molina

FIRMA:

4