

Pregunta Técnica: (X)

**Partida: (203) Anexo:
(ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES)**

Pregunta 21: Dice: partida 203 clave 0601686645 Catéter para Venoclisis, de Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno Y Etilentrifluoretileno) O Poliuretano, Radiopaco, con aguja, Longitud: 28-34 mm., calibre: 18 G. Le Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar la marca ADVANTIVE ya que cumple con las especificaciones solicitadas y la calidad competitiva con las marcas sugeridas. Además de ser un producto 100% Nacional y de material POLIURETANO y cuenta con Certificado de Buenas Practicas de Fabricación e ISO 9001. Aunado solicitamos nos permita presentar muestras para la evaluación técnica de la calidad de la marca. ¿Se acepta?

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

**Pregunta Administrativa: ()
MCA CAUSES**

Punto de la Convocatoria: ANEXO 1-D MAT

Pregunta Técnica: (X)

**Partida: (204) Anexo:
(ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES)**

Pregunta 22: Dice: partida 204 clave 0601686660 Cateter para venoclisis, de Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno Y Etilentrifluoretileno) O Poliuretano, Radiopaco, con aguja, Longitud: 28-34 mm., calibre: 20 G. Le Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar la marca ADVANTIVE ya que cumple con las especificaciones solicitadas y la calidad competitiva con las marcas sugeridas. Además de ser un producto 100% Nacional y de material POLIURETANO y cuenta con Certificado de Buenas Practicas de Fabricación e ISO 9001. Aunado solicitamos nos permita presentar muestras para la evaluación técnica de la calidad de la marca. ¿Se acepta?

**Pregunta Administrativa: ()
MCA CAUSES**

Punto de la Convocatoria: ANEXO 1-D MAT

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

Pregunta Técnica: (X)

**Partida: (286) Anexo:
(ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES)**

Pregunta 22: Dice: partida 286 clave 0601686603 Catéter para Venoclisis, de Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno Y Etilentrifluoretileno) O

Poliuretano, Radiopaco, con aguja, Longitud: 46-52 mm., calibre: 14 G.. Le Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar la marca ADVANTIVE ya que cumple con las especificaciones solicitadas y la calidad competitiva con las marcas sugeridas. Además de ser un producto 100% Nacional y de material POLIURETANO y cuenta con Certificado de Buenas Practicas de Fabricación e ISO 9001. Aunado solicitamos nos permita presentar muestras para la evaluación técnica de la calidad de la marca. ¿ Se acepta?

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

Pregunta Administrativa: ()
MCA CAUSES

Punto de la Convocatoria: ANEXO 1-D MAT

Pregunta Técnica: (X)

Partida: (287) Anexo:
(ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES)

Pregunta 22: Dice: partida 287 clave 0601686629 Catéter para Venoclisis, de Fluoropolímeros (Politetrafluoretileno, Fluoretilenpropileno Y Etilentrifluoretileno), Radiopaco, con aguja, Longitud: 46-52 mm., calibre: 16 G. Le Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar la marca ADVANTIVE ya que cumple con las especificaciones solicitadas y la calidad competitiva con las marcas sugeridas. Además de ser un producto 100% Nacional y de material POLIURETANO y cuenta con Certificado de Buenas Practicas de Fabricación e ISO 9001. Aunado solicitamos nos permita presentar muestras para la evaluación técnica de la calidad de la marca. ¿ Se acepta?

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

Pregunta Administrativa: ()
MCA CAUSES

Punto de la Convocatoria: ANEXO 1-D MAT

Pregunta Técnica: (X)

Partida: (208) Anexo:
(ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES)

Pregunta 23: Dice: partida 208 clave 0604560300 Guantes para Cirugía. de Látex Natural, estéril Y desechables. Tallas: 6 1/2. Le Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar la marca MAXITEX ya que cumple con las especificaciones solicitadas y la calidad competitiva con las marcas sugeridas. Aunado solicitamos nos permita presentar muestras para la evaluación técnica de la calidad de la marca. ¿ Se acepta?

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

Pregunta Administrativa: ()
MCA CAUSES

Punto de la Convocatoria: ANEXO 1-D MAT

Pregunta Técnica: (X)

Partida: (209) Anexo:
(ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES)

Pregunta 24: Dice: partida 208 clave 0604560334 Guantes para Cirugía. de Látex Natural, estéril Y desechables. Tallas: 7 1/2. Le Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar la marca MAXITEX ya que cumple con las especificaciones solicitadas y la calidad competitiva con las marcas sugeridas. Aunado solicitamos nos permita presentar muestras para la evaluación técnica de la calidad de la marca. ¿ Se acepta ?

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

Pregunta Administrativa: ()
MCA CAUSES

Punto de la Convocatoria: ANEXO 1-D MAT

Pregunta Técnica: (X)

Partida: (210) Anexo:
(ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES)

Pregunta 25: Dice: partida 210 clave0604560318 Guantes para Cirugía. de Látex Natural, estéril Y desechables. Tallas: 7. Le Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar la marca MAXITEX ya que cumple con las especificaciones solicitadas y la calidad competitiva con las marcas sugeridas. Aunado solicitamos nos permita presentar muestras para la evaluación técnica de la calidad de la marca. ¿ Se acepta ?

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

Pregunta Administrativa: ()
MCA CAUSES

Punto de la Convocatoria: ANEXO 1-D MAT

Pregunta Técnica: (X)

Partida: (297) Anexo:
(ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES)

Pregunta 26: Dice: partida 297 clave 0604560359 Guantes para Cirugía. de Látex Natural, estéril Y desechables. Tallas: 8. Le Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar la marca MAXITEX ya que cumple con las especificaciones solicitadas y la calidad competitiva con las marcas sugeridas. Aunado solicitamos nos permita presentar muestras para la evaluación técnica de la calidad de la marca. ¿ Se acepta ?

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

Pregunta Administrativa: ()
1-A CAUSES

Punto de la Convocatoria: ANEXO

Pregunta Técnica: (X)

Partida: (297) Anexo: (ANEXO
1-A CAUSES)

Pregunta 27: Dice: partida 297 clave 0604020396 LIQUIDO DESINFECTANTE EN AEROSOL (SPRAY) DE SUPERFICIES D.D.S.H. FRASCO DE 750 ML. (Envase). Le Solicitamos atentamente a la convocante se nos permita ofertar la siguiente descripción: LIQUIDO DESINFECTANTE EN AEROSOL (SPRAY) DE SUPERFICIES, A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 5% Y PLATA AL 0.01%, GRADO SANITARIO INOLORO, INCOLORO Y LIBRE DE BLANQUEADORES Y SIN HIPOCLORITO, CON UNA EFECTIVIDAD DE 99.999% Y PROBADO CONTRA HONGOS, ESPORAS, VIRUS Y BACTERIAS PATOGENAS EN PRESENTACION DE ENVASE CON DISPARADOR CON CAPACIDAD DE 946 ML. RESPALDADO CON CERTIFICACION EPA Y PROTOCOLOS DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD NACIONALES. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS REQUERIDAS POR EL ISESALUD, DEBIENDO PRESENTAR MUESTRA PARA SU ANALISIS

13.-SUPLIMEX, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 7.2
PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 1: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL FORMATO DEL ANEXO-B FORMATO ENTREGA DE MUESTRAS YA QUE EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE LAS PRESENTES BASES NO SE ENCUENTRA.

RESPUESTA: REMITIRSE A NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 11.1.
PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 2: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REALIZARÁN ENTREGAS MENSUALES, O BIEN, NOS INDIQUE CUÁNTAS ENTREGAS SE EFECTUARÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

RESPUESTA: LAS ENTREGAS SE EFECTUARAN CONFORME LOS PEDIDOS EMITIDOS POR ISESALUD

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 11.1.
PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 3: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME, QUÉ PORCENTAJE DEL REQUERIMIENTO, CON RESPECTO A LA CANTIDAD MÁXIMA, SE SOLICITARÁ PARA LA PRIMERA ENTREGA.

RESPUESTA: LAS ENTREGAS SE EFECTUARAN CONFORME LOS PEDIDOS EMITIDOS POR ISESALUD

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 12.1. INCISO E), EN RELACIÓN
CON EL PUNTO 14 INCISO R
PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 4: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL DOCUMENTO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, SOLO APLICA PARA LOS BIENES DEL PROGRAMA DE VIH.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

X PREGUNTA ADMINISTRATIVA
__ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 12.1. INCISO I)
PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 5: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA CARTA DE APOYO SOLICITADA EN ESTE NUMERAL, PODRÁ SER EL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y/O FABRICANTE.

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION CARTA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO

X PREGUNTA ADMINISTRATIVA
__ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 14.1. INCISO U)
PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 6: CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MARCAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN LOS ANEXOS CITADOS EN ESTE PUNTO

RESPUESTA: LAS MARCAS OFERTADAS DEBERAN APEGARSE A LAS DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION, TODA VEZ QUE DE ACUERDO A LA COMPATIBILIDAD DE EQUIPOS, TECNICAS CLINICAS Y QUIRURGICAS ASI COMO CALIDAD REQUERIDA ES INDISPENSABLE QUE SE APEGUEN A LA GAMA DE MARCAS SOLICITADAS POR EL CUERPO MEDICO DE ISESALUD

14.-FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.

X PREGUNTA ADMINISTRATIVA
__ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: Punto 1.13 y 12.1 Inciso I)
PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 1: MI REPRESENTADA ES TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MEXICO DE LOS PRODUCTOS QUE FABRICAN SUS FILIALES ALREDEDOR DEL MUNDO POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL EN MEXICO SEA QUIEN FIRME DICHA CARTA, MANIFESTANDO EN LA MISMA ESTA SITUACIÓN.

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION

__ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
X PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: _____
PARTIDA: 197 ANEXO: ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 2: EN EL ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES, PARTIDA #197, SOLICITAN "Bolsa para fraccionar sangre cuádruple, una primaria para recolectar 450-500ml con 63 a 70 ml de solución CPDA-1, con tubo transportador primario con aditivo adsol con aguja calibre 15 o 16G y otras tres bolsas secundarias de 300ml mínimo, unidad a la primera por tubos"

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LA BOLSA REQUERIDA ES DE LA CONFIGURACIÓN CUÁDRUPLE TOP AND BOTTOM (T&B) CON CPD-SAG MANITOL COMO ACTUALMENTE SE ESTÁ UTILIZANDO EN LAS UNIDADES DE: HOSPITAL GENERAL MEXICALI, HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA Y HOSPITAL GENERAL ENSENADA. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

13.-MEDIBAC, S DE R.L. DE C.V.

1.- PODEMOS OFERTAR PRESENTACION DE 91 DE LARGO X 91 DE ANCHO

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA 108 ANEXO: 1 A

2.- LA PRESENTACION MANEJADA ES POR PAR. SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA 204 ANEXO: 1-D

3.- ACEPTAN LA PRESENTACION NO ESTERIL?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIONAL

4.- PODEMOS OFERTAR POR PIEZA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A PARTIDA: 206 ANEXO: 1-D

16.-MEDICA AVANZADA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:
PARTIDA: 2 ANEXO: 1A-CAUSES

PREGUNTA 1:

SOLICITAN: Cubreboca de Dos Capas de Tela No Tejida, Resistente A Fluidos, Antiestático, Hipoalergénico, con Bandas O Ajuste Elástico A La Cabeza. Desechable.

PROPONGO: MARCA AMBIDERM ECONOPLY DE 3 PLIEGOS

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA 2ANEXO: 1A-CAUSE

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:
PARTIDA: 206 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 2:

SOLICITAN: Guantes de nitrilo o polibutadine- acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Chico.

PROPONGO: PUEDO COTIZAR NO ESTERIL

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:
PARTIDA: 207 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 3:

SOLICITAN: Guantes de nitrilo o polibutadine- acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Mediano. AMBIDERM, PROTEC, NIPRO

PROPONGO: PUEDO COTIZAR NO ESTERIL

RESPUESTA: SE ACEPTA COMO OPCION

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:
PARTIDA: 215 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 4:

SOLICITAN: MARCA AESCULAP, TYCO, BD, BRAUN

PROPONGO: MARCA AMBIDERM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 215 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:
PARTIDA: 275 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 5:

SOLICITAN: MARCA Johnson & Johnson, 3M, BBRAUN

PROPONGO: MARCA AMBIDERM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 275 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSE

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: _____
PARTIDA: 276 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 6:

SOLICITAN: MARCA Johnson & Johnson, 3M, BBRAUN

PROPONGO: MARCA AMBIDERM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 276 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSE

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: _____
PARTIDA: 298 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 7:

SOLICITAN: MARCA AESCULAP, TYCO, BD, BRAUN

PROPONGO: MARCA AMBIDERM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 298 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSE

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: _____
PARTIDA: 299 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 8:

SOLICITAN: MARCA AESCULAP, TYCO, BD, BRAUN

PROPONGO: MARCA AMBIDERM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 299 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: _____
PARTIDA: 300 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

PREGUNTA 9:

SOLICITAN: MARCA AESCULAP, TYCO, BD, BRAUN

PROPONGO: MARCA AMBIDERM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGAR A PARTIDA: 300 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

PREGUNTA 10:

SOLICITAN: MARCA AESCULAP, TYCO, BD, BRAUN

PROPONGO: MARCA AMBIDERM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 301 ANEXO: 1D-MAT MCA CAUSES

18.-SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

1	<p>PREGUNTA: Anexo 1-A Causes, Partida No. 92, Clave 600660906; Solicitamos a la convocante nos confirme la presentación, 500ml o 3,850ml RESPUESTA: LA PRESENTACION REQUERIDA ES DE 3,850 ml</p>
2	<p>PREGUNTA: Anexo 1-D Mat Mca Causes Partida 205, Clave 607110046; Solicitamos a la convocante nos aclare si el tiempo de lectura que se requiere es de 3 horas. RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION</p>
3	<p>PREGUNTA: Anexo 1-D Mat Mca Causes Partida 275, Clave 288; Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar presentación con 50 piezas RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES PARTIDA 275</p>
4	<p>PREGUNTA: Anexo 1-D Mat Mca Causes Partida 276, Clave 204020217; Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar presentación con 50 piezas RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES PARTIDA 276</p>
5	<p>PREGUNTA: Anexo 1-A Causes Partida 108, Clave 0604360669; Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar gasa rollo medida 91m x 91cm RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A ANEXO 1-A CAUSES PARTIDA 108,</p>
6	<p>PREGUNTA: Anexo 1-D Mat Mca Causes Partida 304, Clave 0606260024; Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que la presentación es envase con un par. RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES PARTIDA 304</p>
7	<p>Anexo 1-D Mat Mca Causes Partida 198, Clave 0601250582; Es correcto entender que el convocante requiere que el adhesivo de la barrera sea a base carboximetilcelulosa Sódica y pectina , para así evitar que existan filtraciones, se lacere la piel y aumente la durabilidad de la bolsa? RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES PARTIDA 198,</p>
8	<p>Anexo 1-D Mat Mca Causes Partidas 206, 207 y 296; Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar guantes de nitrilo no estériles. RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A ANEXO 1-D MAT MCA CAUSES PARTIDAS 206, 207 Y 296</p>

9	Anexo 1-D Mat Mca Causes Partidas 215; Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar hojas para bisturí marca ambiderm RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A ANEXO 1-D MAT MICA CAUSES PARTIDAS 215;
---	---

19.-COMETA MERCANTIL, S.A. DE C.V.

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 194 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 1: SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTA EN MEDIDA 18 X 20 CM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 194 ANEXO: ANEXO 1D

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 195 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 2: SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR MEDIDA 10 X 10 CM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. APEGARSE A PARTIDA: 195 ANEXO: ANEXO 1D

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 196 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 3: SOLICITAMOS PERMITA OFERTAR MEDIDA 18 X 20 CM

RESPUESTA: NO SE ACEPTA APEGARSE A PARTIDA: 196 ANEXO: ANEXO 1D

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 202 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 4: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE ESTA CLAVE DEBERA SER DE POLIURETANO DE ACUERDO A LA NOM-022

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 203 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 5: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE ESTA CLAVE DEBERA SER DE POLIURETANO DE ACUERDO A LA NOM-022

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 204 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 6: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE ESTA CLAVE DEBERA SER DE POLIURETANO DE ACUERDO A LA NOM-022

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 285 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 7: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE ESTA CLAVE DEBERA SER DE POLIURETANO DE ACUERDO A LA NOM-022

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 286 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 8: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE ESTA CLAVE DEBERA SER DE POLIURETANO DE ACUERDO A LA NOM-022

RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 287 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 9: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE ESTA CLAVE DEBERA SER DE POLIURETANO DE ACUERDO A LA NOM-022

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 326 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 10: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN 25G O 27 G X 120 CM

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 356 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 11: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN 6 FR X 13CM, DOS LUMEN DE POLIURETANO 22G Y 22G GUIA DE NITINOL DE 50 CM

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
** ____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ____
PARTIDA: 357 ANEXO: ANEXO 1D

PREGUNTA 12: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN 5 FR X 13CM, DOS LUMEN DE POLIURETANO 18G Y 20G GUIA DE NITINOL DE 50 CM

RESPUESTA: RESPUESTA: APEGARSE A AL ANEXO DONDE SE ESPECIFICAN LOS MATERIALES ACEPTABLES PARA ESTE INSUMO

En base a lo anterior el Servidor Público que preside el presente acto, le hace del conocimiento que: Acto seguido, se consulta a los licitantes participantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes por unanimidad respondieron: Afirmativamente, y agregaron no tener más dudas o cuestionamientos en relación a la convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto.


Asimismo, se hace constar que para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha, al finalizar este acto se pone a disposición de los licitantes una copia de esta acta de Junta de Aclaraciones, en el estrado de notificaciones, instalado en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones en el domicilio indicado en el segundo párrafo de esta acta, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> y <https://compras.ebajacalifornia.gob.mx>

Acto seguido se hace del conocimiento de los presentes que se realizara una segunda junta de aclaraciones para responder únicamente los cuestionarios que se deriven de las notas aclaratorias establecidas en esta acta de junta de aclaraciones, citando a los presentes el día **20 de Abril de 2017**, a las **08:30 horas**, por lo que la fecha límite para recepción de cuestionarios será el 19 de abril de 2017 hasta las 08:30 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **10:50 horas** del día **18 de Abril de 2017**, la cual es la única Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional abierta número **LA-902002994-E19-2017**

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

"LA CONVOCANTE"



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones
de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor
de Gobierno
En suplencia del Director de Adquisiciones

"AREA REQUERENTE"



ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA
En Representación del Instituto de Servicios de
Salud Pública de Baja California

LICITANTES:

EMPRESA: Medigroup del Pacífico S.A. de C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Fernando Saiz Juarez

FIRMA: [Firma]

EMPRESA: Consumo Médico SE MEDICAL SERVICE DE CV

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: MA. JOL CRAMEZ AGUIRRE CERRILLO

FIRMA: [Firma]

EMPRESA: Instrumentación y Equipo Médico de B.C. S.A. de C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Estefani Garcia H

FIRMA: [Firma]

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____

[Firma]

[Firma]