

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. OM-ISSSTECALI-165-2017

“SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTECALI REMESA 2017”

Acta de **Junta de Aclaraciones** celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Internacional No. **OM-ISSSTECALI-165-2017**, correspondiente al “**Suministro de Equipo Médico para unidades médicas del ISSSTECALI remesa 2017**”.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **14:00 horas del día 09 de noviembre de 2017**, de conformidad con el **punto 4** de la sección II de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno** los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la **aclaración de dudas acerca de las bases de licitación** como a continuación se indica.

La **C. Grecia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos; en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó **Convocatoria No. 165** Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBC, el día **2 de noviembre de 2017**, así mismo a la fecha se recibieron en tiempo y forma y durante el desarrollo de la presente junta de aclaraciones, los cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación de **cinco posibles licitantes**.

Una vez atendidas las notas aclaratorias y las respuestas a la totalidad de los cuestionarios recibidos, con las que se integró el **anexo 1** que acompaña al presente y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"




GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES
DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO EN
SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"


MARTHA LETICIA TRUJILLO LICON
EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

"ASESOR SOLICITANTE"



CECILIA TIZANADO WYNANTS
EN REPRESENTACIÓN DE CONTRALORIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA (ISSSTECALI)

"ASESOR SOLICITANTE"



GABRIELA LIDIA ORTIZ TAPIA
EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)

"ASESOR SOLICITANTE"



NYDIA GARCIA BELTRAN
EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)

"ASESOR SOLICITANTE"



JUAN MARTIN GUEREÑA PEREZ BRAMBILA
EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)


"OFICIALIA MAYOR"



CARLOS ALBERTO LOPEZ AVALOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

LICITANTES

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA



Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. OM-ISSSTECALI-165-2017
“SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTECALI REMESA 2017”

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura a Cuestionarios de acuerdo al punto 4 de la sección II de las Bases de la Licitación Pública Internacional No. OM-ISSSTECALI-165-2017 referente al “Suministro de Equipo Médico para unidades médicas del ISSSTECALI remesa 2017”.

NOTAS ACLARATORIAS

ACLARACIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ACLARACIÓN NO. 1:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE MODIFICA LA SECCION I DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, CONCATENADO CON EL CAPITULO 1 PUNTO 2, SEGUNDO PARRAFO “OBEJETO DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION” DE LAS CITADAS BASES, MODIFICANDO PARA QUEDAR DE LA SIGUENTE MANERA:

el “ISSSTECALI” por conducto del “COMITÉ DE ADQUISICIONES”, con fundamento en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en los artículos 1, 4, 20, 21 fracción I, 24 fracción III, 28, 29, 30, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; así como artículos 25, 26, 28, 29, 33, 34,35,36, 40 y demás aplicables de su Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se hace una atenta invitación a que participen en el procedimiento de licitación pública Internacional denominada “SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTECALI REMESA 2017”

ACLARACIÓN NO. 2:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE MODIFICA LA SECCION I DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN,

CONCATENADO CON EL CAPITULO II INCISO A) DE LAS CITADAS BASES, MODIFICANDO PARA QUEDAR DE LA SIGUENTE MANERA:

A) Únicamente podrán participar personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y extranjera; y que los bienes a ofertar sean de origen nacional o extranjero.

ACLARACIÓN NO. 3:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE MODIFICA EL ANEXO 7 INCISO M), DEL ANEXO A LAS BASES DE LICITACION, MODIFICANDO PARA QUEDAR DE LA SIGUENTE MANERA:

M) Carta de respaldo del fabricante

ACLARACIÓN NO. 4:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE MODIFICA EL ANEXO 5, DE LOS ANEXO A LAS BASES DE LICITACION, MODIFICANDO PARA QUEDAR DE LA SIGUENTE MANERA:

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 60 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

ACLARACIÓN NO. 5:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE MODIFICA EL ANEXO 9 "LUGAR DE ENTREGA DE EQUIPOS" DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, AGREGANDOSE EL LUGAR DE ENTREGA DE LAS PARTIDAS:

FICHA TECNICA (PARTIDA)	DESCRIPCION	CANTIDAD	UBICACIONES			
			HOSPITAL MEXICALI	HOSPITAL ENSENADA	HOSPITAL TIJUANA	CLINICA REHABILITACION
1	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	2	1		1	
2	DIATERMIA	1				1
3	UNIDAD OFTALMOLOGICA	1	1			
4	ELECTROCARDIOGRAFO INTERMEDIO	3	2	1		
5	REFRIGERADOR PARA	2	2			

[Handwritten signature and vertical text on the right margin]

	FARMACIA					
6	MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA	2	2			

ACLARACIÓN NO. 6:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE MODIFICA LA PARTIDA 1 DEL ANEXO 8 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA 1		
NOMBRE GENÉRICO:	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO	
CANTIDAD	2	
FIRMADA Y CONCLUIDA:	MÉXICALI, B.C A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; ISSSTECALI.	
ESPECIALIDAD(ES):	MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS.	
SERVICIOS:	CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN.	
NOMBRE GENÉRICO:	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 610 A 900 LITROS	
DEFINICIÓN:	EQUIPO QUE PERMITE ESTERILIZAR OBJETOS QUE RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD DE VAPOR A PRESIÓN.	
NOMBRE GMDN:	ESTERILIZADOR DE VAPOR	
DEFINICIÓN GMDN:	EQUIPO CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA, PARA LA TOTAL ELIMINACIÓN O INACTIVACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS EXISTENTES EN INSTRUMENTOS MÉDICOS Y OTROS PRODUCTOS ENVUELTOS EN ENVASES (O NO), CON/SIN CAJAS PARA ESTERILIZACIÓN, MEDIANTE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR A PRESIÓN (ES DECIR, CALOR HÚMEDO); SE UTILIZA EN PRODUCTOS NO SENSIBLES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, EN AGUA Y EN VAPOR.	
DESCRIPCIÓN:	1.- ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD 610 A 900 LITROS.	
	2.- (EMPOTRABLE)	
	3.- (1 PUERTA VERTICAL AUTOMÁTICA DESLIZABLE)	
	4.- ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.	
	5.- CÁMARA CHAQUETA Y PUERTAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316L. (INCLUIR RECTANGULARES	
	6.- ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O PLC.	
	7.- TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN DE 121 Y 134 °C,	
	8.- CON TECNOLOGÍA DE PREVACÍO Y GRAVITATORIO.	
	9.-PROGRAMAS PREESTABLECIDOS MÍNIMOS DE ESTERILIZACIÓN:	9.1.- INSTRUMENTAL: 134°C.
		9.2.- TEXTILES: 134°C.
9.3.- LÍQUIDOS: 121°C.		
9.4.- CAUCHOS: 121°C.		
9.5.- PRUEBA DE FUGA.		
9.6.- PRUEBA DE BOWIE Y DICK.		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

	10.- SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA(S), DURANTE TODO EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
	11.- SISTEMA DE AUTO DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE FALLAS POR MEDIO DE MICROPROCESADOR O PLC.
	12.- PANTALLA DIGITAL PARA DESPLIEGUE DE PARÁMETROS, PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN DE CICLOS Y ALARMAS.
	13.- CAPACIDAD DE ALMACENAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DE 5 AÑOS COMO MÍNIMO. (10 CICLOS)
	14.- INDICADOR AUDIBLE Y VISIBLE DE FIN DE CICLO.
15.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES COMO MÍNIMO:	15.1.- PUERTA (S) MAL CERRADA (S).
	15.2.- FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA.
	15.3.- FALLA DE PRESIÓN DE LA CÁMARA.
	15.4.- FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA.
	15.5.- FALLA EN EL SENSOR DE PRESIÓN.
	15.6.- DESVIACIÓN DE TIEMPOS PREESTABLECIDOS.
	16.- GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 MÍNIMO.
	17.- VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR.
	18.- FILTROS HEPA O MÁXIMO 0.3 MICRONES PARA EL INGRESO DE AIRE LIBRE DE PARTÍCULAS.
	19.- IMPRESORA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR.
	20.- SISTEMA AUTOMÁTICO DE CALIBRACIÓN AJUSTABLE A LA PRESIÓN Y TEMPERATURA.
	21.- SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA DEL EQUIPO.
	22.- DOS CANASTILLAS DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE. (
	23.- SISTEMA DE VACÍO POR BOMBA DE VACÍO.
	24.- SISTEMA ECONOMIZADOR DE AGUA
	25.- CONECTIVIDAD A SISTEMA DE TRAZABILIDAD.
	26.- ABLANDADOR O SUAVIZADOR DE AGUA (SISTEMA DE ÓSMOSIS).
	27.- 2 CARROS DE CARGA TIPO RACK DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 MÍNIMO.
	28.- 2 CARROS TRANSPORTADORES DE RACK DE CARGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 PARA INTRODUCIRSE SIMULTÁNEAMENTE EN LA CÁMARA.
ACCESORIOS: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO	SELLADORA DE BOLSAS.
	PUERTO DE COMUNICACIÓN POR VÍA USB, PUERTO RS232 O ETHERNET.
	CICLOS PROGRAMABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA.
	SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA.
	(MECANISMO SEMI AUTOMATICO DE CARGA Y DESCARGA DE RACK)

[Handwritten signatures and initials]

DEL EQUIPO.	
CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA (5 PIEZAS).
	CARTUCHO PARA IMPRESORA (1 PIEZA).
REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	SEGÚN MARCA Y MODELO
INSTALACIÓN:	SEGÚN MARCA Y MODELO
OPERACIÓN:	POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN
MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.
NORMAS- CERTIFICADOS	ISO-9001-2000 O NMX-CC-9001-IMNC-2000, NORMA ASME O EN285
	PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: FDA O CE. PARA PRODUCTO NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS.

ACLARACIÓN NO. 7:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE MODIFICA LA PARTIDA 2 DEL ANEXO 8 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

FICHA TÉCNICA NO. 2

PARTIDA 2		
DIATERMIA		
CANTIDAD	1	
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.		
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.		
MEDIÓ DE TRATAMIENTO QUE SE FUNDAMENTA EN EL EMPLEO DE CORRIENTES ELÉCTRICAS DE ALTA FRECUENCIA PARA ELEVAR LA TEMPERATURA EN PARTES PROFUNDAS DEL CUERPO HUMANO.		
1.- DIATERMIA DE INDUCCIÓN Y	1.1	CONTINUO: POTENCIA PROMEDIO 100W.
	MODOS:	PULSADO: POTENCIA MÁXIMA 200W.

CAPACITIVA.	1.2 FRECUENCIA DE PULSO: 10, 20, 50, 100 Y 400 HZ.
	1.3 ANCHO DE PULSO AJUSTABLE DE 20-400 MICROSEGUNDOS
	1.4 TIEMPO DE TRATAMIENTO DE 1-60 MIN
	1.5 PANTALLA TÁCTIL A COLOR
	1.6 DOS CANALES DE SALIDA
	1.7 BRAZOS PORTA ELECTRODOS ARTICULADOS
	1.8 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
	1.9 SOFTWARE EN ESPAÑOL
	1.10 MINIMO 90 PROTOCOLOS CLINICOS
	1.11 LIBRERÍA GRAFICA ANATOMICA
	1.- DOS TRANSDUCTORES CAPACITIVOS CON SUS CABLES DE 120MM. 2.- DOS CABLES DE CONEXION. 3.- TUBO INDICADOR DE DESCARGA. 4.- DOS BRAZOS PORTA ELECTRODOS ARTICULADOS. 5.- UN TRANSDUCTOR INDUCTIVO TIPO TAMBOR DE 14 CM DE DIAMETRO. 6.- UN BRAZO ARTICULADO PARA ELECTRODO TIPO TAMBOR 7.- UN CABLE ESPECIAL PARA TAMBOR. 8.- CARRO RODABLE. 9.- MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
CONSUMIBLES	NO APLICA
ACCESORIOS OPCIONALES	NO APLICA
REFACCIONES	NO APLICA
INSTALACION	OPERACIÓN EN 120 VOLTS Y 60 HZ
OPERACION	POR PERSONAL CALIFICADO
MANTENIMIENTO	PREVENTIVO Y CORRECTIVO
NORMAS- CERTIFICADOS	NOM,FDA O UE

ACLARACIÓN NO. 8:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE MODIFICA LA PARTIDA 5 DEL ANEXO 8 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA 5	
REFRIGERADOR PARA FARMACIA	
CANTIDAD	2
FIRMADA Y CONCLUIDA	MEXICALI BAJA CALIFORNIA A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE ISSSTECALI
ESPECIALIDAD(ES):	MEDICAS Y QUIRURGICAS
SERVICIOS:	CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACION, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
DEFINICION:	EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION A TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE MEDICAMENTO
1.- EQUIPO	1.1.-CAPACIDAD DE 37 PIES CÚBICOS
	1.2.-PANELES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE 304

1.3.-PANELES EXTERNOS GALVANIZADOS CON PINTURA EPÓXICA
1.4.-CON 10 PARRILLAS AJUSTABLES EN ACERO INOXIDABLE
1.5.-CON DOSPUERTAS DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO,) CON MANIJA ERGONÓMICA Y SISTEMA DE AUTO CIERRE, EMPAQUE MAGNÉTICO QUE OFRECE UN SELLADO HERMÉTICO Y CERRADURA DE SEGURIDAD CON LLAVE POR DUPLICADO QUE NO CONTACTA EL INTERIOR
1.6.- LÁMPARAS CON LUZ LED
1.7.-GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE 7 DIAS
1.8.- ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO MEDIANTE DIFUSOR COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA TENER TEMPERATURA HOMOGÉNEA Y CONSTANTE. EL DIFUSOR PARA CON LA PUERTA ABIERTA
1.9.-AISLADO CON POLIURETANO DE 38 KGS/M3 DE 5 CMS DE ESPESOR, LIBRE DE CFC
1.10.-COMPRESOR HERMETICAMENTE SELLADO, SILENCIOSO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
1.11.-CONDENSADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO
1.12.-4 PATAS CON BASE AISLANTE NIVELADORAS
1.13.-CON REGULADOR DE VOLTAJE, CON SUPRESOR DE PICOS, RETARDADOR DE VOLTAJE Y SIN FUSIBLE
1.14.-CON SISTEMA DE DATA LOGGER DE TEMPERATURA INSTALADO EN EL EQUIPO

.....”

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES:

- ABSTEN DIAGNOSTIK S.A. DE C.V:

PREGUNTA 1

DE LA SECCIÓN I, CAPÍTULO II, NUMERAL 1, INCISO A).

ESTE INCISO DICE: A) ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS BIENES A OFERTAR SEAN DE ORIGEN NACIONAL Y CUENTEN POR LO MENOS CON UN GRADO DE CINCUENTA POR CIENTO DE CONTENIDO NACIONAL.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PODEMOS OFERTAR BIENES DE PROCEDENCIA INTERNACIONAL? ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 2

PREGUNTA 2.

DE LA SECCIÓN I, CAPÍTULO II, NUMERAL 3, DENTRO DEL CONTENIDO DE ESTE PUNTO SOLITA LO SIGUIENTE: FECHA: EL SUMINISTRO DE LOS BIENES EN TODAS LAS PARTIDAS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ COMO FECHA MÁXIMA PARA LA ENTREGA DE 35 (TREINTA Y CINCO) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN; EN EL ENTENDIDO QUE SE PODRÁN REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN PLAZOS MENORES AL MÁXIMO

ESTABLECIDO, MAS NO SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA A LA CONVOCANTE, QUE DERIVADO DE QUE ES UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL Y CONSIDERANDO EL TIEMPO QUE SE LLEVA EN IMPORTAR LOS BIENES DEL EXTRANJERO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS BIENES QUE EN SU CASO SE NOS SEAN ADJUDICADO EN UN PERIODO DE 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA DE LA FECHA DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA

PREGUNTA 3.

DE LA SECCIÓN II, CAPÍTULO I, NUMERAL 2, DENTRO DEL CONTENIDO DE ESTE PUNTO SOLITA LO SIGUIENTE: EL "LICITANTE" DEBERÁ RELACIONAR EL "ANEXO 8", CON EL "ANEXO 9" PARA OBJETO DE PREPARAR SU PROPUESTA, YA QUE EL ÚLTIMO ANEXO CONTIENE LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS, Y EL LUGAR DONDE SE DEBEN ENTREGAR, INSTALAR, PONER EN MARCHA, OTORGAR CAPACITACIÓN, ETC.

EL ANEXO 9 NO MENCIONA CUALES EQUIPOS CORRESPONDEN A CADA UNIDAD MÉDICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS MENCIONE LA FORMA EN QUE SE DISTRIBUIRÁN LOS BIENES SOLICITADOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 9.

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 5

PREGUNTA 4.

DE LA SECCIÓN II, PROPUESTA TÉCNICA, INCISO A).

SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN EL ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA, SE PONDRÁN LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 8, O LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE.FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: DEBERAN PONER LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES QUE SE OFERTEN LAS CUALES DEBEN COINCIDIR COMO MINIMO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 5.

DE LA SECCIÓN II, PROPUESTA TÉCNICA, INCISO L). ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LAS MUESTRAS (LITERATURA) DE LOS BIENES OFERTADOS SUJETO A EVALUACIÓN, CORRESPONDEN A LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS? DE NO SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE A QUE SE REFIERE CON LAS MUESTRAS (LITERATURA) DE LOS BIENES OFERTADOS.

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 6.

DE LA SECCIÓN II, PROPUESTA TÉCNICA, INCISO L).

SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS MUESTRAS (LITERATURA), SE DEBERÁ DE ENTREGAR EN UN SOLO TANTO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA,

O SE DEBERÁ DE PRESENTAR EN DOS TANTOS, UNO DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y OTRO FUERA DE LA MISMA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: LAS MUESTRAS (LITERATURA), DEBERÁ PRESENTARSE JUNTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE LA PROPUESTA TÉCNICA.

PREGUNTA 7.

DE LA SECCIÓN II, NUMERAL 12.1 Y CON RELACIÓN AL ANEXO 5. EL NUMERAL 12.1 DICE LO SIGUIENTE: 12.1.- LA PROPUESTA TENDRÁ VALIDEZ OBLIGATORIA POR 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE LAS MISMAS ESTABLECIDA POR EN ESTAS ESTAS BASES DE LICITACIÓN (PUNTO 15 CAPÍTULO I SECCIÓN II). LA PROPUESTA CUYO PERIODO DE VALIDEZ SEA MÁS CORTO QUE EL REQUERIDO PODRÁ SER DESECHADO POR EL "COMITÉ" POR NO AJUSTARSE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. Y EL ANEXO 5 EN SU CONTENIDO DICE LO SIGUIENTE: CONVENIMOS ADEMÁS EN MANTENER ESTA OFERTA POR UN PERIODO DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA DE LAS MISMAS; OFERTA QUE NOS OBLIGA Y PODRÁ SER ACEPTADA EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE EXPIRE EL PERIODO YA INDICADO. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS MENCIONE EL TIEMPO CORRECTO QUE MANTENDREMOS LA OFERTA PRESENTADA. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 4.

PREGUNTA 8.

DEL ANEXO 7. ESTE PUNTO SOLICITA LO SIGUIENTES:

7	M.	COPIA DEL RECIBO DE PAGO
---	----	--------------------------

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE ESTE PUNTO NO APLICA YA QUE LAS PRESENTES BASES NO SE ADQUIEREN POR MEDIO DE PAGO Y POR ENDE LO TENEMOS QUE ELIMINAR DEL ANEXO 7? ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 3

PREGUNTA 9.

DEL ANEXO 8, PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, PUNTO 3.- DE UNA PUERTA O DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE. ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE DE TIPO VERTICAL. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 6

PREGUNTA 10.

DEL ANEXO 8, PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, PUNTO 5.- CÁMARA CHAQUETA Y PUERTAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316L. SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS PUERTAS EN ACERO REVESTIDO PINTADO, YA QUE EL ACERO INOXIDABLE EN PANELES FRONTALES ES UN MATERIAL MÁS SUCIO Y DIFÍCIL DE LIMPIAR, AGREGANDO QUE ESTO NO AFECTA A LA CALIDAD EN LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 11.

DEL ANEXO 8, PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, PUNTO 5.- CÁMARA CHAQUETA Y PUERTAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316L. ENTENDEMOS QUE PARA UN MEJOR PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DEBEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON CÁMARA Y RECÁMARA CONTINUA. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN OBLIGAR A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 12.

DEL ANEXO 8, PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, PUNTO 6.- ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O PLC. ENTENDEMOS QUE PARA UN MEJOR CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DEBEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON DOBLE MICROPROCESADOR, UNO PARA CONTROL Y OTRO PARA REGISTRO INDEPENDIENTES. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERÁ SER AUTOMÁTICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O P.L.C., MIENTRAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS.

PREGUNTA 13.

DEL ANEXO 8, PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, PUNTO 8.- CON TECNOLOGÍA DE PRE VACÍO Y GRAVITATORIO. ENTENDEMOS QUE PODÉMOS OFERTAR EQUIPO CON SISTEMAS DE PRE VACÍO PARA LA ESTERILIZACIÓN Y EL GRAVITATORIO COMO PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO

EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR Y SE REFIERA AL SISTEMA GRAVITATORIO DE ESTERILIZACIÓN SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO SOLO CON SISTEMA DE PRE VACÍO YA QUE EL SISTEMA GRAVITATORIO ES UN SISTEMA QUE YA NO SE UTILIZA EN LOS EQUIPOS EUROPEOS Y ESTO LIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS.

RESPUESTA: NO APLICA, RESPUESTA ANTERIOR ACEPTADA.

PREGUNTA 14.

DEL ANEXO 8, PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, PUNTO 13.- CAPACIDAD DE ALMACENAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DE 5 AÑOS COMO MÍNIMO. ENTENDEMOS QUE PARA EL ALMACENAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DE 5 AÑOS COMO MÍNIMO PODEMOS AUXILIARNOS DE SOPORTES TIPO USB, SERVIDORES O PC. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA, ¿SE PODRÍA ESPECIFICAR EL NÚMERO DE CICLOS REQUERIDOS PARA LOS 5 AÑOS?

RESPUESTA: NO APLICA, RESPUESTA ANTERIOR ACEPTADA.

PREGUNTA 15.

DEL ANEXO 8, PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, PUNTO 23.- SISTEMA DE VACÍO POR BOMBA DE VACÍO. CON EL OBJETIVO DE CUIDAR LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN ASÍ COMO LOS RECURSOS DEL MISMO ENTENDEMOS QUE DEBEREMOS OFERTAR UN SISTEMA DE VACÍO POR EYECTOR (SISTEMA VENTURI) CON BOMBA DE RECIRCULACIÓN Y DEPÓSITO ECONOMIZADOR, SILENCIOSO EFICAZ Y DE BAJO MANTENIMIENTO.¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERÁ TENER BOMBA DE VACIO.

PREGUNTA 16.

DEL ANEXO 8, PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO ISO-9001-2000 O NMX-CC-9001-IMNC-2000, NORMA ASME O EN285. NORMAS Y CERTIFICADOS. ENTENDEMOS QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ISO-9001-2000 PODEMOS PRESENTAR EL ISO-9001-2008 EL CUAL CUMPLE CON LAS MISMAS NORMAS. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE ACEPTA.

-DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

CAPITULO II, PUNTO 1, INCISO A) DICE: ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS BIENES A OFERTAR SEAN DE ORIGEN NACIONAL Y CUENTEN POR LO MENOS CON UN GRADO DE CINCUENTA POR CIENTO DE CONTENIDO NACIONAL. PREGUNTA: CREEMOS QUE HAY UN ERROR EN ESTE PUNTO DEBIDO A QUE LA LICITACIÓN TIENE COMO TITULO DE "LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL", POR LO QUE PODEMOS OFERTAR BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 2

PREGUNTA 2

CAPITULO II, PUNTO 3 DICE: FECHA: EL SUMINISTRO DE LOS BIENES EN TODAS LAS PARTIDAS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ COMO FECHA MÁXIMA PARA LA ENTREGA DE 35 (TREINTA Y CINCO) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN;

PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE POR LA NATURALEZA DE LOS EQUIPOS Y DEBIDO A QUE OFERTAMOS BIENES CON ORIGEN DE IMPORTACIÓN QUE TIENEN QUE SER TRANSPORTADOS EN BARCO LA FECHA DE ENTREGA SE EXTIENDA A 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA

PREGUNTA 3

SECCIÓN II CAPÍTULO 1 PUNTO 6 I. PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE EN CASO DE PRESENTAR CUALQUIER MATERIAL IMPRESO NO MODIFICADO

PROPORCIONADO EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, PODER PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA TRADUCCIÓN PODRÁ CONTENER ÚNICAMENTE LAS PAGINAS O PÁRRAFOS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA

PREGUNTA 4

PUNTO 7 INCISO M DICE: DEBIENDO SEÑALAR NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN, NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR AL QUE LE OTORGA EL RESPALDO, ASÍ COMO NOMBRE, R.F.C. Y DOMICILIO DEL FABRICANTE, FECHA DE ELABORACIÓN Y VIGENCIA DE LA CARTA DE APOYO, SEÑALANDO NOMBRE DEL EQUIPO Y PARTIDA EN LAS CUALES APOYARÁ AL DISTRIBUIDOR.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN DE IMPORTACIÓN INDICAREMOS QUE EL R.F.C. DEL FABRICANTE NO APLICA ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 5

PARTIDA 1, PUNTO 2 DICE: TIPO GABINETA O EMPOTRABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CON CUAL DE LAS DOS CONFIGURACIONES NECESITAN EL EQUIPO ¿TIPO GABINETE O EMPOTRABLE?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA No. 6

PREGUNTA 6

PARTIDA 1, PUNTO 13 DICE: CAPACIDAD DE ALMACENAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DE 5 AÑOS COMO MINIMO.

PREGUNTA: DEBIDO A LA IMPORTANCIA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTERILIZADORES DE VAPOR EN UN HOSPITAL, ES IMPERANTE QUE EN CASO DE QUE EL EQUIPO PRESENTE ALGUNA FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO LA SITUACIÓN SEA CORREGIDA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, Y TAMBIÉN TOMANDO EN CUENTA QUE EL CORTO TIEMPO EN EL QUE EL MATERIAL ESTERILIZADO PASA DE CEYE A QUIRÓFANO NO ES NECESARIO ALMACENAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR 5 AÑOS POR LO QUE PARA CUESTIONES PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA CEYE LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 10 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: DEBERÁ APOYARSE EN SOPORTES TIPO USB, SERVIDORES O PC.

PREGUNTA 7

PARTIDA 1, PUNTO 13 PREGUNTA: EN CASO DE TENER UNA NEGATIVA EN LA PREGUNTA ANTERIOR LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARA CUAL ES LA FINALIDAD DE ALMACENAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DE 5 AÑOS COMO MINIMO.

RESPUESTA: SE PUEDE EFECTUAR POR EQUIPOS INTERCONECTADOS.

PREGUNTA 8

PARTIDA 1 PUNTO 16 DICE: GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 MÍNIMO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN SEAN CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, SOLDADOS EN UNA BRIDA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 9

PARTIDA 1 SIN PUNTO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA QUE ADQUIERAN UN EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y CON LA MAYOR CALIDAD QUE LA TUBERÍA SEA DE ACERO INOXIDABLE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 10

PARTIDA 1 SIN PUNTO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA QUE ADQUIERAN UN EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y CON LA MAYOR CALIDAD QUE LAS VÁLVULAS SEAN NEUMÁTICAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 11

PARTIDA 1 PUNTO 23 DICE: SISTEMA DE VACÍO POR BOMBA DE VACÍO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA QUE ADQUIERAN UN EQUIPO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE EL SISTEMA DE VACIO SEA ATRAVES DE BOMBA DE VACIO POR TECNOLOGÍA DE ANILLO LIQUIDO CON SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA QUE AHORRE ENERGÍA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 12

PARTIDA 1 PUNTO 26 26.- ABLANDADOR O SUAVIZADOR DE AGUA (SISTEMA DE ÓSMOSIS). PREGUNTA: SE REFIERE A QUE EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA ESTE INTEGRADO AL EQUIPO.

RESPUESTA: PODRÁ ESTAR INTEGRADO O COMO COMPLEMENTO DEL EQUIPO.

PREGUNTA 13

PARTIDA 1 CONSUMIBLES. DICE: CARTUCHO PARA IMPRESORA (1 PIEZA). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE OFERTAR UNA IMPRESORA TERMICA LO CUAL ES MAS ECONÓMICO PARA USTEDES A LARGO PLACO ESTE PUNTO NO APLIQUE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 14

PARTIDA 4 PUNTO 3.1 DICE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 40 ESTUDIOS COMO MINIMO.PREGUNTA: DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL ALMACENAMIENTO EN MEMORIA INTERNA SEA DE 800 ESTUDIOS COMO MINIMO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 15

DICE: CON TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS VIA PUERTO SERIAL (RS232), VIA MODEM, ETHERNET, WIRELESS Y/O DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO A UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO Y DICOM.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AQUÍ EXISTE UN ERROR EN ESTE PUNTO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA DICOM ES PARA IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN POR LO QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE ÚNICAMENTE CON TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS VIA PUERTO SERIAL (RS232), VIA MODEM, ETHERNET, WIRELESS Y/O DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO A UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: EL EQUIPO DEBERÁ CONECTARSE A DICOM.

-GRUPO REINET, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

2.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DICE: "..... ISSSTECALI, POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN LOS ARTÍCULOS 1,4,20,21 FRACCIÓN I, 24 FRACCIÓN II, 28,29,30,32,33,34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 25,26,28,29,33,34,35,36,40 Y DEMÁS APLICABLES DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE HACE UNA ATENTA INVITACIÓN A QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DENOMINADA "SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTECALI REMESA 2017", CUYAS CARACTERÍSTICAS SE INDICAN EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN."

PREGUNTA:

CONFORME AL PÁRRAFO ANTERIOR Y EN CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN LA CARATULA DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE PUEDEN OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN, YA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN AL ESTAR SUSTENTADA BAJO EL ART. 24 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SOLO PODRÍAN PARTICIPAR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES Y / O SERVICIOS A ADQUIRIR DEBERÁN SER PRODUCIDOS EN EL PAÍS, Y DEBERÁN CONTAR POR LO MENOS CON UN CINCUENTA POR CIENTO DE CONTENIDO NACIONAL. **FAVOR DE ACLARAR.**

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 1

PREGUNTA 2

1.- LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MATERIA DEL CONCURSO QUEDARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES, CON INDEPENDENCIA DE LAS DEMÁS QUE SE ESTABLEZCAN EN LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN.

DICE: "A) ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS BIENES A OFERTAR SEAN DE ORIGEN NACIONAL Y CUENTEN POR LO MENOS CON UN GRADO DE CINCUENTA POR CIENTO DE CONTENIDO NACIONAL."

PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE ANTE ESTA CONDICIONANTE SE CONTRADICE CON EL CARÁCTER ESTABLECIDO POR EL CARATULA DE LA LICITACIÓN LA CUAL SEÑALA QUE EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL Y CON ELLO SE LIMITARÍA LA PARTICIPACIÓN DE BIENES DE IMPORTACIÓN FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 2

PREGUNTA 3

3.- FORMA DE ENTREGA E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES

DICE: "FECHA: EL SUMINISTRO DE LOS BIENES EN TODAS LAS PARTIDAS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ COMO FECHA MÁXIMA PARA LA ENTREGA DE 35 (TREINTA Y CINCO) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN; EN EL ENTENDIDO QUE SE PODRÁN REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN PLAZOS MENORES AL MÁXIMO ESTABLECIDO, MÁS NO SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES".

PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE BRINDARLE A LA PROVEEDURÍA UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTÉ AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE FALLO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA

PREGUNTA 4

4.- PLAZO DE ENTREGAS Y RECEPCIÓN

PLAZOS DE ENTREGA

DICE: "EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 35 (TREINTA Y CINCO) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN".

PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE BRINDARLE A LA PROVEEDURÍA UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN Y NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTÉ AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE FALLO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA

PREGUNTA 5

9.- NORMATIVIDAD APLICABLE

DICE: ES APLICABLE A LA PRESENTE LICITACIÓN, LA LEY GENERAL DE SALUD Y SUS REGLAMENTOS, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES APLICABLES EN MATERIA. LOS LICITANTES DEBERÁN DE CUMPLIR ADEMÁS CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES.

PREGUNTA: EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ESTE PUNTO, ENTENDEMOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR APARTE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SEÑALADOS EN CADA CÉDULA TÉCNICA, EL CERTIFICADO ISO 9001:2008 DE LA EMPRESA LICITANTE ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO.

PREGUNTA 6

7.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
PROPUESTA TÉCNICA, INCISO M)

PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR COMO SUBDISTRIBUIDORES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR PRIMARIO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, TAL COMO SE SEÑALA EN EL INCISO M), PUNTO 7, SECCION II DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 7

CEDULAS DE DESCRIPCIÓN. FICHAS TÉCNICAS

DEBEMOS ENTENDER QUE PODEMOS OFERTAR PRODUCTOS QUE SON FABRICADOS POR COMPAÑÍAS CUYA CASA MATRIZ SE ENCUENTRE ESTABLECIDA EN PAÍSES QUE CUENTEN CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO BENEFICIANDO LA LIBRE COMPETENCIA Y MEJORES CONDICIONES ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 8

CEDULAS DE DESCRIPCIÓN. FICHAS TÉCNICAS

EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA. SE ENTIENDE QUE ANTE EL COMUNICADO DE COFEPRIS CON OFICIO NO. CAS/1/OR/1232/2015 ENVIADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA "SAT" SE CONSIDERA COMO ORIGEN DE MANUFACTURA DEL BIEN, TANTO EL PAÍS DE MANUFACTURA DEL PRODUCTO MENCIONADO EN EL REGISTRO SANITARIO "HECHO EN", "FABRICADO EN", COMO EL FABRICANTE LEGAL "FABRICADO PARA" INCLUIDO EN EL REGISTRO SANITARIO, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS. ENTENDIENDO QUE ANTE ESTE COMUNICADO SE PUEDE CONSIDERAR EL ORIGEN DEL FABRICANTE LEGAL COMO EL PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO APLICA, RESPUESTA ANTERIOR POSITIVA.

PREGUNTA 9

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.

PUNTO 1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA OTORGADA UNA TOLERANCIA DE +/-10 LITROS, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 10

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 2, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN SI REQUIEREN QUE EL EQUIPO SEA DE GABINETE O EMPOTRADO, ESTO DEBIDO A QUE ESTO VARIA EN EL PRECIO DEL EQUIPO.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 11

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 3, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUEN SI ¿EL EQUIPO A OFERTAR SERÁ DE UNA PUERTA O DE DOBLE PUERTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 12

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 3, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PUERTA DEBERÁ DE SER DE APERTURA ELÉCTRICA DESLIZABLE Y NO DE APERTURA MANUAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 13

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 5, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CÁMARA DEBERÁ DE SER RECTANGULAR, ESTO CON EL FIN DE APROVECHAR AL MÁXIMO EL ESPACIO ÚTIL DEL ESTERILIZADOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 14

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 5, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CHAQUETA DEBERÁ DE SER COMPLETA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE MANTENGA UNA HOMOGENEIDAD EN EL VAPOR DE LA CHAQUETA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 15

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 8, HOY EN DÍA EL SISTEMA GRAVITATORIO ESTÁ CADA VEZ EN MENOR USO, ESTO DEBIDO A QUE LA BOMBA DE VACÍO REGULA LA EXTRACCIÓN DE VACÍO, POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN SISTEMA DE PRE VACÍO A TRAVÉS DE BOMBA DE VACÍO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA

PREGUNTA 16

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 9, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR PROGRAMAS PREESTABLECIDOS O CONFIGURABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 17

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 13, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ESTO DEBIDO A QUE EL ESTERILIZADOR CUENTA CON UN RESPALDO DE LOS ÚLTIMOS 10 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, ADEMÁS DE ELLOS POSTERIOR A CADA CICLO SE IMPRIME EL RESULTADO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 18

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 14, EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR NO HAYA SIDO ACEPTADA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN SISTEMA DE ETHERNET Y SOFTWARE POR EL CUAL, NOS PERMITA EXPORTAR LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN Y SE ALMACENEN TANTO COMO EL USUARIO DESEE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 19

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 22, DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE COLOCAR LAS 8 CANASTILLAS DENTRO DEL ESTERILIZADOR Y CON EL FIN DE NO ENCARECER EL EQUIPO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE REDUZCA A 2 LAS CANTIDAD DE CANASTILLAS REQUERIDAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 20

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 25, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE TENER EL SISTEMA DE CONEXIÓN A TRAZABILIDAD, MÁS NO ASÍ DEBERÁ DE OFERTARSE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD ¿ES CORRECTA

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 21

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 26, ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO OFERTAREMOS UN SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA Y EL SOLICITADO EN EL APARTADO DE ACCESORIOS NO DEBEMOS DE OFERTARLO AL ESTARSE DUPLICANDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 22

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 27, CON EL FIN DE NO ENCARECER EL EQUIPO, SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO OFERTAR SOLO UN CARRO DE CARGA TIPO RACK ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 23

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO 28, CON EL FIN DE NO ENCARECER EL EQUIPO, SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO OFERTAR SOLO UN CARRO DE TRASLADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 24

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO ACCESORIOS: ES CORRECTO ENTENDER QUE USTÉDES SE REFIEREN A QUE UNA VEZ PUESTO EN MARCHA UN PROGRAMA, EL ESTERILIZADOR ELABORA AUTOMÁTICAMENTE LA CARGA A TRAVÉS DE LA COMBINACIÓN PREDEFINIDA DE LAS SIGUIENTES FASES ESTÁNDAR (ACONDICIONAMIENTO, ESTERILIZACIÓN Y SECADO) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: EL PUNTO SE REFIERE A LA CARGA Y DESCARGA DEL RACK MEDIANTE UN MECANISMO.

PREGUNTA 25

PARTIDA N° 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO

PUNTO CONSUMIBLES: NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UNA IMPRESORA TÉRMICA POR LO CUAL NO REQUIERE DE CARTUCHOS, LO QUE REPRESENTA UN AHORRO PARA EL HOSPITAL, POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 26

PARTIDA 2.- DIATERMIA

PREGUNTA 1 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO SOLICITADO DEBE CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 A NOMBRE DEL FABRICANTE. ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA No. 7

PREGUNTA 27

PARTIDA 2.- DIATERMIA

PREGUNTA 2: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO SOLICITADO DEBE DE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 28

PARTIDA 4 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN

PUNTO 2.1 DEBEMOS ENTENDER QUE LA PANTALLA DEL ELECTROCARDIOGRAFO SEA DE 7 PULGADAS TÁCTIL PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS TRAZOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 29

PARTIDA 4 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN

PUNTO 2.2.1.- SOLICITAN AL MENOS TRES DIFERENTES VELOCIDADES DE IMPRESIÓN, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN ELECTROCARDIOGRAFO CON DOS VELOCIDADES DE IMPRESIÓN 25 Y 50 MM/SEG

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 30

PARTIDA 4 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN

PUNTO 4.1.- SOLICITAN IMPRESIÓN EN HOJAS TAMAÑO 21.6 X 27.9 CM, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN ELECTROCARDIOGRAFO CON UNA IMPRESIÓN EN HOJAS TAMAÑO 110 X 285 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 31

PARTIDA 4 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN

PUNTO 4.2.- ES CORRECTO QUE LA IMPRESIÓN DEBE DE INCLUIR MEDICIONES, DATOS DE PACIENTE, INTERPRETACIÓN ASÍ COMO UNA GRÁFICA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN MAPA CIRCULAR MULTIEJE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 32

PARTIDA 5 REFRIGERADOR FARMACIA

1.- PUNTO 1.1 CAPACIDAD 37 PIES CUBICOS

PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER COTIZAR UN REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 40 PIES CUBICOS, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 33

PARTIDA 5 REFRIGERADOR FARMACIA

2.- PUNTO 1.5 CON DOS PUERTAS DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO CON GAS FREON EN SU INTERIOR..... ETC.

PREGUNTA: CREEMOS QUE EXISTE UN ERRO YA QUE EL GAS FREON ES PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION Y EL GAS QUE SE USA PARA EVITAR CONDENSACION EN LAS PUERTAS ES EL GAS ARGON, POR LO QUE SOLICITAMOS COTIZAR CON GAS ARGON... SE ACEPTA?

RESPUESTA: DEBERA APEGARSE A LA NOTA ACLARTORIA No. 8

PREGUNTA 34

PARTIDA 5 REFRIGERADOR FARMACIA

3.- PUNTO 1.12 4 PATAS CON BASE AISLANTE NIVELADORAS

PREGUNTAS: SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON 4 RUEDAS (DOS CON FRENO), COMO OPCION PARA FACIL MOVILIDAD Y LIMPIEZA, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 35

PARTIDA 5 REFRIGERADOR FARMACIA

4.- CONSUMIBLES: DICE 1 PAQUETE DE PLUMILLAS, 1 PAQUETE DE PAPEL PARA GRAFICADOR

REGUNTA: SE SUGIERE 1 PAQUETE CON 2 PLUMILLAS Y 1 PAQUETE CON 100 PAPELES PARA GRAFICADOR (GRAFICAS). SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 36

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PUNTO 2.6 CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO SEGÚN SUS NECESIDADES, EL EQUIPO PODRÁ CONTAR CON MESA DE TRABAJO FIJA Y DESLIZABLE. ¿ES CORRECTO

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 37

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA 6 PUNTO 2.15.1 DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ SER CON CANISTER SENCILLO ES REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 38

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA 6. PUNTO 2.15.1 DEBEMOS DE ENTENDER QUE DE ACUERDO A LO SOLICITADO PERMITIRÁ EL CAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA SIN OCASIONAR FUGAS EN EL CIRCUITO SIN ADAPTADORES, CON MENSAJE EN PANTALLA QUE INDIQUE QUE EL CANISTER HA SIDO REMOVIDO O NO SE ENCUENTRA CONECTADO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 39

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA 6 PUNTO 2.15.3 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO QUE INCLUYA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO O APAGADO E INDICADOR DE FLUJO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 40

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA 6 PUNTO 2.16 EL VENTILADOR DEBERÁ CONTAR CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO QUE INCLUYA PUERTO DE INTERFASE DE COMUNICACIÓN SERIAL RS232, USB PARA LA POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DE DATOS CON SISTEMA ELECTRÓNICO QUE PUEDAN SER INTERFAZADOS A RED DEL

HOSPITAL, (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO) DONDE SE PUEDAN ALMACENAR ESTATUS DE ALARMAS, MODOS VENTILATORIOS USADOS DURANTE LA CIRUGÍA Y ESTADO DE LA MÁQUINA. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 41

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA 6. PUNTO 1.1 MODOS DE VENTILACIÓN, ADICIONAL A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO Y CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EQUIPO CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO EN VENTILACIÓN DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ DEMOSTRARSE QUE SE PUEDE INCLUIR MODO DE VENTILACIÓN NEONATAL. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 42

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA 6. PUNTO 1.1 ES CORRECTO QUE DEBERÁ CONTAR CON A MODALIDAD DE PRESIÓN SOPORTE CON DISPARO DE PRESIÓN O FLUJO. ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 43

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA 6 PUNTO 2.9 DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ CONTAR CON MAYOR TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA, CON AL MENOS 90 MINUTOS ¿ES CORRECTO LO ANTERIOR?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA 44

PARTIDA 6 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA 6. PUNTO 1.2 MODOS DE VENTILACIÓN... CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EQUIPO CON MAYORES PRESTACIONES EN VENTILACIÓN DEBEMOS ENTENDER QUE DEBERÁ INCLUIRSE VOLUMEN GARANTIZADO O SU EQUIVALENTE COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

-MEDIXSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PARTIDA NO. 3 UNIDAD OFTALMOLOGICA

PUNTO 1 INCISO 2.4 SOLICITAN QUE EL SILLON PUEDA GIRAR 180 GRADOS, ENTENDEMOS QUE EL GIRO ES 90 GRADOS A LA DERECHA Y 90 GRADOS A LA IZQUIERDA, FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: ES CORRECTO

PREGUNTA 2

PARTIDA NO. 3 UNIDAD OFTALMOLOGICA

PUNTO 5 INCISO 5.2 SOLICITAN LÁMPARA DE HENDIDURA CON SELECTOR DE AUMENTOS EN 5 PASOS DE, 6X, 10X, 16X, 25X, 40X. SOLICITAMOS COMO OPCIONAL QUE EL RANGO DE MAGNIFICACION DE LA OPTICA SEA MÁS AMPLIO DENADO MEJOR VISUALIZACION AL MOMENTO DEL ESTUDIO.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

-MEDIBAC, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PARTIDA 1 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO.

SE CUENTAN CON LAS INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS, ELÉCTRICAS, SUMINISTRO DE AGUA, AL PIE DEL LUGAR-DESTINO DEL EQUIPO?

RESPUESTA: ESTAS INSTALACIONES NO SON PARTE DE LA LICITACIÓN

PREGUNTA 2

EN ESTA PARTIDA SE DEBE INCLUIR LA OSMOSIS INVERSA, O EL HOSPITAL YA CUENTA CON EL EQUIPO?

RESPUESTA: ESTA SOLICITADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN COMO PARTE DEL EQUIPO

