



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

**Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta
Número LA-902002994-E39-2017
"Suministro de unidades estomatológicas
para el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California"**

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta Número **LA-902002994-E39-2017**, convocado para la contratación del **Suministro de unidades estomatológicas para el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California**.

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **13:30** horas del día **18 de julio de 2017**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, la C. **Evangelina Legaspy Dávalos**, Jefe del Departamento de Compras de la Oficialía Mayor de Gobierno, Servidor Público designado por la C. Loreto Quintero Quintero, Oficial Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4 fracción II letra B. y 25 fracciones IV, IX y XIII, 26 fracción II, 28 fracciones I y IX y 72 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno; artículos 1 fracción VI y 2 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público; y artículos 1 y 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; según consta en oficio de fecha del **12 de Febrero de 2013**, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, quien preside el presente acto, y quien se encuentra asistida por el C. **Roberto Carlos González Ibarra**, servidor público adscrito al **Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California**, en representación del área usuaria o requirente asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa y financiera del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la licitación pública presencial de carácter internacional abierta, número **LA-902002994-E39-2017**, relativa a la contratación del **Suministro de unidades estomatológicas para el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California**, en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "La Ley", y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en el punto 9 de la convocatoria de licitación.

La C. **Evangelina Legaspy Dávalos**; toma la palabra y manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados "Comprasbc" y "Compranet" el día 13 de

julio de 2017, así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, son considerados licitantes y tienen derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto, por lo que solamente se contestarán sus solicitudes de aclaración a la Convocatoria; asimismo se le hace saber a los asistentes que quienes presentaron su escrito fuera del plazo antes citado, incluso al inició de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración venció el día 17 de julio de 2017 a las 13:30 horas, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los documentos recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones en el portal de "Compranet" y el correo electrónico kaguire@baja.gob.mx:

Nombre, Razón ó Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
CORINDAL, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	17 de julio de 2017 a las 10:39 horas
DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	17 de julio de 2017 a las 12:11 horas
MEGAMED, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar	17 de julio de 2017 a las 12:16 horas

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas durante el presente acto.

Acto seguido se procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración en los siguientes términos:

CORINDAL, S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ ADMINISTRATIVA	Preg. Num.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	Pregunta	Respuesta
ADMINISTRATIVA	1	12. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 12.1. LOS BIENES SE ENTREGARÁN EN PLAZO NO MAYOR A 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE PEDIDO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE PEDIDO, CUANDO SE TRATE DE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, DEBIDO AL TIEMPO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA PROPUESTA, DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1 DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION.

ADMINISTRATIVA	2	10. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 10.1. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 13:00 HORAS.	SOLICITAMOS A LA CONOVANTE SE NOS PERMITA ENVIAR EL SOBRE CON TODA LA LICITACION VIA MENSAJERIA PAQUETERIA (DHL, RED PACK ETC), SIENDO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE QUE EL SOBRE LLEGUE EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA.
ADMINISTRATIVA	3	13. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE PROPOSICIONES. c) EN EL CASO DE QUE ALGUNOS DE LOS BIENES NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN CONTAR CON LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO; SEÑALANDO Y/O REFERENCIANDO EL BIEN OFERTADO.	EN RELACION A LOS REGISTROS SANITARIOS, En el diario oficial de la federación de fecha 22 de diciembre de 2014, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), publicaron un listado oficial de los bienes que NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, por lo que solicitamos a la convocante se nos permita presentar una carta bajo protesta de decir verdad que el bien ofertado que no requiere registro sanitario y se sustente con dicha publicación. ¿Se acepta? OBSERVACION. - el link para corroborar listado de la COFEPRIS es: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376857&fecha=22/12/2014	SE ACEPTA PROPUESTA COMO OPCIONAL.
TECNICA	4	Partida: 1 Unidad dental Numeral 2.3. Negatoscopio integrado.	ENTENDEMOS QUE REQUIEREN QUE EL NEGATOSCOPIO PERMITA VISUALIZAR TODO TIPO DE RADIOGRAFÍAS DENTALES, INTRAORALES Y EXTRAORALES PANORÁMICAS, POR LO QUE DEBERÁ MEDIR POR LO MENOS 12 X 28 CM. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
TECNICA	5	Partida: 1 Unidad dental Numeral 2.11.1 Con trasmisor inalámbrico con memoria para imágenes y monitor	¿EL MONITOR DEBERÁ ESTAR MONTADO AL POSTE DE LA LÁMPARA?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
TECNICA	6	Partida: 1 Unidad dental Numerales 2.12.1 Luz, Halógena con fibra óptica y sistema digital de verificación integrado de 875 watts. 2.12.8 Regulador de voltaje integrado 2.12.9 Protección. Por sobrecalentamiento, shocks eléctricos y fuente de poder doblemente aislada.	DEBIDO A QUE ESTA LAMPARA LA SOLICITAN CON: SISTEMA DIGITAL DE VERIFICACIÓN INTEGRADO, ASÍ COMO REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO Y FUENTE DE PODER DOBLEMENTE AISLADA, SOLICITAMOS QUE PUEDA IR INTEGRADA A LA UNIDAD DENTAL MEDIANTE UNA REPISA DE SOPORTE FIJA AL POSTE DE LA UNIDAD DENTAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA COMO OPCIONAL.

TECNICA	7	Partida: 1 Unidad dental Numeral 4.4.1 Movimientos electrohidráulicos para las siguientes posiciones: desde posición 0 grados hasta 70 grados	ENTENDEMOS QUE ESTOS GRADOS SON CON RESPECTO AL PISO POR DETRÁS DEL RESPALDO. OSEA QUE EL RESPALDO VALLA DESDE LA POSICIÓN VERTICAL HASTA LA HORIZONTAL. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION.
TECNICA	8	Partida: 1 Unidad dental Numerales 4.3 Sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal 4.4.3 Con control de pie manual y programable en tres posiciones	¿REQUIEREN QUE EL SILLÓN CUENTE CON CONTROL MANUAL DE RESPALDO? ¿O CONTROL DE PIE? ¿O AMBOS? FAVOR DE ACLARAR	SE REQUIEREN AMBOS, CONTROL MANUAL Y CONTROL DE PIE.
TECNICA	9	Partida: 1 Unidad dental Numeral 5.4 Desmontable para fácil limpieza.	¿EL PLATO SE TIENE QUE REMOVER? O ¿LOS TUBOS DE SALIDA DE AGUA DE LLENASOS Y ENJUAGUE? FAVOR DE ACLARAR	QUE SE PUEDAN REMOVER AMBOS.
TECNICA	10	Partida: 1 Unidad dental Numeral 8.1.- Con descansa pies.	EL ODONTÓLOGO DEBE DE TRABAJAR SENTADO CON SUS PIES FIRMES SOBRE EL PISO PARA QUE SUS RODILLAS SE FLEXIONEN A 90 GRADOS Y ASÍ TENER UNA POSTURA CORRECTA Y SALUDABLE. LOS AROS DESCANSAPIES SE UTILIZAN PARA BANQUILLOS DE ASISTENTES QUE SI TRABAJAN A UNA ALTURA MAYOR Y LO NECESITAN. SI REALMENTE LO REQUIEREN PARA EL ESTOMATÓLOGO, SOLICITAMOS QUE ELIMINEN EL ARO DESCANSAPIES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA PROPUESTA, SE REQUIERE QUE EL DESCANSAPIES ESTE INCLUIDO.
TECNICA	11	Partida: 1 Unidad dental Numeral 12.7.- 430,000 RPM	SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON GIRO DE 350,000 RPM O MAYOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA PROPUESTA, YA QUE AFECTA EN EL FUNCIONAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE.
TECNICA	12	Partida: 1 Unidad dental Numeral 12.9.- Esterilizable en sustancia químicas y esterilizador	NINGUNA PIEZA DE MANO TOLERA LAS SUSTANCIAS QUIMICAS, YA QUE DAÑAN LOS RODAMIENTOS DE LOS BALEROS DE LAS TURBINAS. SOLICITAMOS QUE SE SUFICIENTE CON LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA COMO OPCIONAL.

DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ ADMINISTRATIVA	Preg. Num.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	Pregunta	Respuesta
TECNICA	1	GRUPO 2 MODULO ESTOMATOLOGICO ESPECIFICACION LAMPARA DE FOTO CURADO INTEGRADA AL MODULO 2.12.1	SE OFRECE LAMPARA DE LUZ LET CON FIBRA OPTICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA PROPUESTA COMO OPCIONAL.
TECNICA	2	GRUPO 11 ACCESORIOS FRESAS 11.1	CUALES SON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS REFERENTE A ESTE ACCESORIO POR LA CONVOCANTE	-FRESAS DE DIAMANTE ALTA VELOCIDAD TC 21, 50 PIEZAS. -FRESAS DE BAJA VELOCIDAD CARBURO 330, 50 PIEZAS.

Una vez respondido el cuestionario del licitante, se hace del conocimiento de los presentes que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se celebrará el día **01 de agosto de 2017, a las 13:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor, ubicada en el Poder Ejecutivo de Baja California, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **13:55 horas del día 18 de julio de 2017**, la cual es la única Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional No. **LA-902002994-E39-2017**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

“LA CONVOCANTE”




EVANGELINA LEGASPY DAVALOS

Jefe del Departamento de Compras
de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de
Gobierno

En suplencia del Director de Adquisiciones

“REPRESENTANTE”



KARLA PAOLA AGUIRRE GARCIA

Dirección de Adquisiciones

“AREA REQUIRENTE”



ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA

En Representación del Instituto de Servicios de Salud
Pública del Estado de Baja California

“REPRESENTANTE”



ANTONIO ZAVALA DURAN

En representación de la Secretaría de Planeación y
Finanzas