

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. OM-ISSSTECALI-155-2018
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2019”

Acta de **Junta de Aclaraciones** celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Nacional No. **OM-ISSSTECALI-155-2018**, correspondiente al **“SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2019”**

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **09:30 horas del día 24 de octubre de 2018**, de conformidad con el **punto 4** de la sección II de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

La **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó **Convocatoria No. 155** Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBC, el día **18 de Octubre de 2018**, así mismo a la fecha se recibieron en

tiempo y forma y durante el desarrollo de la presente junta de aclaraciones, los cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación de **tres posibles licitantes**.

Una vez atendidas las notas aclaratorias y las respuestas a la totalidad de los cuestionarios recibidos, con las que se integró el **anexo 1** que acompaña al presente y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES
DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO EN
SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"



ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON

EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"

RAMON BALCAZAR PIMENTEL

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

"ASESOR SOLICITANTE"



GABRIELA LILIA ORTIZ TAPIA

EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)

"ASESOR SOLICITANTE"



ERNESTO MEDINA TOPETE

EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)

"CONTRALORIA"



CECILIA TIZNADO W.

DIRECCION DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL


"OFICIALIA MAYOR"



LYNN ULLOA GARCIA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

LICITANTES

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DEGASA SACU	ARMANDO DAZ	







Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. OM-ISSSTECALI-155-2018
"SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2019"

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura a Cuestionarios de acuerdo al punto 4 de la sección II de las Bases de la Licitación Pública Nacional No. OM-ISSSTECALI-155-2018 referente al "SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2019".

NOTAS ACLARATORIAS

ACLARACIÓN NO. 1:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE ELIMINAN DEL ANEXO 7 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS" EN RELACIÓN CON EL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
198	A01516	SENSOR DE OXIGENO ADULTO	SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, ADULTO, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR AZUL, ESTÉRIL.	1 PIEZA	541	1353
199	A01517	SENSOR DE OXIGENO PEDIATRICO	SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, PEDIÁTRICO, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	137	342

			ANARANJADO, ESTÉRIL.			
200	A01518	SENSOR DE OXIGENO ADULTO/ NEONATAL	SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, NEONATAL, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR MORADO, ESTÉRIL.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	133	333

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

1.-MANUELA KARIME AVITIA PEÑA

Referente a las NOTAS del anexo 7.Especificaciones técnicas con máximos y mínimos, dice lo siguiente:

NOTAS	PREGUNTA
2. PARA LA CLAVE A40175-2 EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR INCUBADOR/ AUTO LECTOR PARA INDICADORES BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA 1291 Y/O 1292 PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. MANTIENE UNA TEMPERATURA DE 56 °C + - 2°C.	En que unidad u hospital se entregara la incubadora?
RESPUESTA: AL HOSPITAL MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA.	
3. PARA LA CLAVE A40176-2 EL PROVEEDOR GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR INCUBADOR/AUTO LECTOR PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE LECTURA RÁPIDA 1294 PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GAS ÓXIDO DE ETILENO. MANTIENE UNA TEMPERATURA DE 37°C + - 2°C.	En que unidad u hospital se entregara la incubadora?
RESPUESTA: AL HOSPITAL TIJUANA Y ENSENADA.	

2.-EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	ENVASE	MINIMO	MAXIMO	CODIGO
4	A00009	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO DE 3 LITROS DE 60 " O 152 CM DE LARGO CON BOLSA Y FILTRO.	PAQUETE / 1 PIEZA	666	1665	300/13330 10907

PREGUNTA:

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Sistema respiratorio extensible de PP, 60/180 cm, tubo extra de 45/120 cm, tubo acodado con Capno en pieza Y, con bolsa de 3 litros libre de látex

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

25	A00057	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 3.0	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO, ORIFICIO MURPHY DIÁMETRO INTERNO 3.0 MM DIÁMETRO EXTERNO 4.3 MM, ESTÉRIL	1 PIEZA	40	99	86223
----	--------	---------------------------------	---	---------	----	----	-------

PREGUNTA:

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubo transparente tiene líneas de referencia en la punta distal y marcas profundas para ayudar su colocación, con paredes delgadas y fuertes del tubo para proporcionan una ventilación óptima, con la curvatura Maguill con ojo Murphy, con Marca radio opaca, con Empacado estéril, desechable, Con escala en milímetros para medir profundidad, De plástico grado medico medida de 3.0 MM diámetro interno, se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA SIN GLOBO Y CON DIAMETRO EXTERNO DE 4.3 MM.

27	A00059	CATETER TORACICO RECTO DE 20 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 20 FR LARGO 20 (51CM)	1 PIEZA	2	6	
----	--------	--	---	---------	---	---	--

PREGUNTA:

Con la curvatura Maguill con ojo Murphy, con Marca radioopaca, con Empacado estéril, desechable, Con escala en milímetros para medir profundidad, De plástico grado medico medida de 3.0 MM diametro interno, se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

(Handwritten signatures and marks on the right margin)

94	A00442	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 6	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUER FENESTRADA. DIÁMETRO 6	1 PIEZA	1	3	6FEN
----	--------	---	--	---------	---	---	------

PREGUNTA:

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula Shiley con características similares a las publicadas pero con las siguientes medidas: Diámetro Interno (DI) 6.4mm, Diámetro Externo (DE) 10.8mm, Longitud (long) 76mm. ¿Se Acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

95	A00443	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 8	CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA	1 PIEZA	7	18	8FEN
----	--------	---	--	---------	---	----	------

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

			LUIER FENESTRADA. DIÁMETRO 8					
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

PREGUNTA:

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula Shiley con características similares a las publicadas pero con las siguientes medidas: Diámetro Interno (DI) 7.6mm, Diámetro Externo (DE) 12.2mm, Longitud (long) 81mm. ¿Se Acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

385	A40202	CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR NEONATAL.	CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR NEONATAL CIRCUITO UNIVERSAL VENTILADOR NEONATAL CON VÁLVULA CONECTOR, TUBO CORRUGADO DE PLÁSTICO SUAVE, CON ADAPTADORES. Y CON PUERTO DE TEMPERATURA PROXIMAL Y TRAMPAS DE AGUA SEPARADAS. CATALOGO: 710-10	1 PIEZA	5	14	RT225
-----	--------	---	---	---------	---	----	-------

PREGUNTA:

Solicitamos al a convocante nos permita ofertar CIRCUITO PARA VENTILADOR PEDIATRICO, CON CALENTADOR SENCILLO. REF. RT225

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

406	A40236	MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA INFANTIL	MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA INFANTIL.	1 PIEZA	2	6	8803	8803
-----	--------	---	--	---------	---	---	------	------

ew

RESPUESTA: CUESTIONAMIENTO NO SUSCEPTIBLE DE SER CONTESTADA YA QUE NO SE ESTABLECIÓ LA PREGUNTA.

439	A40285	CIRCUITO VENTILADOR CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA ADULTO RT206	CIRCUITO VENTILADOR CON RAMA INSPIRATORIA CALENTADA ADULTO, PUERTOS DE MONITOREO Y DOS TRAMPAS DE AGUA DE 1.6 M (63 PULGADAS) Y CAMARA HUMIDIFICADORA AUTOLLENABLE. RT206	1 PIEZA	187	468	RT200
-----	--------	--	---	---------	-----	-----	-------

PREGUNTA:

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar -Circuitos respiratorios que entregan humedad(44 mg/l) y calor (37 *C) óptimos, para ventilación invasiva y no invasiva. -Control de condensación ,en base a tecnología de alambre en espiral. - Línea inspiratoria precalentada de 1.5M. - Línea exhalatoria precalentada de 1.5M. - Tubo para conexión de humidificador de 0.5M. - Pieza "Y" giratoria. - Codo de 90º de 22mm macho / 22mm hembra. - Camara MR290.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

441	A40293	CANULA PARA TRAQUEOTOMIA NO FENESTRADA DIAMETRO 6	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUER LPC NO FENESTRADA. DIÁMETRO 6	1 PIEZA	1	3	GLPC
-----	--------	---	---	---------	---	---	------

PREGUNTA:

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula Shiley con características similares a las publicadas pero con las siguientes medidas: Diámetro Interno (DI) 6.4mm, Diámetro Externo (DE) 10.8mm, Longitud (long) 76mm. ¿Se Acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

442	A40294	CANULA PARA TRAQUEOTOMIA NO FENESTRADA DIAMETRO 7	CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUIER LPC NO FENESTRADA. DIÁMETRO 7	1 PIEZA	7	18	8LPC
-----	--------	---	--	---------	---	----	------

PREGUNTA:

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula Shiley con características similares a las publicadas pero con las siguientes medidas: Diámetro Interno (DI) 7.6mm, Diámetro Externo (DE) 12.2mm, Longitud (long) 81mm. ¿Se Acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

443	A40295	CANULA PARA TRAQUEOTOMIA NO FENESTRADA DIAMETRO 8	CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON	1 PIEZA	12	30	10LPC
-----	--------	---	--	---------	----	----	-------

			CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUIER LPC NO FENESTRADA. DIÁMETRO 8				
<p>PREGUNTA: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula Shiley con características similares a las publicadas pero con las siguientes medidas: Diámetro Interno (DI) 8.9mm, Diámetro Externo (DE) 13.8mm, Longitud (long) 81mm. ¿Se Acepta?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>							
444	A40296	CANULA PARA TRAQUEOTOMIA FENESTRADA DIAMETRO 7	CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON , VÁLVULA LUIER LPC FENESTRADA. DIÁMETRO 7	1 PIEZA	3	8	6FEN

PREGUNTA:

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cánula Shiley con características similares a las publicadas pero con las siguientes medidas: Diámetro Interno (DI) 6.4mm, Diámetro Externo (DE) 10.8mm, Longitud (long) 76mm. ¿Se Acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

3.-LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA NO. 1

PROPUESTA TECNICA INCISO R)

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

PREGUNTA NO. 2

CAPITULO II.- CONDICIONES GENERALES NUMERAL 3

SE AGRADECERÍA A ESTA CONVOCANTE RATIFICAR QUE EN CASO DE QUE EL PAGO NO SE REALICE DE CONFORMIDAD AL PLAZO MENCIONADO, EL PROVEEDOR PODRÁ DEJAR DE SUMINISTRAR LOS BIENES ADJUDICADOS, SIN QUE LE SEA IMPUTABLE SANCIÓN CONVENCIONAL O SUBROGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO ALGUNO

RESPUESTA: NO ES CORRECTO. LAS SANCIN O SUBROGACION SE APLICARAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

PREGUNTA NO 3

ANEXO NO. 5 FORMATO DE MANIFIESTO DE AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTROS SANITARIOS VIGENTES

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE EL SELLO DE LA EMPRESA SEA OPCIONAL



Emilio

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

PREGUNTA NO 4

PROPUESTA TECNICA INCISO F).

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE NO CONTAR DE MOMENTO CON EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTE, SE NOS PERMITA RESPALDAR NUESTRO DOCUMENTO VENCIDO CON COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 7. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA. INCISO F)

PREGUNTA NO 5

PROPUESTA TECNICA ANEXO 1. APARTADO (NUMERO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE)

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME INDIQUE QUE PONER EN CASO DE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VENCIDO CON PRORROGA.

RESPUESTA: DEBERA INDICAR LA PALABRA "PRORROGA"

PREGUNTA NO.6

PROPUESTA TECNICA ANEXO 1 Y ECONOMICA ANEXO 3. COLUMNA (MARCA).

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN ESTE ESPACIO SE DEBE LLENAR EL NOMBRE DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NOMBRE COMERCIAL DE PRODUCTO O NOMBRE DEL LABORATORIO FABRICANTE.

RESPUESTA: DEBERA INDICAR EL NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO.

PREGUNTA NO 7

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO QUE LAS ORDENES DE COMPRAS O PEDIDOS EMITIDOS POR EL ISSSTECALI SEAN MAYORES A 5 MIL PESOS. ESTO DEBIDO A QUE INCURRIMOS EN GASTOS DE OPERACIONES QUE HACEN INCOSTEABLE LA ENTREGA DE PEDIDO A MONTOS MENORES AL MENCIONADO.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE SOLICITARA CONFORME A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES Y/O ALMACEN.

PREGUNTA NO 8

PROPUESTA TECNICA INCISO O) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR FOTOGRAFÍA EN UN PLANO DE CADA UNA DE LAS CLAVES OFERTADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

RESPUESTA: NO ES CORRECTO. DEBERAN PRESENTAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 7. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA. INCISO O)

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several smaller initials or marks below it.

PREGUNTA NO 9

NUMERAL 2.3, FORMA DE ENTREGA IDENTIFICACION DE LOS BIENES.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LAS ENTREGAS DE LAS CLAVES ADJUDICADAS CON ETIQUETADO SECUNDARIO O COLECTIVO.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION.

PREGUNTA NO 10

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION POR PIEZA PARA LAS PARTIDAS DEL SIGUIENTE RECUADRO.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ENVASE	PRESENTACION PISA
45	A00109	AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE CON EXTENSION LUER LOCK 20X19 MM	CAJA / 20 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
46	A00111	AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE CON EXTENSION LUER LOCK 22X19 MM	CAJA / 20 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
114	A00544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 16 GA.	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
116	A00546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18 GA. 28-30 MM	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
117	A00550	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 GA.	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
118	A00555	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 GA.	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
119	A00560	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA



		SEGURIDAD 24 GA		
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
160	A00995	GUANTES QUIRURGICOS NO. 6 ½	CAJA / 50 PARES	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
161	A01000	GUANTES QUIRURGICO NO. 7	CAJA / 50 PARES	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
162	A01005	GUANTES QUIRURGICO NO. 7 ½	CAJA / 50 PARES	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
163	A01010	GUANTES QUIRURGICO NO. 8	CAJA / 50 PARES	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
332	A40125	DISPOSITIVO DE ACCESO I.V. TIPO LUER CON SISTEMA CERRADO	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
333	A40126	DISPOSITIVO IV CON ENTRADA TIPO LUER CON SISTEMA CERRADO, TRIFURCADA	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
334	A40127	DISPOSITIVO IV CON ENTRADA TIPO LUER SISTEMA CERRADO, BIFURCADA	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				
378	A40190	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14 GA. 21-45 MM.	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA
RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.				





