



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. OM-UNEME-161-2018

"SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BAJA CALIFORNIA"

Acta de Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el "Comité de Adquisiciones", referente a la Licitación Pública Nacional No. OM-UNEME-161-2018, correspondiente al "SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BAJA CALIFORNIA."

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 09:00 horas del día 21 de Noviembre de 2018, de conformidad con el punto 5 de la sección II de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, los integrantes del "Comité de Adquisiciones" y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

La C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. 161 Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBC, el día 15 de Noviembre de 2018, así mismo a la fecha se recibieron en tiempo y forma y durante el desarrollo de la presente junta de aclaraciones, los cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación de tres posibles licitantes.

Una vez atendidas las notas aclaratorias y las respuestas a la totalidad de los cuestionarios recibidos, con las que se integró el anexo 1 que acompaña al presente y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"

GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y
LICITACIONES
DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE OFICIALIA
MAYOR DE GOBIERNO EN SUPLENCIA DE LA OFICIAL
MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"

ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON
EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"

RAMON BALCAZAR PIMENTEL
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

"ASESOR SOLICITANTE"

HECTOR AVELAR MORALES
EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE
ESPECIALIDADES MEDICAS DE BAJA CALIFORNIA

"OFICIALIA MAYOR"

LYNN ULLOA GARCIA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

LICITANTES

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA

E

4

f

W

Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANEXO 1

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura a Cuestionarios de acuerdo al punto 5 de la sección II de las Bases de la Licitación Pública Nacional No. OM-UNEME-161-2018 referente al "SUMINISTRO DE AMBULANCIA PARA LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BAJA CALIFORNIA"

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA ACLARATORIA NO. 1:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN RELACIÓN CON EL PUNTO 5 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE HACE DE CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE AUNADO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 8.1. INCISO H, DEBERA MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUMPLE CON LAS NORMAS REGULADORAS DE AMBULANCIAS Y PROCESOS DE FABRICACION KKK-A-1822F / NFPA 1917 ASI COMO LA NORMA REGULACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD NOM-34 SSA3-2013 DEBIENDO ANEXAR COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE ASI LO ACREDITEN.

NOTA ACLARATORIA NO. 2:

SE ANEXA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VENTILADOR DE TRASLADO, EL ARCHIVO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DE COMPRASBC

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

1.- QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V.

NO. DE PREGUNTA	PUNTO DE BASES:	PREGUNTA
1.	8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICION h. Manifiesto de Normas Oficiales.-	Escrito mediante el cual el licitante manifieste que los bienes que oferta cumplen con las Normas Oficiales aplicables, requeridos en el "Anexo A" de esta convocatoria, debiendo anexar copia de los documentos que así lo acrediten. Entendemos que se deben anexar copia de los certificados cumplimiento de la normas reguladoras de ambulancias como son KKK-A-1822F y NFPA 1917 que son las normas internacionales para la regulación de ambulancias y procesos de fabricación, desempeños y calidad de las mismas, lo cual da real garantía a la convocante de que sus unidades serán fabricadas con estricta calidad y en apego y cumplimiento con las normas más estrictas de fabricación de ambulancias, correcto?
RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.		

2.	BASES	Las presentes bases no tiene costo, correcto?
RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION. LAS BASES NO TIENEN COSTO ALGUNO.		
3.	B. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICION h. Manifiesto de Normas Oficiales	Entendemos se debe presentar escrito bajo protesta de decir verdad que las unidades cumplirán con las siguientes normas, NOM-001-SSP-2008, NOM-079-SEMARNAT-1994, NOM-042-SEMARNAT-2003, SAE J1849. es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.		
4.	B. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICION	Para tranquilidad de la convocante de que va a adquirir unidades de calidad, solicitamos sea requisito demostrar experiencia del fabricante de las ambulancias mediante dictamen técnico de cumplimiento emitido por alguna asociación y/o laboratorio a unidades similares en donde se testifique que la ambulancia ya terminada se apega y cumple con estándares de calidad internacionales KKK-A-1B2ZF y NFPA 1917. se acepta?
RESPUESTA: FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 1		
5.	B. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICION	Para seguridad de la convocante de que las unidades serán diseñadas bajo los más altos estándares de calidad solicitamos sea requisito presentar: <ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de panel de control de luces de emergencia, escena y máster • Diagramas de 4 vistas que incluyen laterales, frente y posterior indicando la disposición de las luces de emergencia, bocina, ventilas, alarma, etc. Con medidas acotadas y reflejando al 100% todo lo descrito y solicitado en el Spec Técnico. • Diagrama posterior con a puertas abiertas con indicación de distribución de elementos. • Diagrama que indica la altura interior libre de la conversión. • Diagramas de marcos y refuerzos interiores de la conversión. • Diagramas de vistas de la distribución de los muebles interiores y sus elementos. • Diagramas de muebles interiores en vistas 3D. • Diagrama de distribución de luces interiores en área médica. • Diagramas de ruteo y distribución de cableado. • Diagramas de ruteo y distribución de Líneas de Oxígeno • Diagrama de centro de carga eléctrica.
RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NDRMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO.		

SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

6.	8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICION	<p>Para cumplimiento de las normas KKK-A-1822F y NFPA 1917 y para seguridad de los ocupantes sugerimos se solicite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cálculo de pesos en la unidad y relación de potencia en Kilo watts sobre tonelada métrica. • Cálculo de porcentaje de seguridad de peso útil. • Cálculo de centro de gravedad. Incluyendo fotos y descripción de las pruebas que se realizaran para comprobar el correcto centro de gravedad, pruebas de Inclinación (Asegurando la estabilidad correcta de la Unidad). <p>Cálculo de cargas por eje</p>
----	---	---

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

7.	Anexo A Especificaciones técnicas	La descripción de la Van es la mínima a cumplir correcto?
----	--------------------------------------	---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

8.	Anexo A Especificaciones técnicas	¿La descripción del sistema de iluminación interior y de las luces solicitadas es el mínimo a cumplir correcto?
----	--------------------------------------	---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

9.	Anexo A Especificaciones técnicas	<p>Solicitan sistema de iluminación exterior, sin embargo, no indican medidas mínimas que deberán de tener las luces, por lo que solicitamos nos proporcionen las medidas mínimas para poder cotizar en igualdad de circunstancias, sugerimos</p> <p>Torreta de led de por lo menos 57" con luces rojas claras.</p> <p>Costado derecho: 2 rojos de 3"x7" y 1 blanco de 3"x7" todos de leds</p> <p>Costado izquierdo: 2 rojos de 3"x7" y 1 blanco de 3"x7" todos de leds</p> <p>Frente (debajo de la torreta): 2 Rojos de leds de 3"x7" de leds</p> <p>Trasero: 2 rojos de 3"x7" y 2 ambar de 3"x7" todos de leds</p>
----	--------------------------------------	--

		Salpicaderas rojo de 3"x7" uno por lado de leds Cofre: 2 rojo cristal de 3"x7" de leds
<p>RESPUESTA: LAS MEDIDAS DE LAS LUCES, DEBERAN DE APEGARSE A LAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL. EN CUANTO A LA SUGERENCIA EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION</p>		
10.	Anexo A Especificaciones técnicas	La descripción de la sirena es la mínima a cumplir correcto?
<p>RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION</p>		
11.	Anexo A Especificaciones técnicas	Sugerimos para las mangueras del sistema de oxígeno sean sin abrazaderas con conectores especiales para sistema de oxígeno para evitar fugas posteriores que puedan generar daños futuros a las unidades
<p>RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION</p>		
12.	Anexo A Especificaciones técnicas	Cuántas salidas de oxígeno se deberán de considerar, sugerimos 2, una en la mesa de trabajo y otra arriba del chase long
<p>RESPUESTA: DEBERAN SER DOS COMO MINIMO UBICADOS UNO EN LA MESA DE TRABAJO Y OTRA ARRIBA DEL CHASE LONG.</p>		
13.	Anexo A Especificaciones técnicas	Sugerimos que el asiento de RCP sea de marca registrada y especial para este tipo de unidades y no hechizo, se acepta?
<p>RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION</p>		

14.	Anexo A Especificaciones técnicas	Solicitamos nos permitan ofertar el compartimiento para el tanque de oxígeno de acuerdo al diseño de cada fabricante, en nuestro caso se coloca en debajo del chase long con riel deslizable hasta el piso lo que facilita el cambio del tanque evitando posibles lesiones a los paramédico, se acepta?
RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION		
15.	Anexo A Especificaciones técnicas	Requieren que la unidad cuente con inversor de corriente? Ren caso de ser afirmativo sugerimos 2 tomas dobles colocadas en mesa de trabajo para poder conectar equipos médicos
RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION		
16.	Anexo A Especificaciones técnicas	Requieren que la unidad cuente con cargador de baterías con eyector automático para cumplimiento de NFPA 1917 y KKK-A-1822 F?
RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION		
17.	Anexo A Especificaciones técnicas	Requieren que la unidad cuente con semáforo de la vida?
RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACION.		
18.	Anexo A Especificaciones técnicas	Sugerimos que las unidades cuenten con cortador de corriente automático el cual en caso de que por descuido de los operadores se hayan dejado el sistema de emergencias encendido después de apagar la unidad, este cortará la energía para protección de las baterías y del sistema eléctrico, se acepta?
RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES		

DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

19.	Anexo A Especificaciones técnicas	<p>Las características de la camilla son de una marca en particular por lo que solicitamos nos permitan ofertar una camilla de marca reconocida internacionalmente con las siguientes características</p> <p>Patatas fijas más largas en el marco-X y la geometría cuidadosamente diseñada crean un centro de gravedad bajo y un mínimo de flexión.</p> <p>Riel en "C" reforzado y patas frontales fijas ofrecen estabilidad cuando el paciente está siendo desplazado</p> <p>El colchón con sello térmico, enganchado a la camilla, ofrece un traslado fácil y seguro</p> <p>Incluye marco con posición shock y manilla guía en el extremo de los pies</p> <p>Ruedas en forma de U de 150 mm (6 pulgadas) maximizan la movilidad de la camilla con dos frenos de ruedas</p> <p>Barra en Forma de U y Gancho de Seguridad para mantener la camilla dentro de la ambulancia mientras se esté bajando el tren de patas</p> <p>Brazos laterales pivotantes accionados con una sola mano</p> <p>Respaldo accionado por gas totalmente ajustable de 0° a 65°</p> <p>Nueve posiciones de altura y tres alturas de carga</p> <p>Marco Telescópico Pivotante de Cinco Posiciones y barra de levantamiento en el extremo de los pies ofrecen mejor palanca para los movimientos de levantar y carga, y mejor acomodación en espacios reducidos.</p> <p>Superficie de Cama más Amplia y Armadura de Cabeza que ofrecen confort y apoyo a pacientes de cualquier tamaño y espacio extra para codos durante la intubación y RCP (Reanimación Cardiopulmonar).</p> <p>La Construcción en Marco de Metal ofrece resistencia, larga vida de servicio, y un mejor desempeño con pacientes obesos.</p> <p>Asas Telescópicas Laterales de Levantamiento que ofrecen puntos adicionales a los operadores para levantar pacientes pesados o facilitar el desplazamiento sobre terrenos ásperos</p> <p>Sistema de Liberación EZ Pull™ que reduce la tensión en la muñeca y le ayuda a posicionarse antes de asumir el peso de la camilla, manteniendo una postura óptima de levantamiento.</p> <p>Largo máximo 79" (2010 mm)</p> <p>Ancho: 24" (610 mm)</p> <p>Altura máxima: 40" (1020 mm)</p> <p>Peso: 42 kg (92 lbs)</p> <p>Límite de peso en la posición más baja: 500 kg (1100 lbs)</p> <p>Límite de peso en la posición de carga: 317 kg (700 lbs)</p>
-----	--------------------------------------	---

4

4

4

W

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

20.	Anexo A Especificaciones técnicas	Sugerimos que la mampara divisoria cuente con una estructura de tubular de acero y forrado de ambos lados con madera de triplay de pino de 12 mm y acabado en formaica en color claro en ambos lados y cuente además con puerta corrediza de comunicación entre la cabina de conducción y la cabina de atención médica se acepta?
-----	--------------------------------------	---

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

2.-COMSA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.

1.- SECCIÓN I INFORMACIÓN GENERAL

1.3 PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

PREGUNTA.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PUEDA SER AMPLIADO EL PLAZO DE ENTREGA A 75(SETENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA UNIDAD NO ES DE LÍNEA Y ES NECESARIO LLEVAR ACABO LA CONVERSIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL BIEN DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.3. DE LAS BASES DE LICITACION.

2.- SECCIÓN I INFORMACIÓN GENERAL

1.5 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES

PREGUNTA.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PUEDA SER CONSIDERADO EN EL PLAZO DE GARANTÍA AGREGAR "3(TRES) AÑOS O 60,000 KILÓMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO", FAVOR DE CONSIDERAR ESTA GARANTÍA QUE ES LA QUE CONSIDERA LOS VEHÍCULOS Y LA CONVERSIÓN?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.5. DE LAS BASES DE LICITACION.

3.- SECCION II REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN: 8.1 INCISO H

PREGUNTA.- INDICAN LAS NORMAS A LAS QUE SE DEBERA DAR CUMPLIMIENTO LAS CUALES MEDIANTE ESCRITO INDICAREMOS QUE SE DA CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, PERO NO SOLICITAN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-034-SSA3-2013 QUE APLICA PARA LAS AMBULANCIAS NI LA NORMA DE

CALIDAD ISO: 9001:2015 QUE CERTIFICA LAS EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LA CALIDAD DE CONVERSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AMBULANCIAS, DEBEREMOS PRESENTAR TAMBIÉN ESTOS DOCUMENTOS PARA QUE LA DEPENDENCIA TENGA LA CERTEZA QUE LA EMPRESA ESTA CERTIFICADA?

RESPUESTA: FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 1

4.- SECCIÓN II REQUISITOS DE LA LICITACION

15. MARCADO DE LAS PROPOSICIONES: 15.2 LOS DOS SOBRES

16 LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES

PREGUNTA.- ES LA INTENCIÓN DE NUESTRA EMPRESA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS DE L MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN SEAN ENVIADAS LAS PROPUESTAS POR PAQUETERÍA O POR SERVICIO DE MENSAJERÍA, LA CUAL CONTENDRÁ TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CONSIDERANDO EL RIESGO POR NUESTRA PARTE EN CASO DE QUE NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA, PODRÍAN TOMAR EN CUANTA NUESTRA SOLICITUD, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: PODRAN SER ENVIADAS POR PAQUETERIA O SERVICIO DE MENSAJERIA LAS PROPUESTAS, SIN EMBARGO DEBEN DE LLEGAR EN TIEMPO Y FORMA PARA QUE PUEDAN SER CONSIDERADAS.

5.- SECCIÓN II REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

15. MARCADO DE LAS PROPOSICIONES: 15.2 LOS DOS SOBRES

16 LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES

PREGUNTA.- EN CASO DE SER CONTESTADA AFIRMATIVAMENTE NUESTRO CUESTIONAMIENTO ANTERIOR NOS PODRÍAN CONFIRMAR LA DIRECCIÓN Y EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE DEBEREMOS ENVIAR LOS DOCUMENTOS?

RESPUESTA: DEBERA MARCAR EL PAQUETE TAL COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 15. DE LAS BASES DE LICITACION A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, SITA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO CON DIRECCIÓN EN CALZADA INDEPENDENCIA #994, CENTRO CÍVICO, C.P. 21000, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

6.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.45 SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE ACUERDO A LO QUE MANEJA CADA FABRICANTE, YA QUE LA ILUMINACIÓN NO DEPENDE DE LA CANTIDAD DE LEDS QUE LLEVEN LAS LUCES SINO A LA INTENSIDAD QUE PRODUCE EL LED QUE EN NUESTRO CASO SON LUCES GENERACIÓN V QUE PRENDEN EN LUZ ALTA Y BAJA LOS MISMOS LED, SIN NECESIDAD DE PRENDER MAS LED O MENOS LED PARA DAR ILUMINACIÓN ALTA Y BAJA LOS CUALES DAN CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2015 Y CUMPLEN CON EL SAE SOLICITADO EN LA NORMATIVIDAD REQUERIDA A CUMPLIR, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

7.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.46 SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA TORRETA Y LOS LED DE ACUERDO A LO QUE MANEJA CADA FABRICANTE, YA QUE LA ILUMINACIÓN NO DEPENDE DE LA CANTIDAD DE LEDS QUE LLEVEN LAS LUCES SINO A LA INTENSIDAD QUE PRODUCE EL LED QUE EN NUESTRO CASO SON LUCES GENERACIÓN V LOS CUALES DAN CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN

ISO 9001: 2015 Y CUMPLEN CON EL SAE SOLICITADO EN LA NORMATIVIDAD REQUERIDA A CUMPLIR, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

8.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.47 SISTEMA HIDEAWAY

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR EL SISTEMA HIDEAWAY LAS LUCES DE LEDS ESTROBOSCÓPICAS DE ULTIMA GENERACIÓN, DOS EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD EN UN COSTADO DE LOS FAROS, YA QUE DENTRO DE LOS FAROS ESTOS SON MUY PEQUEÑOS Y NO SE PUEDE INSTALAR LAS LUCES COMO USTEDES REQUIEREN, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

9.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.48 SIRENA ELECTRONICA

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAS MEDIDAS DE ACUERDO A COMO LAS MANEJA CADA FABRICANTE Y QUE CUENTEN CON CERTIFICACIÓN YA QUE LAS SOLICITADAS PERTENECEN A UNA MARCA EN ESPECIFICO, LO CUAL LIMITA LA PARTICIPACIÓN, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

10.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.50

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAS PAREDES Y TECHO EN COLOR BLANCO BRILLOSO, QUE ES EL COLOR QUE REFLEJA LA ASEPSIA QUE REQUIERE UNA AMBULANCIA, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

11.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.52

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR EL TOLDO INTERIOR (CIELO) DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO DE UNA SOLA PIEZA CON ACABADO LISO EN COLOR BLANCO A BASE DE RESINAS PLÁSTICAS REPELENTES A GÉRMENES DE UNA SOLA PIEZA DE 3 MM. DE ESPESOR YA QUE EL MATERIAL SOLICITADO PRO USTEDES TRIPLAY POR LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA TIENDE A HINCHARSE Y ASTILLARSE, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

12.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.53

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAS PAREDES LATERALES FABRICADAS EN ABS TERMO FORMADO DE 6 MM DE ESPESOR COLOR BLANCO INTEGRADO, SIN FILOS CORTANTES INSTALADAS DE UNA SOLA PIEZA, POR SEGURIDAD DE LOS OCUPANTES CUENTA CON ACOJINAMIENTO DE ALTA DENSIDAD YA QUE EL MATERIAL SOLICITADO PRO USTEDES TRIPLAY POR LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA TIENDE A HINCHARSE Y ASTILLARSE, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

13.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.55

PREGUNTA.- LA COMUNICACIÓN QUE REQUIEREN ES POR MEDIO DE UNA VENTANA CORREDIZA D E30 X 40 CM. ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

14.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.59

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LA COLOCACIÓN DEL TANQUE DE OXIGENO DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DE CADA FABRICANTE, QUE EN NUESTRO CASO SERIA EN FORMA HORIZONTAL PEGADO A LA MAMPARA DIVISORIA EL CUAL A LA VEZ PUEDE SER USADO COMO ASIENTO PARA LOS OCUPANTES, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

15.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.62

PREGUNTA.- SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LOS PORTA VENOCCLISIS EN URETANO FLEXIBLE CON SEGUROS PARA COLOCACIÓN DE SOLUCIONES YA QUE LOS FABRICADOS EN ALUMINIO SON

PELIGROSOS PARA LOS PARAMÉDICOS AL QUEDAR MUY LARGOS Y OBSTRUIR EL PASO PARA LA ATENCIÓN MEDICA, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

16.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 1.64

PREGUNTA.- EL MATERIAL SOLICITADO POR USTEDES ES EXTREMADAMENTE FLAMABLE SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR MATERIAL DOBLE CARA DE POLIETILENO CUBIERTO CON ALUMINIO EN SUS DOS CARAS, EL CUAL ES RETARDANTE AL FUEGO, ANTI MOHO, NO TOXICO RESISTENTE A LA HUMEDAD COLOCADO EN PAREDES LATERALES Y TECHO DEL HABITÁCULO DE PACIENTES, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

17.- ANEXO I TÉCNICO

PUNTO 2

PREGUNTA.- AL PARECER LO DESCRITO EN ESTE PUNTO PARECE SER ES DE LA CAMILLA PERO NO ESTA COMPLETA O NO ESTA ENTENDIBLE LA ESPECIFICACIÓN, YA QUE SI ES MANEJADA POR UNA SOLA PERSONA DEBERÁ SER SIN PACIENTE Y CON DOS PERSONAS SI TRAE PACIENTE, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAMILLA COMO LA REQUERIDA POR USTEDES DE 7 POSICIONES Y CON LAS ESPECIFICACIONES PROPIAS DE CADA MARCA, FAVOR DE CONSIDERAR?

RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION

3.-GRUPO REINET. S.A. DE C.V.

Pregunta	Respuesta
1.45. Sistema de iluminación interior: Con seis luces (LEDS) interiores, especiales para ambulancia, controlados desde el tablero ubicado en el muelle lateral, a base de seis plafones luminosos, fabricados en Policarbonato de alto brillo transparente empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, sujetos firmemente a la estructura, las cuales se activarán al abrir las puertas de la cabina de	RESPUESTA: EL LICITANTE PODRÁ ESTABLECER EN LAS OFERTAS, CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE AL MENOS A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.1 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN EN EL ENTENDIDO DE QUE

<p>pacientes o accionar el control en el tablero y prenderán con dos intensidades alto-bajo en luz de LEDS de alta duración y que luminosidad. Con 81LEDs encendidos en alta y 27 LEDs en baja. Consumo 0.35 AMP. Carga 4.2 watts</p> <p>PREGUNTA: Aceptaría la convocante que podamos ofertar luces interiores especiales para Ambulancia, fabricados en Policarbonato de alto brillo transparente con 54 LEDS en total, 40 encendidos en alta, 20 LEDS en baja y 14 encendidos en color azul como luces trauma. Favor de aceptar.</p>	<p>ESTAS SERÁN CONSIDERADAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTA CONTRATACIÓN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 12.1. DE LAS BASES DE LICITACION</p>
<p>1.48. Sirena electrónica: encendido instantáneo control remoto compacto, dimensiones de control 17 cm. (6.875 in) de largo por 8.5 cm (3.375 in) de alto por 1.6cm. (0.625 in) de fondo, circuito de estado sólido y generación de tomas a base de un microprocesador ,100/200 watts de potencia, con 3 sonidos primarios (wail, yelp y hi-lo y dos sonidos secundarios (hyperyelp e hyperlo incluyendo sonido de corneta de aire (airhorn), micrófono para voceo (P.A.) con control de volumen sistema tipo manos libres que permite la operación de la sirena desde el interruptor del claxon original en el volante del vehículo.</p> <p>PREGUNTA: Aceptaría la convocante que podamos ofertar una sirena electrónica de 100/200 watts de potencia con 3 sonidos primarios y dos sonidos secundarios incluyendo corneta de aire, micrófono para voceo y micrófono para voceo, con diferente medidas a las solicitadas. Esto porque las medidas no afectan la operación ni calidad de la sirena. Favor de aceptar.</p>	<p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACION.</p>
<p>5.- Equipo de aspiración de secreciones 5.1 de 12 v, de acero inoxidable, regulación de vacío con indicador de presión con switch de operación uso rudo.</p> <p>PREGUNTA: Aceptaría la convocante que podamos ofertar un Equipo de Aspiración de Secreciones de 12V de PVC Plástico grado médico, con regulador de vacío indicador de presión con switch de operación de uso rudo. Esto porque el aspirador de secreciones de 12V de acero inoxidable es de una marca en particular, lo cual no permitiría la libre participación de los</p>	<p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACION.</p>

3

4

5

6

licitantes. Favor de aceptar.	
<p>7.-Ventilador mecánico de traslado pediátrico-adulto grado médico.</p> <p>PREGUNTA: El ventilador mecánico de traslado pediátrico - adulto grado médico no está contemplado en la NOM 034 SSA3 2013 para la Ambulancias de Traslado, aun así la convocante requiere que lo ofertemos? En caso de ser afirmativo que lo debeos de ofertar, la convocante nos podría dar características técnicas de qué tipo de ventilador de traslado pediátrico adulto grado medico requiere, esto porque existe una variedad muy grande de ventiladores y de precios.</p>	<p>RESPUESTA: FAVOR DE REMITIRSE A LA NOTA ACLARATORIA No 2.</p>

u

A

A

M