



LICITACION PUBLICA REGIONAL No. 32065001-074-17
SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE
CONFIANZA”

“ANEXO B”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLACAS PARA DETERMINACION DE METABOLITOS		
PAQUETE	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	<p>MARCA DE REFERENCIA DRUGCHECK</p> <p>MODELO DE REFERENCIA 7 PARAMETROS (AMP/BAR/BZ/COC/MET/OPI/THC)</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Es un dispositivo en forma de Tarjeta con tiras reactivas que detecta simultáneamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anfetamina• Barbitúricos• Benzodiacepina• Cocaína• Metanfetamina• Opiáceos• Marihuana <p>Diseñado para ser utilizado como un método de detección rápida para la presencia de alcohol en la orina superior a 0.02% BAC (Concentración de Alcohol en la Sangre).</p> <p>Las tiras de detección de adulterantes en la orina DrugCheck® sirven para realizar pruebas para detectar creatinina, nitrito, el pH, el peso específico, el aldehído glutárico, oxidantes/blanqueadores y el clorocromato de piridíneo en la orina. Los resultados de la prueba pueden ser útiles para determinar la integridad de la muestra de orina antes realizar las pruebas de abuso de drogas; por ejemplo para saber si la muestra posiblemente está diluida con agua u otros líquidos según lo que indiquen las pruebas de creatinina y peso específico.</p>	2406



	<p>INCLUIR Cada placa incluye frasco Estéril de plástico de 120 ml.</p> <p>GARANTÍA La vigencia de las tiras reactivas debe ser igual o mayor a 18 meses.</p>	
--	---	--