


"Anexo C"
Especificaciones Técnicas

**"Suministro de reactivos químicos para la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Baja California"**

PAQUETE 3	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	<p>KIT PARA TOMA DE MUESTRA Y EXAMEN TOXICOLOGICO PARA SIETE DROGAS DE ABUSO Y SUS METABOLITOS EN ORINA.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tres vasos para toma de muestra de orina con capacidad real de 120 ml, cilíndrico, no cónico, sellado hermético anti derrape, con tope de cerrado, estéril y empaquetado individualmente, con diámetro de 5.4 cm y altura de 8 cm, tapa de color azul cielo, con etiqueta externa de seguridad y esterilidad que vaya de la tapa hacia el cuerpo del frasco y que contenga la palabra STERILE, con pared graduada, que en ella contenga etiqueta blanca donde se solicite nombre, habitación, hora, fecha y Dr. tratante. <div style="text-align: center;"></div> <ul style="list-style-type: none">• Prueba para identificación de drogas de abuso y sus metabolitos en orina de siete parámetros en placa:<ol style="list-style-type: none">1. Anfetaminas con punto de corte 300 ng/ml.2. Cocaína/ BenzoylEcgonina con punto de corte de 300 ng/ml.3. Morfina (opiáceo) con punto de corte de 300 ng/ml.4. Metanfetaminas con punto de corte de 300 ng/ml.5. THC (Marihuana) con punto de corte de 50 ng/ml.6. Barbituratos con punto de corte de 200 ng/ml.7. Benzodiazepinas:	4,500

- Alprazolam con punto de corte de 300 ng/ml
- Clobazam con punto de corte de 1500 ng/ml
- Diacepam con punto de corte de 200 ng/ml
- Nordiacepam con punto de corte de 400 ng/dl
- Loracepam con punto de corte de 450 ng/dl
- Oxacepam con punto de corte de 300 ng/dl
- Bromacepam con punto de corte de 500 ng/ml
- Clonacepam con punto de corte de 500 ng/ml

Marca de referencia: instantview/drugcheck

- Una bolsa transparente con cierre tipo zip-lock, recerrable, resistente a la congelación con área para identificación con marcador indeleble, tamaño de 26.8 cm por 27.3 cm.
- Una prueba para detección de adulterantes de la orina de siete parámetros indicadora de Creatinina, Nitritos, Glutaraldehydos, Ph, Densidad, Clorocromato de piridinio y Oxidantes.

Marca de referencia: drugcheck

- Tres cintas adhesivas, de alta resistencia, 20 veces mayor que la cinta de acrílico, de uso rudo, de 25 cm de largo por 4.8 cm de ancho, que vienen en rollo de 20.3 m de largo, con cortador incluido de color rojo de tamaño pequeño.

Marca de referencia: 3M



- Etiqueta adhesiva indicadora de temperatura reversible en un rango de 33 a 38 grados centígrados.

GARANTIA:

Todos Los Productos Deben Contar Con Fecha De Caducidad Mayor A 18 Meses.

PLAZO DE ENTREGA:

15(Quince) Días Naturales Contados A Partir Del Fallo De La Licitación.

LUGAR DE ENTREGA:

Se entregaran en las instalaciones del laboratorio del Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado de Baja California, ubicado en Calzada de los presidentes, polígono 11-3 FR este, Mexicali, B.C.