

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. OM-ISSSTECALI-199-2018

"SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2019"

Acta de **Junta de Aclaraciones** celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el "Comité de Adquisiciones", referente a la Licitación Pública Internacional No. **OM-ISSSTECALI-199-2018**, correspondiente al **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2019"**.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **14:00 horas del día 10 de Diciembre de 2018**, de conformidad con el **punto 4** de la sección II de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno** los integrantes del "Comité de Adquisiciones" y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica. e

La **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, **C. Loreto Quintero Quintero**, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó **Convocatoria No. 199** Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBC, el día **29 de noviembre de 2018**, así mismo a la fecha se recibieron en tiempo y forma y durante el desarrollo de la presente junta de b

aclaraciones, los cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación de siete posibles licitantes.

Una vez atendidas las notas aclaratorias y las respuestas a la totalidad de los cuestionarios recibidos, con las que se integró el **anexo 1** que acompaña al presente y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES
DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO EN
SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

"AREA REQUIRENTE"



GABRIELA LILIA ORTIZ TAPIA


EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)

"CONTRALORIA"

CECILIA TIZNADO WYNANTS

DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CONTRALORIA

"VOCAL"



ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON

EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALIA
MAYOR DE GOBIERNO

"AREA REQUIRENTE"



NIDIA GARCIA BELTRAN

EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)

"OFICIALIA MAYOR"



LYNN ULLOA GARCIA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO



Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. OM-ISSSTECALI-199-2018
"SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2019"

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura a Cuestionarios de acuerdo al **punto 4** de la sección II de las Bases de la Licitación Pública Internacional No. **OM-ISSSTECALI-199-2018** referente al **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2019"**.

NOTAS ACLARATORIAS

ACLARACIÓN NÚMERO 1

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE ELIMINAN DEL ANEXO 7 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS" EN RELACIÓN CON EL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS SIGUIENTES PARTIDA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
385	A40202	CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR NEONATAL	CIRCUITO UNIVERSAL PARA VENTILADOR NEONATAL CIRCUITO UNIVERSAL VENTILADOR NEONATAL CON VÁLVULA CONECTOR, TUBO CORRUGADO DE PLÁSTICO SUAVE, CON ADAPTADORES. Y CON PUERTO DE TEMPERATURA PROXIMAL Y TRAMPAS DE AGUA SEPARADAS. CATALOGO: 710-10	1 PIEZA	5	14

ACLARACIÓN NÚMERO 2

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE MODIFICA LA PARTIDA 30 DEL ANEXO 7 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS" EN RELACIÓN CON EL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA CUAL DICE:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
30	A00064	CATETER TORACICO RECTO DE 40 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIO PACAS. 40 FR LARGO 20 (51CM)	CATETER DOBLE J SFR X 24 CM, ESTÉRIL DESECHABLE DE POLIUTERANO HIDROFILICO TERMOSENSIBLE, MARCAS RADIO PACAS CADA 5 CM ORIFICIOS EN EL TRAYECTO DEL CATETER, EMPUJADOR CON PUNTA.	4	9

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
30	A00064	CATETER TORACICO RECTO DE 40 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIO PACAS. 40 FR LARGO 20 (51CM)	1 PIEZA	4	9

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES:

CASA MARZAM S.A. DE C.V.

1. **2.3 FORMA DE ENTREGA E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES. CADUCIDAD 18 MESES.** Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar y entregar bienes con una caducidad de 12 a 18 meses con carta garantía de canje.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

2. **PROPUESTA TECNICA. INCISO A) ANEXO 1.** Registro Sanitario y vigencia. En la columna del citado anexo indica NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE. Se podrá entender que en esta columna se indicara el número de Registro sanitario y su vigencia; y en caso de presentar prórroga de este se indicara prórroga?. Favor de confirmar

RESPUESTA: SE CONFIRMA. EN CASO DE PRORROGA INDICAR LA PALABRA "PRORROGA"

3. **PROPUESTA TECNICA. INCISO C) ANEXO 5.** Segundo párrafo: "SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y EN NOMBRE DE NUESTRAS REPRESENTADAS, QUE CONTAMOS CON LOS REGISTROS SANITARIOS POR CADA UNA DE LOS BIENES OFERTADOS..." Se solicita atentamente a la convocante nos indique si en este caso se podrán mencionar las partidas con las que nos apoya el Fabricante o titular del Registro Sanitario ofertado de la siguiente manera: "SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y EN NOMBRE DE NUESTRAS REPRESENTADAS, QUE CONTAMOS CON

LOS REGISTROS SANITARIOS POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS (MENCIONAR LAS PARTIDAS) DE LOS BIENES OFERTADOS....” Favor de considerar.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE ESTO EXIMA LA OBLIGACION DE PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO POR PARTIDA.

4. **PROPUESTA TECNICA. INCISO C) ANEXO 5.** Segundo párrafo: “**QUE EN CASO DE MODIFICACIÓN O INVALIDACIÓN DE LA LICENCIA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO SANITARIO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES INFORMAREMOS A SOBRE DICHO HECHO**” Se solicita atentamente a la convocante nos indique si en este caso se mencionara a el ISSSTECALI siguiente manera: “**QUE EN CASO DE MODIFICACIÓN O INVALIDACIÓN DE LA LICENCIA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO SANITARIO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES INFORMAREMOS A EL ISSSTECALI SOBRE DICHO HECHO**” Favor de indicar.

RESPUESTA: ES CORRECTO, FAVOR DE INDICAR A “EL ISSSTECALI”.

5. Se solicita atentamente a la convocante nos confirme que se podrán presentar en papel membretado del fabricante, titular del Registro Sanitario o Distribuidor Autorizado en México los escritos solicitados en forma conjunta. Favor de Considerar.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO REQUERIDO EN BASES DE LICITACION.

6. **PROPUESTA TECNICA. INCISO G) AL INCISO M) ANEXO 4.** Se solicita atentamente a la convocante nos confirme que solo se presentara un anexo 4 en un solo folder indicando que este cubre los requerimientos del inciso G) al inciso M). Favor de confirmar.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

7. **PROPUESTA TECNICA. INCISO N).** Formato de entrega de muestras, se solicita atentamente a la convocante nos confirme que en caso de hacer entrega de las muestras en el acto de apertura se podrá ingresar un escrito en el sobre de este inciso indicando dicho supuesto, sin que esto sea motivo de desechamiento.

RESPUESTA: EN CASO DE ENTREGAR FISICAMENTE LAS MUESTRAS EL DIA DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS NO ES NECESARIO ENTREGAR ESCRITO, CON PRESENTAR LAS MUESTRAS SE DA POR CUMPLIDO EL INCISO.

8. **PROPUESTA TECNICA. INCISO O). (CURRICULUM DE CLIENTES).** Se solicita atentamente a la convocante nos indique que para dar cumplimiento a lo solicitado en este punto bastara con presentar currículum de la empresa indicando la relación de los principales contratos vigentes (mínimo tres), de los Institutos a las que les suministre bienes, proporcionando nombres, domicilio y teléfono de los mismos. Favor de considerar.

RESPUESTA: SE ACEPTA. CON INDICAR LOS PRINCIPALES CONTRATOS BASTARA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO.

9. **PROPUESTA TECNICA. INCISO Q).** Se solicita atentamente a la convocante nos confirme que para dar cumplimiento a esta punto bastara con presentar Copia simple de la factura de por lo menos un vehículo a nombre del "LICITANTE". Comprobante de domicilio del inmueble de almacén para resguardo a nombre del "LICITANTE". Sin que sea necesario presentar ningún anexo.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA

10. **NUMERAL 14.- MARCADO DE LAS PROPUESTAS.** Se solicita atentamente a la convocante nos confirme que las propuestas se presentaran en DOS sobres; uno de propuesta técnica y uno de propuesta económica. Y ambas propuestas técnica y económica se presentaran en un solo Anexo 1 y Anexo 3 requisitados a renglón seguido, solo con las partidas ofertadas. Favor de confirmar.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.

11. **7.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA.** "Toda la documentación deberá presentarse en original y contener nombre y firma autógrafa de la persona facultada para ello (representante legal, apoderado, propietario), excepto los documentos expedidos por autoridades". Se solicita atentamente a la convocante confirme que la documentación emitida por parte de mi representada deberá presentar nombre y firma del representante legal al final de cada escrito o anexo, y toda la documentación en general deberá contar con firma autógrafa del mismo. Favor de confirmar.

RESPUESTA: ES CORRECTO. EXCEPTO LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES.

12. **C) MANIFIESTO DE AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTROS SANITARIOS VIGENTES (ANEXO 5).** Se solicita atentamente a la convocante nos indique si en caso de que los bienes ofertados no requieran registro sanitario, se podrá modificar este anexo, indicando solamente que se presentan los avisos de funcionamiento. E

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

13. **D.1 Copia simple legible por ambos lados del registro sanitario vigente por partida.** Se solicita atentamente a la convocante nos acepte en el caso de las claves que no requieren registro Sanitario de acuerdo a lo publicado en el "ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario" publicado en el Diario Oficial el 31 de Diciembre del 2011 que ingresemos copia de la publicación donde indica dicha clave o descripción del bien para dar cumplimiento a lo solicitado. Favor de considerar. A
C

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

14. **ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS. PARTIDA 320.** Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar y sea susceptible de adjudicación para esta partida la siguiente descripción: TIRAS REACTIVAS PARA PRUEBA RAPIDA DE DETERMINACION DE GLUCOSA EN W

SANGRE CAPILAR CON LIMITE DE MEDICION EN GLUCOMETRO DE 20 A 600 MG/DL. MEDIANTE EL MÉTODO DE REACCIÓN ELECTROQUÍMICA, CON MEMBRANA HIDROFILICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUIMICO DE GLUCOSA OXIDASA. VOLUMEN DE MUESTRA 1 MICROLITRO.

COMPATIBLE EN GLUCOMETRO CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO E ILUMINACIÓN, REALIZA DOBLE MEDICIÓN DE MUESTRA PARA GARANTIZAR RESULTADOS OBTENIDOS. TIEMPO DE RESPUESTA 5 SEGUNDOS. INDICADOR VISUAL DE BATERIA BAJA, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 6 A 44 °. FRASCO CON 50 PIEZAS.

Favor de considerar.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

15. **ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS. PARTIDA 180. LANCETAS SOFT CLIX II.** Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar y que sea susceptible de adjudicación ofertar una marca distinta a la solicitada esto en base de promover la libre participación y que puedan tener mejores precios para su H. Instituto.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

16. **ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS. PARTIDA 180.** Se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar y sea susceptible de adjudicación esta partida con la descripción siguiente: lanceta está hecha de cánula de acero inoxidable de alto grado médico (SUS304) montada dentro de una envoltura de polietileno. Las unidades montadas miden aproximadamente 32mm (L) X 6 MM (A) x 6-9 mm (H). Diámetro de la cánula: Lancetas UltraSoft™ Medida 28 (0.40 Max. (0.015)mm). Favor de considerar.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

17. **ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS. PARTIDA 180. LANCETAS** En base a la pregunta anterior se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar caja con 100 piezas ajustando cantidades en cajas a lo solicitado. Favor de considerar. E

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

18. **ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS. PARTIDA 180 Y 320.** Se observa que en las notas referentes a las claves requeridas no solicitan **equipos en comodato** para las mencionadas partidas, por lo anterior se solicita atentamente a la convocante nos indique cuantos equipos de medición y de punción requerirán para el uso de estos insumos. Favor de indicar. F

RESPUESTA: NO SE REQUIERE EQUIPO EN COMODATO. G

EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	ITEM	MINIMOS	MAXIMOS	PREGUNTA	RESPUESTA
7	A00019	CATETER DOBLE J 5 FR X 24 CM	SET DE CATETER DOBLE J 5FR X 24 CM, ESTÉRIL DESECHABLE DE POLIUTERANO HIDROFILICO TERMOSENSIBLE, MARCAS RADIOPACAS CADA 5 CM ORIFICIOS EN EL TRAYECTO DEL CATETER, EMPUJADOR CON PUNTA Y GUIA.	PIEZA	28	69	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar 4.7 Fr x 24 cm	NO SE ACEPTA.
27	A00059	CATETER TORACICO RECTO DE 20 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 20 FR LARGO 20 (51CM)	1 PIEZA	2	6	Solicitamos a la convocante nos permita cotizar tubo toracico recto de PVC con marcas radiopacas, con la misma funcionalidad terapéutica, se acepta?	NO SE ACEPTA. EL LICITANTE NO ESPECIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LO PROPUESTO.
28	A00061	CATETER TORACICO RECTO DE 28 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL, RADIOPACAS, CON MARCAS NUMERICAS DE PROFUNDIDAD. 28 FR LARGO 20 (51CM)	1 PIEZA	5	12	Solicitamos a la convocante nos permita cotizar tubo toracico recto de PVC con marcas radiopacas, con la misma funcionalidad terapéutica, se acepta?	NO SE ACEPTA. EL LICITANTE NO ESPECIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LO PROPUESTO
30	A00064	CATETER TORACICO RECTO DE 40 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 40 FR LARGO 20 (51CM)	CATETER DOBLE J 5FR X 24 CM, ESTÉRIL DESECHABLE DE POLIUTERANO HIDROFILICO TERMOSENSIBLE, MARCAS RADIOPACAS CADA 5 CM ORIFICIOS EN EL TRAYECTO DEL CATETER, EMPUJADOR CON PUNTA.	4	9	PREGUNTA #1 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar tubo toracico recto de PVC con marcas radiopacas, con la misma funcionalidad terapéutica, se acepta? PREGUNTA #2 El Item dice cateter doble j solicitamos aclarar ya que ya que no coincide con la especificacion de la partida	PREGUNTA 1: NO SE ACEPTA. PREGUNTA 2: ACLARACION POR PARTE DEL COMITÉ.
34	A00079	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO PARA LESIONES EXUDATIVAS, SANGRANTES Y/O CON SIGNOS DE INFECCIÓN, MECHAS 2 GRS.	CAJA / 5 PIEZA	100	249	Solicitamos a la convocante nos permita cotizar aposito de alginato en mecha de 30.5 cm, se acepta?	NO SE ACEPTA.
49	A00155	AGUJA PARA BIOPSIA TRU-CUT 14GX15 CM	AGUJAS PARA BIOPSIA TRU-CUT, CON HENDIDURA DEL ESPÉCIMEN COMPLETO 20 MM, MARCAS DE PROFUNDIDAD DE CENTÍMETRO QUE ASISTEN A LA COLOCACIÓN Y EL ESTILETE EXTRAÍBLE PARA LA CAPACIDAD DE MUESTREO MÚLTIPLE. UN BORDE DE CORTE ACERO QUIRÚRGICO BISTURÍ	CAJA / 10 PIEZAS	1	3	Se solicita a la convocante nos permita oferta 14 G X 16 CM	NO SE ACEPTA.

E
B
P
W
6

			SOSTENIDO RECUPERA A EJEMPLARES DE CORTADAS LIMPIO, DE ALTA CALIDAD. PARED DELGADA AGUJA RINDE EL NÚCLEO MÁS GRANDE. EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE. ESTÉRIL. MEDIDA 14X15CM					
73	A00328	MALLA DE PROLENE 6 X 6	MALLA ESTANDAR PLANA DE POLIPROPILENO DE 6 X 6, DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADA PARA EL REFUERZO DE LA PARED, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, NO REUTILIZABLE	CAJA / 3 PIEZAS	53	132	Se solicita a la convocante me permita ofertar malla plana de polipropileno de 15x15cm QUE SU EQUIVALENCIA ES 6X6 PULGADAS	SE ACEPTA.
#REF!	A00385	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML, CON TUBO TRANSPORTADOR DE 115 CM Y VÁLVULA DE DRENAJE, DESECHABLE, ATÓXICO, ESTÉRIL, CON SOPORTE. SISTEMA CERRADO CON MECANISMO DE ANTIREFLUJO. CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA.	1 PIEZA	1866	4665	Solicitamos a la convocante nos permita cotizar bolsa de orina en forma de diamante, con la misma funcionalidad terapéutica, lo que permite un llenado uniforme y que optimiza la medición de líquidos, se acepta? Favor de indicar numero de partida	EL NUMERO DE LA PARTIDA ES EL 83. NO SE ACEPTA.
115	A00545	OBTURADOR DE CATETER	TAPON ADAPTADOR PARA SELLO DE HEPARINA, CON MEMBRANA MULTIPUNCIÓNABLE CON SUPERFICIE PLANA LIBRE DE LATEX, PAREDES TRANSPARENTES QUE PERMITE IDENTIFICAR EL FLUJO, CONECTOR UNIVERSAL ROSCA LUER-LOCK, ESTERIL Y DESECHABLE. VOLUMEN INTERNO 0.11 ML.	BOLSA / 1 PIEZA	13567	33918	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR: CONECTOR ESTÉRIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALENTE, LONGITUD 23.35 MM, PARA PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIÓN DE FLUIDOS, SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK MACHO Y OTRA CONEXIÓN LUER-LOCK HEMBRA CON UNA MEMBRANA ANTI- CONTAMINACIÓN DE SILICÓN CON MEMORIA QUE CANCELA ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 14 GA, VOLUMEN MUERTO 0.03 ML, FLUJO 550 ML/MIN	NO SE ACEPTA.
219	A01852	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE 2 VIAS NO. 22 CON GLOBO	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE SILASTIC HIDROFILIA, DE 2 VIAS, CALIBRE 22 FR. CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. DE LARGA ESTANCIA DE 29 DIAS.	1 PIEZA	62	156	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sonda de larga duración (30 días), recubierta de hidrogel con iones de plata para evitar infecciones, se acepta?	SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

								EN BASES.
227	A01910	SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 8 FR	SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 8 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	67	168	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sonda nelaton en una sola bolsa individual y estéril de 41 cm, se acepta?	SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES.
228	A01920	SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 12 FR	SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 12 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	122	306	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sonda nelaton en una sola bolsa individual y estéril de 41 cm, se acepta?	SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES.
229	A01925	SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 14 FR	SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 14 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	643	1608	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sonda nelaton en una sola bolsa individual y estéril de 41 cm, se acepta?	SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES.
230	A01930	SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 16 FR	SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 16 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	500	1251	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sonda nelaton en una sola bolsa individual y estéril de 41 cm, se acepta?	SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES.
231	A01935	SONDA NELATON ESTERIL LATEX ROJO NO. 18 FR	SONDA NELATÓN LÁTEX ROJO 100% NATURAL, RECUBIERTO CON SILICONA, CON PUNTA CIEGA REDONDEADA Y UN ORIFICIO DE DRENAJE LATERAL Y CONO DE ADAPTACIÓN EN EL OTRO EXTREMO, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE 35 A 41 CM DE LARGO. CALIBRES 18 FR. ESTÉRIL INDIVIDUAL DOBLE BOLSA.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	196	489	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sonda nelaton en una sola bolsa individual y estéril de 41 cm, se acepta?	SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES.
232	A01995	SUTURA QUIRURGICA CATGUT CRÓMICO CALIBRE NO. 1 AGUJA CT-1	SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO CT-1, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR	CAJA / 12 PIEZAS	101	252	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO CALIBRE DEL 1 HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.

E
P
P
P

			CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM.				AGUJA REDONDA AHUSADA 1/2 35M	
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO, CALIBRE DEL 1 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 37MM, ABSORBIBLE DE 75CM DE LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
233	A02000	SUTURA QUIRURGICA MONOCRYL CALIBRE 3-0, AGUJA PS-1	SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLECAPRONE 25 (MONOCRYL), CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA PUNTA REVERSO CORTANTE DE 3/8 CIRCULO PS-1, TIPO MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE GLICÓLIDO Y EPSILONCAPROLACTONA, COLOR VIOLETA: INCOLORO, ABSORBIBLE, 70 CM. DE LONGITUD	CAJA / 12 PIEZAS	11	27	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLECAPRONE 25 (75% COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y 25% DE CAPROLACTONA CALIBRE DE LA SUTURA DEL 3-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, DE 3/8 DE CIRCULO DE 24MM, DE 70CM LARGO DE LA AGUJA	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA ABSORBIBLE (BIOSYN) DE GLYCOMER 631 (60% GLICÓLICO, 26% CARBONATO DE TRIMETILENO Y 14% DIOXANONA) CALIBRE DE LA SUTURA DE 3-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, DE 3/8 DE CIRCULO, 24MM DE LARGO DE LA AGUJA Y 75CM LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
234	A02003	SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE 0, AGUJA CT-1	SUTURA QUIRURGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO CT-1, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM.	CAJA / 12 PIEZAS	53	132	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO CALIBRE DEL 0 HEBRA DE 75CM AGUJA REDONDA AHUSADA 1/2 35M	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CROMICO, CALIBRE DEL 0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 37MM, ABSORBIBLE DE 75CM DE LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.

235	A02005	SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE 1, AGUJA SH-1	SUTURA QUIRURGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO SH, 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM.	12 PIEZAS	28	69	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CHROMICO, CALIBRE DEL 1 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 26MM, ABSORBIBLE DE 75CM DE LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
236	A02008	SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 3-0, D/A DOBLE ARMADA SH MASTER	SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO SH MASTER, DOBLE ARMADA, (D/A) TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIOSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 90 CM., DE LONGITUD	CAJA / 12 PIEZAS	11	27	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE POLIPROPILENO CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO REDONDA AHUSADA DE 26MM DOBLE ARMADA (D/A) Y HEBRA DE 90CM DE LARGO	NO SE ACEPTA.
237	A02012	SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 4-0 (2) RB-1 DOBLE ARMADA	SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 4/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO RB-1 D/A. TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIOSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD,	CAJA / 12 PIEZAS	7	18	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE POLIPROPILENO CALIBRE DEL 4-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO REDONDA AHUSADA DOBLE ARMADA (D/A) DE 17MM Y HEBRA DE 90CM	NO SE ACEPTA.
238	A02013	SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 6-0 (2) C-1 MASTER DOBLE ARMADA	SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 6/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO C-1 13 MM DE LONGITUD MASTER, DOBLE ARMADA, (D/A) ,TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIOSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD,	CAJA / 24 PIEZAS	7	18	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE POLIPROPILENO 6-0 CON AGUJA DE 3/8 CON AGUJA REDONDA AHUSADA DA DE 13MM DE 75CM DE LARGO	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE POLIPROPILENO 6-0 CON AGUJA DE 1/2 CON AGUJA REDONDA AHUSADA DA DE 13MM DE 75CM DE LARGO	NO SE ACEPTA.
239	A02014	SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 7-0 (2) DOBLE ARMADA, AGUJA BV-1	SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 7/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA 3/8 CIRCULO BV-1 MASTER, DOBLE ARMADA, (D/A) TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIOSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 60 CM., DE LONGITUD	CAJA / 12 PIEZAS	7	18	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE POLIPROPILENO 7-0 CON AGUJA DE 3/8 CON AGUJA REDONDA AHUSADA DA DE 9MM, Y DE 60CM DE LARGO DE LA HEBRA.	NO SE ACEPTA.

240	A02017	SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 1, CON AGUJA CP-35	SUTURA QUIRURGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 1, CON AGUJA PUNTA REVERSO CORTANTE DE 1/2 CIRCULO CP-35, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE LACTIDO Y GLICOLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD	CAJA / 12 PIEZAS	7	18	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA ABSORBIBLE VIOLETA DE POLIGLACTINA 910 COPOLIMERO CON 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE LACTIDA, RECUBIERTO CON POLIGLACTINA 370 (30% DE GLICOLIDA Y 70% DE LACTIDA) CALIBRE DEL 1 CON AGUJA REVERSO CORTANTE DE 1/2 CIRCULO, DE 36MM, Y 70CM DE LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE POLYSORB, LACTOMER 9.1 (90 % ACIDO POLIGLICOLICO Y 10% ACIDO LACTICO) CALIBRE DEL 1 CON AGUJA DE 1/2 DE 37MM REVERSO CORTANTE Y LARGO DE LA HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.
241	A02018	SUTURA VICRYL CALIBRE 0 SH	SUTURA ABSORBIBLE TIPO SH, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRC, 26,0 MM, MATERIAL VIOLETA TRENZADO LONGITUD 70 CM	CAJA / 36 PIEZAS	2	6	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA ABSORBIBLE VIOLETA DE POLIGLACTINA 910 COPOLIMERO CON 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE LACTIDA, RECUBIERTO CON POLIGLACTINA 370 (30% DE GLICOLIDA Y 70% DE LACTIDA) CALIBRE DEL 0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO, DE 26MM, Y 70CM DE LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE POLYSORB, LACTOMER 9.1 (90 % ACIDO POLIGLICOLICO Y 10% ACIDO LACTICO) CALIBRE DEL 0 CON AGUJA DE 1/2 DE 26MM AHUSADA Y LARGO DE LA HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.
242	A02019	SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 1, CON AGUJA CT-1	SUTURA QUIRURGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO CT-1, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE LACTIDO Y GLICOLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR	CAJA / 12 PIEZAS	150	375	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE TRENZADA DE POLIGLACTINA 910 CALIBRE DEL 1 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 37MM AHUSADA Y LARGO DE	NO SE ACEPTA.

			VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD				LA HEBRA DE 70CM	
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE POLYSORB, LACTOMER 9.1 (90 % ACIDO POLIGLICÓLICO Y 10% ACIDO LÁCTICO) CALIBRE DEL 1 CON AGUJA DE 1/2 DE 37MM AHUSDA Y LARGO DE LA HEBRA DE 75CMCIRCULO	NO SE ACEPTA.
243	A02021	SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 0, CON AGUJA CT-1	SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 3/8 CÍRCULO CT-1, 36.4 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD,	CAJA / 36 PIEZAS	12	30	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE TRENZADA DE POLIGLACTINA 910 CALIBRE DEL 0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 37MM AHUSADA Y LARGO DE LA HEBRA DE 70CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE POLYSORB, LACTOMER 9.1 (90 % ACIDO POLIGLICÓLICO Y 10% ACIDO LÁCTICO) CALIBRE DEL 0 CON AGUJA DE 1/2 DE 37MM AHUSDA Y LARGO DE LA HEBRA DE 75CMCIRCULO	NO SE ACEPTA.
244	A02022	SUTURA QUIRURGICA VICRYL, CALIBRE 2/0, CON AGUJA SH	SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 3/8 CÍRCULO SH, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD,	CAJA / 12 PIEZAS	34	84	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE TRENZADA DE POLIGLACTINA 910 CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 26MM AHUSADA Y LARGO DE LA HEBRA DE 70CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE POLYSORB, LACTOMER 9.1 (90 % ACIDO POLIGLICÓLICO Y 10% ACIDO LÁCTICO) CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA DE 1/2 DE 26MM AHUSADA Y LARGO DE LA HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.

E
X
Ca
2

o
2

245	A02023	SUTURA QUIRURGICA VICRYL, CALIBRE 2-0, CON AGUJA CT-1	SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO CT-1, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD	CAJA / 12 PIEZAS	38	96	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE TRENZADA DE POLIGLACTINA 910 CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 37MM AHUSADA Y LARGO DE LA HEBRA DE 70CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE POLYSORB, LACTOMER 9.1 (90 % ACIDO POLIGLICÓLICO Y 10% ACIDO LÁCTICO) CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA DE 1/2 DE 37MM AHUSADA Y LARGO DE LA HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.
246	A02025	SUTURA QUIRURGICA CATGUT CROMICO CALIBRE 2-0, CON AGUJA SH	SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO SH, 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM.	CAJA / 24 PIEZAS	24	60	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA CATGUT CHROMICO, CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 26MM, ABSORBIBLE DE 75CM DE LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CHROMICO, CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 26MM, ABSORBIBLE DE 75CM DE LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
247	A02027	SUTURA QUIRURGICA VICRYL, CALIBRE 3-0, CON AGUJA SH	SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 3/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO SH, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD	CAJA / 12 PIEZAS	108	270	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE TRENZADA DE POLIGLACTINA 910 CALIBRE DEL 3-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 25MM AHUSADA Y LARGO DE LA HEBRA DE 70CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE POLYSORB, LACTOMER 9.1 (90 % ACIDO POLIGLICÓLICO Y 10% ACIDO LÁCTICO) CALIBRE DEL 3-0 CON AGUJA DE 1/2 DE 26MM AHUSADA Y LARGO DE LA HEBRA DE 75CM CIRCULO	NO SE ACEPTA.

248	A02032	SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 5-0 (2), CON AGUJA 5-14, DOBLE ARMADA D/A	SUTURA QUIRURGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 5/0, CON AGUJA SABRELOC DE ESPÁTULA 1/4 DE CÍRCULO 5-14D/A, 8 MM LONGITUD TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 45 CM. DE LONGITUD.	CAJA / 12 PIEZAS	2	6	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE 90% ACIDO POLIGLICOLICO Y 10% ACIDO LACTICO (POLYSORB) CALIBRE 5-0 CON AGUJA ESPATULADA PREMIUM 1/4 8.6MM CON HEBRA DE 45CM DE LARGO	NO SE ACEPTA.
249	A02037	SUTURA QUIRURGICA VICRYL, CALIBRE 7-0, CON AGUJA TG140-8 DOBLE ARMADA D/A	SUTURA QUIRURGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 7/0, CON AGUJA ATRALOC/MICRO-POINT, ESPATULA 3/8 DE CÍRCULO TG-140-8 D/A, 6.5 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 45 CM. DE LONGITUD.	CAJA / 12 PIEZAS	2	6	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE 90% ACIDO POLIGLICOLICO Y 10% ACIDO LACTICO (POLYSORB) CALIBRE 7-0 CON AGUJA ESPATULADA PREMIUM 3/8 6.3MM CON HEBRA DE 45CM DE LARGO	NO SE ACEPTA.
250	A02065	SUTURA QUIRURGICA CATGUT CRÓMICO CALIBRE 3-0 CON AGUJA SH	SUTURA QUIRURGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 3/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 DE CIRCULO SH, 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM.	CAJA / 24 PIEZAS	19	48	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO CALIBRE DEL 3-0 HEBRA DE 75CM AGUJA REDONDA AHUSADA 1/2 25M	NO SE ACEPTA.
251	A02085	SUTURA QUIRURGICA CATGUT CRÓMICO CALIBRE 4-0, CON AGUJA RB-1 MASTER	SUTURA QUIRURGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 4/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO RB-1 17 MM DE LONGITUD MASTER, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 70 CM.	CAJA / 24 PIEZAS	8	21	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO CALIBRE DEL 4-0 HEBRA DE 75CM AGUJA REDONDA AHUSADA 1/2 17M	NO SE ACEPTA.
252	A02107	SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 2-0, CON AGUJA SC-26	SUTURA QUIRURGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 2/0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO SC-26 FS, 26 MM DE LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIFÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM.	CAJA / 24 PIEZAS	50	126	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE NYLON 2-0 CON AGUJA DE 1/2 CORTANTE DE 25MM Y LARGO DE LA HEBRA DE 45CM	NO SE ACEPTA.
253	A02109	SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 3-0, CON AGUJA KS RECTA	SUTURA QUIRURGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE RECTA KS, TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIFÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 60 CM DE	CAJA / 24 PIEZAS	4	9	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA DE NYLON CALIBRE DEL 3-0 CON AGUJA RECTA REVERSO CORTANTE DE 60MM Y 75CM DE LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.

E
P
C
D
e
S

			LONGITUD,				SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA DE NYLON CALIBRE DEL 3-0 CON AGUJA RECTA REVERSO CORTANTE DE 60MM Y 75CM DE LARGO DE LA HEBRA COLOR AZUL	NO SE ACEPTA.
254	A02112	SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 3-0, CON AGUJA SC-24 CURVA	SUTURA QUIRURGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CIRCULO SC-24 FS-1, TIPO MONOFILAMENTO DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM.	CAJA / 12 PIEZAS	220	549	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE NYLON 3-0 CON AGUJA DE 1/2 CORTANTE DE 25MM Y LARGO DE LA HEBRA DE 45CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE NYLON 3-0 CON AGUJA DE 1/2 CORTANTE DE 24MM Y LARGO DE LA HEBRA DE 45CM	NO SE ACEPTA.
255	A02130	SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 4-0, CON AGUJA PS-2 PRIME	SUTURA QUIRURGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO.4 /0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CIRCULO PS-2, 19 MM LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM	CAJA / 24 PIEZAS	8	21	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE NYLON 4-0 CON AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE DE 19.5MM Y LARGO DE LA HEBRA DE 45CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA DE NYLON CALIBRE DEL 4-0 CON AGUJA DE 3/8 REVERSO CORTANTE DE 19MM Y 45CM DE LARGO DE LA HEBRA COLOR AZUL	NO SE ACEPTA.
256	A02134	SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 5-0, CON AGUJA RB-1 MASTER D/A DOBLE ARMADA	SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 5/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO RB-1 MASTER, DOBLE ARMADA, (D/A) TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIOSOMERO ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD	CAJA / 12 PIEZAS	16	39	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA SOLICITAR SUTURA DE POLIPROPILENO CALIBRE DEL 5-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO REDONDA AHUSADA DA DE 17MM Y HEBRA DE 90CM	NO SE ACEPTA.
257	A02135	SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 5-0, CON AGUJA PS-3 PRIME	SUTURA QUIRURGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 5/0, CON AGUJA PUNTA DE PRECISION REVERSO CORTANTE 3/8 DE CIRCULO PS-3, 13 MM DE LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLIMEROS ALIPATICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM.	CAJA / 24 PIEZAS	5	12	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE NYLON 5-0 CON AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE DE 12MM Y LARGO DE LA HEBRA DE 45CM	NO SE ACEPTA.

8

6
A
C

258	A02138	SUTURA QUIRURGICA ETHILON CALIBRE 10-0 (2) CON AGUJA TGW 140-6 D/A	SUTURA QUIRURGICA DE NYLON ETHILON, CALIBRE DEL NO. 10/0, CON AGUJA MICRO-POINT ESPATULA 1/4 DE CÍRCULO, TGW 140-6 D/A, 5.5 MM DE LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIFÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM.	CAJA / 12 PIEZAS	4	9	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA QUIRURGICA DE NYLON CALIBRE 10-0 CON AGUJA ESPATULADA PREMIUM DOBLE ARMADA (DA) DE 1/2 DE CIRCULO DE 6MM DE 30 CM LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
259	A02139	SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 0, CON AGUJA CT-1	SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA X CÍRCULO CT-1. TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIOSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD,	CAJA / 12 PIEZAS	37	93	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE POLIPROPILENO DEL 0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO REDONDA AHUSADA DE 35MM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE POLIPROPILENO DEL 0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO REDONDA AHUSADA DE 37MM Y DE 45CM LARGO DE LA HEBRA	NO SE ACEPTA.
260	A02144	SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 0, SIN AGUJA	SUTURA QUIRURGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 0, SIN AGUJA, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM.	CAJA / 12 PIEZAS	10	24	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 0 SIN AGUJA CON 10 HEBRAS DE 75CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 0 SIN AGUJA CON 12 HEBRAS DE 75CM	NO SE ACEPTA.
261	A02145	SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 1, SIN AGUJA	SUTURA QUIRURGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 1, SIN AGUJA, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD,	CAJA / 12 PIEZAS	18	45	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 1 SIN AGUJA CON 10 HEBRAS DE 75CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 1 SIN AGUJA CON 12 HEBRAS DE 75CM	NO SE ACEPTA.
262	A02146	SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 3-0, SIN AGUJA	SUTURA QUIRURGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 3/0, SIN AGUJA, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE	CAJA / 24 PIEZAS	7	18	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 3-0 SIN	NO SE ACEPTA.

			LONGITUD,				AGUJA CON 10 HEBRAS DE 75CM	
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 3-0 SIN AGUJA CON 12 HEBRAS DE 75CM	NO SE ACEPTA.
263	A02147	SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 0, CON AGUJA SH	SUTURA QUIRURGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO SH, 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD,	CAJA / 12 PIEZAS	18	45	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 25MM LARGO DE LA HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 26MM LARGO DE LA HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.
264	A02161	SUTURA QUIRURGICA PROLENE CALIBRE 2-0, CON AGUJA SH	SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO (PROLENE), CALIBRE NO. 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO SH. TIPO MONOFILAMENTO DE ESTERIOSÓMERO ISOTÁCTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM., DE LONGITUD	CAJA / 12 PIEZAS	22	54	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA NO AB SORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE DEL 2-0 COLOR AZUL CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO CARDIOVASCULAR, AHUSADA DE 25MM LARGO DE LA HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.
							SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA NO AB SORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE DEL 2-0 COLOR AZUL CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO CARDIOVASCULAR, AHUSADA DE 26MM LARGO DE LA HEBRA DE 75CM	NO SE ACEPTA.
265	A02175	SUTURA QUIRURGICA SEDA CALIBRE 2-0, SIN AGUJA	SUTURA QUIRURGICA DE SEDA PERMA-HAND, CALIBRE DEL NO. 2/0, SIN AGUJA, TIPO TRENZADO DE PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBROÍNA, COLOR NEGRO, BLANCO, NO ABSORBIBLE, CON 75 CM, DE LONGITUD,	CAJA / 12 PIEZAS	29	72	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 2-0 SIN AGUJA CON 10	NO SE ACEPTA.