

339	A40135	APOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE 5 X 5.7 CM, CON MARCO DE APLICACION	APOSITO RECTANGULAR TRANSPARENTE 5 X 5.7 CM, APOSITO ADHESIVO CON MARCO DE APLICACION, CON CINTAS ESTERILES CONSTITUIDOS POR UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, CUBIERTA POR UN ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO SENSIBLE A LA PRESION, LIBRE DE LATEX, REFORZADO EN UN EXTREMO POR UN SOPORTE DE TELA SUAVE, PARA ASEGURAR LA FIJACION DE LOS TUBOS.	CAJA / 100 PIEZAS	32	81
-----	--------	--	---	-------------------	----	----

Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, es el caso que sólo una casa comercial tiene la capacidad de ofertar una marca específica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, lo cual sería contrario a los principios tutelados por el artículo 134 constitucional y siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece:

*Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.*

Además, es importante recordar que solicitar condiciones como las arriba descritas implica responsabilidades administrativas.

Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar, bienes con la misma funcionalidad terapéutica.

APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE SUAJADO EN UN EXTREMO CON DOS CINTAS ESTERILES, TECNOLOGIA REACTIC QUE DISTRIBUYE EL ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO EN CUADRICULA Y QUE MEJORA LA ADHERENCIA EN PRESENCIA DE HUMEDAD CON TRANSMISION DE VAPOR DE 14000 G/M2, CON PORTECTOR DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTOR DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADO PARA LA FACIL APLICACION CON UNA MANO Y PARA LA FIJACION Y ESTABILIZACION DE CATETERES Y TUBOS DE 5X6 CM CAJA CON 100 PIEZAS

El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos.

¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

PREGUNTA

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	ENVASE	MINIMO	MAXIMO
340	A40136	APOSITO TRANSPARENTE 5 X 7 CM	APOSITO TRANSPARENTE 5 X 7 CM, APOSITO ADHESIVO ESTERIL QUE NO SE ADHIERE A LAS HERIDAS O SUTURAS, CON CAPACIDAD ABSORBENTE DE EXUDADO EN EL RANGO DE ESCASO A MODERADO. ESTA CONSTITUIDO POR UNA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, CUBIERTA POR UN ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO SENSIBLE A LA PRESION, LIBRE DE LATEX.	CAJA / 50 PIEZAS	110	276

Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, es el caso que sólo una casa comercial tiene la capacidad de ofertar una marca específica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de

la libre participación, lo cual sería contrario a los principios tutelados por el artículo 134 constitucional y siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece:

*Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.*

Además, es importante recordar que solicitar condiciones como las arriba descritas implica responsabilidades administrativas.

Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar, bienes con la misma funcionalidad terapéutica.

**APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE, REFORZADO EN UN EXTREMO, CON TECNOLOGIA REACTIC QUE DISTRIBUYE EL ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO EN CUADRICULA Y QUE MEJORA LA ADHERENCIA EN PRESENCIA DE HUMEDAD CON TRANSMISION DE VAPOR DE 14000 G/M2, CON PORTECTOR DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTOR DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADO PARA LA FACIL APLICACION Y PARA LA FIJACION Y ESTABILIZACION DE CATETERES Y TUBOS DE 6X8.5 CM CAJA CON 100 PIEZAS**

El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA.**

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	ENVASE	MINIMO	MAXIMO
341	A40137	APOSITO TRANSPARENTE 9 X 15 CM, CON MARCO DE APLICACION	APOSITO TRANSPARENTE 9 X 15 CM, ADHESIVO, ESTERIL CON COJIN ABSORBENTE. RESPALDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DELGADO, FLEXIBLE, CONFORMABLE Y SEMIPERMEABLE, QUE PERMITE LA TRANSPIRACION DE LA PIEL E IMPIDE EL PASO DE BACTERIAS, COMPUESTO POR UNA CAPA NO TEJIDA DE FIBRAS DE RAYON ENTRE DOS CAPAS DE POLIETILENO POROSO, QUE NO SE ADHIERE A LA HERIDA O SUTURAS, HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, LIBRE DE LATEX, SENSIBLE A LA PRESION, RESISTENTE AL AGUA, DE FACIL REMOCION, NO DEJA RESIDUO.	CAJA / 25 PIEZAS	41	102

Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, es el caso que sólo una casa comercial tiene la capacidad de ofertar una marca específica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, lo cual sería contrario a los principios tutelados por el artículo 134 constitucional y siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece:

*Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.*

Además, es importante recordar que solicitar condiciones como las arriba descritas implica responsabilidades administrativas.

Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar, bienes con la misma funcionalidad terapéutica.

APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA HIDROCELULAR ABSORBENTE NO ADHERENTE, DE ESTRUCTURA DE PANAL QUE PERMITE LA VISIBILIDAD DE LA CONDICION DE LA PIEL Y LA HERIDA, CON TECNOLOGIA REACTIC QUE DISTRIBUYE EL ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO EN CUADRICULA Y QUE MEJORA LA ADHERENCIA EN PRESENCIA DE HUMEDAD CON UNA TRANSMISION DE VAPOR DE 3000 G/M2, CON PORTECTOR DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTOR DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADO PARA LA FACIL APLICACION Y PARA LA PROTECCION DE HERIDAS DE 15X10 CM CAJA CON 20 PIEZAS

El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección de heridas incisionales, la gestión y control del exudado.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA.**

PREGUNTA

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	ENVASE	MINIMO	MAXIMO
350	A40153	CAMPO QUIRURGICO DE INCISION ESTERIL 82X45 CM AREA DE INCISION 60X45 CM.	CAMPO QUIRÚRGICO DE INSICIÓN ESTÉRIL FORMADO POR UNA PELÍCULA POLIMÉRICA RECUBIERTA DE ADHESIVO HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS, AJUSTABLE AL CONTORNO DEL CUERPO, DURABLE Y RESISTENTE A RASGADURAS. PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL. 82X45CM, AREA INSICION 60X45CM.	CAJA / 10 PIEZAS	7	18

Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, es el caso que sólo una casa comercial tiene la capacidad de ofertar una marca específica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, lo cual sería contrario a los principios tutelados por el artículo 134 constitucional y siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece:

*Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.*

Además, es importante recordar que solicitar condiciones como las arriba descritas implica responsabilidades administrativas.

Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar, bienes con la misma funcionalidad terapéutica.

CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN DE POLIURETANO TRANSPARENTE, SEMI PERMEABLE, CONFORMABLE, RESISTENTE AL AGUA CON ADHESIVO DE ACRILATO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS AUTO- ADERIBLES. AREA DEL CAMPO 85 X 56 CMS AREA DEHESIVA 76 X 56 CM. CAJA CON 10 PIEZAS

El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la prevención de infecciones en sitio quirúrgico asociadas al contacto y arrastre de microorganismos de la piel del paciente a tejidos y órganos expuestos en la incisión quirúrgica.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA.**

PREGUNTA

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	ENVASE	MINIMO	MAXIMO
---------	-------	-------------	----------------	--------	--------	--------

365	A40173	APOSITO TRANSPARENTE 6 X 7CM	APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, MARCO DE APLICACIÓN Y ETIQUETA. MEDIDA: 6X7 CM	CAJA / 100 PIEZAS	18	45
-----	--------	------------------------------------	--	-------------------------	----	----

Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, **es el caso que sólo una casa comercial** tiene la capacidad de ofertar una **marca** específica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, lo cual sería contrario a los principios tutelados por el artículo 134 constitucional y siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece:

*Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.*

Además, es importante recordar que solicitar condiciones como las arriba descritas implica responsabilidades administrativas.

Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar, bienes con la misma funcionalidad terapéutica.

APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE, REFORZADO EN UN EXTREMO, CON TECNOLOGIA REACTIC QUE DISTRIBUYE EL ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO EN CUADRICULA Y QUE MEJORA LA ADHERENCIA EN PRESENCIA DE HUMEDAD CON TRANSMISION DE VAPOR DE 3000 G/M2, CON PORTECTOR DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTOR DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADO PARA LA FACIL APLICACION Y PARA LA FIJACION Y ESTABILIZACION DE CATETERES Y TUBOS DE 6X8.5 CM CAJA CON 100 PIEZAS

El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos.

¿Se acepta?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA.**

PREGUNTA

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	ENVASE	MINIMO	MAXIMO
434	A40271	PELICULA PROTECTORA EN FRASCO ROCIADOR DE 28 ML	PELICULA PROTECTORA SIN ARDOR, EN FRASCO ROCIADOR DE 28 ML DE LARGA DURACIÓN CON AMPLIO RESPALDO CIENTÍFICO, SU MECANISMO DE ACCIÓN ESTA DADO POR SU ALTA AFINIDAD A LA EPIDERMIS, FORMA UNA PELICULA PROTECTORA SOBRE LA PIEL, EJERCIENDO UNA FUNCIÓN PROTECTORA ANTIHUMEDAD FRENTE A FLUIDOS CORPORALES (ORINA, SALIVA, EXUDADOS, HECES, ETC) CONTIENE: TERPOLIMERO DE ACRILATO, POLIFENILMETILSILOXANO, HEXAMETIDISILOXANO Y ISSOCTANO.	CAJA / 12 FRASCO	6	15

Al respecto consideramos de relevante importancia observar que el requerimiento arriba citado, pudiera constituirse en una condición imposible de cumplir, en virtud de que en el mercado de los bienes objeto de la licitación que nos ocupa, **es el caso que sólo una casa comercial** tiene la capacidad de ofertar una **marca** específica como la que se está requiriendo, situación que pudiera constituirse en una limitante de la libre participación, lo cual sería contrario a los principios tutelados por el artículo 134 constitucional y siendo a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su ante penúltimo párrafo, en la parte conducente, establece:

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.

Además, es importante recordar que solicitar condiciones como las arriba descritas implica responsabilidades administrativas.

Por lo anterior expuesto, muy atentamente solicitamos a la convocante, no limitar la libre participación considerando lo antes expuesto, nos permita ofertar, bienes con la misma funcionalidad terapéutica.

PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY DE COPOLIMERO ACRILICO Y ALCOHOL, QUE ACTÚA COMO BARRERA PROTECTORA DE LA PIEL PERILESIONAL DE HERIDAS QUIRÚRGICAS MENORES Y HERIDAS SUPERFICIALES CONTRA FLUIDOS Y ROCE DE SUPERFICIES, FUNGE COMO BASE PARA LA ADHERENCIA DE OTROS ELEMENTOS CON ADHESIVO, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AIRE, RESISTENTE A LIQUIDOS CONFORMABLE Y ELÁSTICO DE FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN. FRASCO DE 100ML.

El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica y es segura y eficaz para la prevención de lesiones en la piel asociadas a la incontinencia fecal y urinaria, contacto con adhesivos médicos, y roce con superficies de contacto.

¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

PREGUNTA-

Partida	Clave	Descripción	Presentación Solicitada en la Base	Número de piezas en la presentación solicitada en la base	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
299	A02562	CATETER NIAGARA 13.5 X 20 X 20 PARA HEMODIALISIS DOS VIAS // CATETER PARA HEMODIALISIS 13.5 F X 20 CM PRE CURVEADO, 2 LUMEN CONTENIDO: 1 CATETER NIAGARA 1 ESTILETE FLEXIBLE, 1 ESTILETE EXTRAIBLE 1 11-13 FR. DILATADOR DE VASOS 1 12-14FR DILATADOR DE VASOS, 1 GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM X 3MM , 3 MM "J" PUNTA RECTA FLEXIBLE CON DISPENSADOR TRIGGER, 1 ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, 2 VENDAJES ADHESIVOS, 2 TAPONES DE LINEA	PIEZA	1	31	78

Código a ofertar	Descripción Modtronic	Presentación
	Catéter Mahurkar Elite Precurvado en Kit de 13.5 Fr x 20 cm de doble lumen, termosensible, con diseño de punta simétrica y grandes ranuras laterales con corte laser, marcas de profundidad en el cuerpo del catéter, con extensiones rectas y contiene: Aguja Introdutora 18G, (1) Guía metálica con avanzador en J/Recta de 70 cm ( 0.035" ) ,(1) Ala de sutura desmontable , (2) Apósitos de Telfa Island, (1) Dilatador de Tejido -10 Fr (1)Dilatador de Tejido - 14 Fr (2) Tapones de Sellado	PIEZA

PREGUNTA

Se solicita al licitante ofrecer el Catéter Mahurkar Elite Precurvado en Kit de 13.5 Fr x 20 cm de doble lumen, termosensible, con diseño de punta simétrica y grandes ranuras laterales con corte laser, marcas de profundidad en el cuerpo del catéter, con extensiones rectas y contiene: Aguja Introdutora 18G, (1) Guía metálica con avanzador en J/Recta de 70 cm ( 0.035" ) ,(1) Ala de sutura desmontable , (2) Apósitos de Telfa Island, (1) Dilatador de Tejido -10 Fr (1)Dilatador de Tejido - 14 Fr (2) Tapones de Sellado. Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

## HI TEC MEDICAL S.A. DE C.V

### PREGUNTAS

#### ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS CON MAXIMOS Y MINIMOS, PARTIDA 27

27	A00059	CATETER TORACICO RECTO DE 20 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIO PACAS. 20 FR LARGO 20 (51CM)
----	--------	--	--

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI EL DRENAJE TORACICO PUEDE SER DE PVC

RESPUESTA: SE ACEPTA.

#### ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS CON MAXIMOS Y MINIMOS, PARTIDA 28

28	A00061	CATETER TORACICO RECTO DE 28 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL, RADIO PACAS, CON MARCAS NUMERICAS DE PROFUNDIDAD. 28 FR LARGO 20 (51CM)
----	--------	--	---

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI EL DRENAJE TORACICO PUEDE SER DE PVC

RESPUESTA: SE ACEPTA.

#### ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS CON MAXIMOS Y MINIMOS, PARTIDA 30

30	A00064	CATETER TORACICO RECTO DE 40 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIO PACAS. 40 FR LARGO 20 (51CM)
----	--------	--	--

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI EL DRENAJE TORACICO PUEDE SER DE PVC

RESPUESTA: SE ACEPTA.

#### ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS CON MAXIMOS Y MINIMOS, PARTIDA 94

94	A00442	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 6	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIO PACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON ONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALÓN VÁLVULA LUER FENESTRADA. DIÁMETRO 6 CÁNULA SHILEY CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS PUBLICADAS PERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DIÁMETRO INTERNO (DI) 6.4MM, DIÁMETRO EXTERNO (DE) 10.8MM, LONGITUD (LONG) 76MM.
----	--------	---	---

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI PUEDE CONFIRMAR QUE EL DIAMETRO INTERNO SOLICITADO ES DE 6.0 MM

RESPUESTA: ES CORRECTO. Y SE ACEPTA ÚNICAMENTE MEDIDA DE 6.0 MM

#### ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS CON MAXIMOS Y MINIMOS, PARTIDA 95

95	A00443	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SHILEY DIAMETRO 8	CANULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPAKA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALON VÁLVULA LUIER FENESTRADA. DIÁMETRO 8 CÁNULA SHILEY CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS PUBLICADAS PERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DIÁMETRO INTERNO (DI) 7.6MM, DIÁMETRO EXTERNO (DE) 12.2MM, LONGITUD (LONG) 81MM.
----	--------	---	--

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE SI PUEDE CONFIRMAR QUE EL DIAMETRO INTERNO SOLICITADO ES DE 8.0 MM

**RESPUESTA: ES CORRECTO. Y SE ACEPTA ÚNICAMENTE MEDIDA DE 8.0 MM.**

ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS, PARTIDA 355

355	A40158	TRAMPA PARA MOCO ESTERIL 40 ML	RECIPIENTE PARA TOMA DE MUESTRAS CON TUBO DE SUCCIÓN Y TUBO DE ASPIRADO PARA COLOCACIÓN DE SONDA DE ASPIRACIÓN, FRASCO CILINDRICO DE 40 ML. ESTÉRIL CON TAPADERA CON ROSCA, PLÁSTICO. EMPAQUE INDIVIDUAL.
-----	--------	--------------------------------	---

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI LA TRAMPA PUEDE SER DE 30 ML

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA.**

4

ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS, PARTIDA 405

405	A40235	MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA ADULTO	MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA ADULTO, NO CONDUCTIVA CON VÁLVULA.
-----	--------	---	---

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ESTÁ BIEN OFERTAR MASCARILLA No. 5

**RESPUESTA: SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES.**

ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS, PARTIDA 406

406	A40236	MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA INFANTIL	MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA INFANTIL.
-----	--------	---	--

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ESTÁ BIEN OFERTAR MASCARILLA No. 3

**RESPUESTA: SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES.**

2

ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS, PARTIDA 412

412	A40242	MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA PEDIATRICA	MASCARILLA TRANSPARENTE PARA ANESTESIA PEDIATRICA.
-----	--------	---	--

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ESTÁ BIEN OFERTAR MASCARILLA No. 2

**RESPUESTA: SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN BASES.**

6

ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TECNICAS CON MAXIMOS Y MINIMOS, PARTIDA 441

441	A40293	CANULA PARA TRAQUEOTOMIA NO FENESTRADA DIAMETRO 6	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA DESECHABLE DE POLIVINIL, BIOCOMPATIBLE CON CÁNULA INTERNA CONECTORES DE BLOQUEO CON CÁNULA RADIOPACA CON PLACA DE CUELLO GIRATORIO HIPOALERGÉNICA REUTILIZABLE CON CONECTOR DE BLOQUEO TRASLUCIDO, PUNTA SUAVE Y REDONDEADA, INFLADO DEL BALÓN, VÁLVULA LUER LPC NO FENESTRADA, DIÁMETRO 6 CÁNULA SHILEY CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS PUBLICADAS PERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DIÁMETRO INTERNO (DI) 6.4MM, DIÁMETRO EXTERNO (DE) 10.8MM, LONGITUD (LONG) 76MM
-----	--------	---	--

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE SI PUEDEN CONFIRMAR QUE EL DIAMETRO INTERNO SOLICITADO ES DE 6.0 MM  
 RESPUESTA: ES CORRECTO. Y SE ACEPTA ÚNICAMENTE MEDIDA DE 6.0 MM.

**INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S. DE R.L. DE C.V**

1.- 258 A02138 SUTURA QUIRURGICA ETHILON CAL- 10-0 (2) CON AGUJA TGW 140-6 d/a 1/4 CIRCULO  
 SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITAN OFERTAR LA MISMA SUTURA CON AGUJA CS 140-6 D/A 3/8 CIRCULO Y HEBRA DE 30 CM. ¿SE ACEPTA COMO OPCION?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

2.- 331 A40124 HISOPO CON GLUCONATO CLORHEXIDINA AL 2% EN 5 ML.¿  
 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE 5.2 ML. ¿SE ACEPTA.?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

3.- 350 A40153 CAMPO QUIR. DE INSICION ESTERIL 82X45 CM. AREA INSICION 60X45.  
 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CAMPO QUIRURGICO DE INSICION ESTERIL FORMADO POR UNA PELICULA POLIMERICA RECUBIERTA DE ADHESIVO HIPOALERGENICO, PERMITE LA TRANSPIRACION DE LA PIEL 90X60 AREA INSICION 60X60. SE ACEPTA COMO OPCION?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

4.- 387 A40206 EL NO. DE CATALOGO 1243A NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO

RESPUESTA:  
 ES CORRECTO. EN NUMERO DE CATALOGO CORRESPONDIENTE A LO SOLICITADO ES EL NO. 1251.

5.- 465 D00011 RESINA LIQUIDA FOTOCURABLE  
 SOLICITAMOS ACLARAR SI EN ESTA PARTIDA SE REFIERE A RESINA FLUIDA. SI ES CORRECTO FAVOR DE INDICAR EL TONO QUE NECESITAN

RESPUESTA: SE SOLICITA TONO A2.

6.- 471 D00018 RESINA SOLIDA FOTOCURABLE 6 GRS. 51202  
 SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL EQUIPO QUE SOLITA DEBE IR EN COMODATO PARA EL HOSPITAL.

RESPUESTA:  
 SE ENTREGARA EN LAS UNIDADES Y HOSPITALES QUE TENGAS DEPARTAMENTO DE DENTAL.

7.- 367 A40175 INDICADORES BIOLOGICOS DE LECTURA RAPIDA ESTERILIZACION VAPOR  
 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI LO QUE REQUIERE COMO LECTURA RAPIDA ES UNA HORA O 3 HORAS.

RESPUESTA:  
 LAS CARGAS DURAN ENTRE 30 A 45 MINUTOS, POR LO TANTO ESTE ES EL TIEMPO REQUERIDO..

**MEDIBAC S. DE R.L. DE C.V**

1.- LA CONVOCANTE SOLICITA:

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and 'No' written vertically.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
3	A00008	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO DE 1/2 LITRO DE 30 PULGADAS O 76 CM DE LARGO CON BOLSA Y FILTRO. CATALOGO: 353911

LE SOLICITAMOS NOS ACEPTE OFERTAR:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
3	A00008	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO	CIRCUITO EXPANDIBLE EN Y GIRATORIO DE 17 PULGADAS – 72 PULGADAS (43CMS-1.8MTRS) PARA ANESTESIA PEDIATRICO CON BOLSA DE 1 LITRO, LINEA DE MUESTREO Y HUMIFICADOR NARIZ ARTIFICIAL CON FILTRO BACTERIANO/VIRAL (11012) MARCA HUDSON REFERENCIA 353471

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

2.- LA CONVOCANTE SOLICITA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
127	A00691	CUBRE BOCA QUIRURGICO DESHECHABLE	CUBREBOCA QUIRURGICO DESHECHABLE NO ESTERIL, CON FILTRO, SOPORTE AMOLDABLE NASAL

LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
127	A00691	CUBRE BOCA QUIRURGICO DESHECHABLE	CUBREBOCA QUIRURGICO DESHECHABLE NO ESTERIL, DE TRES PLEGOS CON FILTRACION BACTERIANA (BFE 99%) , CON ELASTICO

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

3.-LA CONVOCANTE SOLICITA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
114	A00544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 16 GA.	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 16 GA X 1.77 IN CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACCODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA, ESTÉRIL Y DESECHABLE.

LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	Especificaciones
114	A00544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 16 GA.	El catéter Ambiderm está fabricado de PTFE (Politetrafluoretileno), resistente y biocompatible. Su diseño de superficies interiores y exteriores extremadamente lisas permite asegurar una fácil venopunción con el mínimo trauma. Atóxico, desechable, libre de pirógenos, esterilizado por ETO, radiopaco, tapón antiderrapante para un mejor agarre, aguja de acero inoxidable siliconizada, y catéter de doble ángulo para una venopunción suave y sin dolor. de 16G color Gris di. 7mm largo 46mm flujo de 180(ml/min) caja con 100 piezas

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

2

+

Pa

W/O

6

4.-LA CONVOCANTE SOLICITA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
116	A00546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18 GA. 28-30 MM	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO FORMULA VIALON, CALIBRE. 18 GA X 30 MM CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA.

LE PEDIMOS A LA CONVOACNTE SE NOS PERMITA OFERTAR:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	Especificaciones
116	A00546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18 GA. 28-30 MM	El catéter Ambiderm está fabricado de PTFE (Politetrafluoretileno), resistente y biocompatible. Su diseño de superficies interiores y exteriores extremadamente lisas permite asegurar una fácil venopunción con el mínimo trauma. Atóxico, desechable, libre de pirógenos, esterilizado por ETO, radiopaco, tapón antiderrapante para un mejor agarre, aguja de acero inoxidable siliconizada, y catéter de doble ángulo para una venopunción suave y sin dolor. de 18 G color Verde di 1.3mm largo 32mm flujo de 80(ml/min) caja con 100 piezas

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

E

5.-LA CONVOCANTE SOLICITA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
117	A00550	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 GA.	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 20 GA X 1.16 IN CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA, ESTÉRIL Y DESECHABLE.

LE PEDIMOS A LA CONVOACNTE SE NOS PERMITA OFERTAR:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	Especificaciones
117	A00550	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 GA.	El catéter Ambiderm está fabricado de PTFE (Politetrafluoretileno), resistente y biocompatible. Su diseño de superficies interiores y exteriores extremadamente lisas permite asegurar una fácil venopunción con el mínimo trauma. Atóxico, desechable, libre de pirógenos, esterilizado por ETO, radiopaco, tapón antiderrapante para un mejor agarre, aguja de acero inoxidable siliconizada, y catéter de doble ángulo para una venopunción suave y sin dolor. de 20 G color Rosa di 1.1mm largo 32 mm flujo de 54 (ml/min) caja con 100 piezas

D  
A

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

6.-LA CONVOCANTE SOLICITA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
---------	-------	-------------	----------------

W/O  
6

118	A00555	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 GA.	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 22 GA X 1. IN CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACCODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA, ESTÉRIL Y DESECHABLE.
-----	--------	--	--

LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	Especificaciones
118	A00555	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 GA.	El catéter Ambiderm está fabricado de PTFE (Politetrafluoretileno), resistente y biocompatible. Su diseño de superficies interiores y exteriores extremadamente lisas permite asegurar una fácil venopunción con el mínimo trauma. Atóxico, desechable, libre de pirógenos, esterilizado por ETO, radiopaco, tapón antiderrapante para un mejor agarre, aguja de acero inoxidable siliconizada, y catéter de doble ángulo para una venopunción suave y sin dolor. de 22 G color Azul di 0.9 mm largo 25mm flujo de 33 (ml/min) caja con 100 piezas

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

7.-LA CONVOCANTE SOLICITA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION
119	A00560	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24 GA	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE POLIURETANO, PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, FÓRMULA VIALON, CALIBRE. 24 GA X 0.56 IN CON MECANISMO DE SEGURIDAD QUE CUBRE EL ESTILETE RETRÁCTIL Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE CON SOLO OPRIMIR UN BOTÓN. CON RADIOPACIDAD ENCAPSULADA, CAPACIDAD DE SUAVIZARSE DENTRO DE LA VENA, RESISTENTE AL ACCODAMIENTO, CON MEMORIA ELASTOMERICA, CÁMARA DE REFLUJO CRISTALINA CON DISEÑO ERGONÓMICO Y AGUJA TRIBISELADA, ESTÉRIL Y DESECHABLE.

LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	Especificaciones
119	A00560	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24 GA	El catéter Ambiderm está fabricado de PTFE (Politetrafluoretileno), resistente y biocompatible. Su diseño de superficies interiores y exteriores extremadamente lisas permite asegurar una fácil venopunción con el mínimo trauma. Atóxico, desechable, libre de pirógenos, esterilizado por ETO, radiopaco, tapón antiderrapante para un mejor agarre, aguja de acero inoxidable siliconizada, y catéter de doble ángulo para una venopunción suave y sin dolor. de 24 G color Amarillo di 0.7 mm largo 20 mm flujo de 20 (ml/min) caja con 100 piezas

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

8.-SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE AYUDARNOS CON MARCA Y MODELO DE EQUIPO Y/O IMAGEN

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	RESPUESTA
204	A01560	PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAFO CARTA	PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAFO CARTA CAT. 2157, A 017 WELCH ALLYN	EQUIPO WELCH ALLYN
416	A40248	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA CON MARCA DE ALINEACION	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA CON MARCA DE ALINEACION REF. E9004FL, 9402-061	MAC 1200 GENERAL ELECTRIC

**SALMED DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.**

*Handwritten notes and signatures:*  
 e  
 b  
 (P)  
 W/O  
 e

1.- Notifico a la convocante que las partidas.-

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO	PREGUNTA	RESPUESTA
34	A0007 9	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO	APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO PARA LESIONES EXUDATIVAS, SANGRANTES Y/O CON SIGNOS DE INFECCIÓN. MECHA S 2 GRS.	CAJA / 5 PIEZA	100	249	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA APOSITO CON ALGINATO DE CALCIO Y SODIO PARA LESIONES EXUDATIVAS, SANGRANTES Y/O CON SIGNOS DE INFECCIÓN. MECHAS 2 GRS. DE 30 CM. ALTAMENTE ABSORBENTE, CON UN GEL PROTECTOR AL CONTACTO CON EL EXUDADO FORMA UNA INTERFASE HUMEDA EN LA HERIDA, QUE PERMANECE INTACTO CUANDO SE SUTURA DE TAL MANERA QUE PUEDE SER RETIRADO EN UNA SOLA PIEZA. PARA MAYOR BENEFICIO DEL PACIENTE?	ES CORRECTO.
68	A0027 1	PAÑO QUIRURGICO ESTERIL 60 X 35 CON AREA DE INCISION 35 X 35 CM	CAMPOS IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS, ESTÉRIL, DESECHABLE. PELICULA POLIMERICA RECUBIERTA DE ADHESIVO HIPOALERGENICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA DE FACIL REMOCIÓN, NO DEJA RESIDUOS, AJUSTABLE AL CONTORNO DEL CUERPO, DURABLE Y RESISTENTE A RASPADURAS, PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL EMPAQUE INDIVIDUAL. MEDIDA 60X 35 CON AREA DE INCISION DE 35 X 35 CM	CAJA / 10 PIEZAS	2	6	SE SOLICITA AL CONVOCANTE SI ACEPTA MEDIDAS 60X35CM AREA 35X35CM	SE ACEPTA.
78	A0036 8	BOLSA PARA COLOSTOMIA UNIVERSAL	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA AUTOADHERIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30X15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA Y CUELLO DE 6.5 A 9CM DE LARGO Y ANCHO CON PINZA DE SEGURIDAD.	EMPAQUE PLASTICO / 10 PIEZA	545	1362	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA AUTOADHERIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30X15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA Y CUELLO DE 6.5 A 9CM DE LARGO Y ANCHO CON PINZA DE SEGURIDAD, CON BARRERA HECHA A BASE DE HIDROCOLOIDES	ES CORRECTO.

3

A

(Pao)

W/O

6

							FLEXTEND QUE PERMITA QUE EL PACIENTE PUEDA TENER MAYOR SEGURIDAD Y CONFORT EN EL CUIDADO DE LA PIEL.	
80	A0036 9	BOLSA PARA COLOSTOMIA SUAVE	TRANSPARENTE, DRENABLE, DORSO CONFORTABLE PARA SISTEMA DE DOS PIEZAS PARA OSTOMIA DIAMETRO DEL ARO 57MM	CAJA / 10 PIEZAS	11	27	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA BOLSA PARA COLOSTOMIA SUAVE TRANSPARENTE, DRENABLE, DORSO CONFORTABLE PARA SISTEMA DE DOS PIEZAS PARA OSTOMIA DIAMETRO DEL ARO 57MM QUE PERMITA QUE EL PACIENTE PUEDA TENER MAYOR SEGURIDAD Y CONFORT EN EL CUIDADO DE LA PIEL.	ES CORRECTO.
	A0037 1	BARRERA CUTANEA PARA OSTOMIA RECORTABLE 57 MM	SISTEMA DE DOS PIEZAS DE OSTOMIA, FLEXIBLE CON ARO, CON ADHESIVO MICROPORE, COLOR CARNE DE ENSAMBLE COMPATIBLE CON BOLSA CON BARRERA CUTANEA PLANA FLEXTEND Y MARCO MICROPOROSO QUE PERMITE UNA MAYOR ADHESION A LA PIEL Y SISTEMA DE CIERRE HERMETICO FLEXIBLE QUE ELIMINA LOS PUNTOS DE PRESION Y EVITA LAS LESIONES DERMICAS POR PRESION	CAJA / 5 PIEZA	20	51	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA SISTEMA DE DOS PIEZAS DE OSTOMIA, FLEXIBLE CON ARO, CON ADHESIVO MICROPORE, COLOR CARNE DE ENSAMBLE COMPATIBLE CON BOLSA CON BARRERA CUTANEA PLANA FLEXTEND Y MARCO MICROPOROSO QUE PERMITE UNA MAYOR ADHESION A LA PIEL Y SISTEMA DE CIERRE HERMETICO QUE ELIMINA LOS PUNTOS DE PRESION Y EVITA LAS LESIONES DERMICAS POR PRESION PARA BRINDARLE AL PACIENTE MAYOR SEGURIDAD Y CUIDADO?	ES CORRECTO.
		BOLSA RECOLECTOR A DE ORINA	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA, RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML, CON TUBO TRANSPORTADOR DE 115 CM Y VÁLVULA DE DRENAJE, DESECHABLE, ATÓXICO, ESTÉRIL,	1 PIEZA	1866	4665	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML, CON TUBO TRANSPORTADOR DE 115 CM Y VÁLVULA DE ANTIREFLUJO, PUERTO PARA MUESTRAS DESECHABLE, ATÓXICO, ESTÉRIL, CON SOPORTE. SISTEMA CERRADO CON MECANISMO DE ANTIREFLUJO.	ES CORRECTO.

3

4

5

6

#(REFI)	A0038 5	ADULTO	CON SOPORTE. SISTEMA CERRADO CON MECANISMO DE ANTIREFLUJO. CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA.				CAPACIDAD: 2000 ML.	
311	A0266 5	DUODERM CGF 10 X 10	DUODERM CGF 10 X 10	CAJA / 5 PIEZAS	116	291	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRA DELGADO DE 10 X 10 CM . MARCA HOLLISTER, PARA DARLE MAYOR BENEFICIO Y OPORTUNIDAD A LOS PACIENTES.	SE ACEPTA.
318	A0270 5	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO 7.5 X 12	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO, EN APOSITO DE 7.5 X 12	1 PIEZA	377	942	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO, EN APOSITO DE 10 X 10 . MARCA HOLLISTER, PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL Y EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES.	NO SE ACEPTA.
329	A4012 1	PROTECTOR CUTANEO	PROTECTOR CUTANEO NO IRRITANTE, LIBRE DE ALCOHOL, SECADO RAPIDO Y NO CITOTOXICO, QUE FORMA UNA PELICULA PROTECTORA, TRANSPARENTE SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE, RESISTENTE AL AGUA Y DE LARGA DURACION. HISOPO APLICADOR DE 1 ML.	CAJA / 25 PIEZAS	139	348	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR PROTECTOR CUTANEO NO IRRITANTE, LIBRE DE ALCOHOL, SECADO RAPIDO Y NO CITOTOXICO CON ALOE VERA , QUE FORMA UNA PELICULA PROTECTORA, TRANSPARENTE SOBRE LA PIEL DEL PACIENTE, RESISTENTE AL AGUA Y DE LARGA DURACION. PRESENTACION TOALLITA PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL Y EN BENEFICIO DE LOS PACIENTES	NO SE ACEPTA.
331	A4012 4	HISOPO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDIN A AL 2 %	HISOPO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % EN SML, SIN TINTURA PARA BLOQUEO EPIDURAL, LINEAS INTRAVENOSAS Y CENTRALES	CAJA / 1 PIEZA	4,080	10,200	La especificación de la partida 331 es diferente a la que podemos ofertar, siendo de la siguiente manera: HISOPO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % EN 5.2ML, SIN TINTURA PARA BLOQUEO EPIDURAL, LINEAS	NO SE ACEPTA.

e

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

							INTRAVENOSAS Y CENTRALES, solicito a la convocante me permita cotizar este producto.	
350	A4015 3	CAMPO QUIRURGICO DE INCISION ESTERIL 82X45 CM AREA DE INCISION 60X45 CM.	CAMPO QUIRURGICO DE INCISION ESTERIL, FORMADO POR UNA PELÍCULA POLIMÉRICA RECUBIERTA DE ADHESIVO HIPOALERGÉNICO A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESIÓN, RESISTENTE AL AGUA, DE FÁCIL REMOCIÓN Y QUE NO DEJA RESIDUOS, AJUSTABLE AL CONTORNO DEL CUERPO, DURABLE Y RESISTENTE A RASGADURAS. PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL. 82X45CM, AREA INCISION 60X45CM.	CAJA / 10 PIEZAS	7	18	SE SOLICITA AL CONVOCANTE SI ACEPTA MEDIDAS 60X60 CM	NO SE ACEPTA.
369	A4017 9	BOLSA RECOLECTOR A ORINA PIERNA VOLUMEN 540 ML	BOLSA RECOLECTORA ORINA PIERNA VOLUMEN 540 ML.  ESTERIL, ATOXICO, DESECHABLE, CAPACIDAD 650 ML, CON TAPON DE ENTRADA, VALVULA, CINTURONES, TAPON DE SALIDA, OBTURADOR	1 PIEZA	17	42	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA BOLSA RECOLECTORA ORINA PIERNA VOLUMEN 540 ML CON TAPON DE ENTRADA, VALVULA ANTIREFLUJO CON LLAVE DE DRENADO, CON ADAPTADOR PARA CINTURON, TAPON DE SALIDA Y OBTURADOR?	ES CORRECTO.
388	A4020 7	CONDON URINARIO SILICON 36 MM	CONDON URINARIO SILICON 36 MM  CATÉTER PARA INCONTINENCIA MASCULINA DE SILICÓN, AUTOADHESIVO, MEDIDA 36 MM.	1 PIEZA	12	30	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA CONDON URINARIO SILICON 36 MM  CATÉTER PARA INCONTINENCIA MASCULINA DE SILICÓN, AUTOADHESIVO, QUE AYUDA AL PACIENTE CON SENSIBILIDAD AL LATEX DE 36 MM.	ES CORRECTO.
420	A4025 2	PASTA PARA KARAYA	PASTA SEMICREMOSA PROTECTORA DE PIEL EN ESTOMAS Y FISTULAS. TUBO DE 56G. ENVASE METÁLICO.	TUBO / 56 G	55	138	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PASTA SEMICREMOSA PROTECTORA DE PIEL EN ESTOMAS Y FISTULAS. ENVASE METÁLICO TUBO DE 128G PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO?	NO SE ACEPTA.
423	A4025 5	POLVO PREMIUM	POLVO PREMIUM. FRASCO CON 28.3 GR. PARA USO EXTERNO PROTEGE LA PIEL DE FLUIDOS	FRASCO / 28.30 G	31	78	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA POLVO PREMIUM ADAPT. FRASCO ROCIADOR CON 28.3 GR.	ES CORRECTO.

e  
A

ca

No

			IRRITANTES				PARA USO EXTERNO PROTEGE LA PIEL DE FLUIDOS IRRITANTES, Y REDUCE LA HUMEDAD, PARA BENEFICIO DEL PACIENTE	
447	A40299	DISPOSITIVO PARA FIJACION DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL	SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL, ASEGURA TUBOS DE 5 - 10 MM CON ADHESIVO DE BARRERA CUTANEA LIBRE DE LATEX, QUE SE ADHIERE A LAS MEJILLAS, CON PINZA DE CIERRE QUE SOSTIENE AL TUBO, BANDAS AJUSTABLES QUE MANTIENE EL DISPOSITIVO ASEGURADO A LA NUCA	CAJA / 12 PIEZAS	5	12	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL, QUE ASEGURA TUBOS DE 5 - 10 MM CON ADHESIVO, BARRERA CUTANEA HIDROCOLOIDE FLEXIBLE, LIBRE DE LATEX, QUE SE ADHIERE A LAS BANDAS AJUSTABLES QUE MANTIENE EL DISPOSITIVO ASEGURADO A LA NUCA, CON PINZA DE CIERRE QUE SOSTIENE AL TUBO QUE PERMITE EL REPOSICIONAMIENTO DE LOS TUBOS ORALES PERMITIENDO EL MEJOR CUIDADO BUCAL Y QUE INCREMENTA EL CUIDADO DE LA PIEL DEL PACIENTE?	ES CORRECTO.
458	A40321	BOLSA PARA UROSTOMIA DE 45MM	BOLSA PARA UROSTOMIA DE 45MM	CONVATEC, CAJA 10 PIEZAS	20	50	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR BOLSA PARA UROSTOMIA DE 44MM PARA BRINDARLE AL PACIENTE MAYOR SEGURIDAD Y CUIDADO AL PACIENTE?	NO SE ACEPTA.
	A40322	PLACA PARA UROSTOMIA	PLACA PARA UROSTOMIA DURAHESIVE DE 45MM, CONVATEC, CAJA 5 PIEZAS	CAJA 5 PIEZAS	40	100	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR PLACA PARA UROSTOMIA DE 44MM, PARA BRINDARLE AL PACIENTE MAYOR SEGURIDAD Y CUIDADO AL PACIENTE?	NO SE ACEPTA.

2.- Solicito a la convocante confirmar que no es necesario presentar escrito en caso de que los bienes a ofertar no cuenten con patente vigente.

RESPUESTA: ES CORRECTO, EN ESE CASO NO ES NECESARIO PRESENTAR ESCRITO.

### **GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.**

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar la aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria.

Número	Preguntas	Respuestas
1	Partida 2, Clave A00007, Calsodada con Indicador; Solicitamos a la convocante nos	<b>NO SE ACEPTA.</b>

	permita ofertar presentación en 5L, se acepta?	
2	Partida 75, Clave A00352, Bolsa para Aspirar de 1500ml; Solicitamos a la convocante nos permita ofertar bolsas para Aspirar marca Medela, adjuntamos información.	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA ESPECIFICACION SOLICITADA EN BASES.
3	Partida 76, Clave A00353, Bolsa para Aspirar de 3000ml; Solicitamos a la convocante nos permita ofertar bolsas para Aspirar marca Medela en presentación 2500ml, adjuntamos información.	NO SE ACEPTA.
4	Partida 86, Clave A00405; Brazaletes para Identificación Paciente Adulto; Solicitamos a la convocante nos permita cotizar en presentación caja con 250 piezas.	NO SE ACEPTA.

W

(Dad)

✍

W

6