



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las 12:00 horas, del día 15 de abril de 2011, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California; los servidores públicos integrantes del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el "Comité de Adquisiciones" y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones correspondiente a la licitación pública internacional, presencial, número **32002001-004-11**, relativa al **"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"**, de conformidad con los puntos 35, 36, 37, 38 y 39 de la convocatoria de licitación y con fundamento en los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los artículos 45 y 46 de su Reglamento.

El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Francisco Antonio García Burgos, asistido por la C. Evangelina Legaspy Dávalos, en calidad de Secretario Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No.004, Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados "Comprasbc" y "Compranet" el día 07 de abril de 2011, así mismo comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley citada, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas, y de acuerdo con lo establecido en el punto 32 de la Convocatoria de esta licitación, el día 14 de abril de 2011 a las 12:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a la multicitada convocatoria.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley multicitada, la solicitud de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, a través de correo electrónico, de las siguientes personas:

No.	Nombre, Razón ó Denominación Social	No. de preguntas	No. de hojas
1	Electrónica y Medicina, S.A.	15	4
2	Aplicaciones Médicas y Tecnológicas, S.A. de C.V.	4	2
3	Global Medical, S.A. de C.V.	55	9
4	Aseemed, S. de R.L. de C.V.	5	1

Acto seguido, se procedió a la lectura a las Notas Aclaratorias sobre la convocatoria de licitación, así como a los cuestionarios recibidos sobre la aclaración a la Convocatoria de licitación presentados en tiempo y forma por los interesados, con sus respectivas respuestas otorgadas por el "Comité de Adquisiciones", con lo que se integró el Anexo 1 que acompaña a la presente.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, en donde se fijará copia de la carátula del acta, un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: www.compranet.gob.mx y www.comprasbc.gob.mx.

Finalmente, se recuerda que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 27 de abril de 2011, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente a las



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

12:00 horas, por lo que después de la hora antes señalada no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley; así mismo deberán considerar lo establecido en el punto 37 de la convocatoria de licitación.

Después de dar lectura a la presente Acta, se da por terminada esta primera y última junta de aclaraciones, el día 15 de abril del año 2011.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

"EL PRESIDENTE"

JUAN FRANCISCO GARCÍA RIVERA

Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno
En suplencia del Oficial Mayor de Gobierno

"SECRETARIO EJECUTIVO"

EVANGELINA LEGASPY DAVALOS

En suplencia del Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor

"VOCAL"

CARLOS EDUARDO FIGUEROA REYES

En Representación del Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado

"VOCAL"

JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ RODARTE

Jefe del Departamento Administrativo de Oficialía Mayor de Gobierno

"AREA JURÍDICA"

ERNESTO ALONSO HERNÁNDEZ UNZON

En representación de la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas

"VOCAL"
ORGANO SOLICITANTE

JESUS RUBEN ROBLES FELIX

En representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

"ASESOR"
ORGANO SOLICITANTE


ANGELA FLORA PEREZ PEREZ

En representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

"OFICIALÍA MAYOR"


SANDRA EDITH VALENZUELA RAMÍREZ

Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor

LICITANTES

Empresa: *Acemed S de RL de CV.*
Representante

Firma

Omar E. Grauedes Novira

Firma _____

Empresa:
Representante

Empresa:
Representante

Firma _____

Empresa:
Representante

Firma _____



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

ANEXO 1

Notas Aclaratorias y Respuesta a los Cuestionarios recibidos en tiempo y forma de acuerdo al punto 32 de la convocatoria de la Licitación Pública Internacional Número **32002001-004-11** respecto al **"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"**.

NOTAS ACLARATORIAS

Nota Aclaratoria Número 1:

Se hace la aclaración de que "La Convocante" nombra como responsable de la recepción y seguimiento de los bienes suministrados e instalados a la Dra. Ángela Flora Pérez Pérez, Coordinadora Medico Estatal de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario de la S.S.P.

Nota Aclaratoria Número 2:

Se modifica lo establecido en el punto "11. Plazo de Entrega" de la Convocatoria de licitación, para quedar de la siguiente forma:

11. PLAZO DE ENTREGA

El suministro e instalación total de los bienes materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 (noventa) días naturales contados a partir del pago **del anticipo, y en caso de no requerir anticipo será a partir de la firma del contrato.**

Nota Aclaratoria Número 3:

Se modifica lo establecido en el punto 29, inciso A) "Propuesta Técnica en original" de la Convocatoria de licitación, para quedar de la siguiente forma:

- A) Propuesta técnica en original de los bienes que se proponen suministrar utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 2 de esta convocatoria de Licitación, debidamente firmada autógrafamente por el representante legal del licitante; en caso de que no se presente este documento firmado en los términos antes anotados, será motivo para desechar la propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la propuesta técnica deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de esta convocatoria de Licitación. Así mismo los licitantes deberán incluir en su proposición: Catálogos, folletos o fichas técnicas en idioma español o traducción simple al español para cada una de las partidas licitadas debiendo identificar e indicar claramente en los mismos la partida y el nombre a que corresponda, así como la marca y modelo ofertados; "La Convocante" aceptará información bajada de la página de Internet, indicando la dirección (URL).



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada (anexo 2) y los **catálogos, folletos o fichas técnicas** de los bienes a suministrar, se considerará que su propuesta no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que su propuesta será **desechada**.

Así como el no indicar la marca y modelo en los catálogos, folletos o fichas técnicas de los bienes a suministrar presentados, será motivo para desechar la propuesta.

Nota: Este documento será rubricado por los miembros del Comité de Adquisiciones y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

Nota Aclaratoria Número 4:

Se modifica lo establecido en el punto 29, inciso I) de la Convocatoria de licitación, para quedar de la siguiente forma:

- I) Manifiesto del licitante bajo protesta de decir verdad, que los registros sanitarios se encuentran a la fecha vigentes ante las autoridades competentes, **(vigencia máxima de 5 años), adicionando a este manifiesto, alguno de los siguientes documentos para cada una de las partidas en las que pretenda participar: copia simple del Registro Sanitario vigente; trámite de renovación del registro sanitario; o número autorizado publicado por parte de la COFEPRIS, este último deberá de ser una copia emitida por la página de internet de COFEPRIS en la que se indique el nombre del bien ofertado y el número de registro sanitario. "El licitante" deberá señalar en la parte superior derecha de cada documento, el número de la partida a la cual corresponde.**

La propuesta será desechada en los siguientes supuestos:

- 1.- Si no presenta los registros sanitarios para alguna de las partidas señaladas.
- 2.- Si no coincide con la partida que se oferta en la propuesta técnica detallada (anexo 2).
- 3.- Si el registro sanitario no se encuentra vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones de este proceso de licitación.

NOTA: Requisito solicitado en apego al decreto por el que se Reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud; por lo que todos los equipos adjudicados en el proceso de la licitación deberán cumplir con este decreto.

Nota Aclaratoria Número 5:

Se modifica lo establecido en el punto 56 de la Convocatoria de licitación, para quedar de la siguiente forma:

56. La evaluación técnica correrá a cargo del área requirente de los bienes a licitar, y consistirá en la revisión del cumplimiento de las condiciones técnicas solicitadas, así como de la información contenida en los **catálogos, folletos o fichas técnicas, los cuales deberán indicar claramente la partida, el nombre a que corresponda, la marca y modelo ofertados**, así como la información obtenida de la página de Internet, presentada por los licitantes de aquellas proposiciones que fueron aceptadas en la evaluación de la documentación legal administrativa.

Si la descripción técnica escrita por el licitante no corresponde con los **catálogos, folletos o fichas técnicas**, o con la información obtenida de la página de Internet, será motivo para que la convocante **deseche** la propuesta, solo en la (s) partida (s) correspondiente (s).



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Nota Aclaratoria Número 5:

Se modifican las especificaciones técnicas de la **partida 13** del Paquete Tres "Equipo de Radiología e Imagen" del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria de licitación, para quedar de la siguiente forma:

PARTIDA	PAQUETE TRES "EQUIPO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN"	CANTIDAD	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO	REGISTRO SANITARIO	GARANTÍA
13	Equipo de Rayos "X" Médico Fijo alta frecuencia con mesa flotante con cuatro movimientos , incluye; a) de 20 khz con 125 kvp, 1 tubo de punto focal de 1.0 X 2.0, 300 ma, 1ph, 220/240, 1 operación del tubo el microprocesador control sistema de diagnóstico auto, continuo control de las unidades restantes del calor del tubo de radiografía, consola de tres puntos, energía de 32 kilovatios, la gama del kvp a partir del kvp el 40 kvp 125 en 1 kvp camina el ma se extiende de mínimo 10 ma al máximo 320 ma. Escala de renard 16 estaciones de ma. 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 ma. Gama de tiempo a partir de 1 ms. A 10 sec. 41 estaciones de tiempo. Escala de renard los más se extienden a partir de 0.1 más a la estación de 500 más, mas.38. Escala de renard. B) Incluye revelado en seco, sistema CR Digitizer Tipo: Cassette de alimentación individual, Dimensiones: (W x D x h) 18 "x 30" x 56 " (Depth29 "en cassette-slot). Peso: Aprox. 463 libras. Potencia: 230 a 240 V/50 - 60 Hz en espera 230 W, máx. 1610 W, 16 A fusible (EE.UU.) 120 V, 60 Hz (EE.UU.) en espera 216 W, máx. 1440 W, 15 A fusible 100 V, 60 Hz (Japón) en espera 220 W, máx. 1500 W, 15 A fusible Rendimiento: 60 placas / h 8 "x 10" ,(18 x 24 cm) 50 planchas / h 14 "x 17" (35 x 43 cm) 35 láminas / h 14 "x 17"de recursos humanos(35x43cmHR) Aceptada Cassette Tallas: 14 "x 17"(35 x 43 cm) 14 "x 14"(35 x 35 cm) 10 "x 12"(24 x 30 cm) 6 "x 12"(15 x 30 cm) 8 "x 10"(18 x 24 cm) . Escala de grises Resolución: Adquisición de datos: 2 bits / píxel Resolución espacial: Lectura de frecuencia de muestreo: 14 "x 17" (35 x 43 cm): 6 píxeles / mm 14 "x 14" (35 x 35 cm): 6 píxeles / mm 14 "x	1	Tres servicios por 18 meses / uno cada Semestre	Aplica	18 meses




Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

<p>17" HR (35 x 43 cm HR): 9 píxeles / mm (opción) 14 "x 14" HR (35 x 35 cm HR): 9 píxeles / mm (opción) 10 "x 12"(24 x 30 cm): 9 píxeles / mm 8 "x 10"(18 x 24 cm): 9 píxeles / mm 6 "x 12"(15 x 30 cm): 9 píxeles / mm Salida al procesador: 12 bits / píxel . Tamaño de la matriz de píxeles: 14 "x 17"(35 x 43 cm): 2048 x 2494 , 14 "x 17"(HR 35 x 43 cm HR): 3062 x 3730 14 "x 14"(35 x 35 cm): 2048 x 2048 14 "x 14"(HR 35 x 35 cm HR): 3062 x 3062 8 "x 17"(21 x 43 cm) (exploración parcial de 14 "x 17" (35 x 43 cm) de cassette): 1778 x 3732 10 "x 12"(24 x 30 cm): 2040 x 2570 8 "x 10"(18 x 24 cm): 1514 x 2044 6 "x 12"(15 x 30 cm): 1248 x 2570 Presentación: Estado de la máquina y el error las condiciones, las llaves de emergencia.</p> <p>Medio Ambiente a temperatura (sala de rayos X sala de impresión): 60 - 85 ° F (15 - 30 ° C) Tasa de cambio de temperatura: 0,9 ° C / min. Humedad: 15 - 75% RH.</p> <p>Se deberá incluir el equipo de aire acondicionado necesario que garantice la correcta operación y funcionamiento del equipo.</p> <p>Campos magnéticos: máx. 12,60 ese valor (en conformidad con la norma EN 61000-4-8: nivel 3), 10 A / m Efectos ambientales: Nivel de ruido: máx. 65 dB (A) Disipación de calor: en espera 230 W máximo, con impresora en seco de características: Rendimiento: 14 x 17 " , 100 hojas / h (36 segundos por hoja) 8 x 10 " , 160 hojas / h (23 segundos por hoja), El tiempo de acceso la primera hoja: 76 segundos (14 x 17 ") 57 seg (8 x 10 "). Área de impresión direccionable 8 x 10 " : 3892 x 4920 píxeles 14 x 17 " : 6962 x 8408 píxeles. Resolución de impresión. Geométrica: 508 ppp. Tamaño del spot: 50 micras. Contraste: 12 bits de resolución de contraste.</p> <p>Conectividad: para el equipo rayos X e impresora laser: Ethernet TCP / IP. Protocolo: DICOM 3.0. Los medios técnicos de datos. Tipos de medios. 1. DRYSTAR DT2 B: base azul, 2. DRYSTAR DT2 C: base transparente, Tamaños de papel Dos en los tamaños de la línea: 11 x 14 "y 14 x 17 " , medidas.</p>					
--	--	--	--	--	--



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

<p>C).- Seguridad radiológica: Accesorios incluye instalación de una puerta prefabricada de medidas 90 x 205 cm., con plomo equivalente a 2mm. y ventana vidrio, emplomado de 8x10 pulgadas con misma equivalencia, emplomado en lámina para cuarto de 4X5 mts. instalado. Kit de accesorios emplomados: 1 mandil, 1 par de lentes, 1 protector de gónadas, 1 protector de tiroides y guantes emplomados. Señalamiento en lámpara roja de seguridad, en la puerta exterior, una mesa de trabajo de 1.50 mts. de largo, 0.50 mts. de ancho, 1.20 mts. de altura, de acero inoxidable. Incluye kit de reactivos y/o material para las pruebas de funcionamiento. El cual consiste en una caja de película de 100 piezas con medidas de 14x17pulgadas para impresora.</p> <p>D) Instalación: el licitante deberá contemplar los gastos de acondicionamiento de obras civiles necesarias para el montaje del equipo, dedicado a los equipos y cableado. Certificación de equipo que cumple con el funcionamiento, criterios y requisitos an te la norma oficial mexicana NOM-229-SSA1-2002 de la Secretaria de Salud. Requerimientos de energía: alimentación eléctrica equipo de rayos X eléctrica y es de 220 UAC monofásica, brake térmica 100 amperes con tierra física, cr y revelado a seco conexión eléctrica 220 VAQC con brake de 50 amperes con tierra física.</p> <p>E) Capacitación: La capacitación sobre la protección y seguridad radiológica, así como del funcionamiento del equipo.</p> <p>Incluye manual de usuario y técnicos.</p>				
--	--	--	--	--



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Nota Aclaratoria Número 6:

Se modifican las especificaciones técnicas de la **partida 14** del Paquete Tres "Equipo de Radiología e Imagen" del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria de licitación, para quedar de la siguiente forma:

PARTIDA	PAQUETE TRES "EQUIPO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN"	CANTIDAD	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO	REGISTRO SANITARIO	GARANTÍA
14	<p>Tomógrafo con 4 cortes de cuerpo entero PARÁMETROS DE ESCANEEO • .8, .1, 2, 3, 4 exploraciones segundo • 80, 100, 120, 140 kVp • 10 a 440 mA • .63, 1.25, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10 mm grosor de corte • 25, 50 cm de exploración campos de visión • 4 x 912 canales de detección No. • 120sec máximo el tiempo de exploración • 170cm máximo volumen de escaneo Reconstrucción de la imagen • tiempo de 1.1 segundos por tramo Recorrido • 512 x 512 matriz de reconstrucción Almacenamiento de datos (STANDARD) • 13,5 GB de disco duro • 20.000 imágenes en línea • 2,3 GB de almacenamiento de archivo MOD • 2000 1 seg. escanear los archivos de datos en bruto DISPLAY • (2) 20 "Monitor • Matrices de 1280x1024, Pixeles • 4 rebanadas de mostrar a la vez MESA / PORTAL • altura 51-107/170 cm vertical • Rango de escaneable 135 cm longitudinal • 70 cm de apertura de pórtico • ± 30 pórtico de inclinación GENERADOR / TUBO DE RAYOS X "NUEVO": 42 kW de potencia máxima (con la opción 53.2kW) , 3,5 MHU capacidad calorífica del ánodo (6.3MHU con la opción) y 820KHU/min máximo de disipación de calor tipo de ánodo REQUISITOS DE EMPLAZAMIENTO • Tamaño mínimo de suite: Tamaño mínimo, recomendado y establecido es de 5 mts. de ancho X 11 mts. de largo y 2.4 mts. de altura. • Medio Ambiente a Temperatura (sala de rayos x y sala impresión): 60 - 85 ° F (15 - 30 ° C) Tasa de cambio de temperatura: 0,9 ° C / min. Humedad: 30 - 75% RH. Se deberá incluir el equipo de aire acondicionado necesario que garantice la correcta operación y funcionamiento del equipo.</p>	1	Tres servicios por 18 meses / uno cada Semestre	Aplica	18 meses




Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

<p>Requisitos de refrigeración Mínimo Recomendado Subsistema (Watts / BTU / hr) (Vatios / BTU / hr)</p> <p>Pórtico 5440/18600 7150/24400 Cuadro 200/700 330/1130 PDU 1000/3400 1000/3400 Consola de Operador 1320/4500 1320/4500 Totales 8090 / 27430 9800 / 33430 .</p> <p>Protocolos de exploración • .300 de usuario disponible protocolos seleccionado para construir kV, mA y tiempo de Precisión • kilovoltios • Selecciones kV: 80, 100, 120 y 140 kV, • Precisión kVp básica: 3% + / - (3% 2 kV) • Excluye primeros 10 ms de la exposición • kVp durante los primeros 10 ms: Precisión básica (véase más arriba) + / - 5 kV Miliamperios • Selecciones mA • 10 a 440 mA, por incrementos de 10 mA • El paciente objeto de escaneado para escanear las limitaciones o 53,2 max • mA Precisión • El paciente selecciones escaneo de 10-440 mA • Calibración de exploración selecciones de 10-30 mA + / - 4 mA TIEMPO DE EXPOSICIÓN .</p> <p>• Normal axial Selecciones Scan: .8,1,2,3 o 4 segundos • Cine: .8, 1 seg • Scout: Rango de exploración 20-1600mm en 100mm/seg • Tiempo de exposición :0.20-16 .0 s • helicoidal (análisis continuos) hasta 120 segundos para una exposición única y continua • Precisión: 1.8-60.0 segunda exposición: + / -5% + 10 metros. b).-</p> <p>Estación de trabajo con conexión a red dicom 3.0, Conexión para impresora en Seco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa de paciente: Capacidad de carga de la mesa de 200 kilogramos o mayor. Con movimiento de la mesa en 2 ejes (vertical y horizontal). • Procesamiento de Imágenes: Resolución espacial de 15 lp/cm@0%MTF o mayor. Campo de reconstrucción (FOV) de 50 mm o menor a 500 mm o mayor. Matriz de imagen de 512 x 512 o mayor. Matriz de despliegue de 512 x 512 o mayor. Reconstrucción de conjuntos de cortes tridimensionales o 3D. <p>Consola del operador o estación de adquisición: Monitor con pantalla plana o LCD 19 pulgadas o mayor. Matriz de despliegue</p>				
---	--	--	--	--



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

<p>de 512 x 512 o mayor, Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro de 160 Gb o mayor, Capacidad de almacenaje externo de 1100 imágenes matrix 512 x512 o mayor en CD o DVD.</p> <ul style="list-style-type: none">• Programas para aplicación diagnóstica.• Programas específicos para reducción de dosis de radiación, MPR (Proyección multiplana).• DICOM 3.0.• Angiografía CT.• MIP (Proyección de Máxima Intensidad).• Impresora láser en seco formato 14x17, Con al menos 8 puertos de entrada o posibilidad de conectar 8 equipos en red, con capacidad de impresión de 90 placas por hora con protocolo DICOM, con UPS de 3 KVA o mayor.• Inyector de una sola jeringa.• Con unidad de energía ininterrumpible UPS, de al menos 10 minutos para todo el equipo de cómputo.• Juego de fantasmas.• Incluye kit de reactivos y/o material para las pruebas de funcionamiento. El cual consiste en lo siguiente:<ol style="list-style-type: none">a) 10 Jeringas desechables para el inyector.b) 10 frascos de Medio de contraste no iónico de 110 ml.c) 1 caja de Película para la impresora en seco con 120 placas.d) 50 Discos de DVD <p>Instalación: El ofertante deberá contemplar los gastos de acondicionamientos de obras civiles necesarias para el montaje del equipo , limpieza, pintura de la sala) así como la instalación eléctrica de tablero eléctrico dedicado a los equipos y cableado. Certificación de equipo cumple con el funcionamiento, ante la norma oficial mexicana 229 de salud.</p> <p>Seguridad Radiológica: Emplomado de paredes con lámina equivalente a 2mm de</p>				
--	--	--	--	--



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

	<p>plomo para cuarto equivalente a 4 X 5 m., Vidrio Emplomado equivalente a 2mm de plomo, certificación de equipo con garantía de calidad, levantamiento de niveles ante la norma oficial mexicana de salud.</p> <p>Así mismo se deberá incluir un transformador en seco con una capacidad mínima de 75 kva para el funcionamiento en alimentación eléctrica de 220 vac trifásica para conversión a 440 vac, subestación 75 kva, brake térmica 150 amperes con tierra física.</p> <p>Capacitación: La capacitación sobre la protección y seguridad radiológica, así como del funcionamiento del equipo.</p> <p>Incluye manual de usuario y técnicos.</p>				
--	--	--	--	--	--

Nota Aclaratoria Número 7:

Se modifican las especificaciones técnicas de la **partida 21** del Paquete Seis "Equipo de Laboratorio" del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria de licitación, para quedar de la siguiente forma:

PARTIDA	PAQUETE SEIS "EQUIPO DE LABORATORIO"	CANTIDAD	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO	REGISTRO SANITARIO	GARANTÍA
21	<p>Refrigerador biomédico tipo vertical, con capacidad de 10 pies, con rango temperatura 2 a 8 grados centígrados. Puerta solida lisa aislada con poliuretano y auto cierre fabricada en acero inoxidable 304, paneles internos y externos en acero inoxidable 304 sin partes fiosis, rebabaas o sobrantes de material, con espesor de las paredes de 5 cms con ciclopentano como aislante, libre CFC de insulación, congelación ajuste manual, sellador magnético para puertas, dos puertas diferencial refrigeración/congelación, termostato. Alimentación eléctrica de de 115 v. Incluye Manual de usuario.</p>	1	Dos servicios por 1 año / uno cada Semestre		1 año



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Nota Aclaratoria Número 8:

Se hace la aclaración que "La Convocante" pondrá a disposición de el(los) licitante(s) ganador(es) de la Licitación el contrato, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al de la notificación del fallo.

Nota Aclaratoria Número 9:

Se hace la aclaración que para la partida 17 "Caja Oscura para revelar rayos X dental manual" del Paquete Cinco "Equipo de Unidad Dental", se elimina el requisito del registro sanitario.

Nota Aclaratoria Número 10:

Se modifican las especificaciones técnicas de la **partida 20** del Paquete Seis "Equipo de Laboratorio" del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria de licitación, para quedar de la siguiente forma:

PARTIDA	PAQUETE SEIS "EQUIPO DE LABORATORIO"	CANTIDAD	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO	REGISTRO SANITARIO	GARANTÍA
20	Centrifuga para 12-16 tubos con capacidad de 3-10 ml, con las siguientes características: 1. Máxima RCF 3340 x g 2. Con revoluciones variables de 0 hasta 6 mil RPM 3. Tiempo corto de aceleración y desaceleración. 4. Motor sin escobillas libre de mantenimiento 5. Preselección de tiempo de 0-60 minutos. 6. Despliegue en pantalla LCD del tiempo de trabajo. 7. Tapa de seguridad que no permita abrirse mientras se está en proceso de centrifugación, y que no pueda iniciar centrifugación cuando la tapa está abierta. 8. Alimentación eléctrica 110V / 60Hz Incluye Manual de usuario.	1			1 año



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

Licitante: ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

Partida 14

PREGUNTA 1.-Dadas las especificaciones que solicitan podemos a su consideración se deba ofertar un equipo de 16 cortes ya que los equipos de 4 cortes los fabricantes de este tipo de equipos los están dejando de producir ya que en aplicaciones y sobre todo en precios estos equipos no tienen grandes diferencias entre ellos.

El adquirir un equipo de 16 cortes representa invertir en un equipo con una plataforma que garantiza la no obsolescencia a corto plazo, mientras que cuatro cortes es una plataforma que está por salir del mercado.

Por lo anterior y con el fin que la institución adquiriera la tecnología adecuada, nos permitimos solicitar se deba ofertar equipo de 16 cortes, ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria de licitación.

PREGUNTA 2.-Entendemos que existe un error en la especificación y 80100120140 kVp, en realidad son 80, 100, 120, 140 kV. ¿Es correcto?

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria Número 6.

PREGUNTA 3.-Podemos a su consideración se acepte un intervalo de 10 a 300 mA en el generador, Lo que permite mayor versatilidad en el uso del equipo ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria de licitación.

PREGUNTA 4.-Con el fin de permitir la libre participación, nos permitimos solicitar se acepte ofrecer espesores de corte de 0.8 mm a 10 mm ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria de licitación.

PREGUNTA 5.-Para el caso del número de detectores donde indican 24x912 canales de detección" esta especificaciones corresponde a un fabricante específico, en el mercado las diferentes casas diseñan sus propios detectores matriciales los cuales con diferentes en el número de filas y columnas, estos arreglos en los detectores permiten obtener imágenes de excelente calidad diagnóstica. Por lo anterior y con el fin de permitir la libre participación podemos a su consideración se acepte con 14000 canales de detección o mayor. ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria de licitación.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

PREGUNTA 6.-100 seg de exploración continua y 150 cm es suficiente para obtener imágenes diagnosticas de cualquier región del cuerpo por lo que podemos a su consideración se permita ofertar, Con capacidad de 100 seg o mayor de exploración continua y 150 cm de volumen de escaneo. . ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

PREGUNTA 7.-Ponemos a su consideración se acepte con un monitor de 19 pulgadas o mayor ya que este es un estándar para los monitores de la mayoría de las casas que fabrican monitores ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

PREGUNTA 8.-Consideramos que esta especificación es un error "Compatible con 400 pacientes con precisión libras" por lo que solicitamos nos indiquen a que se refiere o se elimine.

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 6.

PREGUNTA 9.-Entendemos que existe un error en la especificación "Ya que los equipos con 3.5 MHU no son suficientes para los tiempos de adquisición que solicitan y con el fin de que la institución adquiriera la plataforma adecuada Podemos a su consideración se permita ofertar "Tubo de rayos X con capacidad calorífica del ánodo de 5.0 MHU o mayor y Disipación de calor del ánodo de 820 KHU/min o mayor ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

PREGUNTA 10.-Ponemos a su consideración se deba ofertar software de análisis de vasos, ya que actualmente es una herramienta de diagnóstico de los equipos por su gran aplicación para en los estudios vasculares. ¿Se acepta?

Respuesta: "El Licitante" tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1 de la convocatoria de licitación y no altere la funcionalidad del equipo

PREGUNTA 11.-Ponemos a su consideración se deba incluir software de reconstrucción para área curvas CPR o CMPR. Esto es de gran utilidad para las reconstrucciones de las áreas del cuerpo que por su anatomía son curvas. ¿Se acepta?



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Respuesta: "El Licitante" tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1 de la convocatoria de licitación y no altere la funcionalidad del equipo

PREGUNTA 12.-Ponemos a su consideración se deba incluir un kit de arranque para poner en funcionamiento el equipo y poder impartir las aplicaciones al personal de la Institución Por lo que solicitamos tengan la amabilidad de indicar las cantidades que requieren de:

- 1.- Jeringas desechables para el inyector.
- 2.- Cuantos francos y de que presentación de Medio de contraste no iónico.
- 3.- Cuantas cajas de Película para la impresora en seco necesitan
- 4.- Discos CD-R o DVD

Favor de indicar las cantidades y la presentación de los consumibles.

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 6.

PREGUNTA 13.-Es responsabilidad del Instituto proveer todos los energéticos (agua, luz eléctrica, gases medicinales, aire acondicionado, etc.) necesarios para el correcto funcionamiento del los equipos a pie de sala donde se instalara el equipo, de acuerdo a guía mecánica proporcionada por licitante ganador. ¿Es esto correcto?

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Partida 13

PREGUNTA 14.-Al parecer las especificaciones solicitadas fueron sacadas de un catálogo en ingles de una marca en particular y se hizo una traducción electrónica, por lo cual no son muy claras, y con el fin de permitir la libre participación solicitamos se permita ofertar de acuerdo a lo siguiente:

A) Equipo de Rayos "X" Fijo de alta frecuencia 20 khz o mayor

Corriente de radiografía de 10 a 300 mA o mayor

Kilo voltaje. 40 a 125 kVp.o mayor, en incrementos de 1 kVp.

Tubo de rayos x de ánodo rotatorio con 2 puntos focales de 1 y 2 mm.

Capacidad térmica del ánodo: 150,000 UC.

Protección contra sobrecarga del tubo de rayos x y del generador controlado por microprocesador.

Consola de operación con controles e indicadores digitales de parámetros de exposición: kVp., mA., mAs.,seg.

Potencia de 30 kW o mayor

Tiempos de exposición de 0.001 a 5 seg.

Mesa con tablero flotante en las 4 direcciones.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Recorrido longitudinal +/- 40 cm. ó mayor.

Recorrido lateral +/-10 cm. ó mayor.

Con Bucky integrado bajo la mesa.

Con recorrido longitudinal de 50 cm. ó mayor

Que acepte chasis de 35 x 43 cm. ó 14 x 17 pulgadas.

Bucky vertical fijo al piso o al muro.

B) Digitalizador de imágenes: lector con una bahía de entrada.

Rendimiento: 75 placas /hora de 14 "x 17" o más

Acepte Cassettes de 14 "x 17"(35 x 43 cm), 14 "x 14"(35 x 35 cm), 10 "x 12"(24 x 30 cm)y 8 "x 10"(18 x 24 cm) .

Escala de grises o nivel de gradación digital de 12 bits

Resolución: 175 micrones o menor

Requerimientos de energía: CA 115/120 (60Hz).

Con impresora en seco de características: Rendimiento: 90 películas/h o mayor

El tiempo de acceso la primera hoja: 50 segundos

Deberá ser capaz de manejar películas de varios formatos (8 x 10, 10 x 12, 11 x 14, 14 x 14 y 14 x 17), con disponibilidad de dos formatos en línea.

Tamaño de pixel de 87.5 micrones

Contraste o gradación desalida: 14 bits 16384 niveles

Conectividad: Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 100BaseT

Protocolo: DICOM 3.0.

C).- los accesorios emplomados: 1 mandil, 1 par de lentes, 1 protector de gónadas, 1 protector de tiroides y guantes emplomados.

Incluye Instalación, Capacitación y Manual de Usuario.

¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta, siempre y cuando cumpla con los demás requerimientos solicitados para esta partida en la convocatoria de licitación.

Partida 12

PREGUNTA 15.-Dice: Ultrasonido. La calidad de alta resolución en la imagen, interface fácil de utilizar, el diseño altamente durable y los 12 segundos de encendido del sistema permiten que los usuarios consigan respuestas cuando y donde sea necesario. El nuevo transductor triple permite que los usuarios cambien rápidamente entre el transductor y otras aplicaciones cuando los segundos cuentan. Aplicaciones de Emergencia • Ultrasonido para Trauma (F.A.S.T.) • Exámenes Biliares • Evaluación Vascular • Exámenes Obstétricos • Exámenes Renales • Asentamientos externos del cuerpo.

Alta Calidad de la Imagen: proporciona proyecciones de imágenes digitales de alta resolución, permitiendo diagnósticos confiables en el momento que es necesitado.

Movilidad: Con 7.7 libras (3.5 kgs. Aprox.) El TITAN es líder en movilidad asegurando proyección de imagen de calidad en el más apretado entorno de trabajo.

Confiabilidad: D Manejando los productos Sono-Site que son aplicaciones específicas de



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

circuitos integrados (ASIC, Application-Specific Integrated Circuits) – Ultrasonido en un CHIP. Esta Tecnología ASIC está basada en entregar productos de máxima estabilidad y de transiciones rápidas en cada modo de uso.

Durabilidad: U Estos sistemas de ultrasonidos usados como portátiles pueden caerse por el mismo movimiento. Los sistemas SonoSite y los transductores están contruidos para soportar el trabajo riguroso.

Fácil de Usar: Equipo diseñado para entregar diagnósticos rápidos con una imagen de alta confiabilidad, sin controles múltiples de ajuste. Cambiando de transductor con un solo botón.

Soluciones Completas: Con respuestas en entrenamiento y servicio del mismo equipo. Con Transductores Multifrecuencia. Información de Hospital y Paciente
Características:

- L38 5-10MHz Transductor para Vascular y exámenes superficiales.
- C60 5-2MHz Transductor Convexo de ancho de banda para uso general abdominal
- Carro con estación móvil. – Triple Conector para transductores • Color power Doppler
- Pulsed wave Doppler • Velocidad del Color • Doppler Continuo. Memoria Flash de Imágenes. Monitor de 10.4 plg. Teclado y Bola (Trackball). Impresora Térmica Blanco y Negro.

Incluye Manual de Usuario.

La presente descripción corresponde a una casa comercial con un modelo en particular, restringiendo la libre participación por lo que ponemos a su amable consideración se nos permita ofertar de acuerdo a cedula de CENETEC con nombre ultrasonido portátil.

¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta siempre y cuando cumpla con la funcionalidad y los requerimientos establecidos para esta partida en la convocatoria de licitación.

Licitante: APLICACIONES MEDICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS:

1. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos aclare, si debemos foliar nuestra propuesta técnica y económica por separado, es decir al momento de llegar a la propuesta económica, iniciar de nuevo el folio en 0001. Favor de aclarar.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

PREGUNTAS TECNICAS:

2.- Partida 8.- DICE: Refrigerador capacidad 307dm cúbicos consumo de energía: 394kwh/año consumo nominal: 110v/60hz/6a sistema "multiflujo de aire" freezer y congelador independiente.

Debido a que la cédula de especificaciones técnicas es muy corta, solicitamos a la convocante, de la manera más atenta, nos permita ofertar un refrigerador con las siguientes características:



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

- 1.- Refrigerador con capacidad 11 pies cúbicos (307dm cúbicos = 10.84 pies cúbicos)
- 2.- una puerta sólida,
- 3.- con rango de temperatura de 0°C a +15°C, sin congelador independiente.
- 4.- con panel de control con despliegue digital de la temperatura,
- 5.- luz interior,
- 6.- cerradura con llave,
- 7.- control de temperatura electrónico por microprocesador.
- 8.- Espesor de aislamiento de 50mm.
- 9.- Descongelación automática con evaporación automática del agua de condensación.
- 10.- Con 3 parrillas intercambiables con ajuste de altura y dispositivo anti vuelco.
- 11.- Con ruedas o patas con ajuste de altura.
- 12.- Interior de acero inoxidable y exterior en chapa de acero plastificada blanca,
- 13.- Con difusor de temperatura de aire forzado.
- 14.- Alarma acústica y visual de alta/baja temperatura, puerta abierta y de falla de la alimentación eléctrica, con memoria de últimas alarmas, que cuente con batería de respaldo para las alarmas.
- 15.- Voltaje de 115Vac/60Hz.

Favor de emitir su consideración al respecto.

Respuesta: Se acepta.

3.- Partida 21.- Dice: Refrigerador con rango temperatura - 20 a 12 grados centígrados, CFC de insulación, congelación ajuste manual, sellador magnético para puertas, dos puertas diferencial refrigeración/congelación, termostato.

Solicitamos a la convocante, nos permita ofertar refrigerador con las siguientes características:

- 1.- Refrigerador con capacidad 14 pies cúbicos (7 pies cúbicos + 7 pies cúbicos),
- 2.- Dos puertas de cristal,
- 3.- Con rango de temperatura independiente para cada sección de puerta: cuerpo puerta 1: de +2 °C a +15° C y cuerpo de puerta 2 de -15°C a -20° C.
- 4.- con panel de control con despliegue digital de la temperatura independiente para cada sección de puerta.
- 5.- luz interior,
- 6.- cerradura con llave,
- 7.- control de temperatura electrónico por microprocesador.
- 8.- Espesor de aislamiento de 50mm.
- 9.- Descongelación automática con evaporación automática del agua de condensación.
- 10.- Con 3 parrillas intercambiables para cada sección de puerta con ajuste de altura y dispositivo anti vuelco.
- 11.- Con ruedas.
- 12.- Interior de acero inoxidable y exterior en chapa de acero plastificada blanca,
- 13.- Con difusor de temperatura de aire forzado.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

14.- Alarma acústica y visual de alta/baja temperatura, puerta abierta y de falla de la alimentación eléctrica, con memoria de últimas alarmas, que cuente con batería de respaldo para las alarmas.

15.- Voltaje de 115Vac/60Hz.

Respuesta: Se acepta.

4.- Partida 20 Centrifuga para 12-16 tubos con revoluciones variables de 0 hasta 6 mil RPM. Incluye Manual de usuario. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una centrifuga con las siguientes características:

9. Centrifuga para rotor de 12-24 tubos de 2.2/1.5 ml

10. Con velocidad variable de 100 de hasta 6000 r.p.m.

11. Máxima RCF 3340 x g

12. Tiempo cortos de aceleración y desaceleración

13. Motor sin escobillas libre de mantenimiento

14. Preselección de tiempo de 0-60 min

15. Despliegue en pantalla LCD del tiempo de trabajo

16. Tapa de seguridad que no permita abrirse mientras se está en proceso de centrifugación, y que no pueda iniciar centrifugación cuando la tapa está abierta.

17. Alimentación eléctrica 110V / 60Hz

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 10.

Licitante: GLOBAL MEDICAL, S.A. DE C.V.

1.- SECCIÓN I PUNTO 3.- CONFORME A LO INDICADO EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE SE PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS DE BIENES "CUALQUIERA QUE SEA EL ORIGEN DE LOS BIENES QUE SE COTICEN" ES DECIR QUE SEAN O NO DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO TENGA CELEBRADOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

Respuesta: Se deberá cotizar bienes de origen de los Países con los que se cuente tratado de libre comercio.

2.- SECCIÓN II PUNTO 10. SEGUNDO PÁRRAFO.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE LA INSTALACIÓN DE BIENES SE INICIARÁ EL MISMO DÍA EN QUE SEAN ENTREGADOS EN EL SITIO DE DESTINO ACORDADO.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

3.- SECCIÓN II PUNTO 10. SEGUNDO PÁRRAFO.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE LAS ÁREAS EN QUE SERÁN INSTALADOS LOS BIENES ESTARÁN ADECUADAS Y DISPONIBLES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES, ASÍ COMO QUE SE ENCONTRARÁN ADECUADAS Y CON SUMINISTRO DE LOS GASES, LIQUIDOS Y FLUIDOS "A PIE DE SALA" CON EL OBJETO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PUEDA INICIAR LOS CORRESPONDIENTES TRABAJOS.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Respuesta: Es correcta su apreciación

4.- SECCIÓN II PUNTO 10. SEGUNDO PÁRRAFO.- EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES PERMANECERÁ EN EL SITIO HASTA LA COMPLETA Y CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA POSIBLE CONFORME A LAS CARACTERISITCAS Y REQUERIMIENTOS DE CADA BIEN EN PARTICULAR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

5.- SECCIÓN II PUNTO 10. QUINTO PÁRRAFO.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA INFORMAR EN QUE MOMENTO Y DE QUE MANERA SE CONSIDERARÁN RECIBIDOS LOS BIENES DE CONFORMIDAD POR LA CONVOCANTE.

Respuesta: Una vez que el licitante beneficiado haya cumplido con lo establecido en los puntos 10 de la convocatoria de licitación.

6.- SECCIÓN II PUNTO 12.PRIMER VIÑETA.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE POR "SUMINISTRO" SE DEBE DE ENTENDER LA ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

7.- SECCIÓN II PUNTO 12.PRIMER VIÑETA.- UNA VEZ SATISFECHO EL "SUMINISTRO" LA GARANTÍA OTORGADA QUEDARÁ EXTINGUIDA AL HABERSE CUMPLIDO EL OBJETO PARA EL QUE FUE CONTRATADA. SOLICITAMOS DE LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

Respuesta: La pregunta que realiza no concuerda con lo descrito en el punto mencionado.

8.- SECCIÓN II PUNTO 12.ÚLTIMO PÁRRAFO.- PARA EL CASO DE QUE LA ENTREGA Y/O INSTALACIÓN DE LOS BIENES NO PUEDA SER LLEVADA A CABO POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL LICITANTE ADJUDICADO EL PLAZO DE GARANTÍA SERÁ MÁXIMO DE 21 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EXPIRACIÓN DEL PLAZO QUE SE HUBIERA ESTIPULADO PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

Respuesta: La pregunta que realiza no concuerda con lo descrito en el punto mencionado.

9.- SECCIÓN II PUNTO 21.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE LOS PRECIOS QUE DEBERÁN DE MANTENERSE FIJOS, FIRMES Y NETOS, SERÁN LOS QUE CORRESPONDAN A LOS OFERTADOS POR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN RESULTADO CON ADJUDICACIONES.

Respuesta: No es correcta su apreciación, aplica para todos los licitantes participantes, ya que no se aceptan propuestas económicas con precios variables.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

10.- SECCIÓN II PUNTO 21.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LOS 30 DÍAS NATURALES DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, ESTAS QUEDARÁN SIN EFECTOS Y SE CONSIDERARÁN SIN VALIDEZ ALGUNA.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

11.- SECCIÓN VII PUNTO 53.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LAASSP NINGUNA PROPUESTA PODRÁ SER DESECHADA HASTA EN TANTO NO SE REALICE SU ANÁLISIS CUALITATIVO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

12.- SECCIÓN VII PUNTO 53.- CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LAASSP NINGUNA PROPUESTA PODRÁ SER DESECHADA POR NO UTILIZAR FORMATOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA CUANDO LA INFORMACIÓN ELLOS SOLICITADA SE ENCUENTRE CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

Respuesta: La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble.

13.- SECCIÓN X.- PARA EL CASO DE QUE HUBIERA DISCREPANCIAS Y/O DIFERENCIAS ENTRE LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA SU(S) JUNTA DE ACLARACIONES Y EL CONTENIDO DEL CONTRATO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA INDICAR CUALES PREVALECERÁN SOBRE LAS DEMÁS.

Respuesta: Prevalecerá lo establecido en el contrato, ya que este contendrá las condiciones señaladas en la convocatoria y juntas de aclaraciones.

14.- SECCIÓN X PUNTO 67.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR CUAL ES EL DATO CORRECTO DE ESTE PUNTO, YA QUE EN NÚMERO INDICA 15 Y EN LETRA SE MENCIONA (VEINTE) DÍAS NATURALES.

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria Número 8.

15.- SECCIÓN X PUNTO 71 INCISO 1.- SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONSIDERAR QUE EL OBJETO DE UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE FIANZA NO CONSIDERA COMO OBJETO AFIANZABLE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA RATIFICAR QUE EL OBJETO A GARANTIZAR SERÁ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVO ASÍ COMO LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES SUMINISTRADOS.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Respuesta: Es correcta su apreciación.

16.- SECCIÓN X PUNTO 71 INCISO 4.- UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN AÑO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2 ANTERIOR, LA FIANZA QUEDARÁ SIN EFECTO DE MANERA AUTOMÁTICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

Respuesta: Es correcta su apreciación; siempre y cuando se haga la solicitud por escrito ante 'La Convocante' de la cancelación de la fianza correspondiente.

17.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Dice 20 kHz con 125 kVp y la gama de kVp a partir del kVp 40 kVp 125 en 1 kVp. Debido a la dificultad de referenciación solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita referenciar como generador de alta frecuencia 40- 150 kV lo cual es equivalente a lo solicitado, con un avance graduado en 25 o 49.5 pasos ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta.

18.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Solicitamos a la convocante y para permitir la participación, nos permita ofertar equipo con 2 puntos focales de 0,6 y 1.2, sin ser esto limitante para los demás participantes ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta.

19.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Entendemos que ofertar una característica superior a la solicitado no será motivo de descalificación ¿es correcto?

Respuesta: En referencia con la cláusula 29 inciso A) de la convocatoria de Licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar "El Licitante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1 de la convocatoria de licitación y no altere la funcionalidad del equipo.

20.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Solicitamos se nos permita ofertar equipo con conexión a la red de Conexión a red trifásica 440/480 V, 60Hz, el cual puede ser soportado por el transformador solicitado en la partida del tomógrafo, sin ser esto limitante para los demás participantes ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

21.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Dice "continuo control de las unidades restante de calor del tubo de radiografía", solicitamos a aclarar a que se refiere a este punto, debido la dificultad de referenciación

Dice "consola de 3 puntos" Solicitamos

Respuesta: Se refiere al control térmico del tubo de rayos X.

22.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

De la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar equipo con generador y técnica de 2 puntos, lo cual no limita la funcionalidad del equipo, puesto que este trae incluido hasta 72 programas de órganos ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

23.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar equipo con energía de 30 kW, lo cual no limita la funcionalidad del equipo ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

24.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Dice "escala de Renard los más se extienden a partir de 0.1 mAs a la estación de 500 mAs" y "escala de Renard de 16 estaciones de mA. 10, 12.5 ,16, 20,25, 32,40, 50,64,80.100.125.160.200.250.300 mA. Estas son nomenclaturas y terminos propias de una sola marca de equipo, siendo esto de difícil referenciación, solicitamos a la convocante nos permita referencia como corriente de 500 mA de 0.5 mAs a 500 mAs, lo cual cumple cabalmente con los rangos solicitados, sin ser esto limitante para los demas participantes ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta.

25.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con tiempo de exposición de 1ms a 5 segundos, lo cual no limita la funcionalidad del equipo en la técnicas de exposición , puesto que un tiempo mayor de exposición redundo en mayor radiación al paciente ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

26.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Entendemos que la impresora y CR son de marcas especificas por lo cual podemos ofertar equipos que tengas características similares o superiores, de forma que no se limite la participación y opciones a elegir de la convocante ¿se acepta?



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

27.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con un valor de más de 0.5 más a 320 más , lo cual no limita la funcionalidad del equipo ya que el valor de más va relacionado directamente con la dosis ¿se acepta?

Respuesta: No se acepta.

28.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13

Entendemos ofertar una característica superior a lo solicitado no será motivo de descalificación ¿es correcto?

Respuesta: En referencia con la cláusula 29 inciso A) de la convocatoria de Licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar "El Licitante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1 de la convocatoria de licitación y no altere la funcionalidad del equipo.

29.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13 PUNTO C)

Seguridad radiológica con una puerta prefabricada de medidas 90 x 205 cm., con plomo equivalente a 2mm. y ventana vidrio, emplomado de 8x10 pulgadas con misma equivalencia, plomo en lámina para cuarto de 4X5 mts. Instalado" Por lo que solicitamos atentamente a la convocante confirmar ¿si dichos trabajos serán realizados por el proveedor ganador o por parte de la Convocante?

Respuesta: Los trabajos deberán ser realizados por el licitante beneficiado con esta partida.

30.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13 Y PARTIDA 14, PUNTO C)

Adicionalmente para la correcta instalación del equipo se requieren de preinstalaciones de acuerdo a la guía mecánica de cada equipo, por lo que solicitamos confirmar ¿si la Convocante realizará dichos trabajos de acuerdo a la guía mecánica del licitante ganador?

Respuesta: Esos trabajos serán realizados por la Dependencia requirente.

31.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13 Y PARTIDA 14, PUNTO C), SEGUIMIENTO A PREGUNTA 30. En el caso de que el proveedor sea el responsable de realizar los trabajos antes mencionados, solicitamos atentamente confirmar que los acabados de la sala serán realizados por la Convocante.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Adicionalmente solicitamos sea suministrado un plano arquitectónico del área en donde será suministrado e instalado el equipo.

Respuesta: Esta información será proporcionada al licitante beneficiado con la adjudicación de estas partidas, así mismo deberá considerar la respuesta a la pregunta anterior.

32.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13 y PARTIDA 14

Solicitamos atentamente confirmar que todos los requerimientos para la instalación de los equipos y de acuerdo a la guía mecánica del licitante ganador serán realizados por la convocante y que todos los fluidos eléctricos, de aire acondicionado y gases medicinales estarán disponibles y funcionando en la sala destinada para la instalación del equipo de manera inmediata después de la firma del contrato correspondiente, esto para dar cabal cumplimiento al plazo de entrega solicitado.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

33.- PAQUETE TRES, PARTIDA 13 y PARTIDA 14

Solicitamos atentamente a la Convocante informar los voltajes disponibles en su subestación para conectar los equipos (Se requiere una conexión trifásica 480V, Neutro y Tierra efectiva), así como la capacidad restante en KVA o KW de dicha subestación en donde se conectarán los equipos.

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en las Nota Aclaratoria Número 5 y Número 6.

34.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Solicitamos atentamente a la Convocante confirmar que lo solicitado en las especificaciones técnicas para esta partida: "Instalación y capacitación del equipo de Tomógrafo para el funcionamiento, c). Seguridad Radiológica. Emplomado de paredes con lámina equivalente a 2mm de plomo para cuarto equivalente a 4 X 5 m., Vidrio Emplomado equivalente a 2mm de plomo, certificación de equipo con garantía de calidad, levantamiento de niveles ante la norma oficial mexicana de salud." Será realizado por la Convocante.

Respuesta: Los trabajos deberán ser realizados por el licitante beneficiado con esta partida.

35.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice: PARÁMETROS DE ESCANEO

- .8, .1, 2, 3, 4 exploraciones segundo

Solicitamos muy atentamente se nos permita referenciar como parámetros de escaneo de 0.8, 1 y 1.5 segundos, nuestro equipo cumple con la más alta rotación que es de 0.8 segundos, de los solicitados el valor más importante ya que de ahí depende la resolución temporal que el equipo tiene para la adquisición de los estudios



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

36.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- 80100120140 kVp.

Solicitamos muy atentamente se nos permita referenciar como parámetros de kV de 80, 110 y 130 kVp nuestro equipo cumple con el valor más bajo de kilovoltaje y en el rango superior solo difiere un 7%, esto no representa restricción alguna en los estudios adquiridos ni tampoco en la resolución de las imágenes por lo que solicitamos se nos permita referenciarlo de esta manera, nuestro sistema cuenta con el detector más eficiente del mercado, de un material llamada cerámica ultra rápida, suficientemente sensible para no requerir altas dosis de radiación, ahorra hasta un 30%, los valores de kilovoltaje y de miliamperaje no requieren ser tan altos por lo que nuestro tomógrafo maneja valores inferiores para obtener la misma calidad de imagen y se vean beneficiados los pacientes, principalmente pediátricos que son los más sensibles a la radiación ¿se nos permite?

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

37.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- 10 a 440 mA

Para este punto, de acuerdo a la actualización de tecnología y desarrollo, en los detectores, tubos y partes de los sistemas, mismas que cada marca de fabricante tiene, y la cual refiere a los rangos para alcanzar la calidad de imagen, y con la menor intensidad de radiación en los estudios; solicitamos poder referencias como parámetros de mA un rango entre 20 a 240 mA en un equipo de 6 cortes, sin ser esto limitante para los demás participantes?

Respuesta: No se acepta.

38.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- .63, 1.25, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10 mm grosor de corte

Solicitamos que esta característica sea requerida para todos los licitantes con un grosor de corte mínimo de 0.5mm en la totalidad de los cortes, esto con el motivo de poder tener una resolución incrementada en las imágenes que nos permita visualizar estructuras finas con el mayor detalle como lo son estudios de cráneo, estructuras vasculares y oído interno medio

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

39.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- 25, 50 cm de exploración campos de visión

La exploración de los campos de vision entre mas amplios mejor, esto permitiría que dentro de las imágenes obtenidas las estructuras corporales que midan por debajo de este tamaño en el eje axial se puedan visualizar y estén dentro del rango de escaneo con calidad diagnóstica, de otra manera dejaríamos de obtener detalles en órganos o tejidos de vital importancia; Solicitamos poder referencias esta característica requerida como un campo de exploración de 5cm o menor a 50 cm o mayor, sin ser esto limitante para los demas participantes?

Respuesta: No se acepta.

40.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14-

Dice:

- 4 x 912 canales de detección No.

Entre más canales de detección se tengan la resolución espacial se incrementa proporcionalmente por lo que este valor sugerimos sea de cuando menos 6 x 1,300 canales Así obtendríamos una mayor calidad en los estudios y se diagnosticarían con total seguridad de que no hay detalles omitidos en la imagen

Respuesta: No se acepta.

41.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- tiempo de 1,1 segundos por tramo Recon

Solicitamos muy atentamente se nos aclare este punto, es decir que distancia es la que debería de recorrer en ese "tramo" en 1.1 segundos, favor de ser más específicos

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 6.

42.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- 13,5 GB de disco duro
- 20.000 imágenes en línea

Sugerimos que esta característica es muy baja, es una memoria muy limitada y se saturaría muy rápido por lo que sugerimos se solicita cuando menos 130 GB en disco duro y 200,000 imágenes

Respuesta: "El Licitante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1 de la convocatoria de licitación y no altere la funcionalidad del equipo.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

43.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- 2,3 GB de almacenamiento de archivo MOD

Consideramos que esta tecnología es obsoleta los discos magnéticos son costosos y de poca capacidad por lo que sugerimos se ofrezca un lector y grabador de CD, son muy baratos y duplican el almacenamiento solicitado

Respuesta: Se acepta; siempre y cuando cumpla con las demás características técnicas mínimas solicitadas en la convocatoria de licitación.

44.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- 2000 1 seg. escanear los archivos de datos en bruto DISPLAY

Favor de aclarar este punto

Respuesta: Son datos específicos del paciente que se introduce en la mesa de control.

45.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- 4 rebanadas de mostrar a la vez MESA / PORTAL

Favor de aclarar este punto

Respuesta: Se refiere a un equipo de cuatro cortes.

46.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- altura 51-107/170 cm vertical

Como todas las marcas, estas son características únicas de cada casa comercial, en donde las distancias van de acuerdo al diseño del gantry del equipo al piso, y no limita en las configuraciones existentes en el mercado el manejo del paciente en camilla, con silla de ruedas, etc hacia la mesa; Solicitamos poder referencias este punto como una mesa con rangos de 45 a 83 cm, sin ser esto limitante para los demás participantes?

Respuesta: No se acepta.

47.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- Compatible con 400 pacientes con precisión libras

Favor de aclarar este punto

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria número 6.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

48.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

• \pm 30 pórtico de inclinación GENERADOR / TUBO DE RAYOS X "NUEVO": 42 kW de potencia máxima (con la opción 53.2kW) , 3,5 MHU capacidad calorífica del ánodo (6.3MHu con la opción) y 820 KHU/min máximo de disipación de calor tipo de ánodo Solicitamos muy atentamente se nos permita ofertar un equipo de 6 CORTES con una potencia de 40 kw, con detectores mas senibles, menor rango de exposición de radiación, con un ahorro de hasta un 30%, los valores de kilovoltaje y de miliamperaje, sin ser esto limitante para los demas participantes?

Respuesta: No se acepta.

49.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice: REQUISITOS DE EMPLAZAMIENTO

Para temas de referenciación, favor de aclarar a que se refieren en estos puntos?

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 6.

50.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

Requisitos de refrigeración Mínimo Recomendado Subsistema (Watts / BTU / hr) (Vatios / BTU/hr)

Pórtico 5440/18600 7150/24400 Cuadro 200/700 330/1130 PDU 1000/3400 1000/3400
Consola de Operador 1320/4500 1320/4500 Totales 8090 / 27430 9800 / 33430.

Favor de aclarar estos puntos, podemos observar que son muy especificos por lo que parecieran de un manual de alguna marca en específico por lo que solicitamos se aclaren o sean opcionales?

Respuesta: Estas especificaciones son de acuerdo al equipo de aire acondicionado necesario para que garantice la correcta operación y funcionamiento del equipo.

51.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro de 160 Gb o mayor, Capacidad de almacenaje externo de 1100 imágenes matrix 512 x512 o mayor en CD o DVD.

Solicitamos se nos permita ofertar un disco duro de 146 Gb, estando este valor por encima del 10% del límite de variación de acuerdo a las leyes de adquisición, sin ser esto limitante para los demás participantes?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria de licitación.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

52.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- Programas para aplicación diagnóstica.

Favor de aclarar cuáles son los programas que requieren

Respuesta: Programa de diagnostico radiológico. Colonoscopia virtual, reconstrucción en 3D como mínimo.

53.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice:

- Impresora láser en seco formato 14x17, Con al menos 8 puertos de entrada o posibilidad de conectar 8 equipos en red, con capacidad de impresión de 90 placas por hora con protocolo DICOM, con UPS de 3 KVA o mayor.

Solicitamos se nos permita ofertar 6 puertos de entrada, incluyendo las demás características solicitadas, sin que sea esto limitante para los demás participantes

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en la convocatoria de licitación.

54.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice: Inyector dual de medio de contraste.

El inyector dual solo se utiliza en aplicaciones cardiacas por lo que creemos que es un gasto innecesario, con un inyector de una sola jeringa es suficiente, sugerimos se cambie la característica

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 6.

55.- PAQUETE TRES, PARTIDA 14

Dice: Instalación y capacitación del equipo de Tomógrafo para el funcionamiento, c). Seguridad Radiológica. Emplomado de paredes con lámina equivalente a 2mm de plomo para cuarto equivalente a 4 X 5 m., Vidrio Emplomado equivalente a 2mm de plomo, certificación de equipo con garantía de calidad, levantamiento de niveles ante la norma oficial mexicana de salud.

Solicitamos muy atentamente se nos indique como se referenciará estos puntos, gracias

Respuesta: De conformidad con la Nota Aclaratoria Número 6.

Licitante: ASEEMED, S. DE R.L. DE C.V.

1.- En Paquete Tres, partida 14, En el inyector dual es para aplicaciones cardiacas y eleva mucho el costo, por lo cual sugerimos a Inyector de UNA sola jeringa, que es suficiente para realizar todos los procedimientos, Se Acepta?

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 6.



Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Internacional Número 32002001-004-11

"Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California"

2.- Partida 14, En su Preinstalación, el equipo requiere de un transformador de 75 KVA, este se suministrara por el proveedor???

Respuesta: Es correcta su apreciación, así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria Número 6.

3.- Partida 14, En el sistema de refrigeración, se proporcionara por el proveedor?

Respuesta: Es correcta su apreciación, así mismo deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria Número 6.

4.- En Paquete Cinco, partida 17. Caja oscura para revelar rayos x dental manual. Dice que APLICA Registro Sanitario y según la NOM 229 en Sistemas de Revelado ya sea manual o Automática NO REQUIERE Registro Sanitario, ya que este no tiene ningún contacto con el cuerpo humano. Sugiero cambiar el concepto de que NO APLICA. Se acepta?

Respuesta: Deberá considerar lo establecido en la Nota Aclaratoria Número 9.

5.- Partida 19. Unidad Dental. Dice Incluye Instalación. Para su correcta instalación esta unidad dental requiere de una pre instalación adecuada de tubería de aire, drenaje y agua; Toda esta Pre Instalación la suministra el proveedor?

Respuesta: Esos trabajos serán realizados por la Dependencia requirente.