

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. OM-ISSSTECALI-146-2017

“SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2018”

Acta de **Junta de Aclaraciones** celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Nacional **No. OM-ISSSTECALI-146-2017**, correspondiente al **“SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2018”**.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **13:00 horas del día 24 de octubre de 2017**, de conformidad con el **punto 4** de la sección II de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

La **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó **Convocatoria No. 146** Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBC, el día **17 de octubre de 2017**, así mismo a la fecha se recibieron en

tiempo y forma y durante el desarrollo de la presente junta de aclaraciones, los cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación de cuatro posible licitante.

Una vez atendidas las notas aclaratorias y las respuestas a la totalidad de los cuestionarios recibidos, con las que se integró el anexo 1 que acompaña al presente y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES
DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO EN
SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"



ALMA GALLEGOS ARRIQUIDEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

"ASESOR SOLICITANTE"



GABRIELA LILIA ORTIZ TAPIA
EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)



"OFICIALIA MAYOR"




LEONOR GUZMAN MUÑOZ
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO



LICITANTES

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CASA NAZZARI S.A de CV	Alejo Hurtado Frazarido	
DEGASA SA de CV	Amador Peter Anuso	


S
X

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. OM-ISSSTECALI-146-2017
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2018”

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura a Cuestionarios de acuerdo al punto 4 de la sección II de las Bases de la Licitación Pública Nacional No. OM-ISSSTECALI-146-2017 referente al “SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2018”.

NOTAS ACLARATORIAS

ACLARACIÓN NO. 1:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE MODIFICA DEL ANEXO 7 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS” EN RELACIÓN CON EL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS PARTIDAS 143 Y 281, PARA PARTIDA 143 LO REFERENTE A MÁXIMOS Y MÍNIMOS, Y PARA LA PARTIDA 281 LO REFERENTE A DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN, LAS CUALES A LA LETRA DICEN:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
143	A00825-3	EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN AGUJA	EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN AGUJA, ESTERIL, DESECHABLE, LIBRE DE PIROGENOS, CON FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO DE 15 GTS POR ML. REGULADOR DE FLUJO, CON SITIO DE INYECCIÓN PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 165 CM	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	66,052	99,078
281	A02710-3	VENDA ELASTICA ADHESIVA TENSOPLAS 10.2 CM X 914.4 CM.	VENDA ELASTICA ADHESIVA CON LATEX, DE ALGODON Y VISCOSA DE 15 CM.	1 PIEZA	92	153

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
143	A00825-3	EQUIPO PARA VENOCCLISIS SIN AGUJA	EQUIPO PARA VENOCCLISIS SIN AGUJA, ESTERIL, DESECHABLE, LIBRE DE PIROGENOS, CON FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO DE 15 GTS POR ML. REGULADOR DE FLUJO, CON SITIO DE INYECCIÓN PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 165 CM	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	36,000	60,000
281	A02710-3	<u>VENDA ELASTICA ADHESIVA 10.2 CM X 9.1 M.</u>	<u>VENDA ELASTICA ADHESIVA CON OXIDO DE ZINC, DE ALGODÓN, AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ULCERAS</u>	1 PIEZA	92	153

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

BIOMEDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

PARTIDA	PREGUNTA	RESPUESTA
29	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO TORÁCICO ESTÉRIL, DE PVC NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 20FR LARGO 51 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA DE SILICONA.
30	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO TORÁCICO ESTÉRIL, DE PVC NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 28FR LARGO 51 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA DE SILICONA.
31	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO TORÁCICO ESTÉRIL, DE PVC NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 36R LARGO 51 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA DE SILICONA.
32	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO TORÁCICO ESTÉRIL, DE PVC NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 40FR LARGO 51 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA DE SILICONA.
84	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA EN FORMA DE DIAMANTE. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA RECTANGULAR.

223	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, CON LA MISMA TERAPÉUTICA QUE LA LEVIN ELABORADA DE PVC TERMOSENSIBLE, DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, INCLUYE UN LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN PARA PREVENIR QUE LAS PREDES DEL ESTÓMAGO COLAPSEN DURANTE LA ASPIRACIÓN, CALIBRE 14FR. ESTÉRIL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
224	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, CON LA MISMA TERAPÉUTICA QUE LA LEVIN ELABORADA DE PVC TERMOSENSIBLE, DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, INCLUYE UN LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN PARA PREVENIR QUE LAS PREDES DEL ESTÓMAGO COLAPSEN DURANTE LA ASPIRACIÓN, CALIBRE 16FR. ESTÉRIL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
225	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, CON LA MISMA TERAPÉUTICA QUE LA LEVIN ELABORADA DE PVC TERMOSENSIBLE, DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, INCLUYE UN LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN PARA PREVENIR QUE LAS PREDES DEL ESTÓMAGO COLAPSEN DURANTE LA ASPIRACIÓN, CALIBRE 18FR. ESTÉRIL. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.

PARTIDA	CLAVE		DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO	CÓDIGO	PREGUNTA TÉCNICA.
305	A40145-2	SONDA DE ASPIRACION CIRCUITO CERRADO NO. 14	SONDA DE ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO. NO. 14. PARA PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS	1 PIEZA	181	302	444SP01114	ENTENDEMOS QUE AL DECIR "SONDA DE ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO No. 14" SE REFIERE A UN CIRCUITO DE SUCCIÓN CERRADO NO.14, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.								
306	A40146-2	SONDA DE ASPIRACION CIRCUITO CERRADO NO. 16	SONDA DE ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO. NO, 16. PARA PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS	1 PIEZA	173	288	444SP01116	ENTENDEMOS QUE AL DECIR "SONDA DE ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO No. 16" SE REFIERE A UN

									CIRCUITO DE SUCCIÓN CERRADO NO.16, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.									

LABORATORIOS PISA

PREGUNTA 1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A CONVOCANTE ACEPTAR PROPUESTAS EN PRESENTACION POR PIEZA PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	PRESENTACION A OFERTAR	RESPUESTA:
A00109-3	AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE CON EXTENSIÓN LUER LOCK 20X19 MM	CAJA / 20 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A00111-3	AGUJA PARA PUERTO IMPLANTABLE CON EXTENSIÓN LUER LOCK 22X19 MM	CAJA / 20 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A00230-3	SOLUCION DESINFECTANTE PARA QUIROFANO	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A00544-2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 16 GA.	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A00546-2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 18 GA. 28-30 MM	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A00550-2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 20 GA.	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A00555-2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 22 GA.	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A00560-2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD 24 GA	CAJA / 50 PIEZA	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A00995-2	GUANTES QUIRURGICOS NO. 6 1/2	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A01000-2	GUANTES QUIRURGICO NO. 7	CAJA / 50 PIEZA	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A01005-2	GUANTES QUIRURGICO NO. 7 1/2	CAJA / 50 PIEZA	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A01010-2	GUANTES QUIRURGICO NO. 8	CAJA / 50 PIEZAS	PIEZA	NO SE ACEPTA.
A40190-2	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14 GA. 21-45 MM.	CAJA / 50 PIEZA	PIEZA	NO SE ACEPTA.

EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO	PREGUNTAS Y/O COMENTARIOS
29	A00059-1	CATETER TORACICO RECTO DE 20 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 20 FR LARGO 20 (51CM)	1 PIEZA	27	45	8888570523	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO TORÁCICO ESTÉRIL, DE PVC NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 20FR LARGO 51 CM. SE ACEPTA?
RESPUESTA: NO SE ACEPTA. SE SOLICITA DE SILICONA.								
30	A00061-2	CATETER TORACICO RECTO DE 28 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL, RADIOPACAS, CON MARCAS NUMERICAS DE PROFUNDIDAD. 28 FR LARGO 20 (51CM)	1 PIEZA	25	41	8888570549	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO TORÁCICO ESTÉRIL, DE PVC NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 28FR LARGO 51 CM. SE ACEPTA?
RESPUESTA: NO SE ACEPTA. SE SOLICITA DE SILICONA.								
31	A00063-2	CATETER TORACICO RECTO DE 36 FR/CH 12.0 MM X 20 PULGADAS (51 CM)	CATÉTER TORÁCICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, DE MATERIAL PVC TERMO SENSIBLE CLARO, CON GRADUACIÓN DE INCREMENTO DE 2 CM. CONECTOR BISELADO, INFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBO GÉNICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 36 FR/CH 12.00MM X 20 PULGADAS (51CM)	1 PIEZA	97	162	8888570564	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO TORÁCICO ESTÉRIL, DE PVC NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 36R LARGO 51 CM. SE ACEPTA?
RESPUESTA: NO SE ACEPTA. SE SOLICITA DE SILICONA.								
32	A00064-1	CATETER TORACICO RECTO DE 40 FR LARGO 20 (51 CM)	TUBO TORACICO ESTERIL IFLEXIBLE DE SILICONA NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 40 FR LARGO 20 (51CM)	1 PIEZA	41	68	8888570572	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO TORÁCICO ESTÉRIL, DE PVC NO TROMBOGENICO MULTIRESISTENTE EN SU EXTREMO

									DISTAL Y CON MARCAS RADIOPACAS. 40FR LARGO 51 CM. SE ACEPTA?
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. SE SOLICITA DE SILICONA.

84	A00385-2	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML, CON TUBO TRANSPORTADOR DE 115 CM Y VÁLVULA DE DRENAJE, DESECHABLE, ATÓXICO, ESTÉRIL. SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA.	1 PIEZA	4,716	7,861	3512	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA EN FORMA DE DIAMANTE. SE ACEPTA?
----	----------	-----------------------------------	--	---------	-------	-------	------	---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. SE SOLICITA RECTANGULAR.

223	A01895-3	SONDA GASTROINTESTINAL MODELO LEVIN NO.14 FR	SONDA GASTROINTESTINAL TIPO LEVIN CALIBRE 14 FR. PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, DESECHABLE, ATÓXICA, EMPAQUE BOLSA PLÁSTICO ESTÉRIL, LONGITUD DE 125 CM. TUBULAR, TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO, FLEXIBLE, CON LÍNEA RADIOPACA Y ORIFICIO EN EXTREMO PROXIMAL CON CUATRO ACOTACIONES DE 40, 55, 56 Y 76 CM. CON ADAPTADOR TIPO CAMPANA, CON ENTRADA CÓNICA Y TAPÓN OBTURADOR.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	334	556	8884715148	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, ELABORADA DE PVC TERMOSENSIBLE, DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, INCLUYE UN LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN PARA PREVENIR QUE LAS PREDES DEL ESTÓMAGO COLAPSEN DURANTE LA ASPIRACIÓN, CALIBRE 14FR. ESTÉRIL. SE ACEPTA?
-----	----------	--	--	----------------------------	-----	-----	------------	--

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

224	A01900-4	SONDA GASTROINTESTINAL MODELO LEVIN NO. 16 FR	SONDA GASTROINTESTINAL TIPO LEVIN CALIBRE 16 FR. PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, DESECHABLE, ATÓXICA, EMPAQUE BOLSA PLÁSTICO ESTÉRIL, LONGITUD DE 125 CM. TUBULAR, TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO, FLEXIBLE, CON LÍNEA RADIOPACA Y ORIFICIO EN EXTREMO PROXIMAL CON CUATRO ACOTACIONES DE 40, 55, 56 Y 76 CM. CON ADAPTADOR TIPO CAMPANA, CON ENTRADA CÓNICA Y TAPÓN OBTURADOR	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	792	1,319	8884720163	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, ELABORADA DE PVC TERMOSENSIBLE, DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, INCLUYE UN LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN PARA PREVENIR QUE LAS PREDES DEL ESTÓMAGO COLAPSEN DURANTE LA ASPIRACIÓN, CALIBRE 16FR. ESTÉRIL. SE ACEPTA?
-----	----------	---	---	----------------------------	-----	-------	------------	--

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

225	A01905-4	SONDA GASTROINTESTINAL MODELO LEVIN NO. 18 FR	SONDA GASTROINTESTINAL TIPO LEVIN CALIBRE 18 FR. PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, DESECHABLE, ATÓXICA, EMPAQUE BOLSA PLÁSTICO ESTÉRIL, LONGITUD DE 125 CM. TUBULAR, TRANSPARENTE O TRANSLÚCIDO, FLEXIBLE, CON LÍNEA RADIOPACA Y ORIFICIO EN EXTREMO PROXIMAL CON CUATRO ACOTACIONES DE 40, 55, 56 Y 76 CM. CON ADAPTADOR TIPO CAMPANA, CON ENTRADA CÓNICA Y TAPÓN OBTURADOR.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	521	868	8884720189	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, ELABORADA DE PVC TERMOSENSIBLE, DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, INCLUYE UN LUMEN ADICIONAL DE VENTILACIÓN PARA PREVENIR QUE LAS PREDES DEL ESTÓMAGO COLAPSEN DURANTE LA ASPIRACIÓN, CALIBRE 18FR. ESTÉRIL. SE ACEPTA?
-----	----------	---	--	----------------------------	-----	-----	------------	--

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

305	A40145-2	SONDA DE ASPIRACION CIRCUITO CERRADO NO. 14	SONDA DE ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO. NO. 14. PARA PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS	1 PIEZA	181	302	4445P01114	ENTENDEMOS QUE AL DECIR "SONDA DE ASPIRACIÓN CIRCUITO CERRADO NO. 14" SE REFIERE A UN CIRCUITO DE SUCCIÓN CERRADO NO.14,
-----	----------	---	---	---------	-----	-----	------------	--

									ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

306	A40146-2	SONDA DE ASPIRACION CIRCUITO CERRADO NO. 16	SONDA DE ASPIRACION CIRCUITO CERRADO. NO. 16. PARA PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS	1 PIEZA	173	288	444SP01116	ENTENDEMOS QUE AL DECIR "SONDA DE ASPIRACION CIRCUITO CERRADO NO. 16" SE REFIERE A UN CIRCUITO DE SUCCION CERRADO NO.16, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
-----	----------	---	---	---------	-----	-----	------------	---

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

MANUELA KARIME AVITIA PEÑA

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO	PREGUNTAS
205	A01580-3	CINTA TESTIGO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR	ROLLO DE CINTA TESTIGO, PARA CONTROL DE LA EXPOSICION DE PAQUETES QUE SE ESTERILICEN CON VAPOR. CON RESPALDO DE BEIGE Y FRANJAS DE TINTA INDICADORA SENSIBLE A LA TEMPERATURA, CAMBIA DE COLOR BEIGE A CAFÉ OSCURO/NEGRO. PIEZAS DE 18MMX50 MTS.	CAJA / 24 PIEZAS	109	182	PREGUNTA: En relación a la partida 205 clave A01580-3 el envase dice: Caja/24 piezas. Solicitamos a la convocante se permita ofertar presentación: Caja con 48 piezas ó pieza individual a su equivalente de 24 piezas

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

206	A01585-3	CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO	ROLLO DE CINTA TESTIGO, PARA CONTROL DE LA EXPOSICION DE PAQUETES QUE SE ESTERILICEN CON GAS OXIDO DE ETILENO 18 MM X 50 M	CAJA / 24 PIEZAS	10	16	PREGUNTA: En relación a la partida 206 clave A01585-3 el envase dice: Caja/24 piezas. Solicitamos a la convocante se permita ofertar
-----	----------	-------------------------------------	--	------------------	----	----	---

								presentación: Caja con 48 piezas ó pieza individual a su equivalente de 24 piezas. Gracias.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

346	A40205-2	INDICADORES QUÍMICOS INTERNOS PARA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVES CON VAPOR	INDICADORES QUÍMICOS INTERNOS, LLAMADOS INTEGRADORES, DE AVANCE FRONTAL PARA REALIZAR EL CONTROL DE LOS PAQUETES PARA TODO TIPO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR.	BOLSA / 500 PIEZAS	135	225	PREGUNTA: En relación a la partida 346 clave A40205-2 el envase dice: Bolsa/500 piezas. Solicitamos a la convocante se permita ofertar presentación: Caja con 250 piezas. Gracias.
-----	----------	---	--	--------------------	-----	-----	---

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several other scribbles and marks.

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature at the bottom right corner.