



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO



BAJA
CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Licitación Pública Internacional
Número LA-902002994-E13-2018
"SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA"

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Internacional LA-902002994-E13-2018, convocado para el Número LA-902002994-E13-2018 referente al "SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA"

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **13:30** horas del día **03 de Mayo de 2018**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, la **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4 fracción II inciso B. y 25 fracciones IV, IX y XIII, 26 fracción I, 27 fracción I y IX y 72 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno; artículos 1 fracción VI y 2 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público; y artículos 1 y 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; según consta en oficio, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, preside el presente acto, y quien se encuentra asistido por el **C. Francisco Filiberto Rodríguez Villarreal**, servidor público adscrito al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en representación del área usuaria o requirente, asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa, financiera y legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que se encuentran presentes los representantes de los licitantes participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional, número LA-902002994-E13-2018, referente al "SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA", en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "La Ley", y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en el punto 26, de la convocatoria de licitación.

La **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**; toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados "Comprasbc" y "Compranet" el día **26 de Abril de 2018**, así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, tienen derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, los licitantes que hayan presentado sus preguntas a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto; asimismo se hace del conocimiento a los asistentes que quienes presentaron sus solicitudes de aclaración fuera del plazo antes citado, incluso al inicio de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración venció el día **02 de Mayo de 2018 a las 13:30 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los documentos recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón o Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V.	Carta de Interés en Participar y Solicitud de aclaraciones	02 de Mayo de 2018 a las 07:41 AM
COMERCIALIZADORA DICLinsa, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en Participar y Solicitud de aclaraciones	02 de Mayo de 2018 a las 9:28 AM
PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en Participar y Solicitud de aclaraciones	02 de Mayo de 2018 a las 12:02 AM
IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	Carta de Interés en Participar y Solicitud de aclaraciones	02 de Mayo de 2018 a las 12:03 AM

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas en la **segunda junta de aclaraciones del día 08 de mayo del presente a las 13:30 horas**.

La Convocante realiza las siguientes Aclaraciones y modificaciones de aspectos establecidos en bases de licitación, con fundamento en el artículo 33 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo estas las siguientes:

ACLARACIONES:

1.- SE MODIFICA EL PUNTO 7 DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

LA CONVOCANTE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y DISPONIBLE A TRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES DE: EL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES), FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), **COFEPRIS**,

AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, POR LO QUE TODOS LOS ACTOS SE REALIZARAN EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES.

2. SE MODIFICA EL PUNTO 16 "CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. POR LO QUE, PARA LA ACREDITACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS: LOS REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DEMAS APLICABLES AL RESPECTO.

3. SE ELIMINA DEL PUNTO 19 "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA EL INCISO H) RELATIVO A LA "MANIFESTACIÓN SOBRE NORMAS OFICIALES".

4. SE MODIFICA EL INCISO O) "CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES" DEL PUNTO 19 "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

Q) CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES. -SE DEBERÁ ADJUNTAR A LA PROPUESTA TÉCNICA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE ACREDITAR LA CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, MEDIANTE "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN" EMITIDO POR COFEPRIS; EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, O EN SU CASO DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO SOMETIDO A PRÓRROGA ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA (CON EL SELLO DE RECIBIDO LEGIBLE) EN CASO DE NO SER LEGIBLE EL ACUSE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO EL CERTIFICADO.

EN CASO DE OFERTAR BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, DEBERÁN ADJUNTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN O DE UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AUTORIZADO (ISO, FDA, CE), ADJUNTANDO TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO.

EN EL CASO DE QUE ALGUNOS DE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO; SEÑALANDO Y/O REFERENCIANDO EL BIEN OFERTADO, DICHO ESCRITO DEBERÁ ESTAR VIGENTE (NO MAYOR A 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD).

EN CASO DE QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA, DEBERÁ ADJUNTAR AL MISMO:

1) COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO SOMETIDO A PRORROGA.

2) COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS, EN CASO DE NO SER LEGIBLE EL ACUSE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO; ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL TRAMITE DE PRORROGA DONDE SE INDIQUE EL NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES, YA QUE EN CASO CONTRARIO NO SERÁ ADMITIDO Y SE DESECHARÁ DE SU PROPUESTA.

5. SE MODIFICA EL INCISO g) DEL PUNTO 56 RELATIVO A LAS "PENAS CONVENCIONALES" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

g).- SE LE INDICARA QUE CORRESPONDE AL INCISO DE PAGO: 5109026 "SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO"

6. SE MODIFICA DEL PUNTO 56 RELATIVO A LAS "PENAS CONVENCIONALES" EL NUMERAL 1 CAJAS RECAUDADORAS DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

1. CAJAS RECAUDADORAS: CAJAS ADSCRITAS AL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA UBICADAS EN:

*OFICINA CENTRAL: AVENIDA PIONEROS #1005, PALACIO FEDERAL, CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL, MEXICALI, B.C

*HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI: CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C

*CENTRO DE SALUD INDUSTRIAL: MECÁNICOS Y CALLE F, S/N COL. INDUSTRIAL, MEXICALI, B.C.

*LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA: MECÁNICOS Y CALLE F, S/N COL. INDUSTRIAL, MEXICALI, BC

*UNEME ONCOLOGÍA: AVENIDA DE LA CLARIDAD S/N, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, MEXICALI, B.C

*HOSPITAL MATERNO INFANTIL: AVENIDA DE LA CLARIDAD S/N, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, MEXICALI, B.C

*HOSPITAL GENERAL TECATE: AVE STA #69, COL. BENITO JUÁREZ, TECATE, B.C

*HOSPITAL GENERAL TIJUANA: AVE. CENTENARIO #10851, ZONA RÍO, TIJUANA, B.C

*HOSPITAL GENERAL ENSENADA: CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 111 S/N, COLONIA PACHECO, ENSENADA, B.C

*HOSPITAL GENERAL ROSARITO: JOSÉ HARO GONZÁLEZ Y GALILEA #2200, FRACC. VILLA TURÍSTICA, ROSARITO, B.C

*JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENSENADA: RUIZ Y CATORCE #1380, ZONA CENTRO, ENSENADA, B.C

*JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VICENTE GUERRERO: AVE. VICENTE GUERRERO #221, VICENTE GUERRERO, B.C

7.- SE ELIMINA LA PARTIDA 87 DEL PAQUETE 10 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA QUE DICE:

87	180.000.0080	BIOTOXINAS PSP. PRUEBA RAPIDA PARA BIOTOXINAS PSP (KIT SRT-PSP), DETECCION DE SAXITOXINA, MARCA SCOTIA 180.000.008000 EN USO	KIT C/10 PBAS	16
----	--------------	--	---------------	----

8.- SE AGREGAN PARTIDAS AL PAQUETE 10 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA CONTINUAR COMO SIGUE:

PAQUETE 10 LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA					
NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
344	080.830.8084	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO. GRADO BIOLOGIA MOLECULAR MARCA SIGMA CAT. NO. E7023-1L CADUCIDAD MAYOR DE 12 A 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA 080.830.8084	FCO C/1 LT	1	2
345	080.830.4661	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC MARCA SPECTRUM CAT UNISOLV US691-4LT 080.830.4661	FCO C/4LTS	2	5
346	080.830.4679	ALCOHOL METILICO, (LIBRE DE ACETONA) CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.830.4679	FCO C/1 LT	2	4
347	080.829.162901	ALFA 1-NAFTOL	FCO C/25GRS	1	1
348	204.030.0192	ALFA 1-NAFTOL 204.030.0192	FCO C/100 GRS	1	1
349	080.830.5049	BICARBONATO DE SODIO 080.830.5049	FCO C/500 GRS	1	1
350	12	CEPA ATCC VIBRID CHOLERAEE	VIAL	1	1
351	180.000.0015	CEPA ENTEROBACTER AEROGENES ATCC 13048 180.000.0015	VIAL	1	1
352	180.000.0019	CEPA ESCHERICIA COLI ATCC 25922 180.000.0019	VIAL	1	1
353	180.251.0101	CEPA GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 10149 180.251.0101	VIAL	1	1
354	180.000.024500	CEPA Salmonella abortus equi ATCC 9842 180.000.024500	VIAL	1	1
355	180.000.024600	CEPA Salmonella diarizonae ATCC 12325 180.000.024600	VIAL	1	1
356	180.000.001600	CEPA SALMONELLA ENTERICA ATCC 13076 180.000.001600	VIAL	1	1
357	180.000.002100	CEPA STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS ATCC 25923 180.000.002100	VIAL	1	1
358	180.000.001700	CEPA VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ATCC 17802 180.000.001700	VIAL	1	1
359	180.000.002500	CITRATO DE MAGNESIO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 180.000.002500	FCO C/100 GRS	1	2
360	180.000.002600	CITRATO FERRRICO (III) AMONIACAL SIGMA-ALDRICH. F5879 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA. 180.000.002600	FCO C/100 GRS	1	1
361	204.030.0147	CLOROFORMO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 204.030.0147	FCO C/500mL	1	1
362	180.251.0067	CLORURO DE CALCIO 10043-52-4 MARCA SIGMA CAT C1016-100G /180.251.0067	FCO C/100 GRS	1	1

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
363	180.251.0103	CLORURO DE POTASIO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 180.251.0103	FCO C/500 GRS	1	1
364	080.830.0677	CLORURO DE SODIO ACS, CRISTALES CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 080.830.0677	FCO C/500 GRS	12	30
365	080.229.0718	COLORANTE PURPURA DE BROMOCRESOL CTR SCIENTIFIC. CODIGO 001.08 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.229.0718	FCO C/10GRS	1	1
366	180.000.036800	COLORANTE ROJO DE FENOL SPECTRUM, CAT.No. PH 135 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 180.000.036800	FCO C/5GRS	2	3
367	080.830.3507	COLORANTE ROJO DE METILO H. S. GOLDEN BELL. CODIGO 33 500 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.830.3507	FCO C/25GRS	1	1
368	13	COLORANTE SAFRANINA EN POLVO	FCO C/100GRS	1	1
369	204.030.0191	COLORANTE VERDE BRILLANTE EN POLVO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA HYCEL. 262 204.030.0191	FCO C/100 GRS	1	1
370	080.830.5197	COLORANTE VERDE MALAQUITA EN POLVO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 080.830.5197	FCO C/10GRS	5	11
371	080.610.0848	DESOXICOLATO DE SODIO BD BIOXON. CODIGO 233 100 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 080.610.0848	FCO C/100 GRS	1	1
372	080.829.3757	DEXTROSA ANHIDRA, SUPLEMENTO PARA AÑADIR A MEDIOS DE CULTIVO, CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.829.3757	FCO C/100GRS	1	1
373	080.830.5288	D-XILOSA CRISTALES, HYCEL CAT. 766 5, BD-DIFCO CAT.218110 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 080.830.5288	FCO C/100GRS	1	1
374	080.830.3523	FENOL EN CRISTALES, HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 080.830.3523	FCO C/500 GRS	2	5
375	080.830.1246	FOSFATO DE POTASIO. FOSFATO DIBASICO DE POTASIO (3 H2O) FERMONT. 358 42 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 080.830.1246	FCO C/500GRS	1	1
376	180.251.0058	FOSFATO DE POTASIO. FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO ANHIDRO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 180.251.0058	FCO C/500GRS	1	1
377	204.030.0086	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO (MONOHID), HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 204.030.0086	FCO C/500GRS	1	1
378	180.251.0109	FOSFATO DE SODIO TRIBASICO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 180.251.0109	FCO C/500GRS	1	1
379	080.830.1279	FOSFATO DIBASICO DE SODIO ANHIDRO Na2H2PO4, GRANULADO FERMONT. 35902 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA 080.830.1279	FCO C/500GRS	1	1
380	080.829.2692	GLICERINA PURIFICADA FERMONT CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD, CAT 06451 080.829.2692	FCO C/450mL	2	3

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
381	080.830.1451	HIDROXIDO DE SODIO ACS, FERMONT. 36 902 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.830.1451	FCO C/500GRS	2	5
382	080.832.4107	L-ARGININA, PARA AÑADIR A MEDIOS DE CULTIVO, CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.832.4107	FCO C/100 GRS	1	1
383	180.251.0075	L-TIROSINA GRADO REACTIVO 98% (HPLC) MARCA SIGMA CAT T3754-50MG 180.251.0075	FCO C/50MG	1	1
384	180.000.004300	L-TRIPTOFANO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD, MARCA ACROS CAT. 140590250 180.000.004300	FCO C/25GRS	1	2
385	180.000.0287	METANOL GRADO HPLC 99.9%. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD, MARCA BDH 180.000.0287	FCO C/4 LTS	4	10
386	080.830.1857	NITRITO DE SODIO, CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.830.1857	FCO C/500 GRS	1	1
387	180.251.0024	PANCREATINA 0.2% MARCA SIGMA CAT P3292-25G PARA DISOLVER SECRESIONES MUCOSAS. 180.251.0024	FCO C/25GRS	1	2
388	180.000.005700	PEROXIDO DE HIDROGENO SOLUCION AL 3% (PARA PRUEBA DE CATALASA) CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 180.000.005700	FCO C/100mL	1	2
389	080.829.2049	PIRUVATO DE SODIO POLVO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.829.2049	FCO C/100GRS	2	3
390	080.783.1557.01	REACTIVO DE KOVAC Para investigar indol.- reactivo de Ehrlic modificado de kovac CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD CADUCIDAD MAYOR DE 12 A 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA 080.783.1557.01	FCO C/50mL	3	6
391	26	SAL SODICA DEL ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO, FCO CON 500mg, MARCA SIGMA CAT. D1501-500mg	FCO C/500mg	1	1
392	180.000.008600	SOLUCION DE ALMACENAJE PARA ELECTRODO 3M KCl, FRASCO DE 500mL. MARCA HACH Product No. 2756549, 180.000.008600	FCO C/500mL	1	1
393	180.000.008700	SOLUCION DE ALMACENAMIENTO DE pH ELECTRODOS STORAGE SOLUTION MARCA THERMO SCIENTIFICS ORION CAT. 910001, 180.000.008700	FCO C/475mL	1	1
394	180.000.009300	SOLUCION DE LLENADO DE ELECTRODO 3M KCl, BOTELLA DE 28mL, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD, DE APLICAR CADUCIDAD QUE SEA MAYOR DE 10 A 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA MARCA HACH Product No. 28417-00 180.000.009300	FCO C/28mL	2	3
395	180.000.030100	SOLUCION DE LLENADO DE ELECTRODO DE PH THERMO SCIENTIFICS ORION PARA ELECTRODO DE REFERENCIA CAT. 900001, CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD, DE APLICAR CADUCIDAD QUE SEA MAYOR DE 10 A 12 MESES DE LA FECHA DE ENTREGA 180.000.030100	FCO C/60 A 100mL	1	1
396	204.030.0294	SOLUCION LIMPIADORA Para oculares y objetivos de microscopio C-CLEAR, CAT 007-11200-000 204.030.0294	FCO C/228mL	4	10
397	180.000.030200	SOLUCION SALINA, ESTERIL, PARA USO IN VITRO EN LAS PRUEBA DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD, EN EQUIPO AUTOMATIZADO VITEK 2, CON CADUCIDAD MAYOR DE 10 A 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA REF V 1204 180.000.030200	CAJA C/3FCO 500mL	4	8

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
398	180.000.009700	SOLUCION VERDE BRILLANTE 0.1% 180.000.009700	FCO C/100mL	1	1
399	080.830.3804	SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.830.3804	FCO C/500 GRS	2	3
400	180.251.0012	SULFATO DE ZINC PARA EXAMEN COPROPARASITOSCOPICO DENS. 1.180 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 180.251.0012	BOTE C/10 KG	3	6
401	180.000.010900	TIOSULFATO DE SODIO (HIPOSULFITO DE SODIO) GRANULADO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 180.000.010900	FCO C/500GRS	1	1
402	180.251.0065	TRIS (HYDROXYMETHY) AMINOMETH MARCA SIGMA CAT 252859 /180.251.0065 180.251.0065	FCO C/100 GRS	1	1
403	180.000.011200	TRIS-HCL BUFFER MARCA SIGMA CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 180.000.011200	#IREFI	1	1
404	080.830.5270	XILOL CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.830.5270	FCO C/1000mL	16	40
405	080.830.5304	YODO EN CRISTALES QP CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.830.5304	FCO C/100GRS	1	1
406	180.251.0045	YODO RESUBLIMADO CTR SCIENTIFIC. CTR 05 152, JALMEK Y4925-04 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 180.251.0045	FCO C/100GRS	2	4
407	080.830.5320	YODURO DE POTASIO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD 080.830.5320	FCO C/500GRS	1	2
408	180.000.009600	SOLUCION TISAB II TOTAL IONIC STRENGTH ADJUSTMENT BUFFER MARCA RICCA CHEMICAL COMPANY CAT 8670-1, MARCA ORION DE THERMO SCIENTIFICS CAT. 940909 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD	GALON C/4LTS	1	1
409	30	Tabletas de Cloro, MARCA MERCK MILLIPORE, CATALOGO ZWCLD1F50	PAQ C/45 PZAS	1	1
410	31	Kit de Limpieza RO clean-A, MARCA MERCK MILLIPORE CAT. ZWACID012	PAQ C/12 PZAS	1	1
411	32	Kit de Limpieza RO clean-B, MARCA MERCK MILLIPORE, CAT. ZWBASE012	PAQ C/12 PZAS	1	1
412	201	ADAPTADOR BARBED BULHEAD FITTINGS, NALGENE CAT.16225232 Y POLYPROPYLENE FILLING/VETING CLOSURED NALGENE	PAQ C/2PZAS	2	5
413	180.255.0174	AGITADOR MAGNETICO VARILLA AGITADORA MAGNETICA, PTFE.FORMA ELIPSOIDAL, IDEALES PARA RECIPIENTES DE FONDO REDONDO, GRAN FUERZA MAGNETICA Y LARGA DURACION, RECUBIERTOS CON PTFE (POLITETRAFLUOR-ETILENO, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 270°C MEDIDA DE 34mmX15mm) CAT.137310 BRAND	PAQ C/10 PZAS	1	1
414	202	AGITADOR MAGNETICO, VARILLA AGITADORA MAGNETICA, PTFE. FORMA CILINDRICA CON ANILLO, MEDIDA 50mm X 8.5mm X 11mm. GRAN FUERZA MAGNETICA Y LARGA DURACION, RECUBIERTOS CON PTFE (POLITETRAFLUOR-ETILENO, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 270°C MARCA BRAND CAT 137435	PAQ C/10 PZAS	1	1

A
W
X

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
415	203	AGITADOR MAGNETICO, VARILLA AGITADORA MAGNETICA, PTFE. FORMA CILINDRICA CON ANILLO, MEDIDA 60mm X 8.5mm X 11mm. GRAN FUERZA MAGNETICA Y LARGA DURACION, RECUBIERTOS CON PTFE (POLITETRAFLUOR-ETILENO, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 270°C MARCA BRAND CAT 137437	PAQ C/10 PZAS	1	1
416	180.000.0172	AGITADOR MAGNETICO, VARILLA AGITADORA MAGNETICA, PTFE. FORMA ELIPSOIDAL, GRAN FUERZA MAGNETICA Y LARGA DURACION, RECUBIERTOS CON PTFE (POLITETRAFLUOR-ETILENO, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 270°C MEDIDA DE 5/8 X 1 1/2 PULGADAS)	1PZA	3	6
417	204	AGITADOR MAGNETICO, VARILLA AGITADORA MAGNETICA, PTFE. FORMA OCTAGONAL CON ANILLO, MEDIDA 38mm X 10mm X 11mm. GRAN FUERZA MAGNETICA Y LARGA DURACION, RECUBIERTOS CON PTFE (POLITETRAFLUOR-ETILENO, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 270°C MARCA BRAND CAT 137617	PAQ C/10 PZAS	1	1
418	204.040.0022	ALAMBRE GALVANIZADO, CALIBRE 14 A 18, PARA HISOPOS DE MOORE 204.040.0022 METRO	1 METRO	40	100
419	180.000.0199	APLICADOR (HISOPO PARA INFLUENZA) DE RAYON O DACRON, MANGO FLEXIBLE, PARA TOMA DE EXUDADO NASOFARINGEO, ESTERIL, EN PAQ INDIVIDUAL	CAJA C/100 PZAS	1	1
420	080.085.0026	ASA DE NICROMO 10uL CALIBRADA 1/100 NEGRO 5mm IND RUIZANCHEZ CAT.150	PAQ C/10 PZAS	6	14
421	204.040.0074	ASA DE POLIESTIRENO, SUAVE Y FLEXIBLE DE 10uL, ESTERILES, DESECHABLE EN PAQUETE INDIVIDUAL, CALIBRADA CAT.VWR82051-144 (CAJA CON 600 PIEZAS) 204.040.0074	CAJA C/600PZAS	5	11
422	502	ATOMIZADOR	PZA	9	22
423	180.255.0176	BOLSA DE PLASTICO RESELLABLE, PARA EMPAQUE, MEDICA 6 X 4 PQT C/100 PIEZAS	PAQ C/100PZAS	7	17
424	180.255.0175	BOLSA DE PLASTICO RESELLABLE, PARA EMPAQUE, MEDIDA 4 X 6. PQT C/100 PIEZAS	PAQ C/100PZAS	2	4
425	180.255.0177	BOLSA DE PLASTICO RESELLABLE, PARA EMPAQUE, MEDIDA 7 X 9. PQT C/100 PIEZAS	PAQ C/100PZAS	2	4
426	204.040.27	BOLSA DE PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE, SELLADA, PARA RECOLECCION DE BEBIDAS Y/O ALIMENTOS PARA SU ESTUDIO BACTERIOLOGICO, WHIRL-PAK STOMACHER CAP. 24 OZ, (681mL) NASCO B01196WA	CAJA C/500PZAS	6	15
427	180.000.0178	BOLSA DE PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE, SELLADA, PARA RECOLECCION DE BEBIDAS Y/O ALIMENTOS PARA SU ESTUDIO BACTERIOLOGICO, WHIRL-PAK STOMACHER CAP. 55 oz. (1562.7mL), NASCO B01195WA.	CAJA C/500PZAS	6	15
428	204.040.26	BOLSA DE PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE, SELLADA, PARA RECOLECCION DE BEBIDAS Y/O ALIMENTOS PARA SU ESTUDIO BACTERIOLOGICO, WHIRL-PAK STOMACHER CAP. 69 oz. (2041mL), NASCO B01515WA.	CAJA C/500PZAS	1	1

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
429	180.255.0178	BOLSA DE PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE, SELLADA, CON ESPONJA SECA ESPECIAL, LIBRE DE BACTERIAS Y NO-INHIBIDOR, DE ESPUMA DE POLIETILENO (3,8 x 7,6 x 1,5 cm), PARA EL MUESTREO DE SUPERFICIE AMBIENTAL DE LAS AREAS DE TRABAJO, EQUIPOS, CADAVERES DE ANIMALES Y CUALQUIER OTRO LUGAR. CAP 18 oz. NASCO B01245WA	CAJA C/100PZAS	1	2
430	208	BOTELLA DE VACIO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, DE PARED GRUESA, BOCA ANCHA, DISEÑADAS PARA TRABAJO PESADO EN EL LABORATORIO. CON TAPA GRUESA CON JUNTAS TPE PARA GARANTIZAR UN SERVICIO A PRUEBA DE FILTRACION AL VACIO, BOTELLA PARA ASPIRADOR DE RESIDUOS CON TAPA LISA O CON UNA PUA PASAMUROS. CAPACIDAD 2 LTS PARA EQUIPO LAVADOR DE PLACAS MW-12A DE MINDRAY	1PZA	2	4
431	209	BOTELLA DE VACIO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, DE PARED GRUESA, BOCA ANCHA, DISEÑADAS PARA TRABAJO PESADO EN EL LABORATORIO. CON TAPA GRUESA CON JUNTAS TPE PARA GARANTIZAR UN SERVICIO A PRUEBA DE FILTRACION AL VACIO, BOTELLA PARA ASPIRADOR DE RESIDUOS CON TAPA LISA O CON DOS PUAS PASAMUROS. CAPACIDAD DE 2LTS VWR CAT.16210078.TAPADERA	1PZA	1	2
432	200.000.0025	BOTELLA DE VIDRIO AMBAR CAP.125ml BOCA ANCHA, C/TAPA DE BAQUELITA DE ROSCA	CAJA C/48PZAS	1	1
433	180.255.0187	BOTELLA DE VIDRIO TRANSPARENTE CON TAPA DE BAQUELITA DE ROSCA CAP 125ml, BOCA ANGOSTA, GRADUADAS.	CAJA C/48PZAS	1	2
434	180.255.0182	BOTELLA DE VIDRIO TRANSPARENTE CON TAPA DE BAQUELITA DE ROSCA CAP 250ml BOCA ANGOSTA, GRADUADAS	CAJA C/48PZAS	1	1
435	210	BOTELLA DE VIDRIO TRANSPARENTE CON TAPA DE BAQUELITA DE ROSCA CAP 2LTS, BOCA ANGOSTA, GRADUADAS. RESISTENTE A ESTERILIZACION	PZA	4	10
436	180.255.0183	BOTELLA DE VIDRIO TRANSPARENTE CON TAPA DE BAQUELITA DE ROSCA CAP 500ml, BOCA ANGOSTA, GRADUADAS.	CAJA C/24PZAS	2	4
437	080.148.0138	CAJA DE PETRI SENCILLA, DE PLASTICO, ESTERILES, DESECHABLES, MEDIDA DE 90x15mm. CAJA C/500 PIEZAS 080.148.0138	CAJA C/500 A 600PZAS	58	143
438	180.255.0006	CAJA DE VIDRIO PARA TINCION CON CANASTILLA METALICA PARA 50 PREPARACIONES (PORTAOBJETOS)	PZA	1	1
439	211	CAJA PARA CRIOTUBO. CONTENEDOR PARA ESPECIMENES, CAJA DE ALMACENAMIENTO EN FRIJO HASTA -186°C, CON CAPACIDAD DE 25 VIALES (0.5 A 2.0ml) DE POLICARBONATO. EN VARIOS COLORES CON TAPADERA TRANSPARENTE CON CUADRICULA. MARCA VWR 89236-032. MARCA ATLAS (BIOMALAB) CAT 3542.A	CAJA C/5PZAS	1	1
440	180.255.0149	CAMPANA DE Durham 6 x 50 mm, TUBO DE VIDRIO 6mmX50mm, REUSABLE. CAJA C/2000 PIEZAS 180.000.025300	CAJA C/20-100PZAS	13	32
441	533.203.0013	CANASTILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE VIDRIO, DE ALUMINIO. DIMENSIONES DE 15 x 15 x 15 cm. PIEZA 533.203.0013	1PZA	9	21

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
442	533.205.0112	CANASTILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RECTANGULAR, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE VIDRIO MEDIDAS APROXIMADAS DE 22.9 X 32.7 X 17.8cm VWR CAT 60905-380 533.205.0112	1PZA	9	21
443	200.000.0037	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 20cm X 35cm X 5cm.	1PZA	7	17
444	180.000.0156	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 49cm X 32cm. PIEZA 180.000.0156	1PZA	10	25
445	180.000.0155	CHAROLA DE POLIPROPILENO, DE ALTA RESISTENCIA, CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA, CAPACIDAD DE 3 GALONES.	1PZA	2	4
446	204.030.0277	CHAROLA QUANTY TRAY ENTEROLERT ENMTA 98-2137	CAJA C/100-97POZOS PZA	2	4
447	180.000.0203	CHAROLAS COLIERT ENMTA 98-207	CAJA C/100-51POZOS PZA	2	4
448	200.000.0038	CHAROLILLAS PARA PESADO DE POLIESTIRENO CON CAPACIDAD DE 150mL CAT.VWR 16005-130 CAJA CON 500 PIEZAS	CAJA C/500PZAS	1	1
449	200.000.0039	CHAROLILLAS PARA PESADO DE POLIESTIRENO CON CAPACIDAD DE 30mL	CAJA C/500PZAS	1	1
450	060.203.0207	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. Tamaño: 18 mm x 50 M. 060.203.0207	ROLLO C/1PZA	64	159
451	212	COLUMNA INFINITYLAB POROSHELL 120 EC-C18 3.0 X 150mm 2.7-MICRON MARCA AGILENT CAT 693975-302	PZA	1	2
452	180.255.0307	COLUMNA SUPERCLEAN LC SAX SPE-TUBES 3mL 500mg SIGMA CAT 57017	PAQ C/54PZAS	1	2
453	213	COLUMNA ZORBAX BONUS-RP RAPID RESOLUTION 4.6 X 150mm 3.5-MICRON MARCA AGILENT CAT 863668-901	PZA	1	2
454	214	COLUMNA ZORBAX ECLIPSE XDB-C18 ANALYTICAL 4.6 X 250mm 5-MICRON MARCA AGILENT CAT 990967-902	PZA	1	1
455	215	CRITOTUBO 0.5mL DE POLIPROPILENO. Estériles, LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS, CON TAPA DE ROSCA CON ANILLO DE SELLADO, TUBO DE POLIPROPILENO TIPO EPPENDORF (criotubo), CAP 0.5mL, FONDO CONICO CON FALDA, MARCA NEPTUNE CAT 3470.X	PAQ C/5000 PZAS	2	3
456	080.909.6480	CRITOTUBO PLASTICO DE 1.8 A 2.0mL. Estériles, LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS, CON TAPA DE ROSCA CON ANILLO DE SELLADO, TUBO DE POLIPROPILENO TIPO EPPENDORF (criotubo), CAP 1.8 - 2 ML, FONDO CONICO CON FALDA, MARCA NEPTUNE 3102.X	PAQ HASTA C/1000PZAS	3	6
457	180.000.0225	CRONOMETRO CALIBRADO	PZA	3	6
458	180.255.0021	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE, CAP 15 LTS. CON ASA. PIEZA	1PZA	4	8
459	180.255.0207	CUCHILLO FLEXIBLE 6", DE ACERO INOXIDABLE, CHEF'S REVIEW 1.1	1PZA	4	10
460	080.286.0072	DENSITOMETRO TDM, DENSIDADES 1.10-1.20 (PARA MEDIR DENSIDAD DE SULFATO DE ZINC) 080.286.0072	1PZA	1	1
461	180.000.0158	DESCONCHADORES DE ACERO INOXIDABLE PARA OSTION MANGO DE PLASTICO	1PZA	8	20
462	204.040.28	EMBUDO DE VIDRIO DE 15CM DE DIAMETRO TALLE CORTO	1PZA	2	4
463	180.255.0010	EMBUDO DE VIDRIO DE 15CM DE DIAMETRO TALLE LARGO 150 mm	1PZA	1	2
464	537.370.0110	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE 15X21CM MANGO MADERA LARGO	1PZA	2	5

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
465	180.255.0136	ESTACIONES PARA TRABAJO EN FRIO PARA TUBOS CONICOS. PCR COOLER EPPENDORF CAT. 022510509 O 3881 000.015 PARA LA PROTECCION, EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE MUESTRAS SENSIBLES, ASI COMO PARA DETENER REACCIONES DE MANERA SEGURA, IDEAL PARA PREPARACIONES DE PCR, PUEDE ALOJAR PLACAS PCR DE 96 POCILLOS, TIRAS PCR Y TUBOS PCR DE 0.2ml Y 0.5ml. LA TECNOLOGIA DE INCUBACION EN SECO ELIMINA EL RIESGO DE CONTAMINACION QUE TIENE LA CLASICA INCUBACION EN BAÑO DE HIELO. MANTIENE FRIA UNA PLACA DE 96 POCILLOS DE PCR DURANTE MAS DE UNA HORA A 0°C (CON UN PREENFRIAMIENTO DE DOS HORAS A 20°C). DISPONE DE INDICACION DE TEMPERATURA: EL COLOR DEL PCR-COOLER CAMBIA CUANDO LA TEMPERATURA SUPERA LOS 7°C (VIOLETA O	CAJA C/2PZAS	1	2
466	219	FILTRO DE BLOCK DE CARBON PARA PRE-TRATAMIENTO, UTILIZADO EN EQUIPO ELIX ADVANTAGE, MARCA HYDRONIX CAT.CB-25-1010	PZA	10	24
467	220	FILTRO PARA PRE-FILTRACION DE OSMOSIS INVERSA Y POST FILTRACION. UTILIZADO EN EQUIPO ELIX ADVANTAGE. FILTRO DE POLIPROPILENO, DIMETRO DE 2.5 PULG. 5 MICRONES. MARCA HYDRONIX CAT SDC-25-1005	PZA	10	24
468	080.614.0026	FILTROS DURAPORE MILLEY-GV FILTRO MILLEY-GV DE 0.22MILIMICRAS (CAT. SLGV033RS)/ SPARE MEMBRANE FILTER DE 0.2µm, ESTERIL, PTFE, HYDROPHOB MARCA BRAND CAT 265 30 080.614.0026	CAJA C/50PZAS	4	9
469	180.255.0220	FRASCO AMBAR BOCA ANGOSTA CON TAPA DE ROSCA DE BAQUELITA CAP 1000ml CAT BRAND 704018	1PZA	1	1
470	080.431.0043	FRASCO DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 1LT, BOCA ANCHA, TAPA DE ROSCA	1PZA	1	2
471	200.000.0071	GRADILLA AESXY0074RACK PARA 96 TUBOS DIAMETRO DE 14mm, PARA USO CON XY500	1PZA	1	2
472	200.000.0072	GRADILLA DE ALAMBRE CON CUBIERTA DE RESINA EPOXICA. RESISTENTE A LA CORROSION Y ALTAS TEMPERATURAS CON CAPACIDAD PARA 40 TUBOS DE 12 X 75	1PZA	3	6
473	204.040.0158	GRADILLA DE ALAMBRE recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 90 tubos 12 X 75 mm de diámetro. PIEZA 204.040.0158	1PZA	2	5
474	200.000.0304	GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 180 TUBOS DE 10X13mm DE DIAMETRO. DISTRIBUCION DE 9 A 12 TUBOS PIEZA	1PZA	1	2
475	200.000.0076	GRADILLA DE POLIPROPILENO, PARA TUBO CONICO DE 50ml Y 15ml, DIMENSIONES 4 X 5 TUBOS (20 DE 25X200) Y 13 X 100 TUBOS (6 X 5 DE 13 X 100) CAT CRM GLOBE PH 1013 Fácil de armar bastidores polipropileno enganchan de forma segura. Diseñado para su uso en baños de agua estable. Características alfanuméricas ayudas red de referencia para la identificación de tubo. Autoclavable. 207 x 171 x 61 mm. PIEZA	1PZA	1	1
476	533.461.0010	GRADILLA DE POLIPROPILENO, Resistente a la esterilización por vapor, Para tubos de: 20 mm de diámetro o mayores, CAP 40 TUBOS CAT. 14-809B FISHERBRAND	1PZA	14	35

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
477	221	GRADILLA ENFRIADORA REVERSIBLE, PARA 20 MICROTUBOS DE 2.0ml Y EL OTRO LADO PARA TUBO DE 0.5ml, PROTECCION TERMICA CONSISTENTE, RELLENAS CON GEL INERTE NO TOXICO, PARA MANTENER TEMPERATURA DE 0°C POR 3 HRS. DIMENSIONES 108X172X104mm. CON TAPA TRANSPARENTE. MARCA ATLAS (BIOMALAB) CAT 5610-40	PZA	3	6
478	222	GRADILLA PARA 80 MICROTUBOS DE 1.6-2ml DE 11mm DE DIAMETRO, DE POLIPROPILENO, DIMENSIONES DE 226-67-28mm, (8.9"X2.6"X1.1"), PARA ALMACENAMIENTO A -80°C, ESTERILIZABLE, ETIQUETADA NUMERICAMENTE. PAQC/5PZAS DE COLORES VARIOS. MARCA ATLAS (BIOMALAB) CAT 3580.A, MCA VWR 82024-479	CAJA C/5PZAS	1	1
479	223	GUARDA COLUMNA ECLIPSE XDB-C18 ANALYTICAL GUARD COLUMN 4.6 X 12.5 mm 5-MICRON MARCA AGILENT CAT 820950-925	PZA	2	3
480	224	GUARDA COLUMNA HARWARE KIT HIGH PRESS, MARCA AGILENT CAT 820999-901	PZA	1	2
481	225	HIELERA C/CAJA PARA ENVIO. HIELERA DE FOAM (UNICEL) MEDIDAS APROX ANCHO 21cm X LARGO 30.5cm X ALTO 22cm Y MEDIDAS DE CAJA APROX DE 24cm ANCHO X 33cm LARGO X 24cm ALTO	KIT	40	100
482	278	JAULA DE PLASTICO CON BEBEDERO PARA RATONES. JAULA P/RATON DE POLICARBONATO, ESTERILIZABLE, CON REJILLA DE ACERO INOXIABLE	1PZA	4	10
483	226	LAMINILLA PORTAOBJETO CON TEFLON, 8 POSILLOS DE 6mm DIAMETRO. RESISTENTES A QUIMICOS Y ESTERILIZABLES. SUPERFICIE DEL POZO 100% HUMECTABLE.	CAJA C/72 PZAS	2	3
484	180.255.0138	LAMPARA DE MERCURIO PARA MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA, MARCA OLYMPUS MODELO U-RFL-T	1PZA	1	1
485	227	LENES DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL, ADECUADOS PARA COLOCARLOS ENCIMA DE LAS GAFAS DE AUMENTO. MCA VWR CAT 89187-988	PAQ C/10PZAS	1	1
486	531.438.0014	LENES PARA PROTECCION PERSONAL	1PZA	6	15
487	535.618.1411	MANGO PARA BISTURI, CORTO NO.4	1PZA	1	1
488	200.000.0092	MANGUERA AES PP0033, 6.4mm DE DIAMETRO	1PZA	1	2
489	080.909.5383	MANGUERA PARA CONEXIÓN DE GAS AL MECHERO, DE HULE LATEX, COLOR AMBAR, DIAMETRO INTERIOR 7mm (1/4) ESPESOR 3mm.080.909.5383	METRO	5	12
490	228	MANGUERA, SET DE MANGUERA COMPLETO, TUBO DE 3.2mm PARA BOMBA PM05 PARA USO XY 500	SET	1	1
491	204.040.0113	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLNMEYER, PARA VOLUMEN DE 250mL 204.040.0113	1PZA	8	20
492	230	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO AMBAR VOLUMETRICO 50 mL PARA MED. EXACTA, CUELLO LARGO, BOCA ANGOSTA CON TAPON ESMERILADO, CAP 50mL CLASE A Y CERTIFICADO DE CALIDAD	PZA	4	10
493	231	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO VOLUMETRICO 50mL COLOR AMBAR PARA MED. EXACTA, CUELLO LARGO, BOCA ANCHA CON TAPON ESMERILADO, CAP 5mL CLASE A Y CERTIFICADO DE CALIDAD	PZA	4	10

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
494	232	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO VOLUMETRICO 50mL COLOR AMBAR PARA MED. EXACTA, CUELLO LARGO, BOCA ANGOSTA CON TAPON ESMERILADO, CAP 50mL CLASE A Y CERTIFICADO DE CALIDAD	PZA	4	10
495	204.040.0182	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLLENMEYER, PARA VOLUMEN DE 1000mL. PYREX O BRAND PIEZA 204.040.0182	1PZA	8	20
496	080.602.0558	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLLENMEYER, PARA VOLUMEN DE 2000mL 080.602.0558	1PZA	5	11
497	080.602.0541	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLLENMEYER, PARA VOLUMEN DE 500mL 080.602.0541	1PZA	8	20
498	180.255.0243	MATRAZ REDONDO DE VIDRIO REFRACTARIO VOLUMEN 2000mL, FONDO PLANO	PZA	2	3
499	180.255.0240	MATRAZ REDONDO DE VIDRIO REFRACTARIO, VOLUMEN 1000mL, FONDO PLANO	PZA	1	2
500	533.604.0042	MECHERO DE METAL INOXIDABLE, CON QUEMADOR TIPO BUNSEN. CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA. ALTURA 14cm.	1PZA	1	2
501	180.255.0167	MEMBRANA DE FILTRACION DE 0.45 UM. SOLUCIONES ACUOSAS, 47MM. FISHER SCIENTIFIC 09-719-2E./MFR.NO. SA1J792H5	PAQ C/100PZAS	1	2
502	180.255.0167.1	MEMBRANA DE FILTRACION DE 0.45 UM. SOLUCIONES ORGANICAS, 47MM. MARCA AGILENT 9301-0895	PAQ C/100PZAS	1	2
503	233	MINI-PROTEAN, BARRAS DE SUSTITUCION PARA EL SOPORTE DE FUNDICION PARA USO CON SISTEMA DE ELECTROFORESIS. MINI-PROTEAN 3 SYSTEM GASKETS. MARCA BIORAD CAT 1653305	PAQ C/2 PZAS	1	2
504	180.255.0139	MINI-PROTEAN, PLACA CORTA PARA SISTEMA Y CAMARA MULTICAST. MINI PROTEAN SHORT PLATES, MARCA BIORAD CAT 1653308	CAJA C/5 PZAS	1	1
505	234	MINI-PROTEAN, PLACAS ESPACIADORAS PARA LA FUNDICION DE GEL CON EL SISTEMA DE ELECTROFORESIS, MINI-PROTEAN 3 SYSTEM GLASS PLATES. MARCA BIORAD CAT 1653310	CAJA C/5 PZAS	1	1
506	235	MINI-PROTEAN, SISTEMA DE PEINES PARA CAMARA DE ELECTROFORESIS. MINI-PROTEAN SYSTEM COMB, 10 WELL (CON 5 PEINES DE 0.75mm) MARCA BIORAD CAT 1653354	CAJA C/5 PZAS	1	2
507	080.626.0329	MORTERO DE PORCELANA DE APROX.115mm DE DIAMETRO Y 70mm DE ALTURA CAT.VWR89038-150	1PZA	2	3
508	200.000.0103	PAPEL ALUMINIO, PARA CUBRIR PEQUEÑA SUPERFICIES COMO VASOS DE PRECIPITADO, MATRACES, TUBOS Y PLACAS PETRI. IDEAL PARA LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE, CONGELACION, INCUBACION, PROTEGIENDO MATERIALES DEL LABORATORIO, REVESTIMIENTO, SELLADO Y EL ALMACENAMIENTO GENERAL. ANCHO 153mm DE APROX 7A	ROLLO C/1PZA	4	10
509	180.000.0169	PAPEL FILTRO WHATMAN NO. 1, CAJA CON 100 HOJAS, diametro 110mm	CAJA C/100PZAS	1	2
510	080.681.1105	PAPEL Parafinado (Parafilm). a prueba de humedad, semitransparente, estirable e inerte de 5 cm de ancho y 760 cm de longitud. 0806811105	ROLLO C/ 7.6MTS	7	16

[Handwritten signature and initials]

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
511	180.000.036000	PERFORADOR Diff Safe, PARA TAPON HEMOGARD BD Vacutainer (366005)- PARA PREPARACION DE EXTENSIONES SANGUINEAS DIREFENCIALES. PQT C/100 PIEZAS	PAQ C/100PZAS	18	45
512	200.000.0111	PERILLA DE SEGURIDAD	1PZA	1	2
513	180.000.0153	PILAS PARA DATALOGGER. BATERIA DE 3.6 V #BATT-2/3AA MARCA TADIRAN	1PZA	5	12
514	254.002.07300	PINZA ADSON SIN DIENTES, LONGITUD 110 A 120 MM, FISHERBRAND CAT. 08-887, MICRO ADSON DE ACERO INOXIDABLE	1PZA	1	2
515	180.000.0160	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, DE ACERO INOXIDABLE, CON PUNTA REDONDA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 15CM CAT. 82027-379	1PZA	3	7
516	909.000.9011	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, DE ACERO INOXIDABLE, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 13-14 CM. FISHERBRAND CAT. 08-890	PZA	4	10
517	236	PINZA DE DISECCION PUNTA FINA, 11.4 CM (4.5") DE LONGITUD. DE ACERO INOXIDABLE	PZA	2	5
518	535.702.4145	PINZA RECTA, CON DIENTES 2X3, LONGITUD DE 140-150mm	1PZA	4	10
519	200.000.0122	PIPETOR MANUAL DE PLASTICO DURO, CON CAPACIDAD DE 0.2ml COLOR AMARILLO, RESISTENTE A LOS ACIDOS Y ALCALIS VWR CAT 53502-211	1PZA	1	1
520	180.255.0023	PIZETA (FRASCO LAVADOR) DE POLIETILENO CON DISPENSADOR EN LA ROSCA 500 ML, CAT VWR 16651-187. BRAND CAT.144083	PZA	9	21
521	080.431.0183	PIZETA. FRASCO LAVADOR DE POLIETILENO, CON TUBO LATERAL, PIZETA. PARA EXPULSAR LIQUIDOS A PRESION, AFORAR, LAVAR, TEÑIR, ETC. CON CAP DE 250 ML, 080.431.0183	PZA	1	2
522	180.255.0260	PLACA DE VIDRIO GRUESO, TRANSPARENTE DE 25cm X 25cm, CON 36 CUADROS DE MEDIDA DE 3.5X3.5 PARA PRUEBA DE REACCIONES FEBRILES	1PZA	6	15
523	204.040.0063	PROBETA DE 1000ml DE VIDRIO, GRADUADAS, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD, MARCA ANULAR EN LOS PUNTOS PRINCIPALES, CON PICO Y PIE HEXAGONAL CLASE A CON CERTIFICADO DE CALIDAD MARCA BRAND CAT 32762	1PZA	6	15
524	200.000.0141	PROBETA DE 50ml DE VIDRIO, GRADUADAS, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD, MARCA ANULAR EN LOS PUNTOS PRINCIPALES, CON PICO Y PIE HEXAGONAL CLASE A CON CERTIFICADO DE CALIDAD BRAND CAT 32728,	1PZA	2	5
525	080.733.0238	PROBETA DE POLIMETILPENTANO (PLASTICO) CON CAPACIDAD DE 1000ml, GRADUADA, CON DIVISION DE 10ml, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, ESTERILIZABLES, PICO Y BASE HEXAGONAL. RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS. CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD. MARCA BRAND CAT 35162	1PZA	7	16
526	200.000.0143	PROBETA DE POLIMETILPENTANO (PLASTICO) CON CAPACIDAD DE 100ml, GRADUADA, CON DIVISION DE 1ml, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, ESTERILIZABLES, PICO Y BASE HEXAGONAL. RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS. CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD. MARCA BRAND CAT 35138	1PZA	7	16

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
527	200.000.0144	PROBETA DE POLIMETILPENTANO (PLASTICO) CON CAPACIDAD DE 250mL, GRADUADA, CON DIVISION DE 2mL, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, ESTERILIZABLES, PICO Y BASE HEXAGONAL. RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS.CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD . MARCA BRAND CAT 35148	1PZA	1	2
528	180.255.0154	PROBETA DE POLIMETILPENTANO (PLASTICO) CON CAPACIDAD DE 500mL, GRADUADA, CON DIVISION DE 5mL, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, ESTERILIZABLES, PICO Y BASE HEXAGONAL. RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS.CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD. MARCA BRAND CAT 35154	1PZA	6	15
529	200.000.0146	PROBETA DE POLIMETILPENTANO (PLASTICO) CON CAPACIDAD DE 50mL, GRADUADA, CON DIVISION DE 1mL, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, ESTERILIZABLES, PICO Y BASE HEXAGONAL. RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS.CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD. MARCA BRAND CAT 35128	1PZA	2	5
530	200.000.0148	PUNTAS PD, ESTERILIZADAS, DE DESPLAZAMIENTO DIRECTO PLASTIBRAND, ESTERILIZADAS, EN PAQ INDIVIDUAL, CAP 12.5mL, CAT 702692, MARCA BRAND PARA DISPENSADOR DIGITAL HANDY STEP, QUE SE TIENE EN EL LABORATORIO	CAJA C/100PZAS	2	5
531	490	RATONES CON PESO DE 19-21 GRS	1PZA	600	1500
532	204.040.0208	SEDI RATE AUTOZERO WESTERGREEN ERS SYSTEM, PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR CAT.3469 204.040.0208	EQUIPO C/100 PBAS	2	3
533	180.000.0171	Tamiz (cedazo) # 10, de alambre de acero inoxidable y el marco para una mayor resistencia a la corrosión. Alta durabilidad y resistencia al desgaste. Menos probabilidad de contaminación de la muestra metálica. Grueso completo y malla fina se extienden hasta 20µm (0,0008 ") Construcción robusta con el grano de la soldadura en ángulo recto entre la tela y bastidor de alambre para evitar que las partículas queden atrapadas Diámetro... 20,3 cm (8"). Altura con 5,08 cm (2 ") de profundidad al cable. Con número de serie trazable y certificado de cumplimiento con la norma ASTM aplicables E-11 e ISO, VWR CAT 57334-442	PZA	4	10
534	180.255.0140	TAPA PARA PLACA OPTICA TIRA CON 8 TAPAS OPTICAS PLANAS. LIBRES DE DNA/RNA/Rnasas, APPLIED BIOSYSTEMS CAT. NO. 4323032 CAJA C/300 PZAS	CAJA C/300PZAS	3	6
535	200.000.0309	TAPETE DE DESCANSO, PROTECTOR ANTIDERRAPANTE, 100% HULE DE NITRILO, RESISTENCIA ANTIDERRAPANTE SUPERIOR. ORIFICIOS DE DRENAJE DE 5/8" PARA FLUJO FACIL DE LIQUIDOS Y RESIDUOS. TRATAMIENTO ANTIMICROBIOS. RESISTENTE A LOS OLORES, DISEÑO CON PATRON DE CRUZ QUE PROPORCIONA TRACCION. MEDIDA 2' X 3' GROSOR DE 7/16"	PZA	2	3
536	255.50146	TAPON 00 DE HULE PARA TUBO 12X100	PAQ C/1KG	1	2
537	255.501.47	TAPON 000 DE HULE	PAQ C/1KG	1	2
538	204.040.0156	TUBO DE POLIESTIRENO ESTERIL, FONDO REDONDO, CON TAPA DE ROSCA, MEDIDA 13 X 100mm, TUBO FALCON 8mL. 204.040.0156	PAQ C/125 PZAS	13	32

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
539	080.909.6472	TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO DE 12 x 75 mm, USO COMUN	CAJA C/250 TUBOS	48	120
540	080.909.0541	TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO DE 13 X 100 mm, USO COMUN	CAJA C/250 TUBOS	24	60
541	180.255.0133	TUBO DE VIDRIO PARA CULTIVO 16 X 100mm, CON TAPA DE ROSCA DE BAQUELITA	CAJA C/144 TUBOS	2	4
542	204.040.0049	TUBO DE VIDRIO PARA CULTIVO 16 X 150mm, CON TAPA DE ROSCA DE BAQUELITA	CAJA C/144 PZAS	15	36
543	180.255.0145	TUBO DE VIDRIO PARA CULTIVO 20 X 150mm CON TAPA DE ROSCA DE BAQUELITA	CAJA C/96 PZAS	5	11
544	200.000.0163	TUBO DE VIDRIO PARA CULTIVO 25 X 200mm CON TAPA DE ROSCA DE BAQUELITA	CAJA C/48PZAS	1	1
545	180.255.0130	TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 x 75 mm) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (7.2mg) APLICADO POR ASPERSION EN LA PARED DEL TUBO, TAPON LILA CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.0mL. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS. Ref 368171 204.040.0059	CAJA C/100 TUBOS	40	100
546	204.040.0060	TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCIÓNPara la toma y recolección de sangre, por punción capilar. De polipropileno translúcido con EDTA y perlas mezcladoras. Tapón lila, volumen de drenado 500 µL EDTA 22-33 mg, MARCA BD-CAT 365974 204.040.0060	BOLSA C/50 TUBOS	7	16
547	080.235.095900	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 x 100 mm) DESECHABLE, SIN ANTICOAGULANTE, TAPON AMARILLA CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 5 ml (+0.3 ml) RECUBRIMIENTO DE PARTICULAS DE SILICE 0.07-020mg POR TUBO, GEL SEPARADOR INERTE 1.0gr POR TUBO. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. TAPA AMARILLA SST Ref 368159 080.235.095900	PAQ C/100 TUBOS	40	100
548	180.255.0129	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (16 x 100 mm) DESECHABLE, SIN ANTICOAGULANTE, TAPON ROJO CON NEGRO CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 8 ml (+0.3 ml) GEL SEPARADOR INERTE 1.0gr POR TUBO. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL.	CAJA C/100 TUBOS	40	100
549	180.000.0174	TUBOS CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO 12X75, DESECHABLE, FONDO REDONDO, PARA USO EN EQUIPO AUTOMATIZADO VITEK CAJA C/1000 PZAS REF VK2 C 2461 180.000.0174	CAJA C/1000PZAS	3	6

**PAQUETE 10
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**

NO. PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMO	CANTIDAD MAXIMA
550	180.000.0117	TUBOS VIALES PARA CONGELAR SUERO. TUBO PARA MICROCENTRIFUGA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, PARA SOPORTAR LOS RIGORES DE LABORATORIO, CERTIFICADO CE EN CADA PRODUCTO, ETIQUETADO IVD, Y CERTIFICADO LIBRE DE DNasa, RNasa y endotoxinas (pirógenos). CON TAPA PLANA, DE FACIL APERTURA Y CIERRE. FONDO CONICO. CAPACIDAD DE CAP 600uL, PREESTERILIZADOS. COLOR AMBAR, CON CAP 600uL, CON TAPA Y SELLO DE SEGURIDAD, 180.000.0117	PAQ C/10-100PZAS	1	1
551	237	VARILLA MAGNETICA PARA RETIRAR AGITADOR MAGNETICO, NUCLEO MAGNETICO COMPLETAMENTE ENCAPSULADO EN PTFE, GRAN FUERZA MAGNETICA Y LARGA DURACION, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 270°C MEDIDA 350mm X 8mm MARCA BRAND CAT 137720	PZAS	2	3
552	080.933.0012	VARILLAS DE VIDRIO BLANDO DE 91cm DE LONGITUD Y 6.4mm DIAMETRO	1PZA	6	15
553	080.951.045600	VASO DE COPLIN DIMENSIONES 110X16mm CINCO MUESCAS	1PZA	4	8
554	204.040.0073	VASO DE PLASTICO NO ESTERIL PARA RECOLECCION DE MUESTRAS CON CAPACIDAD DE 100mL	CAJA C/500 PZAS	8	20
555	204.040.0072	VASO DE PLASTICO, CON TAPA DE ROSCA, PARA RECOLECCION DE MUESTRAS, ESTERIL, CON CAPACIDAD DE 120mL	CAJA C/500 PZAS	8	18
556	080.951.0639	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROX. CAP 500mL	PZA	2	5
557	200.951.0613	VASO DE PRECIPITADO, DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS, CAP 250mL	PZA	2	4
558	204.040.0101	VASO LICUADORA DE ACERO INOXIDABLE CON CAP.1 LT CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA WARING PROD. DIC.TORRINGTON CAT. NO. SS610	PZA	20	48
559	180.000.0167	VIDRIO DE RELOJ DE 125mm DE DIAMETRO	PZA	3	7
560	238	FILTRO MILLIPAK EXPRES 40 FILTER MPGPO4001	PZA	2	4
561	239	FILTRO MODULO DE PRETRATAMIENTO PROGAR 2 PROGOT052	PZA	2	3
562	240	FILTRO DE VENTEO MARCA MILLIPAK CAT. TANKMPK01	PZA	2	3
563	241	VERNIER. PARA MEDICION. CALIBRADO	PZA	1	1
564	080.709.0352	PIPETA DE PLASTICO, SEROLOGICA DE 2mL, ESTERIL, CON SUBDIVISIONES DE 0.01, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE CON TAPON DE SEGURIDAD (ALGODÓN), EN PAQUETE INDIVIDUAL, CAJA CON 200 O 500 PZAS	CAJA C/500PZAS	2	3
565	242	Lampara UV PARA EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA ELIX UV, MARCA MERCK- MILLIPORE, CATALOGO: 2LXUVLP01	PZA	1	1
566	243	LAMPARA UV, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA USO DE LABORATORIO, 304 DE 1 A 100 GPM (GALONES POR MINUTO) CON RANGO DE OPERACIÓN (gpm), CONEXIÓN 1/4", CONSUMOS DE ENERGIA/BULBO 14W. MARCA POLARIS SCIENTIFIC, MODELO: UV-2C	PZA	1	1
567	180.225.0001	PISTILO PARA MICROTUBO DE 1.5mL PISTILOS (MAJAS) DESECHABLES, ESTERILES, LIBRES DE RNasa, DNasa Y LIBRE DE PIROGENOS. ENVUELTOS EN PAQUETE INDIVIDUAL, LONGITUD DE 70mm. VWR.- CAT. KT-749521-1591	PAQ C/100PZAS	1	1

9.- SE SUSTITUYE EL PAQUETE 11 COFEPRIS PARA QUEDAR COMO SIGUE:

PAQUETE 11					
COFEPRIS					
NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	080.610.1200	Medio de cultivo	AGAR BASE SANGRE, FCO. C/450 Ó 500 GRS. PARA AISLAR E INVESTIGAR LA ACTIVIDAD HEMOLITICA DE MICROORGANISMOS EN PLACA. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.610.1200	1	2
2		CEPAS	Cepa Geobacillus Stearothermophilus var calidolactis ATCC 10149. Pqt c/2	1	1
3		Reactivos	Penicillin G potassium united states Pharmacopeia. 200 mg SIGMA. Sg1502508	1	1
4		Papel filtro	Discos de papel de 12.7 mm de diámetro (Schleicher & Schuell 740 E) o equivalentes. Grade 740E, size 12.7 mm. SIGMA-ALDRICH. Paquete con 1000	1	1
5		Reactivos	BETA LACTAMASA. 100 UNT. SGP4524. SIGMA	2	3
6		Medio de cultivo	Caldo soya tripticasa (CST) sin dextrosa. Bacto 286220 FRASCO CON 500 G	1	2
7		Medio de cultivo	Agar indicador PM, FRASCO CON 500 G, SIGMA-ALDRICH CATALOGO 17186	1	2
8		vernier	Vernier. Instrumento de medición calibrado.	1	1
9		Colorante	safranina frasco con 10 g	1	1
10		Colorante	verde de malaquita frasco con 25 g	1	1
11	180.000.026500	Medio de cultivo	CALDO LAURIL TRIPTOSA (caldo sulfato de laurilo) CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. MARCA MERCK CAT. 1.10266.0500 180.000.026500	3	7
12	180.000.005000	Muestras control de calidad	MUESTRA MATRIZ AGUA	2	3
13	180.255.0149	Campanas Durham	CAMPANA DE Durham 6 x 50 mm, TUBO DE VIDRIO 6mmX50mm, REUSABLE. CAJA C/2000 PIEZAS 180.000.025300	6	15
14	204.040.0182	Matraz	MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION APROXIMADA Y CON LABIO TIPO ERLNMEYER, PARA VOLUMEN DE 1000mL. PYREX O BRAND PIEZA 204.040.0182	4	10

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
15	1	Frascos vidrio	FRASCOS DE VIDRIO DE BOCA ANCHA CON TAPA DE BAQUELITA. 250 ML AUTOCLAVEABLES	4	10
16	080.709.0337	Pipetas bacteriológicas estériles Fisher scientific	PIPETA DE PLASTICO, SEROLOGICA DE 5mL, ESTERIL, CON SUBDIVISIONES DE 0.1, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE CON TAPON DE SEGURIDAD (ALGODÓN), EN PAQUETE INDIVIDUAL, CAJA CON 200 O 500 PZAS 080.709.0360	20	48
17		Frascos vidrio	Frascos de vidrio de boca ancha. Corning. Bottle, Milk Mouth GPI 40-400. 12 Pack, 48 case. Lote 15717033	1	2
18	180.000.026100	Micropipeta	Singke chanel pipettes, electronic, variable volume. 100 a 5000 microlitros VWR. Con certificado de calibración.	1	1
19		Medio de cultivo	CALDO GLUTAMATO MODIFICADO CON MINERALES. OXOID. FRASCO DE 500 G	1	1
20		Tubo para pipetas	Tubos para esterilizar pipetas. De acero inoxidable. Autoclaveable. Diametro de 65 mm. Longitud de 40 a 50 cm	4	10
21	3	Pipetas graduadas	Pipetas graduadas, Tipo 2, vaciado total BLAUBRAND®, 10 ml clase AS, volumen nominal arriba, certificadas de conformidad Vidrio AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Ajustadas por vertido 'EX'. Un certificado de lote incluido. 12 unidades por embalaje	2	3
22	080.610.2570	Medio de cultivo	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS 2%(CVBB 2%) BD BIOXON, CAT. 211500, CONFIRMAR LA DETECCION DE COLIFORMES EN AGUA, LECHE Y DERIVADOS LACTEOS. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.610.2570	1	2
23	4	Pipetor eléctrico	PIPETOR ELECTRICO ACC-JET-PRO BRAND 2633	2	3
24	180.255.0289	Tubo de vidrio	TUBO DE VIDRIO PARA CULTIVO 20 X 150mm, CON TAPA DE ROSCA DE BAQUELITA, CAJA C/250 PZAS.	1	2
25	204.040.0112	Pipetas serológicas bacteriológicas estériles	PIPETA DE VIDRIO SEROLOGICA DE 10mL, PIPETA GRADUADA, TIPO 3, VACIADO TOTAL, CLASE AS, PUNTO 0 ARRIBA, CERTIFICADA DE CONFORMIDAD, CON EXTREMO SUPERIOR PARA TAPON DE ALGODON, DE VIDRIO PARA MEDIR VOLUMEN DE 10mL, CON SUBDIVISIONES DE 0.1mL, CLASE A Y CON CERTIFICADO DE CALIDAD. MARCA BRAND CAT 27713	2	5

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
26	180.000.0179	Rejillas transportadoras	CANASTILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO RECTANGULAR PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE VIDRIO 22.9X32.7X17.8 VWR CAT 60905-380	2	5
27	080.148.0138	Cajas Petri desechables	CAJA DE PETRI, DE PLASTICO, ESTERILES, DESECHABLES, MEDIDA DE 90x15mm. CAJA C/500 PIEZAS 080.148.0138	19	47
28	180.000.0164	Probetas	PROBETA DE 250mL DE VIDRIO, GRADUADAS, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD, MARCA ANULAR EN LOS PUNTOS PRINCIPALES, CON PICO Y PIE HEXAGONAL, CLASE A CON CERTIFICADO DE CALIDAD BRAND CAT 32748,	4	10
29	180.000.0165	Probetas	PROBETA DE 500mL DE VIDRIO, GRADUADAS, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD, MARCA ANULAR EN LOS PUNTOS PRINCIPALES, CON PICO Y PIE HEXAGONAL CLASE A CON CERTIFICADO DE CALIDAD BRAND CAT 32754,	4	10
30	080.709.0378	Pipetas bacteriológicas estériles	PIPETA DE PLASTICO, SEROLOGICA DE 10mL, ESTERIL, CON SUBDIVISIONES DE 0.1, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE CON TAPON DE SEGURIDAD (ALGODÓN), EN PAQUETE INDIVIDUAL, CAJA CON 200	12	30
31	080.709.0311	Pipetas bacteriológicas estériles	PIPETA DE PLASTICO, SEROLOGICA DE 1mL, ESTERIL, CON SUBDIVISIONES DE 0.01, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE CON TAPON DE SEGURIDAD (ALGODÓN), EN PAQUETE INDIVIDUAL, CAJA DE 600 PZAS	4	10
32	180000153	Baterias para Data Logger	PILAS PARA DATALOGGER 1800-00153	3	7
33	5	Data logger	DATA LOGGER, MODELO EL-USB-1-PRO. CON PILAS DE REPUESTO	1	2
34	180.255.0283	Termómetro de inmersión	TERMOMETRO INMERSION TOTAL DE -20 A 150°C, CON INTERVALOS DE 1 GRADO. EN VIDRIO. CERTIFICADO DE CALIBRACION	2	3
35	180.255.0284	Termómetro de inmersión	TERMOMETRO INMERSION PARCIAL DE -20 A 150°C, CON INTERVALOS DE 1 GRADO. EN VIDRIO. CERTIFICADO DE CALIBRACION	2	3
36	180.000.0154	Termómetro de inmersión	TERMOMETRO liquido de vidrio Alla France ASTM 64C. DE INMERSION TOTAL. Con escala de 0 grados C. Con rango de 25 grados C a 55 grados C.	1	2

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
			Divisiones de escala de 0.1 grados C.		
37	180.000.0155	Charolas de plástico	CHAROLA DE POLIPROPILENO, DE ALTA RESISTENCIA, CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA, CAPACIDAD DE 3 GALONES.	3	6
38	200.000.0123	Pipetores	PIPETOR MANUAL DE PLASTICO DURO, CON CAPACIDAD DE 10mL, COLOR VERDE, RESISTENTE A LOS ACIDOS Y ALCALIS VWR 53502-233	4	8
39	200.000.0124	Pipetores	PIPETOR MANUAL DE PLASTICO DURO, CON CAPACIDAD DE 2mL, COLOR AZUL, RESISTENTE A LOS ACIDOS Y ALCALIS CAT VWR 53502-222	4	8
40	180.000.0163	Probetas	PROBETA DE 100mL DE VIDRIO, GRADUADAS, CLASE A, CON CERTIFICADO DE CALIDAD, MARCA ANULAR EN LOS PUNTOS PRINCIPALES, CON PICO Y PIE HEXAGONAL CLASE A CON CERTIFICADO DE CALIDAD BRAND CAT 32738	4	10
41	180.000.0167	Vidrios de reloj	VIDRIO DE RELOJ DE 125mm DE DIAMETRO	4	10
42	180.000.000600	Medio de cultivo	CALDO EC (E.COLI) CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 180.000.000600 BD DIFCO, CAT. 231430	2	3
43	080.610.0921	Medio de cultivo	CALDO EC CON MUG (E.COLI) CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.610.0921 BD DIFCO, CAT. 222200	1	1
44	080.610.2448	Medio de cultivo	AGAR TCBS (TIOSULFATO, CITRATO, SALES BILIARES, SACAROSA), MEDIO PARA EL AISLAMIENTO SELECTIVO DE VIBRIOS ENTEROPATOGENOS. CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.610.2448	8	20
45	080.829.2346	Medio de cultivo	CALDO UREA (DE STUART) BD BIOXON. COD.221 500, DIFERENCIACION DE GENEROS Y ESPECIES FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA. CADUCIDAD	1	1

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
			MAYOR DE 12 A 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.829.2346		
46	204.030.332	Medio de cultivo	DISCOS ONPG (o-nitrofenil-β-D-galactopiranos) SIGMA (PARA FERMENTACION DE AZUCARES) MARCA SIGMA CAT 49940, MARCA BBL CAT 231248 204.030.332	3	6
47	080.889.0172	Oxidasa	OXIDASA, REACTIVO PARA LA PRUEBA DE OXIDASA BACTERIANA. CAJA CON 50 AMPOLLETAS DE 0.5mL. CADUCIDAD MAYOR DE 12 A 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA 080.889.0172	1	2
48	506	filtros ELIX	FILTRO PARA PRETRATAMIENTO PARA EQUIPO AQUELIX, SEDIMENT DEPTH CARTRIGES CAT SDC-25-1001, MARCA HYDRONIX	4	10
49	507	Filtro de block ELIX	FILTRO DE BLOCK DE CARBON PARA PRETRATAMIENTO, PARA EQUIPO AQUELIX, MARCA HYDRONIX CAT.CB-25-1010, CARBON BLOCK FILTERER	4	10
50	180.000.026300	Panel para identificación de gram negativos	COMBO TEST GRAM NEGATIVO (IDENTIFICACION), VITEK2 GN TEST, REF 21341, CAJA P/20 PBAS DE IDENTIFICACION BACTERIAS, CON CADUCIDAD MAYOR DE 10 A 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA 180.000.026300	4	10
51	180.000.026400	Panel para identificación de gram Positivos	COMBO TEST GRAM POSITIVO (IDENTIFICACION), VITEK2 GP TEST REF 21342, CAJA C/20 TARJETAS IDENTIFICACION BACTERIAS CON CADUCIDAD MAYOR DE 10 A 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA 180.000.026400	1	1
52	080.610.1879	Medio de cultivo	CALDO PEPTONA DE CASEINA BIOXON CAT. 232200 CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA. CADUCIDAD MAYOR DE 12 A 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.610.1879	5	12
53	180.000.0168	Embudos de plástico	EMBUDO DE PLASTICO DE 120mm, EXTERIOR DE RAMA 14mm, LONGITUD DE RAMA 90mm PAQUETE CON	2	3
54	180.000.0169	Papel filtro	PAPEL FILTRO WHATMAN NO. 1, CAJA CON 100 HOJAS, diametro 110mm	2	3

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
55	180.000.0170	Puntillas	PUNTILLA 100 A 1000uL DE POLYPROPYLENO, NO ESTERIL, DESECHABLES, PARA PIPETA EPPENDORF, CAJA 2 PAQUETES DE 500 PZAS	1	2
56	180.000.0173	Viales	VIAL DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON TAPA DE ROSCA DE BAQUELITA, CAP DE 4mL, NO ESTERILES, RESISTENTE A ESTERILIZACION. CAJA C/144 PZAS	1	1
57	180.000.011000	Tiras para pH	TIRAS INDICADORAS DE PH, MEDIDOR PARA PH DE 0 A 6 CON FLUCTUACIONES DE 0.5 MERCK MILLIPORE CAT. 1095310001 CAJA 100 TIRAS 180.000.011000	8	20
58	180.000.0079	Kit de biotoxinas	BIOTOXINAS ASP. PRUEBA RAPIDA PARA BIOTOXINAS ASP (KIT SRT-ASP), DETECCION DE ACIDO DOMOICO, MARCA SCOTIA 180.000.007900 EN USO	4	10
59	180.000.0257	Ácido okadaico (pp2a)	BIOTOXINAS ACIDO OKADAICO (PP2A), MICROTITER PLATE. PRUEBA PARA DETECCION DE GRUPO TOXINA ACIDO OKADAICO, ABRAXIS CAT 520025 180.000.025700 EN USO	4	9
60	204.040.0101	Vasos licuadora	VASO LICUADORA DE ACERO INOXIDABLE CON CAP. 1 LT CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA WARING PROD. DIC. TORRINGTON CAT. NO. SS610	2	4
61	490	RATONES	RATONES CON PESO DE 19-21 GRS	400	1000
62	204.030.0277	Charolas para enterolert	CHAROLA QUANTY TRAY ENTEROLERT ENMTA 98-2137	2	4
63	204.030.0275	Enterolert	ENTEROLERT, REACTIVO FACIL, RAPIDO Y PRECISO PARA DETECTAR ENTEROCOCOS, MARCA IDEXX CAT. WENT 200. CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA 204.030.0275	1	1
64	533.461.0507	Gradillas	GRADILLA DE ALAMBRE CON CUBIERTA DE RESINA EPOXICA, ESTERILIZABLES, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 121°C, PARA TUBOS DE 16mm, CAPACIDAD PARA 72 TUBOS.	4	9
65	204.040.0176	Micropipeta	MICROPIPETA Eppendorf Research plus, VOLUMEN AJUSTABLE DE 10-100uL, CALIBRADA, CERTIFICADA DE CONFORMIDAD.	1	1
66		Micropipeta	MICROPIPETA Eppendorf Research plus, VOLUMEN AJUSTABLE DE 20-200uL, CALIBRADA, CERTIFICADA DE CONFORMIDAD.	1	1

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
67	909.000.9011	Pinza	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, DE ACERO INOXIDABLE, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 13-14 CM. FISHERBRAND CAT. 08-890	6	15
68	180.255.0009	PUNTILLAS 0.5-20uL	PUNTILLA CON FILTRO PARA MICROPIPETA DE 0.5 A 20uL, LIBRES DE RNAasa, DNAasa, LIBRES DE PIROGENOS RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SEÑALAR LA MARCA Y MEDIDA DE PIPETA QUE SE VA HA UTILIZAR. MARCA CLP NEPTUNE BT20 180.000.0124	1	2
69	080.735.1390	PUNTILLAS 100-1000uL	PUNTILLA CON FILTRO PARA PIPETA DE 100-1000uL LIBRES DE RNAasa, DNAasa, LIBRES DE PIROGENOS RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SEÑALAR LA MARCA Y MEDIDA DE PIPETA QUE SE VA HA UTILIZAR. MARCA CLP NEPTUNE CAT. BT1000	1	2
70		CRONOMETRO	Cronometro trazable de 4 canales VWR. Alarma y reloj. Calibrado	2	4
71		Matraz	MATRAZ VOLUMETRICO DE 5 MIL AMBAR, CLASE A, MARCA BRAND. CAT. 37461, PQT C/2	4	10
72	807351374	PUNTILLAS 1-10uL	PUNTILLA CON FILTRO PARA PIPETA DE 1 A 10uL LIBRES DE RNAasa, DNAasa, LIBRES DE PIROGENOS RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SEÑALAR LA MARCA Y MEDIDA DE PIPETA QUE SE VA HA UTILIZAR DE BOQUILLA AMPLIA MARCA CLP CAT. BT10F 0807351374	2	3
73	204020481	PUNTILLAS 2-200uL	PUNTILLA CON FILTRO 2-200 MICROLITROS LIBRES DE RNAASA, DNAASA, LIBRES DE PIROGENOS RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SEÑALAR LA MARCA Y MEDICA DE PIPETA QUE SE VA A UTILIZAR, MARCA NEPTUNE BT200	2	3
74	080.735.1382	PUNTILLAS 10-100uL	PUNTILLA CON FILTRO PARA PIPETA DE 10-100uL LIBRES DE RNAasa, DNAasa, LIBRES DE PIROGENOS RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SEÑALAR LA MARCA Y MEDIDA DE PIPETA QUE SE VA HA UTILIZAR. MARCA CLP NEPTUNE CAT. BT100 MARCA EPPENDORF CAT 0030 077.547 MARCA BIOPPOINTSCIENTIFICS CODIGO DE PRODUCTO 342-4050	1	1

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
75	180.000.0110	Tiras medidoras de pH	TIRAS INDICADORAS DE PH 6.5 A 10.0 CON INTERVALOS DE 0.4 UNIDADES DE PH, MARCA MERCK MILLIPORE CAT. 1095430001 180.000.011002	1	1
76	080.889.0024	Tiras medidoras de pH	TIRAS INDICADORAS DE Ph, MEDIDOR PARA Ph. ESTUCHE CON ESCALA DE MATICES Y 100 TIRAS DE PAPEL CON LIMITE DE PH 0 A 14. 080.889.0024	1	2
77		bomba de circulación	bomba de circulación para baños de agua	5	12
78		termohigrometro	TERMOHIGROMETRO CON RANGO DE HUMUDAD RELAITIVA DE 20 % A 90% RESOLUCION DE 1% RANGO DE TERMERATURA DE 0 A 60°C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION TRAZABLE A NIST	1	2
79	180.000.009300	Solución rellenadora	SOLUCION DE LLENADO DE ELECTRODO 3M KCl, BOTELLA DE 28mL, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD, DE APLICAR CADUCIDAD QUE SEA MAYOR DE 10 A 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA MARCA HACH Product No. 28417-00 180.000.009300	1	2
80	180.251.0017	Enzima	VIBRIO TOXIGENICO /ENZIMA TAQ PLATINUM DNA POLYMERASE. 600 REACCIONES MARCA INVITROGEN CAT. 10966-034	1	2
81	080.830.347301	Reactivos	ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE CONCENTRADO 37.4%, CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, FCO. C/2.5 LTS, MERCK MILLIPORE CAT. 100317 080.830.347301	5	12
82	180.000.0287	Reactivos	METANOL GRADO HPLC 99.9%. CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD, MARCA SIGMA ALDRICH CAT 34860 180.000.0287	2	3
83		Reactivos	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) GRADO HPLC MARCA SPECTRUM CAT UNISOLV US691. FCO. 4 LTS	2	5
84		Reactivos	SOLUCION DE TISAB II GALON	1	2
85		Reactivos	Fluoruro de sodio anhidro	1	1
86		Reactivos	ENTEROTOXINA ESTAFILOCOCCICA. Transia Plate Staph CODIGO ST0796 caja con 96 pruebas	1	1
87		Reactivos	Tris-(hidroximetil-aminometano). SIGMA ALDRICH 252859-100G (Tris solución 0,05 M, pH	1	1
88		Reactivos	Deoxyribonucleic acid sodium D1501-500	1	1

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
			MG. SIGMA		
89		Reactivos	SOLUCION ESTANDAR DE SAXITOXINA 100mg/ml CON CERTIFICADO DE ANALISIS, MATERIAL DE REFERENCIA 8642 TRAZABLE AL NIST.	1	1
90		Reactivos	STERIKON CONTROLES BIOLÓGICOS EN AMPOLLETA PARA ESTERILIZACION DE MATERIAL EN AUTOCLAVE, ESTERILIZADO EN VAPOR. MARCA EMD CHEMICALS DE MERCK EMD. 1.10274.0003 (ESPORAS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS) 204.030.0339	3	6
91		Tubos	TUBOS CON TAPA DE ROSCA DE 16X150 MM CON TAPA DE ROSCA DE BAQUELITA	400	1000
92		Medio de cultivo	AGAR XILOSA-LISINA-DEXOSICOLATO(XLD), PARA EL AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE ENTEROBACTERIAS PATOGENAS, PRINCIPALMETE DE LOS GENEROS SHIGELLA, SALMONELLA Y ARIZONA, CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.610.9799	4	10
93		Medio de cultivo	CALDO LACTOSADO CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.610.1671	4	10
94		Medio de cultivo	CALDO MUELLER-KAUFFMAN TETRACIONATO NOVOBIOCINA (MKTTn), CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. MERCK 1058780500 180.000.024700	1	2
95		Medio de cultivo	EMULSION YEMA DE HUEVO COMPLEMENTO PARA AÑADIR A MEDIOS DE CULTIVO, CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA BD DIFCO REF: 233472 204.030.331	4	10
96		Medio de cultivo	LEVINE-EMB BD L007387 AGAR CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD. FRASCO CON 500 G	1	2

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
97		Medio de cultivo	CALDO RVS RAPAPPORT-VASSILIADIS CON SOYA, CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. DIFCO CAT 218581 180.000.024000	1	1
98		Reactivos	SOLUCION AMORTIGUADORA pH2 (INCOLORA) BDH5010-500ML, CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 180.000.026000	1	1
99		Matraz	MATRAZ 25 ML VOLUMETRICO CLASE A CON CERTIFICADO VWR CATALOGO 29624-022	4	10
100		Puntillas	Macro Pipet Tip, Eppendorf®-Style 5 mL Nonsterile 4420-00-320IS. Paquete con 250 piezas	2	3
101		Reactivos	ESTANDAR PRIMARIO, REACTIVO DE REF NRC-CRM-DA-G- P/BIOTOXINAS FCO C/500uL, CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD, CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA (estándar para ACIDO DOMOICO) 180.259.0097	4	8
102		Reactivos	ACIDO DOMOICO ESTANDAR SECUNDARIO, GRADO HPLC 90% MARCA SIGMA CAT D6152 FCO 5 MG 180.259.0096	2	3
103		TAMIZ (CEDAZO)	Tamiz (cedazo) # 10, de alambre de acero inoxidable y el marco para una mayor resistencia a la corrosión. Alta durabilidad y resistencia al desgaste. Menos probabilidad de contaminación de la muestra metálica. Grueso completo y malla fina se extienden hasta 20µm (0,0008 ") Construcción robusta con el grano de la soldadura en ángulo recto entre la tela y bastidor de alambre para evitar que las partículas queden atrapadas Diámetro:.. 20,3 cm (8"). Altura con 5,08 cm (2 ") de profundidad al cable. Con número de serie trazable y certificado de cumplimiento con la norma ASTM aplicables E-11 e ISO, VWR CAT 57334-442	4	10
104		Reactivos	CRM-Zero-Mus mussel tissue matrix CRM intended for use as a negative control for the analysis of paralytical shellfish, domoic acid, and its isomers okadaic acid. Frasco con 8 g	1	2
105		GUARDACOLUMNA	Guard-Column ODS (20) 5 µm particle size 4.0 x 30 mm The guard column must be compatible with the analytical column	1	1

PAQUETE 11

COFEPRIS

NO. PARTIDA	CLAVE	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
106		COLUMNAS	Analytical column ODS 25 cm x 4.6 mm id packed with 5µm Vydac 201TP octadecylsilica	1	1
107		Medio de cultivo	CALDO EC CON MUG (E.COLI) CON HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE CALIDAD A LA ENTREGA, CADUCIDAD MAYOR DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. 080.610.0921 BD DIFCO, CAT. 222200	1	2

Acto seguido la recepción de solicitudes de aclaración es la siguiente:

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

PREGUNTAS DEL LICITANTE: ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V.

1. ANEXO 1. PAQUETE 3. JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENSENADA (J3). Part. 44 clave 2040300072 Prueba de embarazo, caja con 100 pruebas. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar caja con presentación de 50 pruebas, ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

2. ANEXO 1. PAQUETE 3. JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENSENADA. Part. 45 clave 2040300065. Prueba de VIH. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar kit con presentación de 25 pruebas avalada por el INDRE y la OMS. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

3. ANEXO 1. PAQUETE 5. HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI. Part. 3 clave 2040300072 Prueba de embarazo en cartucho para sangre u orina caja con 25 cartuchos individuales. Caja con presentación de 50 pruebas, ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

4. ANEXO 1. PAQUETE 5. HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI. Part. 16 clave 0802290593. Reactivo Ag Rosa de Bengala frasco con 10 ml. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar frasco con 5 ml. ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

5. ANEXO 1. PAQUETE 6. HOSPITAL GENERAL TIJUANA. Part. 53 clave 2040300044. Lectina A1 fco 10 ml. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar frasco con 5 ml. ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

PREGUNTAS DEL LICITANTE: ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V.

6. ANEXO 1. PAQUETE 6. HOSPITAL GENERAL TIJUANA. Part. 54 clave 2040300030. Lectina H fco 2 ml. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar frasco con 5 ml. ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

7. ANEXO 1. PAQUETE 7. HOSPITAL GENERAL DE TECATE. Part. 11 clave 2040300065. Pruebas rápidas de VIH. CAJA C/40. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar kit con presentación de 25 pruebas avalada por el INDRE y la OMS y ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

8. ANEXO 1. PAQUETE 7. HOSPITAL GENERAL DE TECATE. Part. 13 clave 0804140077. Factor reumatoide. CAJA de 50 pbas. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar kit con presentación de 100 pruebas, ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

9. ANEXO 1. PAQUETE 7. HOSPITAL GENERAL DE TECATE. Part. 15 clave 2040300072. Prueba de embarazo, CAJA DE 100 tiras. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar kit con presentación de 50 cartuchos. ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

10. ANEXO 1. PAQUETE 7. HOSPITAL GENERAL DE TECATE. Part. 17 clave 2040300014. Reacciones febriles. Kit de 25 pruebas. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar kit de 8 frascos de 5 ml cada uno conformado por: Paratífico A, Paratífico B, Tífico o, Tífico H, Brucella abortus, Proteus OX-19, control positivo y control negativo. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

11. ANEXO 1. PAQUETE 8. HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO. Part. 21 clave 2040300025. Factor reumatoide. Caja con 50 pruebas. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar kit con presentación de 100 pruebas, ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

12. ANEXO 1. PAQUETE 8. HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO. Part. 28 clave 0802290593. Rosa de bengala. Fco. 3 ml. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar frasco de 5 ml. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

13. ANEXO 1. PAQUETE 8. HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO. Part. 29 clave 0800741100. VDRL caja c/250 pruebas. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar equipo para 300 pruebas, ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

14. ANEXO 1. PAQUETE 10. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. Part. 64 clave 080.074.1456. Antígeno teñido con rosa de bengala, para aglutinación en placa para el diagnóstico de brucelosis, caja con antígeno y controles positivo y negativo. Marca Micsa avalado por el INDRE. Fco c/3 ml. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar frasco de 5 ml. ¿Se acepta mi propuesta?

RESPUESTA:

PREGUNTAS DEL LICITANTE: ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V.

15. ANEXO 1. PAQUETE 10. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. Part. 183 clave240.030.0108. Estreptolisina O, prueba rápida de latex, partículas de latex recubiertas con estreptolisinas O, suero control positivo y negativo. Fco c/5 ml. **Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar equipo para 50 pruebas ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?**

RESPUESTA:

16. ANEXO 1. PAQUETE 10. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. Part. 261 clave080.414.1513. Proteína C reactiva equipo para investigar por partículas de latex, estandarizada. Compuesta de suero control positivo y negativo. Antisuero adsorbido a partículas de latex. Fco c/5 ml. **Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar equipo para 50 pruebas, ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?**

RESPUESTA:

17. ANEXO 1. PAQUETE 10. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. Part. 263 clave080.784.0467. Prueba de embarazo en cartucho, para suero y orina. Prueba rápida en un solo paso en membrana sólida para determinación en orina o suero, en sobre individual. Sensibilidad: 20 mui/ml a25 mui/ml. equipo prueba en cartucho de plástico, con pipeta desechable. Equipo con control positivo y negativo para múltiples pruebas. Caja c/25 pruebas. **Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar equipo con 50 pruebas, ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?**

RESPUESTA:

18. ANEXO 1. PAQUETE 10. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA. Part. 278 clave080.354.0145. RPR/Sífilis, reactivo para prueba rápida de aglutinación en placa para la detección cualitativa y semicuantitativa de reagentes plasmáticos en suero humano. Con partículas de carbono recubiertos con un complejo de lípidos. Prueba para el diagnóstico de sífilis. Equipo p/150 pruebas. **Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar equipo para 200 pruebas, ajustándonos a la cantidad solicitada. ¿Se acepta mi propuesta?**

RESPUESTA:

PREGUNTAS DEL LICITANTE: COMERCIALIZADORA DICLinsa, S.A. DE C.V.

1.- Anexo 1 solicito a la convocante indique en el anexo 1 paquete 3, partida 45 en la prueba de VIH, si se puede entregar presentación caja con 25, por favor.

RESPUESTA:

PREGUNTAS DEL LICITANTE: PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS DEL LICITANTE: PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE EL CARACTER DE ESTA LICITACION, EN PAGINA 2 PRIMER INCISO, SEGÚN ARTICULO 28 DE LA L.A.A.S.S.P.

¿ES FRACCION II O III ?

PREGUNTA 2: RESPECTO AL ANEXO 1, PAQUETE 3, PARTIDA 10 DICE:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
10	0800741191	ANTIGENO PROSTATICO ESP.(PRUEBA RAPIDA)	KIT C/50

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR.
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO PRUEBA RAPIDA CAJA CON 40 PRUEBAS, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS APEGAREMOS A LA CANTIDAD SOLICITADA EN MINIMOS Y MAXIMOS
¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

PREGUNTA 3: DEL PUNTO 19 INCISO Q

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN ORIGINAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE QUE SOLICITAN EN LAS PRESENTES BASES.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

PREGUNTA 4: DEL PUNTO 19 INCISO Q

PARA EL CASO QUE MI REPRESENTADA QUIEN FUNGE EN EL REGISTRO SANITARIO COMO UNO DE LOS IMPORTADORES Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DE LOS BIENES Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MANIFIESTO FIRMADA POR MI REPRESENTADA Y AJUSTANDO EL TEXTO ADJUNTO Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

PREGUNTA 5: DEL PUNTO 19 INCISO O

SOLICITAMOS ANTEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL DOCUMENTO QUE ACREDITA CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS ES PARA: BIENES INTERNACIONALES CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS Y PARA BIENES INTERINTERNACIONALES CERTIFICADOS CE, FDA, O EQUIVALENTE EN EL PAIS DE ORIGEN.

¿ES CORRECTO?

RESPUESTA:

PREGUNTA 6: DEL ANEXO 1 PAQUETE 8 REGLON 15

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME CONFIRME SI LA AGUJA DEBE CONTENER BROCHE DE SEGURIDAD PARA EVITAR PUNCIONES POR ACCIDENTE.

¿ES CORRECTO?

RESPUESTA:

PREGUNTA 7: DEL ANEXO 1 PAQUETE 6 RENGLON 16 Y 17

PREGUNTAS DEL LICITANTE: PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.

VASO ESTERIL PARA MUESTRA 90ML, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR PRESENTACION 100 ML.

¿SE ACEPTA?+

RESPUESTA:

PREGUNTA 8: DEL ANEXO 1 PAQUETE 11 RENGLON 19 DICE:

PIPETA DE PLASTICO, SEROLOGICA DE 10mL, ESTERIL, CON SUBDIVISIONES DE 0.1, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE CON TAPON DE SEGURIDAD (ALGODÓN), EN PAQUETE INDIVIDUAL, CAJA CON 200

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR EN PRESENTACION, CAJA DE 250, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS APEGAREMOS A ENTREGAR LA CANTIDAD DE PRUEBAS SOLICITADA EN MINIMOS Y MAXIMOS.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

PREGUNTA 9: DEL ANEXO 1 PAQUETE 3 RENGLON 34 DICE:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
34	2040400078	PIPETAS TRANSFER C/500	CAJA C/500

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME CONFIRME SI LA MEDIDA A COTIZAR EN EL CONCEPTO DE PIPETA TRANSFER ES DE 3.5 ML.

¿ES CORRECTO?

RESPUESTA:

PREGUNTA 10

RESPECTO AL ANEXO 1 PAQUETE 3, PARTIDA 17 Y 18 DICE:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
17	2040300037	HEPATITIS B	PRUEBAS C/30
18	2040300115	HEPATITIS C	PRUEBAS C/30

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

PARA AMBAS PARTIDAS PRESENTACION CAJA CON 40 PRUEBAS, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS APEGAREMOS A ENTREGAR LA CANTIDAD DE PRUEBAS SOLICITADA EN MINIMOS Y MAXIMOS.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

PREGUNTA 11

RESPECTO AL ANEXO 1, PAQUETE 7, PARTIDA 19 DICE:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
19	1800000216	Prueba multidrogas de 5 drogas (antidoping)	cajas de 25 tiras

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE:

LA COMBINACION DEL PANEL MULTIDROGAS REQUERIDA POR EL AREA USUARIA

PREGUNTAS DEL LICITANTE: PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.

RESPUESTA:

PREGUNTA 12 RESPECTO AL ANEXO 1 PAQUETE 7 RENGLON 57 DICE:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
57	1601640165	Lancetas	caja/1000

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAJA CON 200 PIEZAS, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS APEGAREMOS A ENTREGAR LA CANTIDAD SOLICITADA EN MINIMOS Y MAXIMOS EQUIVALES A LA UNIDAD DE MEDIDA.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

PREGUNTA 13 RESPECTO AL ANEXO 1 PAQUETE 7 RENGLON 57

SOLICITO A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ACLARE A LA DESCRIPCION DE LANCETA, SI SE REFIERA LA CONVENCIONAL QUE SE USA EN DISPARADOR O A LA AUTOMATICA RETRACTIL CON DISPOSITIVO INTEGRADO.

RESPUESTA:

PREGUNTAS DEL LICITANTE: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

1.- PUNTO 13 SEÑALAN: Los licitantes podrán presentar su propuesta por la totalidad de la cantidad de los insumos solicitados en cada una de las partidas que integran los paquetes pertenecientes al Anexo 1 Especificaciones Técnicas en los cuales deseen participar...

Y EN EL PUNTO 30 SEÑALAN: La adjudicación será por partida

PREGUNTA: Solicitamos de la manera más atenta nos confirmen que la asignación será por partida, pudiendo ofertar sólo una o varias partidas de los diferentes Paquetes, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

2.- PUNTO 16

SOLICITAN: La propuesta técnica presentada se acompañará de un escrito mediante el cual el licitante manifieste las Normas Oficiales Mexicanas o InterInternacionales que cumplen los bienes que oferta y que apliquen de acuerdo al origen de los mismos, adjuntando una copia simple del certificado NOM emitido por organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación.

PREGUNTA: Entendemos que en caso de ofertar bienes de origen Internacional se deberá adjuntar copia simple del certificado NOM emitido por organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación; sin embargo, en caso de ofertar bienes de importación se deberá adjuntar copia simple del Certificado de Calidad que acredite el cumplimiento con la Norma InterInternacional, expedido por un Organismo de Certificación acreditado interInternacionalmente como por ejemplo: TUV, BSI, DEKRA, SGS, LRQA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

3.- PUNTO 19 INCISO O)

SOLICITAN: Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación vigentes.-Se deberá adjuntar a la propuesta técnica, copia de

PREGUNTAS DEL LICITANTE: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

los certificados de buenas prácticas de fabricación vigentes en cada una de las partidas ofertadas, en caso contrario será causal de descalificación.

Los licitantes deberán de acreditar la calidad del fabricante de los bienes ofertados, mediante "certificado de buenas prácticas de fabricación" emitido por COFEPRIS; el cual deberá estar vigente.

PREGUNTA: Entendemos que en caso de ofertar bienes de origen Internacional se deberá acreditar la calidad del fabricante de los bienes ofertados mediante "certificado de buenas prácticas de fabricación" emitido por COFEPRIS; sin embargo, en caso de ofertar bienes de importación se deberá presentar copia simple del certificado de buenas prácticas de fabricación del fabricante, expedido por un Organismo de Certificación acreditado interInternacionalmente como por ejemplo: TUV, BSI, DEKRA, SGS, LRQA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

4.- PUNTO 19 INCISO Q)

SOLICITAN: Carta de Apoyo del fabricante en original.- En caso de ser distribuidor, el concursante deberá presentar original de la carta de apoyo del fabricante en original, mediante el cual otorga el respaldo para participar en la licitación, para cada una de las partidas (claves) ofertadas, con la firma autógrafa del representante legal del fabricante, en caso contrario será causal de descalificación.

PREGUNTA: Solicitamos que en caso que el licitante sea distribuidor, se permita presentar carta de apoyo del Distribuidor primario o del Titular del Registro sanitario en México, anexando copia de la Carta de distribución, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

5.- PUNTO 19 INCISO R)

SOLICITAN: Se deberá elaborar propuesta económica GLOBAL de los paquetes en los que participa.

PREGUNTA: Entendemos que en caso de oferta sólo una Partida de algún Paquete, se podrá omitir presentar la propuesta económica GLOBAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

6.- PUNTO 19 SEÑALAN: Los requisitos que deberán cumplir los interesados que deseen participar en la Licitación, los cuales deberán presentar en un sobre cerrado.

Y PUNTO 23 SEÑALAN: Los licitantes presentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados que contendrán su propuesta técnica y económica.

PREGUNTA: Solicitamos de la manera más atenta nos indiquen si lo correcto es presentar dos sobres cerrados, un primer sobre que contenga la Propuesta Técnica y un segundo sobre de manera independiente que contenga la Propuesta Económica, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

7.- PUNTO 23

SOLICITAN: Deberán contener la firma autógrafa de quien suscriba las proposiciones, quien contará con facultades de administración y/o dominio...

PREGUNTA: Solicitamos de la manera más atenta nos permitan que las Propuestas Técnicas y Económicas sean firmadas por el representante legal de la empresa con Poder Especial para participar en toda clase de licitaciones, quedando facultado para firma en dichos eventos, además de actas, pedidos y contratos, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

PREGUNTAS DEL LICITANTE: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.

8.- ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO 11 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

SOLICITAN: En la Columna: Cantidad "Mínima" y "Máxima"...

PREGUNTA: En caso de ofertar alguna o algunas partidas del Paquete 10 LABORATORIO ESTATAL DE SALÚD PÚBLICA que de acuerdo al Anexo 1 sólo vienen una columna denominada "CANTIDAD", sin especificar la cantidad máxima o mínima a adquirir (ejemplo: Partida 266 - Cantidad 30); por lo cual, Entendemos que en caso de ofertar alguna Partida del Paquete 10, se deberá colocar tanto en la columna Cantidad "Mínima" y "Máxima", la cantidad solicitada en la columna "CANTIDAD", solicitada en el ANEXO 1 del Paquete 10, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

9.- ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA

SEÑALAN: PERIODO DE GARANTÍA: LOS BIENES OFERTADOS TENDRÁN UNA VIGENCIA DE CADUCIDAD, DE CUANDO MENOS 18 MESES DE VIDA ÚTIL...

PREGUNTA: Entendemos que existe un error, ya que en el Punto 15 de la bases señalan un Período de garantía de 12 (doce) meses, por lo cual entendemos que podemos modificar el Anexo 2, quedando como sigue: "PERIODO DE GARANTÍA: LOS BIENES OFERTADOS TENDRÁN UNA VIGENCIA DE CADUCIDAD, DE CUANDO MENOS DE 12 MESES DE VIDA ÚTIL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

10.- ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO 11 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

SEÑALAN: NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ PRESENTARSE DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (CD) EN FORMATO EXCEL...

PREGUNTA: Solicitamos nos permitan presentar el ANEXO 2 y ANEXO 11 de manera digital mediante dispositivo electrónico (CD) o USB, en formato excel, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA:

11.- ANEXO 7 MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES

SEÑALAN: manifiesto que los bienes que oferto, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas que a continuación se indican...

PREGUNTA: Entendemos que en caso de ofertar bienes de importación se deberán también indicar las Normas Oficiales InterInternacionales con las cuales cumpla la partida a ofertar, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

12.- ANEXO 10 FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑALAN: DE IGUAL MANERA, ACEPTADA NUESTRA OFERTA, EXPEDIREMOS A SU FAVOR UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL XX% (XX PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CONFORME AL PUNTO 44 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION.

PREGUNTA: Entendemos que existe un error en el Punto que hacen referencia respecto al porcentaje (%) de la garantía de cumplimiento, ya que se trata del PUNTO 41 de la bases donde hacen mención del porcentaje de la garantía de cumplimiento; por lo cual entendemos que podemos modificar el ANEXO 10 señalando que es conforme al "PUNTO 41 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

Acto seguido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 33 BIS, y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con lo dispuesto en el numeral 26 de dicha Convocatoria, la **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno; en presencia de los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, quien **hace constar que:**


Según información proporcionada por el área requirente, considerando las aclaraciones y modificaciones plasmadas con anterioridad **resulta necesario diferir** la fecha en que habrá de celebrarse el acto de Junta de Aclaraciones, correspondiente a la licitación que nos ocupa, señalándose para tales efectos el día **08 de Mayo del presente año a las 13:30 horas**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio citado con anterioridad, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, se hace constar que para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha, al finalizar este acto se pone a disposición de los licitantes una copia de esta acta de Junta de Aclaraciones, en el estrado de notificaciones, instalado en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones en el domicilio indicado en el segundo párrafo de esta acta, por un término no menor de 5 (cinco) cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: www.compranet.gob.mx y www.comprasbc.gob.mx.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **13:50 horas del día 03 de Mayo de 2018**, la cual es la primer Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional No. **LA-902002994-E13-2018**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

"LA CONVOCANTE"



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO

Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la
Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno


"AREA REQUIRENTE"



FRANCISCO FILIBERTO RODRIGUEZ VILLARREAL

En Representación del Instituto de Servicios de Salud
Pública del Estado de Baja California

"REPRESENTANTE"


LYNN ULLOA GARCIA
Dirección de Adquisiciones de
Oficialía Mayor de Gobierno

LICITANTES:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA

W
X

