



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. OM-ISSSTECALI-176-2017

“SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2018”

Acta de Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Internacional No. OM-ISSSTECALI-176-2017, correspondiente al “SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2018”.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 14:30 horas del día 1 de diciembre de 2017, de conformidad con el punto 4 de la sección II de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

La C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Loreto Quintero Quintero, de conformidad con el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. 176 Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBC, el día 23 de noviembre de 2017, así mismo a la fecha se recibieron en tiempo y forma y durante el desarrollo de la presente junta de

aclaraciones, los cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación de siete posibles licitantes.

Una vez atendidas las notas aclaratorias y las respuestas a la totalidad de los cuestionarios recibidos, con las que se integró el **anexo 1** que acompaña al presente y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**


“EL PRESIDENTE”



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES
DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO EN
SUPLENCIA DE LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO


“AREA REQUIRENTE”



GABRIELA LILIA ORTIZ TAPIA

EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(ISSSTECALI)

“OFICIALIA MAYOR”



LEONOR GUZMAN MUÑOZ

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO


“VOCAL”



MARTHA LETICIA TRUJILLO LICON

EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

“CONTRALORIA”



CECILIA TIZNADO WYNANTS

DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL CONTRALORIA



Gobierno del Estado de Baja California
 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. OM-ISSSTECALI-176-2017
 “SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES
 MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2018”

JUNTA DE ACLARACIONES

Lectura a Cuestionarios de acuerdo al punto 4 de la sección II de las Bases de la Licitación Pública Internacional No. OM-ISSSTECALI-176-2017 referente al “SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN HOSPITALARIO, DENTAL Y LABORATORIO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2018”.

NOTAS ACLARATORIAS

ACLARACIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
 PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ACLARACIÓN NÚMERO 1

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE MODIFICA EL ANEXO 7 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS” EN RELACIÓN CON EL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN, EN LO QUE RESPECTO A LAS PARTIDAS, 34, 79, 81 Y 262, LAS CUALES SE PRESENTABAN:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
34	A00073-2	CATETER VENOSO CENTRAL BI-LUMEN 4FR	CATETER CENTRAL DE DOS LUMENES 4FR PEDIATRICO, MULTI CATH ELABORADO DE POLIURETENO, CON GUIA DE ALAMBRE Y AGUJA QUE FACILITA UN ACCESO SEGURO A VENAS PEQUEÑAS, DESCARTABLE, APIROGENO Y ATOXICO	EMPAQUE / 1 PARES	19	32
79	A00368-2	BOLSA PARA COLOSTOMIA UNIVERSAL	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA AUTOADHERIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30X15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA Y CUELLO DE 6.5 A 9CM DE LARGO Y ANCHO CON PINZA DE SEGURIDAD.	EMPAQUE PLASTICO / 10 PIEZA	710	1,183

	A00369-2	BOLSA PARA COLOSTOMIA SUAVE	TRANSPARENTE, DRENABLE, DORSO CONFORTABLE PARA SISTEMA DE DOS PIEZAS PARA OSTOMIA DIAMETRO DEL ARO 57MM	CAJA / 10 PIEZAS	6	11
81	A00371-2	BARRERA CUTANEA PARA OSTOMIA RECORTABLE 57 MM	SISTEMA DE DOS PIEZAS DE OSTOMIA, FLEXIBLE CON ARO, CON ADHESIVO MICROPOROS, COLOR CARNE DE ENSAMBLE COMPATIBLE CON BOLSA CON BARRERA CUTANEA PLANA FLEXTEND Y MARCO MICROPOROSO QUE PERMITE UNA MAYOR ADHESION A LA PIEL Y SISTEMA DE CIERRE HERMETICO FLEXIBLE QUE ELIMINA LOS PUNTOS DE PRESION Y EVITA LAS LESIONES DERMICAS POR PRESION	CAJA / 5 PIEZA	17	29
262	A02563-2	CATETER PERMANENTE PERMACATH	CATETER PERMANENTE PERMACATH	1 PIEZA	2	4

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
34	A00073-2	CATETER VENOSO CENTRAL BI-LUMEN 4FR	CATETER CENTRAL DE DOS LUMENES 4FR PEDIATRICO, MULTI CATH ELABORADO DE POLIURETENO, CON GUIA DE ALAMBRE Y AGUJA QUE FACILITA UN ACCESO SEGURO A VENAS PEQUEÑAS, DESCARTABLE, APIROGENO Y ATOXICO	EMPAQUE / 1 PIEZA	19	32
79	A00368-2	BOLSA PARA COLOSTOMIA UNIVERSAL	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA AUTOADHERIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30X15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA Y CUELLO DE 6.5 A 9CM DE LARGO Y ANCHO CON PINZA DE SEGURIDAD.	EMPAQUE PLASTICO / 10 PIEZA	710	1,183
81	A00369-2	BOLSA PARA COLOSTOMIA SUAVE	TRANSPARENTE, DRENABLE, DORSO CONFORTABLE PARA SISTEMA DE DOS PIEZAS PARA	CAJA / 10 PIEZAS	6	11

			OSTOMIA DIAMETRO DEL ARO 57MM			
	A00371-2	BARRERA CUTANEA PARA OSTOMIA RECORTABLE 57 MM	SISTEMA DE DOS PIEZAS DE OSTOMIA, FLEXIBLE CON ARO, CON ADHESIVO MICROPOR, COLOR CARNE DE ENSAMBLE COMPATIBLE CON BOLSA CON BARRERA CUTANEA PLANA FLEXTEND Y MARCO MICROPOROSO QUE PERMITE UNA MAYOR ADHESION A LA PIEL Y SISTEMA DE CIERRE HERMETICO FLEXIBLE QUE ELIMINA LOS PUNTOS DE PRESION Y EVITA LAS LESIONES DERMICAS POR PRESION	CAJA / 5 PIEZA	17	29
262	A02563-2	CATETER PERMANENTE PERMACATH	CATETER OVALADO DE SILICONA PARA PUENTE CRITICO 12 FR 36 CM X 19 CM	1 PIEZA	2	4

ACLARACIÓN NÚMERO 2

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE ELIMINAN DEL ANEXO 7 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS" EN RELACIÓN CON EL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	ENVASE	MÍNIMO	MÁXIMO
198	A01516-2	SENSOR DE OXIGENO ADULTO	SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, ADULTO, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR AZUL, ESTÉRIL.	1 PIEZA	914	1,523
199	A01517-2	SENSOR DE OXIGENO PEDIATRICO	SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, PEDIÁTRICO, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR ANARANJADO, ESTÉRIL.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	350	583
200	A01518-2	SENSOR DE OXIGENO ADULTO/ NEONATAL	SENSOR ADHESIVO PARA PULSO OXÍMETRO, NEONATAL, DESECHABLE, CON ENTRADA PARA EQUIPOS NELLCOR, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR MORADO, ESTÉRIL.	EMPAQUE PLASTICO / 1 PIEZA	339	565

541	A02250-2	SUTURA QUIRURGICA VICRYL CALIBRE 1, CON AGUJA CT-1	SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 (VICRYL), CALIBRE 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO CT-1, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD.	CAJA 12 PIEZA	48	79
-----	----------	--	---	---------------	----	----

ACLARACIÓN NÚMERO 3

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SE MODIFICA SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO 10 DE LA SECCIÓN I CAPITULO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

10.- DE LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS INDIVUALES DEL EMPAQUE SOBRE LOS BIENES (PRODUCTOS) QUE SE OFERTEN EN LA LICITACIÓN, SUJETAS A EVALUACIÓN.

En relación con lo establecido en el INCISO O) DEL PUNTO 7 DE LA SECCIÓN II de estas bases de licitación, los "LICITANTES" deberán hacer la entrega de las muestras sobre los bienes que oferten en su propuesta técnica y económica.

La entrega de las muestras de los bienes, será el día de la entrega de las proposiciones, o de manera opcional, podrán ser recibidas antes de la fecha de la recepción de las proposiciones, por parte del "ISSSTECALI", en la oficinas ubicadas en Calle Calafia número 1115-G, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California, teléfono 686551-61-51, el día 06 de diciembre del 2017, en un horario de 9:00 a 14:30 horas. Los "LICITANTE(S)" podrán optar por entregar físicamente las muestras, el día de la recepción de las proposiciones, en la fecha señalada en estas bases, como parte de su propuesta técnica, en los términos señalados en el INCISO O) DEL PUNTO 7.1 DE LA SECCIÓN II de las bases de licitación, o de manera previa tal y como se estableció en este párrafo.

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES:

EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.

NO. PREGUNTA	PARTIDA	CLAVE	MINIMO	MAXIMO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	7	A00019-2	31	52	PREGUNTA POR FR. 5 EL DE NOSOTROS ES POR 4.7	SE SOLICITA DE 5 FR. NO SE ACEPRA 4.7 FR
2	13	A00028-2	118	196	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: KIT CATETER DE POLIURETANO Y TRIPLE	NO SE ACEPTA.

					LUZ PARA HEMODIALISIS DE 12 FR X 20 CM EXT CRUVAS DE TRES VIAS.. SE ACEPTA?	
3	29	A00059-1	27	45	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO RECTO, CON MARCA RADIOPACA, CALIBRE 20FR, LONGITUD 51CM. ESTÉRIL.	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA CATETER RECTO DE SILICONE.
4	30	A00061-2	25	41	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO RECTO, CON MARCA RADIOPACA, CALIBRE 28FR, LONGITUD 51CM. ESTÉRIL.	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA CATETER RECTO DE SILICONE
5	31	A00063-2	97	162	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO RECTO, CON MARCA RADIOPACA, CALIBRE 36FR, LONGITUD 51CM. ESTÉRIL.	NO SE ACEPTA. SE SOLICITA CATETER RECTO DE SILICONE
6	36	A00079-2	154	257	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APOSITO CON ALGINATO DE CALCION CON UNA MECHA DE 30.5CM	NO SE ACEPTA.
7	74	A00328-4	82	137	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON MALLA ESTANDAR PLANA DE POLIPROPILENO DE 6 X 6, DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTADA PARA EL REFUERZO DE LA PARED, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, NO REUTILIZABLE. CAJA CON 1 PIEZA.	NO SE ACEPTA.

8	84	A00385-2	4,716	7,861	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA RECOLECTORA DE ORINA EN FORMA DE DIAMANTE, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
9	84	A00385-2	4,716	7,861	PREGUNTAR LA DESCRIPCIÓN DICE BOLSA RECTANGULAR.	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML, CON TUBO TRANSPORTADOR DE 115 CM Y VÁLVULA DE DRENAJE, DESECHABLE, ATÓXICO, ESTÉRIL..
10	220	A01870-2	130	216	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, DOVER SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE HIDROGEL DE 22 FR 30 CC. 3 VÍAS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
11	221	A01875-4	44	74	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, DOVER SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBRIMIENTO DE HIDROGEL DE 24 FR 30 CC. 3 VÍAS, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
12	226	A01910-2	55	82	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA NELATON DE 8FR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EXCEPTO EL RECUBIERTO CON SILICONA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.

13	227	A01920-2	123	205	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA NELATON DE 12FR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EXCEPTO EL RECUBIERTO CON SILICONA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
14	228	A01925-2	1,103	1,838	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA NELATON DE 14FR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EXCEPTO EL RECUBIERTO CON SILICONA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
15	229	A01930-2	1,226	2,043	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA NELATON DE 16FR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EXCEPTO EL RECUBIERTO CON SILICONA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
16	230	A01935-2	447	745	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA NELATON DE 18FR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EXCEPTO EL RECUBIERTO CON SILICONA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
17	231	A01940-2	81	135	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA NELATON DE 20FR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EXCEPTO EL RECUBIERTO CON	NO SE ACEPTA.

					SILICONA, SE ACEPTA?	
18	261	A02562-2	69	115	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CATETER PARA HEMODIALISIS 13.5 F X 19.5 CM PRE CURVEADO, 2 LUMEN CONTENIDO: 1 CATETER , 1 DILATADOR DE VASOS 1 11-14FR DILATADOR DE VASOS, 1 GUIA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM "J" PUNTA RECTA FLEXIBLE 1 ALETA DE SUTURA EXTRAIBLE, 2 VENDAJES ADHESIVOS, 2 TAPONES DE LINEA.. SE ACEPTA, YA QUE LA MARCA NIAGARA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ?	NO SE ACEPTA.
19	262	A02563-2	2	4	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR_: CATETER PERMANENTE PERMACATH DE 36 CM .. SE ACEPTA ?	SE ACEPTA.
20	262	A02563-2	2	4	PREGUNTAR MEDIA EXACTA. ACLARANDO QUE LA MEDIDA QUE REQUIERAN ES EL MISMO PRECIO.	SE ACEPTO MEDIDA.
21	277	A02685-4	44	74	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X10.2 CM, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
22	280	A02705-3	738	1,229	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR	NO SE ACEPTA.

					APÓSITO CON ALGINATO DE CALCIO DE 10.2X14 CM, SE ACEPTA?	
23	285	A40108-3	38	63	PREGUNTAR NUESTRO CATETER ES 5 FR.	NO SE ACEPTA.
24	330	A40184-2	3	5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DI 7.6MM, DE 12.2MM, LONG 81MM Y EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS COMO LAS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
25	399	A40285-2	540	900	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO CON MISMAS CARACTERISTICAS PERO CON UNA SOLA TRAMPA DE AGUA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
26	402	A40293-1	6	11	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DI 6.4MM, DE 10.8MM, LONG 76MM Y EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS COMO LAS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
27	404	A40295-1	39	65	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DI 7.6MM, DE 12.2MM, LONG 81MM Y EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS COMO LAS QUE SE SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.

28	513	A01995-2	158	264	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35MM, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 75 CM.	NO SE ACEPTA.
29	514	A02000-2	13	22	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLECAPRONE 25. CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA PUNTA REVERSO CORTANTE DE 3/8 CIRCULO 24MM, TIPO MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE GLICÓLIDO Y EPSILONCAPROLACTONA, COLOR VIOLETA: INCOLORO, ABSORBIBLE, 70 CM. DE LONGITUD.	NO SE ACEPTA.
30	515	A02003-2	84	139	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35MM, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 75 CM.	NO SE ACEPTA.

31	516	A02005-3	2	5	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 26 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 75 CM.	NO SE ACEPTA.
32	517	A02018-1	1	2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA DE POLIGLACTINA 910 ABSORBIBLE AGUJA AHUSADA 1/2 CIRC, 26 MM, MATERIAL VIOLETA TRENZADO LONGITUD 70 CM	NO SE ACEPTA.
33	518	A02019-2	174	290	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 CALIBRE 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO 37MM , TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE,	NO SE ACEPTA.

					DE 70 CM. DE LONGITUD	
34	519	A02021-3	20	34	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO , CALIBRE 0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO 35MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD.	NO SE ACEPTA.
35	520	A02022-3	81	134	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910, CALIBRE 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO 26MM, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, DE 70 CM DE LONGITUD.	NO SE ACEPTA.

(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)

(Handwritten marks and signatures at the bottom right)

36	521	A02023-2	51	85	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910, CALIBRE 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO 35MM, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD	NO SE ACEPTA.
37	522	A02025-3	32	53	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 2/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 25 MM DE LONGOTUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 75 CM.	NO SE ACEPTA.
38	523	A02027-1	154	257	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910, CALIBRE 3/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO 26, TIPO TRENZADO O	NO SE ACEPTA.

					MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD.	
39	524	A02032-2	2	5	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 5/0, CON AGUJA DE ESPÁTULA 1/4 DE CÍRCULO, 8 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE DE 45 CM DE LONGITUD	NO SE ACEPTA.
40	525	A02037-2	9	16	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO, CALIBRE 7/0, CON AGUJA DE ESPATULA 3/8 DE CÍRCULO D/A 6.5 MM DE LONGITUD TIPO TRENZADO COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE DE 45 CM DE LONGITUD	NO SE ACEPTA.
41	526	A02065-3	27	44	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 3/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 DE CIRCULO 25 MM DE	NO SE ACEPTA.

					LONGITUD TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 75 CM.	
42	527	A02085- 3	37	62	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE NO. 4/0, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 17 MM DE LONGITUD MASTER, TIPO TRENZADO DE COLÁGENO DE OVEJAS Y DE BOVINOS, COLOR CAFÉ, ABSORBIBLE, DE 75 CM.	NO SE ACEPTA.
43	528	A02107- 3	101	168	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON, CALIBRE DEL NO. 2/0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍCULO 25 MM DE LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM DE LONGITUD.	NO SE ACEPTA.
44	529	A02109- 3	1	2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON, CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA REVERSO	NO SE ACEPTA.

					CORTANTE RECTA, TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 75 CM DE LONGITUD,	
45	530	A02112-1	426	709	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON, CALIBRE DEL NO. 3/0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO 24MM , TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM.	NO SE ACEPTA.
46	531	A02130-3	26	43	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON, CALIBRE DEL NO.4 /0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO 19.5 MM LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM DE LONGITUD.	NO SE ACEPTA.

47	532	A02135-3	1	1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE NYLON, CALIBRE DEL NO. 5 /0, CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO DE 11MM LONGITUD TIPO MONOFILAMENTO DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON 6 O DE NYLON 6.6., COLOR NEGRO, INCOLORO CLARO, NO ABSORBIBLE, DE 45 CM DE LONGITUD.	NO SE ACEPTA.
48	541	A02250-2	48	79	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 CALIBRE 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA DE ½ CÍRCULO 36MM, TIPO TRENZADO O MONOFILAMENTO DE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGRACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, COLOR VIOLETA, INCOLORO, ABSORBIBLE, DE 70 CM. DE LONGITUD.	NO SE ACEPTA.
49	543	A02279-3	37	62	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO CALIBRE NO. 1, CON AGUJA PUNTA AHUSADA ½	NO SE ACEPTA.