



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE**  
**OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**



**Licitación Pública Nacional**  
**Número LA-902002994-E27-2018**

**"SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISESALUD BAJA CALIFORNIA"**

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública nacional **LA-902002994-E27-2018**, convocado para el **"Servicio integral de pruebas de laboratorio clínico para las unidades médicas del ISESALUD Baja California"**.

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **13:30** horas del día **16 de agosto de 2018**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor, del Poder Ejecutivo de Baja California, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, la **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefa del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, servidor público designado por la C.P. Loreto Quintero Quintero, Oficial Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4 fracción II inciso B. y 25 fracciones IV, IX y XIII, 26 fracción I, 27 fracciones I y IX y 72 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno; artículos 1 fracción VI y 2 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público; y artículos 1 y 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; según consta en oficio de fecha del 12 de Noviembre de 2015, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, preside el presente acto, y quien se encuentra asistida por el **C. Roberto Carlos González Ibarra**, servidor público adscrito al **Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California**, en representación del área usuaria o requirente, asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa, financiera y legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que se encuentran presentes los representantes de los licitantes participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública nacional, número **LA-902002994-E27-2018**, relativa al **"Servicio integral de pruebas de laboratorio clínico para las unidades médicas del ISESALUD Baja California"**, en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "La Ley", y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en la sección IV y V, de la convocatoria de licitación.

La C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo; toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados "Comprasbc" y "Compranet" el día **9 de agosto de 2018**, así mismo se les hace saber a los asistentes

que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, tienen derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, los licitantes que hayan presentado sus preguntas a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto; asimismo se hace del conocimiento a los asistentes que quienes presentaron sus solicitudes de aclaración fuera del plazo antes citado, incluso al inicio de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración venció el día **15 de agosto de 2018 a las 13:30 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los cuestionarios recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de la presente Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón o Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos	Cantidad de preguntas
LABORATORIOS LICON S.A.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	14/08/2018 08:58 AM	4
DICIPA S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	15/08/2018 10:28 AM	57
IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	15/08/2018 11:33 AM	9

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas durante el presente acto.

**La Convocante realiza las siguientes Modificaciones de aspectos establecidos en bases de licitación, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo estas las siguientes:**

**NOTA ACLARATORIA NÚMERO 1**

Se **AGREGA** al ANEXO 1-G CEDULAS TECNICAS DE EQUIPOS-Requeridos para las Unidades, lo correspondiente al equipo QUIMIOLUMINISCENCIA para el laboratorio LESP el cual señala lo siguiente:

ANEXO 1-G  
(QUIMIOLUMINISCENCIA) LESP  
CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE:	EQUIPO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA
ANEXO 1:	MARCA :
UNIDADES QUE COMPRENDE:	
CANTIDAD:	MODELO :
MANUAL Y CATALOGO REFERENCIADO:	No. REGISTRO SANITARIO: (Anexar Registro)

Requerimientos mínimos para equipo de QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LABORATORIO ESTATAL (LESP)		EQUIPO PROPUESTO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA:
CANTIDAD: 1 (UNO)		
	Solicitado	
<b>EQUIPO PARA PRUEBAS DE QUIMIOLUMINISCENCIA</b>		
1.1	Equipo nuevo máximo 2 años de uso, con certificado de calibración por entidad acreditada. Con sistema para análisis inmunológico. Que incluya como principio de medición, las siguientes metodologías: Elisa, Fia, Fpia, Elfa, Quimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades del laboratorio estatal :	
2	<p><b>CARACTERÍSTICAS, TECNOLOGÍA Y MÉTODOS:</b></p> <p>2.1.1. Carrusel para carga de reactivos con gestor tridimensional de muestras. Hasta 25 posiciones para carga de reactivos.</p> <p>2.1.2 Con regulación de temperatura de los reactivos del sistema en un rango de 2 a 10 grados centígrados. Y una temperatura de mezcla de reacción con rango de 36 a 37.6 grados centígrados.</p> <p>2.1.3 Alimentador de cubetas de reacción de al menos 1000 espacio.</p> <p>2.1.4 Con una capacidad del recipiente de desechos sólidos de al menos 150 cubetas de reacción por hora.</p> <p>2.1.5 Con capacidad de procesamiento de al menos 100 pruebas por hora.</p> <p>2.1.6 Con un tiempo de procesamiento para obtener el primer resultado máximo de 30 minutos.</p> <p>2.1.7 Identificación de controles, calibradores, reactivos y muestras por código de barras.</p> <p><b>VOLÚMENES:</b></p> <p>2.2.1 Muestra entre 10 µl Y 150 µl en incrementos de 1 µl</p> <p>2.2.2 Reactivos entre 5 µL Y 100 µL en incrementos de 1 µL</p> <p>2.2.3 Cubetas de reacción de 1000 µL</p>	
3	<p><b>COMUNICACIÓN</b></p> <p>3.1. Puerto de comunicación para interface astm</p>	
4	<p><b>EXTRAS-IMPRESORA</b></p> <p>4.1 impresora de resultados</p>	
5	<p><b>SERVICIO –CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN</b></p> <p>5.1 Desempaque, conexión eléctrica, verificación y pruebas iniciales, configuración de unidad de control, ajustes.</p> <p><b>CAPACITACIÓN</b></p> <p>5.2 curso de operaciones básicas a personal responsable del uso del equipo en cada turno, consideraciones de seguridad. Capacitación de mantenimiento básico al personal biomédico.</p>	
6	<p><b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b></p> <p>6.1 220-250 V.C.A. ± 10% / 60HZ, alimentación con cable configuración Norteamérica</p> <p>6.2 Ups adecuado para el equipo</p>	
7	<p><b>MANUALES</b></p> <p>7.1 Manuales de usuario en español impresos y en formato pdf grabados en memoria usb y mantenimiento básico (lista básica).</p>	
8	<p><b>NORMAS Y CERTIFICADOS</b></p> <p>8.1 Tamizaje, se deberá realizar mediante pruebas de detección del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, marcador de infección del virus de VIH TIPO I Y II, determinación de anticuerpo contra el virus de la hepatitis C y tamizaje para la detección de anticuerpos contra tripanosoma cruzi, detección de anticuerpos contra el treponema pallidum conforme a la norma oficial NOM-253-SSA-2012, el control de calidad de la prueba de tamizaje en cada corrida mediante un suero control positivo débil.</p> <p>8.2 AUTORIZADO PARA SU USO POR FDA Y CE.</p>	

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE  
Y EMPRESA

\*EL LICITANTE FORMULARA ESTE ANEXO CONFORME LO SOLICITADO, SERA PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA COMO ANEXO 2-G, CONFORME LA DEMANDA DE PRUEBAS QUE SE COMPRENDE EN CADA UNA LAS UNIDADES MÉDICAS Y AL EQUIPO SOLICITADO.

**El anexo se encontrará disponible en el sistema COMPRANET y COMPRASBC al término de la presente junta.**

## NOTA ACLARATORIA NÚMERO 2

Se **AGREGA** al archivo de anexos de las bases de la presente convocatoria, los siguientes anexos:

(PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRADA DE LA EMPRESA)

### ANEXO NO. 2-H1

#### FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS PROPUESTOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE :		FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:
R.F.C.		CORREOS ELECTRÓNICOS:
NÚMERO DE LICITACIÓN :	OBJETO DE LICITACIÓN:	NIVEL DE LABORATORIO:
NÚMERO DE ANEXO 1 Y SU LETRA:		

	REACTIVO O CONSUMIBLE	PARA EL EQUIPO	MARCA	PRESENTACIÓN	RENDIMIENTO	ESTABILIDAD	PROCEDENCIA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**NOTA:** EL LICITANTE DEBE FORMULAR ESTE ANEXO 2-H1 EN HOJA LEGAL (OPICHO) CUANTAS VECES SEA NECESARIO, FORMA PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, ADECUAR SEGÚN CORRESPONDAN LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR NIVEL DE LABORATORIO, CONSUMIBLES Y EQUIPOS OFERTADOS, PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA, DE ACUERDO AL EQUIPO OFERTADO Y A LA MARCA DE SUS REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA CADA TIPO DE LOS PAQUETES DE PRUEBAS, CONGRUENTE CON SU PROPUESTA TÉCNICA IDENTIFICÁNDOLO COMO ANEXO 2-H1, RELACIONADO CON LO REQUERIDO EN LOS ANEXOS 1-G, EQUIPOS ANALIZADORES PROPUESTOS PARA CADA UNIDAD MÉDICA, ASEGURANDO LA COMPATIBILIDAD DE LOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES, CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO PROPUESTO, SEGÚN LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN.

(PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRADA DE LA EMPRESA)

### ANEXO No. 2-H2

#### FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		FECHA DE PRESENTACIÓN:
R.F.C.		CORREOS ELECTRÓNICOS:
NÚMERO DE LICITACIÓN:		OBJETO DE LICITACIÓN:
EQUIPO PROPUESTO:		MARCA:
NÚMERO DE ANEXO 1 Y LETRA:		MODELO
POR PAQUETE Y CADA TIPO DE ESTUDIOS:		
UNIDAD MÉDICA QUE SE COMPRENDEN :		

	ESTUDIO O PRUEBA (ANALITO)	FUNDAMENTO	SENSIBILIDAD	LINEALIDAD	NO. DE PUNTOS DE CALIBRACIÓN	ESTABILIDAD CURVA	TIEMPO PROCESO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

**NOTA:** EL LICITANTE DEBE FORMULAR ESTE ANEXO 2-H2 EN HOJA LEGAL (OPICHO) CUANTAS VECES SEA NECESARIO, FORMA PARTE DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO AL EQUIPO OFERTADO, EN CONGRUENCIA CON LO PROPUESTO EN EL ANEXO 2-H1 Y TENIENDO RELACIÓN CON LO REQUERIDO EN CADA ANEXO 1-G ACORDE A LOS EQUIPOS ANALIZADORES PROPUESTOS O PRUEBAS MANUALES SOLICITADAS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS, EN LOS DIVERSOS PAQUETES DE PRUEBAS, ASEGURANDO LA COMPATIBILIDAD CON LOS REACTIVOS O CONSUMIBLES, CON LA MARCA Y MODELO DEL DEL EQUIPO PROPUESTO.

**Ambos anexos se encontrarán disponibles en el sistema COMPRANET y COMPRASBC al término de la presente junta.**

### **NOTA ACLARATORIA NÚMERO 3**

Se **ACLARA** que del ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONCENTRADO de estimaciones mensuales de pruebas del HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y UNEME ONCOLOGIA, dentro del paquete de estudios de pruebas especiales, podrá ofertarse como **prueba manual el renglón 74 factor reumatoide y renglón 75 antiestreptolisina.**

### **NOTA ACLARATORIA NUMERO 4**

Se **ACLARA** que del ANEXO 1-E1-(HMI) RELACIÓN DE PRUEBAS para el HOSPITAL MATERNO INFANTIL, dentro del paquete de estudios de pruebas especiales, **podrá ofertarse como prueba manual el renglón 72 factor reumatoide y renglón 73 antiestreptolisina.**

### **NOTA ACLARATORIA NUMERO 5**

Se **ELIMINAN** algunas pruebas para el LABORATORIO ESTATAL por razón de que se procesan por biología molecular; están señaladas dentro del **ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONCENTRADO** de estimaciones mensuales de pruebas para los HOSPITALES-CAAPS-LESP, del paquete de estudios de QUIMIOLUMINISCENCIA (ARCHITEC-ABBOT) LESP, los analitos que se eliminan son: **renglón 72 rubeola, renglón 73 dengue, y renglón 74 sarampión.**

### **NOTA ACLARATORIA NUMERO 6**

Se **ELIMINAN** algunas pruebas para el LABORATORIO ESTATAL por razón de que se procesan por biología molecular; están señaladas dentro del **ANEXO NUMERO 1-D LESP (LABORATORIO ESPECIALIZADO, NIVEL 4),** dentro del paquete de estudios de QUIMIOLUMINISCENCIA (ARCHITEC-ABBOT) LESP, los analitos que se eliminan son: **renglón 29 rubeola, renglón 30 dengue y renglón 31 sarampión.**

### **NOTA ACLARATORIA NUMERO 7**

Se **ELIMINAN** algunas pruebas señaladas dentro del ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONCENTRADO de estimaciones mensuales de pruebas para HOSPITALES-CAAPS-LESP , dentro del paquete de estudios de pruebas especiales y/o marcadores tumorales: se elimina **renglón 48 rubeola IGG y renglón 49 rubeola IGM**

### **NOTA ACLARATORIA NUMERO 8**

Se **ELIMINA** algunas pruebas señaladas dentro del ANEXO 1 REQUERIMIENTO CONCENTRADO de estimaciones mensuales de pruebas para HOSPITAL MATERNO INFANTIL y UNEME ONCOLOGIA, dentro del paquete de estudios de pruebas especiales y/o marcadores tumorales: **renglón 60 rubeola IGG y renglón 61 rubeola IGM**

### **NOTA ACLARATORIA NUMERO 9**

Se **ELIMINA** algunas pruebas señaladas dentro del ANEXO 1 –B1-HGTEC, HOSPITAL GENERAL DE TECATE (LABORATORIO INTERMEDIO, NIVEL 2), dentro del paquete de estudios de pruebas especiales: se elimina **renglón 41 rubeola IGG y renglón 42 rubeola IGM**

**NOTA ACLARATORIA NUMERO 10**

Se **ELIMINA** algunas pruebas señaladas dentro del ANEXO 1 –B2-HGPR, HOSPITAL GENERAL PLAYAS DE ROSARITO (LABORATORIO INTERMEDIO, NIVEL 2), dentro del paquete de estudios de pruebas especiales y marcadores tumorales: **se elimina renglón 41 rubeola IGG y renglón 42 rubeola IGM**

**NOTA ACLARATORIA NUMERO 11**

Se **ELIMINA** algunas pruebas señaladas dentro del ANEXO 1-C1-HGM, HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI (LABORATORIO AVANZADO, NIVEL 3), dentro del paquete de estudios de pruebas especiales y marcadores tumorales: **se elimina renglón 45 rubeola IGG y renglón 46 rubeola IGM**

**NOTA ACLARATORIA NUMERO 12**

Se **ELIMINA** algunas pruebas señaladas dentro del ANEXO 1-C2-HGT, HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA (LABORATORIO AVANZADO, NIVEL 3), dentro del paquete de estudios de pruebas especiales y marcadores tumorales: **se elimina renglón 45 rubeola IGG y renglón 46 rubeola IGM**

**NOTA ACLARATORIA NUMERO 13**

Se **ELIMINA** algunas pruebas señaladas dentro del ANEXO 1-C3-HGE, HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA (LABORATORIO AVANZADO, NIVEL 3), dentro del paquete de estudios de pruebas especiales y marcadores tumorales: **se elimina renglón 42 rubeola IGG y renglón 43 rubeola IGM**

**NOTA ACLARATORIA NUMERO 14**

Se **ELIMINA** algunas pruebas señaladas dentro del ANEXO 1 –E1-HMI, HOSPITAL MATERNO INFANTIL (LABORATORIO INTERMEDIO, NIVEL 2), dentro del paquete de estudios de pruebas especiales: **renglón 58 rubeola IGG y renglón 59 rubeola IGM**

**NOTA ACLARATORIA NUMERO 15**

Se **ELIMINA** prueba de CRISTALOGRAFÍA, por motivo de no requerir de reactivo para su procesamiento, señalada dentro del ANEXO 1 –E1-HMI, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, dentro del paquete de estudios de pruebas manuales: **renglón 81 cristalografía**

Acto seguido se procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración en los siguientes términos:

### CUESTIONARIOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA

LABORATORIOS LICON S.A.				
TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	PUNTO 1.11 (ANEXO 9)	<p>FORMULAR ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE LA NACIONALIDAD MEXICANA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS QUE OFERTA SON EN TERRITORIO NACIONAL, EN CONGRUENCIA CON SU OFERTA PARA LA PARTIDA ÚNICA COMPLETA. <b>SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA MI APRECIACIÓN QUE ESTE ANEXO APLICA SOLAMENTE PARA LICITANTES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS BIENES A OFERTAR PUEDEN SER ORIGEN EXTRANJERO. ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?</b></p>	<p>LA PRESENTE LICITACION ES DE CARÁCTER NACIONAL POR LO TANTO UNICAMENTE PODRAN PARTICIPAR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE LOS BIENES A ADQUIRIR SEAN PRODUCIDOS EN EL PAIS Y CUENTEN, POR LO MENOS, CON UN CINCUENTA POR CIENTO DE CONTENIDO NACIONAL.</p>
TECNICA	2	ANEXO 1-1 REQ. CONCENTRADO MENSUAL- LABORATORIO-HM- UNEME. PRUEBAS ESPECIALES, PARTIDA 74, FACTOR REUMATOIDE, 75, ANTIESTREPTOLISINA Y 76 PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)	<p><b>SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR SI ESTAS PRUEBAS SE REALIZARÁN DE MANERA MANUAL O EN EQUIPO.</b></p>	<p>PODRÁ OFERTAR QUE SEAN DE MANERA MANUAL LAS PRUEBAS CLINICAS SEÑALADAS EN LOS RENGLONES 74, 75 Y 76 REFERIDAS EN EL ANEXO CONCENTRADO DE PRUEBAS ESPECIALES, PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y LA UNEME ONCOLOGIA, POR CONSECUENCIA TAMBIEN PARA EL ANEXO 1-E1 Y ANEXO 1-E2.</p>
TECNICA	3	ANEXO 1-G, (COAGULACION) HGM, HGT-HGE. CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL EQUIPO DE COAGULACIÓN PARA HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA.	<p><b>SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b> EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, TIEMPO DE TROMBINA, FIBRINÓGENO, FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES. SISTEMA DE DETECCIÓN BASADO EN LA VISCOSIMETRIA. 96 TUBOS DE MUESTRAS PRIMARIOS A BORDO. 45 POSICIONES DE REFRIGERACIÓN DE REACTIVOS PARA FRASCOS DE DISTINTOS TAMAÑOS. PRUEBAS POR HORA: TP: 150 TP/TPA: 100 CARGA ALEATORIA DE MUESTRAS Y REACTIVOS. CONTROL DE CALIDAD (LEVEY JENNINGS, REGLAS DE WESTGARD). IDENTIFICACION POSITIVA MEDIANTE CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS. PANTALLA TÁCTIL LCD A COLOR. CON POSIBILIDAD DE CARGAR LAS MUESTRAS DE FORMA INMEDIATA SIN IMPACTO ALGUNO EN EL RENDIMIENTO DEL INSTRUMENTO. GESTION INSTANTÁNEA DE LAS PRUEBAS URGENTES. VOLUMEN DE MUESTRA: 50 µL. VOLUMEN DE REACTIVE: 50 A 100 µL ÓPTICO. PRUEBAS REFLEX. MÉTODO DE DETECCIÓN DE COÁGULO: MECÁNICO Y ELECTROMECAÁNICO Y FOTO ÓPTICO ANÁLISIS DE PRUEBAS CROMOGÉNICAS E INMUNOTURBIDIMÉTRICAS. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CORRIENTE ELÉCTRICA 120V / 60 HZ CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES: CANALES DE MEDICIÓN 4. CON CAPACIDAD DE TENER CURVAS PRECALIBRADAS POR LOTES DE REACTIVOS PARA TP, FIBRINOGENO Y DIMERO D;</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO.</p>

**LABORATORIOS LICON S.A.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			EVITANDO GASTO INNECESARIO DE TIEMPO, REACTIVO Y CONSUMIBLES.	
TECNICA	4	ANEXO 1-G, (COAGULACION) HGTEC-HGPR HMI-CAAPS. CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL EQUIPO DE COAGULACIÓN PARA HOSPITAL GENERAL TECATE, ROSARITO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y CAAPS RUIZ Y 14.	<p><b>SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b></p> <p>EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA TIEMPO DE PROTROMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, TIEMPO DE TROMBINA, FIBRINÓGENO, FACTORES DE COAGULACIÓN Y PRUEBAS ESPECIALES.</p> <p>PRUEBAS POR HORA: TP: 50 TP/TTPA: 40</p> <p>CAPACIDAD DE 20 MUESTRAS A BORDO</p> <p>CARGA CONTINUA DE MUESTRAS</p> <p>CAPACIDAD DE 16 REACTIVOS A BORDO TODOS REFRIGERADOS.</p> <p>SISTEMA DE DETECCIÓN BASADO EN LA VISCOSIDAD.</p> <p>MÉTODO DE DETECCIÓN DE COÁGULO: MECÁNICO Y ELECTROMECÁNICO Y FOTO ÓPTICO</p> <p>ANÁLISIS DE PRUEBAS CROMOGÉNICAS E INMUNOTURBIDIMÉTRICAS</p> <p>CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES: CANALES DE MEDICIÓN 3</p> <p>VOLUMEN DE MUESTRA: 50 µL</p> <p>VOLUMEN DE REACTIVO: 50 A 100 µL ÓPTICO</p> <p>PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD: LEVEY-JENNINGS</p> <p>PROGRAMACIÓN Y PROCESO DE MUESTRAS URGENTES</p> <p>LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (TUBO PRIMARIO Y REACTIVO)</p> <p>CON CAPACIDAD DE TENER CURVAS PRECALIBRADAS POR LOTES DE REACTIVOS PARA TP, FIBRINOGENO Y DIMERO D; EVITANDO GASTO INNECESARIO DE TIEMPO, REACTIVO Y CONSUMIBLES.</p> <p>CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA</p> <p>COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL</p> <p>CORRIENTE ELÉCTRICA 120V / 60 HZ</p>	NO SE ACEPTA; DADO QUE EN EL ISESALUD LAS UNIDADES MÉDICAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN CUYO MÉTODO VALIDADO ES EL DE DETECCIÓN DE COAGULO ABSORVENCIA PUNTO FINAL.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	1.22	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE A FIN DE AGILIZAR Y MEJOR REVISIÓN, SE NOS PERMITA FOLIAR DE MANERA INDEPENDIENTE CADA UNA DE LAS CARPETAS PRESENTADAS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN FOLIADAS LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
ADMINISTRATIVA	2	1.22	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA RUBRICAR HOJAS COMPLEMENTARIAS Y FIRMA AUTÓGRAFA ÚNICAMENTE AL FINAL DE CADA DOCUMENTOS EN DONDE SE SEÑALE EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	3	9.8 ADEMÁS DE LA PRESENTACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE QUIMICOS Y TÉCNICOS ESPECIALIZADO REQUERIDO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL (HMI) Y EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (LESP)	ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIMOS CON EL PERSONAL REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA, QUE POR UNA PARTE DEBE ACREDITAR CON LA CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO O BIEN ESCRITO LIBRE BAJO PROTESTA, MANIFESTANDO CONOCER LAS INSTALACIONES Y QUE CUMPLIRA CON LA PRESENTACION DEL PERSONAL PROFESIONAL DE QUIMICOS Y TECNICOS PARA EL HMI Y EL LESP, Y POR OTRA PARTE DEBE CADA LICITANTE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-F1 SERVICIOS CONEXOS APLICABLES A TODAS LAS UNIDADES MEDICAS Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA EN SU PROPUESTA TECNICA.
ADMINISTRATIVA	4	15. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE PROPUESTAS INCISO C.1)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA PRESENTACIÓN ÚNICAMENTE DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES ASÍ COMO DE SUS REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, DEBERA PRESENTAR COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS Y DE LOS REACTIVOS.
	5	15. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE PROPUESTAS INCISO C.1) MENCIONA: ASIMISMO EL LICITANTE DEBE PRESENTAR EL ANEXO 2-F SERVICIOS CONEXOS MISMO QUE ESTARA APEGADO A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1-F1 SERVICIOS CONEXOS APLICABLE PARA TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS DESCRITAS Y LOS DEMAS ANEXOS 1 (UNO'S), ANEXO 1-F2, SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS; ANEXO 1-F3 RELACION DE MATERIAL PARA LABORATORIO FASE PRE-ANALITICA; ASI COMO DEBE FORMULAR LOS ANEXOS 2-G CEDULAS DESCRIPTIVAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, MISMO QUE DEBE ESTAR APEGADO A LOS ANEXOS 2-G Y NIVEL DE LABOTARIOS DESCRITOS PARA CADA UNIDAD MÉDICA SEGÚN CORRESPONDE; DEBIENDO ADEMÁS FORMULAR LOS ANEXO 2-H1 Y ANEXO 2-H2 SEÑALANDO LA DESCRIPCIÓN DE LOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS ANALIZADORES IDENTIFICADOS POR CADA UNIDAD MÉDICA, DE LA MISMA FORMA TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y DEMÁS ANEXOS APLICABLES PARA LA FORMULACIÓN DE SU PROPUESTA.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS ANEXOS 2F, 2G, 2-H1 Y 2-H2, QUE SE MENCIONAN YA QUE EN LA PARTE DE ANEXOS NO SE ENCUENTRAN DICHS FORMATOS. ¿FAVOR DE ACLARAR?	FAVOR DE APEGARSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS ANTERIORMENTE DESCRITAS Y A LAS OBSERVACIONES DESCRITAS AL PIE DE PÁGINA DE CADA ANEXO 1-F1, ANEXO 1-F2, ANEXO F3, ADEMAS VER NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE EN EL LA JUNTA, DE QUE ADICIONA EL ANEXO 1-G CEDULA DE ESPECIFICACIONES PARA QUIMIOLUMINISCENCIA, ASIMISMO SE ADICIONAN LOS FORMULARIOS DE LOS ANEXOS 2-H1 Y ANEXO 2-H2 PARA EFECTO DE PREPARLOS EN SU PROPUESTA.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	6	15. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE PROPUESTAS (INCISO H)	DEBIDO A QUE EL FABRICANTE CUENTA CON REPRESENTANTE PARA COMERCIALIZAR LEGALMENTE SUS PRODUCTOS EN MÉXICO, BAJO LA FIGURA DE EMPRESAS FILIALES OFICIALMENTE AUTORIZADAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE LA CARTA ORIGINAL DEL FILIAL, FABRICANTE, DISTRIBUIDOR EN MÉXICO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, CADA LICITANTE ACREDITARÁ EL RESPALDO DE COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS EN MÉXICO.
ADMINISTRATIVA	7	15. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE PROPUESTAS (INCISO H)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA PRESENTACIÓN ÚNICAMENTE DE CARTAS DE APOYO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE CADA LICITANTE DEBE PRESENTAR LAS CARTAS DE APOYO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y DE LOS REACTIVOS DENTRO DE SU PROPUESTA.
ADMINISTRATIVA	8	PUNTO 7. PRECIO DICE: 7.1. LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS COTIZACIONES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PRECIOS UNITARIOS IGUALES POR TODOS LOS CONCEPTOS DE PRUEBAS O ANALITOS COMPRENDIDOS EN UN MISMO PAQUETE DE PRUEBAS, ES DECIR DEBERÁ RESPETAR EL MISMO PRECIO UNITARIO IGUAL POR COSTO DE PRUEBA (ANALITO) PARA LOS MISMOS PAQUETES DE TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS, PERMANECERÁ FIJO EL PRECIO UNITARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA Y POR TODA LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN. 7.2. EL LICITANTE CONCURSANTE DEBE OFERTAR EL MISMO PRECIO PARA EL MISMO TIPO DE PRUEBAS O ANALITOS QUE SE INTEGRAN EN UN MISMO PAQUETE DE PRUEBAS QUE LO COMPONEN, EN IGUALDAD PARA TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS QUE LAS REQUIEREN, DEBIENDO PROPONERLO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA. NO ABRA AJUSTE DE PRECIOS.	EN EL CASO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y UNEME DE ONCOLOGÍA SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, LO CUAL IMPLICA UN COSTO EXTRA POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRECIOS DIFERENTES CON EL FIN DE EVITAR ENCARECER DE FORMA GENERAL LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTO, PODRÁN SOLO OFERTAR PRECIOS DISTINTOS POR LAS PRUEBAS SOLICITADAS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PERO EN IGUALDAD PARA LA UNEME ONCOLOGIA.
ADMINISTRATIVA	9	ANEXO 1 F-1 SERVICIOS CONEXOS INCISO B.6 DICE EL LICITANTE ENTREGARA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS DE ACUERDO A CADA ANEXO 2 OFERTADO, DE IGUAL MANERA EN CASO DE CAMBIOS DE FECHA ACTUALIZARA LOS DATOS EL MISMO, ACORDE A LO ADJUDICADO. POR LO QUE ES NECESARIO QUE CUENTE CON OFICINAS DENTRO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UN ESTRICTO CONTROL DE LOS REPORTES, EL LICITANTE PARTICIPANTE CUENTE CON UN CALL CENTER EL CUAL FUNCIONE 24 HORAS, 365 DÍAS DEL AÑO, MISMO QUE ASIGNARA DE FORMA CONSECUTIVA UN NUMERO DE REPORTE CON EL CUAL SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO, SIENDO ESTE SERVICIO PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE Y NO DEL FABRICANTE QUE REPRESENTA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ ENTREGAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONTAR CON EL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, CADA LICITANTE DEBERÁ OTORGAR UN NÚMERO TELEFONICO PARA DAR ATENCIÓN RESOLUTIVA, DENTRO DE SU PROGRAMA DE MANTENIMIENTO O PARA CUALQUIER SOLUCIÓN QUE SEA NECESARIA.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
		TODOS LOS CASOS QUE SE REQUIERA DE LA ATENCIÓN INMEDIATA DE CUALQUIER REPORTE QUE SE LES NOTIFIQUE, DEBERÁ DAR A CONOCER AL ISESALUD UN NUMERO TELEFÓNICO Y/O UN NUMERO 01-800 PARA LA ATENCIÓN RESOLUTIVA QUE DEBE PROPORCIONAR EN CUALQUIERA DE LAS UNIDADES MÉDICAS DONDE SE UBIQUEN LOS LABORATORIOS DE LAS UNIDADES MEDICAS PERTENECIENTES AL ISESALUD.		
ADMINISTRATIVA	10	PUNTO 18.3 REQUISITOS DE LA PROPOSICION ECONOMICA INCISO C DICE; EL LICITANTE DEBE CALCULAR Y PROPONER LOS PRECIOS UNITARIOS POR EL PAQUETE INTEGRAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, INCLUYENDO CADA ANALITO QUE SE INTEGRA EN CADA PAQUETE DE PRUEBAS CON TODOS LOS CONCEPTOS, PREVIENDO LOS COSTOS INDIRECTOS O GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ENTRE LOS CUALES SE MENCIONAN ALGUNOS SUPUESTOS INCISO A) AL O)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE NOS COMPROMETEMOS A DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE ESTOS PUNTOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS. FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA QUE SON SUPUESTOS QUE DEBE CONSIDERAR PARA FORMULAR SU PROPUESTA ECONÓMICA, MOTIVO POR LO QUE DEBE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	11	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS NUMERAL: VI MANEJADOR DE BASE DE DATOS ORACLE.	EL MENCIONAR LA MARACA ORACLE PUEDE LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, POR LO QUE, OFRECEMOS INSTALAR UN MANEJADOR DE BASES DE DATOS RELACIONAL CLIENTE-SERVIDOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, LO INDICADO EN EL ANEXO 1-F2, REQUERIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIO SON ESPECIFICACIONES DE REQUISITOS MINIMOS.
TECNICA	12	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: CÓDIGO DE BARRAS NUMERAL: 54 MANEJO DE SEROTECA	¿ESTE MÓDULO SE PUEDE INSTALAR COMO UN MÓDULO ANEXO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO (LIS)? FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA COMO OPCIONAL.
TECNICA	13	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: TRABAJO EN LABORATORIO NUMERAL: 69 MANEJO DE CODIGO DE COLORES QUE IDENTIFIQUEN EL STATUS DEL PROCESO DE LA PRUEBA	SE PUEDE PRESENTAR EL STATUS DE PROCESAMIENTO DE OTRA FORMA, YA QUE, ES MUY ESPECÍFICO Y RESTRICTIVO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAR COLORES. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA QUE DEBERA APEGARSE AL REQUIMIENTO TECNICO, PUEDE UTILIZAR UN CODIGO DE COLORES DIFERENTE.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	14	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: TRABAJO EN LABORATORIO NUMERAL: 71 VISUALIZACION EN MODO GRAFICO Y UTILIZANDO CODIGO DE COLORES, EL STATUS DE PROCESAMIENTO DE CADA SECCION, POR EJEMPLO: GRIS – SIN PROCESAR, VERDE – CON RESULTADO, ROJO – BLOQUEADO, AMARILLO – RETENIDO	SE PUEDE PRESENTAR EL STATUS DE PROCESAMIENTO DE OTRA FORMA, YA QUE, ES MUY ESPECÍFICO Y RESTRICTIVO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAR COLORES ESPECÍFICOS Y GRAFICA DE UN SOLO MODELO, LO CUAL SE PUEDE INTERPRETAR QUE ESTÁ DIRIGIDO A UNA SOLA MARCA DE SOFTWARE.	SE ACLARA QUE DEBERA APEGARSE AL REQUIMIENTO TECNICO, PUEDE UTILIZAR UN CODIGO DE COLORES DIFERENTE.
TECNICA	15	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: MÓDULO DE ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS (BI) NUMERAL: 182 NUMERAL: 183	¿ESTA FUNCIONALIDAD SE PUEDE CUBRIR CON LAS FUNCIONES DEL SISTEMA OFRECIDO SIN TENER UN MÓDULO ESPECÍFICO PARA ELLO?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	16	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: OTROS NUMERAL: 184 POSIBILIDAD DE DISEÑO DE PANTALLAS PARA TOUCH SCREEN	¿ESTE PUNTO ES OPCIONAL Y EN CASO DE SER NECESARIO SE JUSTIFICARA SU DISEÑO?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	17	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: OTROS NUMERAL: 185 CAPACIDAD DE CONFIGURACION DE SALIDA DE DATOS VIA SMS	¿ESTE PUNTO ES OPCIONAL Y EN CASO DE SER NECESARIO SE JUSTIFICARA SU DISEÑO?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	18	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: OTROS NUMERAL: 186 MANEJO DE BIBLIOTECA DENTRO DE LA MISMA APLICACIÓN CON POSIBILIDAD DE SUBIR CUALQUIER TIP DE DOCUMENTO, MANUAL, VIDEO, ETC.,QUE DE APOYO AL SERVICIO DE LABORTORIO.	¿ESTE MÓDULO ES OPCIONAL? YA QUE NO ES PROPIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE LABORATORIO.	NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE APLICA EN CASOS DE ABS Y CELULAS ATIPICAS EN BH.
TECNICA	19	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: OTROS NUMERAL: 187 CUENTE CON CHAT QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN ENTRE USUARIOS DE LA APLICACIÓN, AUN CON OTROS LABORATORIOS INTERCONECTADOS.	¿ESTE MÓDULO ES OPCIONAL? YA QUE NO ES PROPIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE LABORATORIO.	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	20	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: OTROS NUMERAL: 188 CAPACIDAD DE CONFIGURAR PANTALLAS DE TRABAJO PERSONALIZADAS A CADA SECCION, POR EJEMPLO, PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA DONDE PODRIA SER DE INTERES VER LAS IMÁGENES CAPTADAS DEL ANALIZADOR.	¿ESTE PUNTO ES OPCIONAL Y EN CASO DE SER NECESARIO SE JUSTIFICARA SU DISEÑO?	NO SE ACEPTA, YA QUE SE UTILIZAN HOJAS DE TRABAJO EN CADA AREA.
TECNICA	21	ANEXO 1- F2 REQUISITOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIOS APARTADO: MÓDULO ESPECÍFICO DE MICROBIOLOGÍA NUMERAL: 195 AL 206	¿ESTA FUNCIONALIDAD SE PUEDE CUBRIR CON LAS FUNCIONES DEL SISTEMA OFRECIDO SIN TENER UN MÓDULO ESPECÍFICO PARA ELLO?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	22	ANEXO 1-G (UROANÁLISIS) LESP CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO PARA LA UNIDAD MÉDICA SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO. EN EL PUNTO 3 SOLICITAN CAPACIDAD DE REALIZAR ANÁLISIS QUÍMICO DE ORINA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: GLUCOSA, PROTEÍNAS, BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, PH, SANGRE, CETONAS, NITRITOS, LEUCOCITOS, ÁCIDO ASCÓRBICO, DENSIDAD ESPECÍFICA, COLOR Y CLARIDAD.	LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO EN UN EQUIPO QUE REALIZA ANÁLISIS DE QUÍMICA DE ORINA Y SEDIMENTO URINARIO EN UN MISMO SISTEMA ES EXCLUSIVA DEL EQUIPO IRYS DE IL DIAGNOSTICS. POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE DICHO PARÁMETRO SEA OPCIONAL Y QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE REALIZA ANÁLISIS DE QUÍMICA DE ORINA Y SEDIMENTO URINARIO EN UN MISMO SISTEMA DE OTRA CASA COMERCIAL.	E ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	23	ANEXO 1-G (UROANÁLISIS) LESP CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO PARA LA UNIDAD MÉDICA SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO. EN EL PUNTO 4 SOLICITAN PRINCIPIO DE MEDICIÓN: FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA. GRAVEDAD ESPECÍFICA: ÍNDICE DE REFRACCIÓN. COLOR Y CLARIDAD: FLUJO DE TRANSMISIÓN Y DISPERSIÓN DE SENSOR DE COLOR CON ILUMINACIÓN DE LUZ BLANCA. TRES LONGITUDES DE ONDA: 472, 520, 630 NM.	ESTE PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES EXCLUSIVO DEL EQUIPO IRYS DE IL DIAGNOSTICS. POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TAMBIÉN COMO FUNDAMENTO: FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA CON 4 LONGITUDES DE ONDA, REFRACTOMETRIA, TURBIDIMETRIA, MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y EVALUACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	24	ANEXO 1-G (UROANÁLISIS) LESP CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO PARA LA UNIDAD MÉDICA SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO. EN EL PUNTO 5 SOLICITAN PRINCIPIO PARA ANÁLISIS DE SEDIMENTO URINARIO: SISTEMA DE FLUJO LAMINAR PLANO CON IMÁGENES DIGITALES EN SECUENCIA Y CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	ESTE PRINCIPIO DE MEDICIÓN ES EXCLUSIVO DEL EQUIPO IRYS DE IL DIAGNOSTICS. POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TAMBIÉN PRINCIPIO PARA ANÁLISIS DE SEDIMENTO URINARIO: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y EVALUACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	25	ANEXO 1-G (UROANÁLISIS) LESP CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO PARA LA UNIDAD MÉDICA SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO. EN EL PUNTO 13 SOLICITAN CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON ESTADÍSTICAS Y GRAFICAS DE LEVEY-JENNING	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE ANALIZADOR CON CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	26	ANEXO 1-G (UROANÁLISIS) LESP CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO PARA LA UNIDAD MÉDICA SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO. EN EL PUNTO 3 SOLICITAN CAPACIDAD DE REALIZAR ANÁLISIS QUÍMICO DE ORINA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: GLUCOSA, PROTEÍNAS, BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, PH, SANGRE, CETONAS, NITRITOS, LEUCOCITOS, ÁCIDO ASCÓRBICO, DENSIDAD ESPECÍFICA, COLOR Y CLARIDAD.	SERÍA IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL ÁCIDO ASCÓRBICO PUEDE OCASIONAR FALSOS NEGATIVOS, YA QUE EN CASO DE INTERFERENCIA DE ESTE PARÁMETRO NO SE PRESENTA COLOR EN LA MEDICIÓN DE LA GLUCOSA, ERITROCITOS Y HEMOGLOBINA. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE TRABAJE CON TIRA REACTIVA QUE CONTENGA YODATO PARA EVITAR LA INTERVENCIÓN DEL ÁCIDO ASCÓRBICO EN LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	27	ANEXO 1-G (QUÍMICA CLÍNICA) HGM-HGT-LESP PUNTO 2: SOLICITAN: DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS POR POTENCIOMETRÍA INDIRECTA, CALIBRACIÓN INTERNA AUTOMÁTICA.	SOLICITAMOS QUE LA DETERMINACIÓN DE ELECTRÓLITOS SÉRICOS SEA POR ISE INDIRECTO Y LA CALIBRACIÓN SEA REALIZADA EN FORMA AUTOMATIZADA CON ESTO NO SE VE AFECTADA LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS YA QUE EL ISE ES EL ESTÁNDAR DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	28	ANEXO 1-G (QUÍMICA CLÍNICA) HGM-HGT-LESP PUNTO 4: SOLICITAN: NÚMERO DE REACTIVOS A BORDO: 96 REACTIVOS.	SOLICITAMOS SE ACEPTEN POR LO MENOS 60 REACTIVOS ABORDO, YA QUE CON ESTA CANTIDAD SE CUBREN LOS ANALITOS SOLICITADOS Y SOBРАН POSICIONES PARA OTROS REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	29	ANEXO 1-G (QUÍMICA CLÍNICA) HGM-HGT-LESP PUNTO 7: SOLICITAN: CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 500 PRUEBAS FOTOMÉTRICAS POR HORA Y 375 ELECTROLITOS POR HORA.	SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 800 PRUEBAS FOTOMÉTRICAS POR HORA Y 600 ELECTROLITOS POR HORA CON LO CUAL LA VELOCIDAD DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS ES EN MENOR TIEMPO CON UNA ALTA CALIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	30	ANEXO 1-G (QUÍMICA CLÍNICA) HGM-HGT-LESP PUNTO 11: SOLICITAN: RECALCULO DE RESULTADOS SIN NECESIDAD DE REPROCESO DE MUESTRAS DESPUÉS DE LA CALIBRACIÓN.	EN LOS INSTRUMENTOS ACTUALES NO HAY RECALCULO DE RESULTADOS DESPUÉS DE UNA CALIBRACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO ALMACENE SUS RESULTADOS EN MEMORIA, YA NO NUESTRO EQUIPO NO REQUIERE DE ESTA CARACTERÍSTICA, CON ESTO SE EVITAN CONFUSIONES DE REACALCULAR RESULTADOS EN CADA CALIBRACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	31	ANEXO 1-G (QUÍMICA CLÍNICA) HGM-HGT-LESP PUNTO 12: SOLICITAN: AUTO DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS PATOLÓGICAS, CUANDO UNA MUESTRA SOBREPASA LOS LÍMITES DE LINEALIDAD O SEGÚN LAS CONDICIONES DE DILUCIÓN ESTABLECIDAS POR EL USUARIO EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR DILUCIÓN AUTOMÁTICA.	SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO SEA CAPAZ DE REALIZAR PRUEBAS REFLEJAS YA QUE ESTA CAPACIDAD SIGNIFICA QUE EL INSTRUMENTO REALIZA LA AUTO DILUCIÓN DE MUESTRAS PATOLÓGICAS, CUANDO ESTAS SOBREPASAN LOS LÍMITES DE LINEALIDAD. SIENDO ESTA CAPACIDAD LO QUE SOLICITAN CON UN NOMBRE DIFERENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	32	ANEXO 1-G (QUÍMICA CLÍNICA) HGM-HGT-LESP PUNTO 14: SOLICITAN: SISTEMA DE INCUBACIÓN CON CONTROL DE TEMPERATURA HÚMEDO. OBLIGATORIO 37 °C	SOLICITAMOS SE ACEPTE SISTEMA DE INCUBACIÓN CON CONTROL DE TEMPERATURA SECO A 37°C, CON ESTO SE ELIMINA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INCUBACIÓN Y LA NECESIDAD DE SOLUCIONES PARA SU MANTENIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	33	ANEXO 1-G (QUÍMICA CLÍNICA) HGM-HGT-LESP PUNTO 16: SOLICITAN: CARRUSEL, DISCO DE MUESTRAS O GRADILLAS CON POSICIONES PARA MUESTRAS Y QUE CUALQUIERA DE ESTAS PUEDA SER ACTIVADA COMO MUESTRA URGENTE.	SOLICITAMOS QUE EL INSTRUMENTO CUENTE CON ROTOR DE MUESTRAS URGENTES QUE SEAN PROCESADAS EN CUALQUIER MOMENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	34	ANEXO QUÍMICA CLÍNICA) HGE-HGTEC-HGPR-CAAPS-HMI. PUNTO 3: SOLICITAN: DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS POR POTENCIOMETRÍA INDIRECTA, CALIBRACIÓN INTERNA AUTOMÁTICA.	SOLICITAMOS QUE LA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS SÉRICOS SEA POR ISE INDIRECTO Y LA CALIBRACIÓN SEA REALIZADA EN FORMA AUTOMATIZADA CON ESTO NO SE VE AFECTADA LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS YA QUE EL ISE ES EL ESTÁNDAR DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	35	ANEXO QUÍMICA CLÍNICA) HGE-HGTEC-HGPR-CAAPS-HMI. PUNTO 4: SOLICITAN: NÚMERO DE REACTIVOS A BORDO: 96 REACTIVOS	SOLICITAMOS SE ACEPTEN POR LO MENOS 60 REACTIVOS ABORDO, YA QUE CON ESTA CANTIDAD SE CUBREN LOS ANALITOS SOLICITADOS Y SOBРАН POSICIONES PARA OTROS REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	36	ANEXO QUÍMICA CLÍNICA) HGE-HGTEC-HGPR-CAAPS-HMI. PUNTO 12: SOLICITAN: AUTO DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS PATOLÓGICAS, CUANDO UNA MUESTRA SOBREPASA LOS LÍMITES DE LINEALIDAD O SEGÚN LAS CONDICIONES DE DILUCIÓN ESTABLECIDAS POR EL USUARIO EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR DILUCIÓN AUTOMÁTICA.	SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL INSTRUMENTO SEA CAPAZ DE REALIZAR PRUEBAS REFLEJAS YA QUE ESTA CAPACIDAD SIGNIFICA QUE EL INSTRUMENTO REALIZA LA AUTO DILUCIÓN DE MUESTRAS PATOLÓGICAS, CUANDO ESTAS SOBREPASAN LOS LÍMITES DE LINEALIDAD. SIENDO ESTA CAPACIDAD LO QUE SOLICITAN CON UN NOMBRE DIFERENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	37	ANEXO 1-G, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS. PUNTO 13, DICE "CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: 100 MUESTRAS DE PACIENTES Y 20 DE CONTROL DE CALIDAD"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EQUIPO QUE TENGA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 80 MUESTRAS DE PACIENTES, Y HASTA 32 ENTRADAS DE CONTROL DE CALIDAD. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	38	ANEXO'S 1-G CEDULAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES PUNTO. 5, DICE: "FUNCIONAMIENTO CON CARTUCHO MULTIPRUEBAS QUE CONTENGA TODO LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS COMO SON: SOLUCIONES CALIBRADORAS, GASES MEZCLADOS, AGUJA TOMA MUESTRA, ELECTRODOS O BIOSENSORES Y CONTENEDOR DE DESECHOS."	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE EQUIPO CON SISTEMA ÚNICO DE CARTUCHOS CON CERO MANTENIMIENTO QUE CONSISTE DE CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA SENSORES, CALIBRADORES Y CC DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA DE ELIMINACIÓN SEGURO DE RESIDUOS DE MATERIALES BIOLÓGICOS PELIGROSOS CONTENIDOS DENTRO DEL CARTUCHO DE CALIBRACIÓN CON OBJETO DE CONTAR CON UNA MEJOR CALIDAD EN EL RESULTADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO TAMBIEN ES UTILIZADO POR MEDICOS INTERNOS Y PERSONAL TÉCNICO, Y EL SISTEMA SOLICITADO NO REDUCE MANIPULACIÓN DEL INSTRUMENTO POR PARTE DEL USUARIO DEL EQUIPO.
TECNICA	39	ANEXO'S 1-G CEDULAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES PUNTO. 11, DICE: "CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO AUTOMÁTICO CON VERIFICACIÓN POR MUESTRA O CADA 30 MINUTOS SIN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EQUIPO CUYOS CONTROLES SE REALICEN AUTOMÁTICAMENTE A INTERVALOS SELECCIONADOS POR EL USUARIO. CON CONTROL DE CALIDAD SUPLEMENTARIO QUE CONTROLA DE MANERA CONTINUA EL ESTADO Y RENDIMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES ANALÍTICOS (INCLUYENDO SENSORES, REACTIVOS, CALIBRACIONES, INTEGRIDAD DE LA MUESTRA SOFTWARE Y ELECTRÓNICOS), PROPORCIONANDO UNA GARANTÍA DE RENDIMIENTO CORRECTO EN	NO SE ACEPTA, YA QUE EL EQUIPO TAMBIEN ES UTILIZADO POR MEDICOS INTERNOS Y PERSONAL TÉCNICO, Y EL SISTEMA SOLICITADO NO REDUCE MANIPULACIÓN DEL INSTRUMENTO POR PARTE DEL USUARIO DEL EQUIPO.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
		INTERVENCIÓN DEL USUARIO NI SOLUCIONES EXTERNAS, QUE INCLUYA BITÁCORA DE INCIDENCIAS Y GRÁFICAS".	TIEMPO REAL EN TODAS LAS MUESTRAS, CON EL OBJETO DE CONTAR CON UNA MEJOR CALIDAD EN EL RESULTADO. ¿SE ACEPTA?	
TECNICA	40	ANEXO'S 1-G CEDULAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES PUNTO. 11, DICE: "CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO AUTOMÁTICO CON VERIFICACIÓN POR MUESTRA O CADA 30 MINUTOS SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO NI SOLUCIONES EXTERNAS, QUE INCLUYA BITÁCORA DE INCIDENCIAS Y GRÁFICAS". CON RESPECTO A LA "BITÁCORA DE INCIDENCIAS",	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE EQUIPO CON "REGISTRO DE EVENTOS" EN LOS QUE SE REGISTRAN LOS ERRORES Y EVENTOS DEL SISTEMA EN FORMA CRONOLÓGICA, ESTO CON EL FIN DE CONTAR CON UN CONTROL TOTAL DEL SISTEMA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	41	ANEXO'S 1-G CEDULAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES PUNTO. 12, DICE: "PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE"	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO SE ACEPTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HACIENDO REFERENCIA A QUE EL EQUIPO ES INTERFASABLE O EN SU DEFECTO SE ACEPTE EL PROTOCOLO DE INTERFAZ DEL EQUIPO A OFERTAR COMO RESPALDO PARA REFERENCIAR ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	42	ANEXO 1-G (HEMATOLOGÍA) PARA HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI, TUJUANA Y LESP, Y PARA HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA, TECATE, ROSARITO, CAAPS RUIZ Y 14 Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE HEMATOLOGÍA, PUNTO 4: FLUJO DE ARRASTRE: SE PRESENTA UN FLUJO CONTINUO DE DILUYENTE ELIMINANDO EL FENÓMENO DE REHILETE DE LAS CÉLULAS TROMBOCITICAS, PROPORCIONANDO UN CONTEO PRECISO Y EXACTO DE LAS MISMAS.	SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA METODOLOGÍA DEL ENFOQUE HIDRODINÁMICO DE LA CÉLULA DE FLUJO PERMITE REALIZAR DETERMINACIONES EXACTAS Y RÁPIDAS CÉLULA POR CÉLULA, EN UNA GRAN CANTIDAD DE CÉLULAS INDIVIDUALES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	43	ANEXO 1-G (HEMATOLOGÍA) PARA HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA, TECATE, ROSARITO, CAAPS RUIZ Y 14 Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE HEMATOLOGÍA, PUNTO 5 DOS MODOS DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA, TUBO CERRADO LO QUE EVITA EL CONTACTO DIRECTO CON LA SANGRE Y TUBO ABIERTO PARA MUESTRAS DE URGENCIAS.	SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON SOLO UN MODO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ABIERTO, EL CUAL CUBRE LA NECESIDAD DE EFICIENCIA PARA LAS UNIDADES SOLICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	44	ANEXO 1-G (HEMATOLOGÍA) PARA HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA, TECATE, ROSARITO, CAAPS RUIZ Y 14 Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE HEMATOLOGÍA, PUNTO 7 CAPACIDAD DE 80 MUESTRAS POR HORA..	SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON 60 PRUEBAS POR HORA, EL CUAL CUBRE LA NECESIDAD DE EFICIENCIA PARA LAS UNIDADES SOLICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	45	ANEXO 1-G (COAGULACIÓN) PARA HOSPITAL GENERAL MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE COAGULACIÓN, PUNTO 3	SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UNA PRODUCTIVIDAD DE 50 MUESTRAS POR HORA EL CUAL CUBRIRÁ EFICIENTEMENTE LA CARGA DE TRABAJO DE CADA UNIDAD SOLICITANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
TECNICA	46	ANEXO 1-G (COAGULACIÓN) PARA HOSPITAL GENERAL MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE COAGULACIÓN, PUNTO 5 AL 21, 23 Y 24	SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON METODOLOGÍA ÓPTICA PARA PRUEBAS COAGULOMÉTRICAS, CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS QUE GENERA RESULTADOS DE IGUAL O MAYOR CALIDAD AL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
TECNICA	47	ANEXO 1-G (COAGULACIÓN) PARA HOSPITAL GENERAL MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE COAGULACIÓN, PUNTO 29	SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	48	ANEXO 1-G (COAGULACIÓN) PARA HOSPITAL GENERAL MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE COAGULACIÓN, PUNTO 30	SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON 10 MUESTRAS Y 8 REACTIVOS ABORDO, LO CUAL CUBRE EFICIENTEMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES SOLICITANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
TECNICA	49	ANEXO 1-G (COAGULACIÓN) PARA HOSPITAL GENERAL TECATE, ROSARITO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y CAAPS RUIZ Y 14, PUNTO 3 DETECCIÓN DEL COÁGULO ABSORBANCIA DE PUNTO FINAL	SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON METODOLOGÍA FOTO MECÁNICA, EL CUAL GENERA RESULTADOS DE MAYOR CALIDAD AL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	50	ANEXO 1-G (COAGULACIÓN) PARA HOSPITAL GENERAL TECATE, ROSARITO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y CAAPS RUIZ Y 14, PUNTO 7 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO CON CAPACIDAD PARA 2 NIVELES Y CON GRAFICA DE LEVEY JENNINGS	SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	51	ANEXO 1-C1, 1-C2, 1-C3, 1-B1, 1-B2 Y 1-E1, LA PRUEBA DE IGE SIN EMBARGO LAS CANTIDADES SOLICITADAS QUE VAN DE 1 AL MES HASTA 12, HACEN QUE EL IMPLEMENTAR LA PRUEBA EN LAS UNIDADES GASTE MÁS REACTIVO QUE EL QUE SE UTILIZA PARA LAS MUESTRAS DE LOS PACIENTES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA PRUEBA BAJO EL ESQUEMA DE SUBROGACIÓN EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA QUE CUBRA LOS REQUISITOS DE CALIDAD, DADO QUE ESTA NO ES UNA PRUEBA DE URGENCIA, COMPROMETIÉndonos A ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LA MISMA EN UN PERIODO NO MAYOR A LAS 48 HRS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

**DICIPA S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
		OCASIONANDO QUE LA PRUEBA SE ENCAREZCA, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y OFRECER PRECIOS MÁS COMPETITIVOS		
TECNICA	52	ANEXO 'S 1-G CEDULAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS; REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE PRUEBAS ESPECIALES, VIRALES, TIROIDEAS, MARCADORES TUMORALES, UNA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS POR HORA: MÍNIMO 90 PRUEBAS / HORA. SIN EMBARGO EN LOS ANEXOS 1-B1, 1-B2 Y 1-E1 LAS CANTIDADES MENSUALES NO SOBREPASAN LOS 600 ESTUDIOS MENSUALES, LO QUE ARROJARA QUE SE TENGAN MERMAS IMPORTANTES AL IMPLEMENTARLOS EN EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO, POR LO QUE CON LA INTENCIÓN DE ELIMINAR LAS MERMAS	SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UNA VELOCIDAD DE PROCESO 30 PRUEBAS POR HORA. GARANTIZANDO QUE CON ESTA VELOCIDAD SE PUEDAN CUBRIR LA DEMANDA DE LOS PACIENTES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	53	ANEXO 'S 1-G CEDULAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS; REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE PRUEBAS ESPECIALES, VIRALES, TIROIDEAS, MARCADORES TUMORALES, QUIMIOLUMINISCENCIA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA INTENCIÓN DE FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE UTILICE COMO PRINCIPIO DE MEDICIÓN FLUORESCENCIA LA CUAL HA DEMOSTRADO TENER LA SENSIBILIDAD Y PRECISIÓN NECESARIA PARA ASEGURAR CORRECTOS RESULTADOS DEL LABORATORIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIONAL, A EXCEPCIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL (LESP), SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
TECNICA	54	ANEXO 1-D LESP ESTÁN SOLICITANDO EN EL NUMERAL 26 AL 31 UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA /ARCHITEC ABBOT, SIN EMBARGO ESTÁN SON ESPECIFICACIONES DE UNA SOLA MARCA LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA ESTAS PARTIDAS QUE CUENTE CON PRINCIPIO DE MEDICIÓN QUIMIOLUMINISCENCIA CON LA INTENCIÓN DE PERMITIR QUE MAS CASAS COMERCIALES PUEDAN PRESENTAR OFERTAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA-DADO QUE EL LABORATORIO ESTATAL ESTA ACREDITADO BAJO LA NOM 15189 Y NOM 17025, ADEMAS DE ESTAR AVALADO POR LA FDA; EL CAMBIO DE PLATAFORMAS DIAGNOSTIVAS EN ESTE LABORATORIO IMPLICARIA PERDIDA DE LAS ACREDITACIONES EN COMENTO.
TECNICA	55	ANEXO 1-D LESP ESTÁN SOLICITANDO EN EL NUMERAL 26 AL 31 UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA /ARCHITEC ABBOT, LAS PRUEBAS DE RUBEOLLA, DENGUE Y SARAMPION, ESTAS PRUEBAS LAS PODEMOS ENCONTRAR COMO IGG O IGM	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE TIPO DE INMUNOGLOBULINAS SE DEBERÁN DE OFERTAR ¿SE ACEPTA?	VER NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE; TODA VEZ QUE SE ELIMINO LA PRUEBA DENGUE Y SARAMPION, YA QUE SE PROCESA POR BIOLOGIA MOLECULAR EN EL LESP.

DICIPA S.A. DE C.V.				
TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
TECNICA	56	ANEXO 1-D LESP ESTÁN SOLICITANDO EN EL NUMERAL 26 AL 31 UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA /ARCHITEC ABBOT, LA PRUEBAS DENGUE Y SARAMPION	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DADA LA BAJA OPCIÓN DE PROPUESTAS EN EL MERCADO NOS PERMITA OFERTAR ESTAS DOS PRUEBAS BAJO LA METODOLOGÍA DE ELISA PROPORCIONANDO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA PROCESARLAS. ¿SE ACEPTA?	VER NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE; TODA VEZ QUE SE ELIMINO LA PRUEBA RUBEOLA, DENGUE Y SARAMPION, YA QUE SE PROCESA POR BIOLOGIA MOLECULAR.
TECNICA	57	ANEXO 1-D LESP ESTÁN SOLICITANDO EN EL NUMERAL 26 AL 31 UN EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA /ARCHITEC ABBOT, LA PRUEBA DENGUE, LOS LINEAMIENTOS DEL INDRE PARA DETERMINAR ESTAS PRUEBAS CAMBIARON A MEDIADOS DEL 2017	SOLICITAMOS NOS INDIQUE BAJO QUE METODOLOGÍA DEBERÁN DE OFERTARSE ASÍ COMO LOS TIPOS DE INMUNOGLOBULINAS A DETERMINAR EN CASO DE REALIZARSE POR METODOLOGÍA DE ELISA. ¿SE ACEPTA?	VER NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE; TODA VEZ QUE SE ELIMINO LA PRUEBA RUBEOLA, DENGUE Y SARAMPION, YA QUE SE PROCESA POR BIOLOGIA MOLECULAR.
TECNICA	58	ANEXO 1-E1 Y ANEXO 1 E2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES POSIBLE OFERTAR PRUEBAS MANUALES (GRUPOS SANGUÍNEOS, PRUEBA DE COOMBS Y PRUEBAS CRUZADAS) EN FRASCOS GOTEROS CON PRESENTACIÓN DE 5 O 10 ML, DE ACUERDO A FABRICANTE.	SE ACEPTA COMO OPCIONAL OFERTAR COMO PRUEBAS MANUALES, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
TECNICA	59	ANEXO 1-E1 Y ANEXO 1 E2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA LA PRUEBA MANUAL SOLICITADA "CRISTALOGRAFIA" ¿SOLO SE DEBE PROPORCIONAR EL PORTAOBJETOS? O EN CASO CONTRARIO INDIQUE LOS REACTIVOS QUE DEBEN INCLUIRSE	VER NOTA ACLARATORIA POR LA CONVOCANTE, QUEDO ELIMINADA LA PRUEBA DE CRISTALOGRAFIA, TODA VEZ QUE NO REQUIERE DE REACTIVO.
TECNICA	60	ANEXO 1-E1 Y ANEXO 1 E2	SOLICITAMOS A ALA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA PRUEBA RÁPIDA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN SE DEBE PROPORCIONAR TUBO WINTROBE Y GRADILLA? YA QUE EN EL ANEXO G NO SE OBSERVA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZAR ESTA PRUEBA.	SE DEBERA CONSIDERAR EL USO DE SEDI-RATE

IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V.				
TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRATIVA	1	17.6 <u>SOLICITAN: COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, SALVO EN CASO DE QUE NO LO REQUIEREN PRESENTAR CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA COFEPRIS QUE DEMUESTRE QUE NO REQUIERE.</u>	<u>ENTENDEMOS QUE PARA AQUELLOS PRODUCTOS CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO, PODEMOS PRESENTAR LA PUBLICACIÓN DEL DOF VIGENTE "LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO, PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO", ¿SE ACEPTA?</u>	SE ACEPTA, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
TECNICA	2	<u>ANEXO 1-G (QUIMICA CLINICA) HGE-HGTEC-HGPR- CAAPS-HMI CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LAS UIDADES MEDICAS SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A NECESIDADES</u>	<u>SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS ACLARE EN QUE EQUIPO REALIZARÍA LOS ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO Y CLORO) PARA LOS HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA, HOSPITAL GRAL TECATE, HGPROSARITO, CAAPS RUIZ Y 14 Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL ; EN UN EQUIPO ESPECÍFICO PARA ESTAS PRUEBAS O EN EL EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA, FAVOR DE ACLARAR</u>	DEBERA REVISAR LA CEDULA DE EQUIPO PARA ELECTROLITOS, MISMA QUE SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DE LOS ANEXOS 1-G

**IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	3	ANEXO 1-G (QUIMICA CLINICA) HGE-HGTEC-HGPR- CAAPS-HMI CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS SEGÚN EL RENDIMIENTO ACORDE A NECESIDADES	SE PUEDE CONSIDERAR OPCIONAL ESTE PUNTO SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTE UN EQUIPO ESPECÍFICO PARA ELECTROLITOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACEPTA, COMO OPCIONAL.
TECNICA	4	ANEXO 1-G REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA PARA HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA, HOSPITAL GRAL TECATE, HGPROSARITO, CAAPS RUIZ Y 14 Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL SOLICITAN PUNTO 4. MÍNIMO 96 REACTIVOS REFRIGERADOS A BORDO.	SE SOLICITA AL CONVOCANTE PODER OFERTAR UN INSTRUMENTO CON 56 REACTIVOS REFRIGERADOS A BORDO QUE DICHO INSTRUMENTO CUMPLE CON LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO SOLICITADA DE 300-499 PBAS/HR Y QUE CON 56 REACTIVOS A BORDO CUMPLE EL PERFIL DE PRUEBAS SOLICITADO EL ANEXO 1-C3, 1-B1, 1-A, 1-E1.; ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
TECNICA	5	ANEXO 1-F2 REQ SISTEMA DE INFORMACIÓN LAB EN EL INCISO XV - EL SISTEMA PROPUESTO LIS DEBERÁ PODER INCORPORARSE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD DEL HOSPITAL O LABORATORIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD ES EL MISMO PARA TODOS LOS HOSPITALES LICITADOS Y SI FUERA ASÍ SI FUNCIONA DE FORMA CENTRALIZADA, ES DECIR, TODAS LA UNIDADES MÉDICAS SE CONECTAN A UN SERVIDOR ÚNICO EN EL QUE SE COMPARTE LA BASE DE DATOS DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS, FAVOR DE ACLARAR	SE ACLARA, QUE EN EL CASO DEL LABORATORIO ESTATAL ESTE CUENTA CON UN SISTEMA PROPIO DENOMINADO PC-LAB®, POR OTRA PARTE PARA LOS HOSPITALES SE CUENTA CON UN SISTEMA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO, MISMOS QUE DEBERAN SER INTERFASADOS A DICHS SISTEMAS CON LOS EQUIPOS.
TECNICA	6	ANEXO 1-F2 REQ SISTEMA DE INFORMACIÓN LAB EN EL INCISO SOFTWARE EN CITAS PUNTO 3 INGRESO DE DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE REQUERIDOS VA CAPTURA MANUAL O DESCARGA DESDE UN IMP(ÍNDICE MAESTRO DE PACIENTES), HIS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL ÍNDICE MAESTRO DE PACIENTES ESTÁ INCLUIDO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD, FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE SOLO SE CUENTA CON INDICE MAESTRO DE PACIENTES EN EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI.
TECNICA	7	ANEXO 1-F2 REQ SISTEMA DE INFORMACIÓN LAB EN EL INCISO ADMISIÓN DE PACIENTES PUNTO 31.- CONEXIÓN A OTRAS UNIDADES CON EL MISMO SISTEMA INFORMÁTICO PARA REGISTRO DE TECNICA PETICIONES, RECEPCIÓN Y CONSULTA DE RESULTADOS Y PARA CONSOLIDACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS, CON POSIBILIDAD DE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LABORATORIO SEA DE MANERA CENTRALIZADA CON EL FIN DE QUE TODAS LAS UNIDADES COMPARTAN LA MISMA INFORMACIÓN DE PACIENTES E HISTÓRICO DE RESULTADOS, CON ESTO SE LOGRA QUE SE TENGA UNA TRAZABILIDAD DE LAS VISITAS DE LOS PACIENTES Y LOS RESULTADOS DE SUS ESTUDIOS SIN IMPORTAR LA UNIDAD A LA QUE ACUDAN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, QUE SEA CENTRALIZADO EL SISTEMA.

IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V.				
TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
		MANEJO DE SEROTECA PARA EL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS Y SU ALMACENAMIENTO.		
TECNICA	8	ANEXO 1.1 CONCENTRADO MESNUAL-LAB- HOSPCAAPSLESP RENGLON # 85 / PRUEBA AUTOMATIZADA / CULTIVO BACTEREOLÓGICO PARA HGE MINMO 80 MAXIMO 200 PRUEBAS MENSUALES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUBROGAR EN NUESTRO LABORATORIO ALTERNO ESTE PARÁMETRO YA QUE DEBIDO A LAS CANTIDADES NOS ES COMPLICADO INSTALAR UN SOLO EQUIPO.	SE ACEPTA , SUBROGAR SOLO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA (HGE)
ADMINISTRATIVA	9	ANEXO 2 <u>FORMATOS DE PROPUESTA TÉCNICA EN LA VIÑETA 15 PAGINA 53 DE BASES DICE: ANEXO 2- H1 Y ANEXO 2-H2 INDICARA EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA LAS PRUEBAS Y EQUIPOS PROPUESTOS, ASEGURANDO LA COMPATIBILIDAD CON LOS MISMOS EQUIPOS SUGERIDOS</u>	REVISANDO LOS ANEXOS DE LAS BASES LOS DOCUMENTOS DEL ANEXO 2-H1 Y ANEXO 2-H2 NO SE ENCUENTRAN EN ARCHIVOS MOSTRADOS EN COMPRANET , LOS PUEDEN PROPORCIONAR ESTO CON EL FIN DE PREPARAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	VER NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

Una vez respondidos los cuestionarios de los licitantes, se hace del conocimiento de los presentes que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se celebrará el día **23 de agosto de 2018, a las 09:00 horas**, en la Sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Poder Ejecutivo de Baja California, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **14:20 horas del día 16 de agosto de 2018**, la cual es la única Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública nacional No. **LA-902002994-E27-2018**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"LA CONVOCANTE"**



**GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO**

Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la  
Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno

**"AREA REQUIRENTE"**



**ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA**

En Representación del Instituto de Servicios de Salud  
Pública del Estado de Baja California

**"REPRESENTANTE"**



**BALTAZAR HERNANDEZ PERDOMO**

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS


**"REPRESENTANTE"**



**DENISSE GONZÁLEZ GÓMEZ**

Dirección de Adquisiciones de  
Oficialía Mayor de Gobierno

**LICITANTES:**

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DICIPA S.A. DE C.V.	HÉCTOR RODOLFO SOTO CEBALLOS	
IMPORTADORA BASSAM	BOGAR ADOLFO BOLA MESA	