



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta  
Número LA-902002994-E16-2018

**“SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE Y PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA LOS HOSPITALES  
DEPENDIENTES DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”**

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta Número LA-902002994-E16-2018, convocado para la “Suministro de medios de contraste y películas radiográficas para los hospitales dependientes del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California”.

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **11:30** horas del día **6 de Julio de 2018**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, el **C. Rutilo Pérez Flores**, Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4 fracción II inciso B. y 25 fracciones IV, IX y XIII; artículos 1 fracción VI y 2 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público; y artículos 1 y 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; según consta en oficio, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, preside el presente acto, y quien se encuentra asistido por el **C. Roberto Carlos Gonzalez Ibarra**, servidor público adscrito al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, en representación del área usuaria o requirente, asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa, financiera y legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que no se encuentran presentes representantes de los licitantes participantes; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la licitación pública presencial de carácter Internacional Abierta, número LA-902002994-E16-2018, relativa al “Suministro de medios de contraste y películas radiográficas para los hospitales dependientes del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California”, en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante “La Ley”, y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en el **punto 26**, de la convocatoria de licitación.

El **C. Rutilo Pérez Flores**, toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados “Comprasbc” y “Compranet” el día **26 de junio de 2018**, así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, son considerados licitantes y tienen derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, las personas que hayan presentado el escrito en

el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto, por lo que solamente se contestarán sus solicitudes de aclaración a la Convocatoria; asimismo se le hace saber a los asistentes que quienes presentaron su escrito fuera del plazo antes citado, incluso al inicio de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración **para llevar a cabo junta de aclaraciones** venció el día **5 de julio de 2018 a las 11:30 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los documentos recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón ó Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
JUSTESA IMAGEN MEXICANA S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	4 de julio de 2018 a las 12:03 pm
MEDIBAC S. DE R.L. DE C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	4 de julio de 2018 a las 2:52 pm
LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	4 de julio de 2018 a las 6:04 pm
DICIPA S.A. DE C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	5 de julio de 2018 a las 7:09 am
COMPAÑÍA NACIONAL ASOCIADOS S.A.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	5 de julio de 2018 a las 9:55 am

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas durante el presente acto.

Acto seguido se procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración en los siguientes términos:

**CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA**


**JUSTESA IMAGEN MEXICANA S.A. DE C.V.**

b).- De carácter técnico

Pregunta 1.-	Respuesta
<b>ANEXO 1</b> <b>PAQUETE 1</b> <b>MEDIOS DE CONTRASTE</b> <b>REGLON 6</b> <b>CLAVE 170000002</b> Se solicita amablemente a la convocante confirmar que las cantidades solicitadas en el renglón 6, son cantidades en presentación caja c/100 piezas. Por lo anterior de manera de ejemplo si solicitan 30, en realidad estarían solicitando 3000 piezas. <b>Es correcta mi apreciación?</b>	Es correcta su apreciación.

c).- De carácter legal

Pregunta 2.-	Respuesta
<p><b>Bases de la licitación</b>  <b>13.2.2.1</b>  <b>Pag. 8</b></p> <p>"...Para efectos del presente procedimiento de contratación, los licitantes participantes deberán cumplir con la norma que a continuación se indican:  <b>NOM-BB-82-1984</b> relativa a materiales de uso médico (película radiográfica médica en hojas y rollos)  <b>NOM-229-SSA1-2002</b> Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X."</p> <p>Los bienes que ofertará mi representada respecto al paquete 1 de medios de contraste, por su naturaleza no requieren cumplir específicamente con estas dos normas, por lo que solicito amablemente a la convocante manifestar que el no cumplir con éste requisito específico no será motivo de desechamiento.</p> <p><b>Es correcta mi apreciación?</b></p>	<p>El licitante en su <b>ANEXO 7</b> de esta licitación, deberá expresar que las normas oficiales no son aplicables a sus insumos/productos.</p>

Pregunta 3.-	Respuesta
<p><b>Bases de la licitación</b>  <b>Punto 16</b>  <b>Pag. 10</b></p> <p>"...Para efectos del presente procedimiento de contratación, los licitantes participantes deberán cumplir con la norma que a continuación se indican:  <b>NOM-BB-82-1984</b> relativa a materiales de uso médico (película radiográfica médica en hojas y rollos)  <b>NOM-229-SSA1-2002</b> Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X."</p> <p>Los bienes que ofertará mi representada respecto al paquete 1 de medios de contraste, por su naturaleza no requieren cumplir específicamente con estas dos normas, por lo que solicito amablemente a la convocante manifestar que el no cumplir con éste requisito específico no será motivo de desechamiento.</p> <p><b>Es correcta mi apreciación?</b></p>	<p>El licitante en su <b>ANEXO 7</b> de esta licitación, deberá expresar que las normas oficiales no son aplicables a sus insumos/productos.</p> 

Pregunta 4.-	Respuesta
<p><b>Bases de la licitación</b>  <b>Punto 19</b>  <b>Pag. 17</b>  <b>Inciso P)</b></p> <p>Para acreditar será suficiente que mi representada al ofertar productos de importación, presente el certificado de buenas prácticas de fabricación <b>VIGENTE (GMP)</b> emitido por la autoridad sanitaria del país en donde se fabrica el bien ofertado, adjuntando traducción simple al español, firmada y sellada por el Responsable Sanitario de la empresa licitante.</p> <p><b>Es correcta mi apreciación?</b></p>	<p>Se acepta su propuesta.</p>

<b>Pregunta 5.-</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Bases de la licitación</b> <b>Punto 19</b> <b>Pag. 17</b> <b>Inciso R)</b>  Para cumplir con este inciso, solicito a la convocante permitirme entregar carta de apoyo emitida por el fabricante, distribuidor primario y/o titular del registro sanitario. <b>Se acepta la propuesta?</b>	Se acepta su propuesta.

**MEDIBACS. DE R.L. DE C.V.**

En las bases de licitación en la propuesta técnica dice textualmente lo siguiente:

EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CASO DE RESULTAR FAVORECIDO CON EL FALLO EN EL CASO DEL PAQUETE 1 PARTIDA 2 PROPORCIONARA EN COMODATO EL INYECTOR DOBLE CABEZAL PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI, TIJUANA Y UNEME ONCOLOGÍA RESPECTIVAMENTE, EL CUAL DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LAS JERINGAS PREVISTAS EN EL RENGLÓN 4, EQUIPO DE TRANSFERENCIA RENGLÓN 5 Y CON EL TUBO DE EXTENSIÓN RENGLÓN 6 PARA SUMINISTRAR LOS MEDIOS DE CONTRASTE, MANIFIESTO QUE DEBERÁ

**Pregunta 1.-**

En relación al comodato de los equipos de inyección para las áreas de tomografía, es correcto que el equipo a colocar es de doble cabezal con pantalla táctil que permita la programación del protocolo y a su vez se pueda realizar inyección de prueba para evitar extravasación del medio de contraste todo esto directo en el cabezal del equipo así como consola de mando para cabina de tomografía?

**Respuesta:**

Es correcto de cabezal doble.

**LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V.**

**PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO**

Numeral	Punto o Partida	Descripción
1.-	Aspectos Generales de la Convocatoria Punto 6.	Se solicita atentamente que en virtud de lo extenso (hasta 2,000 páginas de cada uno) de los manuales donde se realiza la referenciación del Anexo 1 del equipo en comodato., que nos permitan integrar solamente las paginas donde se hace la referenciación, se acepta?

**Respuesta:**

Se acepta su propuesta.

**PROPUESTAS DE CARÁCTER TECNICO**

Numeral	Partida	Descripción
2.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas. Clave 707070058	<b>Cito:</b> Película Radiográfica 25.4 x 30.4 cms., (10x12") Caja con 100. <b>Pregunta:</b> Solicitamos atentamente a la convocante para no limitar la libre participación, nos permita ofertar presentación de 150 películas por caja, entregando el mismo número de película requerida en la presentación que ofertamos, se acepta?
<b>Respuesta:</b> <b>No se acepta</b> , el licitante debe apegarse a lo establecido en bases de licitación y anexo 1 de las mismas.		
3.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 1	<b>Indicamos a la convocante que la base solicitada está tomada específicamente del Folleto del Equipo CR CLASSIC de la marca CARESTREAM, por lo cual solicitamos atentamente que nos autoricen poder ofertar nuestra tecnología para no limitar la libre participación, se acepta?</b>
<b>Respuesta:</b> <b>No se acepta</b> , cabe señalar que para cambiar características de los equipos es necesario se precise la tecnología ofertada.		
4.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 1	<b>Cito:</b> Equipo monocassette diseñado para obtener imágenes radiológicas a partir de la lectura de chasis con pantallas de fosforo, con software de procesamiento de imágenes. <b>Pregunta:</b> Con el fin de garantizar a la convocante equipos resistentes, seguros y aptos para el trabajo rudo se solicita atentamente sea requisito que el equipo pueda manejar pantallas de fosforo <b>FLEXIBLES</b> de hasta 45° de flexibilidad lo que garantiza soportar trabajos de manipulación en la operación diaria ó como es realizar un sencillo trabajo de limpieza, ya que el hecho de ser <b>FLEXIBLES</b> garantizan durabilidad y resistencia, se acepta?
<b>Respuesta:</b> <b>No se acepta</b> , el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y <b>ANEXO 1</b> de las mismas.		
5.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 2	<b>Cito:</b> Desempeño: 65 a 70 chasis /Hora como mínimo en tamaño 14x17". Con resolución en escala de grises; de al menos 16 bits por Pixel en captura y 12 Bits por pixel en presentación. <b>Pregunta.-</b> En virtud de que la necesidad es cubrir un servicio de los Hospitales con amplia demanda, flujo de pacientes así como estudios especializados que requieren la más alta resolución con el fin de obtener el diagnóstico más preciso, solicitamos atentamente aumentar el desempeño a <b>87</b> chasis / hora en tamaño <b>14x17"</b> . Con resolución de escala de grises, de al menos <b>20</b> pixeles por milímetro con <b>12 bits por pixel de captura y presentación</b> , en diferentes tamaños de chasis, se acepta?

<b>Respuesta:</b> <b>Se acepta</b> , sin ser obligatorio para los demás participantes.		
6.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 3	<b>Cito:</b> Disponibilidad de la Imagen en 34 segundos o menos., Envío directo de Imágenes a Múltiples Destinos (Impresoras Laser, Estaciones de Diagnostico ó Archivo) Sin necesidad de Intervención del usuario. <b>Pregunta.-</b> En virtud de que la necesidad es cubrir un servicio de los Hospitales con amplia demanda y flujo de pacientes así como estudios especializados de la más alta resolución con el fin de obtener el diagnóstico más preciso, en el menor tiempo solicitamos atentamente disminuir el tiempo de disponibilidad de imagen a <b>27</b> segundos. Se acepta?
<b>Respuesta:</b> <b>Se acepta</b> , sin ser obligatorio para los demás participantes.		
7.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 3	<b>Cito:</b> Disponibilidad de la Imagen en 34 segundos o menos., Envío directo de Imágenes a Múltiples Destinos (Impresoras Laser, Estaciones de Diagnostico ó Archivo) Sin necesidad de Intervención del usuario <b>Pregunta.-</b> Este desempeño está marcado en la hoja No. 3 del folleto del equipo Classic marca CARESTREAM en el que indica una disponibilidad de imagen en 34 segundos ., por lo cual para no limitar la libre participación, solicitamos se nos permita ofertar una tiempo menor., se acepta?
<b>Respuesta:</b> <b>Se acepta</b> , sin ser obligatorio para los demás participantes.		
8.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 5.	<b>Cito:</b> Capacidad de almacenamiento de 2000 imágenes en línea para revisión rápida. <b>Pregunta.-</b> Dado el flujo de pacientes que tiene su institución diariamente consideramos que un almacenamiento mínimo de 2000 imágenes es muy limitado, solicitamos a la convocante aumentar este almacenamiento a 4000 imágenes de 14x17 como mínimo, se acepta?
<b>Respuesta:</b> <b>No se acepta</b> , el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y <b>ANEXO 1</b> de las mismas.		
9.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 8.	<b>Cito:</b> Compatibilidad de accesorios para la captura de huesos largos y columna vertebral completa, hasta 35x48 cm. <b>Pregunta.-</b> Se solicita atentamente a la convocante a forma de contar con equipo suficiente para realizar el procedimiento a cualquier tipo de paciente en cuestiones de estatura o dimensiones, se amplió la capacidad desde 14"x49" (35.4 x 124.5 cms) con ello garantiza la convocante que los estudios no estarán limitados a una menor medida, se acepta?

<b>Respuesta:</b> <b>No se acepta,</b> el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y <b>ANEXO 1</b> de las mismas.		
10.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 10.	<b>Cito:</b> Con capacidad de leer pantallas de fosforo rígidas que no ponen en riesgo su vida útil.  <b>Pregunta.-</b> Con el fin de garantizar a la convocante equipos resistentes, seguros y aptos para el trabajo rudo se solicita atentamente cambiar la característica de las pantallas de fosforo rígidas a pantallas <b>FLEXIBLES</b> de hasta 45° de flexibilidad lo que garantiza soportar trabajos de manipulación en la operación diaria ó como es realizar un sencillo trabajo de limpieza, ya que el hecho de ser <b>FLEXIBLES</b> garantizan durabilidad y resistencia, se acepta?
<b>Respuesta:</b> <b>No se acepta,</b> el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y <b>ANEXO 1</b> de las mismas.		
11.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 10.	<b>Cito:</b> Con capacidad de leer pantallas de fosforo rígidas que no ponen en riesgo su vida útil.  <b>Pregunta.-</b> En el caso de la respuesta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante aclarar en que afecta <b>TECNICAMENTE</b> que esta pantalla sea flexible y no rígida. Favor de aclarar?
<b>Respuesta:</b> Técnicamente afecta el flexible toda vez que tiene menor tiempo de vida es común que se dañe el fosforo y se tienen que reemplazar periódicamente lo que afecta la operatividad de los hospitales.		
12.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 10.	<b>Cito:</b> Con capacidad de leer pantallas de fosforo rígidas que no ponen en riesgo su vida útil.  <b>Pregunta.-</b> En el caso de la respuesta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante aclarar en que afecta <b>MEDICAMENTE</b> que esta pantalla sea flexible y no rígida. Favor de aclarar?
<b>Respuesta:</b> Medicamente afecta ya que el flexible pudiese ocasionar variaciones en la lectura.		
13.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de CR Punto 10.	<b>Cito:</b> Con capacidad de leer pantallas de fosforo rígidas que no ponen en riesgo su vida útil.  <b>En el caso de que la pregunta anterior sea negativa, solicitamos atentamente se nos perita presentar carta protestada de que entregaremos sin costo algún para la institución los repuestos de pantallas que requieran, durante la vigencia del contrato. Se acepta?</b>

<p><b>Respuesta:</b>  <b>No se acepta</b>, el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y <b>ANEXO 1</b> de las mismas.</p>		
14.-	<p>Anexo 1  Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.</p> <p>Características de Impresora en Seco de Alta productividad Punto 4</p>	<p><b>Cito:</b> Multimodalidad con alta resolución, con capacidad de manejar cinco tamaños de película: 8x10"m, 10x12", 11x14", 14x14" y 14x17" pulgadas, con alimentador de tres tamaños de película en línea como mínimo.</p> <p><b>Pregunta.-</b> En virtud de que la medida de película 14x14" para impresoras laser en seco es de una marca en específico, con el fin de no limitar la libre participación además de no estar siendo requerida por el área usuaria se solicita atentamente se elimine esta medida del requisito; adicionalmente comentamos que la medida 14x17" es más funcional y no limita el uso de la impresora ya que esta solo cuenta con tres bandejas, se acepta?</p>
<p><b>Respuesta:</b>  <b>No se acepta</b>, el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y <b>ANEXO 1</b> de las mismas.</p>		
15.-	<p>Anexo 1  Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.</p> <p>Características de Impresora en Seco de Alta productividad Punto 5</p>	<p><b>Cito:</b> Rendimiento elevado desde 160 hasta 250 películas por hora de diferentes tamaños, alta resolución con un mínimo de 650 DPI (Píxeles por pulgada) en cualquier tamaño de película, profundidad de pixel de 14 bits (16384 niveles de gris).</p> <p><b>Pregunta.-</b> Con el fin de no limitar la libre participación ya que el rendimiento solicitado corresponde a una marca en específico, se solicita atentamente se acepte un rendimiento de 160 películas por hora, lo que cubre perfectamente la demanda de impresión de los Hospitales citados, se acepta?</p>
<p><b>Respuesta:</b>  <b>Se acepta</b>, ya que queda dentro de lo solicitado en bases.</p>		
16.-	<p>Anexo 1  Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.</p> <p>Características de Impresora en Seco de Alta productividad Punto 5</p>	<p><b>Cito:</b> Rendimiento elevado desde 160 hasta 250 películas por hora de diferentes tamaños, alta resolución con un mínimo de 650 DPI (Píxeles por pulgada) en cualquier tamaño de película, profundidad de pixel de 14 bits (16384 niveles de gris).</p> <p><b>Pregunta.-</b> Con el fin de no limitar la libre participación ya que la resolución solicitada es de 650 DPI corresponde a una marca en específico, se solicita atentamente se acepte <u>508</u> DPI (Píxeles por pulgada) en cualquier tamaño de película; medición aprobada por la FDA en el estudio de MASTOGRAFIA que es el estudio que mayor resolución requiere, se acepta?</p>
<p><b>Respuesta:</b>  <b>No se acepta</b>, el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y <b>ANEXO 1</b> de las mismas.</p>		

17.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de Impresora en Seco de Alta productividad Punto 6	<b>Cito:</b> Espacio de puntos laser de 39 micrones. <b>Pregunta.-</b> Con el fin de no limitar la libre participación dado que solo una marca en específico cuenta con el espaciado de puntos laser de 39 micrones, se solicita atentamente se acepte la medida de 50 micrones, en virtud de que el estudio que mayor detalle de imagen requiere es el estudio de MASTOGRAFIA del cual la FDA pide un espaciado de puntos de 50 micrones, se acepta?
------	--	--

**Respuesta:**

**Se acepta, sin ser obligatorio para los demás participantes.**

18.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de Impresora en Seco de Alta productividad Punto 8	<b>Cito:</b> Con clasificador de películas de al menos cinco bandejas, deberá poder cargarse a plena luz del día. <b>Pregunta.-</b> Con el fin de no limitar la libre participación dado que una sola marca de impresoras laser en seco cuenta con 5 bandejas, se solicita atentamente se acepte un clasificador de películas de tres bandejas y adicional una general , lo que no limita la demanda de uso del área usuaria, se acepta?
------	--	---

**Respuesta:**

**No se acepta, el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y ANEXO 1 de las mismas.**

19.-	Anexo 1 Paquete 2 Películas Radiográficas Especificaciones Técnicas.  Características de Impresora en Seco de Alta productividad Punto 12	<b>Cito:</b> Integración a modalidades DICOM Y NO DICOM <b>Pregunta.-</b> Debemos de entender que la impresión de modalidades NO DICOM requieren un convertidor o link para poder realizar esta función, es correcta nuestra apreciación?
------	---	--

**Respuesta:**

**Es correcta su apreciación.**

**DICIPA S.A. DE C.V.**

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: \_\_\_\_\_

**PREGUNTA 1**

**SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PODEMOS PRESENTAR PROPUESTA UNICAMENTE POR LA PARTIDA 2 DEL PAQUETE 1, SIN SER ESTO MOTIVO DE DESCALIFICACION.**

Respuesta:

No se acepta su propuesta, el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y ANEXO 1 de las mismas.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ ANEXO: 2

**PREGUNTA 2**

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN LA COLUMNA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN OFERTADO DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", DEBEMOS MENCIONAR ÚNICAMENTE LA DESCRIPCIÓN TOTAL DEL BIEN QUE OFERTAMOS O TAMBIÉN UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SOLICITAN SE INSTALEN.

Respuesta:

El licitante debe mencionar la descripción completa del bien ofertado así como de los equipos que se van a instalar.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA  
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: 2 ANEXO: 1

**PREGUNTA 3**

LA PRESENTACION DE LA PELICULA QUE MANEJAMOS EN CAJA CON 125. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DICHA PRESENTACION, YA QUE ESTO NO AFECTA CON LA CALIDAD DE LA MISMA.

Respuesta:

No se acepta, el licitante debe apegarse a lo establecido en bases de licitación y anexo 1 de las mismas.

**COMPANÍA NACIONAL ASOCIADOS S.A.**

**PREGUNTA 1**

**PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAQUETE 1, PARTIDA 2 RENGLO 8**

**PREGUNTA TÉCNICA**

CON RELACION A ESTE PUNTO DE LA CONVOCATORIA DONDE SOLICITAN JERINGA DE 150 ML. PARA MEDIO DE CONTRASTE PARA INYECTOR MARK V MARCA MEDRAD, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL INYECTOR ES DE DOBLE CABEZAL O DE CABEZAL SENCILLO?

Respuesta:

Debe ser cabezal doble.

**PREGUNTA 2**

**PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAQUETE 2**

**PREGUNTA TÉCNICA**

DE ACUERDO A LO SEÑANADO EN EL ANEXO 1 SOLICITAN COMO PARTE DE LA PROPUESTA QUE EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUCADO DEBERÁ PROPORCIONAR EN COMODATO UN CR Y UNA IMPRESORA EN SECO DE ALTA PRODUCTIVIDAD.

SOLICITAMOS NOS INDIQUEN SI ESTOS EQUIPOS DEBEN SER ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y NUEVOS.

Respuesta:

Deben de ser de última tecnología con hasta dos años de uso.

**PREGUNTA 3**

**PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE 2**

**PREGUNTA TÉCNICA**

DE ACUERDO A LO SEÑANADO EN EL ANEXO 1 SOLICITAN COMO PARTE DE LA PROPUESTA QUE EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR EN COMODATO UN CR Y UNA IMPRESORA EN SECO DE ALTA PRODUCTIVIDAD.

COMO PARTE DE LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO IMPRESORA EN SECO, EL PUNTO 4 Y 9 INDICA: MULTIMODALIDAD CON ALTA RESOLUCIÓN. CON CAPACIDAD DE MANEJAR CINCO TAMAÑOS DE PELÍCULA: 8X10, 10X12, 11X14, 14X14 Y 14X17 PULGADAS. CON ALIMENTADOR DE TRES TAMAÑOS DE PELÍCULA EN LÍNEA COMO MÍNIMO. TRES SUMINISTROS DE PELICULA EN LINEA.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA EN SECO CON ALIMENTADOR DE 2 TAMAÑOS DE PELICULA EN LINEA, EN VIRTUD DE QUE SOLAMENTE SE COMPRARÁN 2 TAMAÑOS DE PELICULA (10X12 Y 14X17) DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL PAQUETE 2 NO SE REQUIERE UNA TERCER BANDEJA DE ALIMENTACIÓN. ¿SE ACEPTA?


**Respuesta:**

**No se acepta**, el licitante deberá apegarse a lo establecido en bases de licitación y **ANEXO 1** de las mismas.

En base a lo anterior el Servidor Público que preside el presente acto, le hace del conocimiento que: Acto seguido, se consulta a los licitantes participantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes por unanimidad respondieron: Afirmativamente, y agregaron no tener más dudas o cuestionamientos en relación a la convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto.

Asimismo, se hace constar que para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha, al finalizar este acto se pone a disposición de los licitantes una copia de esta acta de la única Junta de Aclaraciones, en el estrado de notificaciones, instalado en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones en el domicilio indicado en el segundo párrafo de esta acta, por un término no menor de 5 (cinco) cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx) y [www.comprasbc.gob.mx](http://www.comprasbc.gob.mx).

Acto seguido se hace del conocimiento de los presentes que el **Acto de presentación y apertura de proposiciones** se celebrará el día **16 de julio de 2018, a las 11:00 horas**, en la sala de juntas de la **Dirección de Adquisiciones** de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **11:55 horas del día 6 de julio de 2018**, la cual es la única Junta de Aclaraciones correspondiente a la **Licitación Pública Internacional abierta número LA-902002994-E16-2018**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.


**"LA CONVOCANTE"**



**RUTILO PEREZ FLORES**

Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno

**"AREA REQUIRENTE"**



**ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA**

En Representación del Instituto de Servicios de Salud  
Pública del Estado de Baja California


**"REPRESENTANTE"**



**JAIME ELISEO ZATARAIN VERDUZCO**


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**"REPRESENTANTE"**




**LEONOR GUZMAN MUÑOZ**

Dirección de Adquisiciones de  
Oficialía Mayor de Gobierno



**LICITANTES:**

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Labz Distribidora Medica	Adriana Leal Herrenias	
JUSTESA IMAGEN MEXICANA	RAFAEL SIUACO RODRIGUEZ	