

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mérida, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

DE ACEPTARCE LAS METODOLOGIAS EN PREGUNTA ANTERIOS POR NATURALEZA DE PROTOCOLOS EN METODO, SE SOLICITA MODIFICAR LA CAPACIDAD DE ANALISIS POR HORA.

RESPUESTA:

EL LICITANTE PODRA PRESENTAR LA CAPACIDAD DE ANALISI POR HORA ACEPTADA SIN SER CAUSAL DE DESCALIFICACION.

PREGUNTA 12

EN ANEXO 7, CARACTERISTICAS PAQUETE III QUIMICA CLINICA ALTO RENDIMIENTO, CARACTERISTICA NO. 14, SOLICITAN QUE LAS CELDAS DE REACCION SEAN NO DESECHABLES, QUE CUENTE CON UNIDAD AUTOMATIZADA DE LAVADO PARA DICHAS CELDAS DE REACCION. EXISTEN EN EL MERCADO INSTRUMENTOS QUE SUPERAN ESTA CARACTERISTICA, COMO EL HECHO DE QUE SEAN DESECHABLES ELIMINANDO AUN MAS EL DETERIORO O CONTAMINACION DE CELDAS DE REACCION Y AUN MAS, HAY TECNOLOGIA QUE FEBRICA E INCINERA A BORDO DEL INSTRUMENTO ESTOS DISPOSITIVOS, GARANTIZANDO CON ESTO AUN MAS LA PRECISION EN LECTURA Y BIOSEGURIDAD. ¿PODRIAMOS OFERTAR INSTRUMENTO QUE SUPEERA SU PETICION?

RESPUESTA:

SI SE ACEPTA.

PREGUNTA 13

ANEXO 7, CARACTERISTICAS INMUNOLOGIA ALTO RENDIMIENTO CARACTERISTICA NO. 4, SOLICITAN QUE TENGA UNA VELOCIDAD DE ANALISIS DE HASTA 300 PBAS/HR, DADO LA CARGA DE TRABAJO MOSTRADA EN ANEXO 8, ESTA DEMASIADO SOBRADA LA VELOCIDAD DE ANALISIS, ELEVANDO EL COSTO INECESARIAMENTE. ¿PODRIAMOS OFERTAR UN ANALIZADOR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS QUE SOLICITAN, PERO CON UNA VELOCIDAD DE 240 PBAS/HR. ?

REPUESTA:

SI SE ACEPTA.

PREGUNTA 14

EN LA MISMA SECCION, SOLICITAN UN INSTRUMENTO DE RESPALDO. PODRIAMOS OMITIR ESTE INSTRUMENTO ADICIONAL, CON EL OBJETO DE ABARATAR COSTOS A LA INSTITUCION YA QUE EL INSTRUMENTO DE RUTINA OPERATIVAMENTE LA EXPERIENCIA ES DE MUY MINIMO DE FALLAS, ADICIONAL EN CASO DE OCURRIR ESTO, OFRECERIAMOS UN LABORATORIO DE RESPALDO EN LA LOCALIDAD BAJO EL MISMO PRINCIPIO, SIN COSTO PARA LA INSTITUCION.

¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA:

NO SE ACEPTA. LO EQUIPOS DE RESPALDO SERAN FORMALMENTE REQUERIDOS MEDIANTE OFICIO POR PARTE DE LA SUBDIERCCION GENERAL MEDICA EN CASO DE

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS NO ESTEN FUNCIONANDO Y SE HAYA REPORTADO SU FALLA Y ESTOS SE REQUIRAN PARA EL AREA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION.

LICITANTE "C"

HEMOSER S.A. DE C.V

PREGUNTA 1:

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIO. Puntos a considerar, punto 9.

Dice: "En lo que respecta a los equipos del laboratorio clínico, los proveedores deberán proporcionar durante la vigencia del contrato de prestación de servicios, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los acondicionados, etc. Sin costo para el instituto"

NOS PUEDE EXPLICAR LA CONVOCANTE A QUE SE REFIERE CON "LOS ACONDICIONADOS"?

RESPUESTA:

SE REFIERE A LOS EQUIPOS DE INMUNOLOGIA, BANCO DE SANGRE, AFERESIS, HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, ELECTROLITOS, GASES EN SANGRE Y URIANALISIS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

PREGUNTA 2:

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIO. Puntos a considerar, punto 10.

Dice: "El licitante ganador proporcionara dos autos equipados para la recolección de las muestras (volanta) en la clínicas: Clínica Periférica las Palmas, y Mariano Matamoros en Tijuana, y en las Clínicas Sánchez Zarazúa, Nuevo León, Estación Coahuila, y Gpe. Victoria del Valle de Mexicali, estableciéndose horarios, y días de recolección en coordinación con los encargados de las unidades de Hospital Tijuana y Clínica Periférica, uno para cada ciudad."

ENTENDEMOS QUE ESTOS DOS AUTOMÓVILES SERÁN UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE LAS UNIDADES MENCIONADAS, SI ES PARA ESE EFECTO, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ CONSIDERAR LA PROPORCIÓN DE DOS AUTOMÓVILES O EN SU DEFECTO LAS RUTAS NECESARIAS PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS, QUEDANDO ESTE CON ESA RESPONSABILIDAD, UTILIZANDO LA FORMA QUE SEA ADECUADA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

SERA RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR, Y DEBERAN ESTABLECER HORARIOS Y DIAS DE RECOLECCION EN COORDINACION CON LOS ENCARGADOS DE

Oficinas Centrales

Carretera Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel: 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

LABORATORIO DE LAS UNIDADES HOSPITAL TIJUANA, ENSENADA , MEXICALI, Y CLINICA PERIFERICA MEXICAL, TENIENDO QUE FIRMAR EL ROL POR ESCRITO Y FIRMADO DE ACEPTADO POR EL ENCARGADO DE LABORATORIO.

PREGUNTA 3:

1.2 Lugar y Plazo de entrega

Dice "Debido a que la adquisición de reactivos es para todos los laboratorios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.....

ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR Y QUE EN LUGAR DE "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS..." LA CONVOCANTE QUISO DECIR, LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:

ES CORRECTO. Y POR SERVICIO INTEGRAL SE ENTIENDE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBAS DESCRITAS EL ANEXO 8 MAXIMOS Y MINIMOS.

PREGUNTA 4:

1.2.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. DESINSTALACION.

Segundo Párrafo, pagina 6, dice: Al finalizar el contrato "EL PRESTADOR" se compromete a dejar las Descripciones/Equipos en las unidades médicas hasta que se den por terminados los remanentes de los insumos de reactivos y consumibles.

CONSIDERAMOS QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN YA QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DONDE LOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES SON PROPIEDAD DEL PROVEEDOR YA QUE EL ISSSTECALI SOLO PAGARA LAS PRUEBAS REALIZADAS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, ELIMINARLO, ES ESTO ACEPTADO?

RESPUESTA:

ACLARACION POR PARTE DEL ISNTITUTO.

PREGUNTA 5:

1.3.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SUBROGACION

Dice: "En caso de que los retrasos en el surtido de los consumibles, reactivos y materiales necesarios para el objeto de la presente licitación, así como, retrasos en el mantenimiento preventivo o correctivo de los EQUIPOS genere subrogación de estudios de laboratorio, el costo por los mismos será cubierto íntegramente por "EL PRESTADOR" y será facultad del ISSSTECALI indicar o designar el sitio al cual se dirijan las solicitudes para su elaboración."

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL LABORATORIO DE SUBROGACIÓN PUEDA SER ELEGIDO POR EL PRESTADOR DE SERVICIO, GARANTIZANDO QUE DICHO LABORATORIO CUENTE CON MINIMO UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, COMO LO MARCA LA CONVOCANTE, EN EL PUNTO 1.9 MANTENIMIENTO.

RESPUESTA:

SE ACEPTA LA PROPUESTA Y SE DEBERA DEMOSTRAR QUE EL LABORATORIO SUBROGADO CUENTE CON EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EL CUAL SERA SOLICITADO EN SU CASO POR LA SUBDIRECCION GENERAL MEDICA.

PREGUNTA 6:

1.3.1.-CONTROLES EN LA ENTREGA DE PRUEBAS EFECTIVAS SUMINISTRADAS PARA EFECTO DE PAGO. PUNTO 11

LA CONVOCANTE SOLICITA UN EQUIPO DE RESPALDO PARA BIOQUÍMICA CLÍNICA, SIN EMBARGO LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE EQUIPO DE RESPALDO SON SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 7, LO CUAL NO ES LO MAS ADECUADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DEL EQUIPO DE RESPALDO SEA IGUAL O MENOR A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 7, ESTO ES, DE POR LO MENOS 225 PRUEBAS POR HORA., SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA:

SE ACEPTA LA PROPUESTA.

PREGUNTA 7:

1.3.1.-CONTROLES EN LA ENTREGA DE PRUEBAS EFECTIVAS SUMINISTRADAS PARA EFECTO DE PAGO. PUNTO 11. EQUIPO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA DE RESPALDO.

NOS PUEDE ACLARAR LA CONVOCANTE A QUE SE REFIERE CON SISTEMA MODULAR PARA PRUEBAS DE URGENCIA

RESPUESTA:

SE REFIERE A UNA UNIDAD PARA PROCESO DE MUESTRA DE URGENCIA QUE SE PUEDAN IR PROCESANDO SIN INTERRUMPIR EL TRABAJO DE RUTINA.

PREGUNTA 8:

1.3.2.- ENTREGA Y EMPAQUE DE LOS EQUIPOS, CONSUMIBLES, REACTIVOS Y MATERIALES

DICE: Deberán enviarse el equipo o material adecuado que se requiera para el manejo, conservación y protección de las sustancias que sean necesarias, debiendo contener un marbete con los siguientes datos:

- > NUMERO DE CONTRATO
- > CLAVE DEL PRODUCTO
- > DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN

Oficinas Centrales

Calleada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mérida, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

- CANTIDAD
- RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO DEL PRESTADOR

DEBIDO A QUE SE TRATA DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL, EN EL QUE SE PAGA CONFORME A LA PRUEBA REPORTADA, TODOS LOS CONSUMIBLES, REACTIVOS Y MATERIALES SON PARTE DE ESTE SERVICIO Y RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR, POR LO QUE NO ES NECESARIO ETIQUETAR LOS MISMOS, POR ESTE MOTIVO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE ELIMINE ESTE REQUISITO, SE ACEPTA?

RESPUESTA:
NO SE ACEPTA PROPUESTA.

PREGUNTA 9:

1.12.- FORMA DE PAGO

DICE: EL PRESTADOR se obliga a realizar la facturación por el suministro de los productos objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes:

CONSIDERAMOS QUE HAY UN ERROR YA QUE ESTA LICITACIÓN SE TRATA DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL Y NO DE PRODUCTOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:
NO. PARA EFECTOS DE EVALUACION ECONOMICA SE DEBERA CONSIDERAR DENTRO DEL PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL TODOS LOS COSTOS RELACIONADOS PARA LA PRESTACIÓN OPORTUNA DEL SERVICIOS EN EL LUGAR DE PRESTACIÓN ESTABLECIDO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN

PREGUNTA 10:

Punto 1.3.3 ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION, Tercer párrafo, página 14 dice:

La capacitación debe ser incluida dentro de la propuesta técnica y deberá contener como mínimo: carta descriptiva con calendario propuesto, duración y contenido del mismo, y curriculum del personal responsable de la capacitación. "EL LICITANTE" ganador entregará constancias de capacitación y/o certificación de habilidades para el manejo del equipo.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA CAPACITACIÓN, CON EL TEMARIO Y LA DURACIÓN ÚNICAMENTE, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PACTAR EL CALENDARIO CON EL DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD MÉDICA EN PARTICULAR.

RESPUESTA:
SE ACEPTA.

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad

Mexicali, B.C. C.P. 21000 Tel. 561-6100

www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

PREGUNTA 11:

Punto 1.15, página 19, las personas que podrán participar inciso a) dice:

Únicamente podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país, y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional.

En apego a artículo 24 y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el cincuenta por ciento de contenido nacional, que deben reunir los bienes que se pretenden contratar a través de los procedimientos de carácter nacional, se determinara tomando en cuenta el precio de los bienes, el cual en su caso, implica todos los costos menos la promoción de venta, comercialización, regalías y embarque, así como los costos financieros que sean necesarios.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE REACTIVOS DE IMPORTACIÓN (CON CERO GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL), YA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES ADQUIRIR UN SERVICIO INTEGRAL, NO LA COMPRA DE REACTIVOS, YA QUE NO EXISTEN EN EL MERCADO REACTIVOS NACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO. ESTO ES ACEPTADO?

RESPUESTA:

SI SE ACEPTA. EN BASE A QUE EN LA PRESENTE LICITACION SE REFIERE A LA CONTRATACION DE UN SERVICIO EL CUAL DEBERA SER PROPORCIONADO POR PERSONA FISICA O MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA.

PREGUNTA 12:

1.7.- DEVOLUCIONES, INCISO B) TERCER PARRAFO

DICE: En caso de que por causas imputables al PRESTADOR, este no pueda hacer la reposición en el plazo arriba señalado, se rescindirá total o parcialmente el contrato y "EL PRESTADOR" se obliga a devolver la cantidad recibida más los intereses generados a la tasa que señale la ley de ingresos de la federación.....

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE PARRAFO YA QUE EN LOS SERVICIOS INTEGRALES LOS BIENES SON PROPIEDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL ISSSTECALI SOLO CONSIDERARA PARA PAGO LAS PRUEBAS RELIZADAS.

RESPUESTA:

SE ELIMINA.

PREGUNTA 13:

Punto 8 Documentos Integrantes de la propuesta inciso o) Certificado de Calidad, pagina 35, CERTIFICADO DE CALIDAD

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

Deberá presentar certificado de calidad, avalados por las Autoridades Sanitarias y/o organismos de control de su país de origen como son: SINALP, EMA O FDA, o CCEE o dictamen aprobatorio de la UCT o ILAC para los CONSUMIBLES, REACTIVOS y EQUIPOS ofertados.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE EL CERTIFICADO ISO 900:13485 O TUV, ADEMÁS DE LOS INDICADOS, ES ESTO ACEPTADO?

RESPUESTA:
SE ACEPTA LA PROPUESTA.

PREGUNTA 14:

Punto 8 Documentos Integrantes de la propuesta inciso R) Manifiesto de Nacionalidad y grado contenido Nacional de los Bienes Ofertados.

Escrito debidamente firmado por el facultado legalmente y elaborado preferentemente en papel membretado del licitante, en el que **bajo protesta de decir verdad**, manifieste "EL LICITANTE" que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes y servicios que oferte y entregue, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, en apego a lo dispuesto en artículo 24 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, ELIMINAR ESTE PUNTO YA QUE NO EXISTEN EN EL MERCADO BIENES DE CON INTEGRACIÓN NACIONAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOLICITADO.

RESPUESTA:
NO SE ACEPTA. DEBERA PRESENTAR MANIFIESTO INDICANDO QUE EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO ES DE CARÁCTER NACIONAL.

PREGUNTA 15:

Punto 8 Documentos Integrantes de la propuesta inciso N) Programa de Entregas.

Para el cumplimiento de este punto solicitan Programa de entregas de las descripciones /equipos requeridos.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE ADJUDICACIÓN PRESENTAREMOS EL CALENDARIO DE ENTREGAS. ESTO ES ACEPTADO?

N) PROGRAMA DE ENTREGAS

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #900 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551 6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

Los licitantes deberán presentar Programa de entrega de las descripciones/equipos requeridos debidamente firmado por el facultado legalmente y elaborado preferentemente en papel membretado del licitante, utilizando para ello el formato proporcionado en el "ANEXO 2" de estas bases de licitación, "EL LICITANTE" deberá proponer un calendario de entregas dentro del plazo máximo fijado, la presentación de un plazo superior al señalado en el punto 1.2 de la Sección I de las bases de licitación, será causal de descalificación de la propuesta.

RESPUESTA:

ESTE ANEXO FUE ELIMINADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EN ACLARACION NO. 2 POR PARTE DEL INSTITUTO.

ACLARACION NO. 2

PARA EFECTOS DE ESTAS BASES DE LICITACION SE ELIMINA EL ANEXO 2 DENOMINADO "PROGRAMA DE ENTREGAS"

PREGUNTA 16:

Punto 8 Documentos Integrantes de la propuesta inciso S) PERMISOS

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR REGISTRO SANITARIO (ANVERSO Y REVERSO), ULTIMA MODIFICACIÓN Y PRORROGA DE RENOVACIÓN EN CASO DE QUE APLICAR, FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA:

ESTO SERA SUFICIENTE PARA LOS REGISTROS DE LOS REACTIVOS, POR LO DEMAS DEBERA CUMPLIR CON EL PUNTO S) DE LAS PRESENTES BASES.

PREGUNTA 17:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO HEMATOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO

4. Sistema de Quemado de Proteínas: Aplica un alto voltaje en el interior de la apertura, logrando con esto una limpieza eficaz entre muestra y muestra, sin gasto extra de reactivo

LA CARACTERISTICA DE SISTEMA DE QUEMADO DE PROTEINAS SOLICITADO ES PROPIO DE UNA MARCA COMERCIAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA NO COARTAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA SE ELIMINE ESTE PUNTO, SE ACEPTA?

RESPUESTA:

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel: 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

SE ACEPTA.

PREGUNTA 18:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO

Punto 14. Que las celdas de reacción sean no desechables. Que cuente con unidad automatizada de lavado para dichas celdas de reacción.

EN EL MERCADO SOLO EXISTE UNA MARCA CON ESTA CARACTERÍSTICA, LA CUAL NO REPRESENTA NINGUNA VENTAJA TECNOLÓGICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE COMO OPCIÓN LAS CELDAS DE REACCIÓN DESECHABLES, YA QUE ESTO AYUDA A EVITAR CONTAMINACIÓN Y NO REPRESENTA COSTO EXTRA PARA USTEDES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA:
SE ACEPTA.

PREGUNTA 19:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO

Punto 24. Gasto de agua no mayor a 6 litros por hora.

PARA EVITAR ARRASTRES POR CONTAMINACIÓN Y EVITAR EL USO DE AGUA ASI COMO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUEDA ACEPTAR COMO ALTERNATIVA PROPONER EQUIPOS DE QUÍMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO QUE UTILICEN LA METODOLOGÍA DE QUÍMICA SECA, O EN SU DEFECTO ACEPTE QUE SE PROPONGAN EQUIPOS QUE UTILICEN AGUA EN BIDONES PROPORCIONADA POR EL LICITANTE, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA:
NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 20:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO.

Punto 14. Las determinaciones de Antígeno Prostático Total y Antígeno Prostático Fracción Libre tengan un intervalo de medición de 0.008 a 150 ng/ml para PSA Total y de 0.005 a 20 ng/ml para la PSA Fracción Libre.

ESTE INTERVALO DE MEDICIÓN PERTENECEN A LOS REACTIVOS DE UNA SOLA MARCA Y DE UN EQUIPO EN PARTICULAR (ACCESS DE BECKMAN) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mazatlán, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

PROVEEDURIA ACEPTANDO OTRO INTERVALO DE MEDICIÓN PARA ESTAS DOS DETERMINACIONES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA:
SE ACEPTA.

PREGUNTA 21:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR SE PUEDAN OFERTAR DOS EQUIPOS DE INMUNOLOGÍA PARA REALIZAR EL 100% DE LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN EL PAQUETE DE INMUNOLOGÍA, SE ACEPTA?

RESPUESTA:
SI SE ACEPTA.

PREGUNTA 22:

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LABORATORIO CLÍNICO EN ESTA TABLA SE SOLICITAN INSUMOS PARA LA FASE PREANALITICA, SIN EMBARGO, EN EL CUERPO DE LAS BASES PUNTO 6 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS HACEN MENCIÓN DE QUE NO SE DEBERÁN ENTREGAR. NOS PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE, CUAL ES LO CORRECTO?

RESPUESTA:
SI SE DEBERAN ENTREGAR.

PREGUNTA 23:

ANEXO 7. PAQUETE VIII BANCO DE SANGRE. ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO DE HEMATOLOGIA

PARA FAVORECER LA LIBRE COMPETENCIA YA QUE LAS CARACTERISTICAS ENUNCIADAS SON PROPIAS DE UN SOLO FABRICANTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTAR UN EQUIPO DE HEMATOLOGIA DE 18 PARAMETROS PRINCIPIO DE IMPEDANCIA, CON LA VENTAJA QUE PUEDE USARSE MUESTRA DESDE 10 ul, SIN MANTENIMIENTO RUTINARIO DIARIO, CON UN RENDIMIENTO DE 60 MUESTRAS POR HORA, CON CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO, GRAFICAS DE LEVY JENNINGS, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS EN UN MODULO INTEGRADO AL SISTEMA DE INFORMÁTICA, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN, CON BANDERAS PARA RESULTADOS PATOLOGICOS. Y QUE ADEMAS ES UTILIZADO EN MUCHOS BANCOS DE SANGRE PARA SELECCIONAR SATISFACTORIAMENTE A LOS DONADORES, ESTO ES ACEPTADO?

RESPUESTA:
SI SE ACEPTA.

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 25000 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

PREGUNTA 24:

ANEXO 3. PAGINA 15 DEL ANEXO 7

DICE: ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL LABORATORIO CENTRAL ESTATAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN DONDE SE ENCUENTRA EL LABORATORIO CENTRAL ESTATAL DE ANALISIS CLINICOS.

RESPUESTA:
ACLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO.

PREGUNTA 25:

ANEXO 3. PAGINA 16 DEL ANEXO 7

Equipo de cómputo. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COLOCAR EL EQUIPO DE COMPUTO CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA QUE TRABAJEN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS PROPIAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, YA QUE ESTOS EQUIPOS DE COMPUTO SERÁN UTILIZADOS PARA ESTE FIN Y NO ASÍ PARA USAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL, COMPROMETIÉNDONOS A USAR PC'S NO ARMADAS Y DE MARCAS RECONOCIDAS. ¿ESTO ES ACEPTADO?

RESPUESTA:
NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 26:

ANEXO 8 MIN-MAX 2010

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE SI LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS SON MENSUALES.

RESPUESTA:
LOS MAXIMOS Y MINIMOS SON ANUALES.

PREGUNTA 27:

ANEXO 8 MIN-MAX 2010

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONE LAS DEMANDAS DE BOLSAS DOBLE, TRIPLES, CUADRUPLAS Y PEDIATRICAS PARA LA EXTRACCION DE COMPONENTES QUE SOLICITAN EN EL PAQUETE VIII BANCO DE SANGRE.

Oficinas Centrales

Calzada Julio Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

RESPUESTA:

ACLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO.

PREGUNTA 28:

ANEXO 8 MIN-MAX 2010

PARA CUMPLIR CON EL ANEXO 2. PROGRAMA DE ENTREGAS Y PODER REALIZAR UNA PROPUESTA ECONOMICA COMPETENTE, YA QUE CADA TIPO DE KIT DE AFERESIS TIENE UN PRECIO DIFERENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONE LAS CANTIDADES POR TIPO DE KIT DE AFERESIS QUE VAN A UTILIZAR EN CADA HOSPITAL:

1. KIT PARA COMPONENTES TERAPÉUTICOS (STEM CELLS) ADULTO: KIT PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS (CÉLULAS TALLO, LEUCORREDUCCION TERAPÉUTICA, TRASPLANTES), PARA UTILIZARSE EN ADULTO PARA UNA O DOS VÍAS DE ACCESO VENOSO, FLUJO DISCONTINUO, CAPACIDAD DE LLENADO DEL DESECHABLE DE 225 ML.
2. KIT PARA COMPONENTES TERAPÉUTICOS (STEM CELLS) PEDIÁTRICO: KIT PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS (CÉLULAS TALLO, LEUCORREDUCCION TERAPÉUTICA, TRASPLANTES), PARA UTILIZARSE EN PEDIÁTRICOS PARA UNA O DOS VÍAS DE ACCESO VENOSO, FLUJO DISCONTINUO, CAPACIDAD DE LLENADO DEL DESECHABLE DE 125 ML.
3. KIT PARA RECAMBIO PLASMÁTICO ADULTO: KIT PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO, CON UNA O DOS VÍAS DE ACCESO VENOSO, FLUJO DISCONTINUO, CAPACIDAD DE LLENADO DEL DESECHABLE 225 ML.
4. KIT PARA RECAMBIO PLASMÁTICO PEDIÁTRICO: KIT PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO, CON UNA O DOS VÍAS DE ACCESO VENOSO, FLUJO DISCONTINUO, CAPACIDAD DE LLENADO DEL DESECHABLE 125 ML.
5. KIT PARA PLAQUETAS SIN FILTRO LEUCORREDUCTOR: KIT PARA REALIZAR PLAQUETOFERESIS DE DONANTE ÚNICO, FLUJO DISCONTINUO CAPACIDAD DE LLENADO DEL DESECHABLE 125 ML.
6. KIT PARA PLAQUETAS CON FILTRO LEUCORREDUCTOR: KIT PARA REALIZAR PLAQUETAERESIS DE DONANTE ÚNICO CON FILTRO LEUCORREDUCTOR FLUJO DISCONTINUO CAPACIDAD DE LLENADO DEL DESECHABLE 125 ML.

RESPUESTA:

EL ANEXO DOS PROGRAMA DE ENTREGAS FUE ELIMINADO EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.

LOS MAXIMOS Y MINIMOS SON PRESENTADO EN PROMEDIO POR LA UTILIZACION DE CUALQUIERA DE LOS KIT LICITADOS SEGÚN SE REQUIRA, PARA EFECTOS DE EVALUACION ECONOMICA DEBERA PORPONER PRECIO UNITARIO POR KIT, TOMANDO

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #500 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"

COMO REFERENCIA EL PROMEDIO DE LOS MAXIMOS Y MINIMOS ESTABLECIDO POR
AFERESIS.

PREGUNTA 29:

ANEXO 7.

PERMITE LA CONVOCANTE QUE SE OFERTEN EQUIPOS DE MEJORES
CARACTERÍSTICAS A LO SOLICITADO SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE
DESCALIFICACIÓN?

RESPUESTA:
NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 30:

ANEXO 7. Paquete III Química Clínica

FAVOR DE PROPORCIONAR LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE QUÍMICA
CLÍNICA DE MEDIANO RENDIMIENTO QUE SOLICITAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE
EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO (UNIDAD PERIFÉRICA MEXICALI), YA
QUE SOLO PROPORCIONAN LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE ALTO
RENDIMIENTO

RESPUESTA:
DEBERAN SER DE ALTO RENDIMIENTO.

PREGUNTA 31:

ANEXO 7. Paquete II Coagulación

FAVOR DE PROPORCIONAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE
COAGULACIÓN DE MEDIANO Y BAJO RENDIMIENTO QUE SOLICITAN EN LA
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLÍNICO (MEDIANO:
TIJUANA, MEXICALI Y ENSENADA Y BAJO EN UNIDAD PERIFÉRICA MEXICALI), YA QUE
SOLO PROPORCIONAN LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO

RESPUESTA:
DEBERAN SER DE ALTO RENDIMIENTO.

PREGUNTA 32:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE ELECTROLITOS

ACEPTA LA CONVOCANTE SE OFERTE EQUIPO DE ELECTROLITOS QUE REALICE 60
PRUEBAS POR HORA, CONSIDERANDO QUE LAS UNIDADES MEDICAS SE REALIZAN EN
PROMEDIO 60 PRUEBAS POR DIA Y DEBIDO A QUE SE MENCIONAN DOS DIFERENTES

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"**

TIPOS DE VELOCIDAD PARA ESTE EQUIPO EN UNA PUNTO DICE: QUE EL TIEMPO DE
ANÁLISIS SEA DE 37 SEGUNDOS MUESTRAS/HORA 90
Y EN EL PUNTO 6 DICE: REALIZA 97 PRUEBAS POR HORA.
SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA:
SE ACEPTA PROPUESTA.

PREGUNTA 33:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE ELECTROLITOS

Dice:

18. El mantenimiento correctivo se requiere que lo den en un lapso de 8 a 12 hrs en el caso de los laboratorios de la ciudad de Puebla y de 12 a 24 hrs en el interior del estado como máximo, de lo contrario, el licitante cubrirá el costo de la subrogación a los laboratorios (anexar en la propuesta técnica el listado de los laboratorios de subrogación)

SUPONEMOS QUE ESTE PUNTO NO CORRESPONDE A ESTA CONVOCATORIA.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS FINALES DE ESTE EQUIPO.

RESPUESTA:
ACLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO.

PREGUNTA 34:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO DE GASES EN SANGRE DE ALTO
RENDIMIENTO

ACEPTA LA CONVOCANTE SE OFERTE EQUIPO DE ELECTROLITOS QUE REALICE 30
PRUEBAS POR HORA, CONSIDERANDO QUE LAS UNIDADES MEDICAS SE REALIZAN EN
PROMEDIO 10 PRUEBAS POR DIA, SE ACEPTA?

RESPUESTA:
SI SE ACEPTA.

PREGUNTA 35:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO DE GASES EN SANGRE DE ALTO
RENDIMIENTO

En el punto 4 solicitar:

El equipo cuente con un principio de medición de electrodos especificos o ion selectivo, que
muestre en forma gráfica el estado acido-base.

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551 6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

SE ACEPTA QUE SE OFERTE UN EQUIPO CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA DE MEDICIÓN DE ELECTRODOS ESPECÍFICOS O ION SELECTIVO PERO SIN LA GRAFICA DE ACIDO-BASE, SE ACEPTA?

RESPUESTA:
NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 36:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO

Dice:

1. Que tenga una velocidad de análisis de hasta 300 muestras por hora, con carga continua, es decir, con capacidad de aceptar muestras urgentes, sin límite de carga. El proveedor deberá instalar un instrumento de respaldo (con un mínimo de 100 pruebas por hora, con manejo de tubo primario, utilizando la misma tecnología y la misma plataforma de reactivos que la utilizada por el sistema de mayor velocidad).

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITE SE OFERTE UN EQUIPO DE 80 A 120 MUESTRAS POR HORA, CON CARGA CONTINUA ES DECIR, CON CAPACIDAD DE ACEPTAR MUESTRAS URGENTES, SIN LÍMITE DE CARGA. YA QUE NO EXISTE EN EL MERCADO UN EQUIPO CON ESAS CARACTERÍSTICAS, SE ACEPTA?

RESPUESTA:
SI SE ACEPTA.

PREGUNTA 37:

Anexo 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO

Dice: Punto 11.. Que permita tener a bordo del instrumento hasta 40 reactivos en un compartimiento refrigerado.

DE ACUERDO AL ANEXO 8, ÚNICAMENTE SE REQUIEREN DE 20 A 25 PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE A BORDO DEL INSTRUMENTO HASTA 25 REACTIVOS EN UN COMPORTAMIENTO REFRIGERADO, SE ACEPTA?

RESPUESTA:
SE ACEPTA.

PREGUNTA 38:

CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR NUMERO DE OFERENTES Y FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDRE LA

Oficinas Centrales

Carretera Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 23020 Tel. 551 6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

POSIBILIDAD DE LICITAR EL LABORATORIO CLINICO Y EL BANCO DE SANGRE COMO PARTIDAS INDEPENDIENTES. ESTO ES ACEPTADO?

RESPUESTA:
NO SE ACEPTA.

LICITANTE "D"

DIAGNOSTICA NUEVA ACCION S.A. DE C.V

PREGUNTAS 1.

TRATANDOSE DE LICITACION CON CARÁCTER NACIONAL, SOLICITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE GRADO DE INTEGRACION NACIONAL.

SE PODRA CONSIDERAR PRESENTAR CARTA CON GRADO DE INTEGRACION ADQUIRIDO CON EL PORCENTAJE DE REGULARIZACION?

RESPUESTA:
PARA ESTE PUNTO SE CONSIDERAR GRADO DE CONTENIDO NACIONAL QUE EN LA PRESENTA LICITACION LA CONTRATACION SERA DE UN SERVICIO EL CUAL DEBERA SER PROPORCIONADO POR PERSONA FISICA O MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA.

PREGUNTA 2.

MENCIONAN REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE RESPALDO.

SE PODRA CONSIDERAR LOS EQUIPOS DE RESPALDO SIENDO ESTO PROVEIDOS UNA VEZ QUE FUESE REQUERIDO O DEBERA PRESENTARSE EN TIEMPO Y FORMA AL IGUAL DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS?

RESPUESTA:

SERAN FORMALMENTE REQUERIDOS MEDIANTE OFICIO POR PARTE DE LA SUBDIERCCION GENERAL MEDICA EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS NO ESTEN FUNCIONANDO Y SE HAYA REPORTADO SU FALLA Y ESTOS SE REQUIRAN PARA EL AREA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION.

PREGUNTA 3.

REFERENTE AL EQUIPO DE INMUNOENSAYO.

SE PODRA PRESENTAR POR INDEPENDIENTE DOS EQUIPOS DEL CUAL REALICE UN EQUIPO LAS PRUEBAS ESPECIALES Y OTRO EQUIPO LAS PRUEBAS INFECCIOSAS?

Oficinas Centrales

Carretera Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"**

RESPUESTA:
SI SE ACEPTA.

**SE CITA A LOS PRESENTES, EN EL SALÓN Y CENTRO DE
CONVENCIONES DEL HOTEL CALAFIA, SITO BLVD. JUSTO SIERRA
NO. 1495, FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, EN MEXICALI, B.C., A LAS
10:00 HORAS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010, PARA EL
ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y APERTURA DE
PROPUESTAS TECNICAS.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 28 FRACC. III DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y EL ARTICULO 32, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA; SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA EN LA QUE SE HACE CONSTAR
LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SURGIDAS DE LAS BASES DE LA PRESENTE
LICITACION.

ASI MISMO, SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA PASA A FORMAR PARTE
INHERENTE DE LAS BASES, ADICIONALMENTE LAS MODIFICACIONES
ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO TOMAN CARÁCTER DE SUSTITUCION
SOBRE LO DISPUESTO EN LAS BASES ORIGINALES.

LA PRESENTE ACTA ES FIRMADA POR LOS ASISTENTES AL ACTO,
CONOCEDORES DE SUS EFECTOS LEGALES, DE LA CUAL SE LES
ENTREGARA COPIA; LA FALTA DE LA FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO
INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS PONIENDOSE A PARTIR DE ESTA
FECHA A DISPOSICION DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE
SU NOTIFICACION; EN DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SITO
BOULEVARD JUSTO SIERRA 1221 FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, MEXICALI,
B.C

SE NOTIFICAN LOS RESULTADOS POR ESCRITO DEBIDAMENTE FUNDADOS Y
MOTIVADOS A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, INFORMANDO QUE EL
EXPEDIENTE CARPETA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/03/2010 "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE
LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE
LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION,

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS." . OBJETO DEL PRESENTE ACTO SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SITIO BOULEVARD JUSTO SIERRA 1221 FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LUGAR EN EL CUAL PODRA SER CONSULTADO DICHO EXPEDIENTE POR LOS INTERESADOS.

LOS INTERESADOS PODRAN INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, EN CONTRA DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE LES EFECTEN, EMITIDAS POR EL INSTITUTO, O BIEN INTENTAR LAS VIAS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES, EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD SERA DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AQUEL EN QUE SE HUBIERE NOTIFICADO EL ACTO O RESOLUCION QUE SE RECURRA, TRNSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DEL INTERESADO PARA INTERPONERLO, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONTRALORIA PUEDA ACTUAR EN CUALQUIER TIEMPO EN LOS TERMINOS DE LEY, EN DEBIDO APEGO A LO ESTABLECIDO SEN LOS ARTICULOS 66, 68 Y 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 3:47 PM HORAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA FIRMADO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Oficinas Centrales







Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
 Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
 www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

INTEGRANTE DEL COMITÉ Y FUNCIONARIOS INVITADOS	FIRMA	CARGO
C.P. ELIZABETH MONGE LOPEZ SUPLENTE DE PRESIDENTE DE COMITÉ DE ADQUISICIONES		Directora de Finanzas y Contable
C.P MAGDALENO CHAVEZ RODRIGUEZ SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO AL COMITÉ DE ADQUISICIONES		Jefe de compras secretario Comite
QFB. AIDEE VALDEZ RAMIREZ ASESOR TECNICO		Jefe cuadro BASICO
DR. LUIS ERNESTO VILLAFUERTE LEON SUPLENTE DE VOCAL DE COMITÉ DE ADQUISICIONES		Subsistema o' Servicios Medicos
C.P CECILIA TIZNADO WYNANTS REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL		Rep Dir Control y eval. Gob
DR. CLAUDIA GOMEZ SIERRA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL		Rep Dir C. Y E U. GUB




Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"

REGISTRO DE ADQUISICIÓN DE BASES			EMPRESA
DICIPA S.A. DE C.V	<i>Iselle Dorje</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Rep Legal</i>
DIAGNOSTICA COMERCIAL S.A DE C.V.	<i>Adolfo Esquivel</i>	<i>(11)</i>	<i>Asesor Venturo</i>
HEMOSER S.A. DE C.V	<i>Mario A. Santiago</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Asesor Tecnico</i>
DIAGNOSTICA NUEVA ACCION S.A. DE C.V			

[Handwritten signatures and marks in purple ink]