

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #900 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL ISSSTECALI, LOS LICITANTES PRESENTES, EN COMPARECENCIA ANTE EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Y EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES DEL ISSSTECALI, SEGÚN DESIGNACION POR ESCRITO, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA; EN EL SALÓN Y CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL CALAFIA, SITO BLVD. JUSTO SIERRA NO. 1495, FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA; A EFECTO DE REALIZAR EL PRESENTE ACTO DE INTERÉS PÚBLICO DEBIDAMENTE REGULADO POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

PUNTO NO. 1.- SE PROCEDIO A FIRMAR LA LISTA DE ASISTENCIA

PUNTO NO. 2.- INTRODUCCION Y EXPOSICION DE MOTIVOS:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES QUE REALIZAN REPRESENTANTES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ISSSTECALI, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ISSSTECALI/03/2010 "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS" PROCEDIMIENTO DEBIDAMENTE DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

"EL ISSSTECALI" LLEVA A CABO LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ASÍ COMO ARTÍCULOS 20, 24 Y 45 DE SU REGLAMENTO. ASÍ MISMO LAS PRESENTES BASES SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA SECCIÓN CUARTA DEL REGLAMENTO.

CON LA FINALIDAD DE DAR LIMPIEZA Y TRANSPARENCIA A LOS EVENTOS RESPECTIVOS, DEBIDO A LO TRASCENDENTE DEL SERVICIO QUE OTORGA EL INSTITUTO, ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS."

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ISSSTECALI, EL JEFE DE COMPRAS **C.P MAGDALENO CHAVEZ RODRIGUEZ**, PROCEDA A DAR LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS ASISTENTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ISSSTECALI, SEGÚN DESIGNACION Y SUPLENCIAS DISPUESTAS EN REUNION DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 08/2010, CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2010; EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2005, ASI COMO A LOS ASESORES E INVITADOS, AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES SEGÚN DESIGNACIONES POR ESCRITO Y A LOS LICITANTES PRESENTES; CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA.

SE PROCEDIO A COMUNICAR LOS ANTECEDENTES DE ESTA LICITACION, INFORMANDO QUE SE EFECTUO CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DE 2010, DIRIGIDA A LOS PRESTADORES QUE TENGAN LA CAPACIDAD LEGAL, HUMANA, TECNICA Y FINANCIERA PARA QUE PRESENTARAN SUS PROPUESTAS.

CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SE LLEVO A CABO LA PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES RESPECTO A ESTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, "PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS."

PUNTO NO. 3.- ACLARACIONES TECNICAS, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS, SOBRE LOS BIENES OBJETO A LA PRESENTE LICITACION.

SE PROCEDA A DAR ACLARACION A CUESTIONARIOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS LICITANTES QUE ADQUIRIERON LAS BASES, CONTENIENDO PREGUNTAS TECNICAS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS SOBRE LAS MISMAS, DESGLOSANDOSE EL SIGUIENTE REGISTRO A LA PRESENTACION DEL RECIBO CORRESPONDIENTE.

LICITANTE	REGISTRO DE ADQUISICION DE BASES
LICITANTE "A"	DICIPA S.A. DE C.V
LICITANTE "B"	DIAGNOSTICA COMERCIAL S.A DE C.V.
LICITANTE "C"	HEMOSER S.A. DE C.V
LICITANTE "D"	DIAGNOSTICA NUEVA ACCION S.A. DE C.V

[Handwritten signatures and initials in purple ink on the right margin]

Oficinas Centrales

Carretera Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

POR PARTE DE ISSSTECALI:

ACLARACION NO. 1

SE ELIMINAN DEL ANEXO 4 Y 8 DE LAS BASES DE LICITACION LO REFERENTE A LAS SIGUIENTES PRUEBAS DEL "EQUIPO DE INMUNOLOGIA" LA PRUEBA DE MIOGLOBINA Y DEL "EQUIPO PARA BANCO DE SANGRE" LAS PRUEBAS DE SEROLOGIA PARA BRUSELLA (ROSA DE BENGALA) Y SEROLOGIA PARA SIFILIS. PARA LO CUAL SE ENTREGARA ANEXO MODIFICADOS EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.

ASI MISMO EN EL ANEXO 4 SE ELIMINAN LAS BOLSAS PARA EXTRACCION DE HEMOCOMPONENTES EXCEPTO LA CUADRUPLE, INCLUYENDO SUS MAXIMOS Y MINIMOS EN EL ANEXO 8.

ACLARACION NO. 2

SE MODIFICA LO RELATIVO A EL ANEXO 4 FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DE LAS BASES DE LICITACION EL CUAL SE ENTREGARA DENTRO DE ESTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

ACLARACION NO. 3

SE MODIFICA LO RELATIVO A EL ANEXO 8 MAXIMOS Y MINIMOS ANUALES DE LAS BASES DE LICITACION EL CUAL SE ENTREGARA DENTRO DE ESTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

ACLARACION NO. 4

SE MODIFICA EL PUNTO 1.2 SECCION I DE ESTAS BASES DE LICITACION EN LO REFERENTE A DESINSTALACION EL CUAL DICE:

DESINSTALACIÓN:

Será realizada por personal de "EL PRESTADOR", así mismo los gastos de remoción del equipo serán cubiertos íntegramente por "EL PRESTADOR".

Al finalizar el contrato "EL PRESTADOR" se compromete a dejar las Descripciones/Equipos en las unidades médicas hasta que se den por terminados los remanentes de los insumos de reactivos y consumibles.

"EL PRESTADOR" estará obligado a entregar los bienes, consumibles, reactivos, materiales y servicios en los lugares antes mencionados, quedando bajo su responsabilidad, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes y servicios.

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21030 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Nº. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"**

En apego a lo dispuesto en Artículo 28 Fracción XI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESINSTALACIÓN:

Será realizada por personal de "EL PRESTADOR", así mismo los gastos de remoción
del equipo serán cubiertos íntegramente por
"EL PRESTADOR".

"EL PRESTADOR" estará obligado a entregar los bienes, consumibles, reactivos,
materiales y servicios en los lugares antes mencionados, quedando bajo su
responsabilidad, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los
bienes y servicios.

En apego a lo dispuesto en Artículo 28 Fracción XI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

**ACLARACION NO 5. SE MODIFICA EL PUNTO 1.3. Y ANEXO 7 ENTREGADO EN JUNTA
DE ACLARACION DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 LO REFERENTE A:**

ANEXO 3

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL LABORATORIO
CENTRAL ESTATAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANEXO 3

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LOS LABORATORIOS
DE ANLISIS CLINICO DE ISSSTECALI.

**ACLARACION NO 6. SE MODIFICA EL PUNTO 6 NUMERAL 18 EN LO REFERENTE A
EQUIPO DE ELECTROLITOS DE ANEXO 7 ENTREGADO EN JUNTA DE ACLARACION
DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 EL CUAL DICE:**

18. El mantenimiento correctivo se requiere que lo den en un lapso de 8 a 12 hrs en el caso de los laboratorios de la ciudad de Puebla y de 12 a 24 hrs en el interior del estado como máximo, de lo contrario, el licitante cubrirá el costo de la subrogación a los laboratorios (anexar en la propuesta técnica el listado de los laboratorios de subrogación)

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

Oficinas Centrales

Carretera Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 651-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

18. El mantenimiento correctivo se requiere de 12 a 24 hrs como máximo, de lo contrario, el licitante cubrirá el costo de la subrogación a los laboratorios (anexar en la propuesta técnica el listado de los laboratorios de subrogación)

ACLARACION NO 7. SE MODIFICA EL PUNTO 1.3 EN LO REFERENTE A EQUIPO DE COMPUTO PRIMER PUNTO EL CUAL DICE:

Equipo de Cómputo:

Así mismo **EL PRESTADOR** deberá ofrecer el hardware necesario para el efecto de cubrir todas las necesidades del proceso de recepción de órdenes de exámenes, programación de estos exámenes en el equipo licitado y validación de resultados generados por estos equipos. Como Mínimo **EL PRESTADOR** ofertará por unidad médica:

- 3 computadoras completas (2 laboratorio y 1 banco de Sangre), con las siguientes características:

PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

Equipo de Cómputo:

"Así mismo **EL PRESTADOR** deberá ofrecer el hardware necesario para el efecto de cubrir todas las necesidades del proceso de recepción de órdenes de exámenes, programación de estos exámenes en el equipo licitado y validación de resultados generados por estos equipos. Como Mínimo **EL PRESTADOR** ofertará por unidad médica:

- 20 computadoras completas (6 TIJUANA, 5 MEXICALI, 5 ENSENADA Y 4 EN CLINICA PERIFERICA), con las siguientes características:
..."

POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES:

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #300 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"

LICITANTE "A"	DICIPA S.A. DE C.V
---------------	--------------------

PREGUNTA 1;

ANEXO 7 HEMATOLOGIA LABORATORIO, EN EL PUNTO 7 SOLICITAN QUE EL VOLUMEN DE NUESTRA SEA DE 250 L EN TUBO CERRADO Y 150 L EN TUBO ABIERTO, SE REFIERE LA CONVOCANTE A 250 Y 150 MICROLITROS?

RESPUESTA:

SI.

PREGUNTA 2;

ANEXO 7 HEMATOLOGIA LABORATORIO, EN EL PUNTO 7, SOLICITAN SE PUEDA IDENTIFICAR LA MUESTRA, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, TODA VEZ QUE SE ESTA REQUIRIENDO UN SISTEMA DE ADMINISTRACION (SISTEMA INFORMATICO) CON EL CUAL SE IDENTIFICARAN TODAS LAS MUESTRAS.

RESPUESTA:

SI.

PREGUNTA 3;

ANEXO 7 COAGULACION, SOLICITAN UN EQUIPO CON 4 CANILES DE MEDICION PARA PROCESAR PRUEBAS COAGULOMETRICAS Y CROMOGENICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR UN EQUIPO CON DOS CANALES DE MEDICION PARA PRUEBAS COAGULOMETRICAS TODA VEZ QUE UNICAMENTE REQUIEREN PROCESAR TT, TTP Y TT, ESTUDIOS COAGULOMETRICOS.)

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA 4;

ANEXO 7 COAGULACION, SOLICITAN UN EQUIPO QUE PROCESA 100 PRUEBAS PPR HORA, SI CONSIDERAMOS QUE EL HOSPITAL QUE MAYOR CARGA DE TRABAJO TIENE ES TIJUANA Y REALIZAN 91 PRUEBAS EN PROMEDIO DIARIAS, CON UN INSTRUMENTO QUE PROCESA 50 MUESTRAS POR HORA PODRAN SACAR SU CARGA DE TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA, POR ELLO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE PROCESA 50 PRUEBAS POR HORA COMO MINIMO.

RESPUESTA:

SE ACEPTA, SIN EMBARGO DEBERA CUMPLIR CON LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS PARA EL EQUIPO.

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"**

PREGUNTA 5;

ANEXO 7 ELECTROLITOS, SOLICITAN; EQUIPO QUE PUEDA ANALIZAR MUESTRAS DE SANGRE TOTAL, SUERO, PLASMA, ORINA, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO O MUESTRAS DIALIZADAS, ESTA CARACTERISTICA LA ESTAN SOLICITANDO TAMBIEN EN EL EQUIPO DE QUIMICA CLINICA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITE OFERTAR UN EQUIPO DE ELECTROLITOS EN DONDE SE PUEDAN PROCESAR MUESTRAS DE SANGRE TOTAL, SUERO, PLASMA Y ORINA.

RESPUESTA:

SE SOLICITAN DOS EQUIPOS, UNO PARA QUIMICA CLINICA Y OTRO PARA ELECTROLITOS.

PREGUNTA 6;

ANEXO 7 ELECTROLITOS, SOLICITAN; QUE EL USUARIO PUEDA ACCESAR A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
FECHA, HORA, SUPRESIÓN DE RESULTADOS, NOMBRE DEL PARÁMETRO, FECHA DE RESULTADOS.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, TODA VEZ QUE CON E SISTEMA DE GESTION DE LABORATORIO QUE ESTAN SOLICITANDO, ESTOS DATOS SE TENDRAN Y GUARDARAN.

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA 7;

ANEXO 7 URIANALISIS; SOLICITAN UN EQUIPO QUE PROCESA >500 PRUEBAS POR HORA, EL HOSPITAL CON MAYOR CONSUMO ES TIJUANA Y EN PROMEDIO PROCESAN 90 PRUEBAS AL DIA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UN INSTRUMENTO QUE PROCESA MINIMO 100 PRUEBAS POR HORA.

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA 8;

ANEXO 7 URIANALISIS; SOLICITAN QUE SE PUEDA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE NUMÉRICA O POR NOMBRE DEL PACIENTE, SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL, YA QUE ESTAN SOLICITANDO EL SISTEMA SISTEMA DE ADMINISTRACION (SISTEMA INFORMÁTICO) CON EL CUAL SE IDENTIFICARAN TODAS LAS MUESTRAS.

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #900 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"**

PREGUNTA 9;

ANEXO 7 URIANALISIS; SOLICITAN QUE EL EQUIPO CUENTE CON MEMORIA DE 1000 RESULTADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERISTICA SEA OPCIONAL TODA VEZ QUE ESTAN SOLICITANDO EL SISTEMA SISTEMA DE ADMINISTRACION (SISTEMA INFORMATICO) EL CUAL RESPALDARA TODA LA INFORMACION.

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA 10;

ANEXO 7 URIANALISIS; EN EL PUNTO 18 DICE; "EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ EN UN LAPSO DE 24 HORAS COMO MÁXIMO, DE LO CONTRARIO, CUBRIREMOS EL COSTO DE LA SUBROGACIÓN A LOS LABORATORIOS", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTO ES ERROR DE REDACCION Y SERA EL LICITANTE GANADOR QUIER CORRERA CON LOS GASTOS DE SUBROGACION.

RESPUESTA:

SI ES ERROR DE REDACCION Y EL LICITANTE GANADOR SERA EL QUE CORRA CON LOS GASTOS DE SUBROGACION.

PREGUNTA 11;

ANEXO 7 INMUNOLOGIA; SOLICITAN UN EQUIPO QUE PROCESA 300 PRUEBAS POR HORA, EL HOSPITAL DE TIJUANA ES EL DE MAYOR DEMANDA, PROCESANDO EN PROMEDIO 52 PRUEBAS POR DIA, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE PROCESA POR LO MENOS 100 PRUEBAS POR HORA.

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA 12;

ANEXO 7 INMUNOLOGIA; ESTAN SOLICITANDO QUE EL EQUIPO PERMITA TENER 40 REACTIVOS A BORDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DADO QUE COMO MAXIMO PROCESARAN 25 ANALITOS DIFERENTES, SE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE ACEPTE POR LO MENOS 20 REACTIVOS A BORDO.

RESPUESTA:

NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 13;

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

ANEXO 7 HEMATOLOGIA BANCO DE SANGRE, SOLICITAN UN EQUIPO CON TECNOLOGIA SUPERIOR A LA SOLICITADA EN LABORATORIO, ADEMAS DE QUE REQUERIR QUE DETERMINE POR LO MENOS 26 PARAMETROS. EN UN DONADOR O POSIBLE DONADOR LO QUE SE BUSCA ES DESCARTAR ANEMIA O ALGUNA INFECCION LO CUAL PODEMOS REALIZAR UNICAMENTE CON LA FORMULA BLANCA Y ROJA COMPLETA, NO ES NECESARIO EL DIFERENCIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE DETERMINE UNICAMENTE FORMULA ROJA Y BLANCA DE FORMA COMPLETO, CON ESTOS EVITARAN SE ENCARESCA EL PRECIO POR PRUEBA SIN SACRIFICAR LA CALIDAD.

RESPUESTA:
SE ACEPTA.

PREGUNTA 14:

ESTAN SOLICITANDO EQUIPO DE RESPALDO PARA QUIMICA CLINICA E INMUNOLOGIA, POR EL BAJO VOLUMEN QUE MANEJAN EL INSTALARA TANTOS INSTRUMENTOS ENCARESCERA INCREMENTARA EL COSTO POR PRUEBA HASTA EN UN 100%, SUMADO A QUE NO CUENTAN EN LOS LABORATORIOS CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA ELLO, POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NO SEA NECESARIO LA INSTALACION DE ESTOS EQUIPOS, ADEMAS DE QUE EN CASO DE FALLA DE LOS INSTRUMENTOS INSTALADOS, EL LICITANTE GANADOR SERA RESPONSABLE DEL PROCESO DE LOS ANALISIS.

RESPUESTA:

SERAN FORMALMENTE REQUERIDOS MEDIANTE OFICIO POR PARTE DE LA SUBDIERCCION GENERAL MEDICA EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS NO ESTEN FUNCIONANDO Y SE HAYA REPORTADO SU FALLA Y ESTOS SE REQUIRAN PARA EL AREA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION.

PREGUNTA 15.

ANEXO 7. UROANALISIS; SOLICITAN LECTOR DE TECNOLOGIA CCD IMAGE CON TRES FILTROS DE LECTURA, LA TECNOLOGIA ACTUALMENTE APROGBADA PARA LECTORES DE ORINAS ES LA REFLECTANCIA, SUMADO A QUE LA TECNOLOGIA CCD IMAGE ES ESPECIFICA DE UNA MARCA, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR AMBAS TECNOLOGIAS.

RESPUESTA:
SE ACEPTA.

PREGUNTA 16:

EN EL PUNTO 1 DE SUBROGACIONES DICE: "EN CASO DE QUE LOS RETRASOS EN EL SURTIDO DE LOS CONSUMIBLES, REACTIVOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL

Oficinas Centrales

Calleada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Meridiano, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO, RETRASOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS GENERE SUBROGACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, EL COSTO POR LOS MISMOS SERÁ CUBIERTO INTEGRAMENTE POR "EL PRESTADOR" Y SERÁ FACULTAD DEL ISSSTECALI INDICAR O DESIGNAR EL SITIO AL CUAL SE DIRIJAN LAS SOLICITUDES PARA SU ELABORACIÓN.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA AL LICITANTE GANADOR ELEGIR AL LABORATORIO DE SUBROGACION, CONSIDERANDO QUE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE EL INSTITUTO MARCA, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA SECCION 1 PUNTO 1.1 INCISO 2: "..... DEBERAN SER PROCESADAS CON LA MISMA METODOLOGIA QUE EL LABORATORIO CENTRAL"

RESPUESTA:

ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO LA ENTREGA DE RERSULTADOS SEA EN MENOS DE 24 HORAS

PREGUNTA 17

PREPARACION DE LAS PORPUESTAS INCISO L, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR EN RESUMEN EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y UNICAMENTE EL CALENDARIO, Y SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTARA A DETALLE INCLUYENDO EL CURRICULUM DEL PERSONAL.

RESPUESTA

SE ACEPTA

PREGUNTA 18

PREPARACION DE LAS PORPUESTAS INCISO M, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE EL CALENDARIO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, Y SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE ENTREGARA EL PROGRAMA GENERAL.

RESPUESTA

SE ACEPTA

PREGUNTA 19

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE LA COPIA DE LA HOJA DEL MANUAL QUE HAGA REFERENCIA A LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAR ENTONCES EL MANUAL COMPLETO.

RESPUESTA

SE ACEPTA

Oficinas Centrales

Carretera Justo Sierra #800 Col. Libertad
Medical, B.G. C.R. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"**

PREGUNTA 20

SOLICITAN COPIA DE LA LICENCIA SANITARIA, DEBEMOS ENTENDER QUE UNICAMENTE SE PRESENTARA LA DEL PARTICIPANTE.

RESPUESTA:

NO, DEBERA PRESENTAR LICENCIA DEL PARTICIPANTE Y LA DEL LABORATORIO FABRICANTE.

PREGUNTA 21

EN EL PUNTO 1.1 DESCRIPCION GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIO INCISO 10 SOLICITAN QUE EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONE DOS VEHICULOS EQUIPADOS PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI ESTOS VEHICULOS DEBEN SER NUEVOS, A QUE SE REFIEREN CON EQUIPADOS Y QUIEN SERA EL RESPONSABLE DEL TRASLADO DE MUESTRAS.

RESPUESTA:

EL LICITANTE GANADOR SERA EL RESPONSABLE DEL TRASLADO DE MUESTRAS, LA VOLANTE DEBERA CONTAR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMA 166-SSA1-1997 Y DEMAS NORMAS APLICABLES PARA EL TRASLADO POR LO QUE SE REFIERE A LOS VEHICULOS NO NECESARIAMENTE DEBEN SER NUEVOS.

PREGUNTA 22

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS ENTREGAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EXTRACCION DE MUESTRAS, TODA VEZ QUE EN EL ANEXO 7 EN EL APARTADO DE DISTRIBUCION DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICA, SE MENCIONAN TODOS LOS INSUMOS PARA EXTRACCION QUE DEBEN DE ENTREGARSE, ASI COMO LOS LUGARES PARA DICHA ENTREGA.

RESPUESTA:

SI DEBERAN ENTREGAR LOS INSUMOS EN LOS LUGARES INDICADOS.

PREGUNTA 23

EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME EL CONSUMO MENSUAL POR UNIDAD, TODA VEZ QUE ESTA INFORMACION ES MUY IMPORTANTE PARA LA ELABORACION DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.

RESPUESTA:

EL INSTITUTO SOLO PUEDE PROPORCIONAR UN PROMEDIO ANUAL DEBIDO A LA VARIANTE QUE EXISTE EN LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS POR LO TANTO EL

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #500 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 565-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"**

LICITANTE DEBERA SACAR SU PROMEDIO EN BASE A LA INFORMACION
PROPORCIONADA.

PREGUNTA 24

EN EL MISMO CUADRO ESPECIFICAN QUE PARA LA CLINICA PERIFERICA SE
REQUIERE EQUIPO DE COAGULACION DE BAJO RENDIMIENTO, EN LAS FICHAS
TECNICAS SOLO VIENEN ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE
LAS FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE BAJO RENDIMIENTO.

RESPUESTA:

SERAN DE ALTO RENDIMIENTO

PREGUNTA 25

EN EL CUADRO DE DISTRIBUCION DE EQUIPOS QUE APARECE EN EL PUNTO 1.3
PRESTACION DEL SERVICIO, REQUIEREN EQUIPO DE HEMATOLOGIA PARA LA
CLINICA PERIFERICA Y EN EL MISMO CUADRO QUE APARECE EN EL ANEXO 7 NO LO
MARCAN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE DEBERA OFERTAR
EQUIPO DE HEMATOLOGIA PARA ESTA UNIDAD Y CUALES DEBERAN SER SUS
CARACTERISTICAS.

RESPUESTA:

EN EL ANEXO 7 ENTREGADO EN JUNTA DE ACLARACIONES DE 07 DE SEPTIEMBRE DE
2010 APARECE INCLUIDA LA CLINICA PERIFERICA, POR LO TANTO DEBERA
OFERTARSE EN LAS DOS UNIDADES.

PREGUNTA 26

EN EL PUNTO 1.3 PRESTACION DEL SERVICIO, EN EL APARTADO DE
ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL SISTEMA INFORMATICO EN EL EQUIPO DE
COMPUTO SOLICITAN SE INSTALEN 3 COMPUTADORAS COMPLETAS POR UNIDAD (2
LABRATORIO Y 1 BANCO DE SANGRE) Y EN EL CUADRO DE DISTRIBUCION DEL ANEXO
7 MANEJAN OTRAS CANTIDADES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE
CUALES CANTIDADES DEBEREMOS CONSIDERAR EN NUESTRA PROPUESTA.

PARA LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.

RESPUESTA:

ACLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO.

PREGUNTA 27

ANEXO 7, SEROLOGIA INFECCIOSA BANCO DE SANGRE

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel: 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTA PARTIDA UN EQUIPO CON TECNOLOGIA ELISA.

RESPUESTA:

PRUEBA ELIMINADA ACLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO.

PREGUNTA 28

ANEXO 7, SEROLOGIA EQUIPO ADICIONAL BANCO DE SANGRE

SOLICITAN PARA EL BANCO DE SANGRE

BALANZA MEZCLADORA, SILLON, FRACCIONADOR MANUAL, AGITADOR DE PLAQUETAS, CENTRIFUGA DE PISO REFRIGERADA, CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE, CENTRIFUGA DE MESA, RECOLECTOR DE SANGRE, SELLADOR, EXTRACTOR DE PLASMA, CONGELADOR DE PLASMA, CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA, BAÑO PARA DESCONGELADOR, DEBEMOS DE ENTENDER QUE BASTARA CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE NOS COMPROMETEMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, A ENTREGAR 1 EQUIPO DE CADA UNO POR HOSPITAL DE LOS ANTES MENCIONADOS TODA VEZ QUE ESTOS NO SON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION?

RESPUESTA:

SE ACEPTA SIN EMBARGO DEBERAN ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO.

PREGUNTA 29

ANEXO 7, AFERESIS BANCO DE SANGRE

SOLICITAN BOLSAS DE DIFERENTES TIPOS PARA LA EXTRACCION DE HEMOCOMPONENTES TALES COMO: CUADRIPLAS, TRIPLAS, PEDIATRICAS, ETC, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA CANTIDAD DE BOLSAS A SURTIR, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER REALIZAR NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA DE FORMA CORRECTA.

RESPUESTA:

ACLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO.

PREGUNTA 30

EN EL ANEXO 3 EN EL PARRAFO QUE HABLA SOBRE LA ACEPTACION DE LA VISITA POR EL COMITÉ DE ISSSTECALI SOLICITAN NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICATE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SE REFIERE AL LICITANTE GANADOR.

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Merida, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"**

RESPUESTA:

NO DEBERAN PRESENTARLA TODOS LOS PARTICIPANTES DENTRO DE SU OFERTA TECNICA.

PREGUNTA 31

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DE LA FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE.

RESPUESTA:

SE ACEPTA

PREGUNTA 32

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ADIICIONAR COLUMNAS EN EL ANEXO 1, EN LAS CUALES ESPECIFICAREMOS CANTIDAD DE EQUIPOS, MOELO E EQUIPOS ASI COMO UNIDADES EN DONDE SE INSTALARAN LOS INSTRUMENTOS OFERTADOS.

RESPUESTA:

SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE OFERTA TECNICA

LICITANTE "B"	DIAGNOSTICA COMERCIAL S.A. DE C.V
----------------------	--

PREGUNTA No.- 1

EN EL PUNTO 8.1 DOCUMENTOS INTEGRALES DE LA PROPUESTA DE BASES DE LICITACION, INCISO "S" PRIMER VIRETA. SOLICITAN COPIA DE LICENCIA SANITARIO, SIENDO ESTA NECESAROA PARA EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PRINCIPALMENTE. ¿PODEMOS OFRECER COPIA DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO ANTE SSA?

RESPUESTA:

SI SE PODRA PRESENTAR COPIA POR PARTE DEL DISTRIBUIDOR. Y LICENCIA POR PARTE DEL LABORATORIO.

PREGUNTA No.- 2

EL PRESENTE PROCEDIMETO ES CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL. ENTEDEMOS POR ESTO QUE EL SER UN SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO; EL RESPALDO DE INGENIERIA, ASESORIA, LOGISTICA Y DEMAS SERVICIOS COLATERALES LE DAN EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, SIN EMBARGO EL ANEXO II MANIFIESTO CONJUNTO DE NACIONALIDAD Y GRADO DE CONTENIDO

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

NACIONAL, SOLICITAN DECLAREMOS BAJO PROPOSTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES QUE OFERTAMOS Y ENTREGAREMOS SON PRODUCIDOS EN MEXICO Y QUE TIENEN POR LO MENOS EL 50% DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. ¿PODEMOS OMITIR ESTE ANEXO POR LO MENOS EN LA PARTE DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL?

RESPUESTA:

NO SE ACEPTA. SE PRESENTARA ANEXO SENALANDO QUE EL PRESTADOR ES DE CARÁCTER NACIONAL CON LO CUAL SE CUMPLIRA CON DICHO CONTENIDO NACIONAL.

PREGUNTA No.- 3

EN EL PUNTO 1.3.1 SECCION II SOLICITAN EQ. DE RESPALDO PARA QUIMICA CLINICA. EN LA CARACTERISTICA # 2 SOLICITAN UNA VELOCIDAD DE ANALISIS DE 675 PRUEBAS POR HORA, DADA LA CARGA DE TRABAJO DE LOS HOSPITALES Y ADICIONAL SER EL DE RESPALDO, PODRIAMOS OFERTAR UN EQUIPO CON VELOCIDAD DE ANALISIS DE 200 PRUEBAS POR HORA?

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA No.- 4

MISMA SECCION CARACTERISTICA # 9 SOLICITAN CAPACIDAD DE PROCESAR 42 MUESTRAS AL MISMO TIEMPO, DADO QUE ES PARA RESPALDO Y CON UN ANALIZADOR QUE ACEPTE CARGA CONTINUA. ¿PODRIAMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE PROCESA 40 MUESTRAS AL MISMO TIEMPO SOPORTADO POR LA CARGA CONTINUA?

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA No.- 5

MISMA SECCION CARACTERISTICA # 10 SOLICITAN QUE PROCESA: CLORO, POTASIO, SODIO Y CO2. PARA LOS 3 PRIMERO PARAMETROS SOLICITAN POR SEPARADO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS POR ISE Y PARA EL CO2 YA ESTAN SOLICITANDO UN GASOMETRO. ¿PODRIAMOS OFERTAR UN ANALIZADOR DE RESPALDO EN QUIMICA CLINICA SIN ESTE MODULO, YA QUE SOLO ENCARECERIA LA PROPOSTA?

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA No.- 6

EN EL ANEXO # 7 PAQUETE 1 HEMATOLOGIA ALTO RENDIMIENTO, CARACTERISTICA # 4 SOLICITAN CAPACIDAD DE ANALISIS MINIMO DE 80 PRUEBAS POR HORA, DADA LA CARGA DE TRABAJO IMPORTANTE, PODRIAMOS OFERTAR UN ANALIZADOR MINIMO DE 120 PRUEBAS POR HORA?

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mérida, B.C. C.P. 21020 Tel. 553-6300
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

"PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN
COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS
DE: HEMATOLOGÍA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,
ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE
Y AFERESIS"

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA No.- 7

EN EL ANEXO # 7 PAQUETE III QUIMICA CLINICA ALTO RENDIMIENTO,
CARACTERISTICA # 2 SOLICITAN; CLORO, POTASIO Y SODIO SIENDO ESTOS
PARAMETROS DE ELECTROLITOS, PARA LOS CUALES YA ESTAN SOLICITANDO UN
ANALIZADOR ISE ADICIONAL LO MISMO OCURRE CON EL ANALITO CO2
CORRESPONDIENDO ESTO A GASOMETRIAS, PODRIAMOS OFERTAR UN ANALIZADOR
SIN ESTE MODULO PARA NO INCREMENTAR LOS COSTOS INECESARIAMENTE?

RESPUESTA:

ACLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO. ANEXO 7 ENTREGADO EL DIA 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2010.

PREGUNTA No.- 8

EN EL MISMO PAQUETE CARACTERISTICA # 9 EN BASE AL COLUMEN REPORTADO EN
ANEXO # 8 SOLICITAN UNA VELOCIDAD MUY BAJA, PODRIAMOS OFERTAR UN
ANALIZADOR DE 750 PRUEBAS POR HORA?

RESPUESTA:

NO SE ACEPTA.

PREGUNTA No.- 9

ANEXO # 7 PAQUETE VIII BANCO DE SANGRE HEMATOLOGIA CARACTERISTICA # 8
SOLICITAN CAPACIDAD DE 120 PRUEBAS POR HORA. DADO QUE ES PARA ESTA
SECCION. PODRIAMOS OFERTAR UN ANALIZADOR DE 60 PRUEBAS POR HORA?

RESPUESTA:

SE ACEPTA.

PREGUNTA No.- 10

MISMA SECCION EN PRUEBAS DE SEROLOGIA INFECCIOSA CARACTERISTICA "B"
SOLICITAN PRINCIPIO DE MEDICION QUIMIOLUMINISCENCIA. POR EXISTIR DE POR
MEDIO UNA PATNTE EN LAS PRUEBAS INMISCUIDAS, SE ESTARIA LIMITANDO LA LIBRE
PARTICIPACION Y CONCURRENCIA, ADICIONALQUE EL EVENTO ES INTEGRAL EN UNA
SOLA PARTIDA. LA INSTITUCION DEJARIA DE RECIBIR OFERTAS Y OBTENER LAS
MEJORES CONDICIONES. PODRIAMOS OFERTAR OTRO TIPO DE PRINCIPIO DE
MEDICION COMO EL METODO DE ELISA MICROPLACA CON APROBACIONES INDRY Y
CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUCION SANGUINEA?

RESPUESTA:

NO SE ACEPTA.

PREGUNTA No.- 11