

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 23020 Tel. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

ARRIVANDO A LA SALA EL SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y EL RESPECTIVO QUORUM; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ISSSTECALI EN EL SALON Y CENTRO DE CONVENCIONES "HOTEL CALAFIA" CON SITIO EN JUSTO SIERRA NO. 1495 FRACCIONAMIENTO LOS PINOS MEXICALI, B.C, DECLARANDO ABIERTA LA SESIÓN NO. 26/2010.

EN SU CARÁCTER DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ISSSTECALI, LA C.P. **ELIZABETH MONGE LOPEZ**, PROCEDE A DAR LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS ASISTENTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ISSSTECALI, SEGÚN DESIGNACION Y SUPLENCIAS DISPUESTAS EN REUNION ORDINARIA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 08/2010, CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2010; EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2005, ASI COMO A LOS ASESORES E INVITADOS, AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES SEGÚN DESIGNACIONES POR ESCRITO Y A LOS LICITANTES PRESENTES; CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA.

ASI MISMO INFORMA QUE EXISTIENDO EL QUORUM LEGAL REQUERIDO PARA SESIONAR, SE REALIZA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ISSSTECALI EN SU CARÁCTER DE ORGANO COLEGIADO LEGALMENTE ESTABLECIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU REGLAMENTO, EL ACTO DE INTERES PUBLICO, REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-ISSSTECALI/03/2010 "SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE SUPLENTE CEDE EL USO DE LA VOZ AL SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO C.P. **MAGDALENO CHAVEZ RODRIGUEZ**, PARA QUE SEA ESTE QUIEN DIRIJA LA PRESENTE REUNIÓN.

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #900 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

CON LA FINALIDAD DE DAR LIMPIEZA Y TRANSPARENCIA A LOS EVENTOS RESPECTIVOS, DEBIDO A LO TRASCENDENTE DEL SERVICIO QUE OTORGA EL INSTITUTO, ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL "SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"

**PUNTO NO. 1.- SE PROCEDIÓ A FIRMAR LA LISTA DE ASISTENCIA**

**PUNTO NO. 2.- LECTURA DE ACTA DE REUNIÓN NO. 25/2010.**

ACTO SEGUIDO, **SE SOMETE A CONSIDERACIÓN ANTE ESTE H. COMITÉ**, CON LA DEBIDA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES, SEGÚN LAS FACULTADES OTORGADAS EN ARTICULO 18 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULOS 13 Y 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; **LA APROBACION PARA DISPENSAR EN EL PRESENTE ACTO LA LECTURA DEL ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 25/2010,** REFERENTE A REFERENTE A RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. LPN-ISSSTECALI/04/2010 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALARIO Y DENTAL PARA UNIDADES MEDICAS PERTENECIENTES A ISSSTECALI"

CONSIDERANDO QUE EN LA FECHA DE REALIZACION DE DICHO ACTO SE REALIZO LA LECTURA Y FIRMA DEL ACTA, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES EN LA MATERIA.

TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PRESENTES, ANTE LA DEBIDA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES, **APRUEBAN POR UNANIMIDAD,** DISPENSAR EN EL PRESENTE ACTO LA LECTURA DEL ACTA DE REUNION DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 25/2010.

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Telf. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE  
EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN-ISSSTECALI/03/2010  
**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA  
PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,  
COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,  
URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

**PUNTO NO. 3.- INTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:**

*REUNION DE PRESENTACION RESULTADOS TECNICOS Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS QUE REALIZA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ISSSTECALI CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-ISSSTECALI/03/210 "SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"*

PROCEDIMIENTO DEBIDAMENTE DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

EL ISSSTECALI LLEVA A CABO LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO ARTÍCULOS 20 Y 24 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA .

SE PROCEDIÓ A COMUNICAR LOS ANTECEDENTES DE ESTA LICITACIÓN, INFORMANDO QUE SE EFECTUÓ ACTO DE **"PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS"**, EN REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO 24/2010; CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010, HABIENDOSE PRESENTADO LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

LICITANTE		DOCUMENTACION DE PROPUESTA TECNICA (PUNTO 8.1 DE LAS BASES DE LICITACION)
LICITANTE "A"	DICIPA S.A. DE C.V.	PRESENTA:
LICITANTE "B"	DIAGNOSTICA COMERCIAL S.A DE C.V	PRESENTA:
LICITANTE "C"	HEMOSER S.A DE C.V.	PRESENTA:

Oficinas Centrales

Carretera Justo Sierra #800 Col. Libertad  
 Mexicali, B.C. C.P. 23020 Tel. 551-6100  
 www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010  
 REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE  
 EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
 CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA  
 PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,  
 COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,  
 URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

LICITANTE "D"	DIAGNOSTICA NUEVA ACCION S.A. DE C.V.	NO PRESENTA:
LICITANTE "E"	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A DE C.V.	NO PRESENTA:
LICITANTE "F"	CALI DE BAJA CALIFORNIA S.A DE C.V.	NO PRESENTA:

**PUNTO NO. 4.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE  
 EVALUACION DETALLADA, REFERENTE A: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 No. LPN-ISSSTECALI/03/2010 "SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON  
 EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS  
 AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA,  
 ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URINALISIS, BANCO DE SANGRE Y  
 AFERESIS"**

SE REALIZA RESEÑA DEL PROCEDIMIENTO: LA PROPUESTA TÉCNICA ES ACEPTADA CUANTITATIVAMENTE PROCEDIÉNDOSE A LA EVALUACIÓN DETALLADA REALIZADA POR LA Q.F.B. LOURDES AIDEE VALDEZ RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUADRO BASICO, INVITADA A ESTE ACTO. COMO ASESOR TECNICO Y A UN SERVIDOR; LOS CUALES SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA DESECHAR PROPUESTAS, REALIZAR DICTÁMENES Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE CUANDO LO MARQUE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, DEBIDAMENTE DESIGNADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DICHAS EVALUACIONES TECNICAS SE REALIZAN SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL ARTICULO 35 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO. ASI MISMO, SE REALIZA LA EVALUACION DE LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA PROPUESTA TECNICA, REQUERIDOS EN EL PUNTO 8 DE LA SECCION II, DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No .LPN-ISSSTECALI/03/2010 "SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**

**“SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS”**

**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS,**  
**GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS”.**

RESULTANDO DE LA EVALUACION DETALLADA DE OFERTA TECNICA Y  
DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA PROPUESTA, LO SIGUIENTE:

NOMBRE Y NO. DE LICITANTE	PARTIDA UNICA SOLVENTE PARA EVALUACION DETALLADA DE PROPUESTA TECNICA	RESULTADOS DE EVALUACION DETALLADA DE PROPUESTA TECNICA
LICITANTE "A" DICIPA S.A. DE C.V.	PRESENTA	ES DESECHADO EN LA PARTIDA, RESULTANDO <b>NO SOLVENTE</b> PARA APERTURA ECONOMICA.

**PARTIDA UNICA:**

EL LICITANTE **OMITIO** PRESENTAR EN SU **OFERTA TECNICA** PAQUETE VIII BANCO DE SANGRE LO REFERENTE A

- 1 Centrifuga de piso con gabinete refrigerada. Permite la separación de elementos sanguíneos a velocidad controlada y uniforme, con sistema de control automático de temperatura con rango de +2 a -10 grados centígrados, cabezal horizontal para 6 bolsas de plástico (dobles, triples y cuadruples), camisas y cargadores, capacidad mínima total de 3600 ml, velocidad mínima a plena carga de 4000 r.p.m. o mayor, fuerza centrífuga relativa a 7400 g o mayor, tacómetro, reloj electrónico, freno eléctrico, sistema de refrigeración libre de cfc, sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la centrifugación así como reconocimiento automático del rotor cuando este en desbalance, así como un sistema de interfase.

EN EL RESTO DE LOS EQUIPOS SOLO HACE REFERENCIA DE MARCA Y MODELO PARA SEIS EQUIPOS DE UN TOTAL DE 13 QUE SE SOLICITAN INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 3 DE LOS BIENES A LICITAR, PUNTO 8 INCISO A DE LA SECCION II DE LAS BASES DE LICITACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 7.

ASIMISMO HACE REFERENCIA DE MARCA Y MODELO SOLO DE

ASIMISMO EL LICITANTE PRESENTA LITERATURA PARA FRACCIONADOR MANUAL LA CUAL **NO** CORRESPONDE CON LO DESCRITO EN LA OFERTA TECNICA INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8 INCISO K DE LA SECCION II DE LAS BASES DE LICITACION.

EL LICITANTE **OMITIO** PRESENTAR DENTRO DE SU **OFERTA TECNICA** LO REFERENTE A SISTEMA INFORMATICO "ESPECIFICACIONES MINIMAS DE SISTEMA EQUIPO COMPUTO PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE", PRESENTANDO UNICAMENTE MANIFIESTOS DE PRESENTACION EN LO QUE SOLO OFRECE 1 COMPUTADORA COMPLETA POR UNIDAD MEDICA,

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mazatlán, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-0100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA INFORMATICO Y PUNTO 8 INCISO A, DE LA SECCION II DE LAS BASES DE LICITACION (OFERTA TECNICA).

ASIMISMO PRESENTA MANIFIESTO UNICAMENTE PARA BANCO DE SANGRE EN LO REFERENTE A CONEXIONES Y CONFIGURACIONES, AUNADO A ESTO NO ESPECIFICA LA MANERA EN QUE SE REALIZARA LA INTERFACE CON NUESTRA BASE DE DATOS INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.3 DE LA SECCION I DE LAS BASES DE LICITACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 7.

LICITANTE "B" DIAGNOSTICA COMERCIAL S.A DE C.V	PRESENTA	ES DESECHADO EN LA PARTIDA, RESULTANDO <b>NO</b> <b>SOLVENTE</b> PARA APERTURA ECONOMICA.
---	----------	--

EL LICITANTE EN LO REFERENTE A EL SISTEMA INFORMATICO PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE EN SU OFERTA TECNICA NO ESPECIFICA LA MARCA Y MODELO QUE OFERTA INCUMPLIENDO CON EL PUNTO 1.3 DE LA SECCION I DE LAS BASES DE LICITACION.

EN LO REFERENTE A PAQUETE VIII BANCO DE SANGRE DEBE PROPORCIONAR COMO MINIMO LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

- 1 Balanza mezcladora
- 1 Sillón: Mueble de funcionamiento electromecánico para posicionamiento del donante, como terapia en caso de malestar para ser operado por personal médico y de enfermería, con cubierta y forro de vinil, repelente a manchas de sangre y lavable con solución clorada y/o jabón, operable manualmente con soporte posicional giratorio para descansar el brazo del donador acojinado.
- 1 Fraccionador manual
- 1 Agitador de plaquetas: Agitar y mover bolsas con concentrados plaquetarios a una velocidad uniforme, con manejo mínimo de 48 paquetes de concentrados plaquetarios, velocidad horizontal constante de 70 rpm, canasta dividida en 8 secciones para colocar cinco paquetes en cada una y posibilidad de ser removida, compresor de acuerdo a la potencia del equipo, con incubador de plaquetas controlado por microprocesador, capacidad para incubar de 4 a 6 anaqueles. Temperatura en el rango de 20 a 24 grados centígrados, con alarma audible y visual que indique puerta abierta y fallas de energía eléctrica.
- 1 Centrifuga de piso con gabinete refrigerada. Permite la separación de elementos sanguíneos a velocidad controlada y uniforme, con sistema de control automático de temperatura con rango de +2 a +10 grados centígrados, cabezal horizontal para 6 bolsas de plástico (dobles, triples y cuádruples), camisas y cargadores, capacidad mínima total de 3600 ml, velocidad mínima a plena carga de 4000 r.p.m. o mayor, fuerza centrífuga relativa a 7400 g o mayor, tacómetro, reloj electrónico, freno eléctrico, sistema de refrigeración libre de cfc, sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la centrifugación así como reconocimiento automático del rotor cuando este en desbalance, así como un sistema de interfase.
- 1 Centrifuga de cabezal intercambiable: que permita la separación de elementos formes en un espécimen, opera desde microtubos hasta tubos de 50 ml, con rotor basculante de 4 x 250 ml, paquete

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**

**“SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS”**

de tres adaptadores: 16 x 100 mm, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm. Cámara de acero inoxidable y cubierta resistente al impacto, tacómetro y control de velocidad variable hasta 8000 rpm, reloj con rango de tiempo de 0 a 60 minutos o mayor, con posición en detenido, freno y seguro electrodinámico que impida la apertura de la tapa durante la marcha y que se desactive cuando falle la corriente eléctrica.

- **1 Centrifuga de mesa (SEROFUGE):** Velocidad máxima de 3,400 r.p.m. y fuerza centrífuga relativa máxima de 1000G. Control de tiempo de 3 a 6 min, Freno, Con una o dos velocidades, Puerta con interruptor de seguridad.
- **1 Recolector de Sangre:** Instrumento automático para la medición del volumen sanguíneo extraído en gramos, transformados a mililitros, con capacidad de dar movimientos constantes a la bolsa contenedora. Panel de control con botones digitales para: encendido y apagado, borrar la programación anterior, programar el volumen a extraer. Pantalla de cristal líquido que permita desplegar los siguientes datos: peso en gramos con incrementos de un gramo. Volumen en mililitros con incrementos de un mililitro. Capacidad de 100 mililitros mínimo y 700 mililitros máximo. Sistema de alarmas audiovisuales ajustables para: flujo lento e indicar el momento en el que el volumen programado se ha completado. Sistema de calibración automático. Sistema de movimiento oscilatorio constante, que permita la mezcla del anticoagulante con la sangre extraída. Charola de aluminio integrada al sistema oscilatorio, para la colocación de la bolsa recolectora.
- **1 Sellador.** Sellador eléctrico para tubos de bolsa de sangre. Permite el sellado por calentamiento y presión sobre elementos plásticos con la finalidad de cerrado hermético. Pinza para sellar el tubo de plástico. Tiempo de sellado de 1.5 segundos. Sellado automáticamente. Separación de segmentos sin uso de tijeras.
- **1 Extractor de plasma.** Extractor automatizado o semiautomatizado de plasma, para fraccionar la sangre en sus componentes. Prensa neumática o eléctrica con sensor que regule el flujo de los componentes sanguíneos. Con pinzas automáticas para control del flujo de salida. Sistema de bolsas múltiples compatibles.
- **1 Congelador rápido de plasma.** Equipo automático fijo para congelar bolsas de plasma de diferentes volúmenes. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Con capacidad de 96 a 576 bolsas. Puerta con sistema de seguridad. Circulación uniforme de la temperatura.
- **1 Congelador de temperatura ultrabaja.** Equipo que permite preservar especímenes biológicos (plasma, células sanguíneas) que requieren temperatura de congelación hasta menos 76 grados centígrados. Vertical u horizontal. Capacidad de 13 +/-1 pies cúbicos. Cuatro repisas o charolas interiores de acero inoxidable. Cinco puertas internas. Alarma acústica y visual en caso de falla de corriente eléctrica. Compresor con potencia adecuada a la capacidad del equipo. Con registro diario/semanal automático de la temperatura y control con microprocesador. Interiores recubiertos con pintura epóxica de alto impacto. Refrigerante libre de CFC.
- **1 Baño para descongelación rápida de plasma y eritrocitos.** Indicador de temperatura digital. Sistema de alarma visual y acústica. Programación de tiempo de descongelación. Capacidad para descongelar un número variable de bolsas en forma simultánea.

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

EL LICITANTE OMITIO ESPECIFICAR EN SU **OFERTA TECNICA** LA MARCA DE LOS EQUIPOS ANTES SEÑALADOS POR LO QUE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8 INCISO A, DE LA SECCION II DE LAS BASES DE LICITACION Y ANEXO 1(OFERTA TECNICA).

EL LICITANTE PRESENTA EN SU **OFERTA TECNICA** REFERENTE A PAQUETE III QUIMICA CLINICA, EQUIPO DE MARCA: DIMENSION SIN ESPECIFICAR MODELO INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 3 DE LOS BIENES A LICITAR EN SU INCISO 3.2 DE LA SECCION II DE LAS BASES DE LICITACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 7.

EL LICITANTE PRESENTA EN SU **OFERTA TECNICA** REFERENTE A PAQUETE VII INMUNOLOGIA, EQUIPO DE MARCA: CENTAUR EN CONTRADICCION CON SU LITERATURA LA CUAL ESPECIFICA ADVIA CENTAUR INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8 INCISO K DE LA SECCION II DE LAS BASES DE LICITACION.

EL LICITANTE PRESENTA EN SU **OFERTA TECNICA** SISTEMA INFORMATICO PARA BANCO DE SANGRE EL CUAL NO CUENTA CON INTERFACE CON NUESTRA BASE DE DATOS, LO INDICA CON OTRA MARCA NO COMPATIBLE A LA NUESTRA INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.3 DE LA SECCION I DE LAS BASES DE LICITACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 7.

LICITANTE "C" HEMOSER S.A DE C.V.	PRESENTA	ES DESECHADO EN LA PARTIDA, RESULTANDO <b>NO SOLVENTE</b> PARA APERTURA ECONOMICA.
--------------------------------------	----------	--

**PARTIDA UNICA:**

EL LICITANTE EN LO REFERENTE A EL **SISTEMA INFORMATICO PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE** EN SU OFERTA TECNICA NO ESPECIFICA LA MARCA Y MODELO QUE OFERTA INCUMPLIENDO CON EL PUNTO 1.3 DE LA SECCION I DE LAS BASES DE LICITACION.

EN LO REFERENTE A PAQUETE VIII BANCO DE SANGRE DEBE PROPORCIONAR COMO MINIMO LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

- 1 Balanza mezcladora
- 1 Sillón: Mueble de funcionamiento electromecánico para posicionamiento del donante, como terapia en caso de malestar para ser operado por personal médico y de enfermería, con cubierta y forro de vinil, repelente a manchas de sangre y lavable con solución clorada y/o jabón, operable manualmente con soporte posicional giratorio para descansar el brazo del donador acofinado.
- 1 Fraccionador manual
- 1 Agitador de plaquetas: Agitar y mover bolsas con concentrados plaquetarios a una velocidad uniforme, con manejo mínimo de 48 paquetes de concentrados plaquetarios, velocidad horizontal constante de 70 rpm, canasta dividida en 8 secciones para colocar cinco paquetes en cada una y posibilidad de ser removida, compresor de acuerdo a la potencia del equipo, con incubador de plaquetas controlado por microprocesador, capacidad para incubar de 4 a 6 anaqueles. Temperatura en el rango de 20 a 24 grados

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

- centígrados, con alarma audible y visual que indique puerta abierta y fallas de energía eléctrica.
- **1 Centrifuga de piso con gabinete refrigerada.** Permite la separación de elementos sanguíneos a velocidad controlada y uniforme, con sistema de control automático de temperatura con rango de +2 a -10 grados centígrados, cabezal horizontal para 6 bolsas de plástico (dobles, triples y cuádruples), camisas y cargadores, capacidad mínima total de 3600 ml, velocidad mínima a plena carga de 4000 r.p.m. o mayor, fuerza centrífuga relativa a 7400 g o mayor, tacómetro, reloj electrónico, freno eléctrico, sistema de refrigeración libre de cfc, sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la centrifugación así como reconocimiento automático del rotor cuando este en desbalance, así como un sistema de interfase.
  - **1 Centrifuga de cabezal intercambiable:** que permita la separación de elementos formes en un espécimen, opera desde microtubos hasta tubos de 50 ml, con rotor basculante de 4 x 250 ml, paquete de tres adaptadores: 16 x 100 mm, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm. Cámara de acero inoxidable y cubierta resistente al impacto, tacómetro y control de velocidad variable hasta 8000 rpm, reloj con rango de tiempo de 0 a 60 minutos o mayor, con posición en detenido, freno y seguro electrodinámico que impida la apertura de la tapa durante la marcha y que se desactive cuando falle la corriente eléctrica.
  - **1 Centrifuga de mesa (SEROFUGE):** Velocidad máxima de 3,400 r.p.m. y fuerza centrífuga relativa máxima de 1000G. Control de tiempo de 3 a 6 min, Freno, Con una o dos velocidades, Puerta con interruptor de seguridad.
  - **1 Recolector de Sangre:** Instrumento automático para la medición del volumen sanguíneo extraído en gramos, transformados a mililitros, con capacidad de dar movimientos constantes a la bolsa contenedora. Panel de control con botones digitales para: encendido y apagado, borrar la programación anterior, programar el volumen a extraer. Pantalla de cristal líquido que permita desplegar los siguientes datos: peso en gramos con incrementos de un gramo. Volumen en mililitros con incrementos de un mililitro. Capacidad de 100 mililitros mínimo y 700 mililitros máximo. Sistema de alarmas audiovisuales ajustables para: flujo lento e indicar el momento en el que el volumen programado se ha completado. Sistema de calibración automático. Sistema de movimiento oscilatorio constante, que permita la mezcla del anticoagulante con la sangre extraída. Charola de aluminio integrada al sistema oscilatorio, para la colocación de la bolsa recolectora.
  - **1 Sellador.** Sellador eléctrico para tubos de bolsa de sangre. Permite el sellado por calentamiento y presión sobre elementos plásticos con la finalidad de cerrado hermético. Pinza para sellar el tubo de plástico. Tiempo de sellado de 1.5 segundos. Sellado automáticamente. Separación de segmentos sin uso de tijeras.
  - **1 Extractor de plasma.** Extractor automatizado o semiautomatizado de plasma, para fraccionar la sangre en sus componentes. Prensa neumática o eléctrica con sensor que regule el flujo de los componentes sanguíneos. Con pinzas automáticas para control del flujo de salida. Sistema de bolsas múltiples compatibles.
  - **1 Congelador rápido de plasma.** Equipo automático fijo para congelar bolsas de plasma de diferentes volúmenes. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Con capacidad de 96 a 576 bolsas. Puerta con sistema de seguridad. Circulación uniforme de la temperatura.
  - **1 Congelador de temperatura ultrabaja.** Equipo que permite preservar especímenes biológicos (plasma, células sanguíneas) que requieren temperatura de congelación hasta menos 76 grados centígrados. Vertical u horizontal. Capacidad de 13 +/-1 pies cúbicos. Cuatro repisas o charolas interiores de acero

Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

inoxidable. Cinco puertas internas. Alarma acústica y visual en caso de falla de corriente eléctrica. Compresor con potencia adecuada a la capacidad del equipo. Con registro diario/semanal automático de la temperatura y control con microprocesador. Interiores recubiertos con pintura epóxica de alto impacto. Refrigerante libre de CFC.

- 1 Baño para descongelación rápida de plasma y eritrocitos. Indicador de temperatura digital. Sistema de alarma visual y acústica. Programación de tiempo de descongelación. Capacidad para descongelar un número variable de bolsas en forma simultánea.

EL LICITANTE OMITIO ESPECIFICAR EN SU **OFERTA TECNICA LA MARCA DE LOS EQUIPOS ANTES SEÑALADOS POR LO QUE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8 INCISO A, DE LA SECCION II DE LAS BASES DE LICITACION Y ANEXO 1(OFERTA TECNICA).**

ASI COMO TAMBIEN INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 22 DESCALIFICACION A UN LICITANTE EN SUS INCISOS a) DE LA SECCION II DE LAS BASES DE LICITACION, LOS CUALES ESTABLECEN LO SIGUIENTE:

*Falta de cumplimiento de alguno de los requisitos de fondo establecidos en estas bases de licitación. En apego a lo dispuesto en Artículo 28 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C.*

**SE DECLARA DESIERTA LA PARTIDA UNICA, POR NO PRESENTARSE PROPUESTAS TECNICAS SOLVENTES POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES.**

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL CUAL A LA LETRA DICE:

"TRATÁNDOSE DE LICITACIONES EN LAS QUE UNA O VARIAS PARTIDAS SE DECLAREN DESIERTAS POR NO HABERSE RECIBIDO PROPUESTAS SATISFATORIAS, EL COMITÉ PODRÁ PROCEDER, SOLO RESPECTO A ESAS PARTIDAS, A CONVOCAR UNA NUEVA LICITACIÓN, O BIEN A APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN CORRESPONDA".

POR LOS MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO ANTES EXPUESTOS, Y EN APEGO A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, SERVICIO, EFICIENCIA Y HONRADEZ QUE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL INSTITUTO, **SE SOMETE A CONSIDERACIÓN ANTE ESTE H. COMITÉ** SEGÚN LAS FACULTADES OTORGADAS EN EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULOS 14 AL 17 DE SU REGLAMENTO; Y ANTE LA DEBIDA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES DEL INSTITUTO Y EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL:

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE  
EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA  
PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,  
COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,  
URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

- LA APROBACION DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION DETALLADA DE PROPUESTAS TECNICAS.
- LA APROBACION PARA DESIGNAR DESIERTA LA PARTIDA UNICA POR NO CUMPLIR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACION CONFORME A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS TECNICO DETALLADO

TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PRESENTES, **APROBARON POR UNANIMIDAD**, ANTE LA DEBIDA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Y EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES DEL ISSSTECALI, LO SIGUIENTE:

- LA APROBACION DE LOS RESULTADOS DE EVALUACION DETALLADA DE PROPUESTAS TECNICAS.
- LA APROBACION PARA DESIGNAR DESIERTA LA PARTIDA UNICA POR NO CUMPLIR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACION CONFORME A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS TECNICO DETALLADO

CUADRO EXCLUSIVO DE ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS,  
DE LO CUAL SE ENTERA A LOS ASISTENTES ANTES DE FIRMAR

**PUNTO NO. 5.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, REFERENTES A:  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ISSSTECALI/03/2010 "SERVICIO  
INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS  
DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE  
EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA  
PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,  
COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,  
URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS,  
GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS".**

EN APEGO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL CUAL ESTABLECE QUE EL COMITÉ PROCEDERA A **DECLARAR DESIERTA LA LICITACION**, CUANDO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES, DEBIENDOSE EXPEDIR UNA NUEVA CONVOCATORIA, ASI MISMO SEÑALA QUE "TRATÁNDOSE DE LICITACIONES EN LAS QUE UNA O VARIAS PARTIDAS SE DECLAREN DESIERTAS POR NO HABERSE RECIBIDO PROPUESTAS SATISFACTORIAS, EL COMITÉ PODRÁ PROCEDER, SOLO RESPECTO A ESAS PARTIDAS, A CONVOCAR UNA NUEVA LICITACIÓN, O BIEN A APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN CORRESPONDA". ADICIONALMENTE EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SU FRACCION VI DISPONE QUE SE PODRA CONTRATAR A TRAVES DE INVITACION O DE ADJUDICACION DIRECTA DESPUES DE DOS LICITACIONES DESIERTAS

CUADRO EXCLUSIVO DE ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS,  
DE LO CUAL SE ENTERA A LOS ASISTENTES ANTES DE FIRMAR

**PUNTO NO. 6.- SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32, FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULO 17 FRACCION V Y ARTICULO 35 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA EN LA QUE SE HACE CONSTAR EL

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #500 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,**  
**COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,**  
**URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

RESULTADO TÉCNICO, LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON.

LA PRESENTE ACTA ES FIRMADA POR LOS ASISTENTES AL ACTO, CONOCEDORES DE SUS EFECTOS LEGALES, DE LA CUAL SE LES ENTREGARA COPIA; LA FALTA DE LA FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN; EN DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SITO AVE. TAPICEROS NO.2096, COL. LIBERTAD, MEXICALI B.C.

SE NOTIFICAN LOS RESULTADOS POR ESCRITO DEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS A EL LICITANTE CUYA PROPUESTA FUE ANALIZADA, INFORMANDO QUE EL EXPEDIENTE CARPETA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ISSSTECALI/03/2010 **"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA, COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA, URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**.

OBJETO DEL PRESENTE ACTO SE ENCUENTRA RESGUARDADO POR EL C.P. MAGDALENO CHAVEZ RODRIGUEZ, JEFE DE COMPRAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SITO JUSTO SIERRA NO. 1221 FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LUGAR EN EL CUAL PODRA SER CONSULTADO DICHO EXPEDIENTE POR LOS INTERESADOS.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES, QUE LOS ESCRITOS DE DESIGNACION DE SUPLENCIAS, ESTARAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA, EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SITO JUSTO SIERRA NO. 1221 FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, MEXICALI, B.C.

LOS INTERESADOS PODRAN INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, EN CONTRA DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE LES AFECTEN, EMITIDAS POR EL INSTITUTO, O BIEN INTENTAR LAS VIAS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES. EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD SERA DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE HUBIERE NOTIFICADO EL ACTO O RESOLUCION QUE SE RECURRA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DEL INTERESADO PARA INTERPONERLO, SIN PERJUCIO DE QUE LA CONTRALORIA PUEDA ACTUAR EN CUALQUIER TIEMPO EN LOS

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 23020 Tel. 551-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010  
REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE  
EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA  
PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,  
COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,  
URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

TERMINOS DE LEY. EN DEBIDO APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 66, 68  
Y 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.








SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 10:55 A.M. HORAS DEL DÍA 01 DE  
OCTUBRE DEL 2010, EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,  
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 651-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
**REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE**  
**EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS**  
**CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LPN-ISSSTECALI/03/2010**  
**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA**  
**PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO EN LAS ÁREAS DE: HEMATOLOGÍA,**  
**COAGULACIÓN, QUÍMICA CLÍNICA, SEROLOGÍA, ELECTROLITOS, GASOMETRÍA,**  
**URIANÁLISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**  
**DE ISSSTECALI Y FUNCIONARIOS INVITADOS POR PARTE DEL INSTITUTO**

INTEGRANTE DEL COMITÉ Y FUNCIONARIOS INVITADOS	FIRMA
<p>María Elena Toledo Santana Vocal de la Dir. de Prog. y Prom.</p>	
<p>Elizabeth C. Monge López Suplente del Presidente del Comité</p>	
<p>CLAUDIA GARCÍA GONZÁLEZ Rep. de la Dir. DE y Cont. Gen. Sup. Audit. de Operación y Ser. de Salud.</p>	
<p>Cecilia Lizama Rep. Dir. Control y Eval. Gob. MAGNOLIO CHAVEZ RODRIGUEZ suplente secretario comité</p>	
<p>Lourdes Aidee Valdez Ramirez Asesor Técnico</p>	
<p>GUILHERMO KRASOVSKY J. ACRACERO</p>	
<p>Luis E. Villanueva León Suplente Vocal al Comité</p>	








Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad  
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 531-6100  
www.issstecali.gob.mx

**ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES NO. 26/2010**  
REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS DE  
EVALUACIÓN DETALLADA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS  
CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LPN-ISSSTECALI/03/2010

**"SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA  
PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGIA,  
COAGULACION, QUIMICA CLINICA, SEROLOGIA, ELECTROLITOS, GASOMETRIA,  
URIANALISIS, BANCO DE SANGRE Y AFERESIS"**

**LICITANTES:**

LICITANTE NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
Dicipa, S.A. de C.V.	Ivette Borja	
DIAGNOSTICA COMERCIAL SA DE CV	ADOLFO BAY	
Hemoser S.A de C.V	Heero A. Scantling	