



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL

No. 32065001-057-17

“Suministro e instalación en su caso de equipo médico y de laboratorio para el Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California”

SESIÓN DE DICTAMEN Y FALLO

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 10:00 horas del día 20 de septiembre de 2017, se reunieron en la sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, sita en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de esta ciudad, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de Dictamen y Fallo correspondiente a la Licitación Pública Regional no. 32065001-057-17 referente al “Suministro e instalación en su caso de equipo médico y de laboratorio para el Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California”.

El C. Rutilo Pérez Flores, Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia de la Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Loreto Quintero Quintero, informando el Presidente que se encuentran presentes la mayoría de los Miembros del Comité de Adquisiciones, por sus titulares o sus respectivos suplentes de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación por lo que existe Quórum Legal de asistencia para sesionar y para la toma de acuerdos, en términos del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Acto continuo se pasa a la emisión del Dictamen que servirá como base para el Fallo de la Licitación Pública Regional no. 32065001-057-17 referente a la “Suministro e instalación en su caso de equipo médico y de laboratorio para el Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California” en términos del Artículo 33 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

----- DICTAMEN -----

Licitación Pública Regional no. 32065001-057-17 para la "Suministro e instalación en su caso de equipo médico y de laboratorio para el Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California".

RESEÑA CRONOLOGICA

1.- El 25 de agosto de 2017 se publicó la convocatoria en el periódico oficial del Estado de Baja California, en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamental (compras BC) y en un diario de amplia circulación en el Estado (El Mexicano) referente a la licitación pública regional número 32065001-057-17 para el "Suministro e instalación en su caso de equipo médico y de laboratorio para el Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California".

2.- Que en fecha 29 de agosto de 2017 cumpliendo con lo estipulado en la convocatoria referida, se dio respuesta a los cuestionarios con las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, realizándose una junta de Aclaraciones.

3.- Con fecha 5 de septiembre de 2017, se tuvieron por presentadas en tiempo y forma los sobres conteniendo las propuestas técnicas y económicas de 02 (dos) licitantes, hecho lo cual se procedió a la apertura de los sobres que contenían las propuestas técnicas de lo cual se levantó el acta correspondiente.

4.- Con fecha 13 de septiembre de 2017, tomando en consideración el dictamen técnico correspondiente, se emitió el Fallo Técnico, procediendo acto seguido a realizar la apertura de los sobres con las Propuestas Económicas presentada por los licitantes; cuya propuesta técnica fue aceptada, quedando asentadas en el acta respectiva. Siendo estos los siguientes:

NOMBRE DE LICITANTE	PARTIDAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN, DE ACUERDO AL RESULTADO DE EVALUACION DETALLADA DE PROPUESTAS TECNICAS, RESULTANDO SOLVENTE PARA APERTURA ECONOMICA
ASEEMED S. DE R.L. DE C.V.	12

5.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 Fracción II Inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones multicitada, se fijó día y hora para la emisión del fallo de la presente Licitación, haciéndose del conocimiento de los licitantes y quedando asentado en el acta respectiva.

ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES

Como resultado de la revisión cuantitativa de las proposiciones presentadas por los licitantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

punto	inciso	Tipo de documento	LICITANTE MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA S.A. DE C.V.	LICITANTE ASEEMED S. DE R.L. DE C.V.
8.1	A)	Formato de Propuesta técnica detallada en original (ANEXO 1)	presenta	presenta
8.1	B)	Carta compromiso de entrega (ANEXO 2)	presenta	presenta
8.1	C)	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (ANEXO 3)	presenta	presenta
8.1	D)	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California (ANEXO 4)	presenta	presenta
8.1	E)	Declaración de Integridad (ANEXO 5)	presenta	presenta
8.1	F)	Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. (ANEXO 6)	presenta	presenta
8.1	G)	Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los bienes y todos sus componentes ofertados son nuevos y originales.	presenta	presenta
8.1	H)	Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.	presenta	presenta
8.1	I)	Catálogo de los bienes a suministrar	presenta	presenta
8.1	J)	Manuales técnicos y manuales de operación	presenta	presenta
8.1	K)	Cartas originales del fabricante	presenta	presenta
8.1	L)	Certificados de Buenas Practicas de Fabricación	presenta	presenta
8.1	M)	Copia simple de la Licencia Sanitaria	presenta	No aplica
8.1	N)	Certificados de calibración.	presenta	No aplica
8.1	O)	Carta Compromiso de entrega de póliza de mantenimiento preventivo y correctivo así como programa de calendario de servicios de mantenimiento preventivo	presenta	presenta
8.1	P)	Manifiesto de aceptación de conocimiento y cumplimiento íntegro de las bases de licitación	presenta	presenta
8.1	Q), R)	Propuesta económica	presenta	presenta

Se reciben sus proposiciones para su posterior evaluación

Del mismo modo y de conformidad con lo establecido en las bases de Licitación se llevó a cabo la revisión detallada de las propuestas técnicas recibidas, comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes, analizando los aspectos técnicos y legales que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados en las bases de licitación, dando como **resultado de evaluación detallada de las propuestas técnicas** lo siguiente:

"RESULTADO DE EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS"

LICITANTE	PARTIDA EN LA QUE PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA:	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA S.A. DE C.V.	2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.	ES DESECHADO EN LAS PARTIDAS: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, RESULTANDO NO SOLVENTE PARA APERTURA ECONÓMICA RESPECTO ESAS.

DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE, EL CUAL SE REALIZÓ EN APEGO Y CON FUNDAMENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I INCISO D) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE DESPRENDE QUE SON DESECHADAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

PARTIDAS: 2, 4, 5, 11

El licitante **omitió** presentar **CARTAS ORIGINALES DE LOS FABRICANTES**, incumpliendo con lo establecido en el inciso k) del punto 8.1 de la sección II de las bases de licitación e incurriendo con lo establecido en el punto 26.1 de la sección II de las bases de licitación.

PARTIDAS: 2, 4, 5

El licitante presenta **CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN** en idioma inglés, **omitiendo la traducción simple al español**, incumpliendo con lo establecido en el punto 6 **IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES** de la sección II de las bases de licitación e incurriendo con lo establecido en el punto 26.1 de la sección II de las bases de licitación.

PARTIDAS: 7, 8, 9, 10.

El licitante presenta **escrito denominado COPIA SIMPLE DE LICENCIA SANITARIA VIGENTE**, en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las licencias sanitarias para las partidas 7, 8, 9, 10 están vigentes y expedidas por COFEPRIS, **omitiendo presentar copia simple de la licencia sanitaria vigente**, incumpliendo con lo establecido en el inciso M) del punto 8.1 de la sección II de las bases de licitación e incurriendo con lo establecido en el punto 26.1 de la sección II de las bases de licitación.

PARTIDA 4

El licitante **omitió** en su **PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1) la especificación de:**

- Material de la base de 2 columnas la cama de acero sin fillos expuestos revestidos con capa de pintura.

Incumpliendo con lo establecido en el inciso A) del punto 8.1 de la sección II de las bases de licitación e incurriendo con lo establecido en el punto 26.1 de la sección II de las bases de licitación.

PARTIDA 5

El licitante en su **PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1)** presenta **especificaciones técnicas diferentes** a las requeridas en el **PUNTO 3.1** de la sección II de las bases de licitación, **incumpliendo** con lo establecido en el inciso A) del punto 8.1 de la sección II de las bases de licitación e incurriendo con lo establecido en el punto 26.1 de la sección II de las bases de licitación, siendo estas las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PUNTO 3.1 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1) DEL LICITANTE
9. Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm. de largo x 64 cm. de ancho, como mínimo.	Dimensiones de la superficie del paciente 186 cm. de largo x 60 cm. de ancho, como mínimo.
17. Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. Incluir un poste de altura variable o telescópico.	dos postes fijos (cabecera y piecera) telescópicos y plegables

PARTIDA 7

El licitante en su **PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 1)**, **oferta dos garantías** en la columna de garantía indica **24 meses** y al final de las especificaciones técnicas en el punto 10. Garantía solicitada: **12 meses**, **incumpliendo** con lo establecido en el inciso A) del punto 8.1 e incurriendo con lo establecido en el numeral 7) del mismo inciso A) del punto 8.1 de la sección II de las bases de licitación.

PARTIDA 8

El licitante en su **PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1)** presenta especificaciones técnicas diferentes a las requeridas en el **PUNTO 3.1** de la sección II de las bases de licitación, **incumpliendo** con lo establecido en el **inciso A) del punto 8.1** de la sección II de las bases de licitación e **incurriendo** con lo establecido en el **punto 26.1** de la sección II de las bases de licitación, siendo estas las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PUNTO 3.1 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1) DEL LICITANTE
<ul style="list-style-type: none"> Monitor/Pantalla entrada: cable del paciente de 3 a 5 derivaciones, palas o adaptador multiusos de manos libres. Tamaño: 16,5 diagonal, sin desvanecimiento. Tipo: Cristal líquido (LCD) en color y matriz activa. Resolución: 640 X 480 megapíxeles. Velocidad de barrido: 25mm/seg. Selecciones de derivaciones palas (almohadillas) I,II,III,AVR,AVF,V. Respuesta en frecuencias (seleccionable por el usuario). 	Monitor/Pantalla entrada: cable del paciente de 3 a 5 derivaciones, palas o adaptador multiusos de manos libres. Tamaño: 7 in I , sin desvanecimiento. Tipo: TFT (LCD) en color. Resolución: 800 X 480 megapíxeles. Velocidad de barrido: 25mm/seg. Como mínimo. Selecciones de derivaciones palas (almohadillas) I,II,III,AVR,AVF,V. Respuesta en frecuencias (seleccionable por el usuario).

PARTIDA 9

El licitante en su **PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1)** presenta especificaciones técnicas diferentes a las requeridas en el **PUNTO 3.1** de la sección II de las bases de licitación, **incumpliendo** con lo establecido en el **inciso A) del punto 8.1** de la sección II de las bases de licitación e **incurriendo** con lo establecido en el **punto 26.1** de la sección II de las bases de licitación, siendo estas las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PUNTO 3.1 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1) DEL LICITANTE
>Conectividad IR para interconectar con registros computarizados de pacientes	El licitante omitió indicar en su propuesta lo siguiente: >Conectividad IR para interconectar con registros computarizados de pacientes
CONECTIVIDAD IR: Los datos pueden transferirse desde el equipo a los registros médicos del paciente mediante la conexión IR.	El licitante omitió indicar en su propuesta lo siguiente: CONECTIVIDAD IR: Los datos pueden transferirse desde el equipo a los registros médicos del paciente mediante la conexión IR.
ESPECIFICACIONES Tiempo de determinación 20-45 segundos normalmente de la presión arterial	Tiempo de medición máxima 180 segundos normalmente de la presión arterial
Tiempo de determinación Oral—Aproximadamente 4 segundos Axilar—Aproximadamente 10 segundos Rectal—Aproximadamente 15 segundos Sonda Oral/axilar—Tapa azul	El licitante omitió indicar en su propuesta lo siguiente: Tiempo de determinación Oral—Aproximadamente 4 segundos Axilar—Aproximadamente 10 segundos Rectal—Aproximadamente 15 segundos Sonda Oral/axilar—Tapa azul

PARTIDA 10

El licitante en su **PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1)** presenta especificaciones técnicas diferentes a las requeridas en el **PUNTO 3.1** de la sección II de las bases de licitación, **incumpliendo** con lo establecido en el **inciso A) del punto 8.1** de la sección II de las bases de licitación e **incurriendo** con lo establecido en el **punto 26.1** de la sección II de las bases de licitación, siendo estas las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PUNTO 3.1 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PROPUESTA TECNICA (ANEXO 1) DEL LICITANTE
MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA HOSPITALIZACION CON BASE RODABLE ERGONOMICA CON 5 RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO.	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA HOSPITALIZACION CON BASE RODABLE ERGONOMICA CON 4 RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO.
1.Resistencia contra los choques de hasta suficiente como para soportar una Caída de 1,83 m	El licitante omitió indicar en su propuesta lo siguiente: 1.Resistencia contra los choques de hasta suficiente como para soportar una Caída de 1,83 m

8. Interfaz para el usuario altamente intuitiva y fácil de usar: • Operación de acción directa con botones de tipo cámara de vídeo.	El licitante omitió indicar en su propuesta lo siguiente: 8. Interfaz para el usuario altamente intuitiva y fácil de usar: • Operación de acción directa con botones de tipo cámara de vídeo.
9. Pantalla transreflectiva de LCD en color, visible en interiores y exteriores y un máximo de 8 trazas.	8. Pantalla LED en color, LCD con retroalimentación, un máximo de 8 trazas.
10. Tendencias gráficas y tabulares de 24 horas	9. Tendencias gráficas y tabulares de 120 horas con un minuto de resolución.
16. Red LAN y Wi-Fi con la estación central	15. Opcional: compatibilidad con Wi-Fi

PARTIDA 11

El licitante en su **PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 1)** presenta especificaciones técnicas diferentes a las requeridas en el **PUNTO 3.1** de la sección II de las bases de licitación, **incumpliendo** con lo establecido en el **inciso A) del punto 8.1** de la sección II de las bases de licitación e **incurriendo** con lo establecido en el **punto 26.1** de la sección II de las bases de licitación, siendo estas las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PUNTO 3.1 DE LA SECCIÓN II DE LAS BASES DE LICITACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 1) DEL LICITANTE
Peso 5.2 kg	Peso 19.5 kg
Consumible: 2 frasco plástico para aspirador de 800 cc	El licitante omitió indicar en su propuesta lo siguiente: Consumible: 2 frasco plástico para aspirador de 800 cc

POR LO ANTES EXPUESTO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 35 NUMERAL 1, INCISO D) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, **SE DESECHA SU PROPUESTA EN LAS PARTIDAS MENCIONADAS EN EL RECUADRO ANTERIOR.**

ASEEMED S. DE R.L. DE C.V.	12	PARA LA PARTIDA: 12, CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN BASES DE LICITACIÓN RESULTANDO SOLVENTE PARA APERTURA ECONÓMICA.
-----------------------------------	-----------	--

Tomando en consideración la información antes señalada el "Comité de Adquisiciones" acordó:

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35, fracción II, Inciso b) de su Reglamento y una vez efectuada la evaluación de las propuestas y verificado el cumplimiento de los requisitos solicitados en las Bases de Licitación, como se aprecia en el cuadro que antecede (**resultado de evaluación detallada de las propuestas técnicas**), se determina que la propuesta técnica de los licitantes que **cumplen con los requisitos solicitados en las bases de licitación**, por lo que se tienen por aceptadas las mismas, por las razones que han quedado asentadas en el cuadro ya citado, siendo estas las siguientes:

NOMBRE DE LICITANTE	PARTIDAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES DE LICITACIÓN, DE ACUERDO AL RESULTADO DE EVALUACIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, RESULTANDO SOLVENTE PARA APERTURA ECONÓMICA
ASEEMED S. DE R.L. DE C.V.	12

Por lo anterior se procedió a la apertura del sobre conteniendo la Propuesta Económica de los licitantes cuya propuesta técnica fue aceptada; a continuación se indica la propuesta total sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

LICITANTE	PARTIDA PARA APERTURA ECONOMICA	PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 8)	CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 7)	MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA
ASEEMED S. DE R.L. DE C.V.	12	PRESENTA	PRESENTA	\$118,800.00 pesos M.N Sin incluir I.V.A.

Así mismo se procedió a la revisión de las propuestas antes señaladas, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en términos del inciso A) de la Fracción II del Artículo 35 del Reglamento de la Ley multicitada, identificados dentro del **punto 8.1 inciso Q) y R)** consistente en Catálogo de conceptos y Propuesta económica (anexos 7 y 8 respectivamente).

LICITANTE	PARTIDA PARA APERTURA ECONOMICA	PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 8)	CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 7)
ASEEMED S. DE R.L. DE C.V.	12	PRESENTA	PRESENTA

Posteriormente se realizó el análisis detallado de las Propuestas Económicas aceptadas cuyo cuadro comparativo se anexa al expediente de la presente Licitación.

RAZONES PARA ADMITIR O DESECHAR

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y Artículo 35 fracción II de su Reglamento, el “Comité de Adquisiciones” evaluó las proposiciones y analizo los documentos que contienen las propuestas económicas y determino, que respecto de los licitantes y las partidas que se señalan a continuación, se apegaron a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales y técnicas requeridas, cumpliendo con los requisitos solicitados en las bases de licitación no. **32065001-057-17** correspondiente a la “Suministro e instalación en su caso de equipo médico y de laboratorio para el Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California”, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que del análisis de los importes-precios ofertados por cada partida se determinó lo siguiente:

"RESULTADO DE EVALUACION DETALLADA DE PROPUESTAS ECONOMICAS"

LICITANTE: ASEEMED S. DE R.L. DE C.V.		
FORMATO DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 7 y 8): PRESENTA		
NÚMERO DE PARTIDA ACEPTADA PARA ANÁLISIS ECONÓMICO	IMPORTE PROPUESTA ECONÓMICA	RESULTADO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DETALLADA
12	\$ 118,800.00 pesos M.N SIN INCLUIR I.V.A.	PROPUESTA ECONÓMICA (OPCION ECONOMICA) SOLVENTE MÁS BAJA

Por lo anterior el "Comité de Adquisiciones", con fundamento en lo establecido en los Artículos 33 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, emite el:

-----FALLO DE LA LICITACIÓN NO. 32065001-057-17.-----

"Suministro e instalación en su caso de equipo médico y de laboratorio para el Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California"

De conformidad con el Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se determinaron los licitantes cuyas **propuestas económicas fueron determinadas como solventes y no solventes** en el cuadro identificado como **"RESULTADO DE EVALUACION DETALLADA DE PROPUESTAS ECONOMICAS"**, toda vez que satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante en las bases de licitación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Basándose en el análisis detallado de propuestas económicas el "Comité de Adquisiciones" acuerda:

01-32065001-057-17.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y Artículo 41 de su Reglamento y una vez efectuado el análisis de las propuestas económicas se dictamina como la **opción económica solvente más baja** para Gobierno del Estado de Baja California, adjudicar la **"Suministro e instalación en su caso de equipo médico y de laboratorio para el Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California"** tal como se establece en el cuadro identificado como **"RESULTADO DE EVALUACION DETALLADA DE PROPUESTAS ECONOMICAS"**, al licitante:

LICITANTE: ASEEMED S. DE R.L. DE C.V.		
PARTIDA ADJUDICADA	PROPUESTA ECONÓMICA	RESULTADO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DETALLADA
12	\$ 118,800.00 pesos M.N SIN INCLUIR I.V.A.	PROPUESTA ECONÓMICA (OPCION ECONOMICA) SOLVENTE MÁS BAJA

“La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador, el contrato respectivo para su firma dentro de los **20 (veinte) días naturales** siguientes a la notificación del fallo, en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente

Dado lo anterior se cierra el acto de fallo de la presente licitación.

No habiendo asuntos pendientes por desahogar, se cierra el presente acto firmando las personas que participaron en el mismo para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes sabedores los mismos de su contenido y alcance legal.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"

RUTILO PÉREZ FLORES
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR
EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"

ALMA GALLEGOS ARRIQUIDEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALÍA
MAYOR DE GOBIERNO

"VOCAL"

ANTONIO ZAVALA DURAN
EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO

"ASESOR SOLICITANTE"

ANGELA PEREZ PEREZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

"OFICIALÍA MAYOR"

LEONOR GUZMAN MUÑOZ
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

LICITANTES:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA