



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO



Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta
Número LA-902002994-E7-2018

“Adquisición de material de curación, mediante contrato abierto para unidades médicas de ISESALUD ejercicio 2018”

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Internacional LA-902002994-E7-2018, convocado para el **“Adquisición de material de curación, mediante contrato abierto para unidades médicas de ISESALUD ejercicio 2018”**.

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **14:00** horas del día **23 de marzo de 2018**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, la **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4 fracción II inciso B. y 25 fracciones IV, IX y XIII, 26 fracción I, 27 fracción I y IX y 72 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno; artículos 1 fracción VI y 2 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público; y artículos 1 y 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; según consta en oficio, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, preside el presente acto, y quien se encuentra asistido por el **C. Roberto Carlos Gonzalez Ibarra**, servidor público adscrito al **Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California**, en representación del área usuaria o requirente, asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa, financiera y legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que se encuentran presentes los representantes de los licitantes participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional, número LA-902002994-E7-2018, relativa a la **“Adquisición de material de curación, mediante contrato abierto para unidades médicas de ISESALUD ejercicio 2018”**, en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante “La Ley”, y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en el **punto 26**, de la convocatoria de licitación.

La **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**; toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la

Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados "Comprasbc" y "Compranet" el día **13 de marzo de 2018**, así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, tienen derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, los licitantes que hayan presentado sus preguntas a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto; asimismo se hace del conocimiento a los asistentes que quienes presentaron sus solicitudes de aclaración fuera del plazo antes citado, incluso al inicio de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración venció el día **22 de marzo de 2018 a las 14:00 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los documentos recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón o Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
Abastecedora Higiénica de Sonora S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	20 de marzo de 2018 a las 11:50 am
Sonomedics S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	20 de marzo de 2018 a las 12:41 am
Corporativo Neomedica S.A. de C.V. **	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	20 de marzo de 2018 a las 3:25 pm
Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	20 de marzo de 2018 a las 4:35 pm
Corporación Analítica S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 1:51 pm
Equipos Médicos de Baja California S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 3:09 pm
Instrumentación y Equipo Médico de Baja California S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 3:18 pm
Instrumentos y Accesorios Automatizados S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 4:04 pm
Ropa Desechable de Mexico S. de R.L. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 4:46 pm
DICIPÁ S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 9:07 am
Medibac S. de R.L. de C.V.	Carta de Interés en participar	22 de marzo de 2018 a las 9:57 am
Salmed Distribuidora S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 10:12 am

Degasa S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 10:27 am
RBC Química S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 10:38 am
Plenum de Occidente S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 11:01 am
PRAHMEDIC S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 11:13 am
Integradora y Suministros Sidonia S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar	22 de marzo de 2018 a las 11:14 am
Casa Marzam S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 11:28 am
Comercial Química del Noroeste S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 12:22 pm
Insumos Médicos de Mexicali S. de R.L. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 12:31 pm
Cometa Mercantil S.A. de C.V.	Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 12:47 pm
PHARMACUR S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 12:57 pm
Medigroup del Pacifico S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 01:07 pm

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas en la **segunda junta de aclaraciones del día 28 de marzo del presente a las 12:00 horas.**

La Convocante realiza las siguientes Modificaciones de aspectos establecidos en bases de licitación, con fundamento en el artículo 33 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo estas las siguientes:

ACLARACIONES:

1. SE MODIFICA EL PUNTO 16 "CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. **POR LO QUE PARA LA ACREDITACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS: LOS REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y LA EVALUACIÓN EXPEDIDA PRO EL INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICA "INDRE" (CUANDO APLIQUE).**

2. SE ELIMINA DEL PUNTO 19 "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA EL INCISO H) RELATIVO A LA "MANIFESTACIÓN SOBRE NORMAS OFICIALES".

3. SE MODIFICA EL INCISO O) "MUESTRAS FÍSICAS" DEL PUNTO 19 "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

- O) MUESTRAS FÍSICAS.-LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS DE CADA UNO DE LAS PARTIDAS (CLAVES) DEL ANEXO 1-A GENERAL EN EL QUE DESEE CONCURSAR, POR FAMILIA, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE DESCALIFICARÁN DE SU PROPOSICIÓN LAS PARTIDAS (CLAVES) QUE NO ADJUNTEN MUESTRA.

LAS MUESTRAS FÍSICAS DEBERÁN SER ENTREGADAS CON ANTELACIÓN AL ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DEBIENDO ENTREGAR DICHAS MUESTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL ISESALUD, SITA EN AVENIDA PIONEROS NO. 1005, TERCER PISO PALACIO FEDERAL, CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TELÉFONO 01 (686) 559-5800 EXT. 4534 Y 4539 CON ATENCIÓN AL ING. FRANCISCO FILIBERTO RODRÍGUEZ VILLAREAL,

COORDINADOR ESTATAL DE ABASTO DEL DEPARTAMENTO EN CITA; EN EL HORARIO DE LAS 09:00 A LAS 15:00 HORAS; DEBIENDO PRESENTARSE IMPRESA LA RELACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE ENTREGA MUESTRA COMO "ACUSE" Y TAMBIÉN DE MANERA DIGITAL EN FORMATO EXCEL MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO. UNA VEZ ENTREGADAS DICHAS MUESTRAS, EL ISESALUD SELLARÁ DE RECIBIDO EL ACUSE CORRESPONDIENTE QUE LE ENTREGUE EL LICITANTE, MISMO QUE DEBERÁ SER INTEGRADO A LA PROPUESTA TÉCNICA, YA QUE EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE ESAS PARTIDAS (CLAVES) DE SU PROPUESTA.

4. SE MODIFICA EL INCISO Q) "CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES" DEL PUNTO 19 "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

Q) CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES.-SE DEBERÁ ADJUNTAR A LA PROPUESTA TÉCNICA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE ACREDITAR LA CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, MEDIANTE "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN" EMITIDO POR COFEPRIS; EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, O EN SU CASO DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO SOMETIDO A PRORROGA ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA (CON EL SELLO DE RECIBIDO LEGIBLE) EN CASO DE NO SER LEGIBLE EL ACUSE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO EL CERTIFICADO.

EN CASO DE OFERTAR BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, DEBERÁN ADJUNTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN O DE UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AUTORIZADO (ISO, FDA, CE), ADJUNTANDO TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO.

EN EL CASO DE QUE ALGUNOS DE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO; SEÑALANDO Y/O REFERENCIANDO EL BIEN OFERTADO, DICHO ESCRITO DEBERÁ ESTAR VIGENTE (NO MAYOR A 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD).

EN CASO DE QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA, DEBERÁ ADJUNTAR AL MISMO:

1) COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO SOMETIDO A PRORROGA.

2) COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS, EN CASO DE NO SER LEGIBLE EL ACUSE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO; ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL TRAMITE DE PRORROGA DONDE SE INDIQUE EL NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES, YA QUE EN CASO CONTRARIO NO SERÁ ADMITIDO Y SE DESECHARÁ DE SU PROPUESTA.

5. SE MODIFICA EL INCISO g) DEL PUNTO 59 RELATIVO A LAS "PENAS CONVENCIONALES" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

G).- SE LE INDICARA QUE CORRESPONDE AL INCISO DE PAGO: 5109026 "SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO"

6. SE MODIFICA DEL PUNTO 59 RELATIVO A LAS "PENAS CONVENCIONALES" EL NUMERAL 1 CAJAS RECAUDADORAS" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:

1. CAJAS RECAUDADORAS: CAJAS ADSCRITAS AL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA UBICADAS EN:

*OFICINA CENTRAL: AVENIDA PIONEROS #1005, PALACIO FEDERAL, CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL, MEXICALI, B.C

*HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI: CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C

*CENTRO DE SALUD INDUSTRIAL: MECÁNICOS Y CALLE F, S/N COL. INDUSTRIAL, MEXICALI, B.C.

*LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA: MECÁNICOS Y CALLE F, S/N COL. INDUSTRIAL, MEXICALI, B.C

*UNEME ONCOLOGÍA: AVENIDA DE LA CLARIDAD S/N, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, MEXICALI, B.C

*HOSPITAL MATERNO INFANTIL: AVENIDA DE LA CLARIDAD S/N, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, MEXICALI, B.C

*HOSPITAL GENERAL TECATE: AVE 5TA #69, COL. BENITO JUÁREZ, TECATE, B.C

*HOSPITAL GENERAL TIJUANA: AVE. CENTENARIO #10851, ZONA RÍO, TIJUANA, B.C

*HOSPITAL GENERAL ENSENADA: CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 111 S/N, COLONIA PACHECO, ENSENADA, B.C

*HOSPITAL GENERAL ROSARITO: JOSÉ HARO GONZÁLEZ Y GALILEA #2200, FRACC. VILLA TURÍSTICA, ROSARITO, B.C

*JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENSENADA: RUIZ Y CATORCE #1380, ZONA CENTRO, ENSENADA, B.C

*JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VICENTE GUERRERO: AVE. VICENTE GUERRERO #221, VICENTE GUERRERO, B.C

7. EN EL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA, SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS 12 Y 13 DEL REQUERIMIENTO, PARA QUEDAR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
12	080.098.0195	BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN CPDA-1, CON TUBO TRANSPORTADOR PRIMARIO CON ADITIVO ADSOL CON AGUJA CALIBRE 15 O 16G Y OTRAS TRES BOLSAS SECUNDARIAS DE 300ML MÍNIMO, UNIDAD A LA PRIMERA POR TUBOS. LAS CUATRO BOLSAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDAS DE FABRICA (DE ACUERDO A LA NOM 140-SSA1-1995) MARCA: FRESENIUS, GRIFOLS. EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS COMPLETA (7), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), CONECTOR ESTÉRIL (2), FRACCIONADOR PARA BOLSAS DE SANGRE (6), SILLÓN PARA DONADOR (3), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6)
13	080.098.0187	BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450+45 ML., CON 63.0 ML. DE SOLUCIÓN CPDA-1 CON TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 DOS BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML. UNIDAS A LA PRIMARIA POR DOS TUBOS SECUNDARIOS LAS BOLSAS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDA DE FABRICA. MARCA: FRESENIUS, GRIFOLS. EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS COMPLETA (7), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), CONECTOR ESTÉRIL (2), FRACCIONADOR PARA BOLSAS DE SANGRE (6), SILLÓN PARA DONADOR (3), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6)

8. DEL ANEXO 1-A GENERAL DE LA CONVOCATORIA SE MODIFICA EL NÚMERO DE LA CLAVE, EN LAS PARTIDAS 11, 76, 171, 222, PARA QUEDAR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-A GENERAL
11	060.088.0108	APÓSITO COMBINADO DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA, MEDIDAS: 20 X 13 CM.
76	060.167.6653	CATÉTER VENOSO CENTRAL I.V., POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO ESTABLE DE 2 VÍAS DIÁMETROS INTERNOS 2X16GA, CON EXTREMIDAD FLEXIBLE 7FR, 20CM, GUÍA EN "J" DE NITINOL RESISTENTE AL ACODAMIENTO LONG. 53 CM, SISTEMA BLS (BLOODLESS, SYSTEM), AGUJA INTRODUCTORA 18 GA O CÁNULA INTRODUCTORA 18 GA, 2 TAPONES CON MEMBRANA, JERINGA 5 ML, 1 DILATADOR, 1 BISTURÍ, 1 ALETA ADICIONAL DE FIJACIÓN, LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON PINZA CLAMP.
171	060.598.0010	LLAVE DE 4 VÍAS CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICIÓN DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER LOCK (MÓVIL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE, QUE SE CONECTA AL TUBO DE LA EXTENSIÓN. TUBO DE EXTENSIÓN REMOVIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LONGITUD 80 CM Y DIÁMETRO INTERNO 2.7 MM MÍNIMO, CONECTOR LUER LOCK HEMBRA EN EL EXTREMO DEL TUBO QUE SE CONECTA CON LA LLAVE Y CONECTOR LUER MACHO EN EL EXTREMO PROXIMAL, CON ADITAMENTO DE CIERRE LUER LOCK (MÓVIL).
222	060.345.3119	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.

Handwritten notes and signatures:
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z

9. EN EL ANEXO 1-A GENERAL DE LA CONVOCATORIA **SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN** EN LAS PARTIDAS 123,200, 201, PARA QUEDAR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-A GENERAL
123	060.100.9001	EQUIPO PARA CIRUGÍA MENOR DESECHABLE, CONTENIENDO: - 1 BATA TALLA MEDIANA PARA INSTRUMENTISTA CON TOALLA PARA MANOS, - 1 BATA TALLA GRANDE PARA CIRUJANO CON TOALLA PARA MANOS - 1 FUNDA DE MESA DE MAYO ESTÁNDAR .58 X 1.37 MT. DE POLIETILENO CON REFUERZO ABSORBENTE - 1 SABANA SUPERIOR DE 150 ± 10 CMS X 190 ± 10 CMS - 1 SABANA INFERIOR DE 170 ± 10 CMS X 190 ± 10 CMS - 4 CAMPOS SENCILLOS DE 90 ± X 90 ± 10 CMS - 1 CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ± 10 CMS X 150 ± 10 CMS
200	060.403.0201	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE SÍFILIS EN SANGRE TOTAL, SUERO Y PLASMA. CADA PRUEBA EN PAQUETE INDIVIDUAL DE ORIGEN CONTIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: CARTUCHO, LANCETA RETRÁCTIL, PIPETA, TOALLITA DESINFECTANTE Y BANDA ADHESIVA. REQUIERE DILUYENTE, CUENTA CON EVALUACIÓN DEL INDRE QUE AVALA SENSIBILIDAD MÍNIMA DEL 98.75% Y ESPECIFICIDAD DEL 94.16%.
201	060.403.3008	PRUEBAS RÁPIDAS HEPATITIS C EN SANGRE TOTAL SUERO Y PLASMA CUENTA CON EVALUACIÓN DEL INDRE QUE AVALA SENSIBILIDAD MÍNIMA DE 97.5 % Y ESPECIFICIDAD IGUAL O MAYOR A 98.75%.

10. EN EL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA **SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN (SOLO RESPECTO AL CALIBRE Y/O DIÁMETRO DE LAS SUTURAS)** EN LAS PARTIDAS 130, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 157, 160, 164, 168, 169, 170, 171, PARA QUEDAR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
130	060.841.4447	SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 A 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA. 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
131	060.841.4371	SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 68 - 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25 - 27 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
132	060.841.0551	SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
133	060.842.0527	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE SUTURA. 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, CORTANTE (35-37 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
134	060.841.4470	SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA. 68 - 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
141	060.841.1955	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
142	060.841.1948	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (35 - 37 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON N, BBRAUN, COVIDIAN)
143	060.841.0619	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
144	060.841.1914	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (20 -25 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)

Handwritten marks on the right side of the page, including a large 'X' and a signature-like scribble.

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
157	060.841.0858	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
160	060.841.1559	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
164	060.841.0486	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
166	060.841.0312	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
168	060.841.0205	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE SUTURA. 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
169	060.841.0296	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
170	060.841.0197	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE SUTURA. 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (19-20 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
171	060.841.0262	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)

11. SE AGREGAN MARCAS AL REQUERIMIENTO DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA PARA LAS PARTIDAS 79, 96, 124, 202 Y 203, LAS MARCAS QUE SE INDICAN, PARA QUEDAR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
79	060.345.2467	EQUIPO PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO, INCLUYE: - CATÉTER VENTRICULAR DE ELASTÓMERO DE SILICÓN RADIOPACO, LONGITUD: DE 20 A 40 CM. - UN ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN DEL CATÉTER VENTRICULAR. - UN TUBO DE PLÁSTICO CON DOS PINZAS PARA AJUSTE DE GOTEÓ Y CON SITIO DE INYECCIÓN. - UNA BOLSA DE RECOLECCIÓN, DE VINIL DE 500 A 700 ML., GRADUADA Y CON ASA PARA COLGAR. - ESTÉRIL Y DESECHABLE, MARCA MEDTRONICS, BIOMÉDICA MEXICANA
96	080.574.0032	LANCETA DE RETRACCIÓN AUTOMÁTICA Y PERMANENTE. INCISIÓN DE 1.8 A 2MM ADAPTABLE A UN DISPARADOR PLÁSTICO, CON DISPOSITIVO PLÁSTICO REMOVIBLE QUE ASEGURE LA ESTERILIDAD, ESTÉRIL Y DESECHABLE, MARCA ROCHE, HTL
124	060.783.0056	RESERVORIO PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE 24 A 25 MM DE DIÁMETRO. TAMAÑO: ADULTO. TIPO: OMMAYA. MARCA MEDTRONICS, BIOMÉDICA MEXICANA
202	060.932.2649	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 60 A 80 MM DE H2O. CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 13 CM. MÍNIMO DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM. MÍNIMO DE LONGITUD: TAMAÑO: ADULTO. MARCA METRONICS, BIOMÉDICA MEXICANA

[Handwritten signature and initials]

12. EN EL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA, SE AGREGAN COMO MARCAS REQUERIDAS PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
52	160.254.0227	CATÉTER PERIFÉRICO 26G PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSA. MARCA: BD MODELO INSYTE, BBRAUN.
67	160.203.0167	CLIP UMBILICAL DOBLE GANCHO. MARCA: BIOCLAMP, UNILANE SURGICAL, ROMSONS
81	060.371.2480	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES DE 13.0X 13.0MM. MARCA: COVIDIAN, AESCULAP
125	160.254.0231	SET CATETER NEFROSTOMIA 14 fr. MARCA: COOK, HUDSON, ARROW
174	060.869.152	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M., ANCHO: 2.50CM. MARCA: 3M

13. SE ELIMINAN DEL ANEXO 1-A GENERAL DE LA CONVOCATORIA, LAS PARTIDAS 81, 122 Y 125 DE LA RELACIÓN DE CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN A LICITAR, SIENDO:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-A GENERAL
81	060.189.0304	CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON IMPREGNADO CON SOLUCIÓN DE ISODINE.
122	060.345.2202	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MEDICO ESTÉRIL DESECHABLE CONSTA DE: BAYONETA , FILTRO DE AIRE , CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML MÍNIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML CÁMARA DE GOTEO
125	060.345.2186	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MEDICO ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA FILTRO DE AIRE CÁMARA DE GOTEO CON MACROGOTERO TUBO TRANSPORTADOR MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y"

14. SE ELIMINAN DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA, LAS PARTIDA 51, 72 Y 156 DE LA RELACIÓN DE CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN A LICITAR, SIENDO LAS SIGUIENTES:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
51	060.166.4253	CATÉTER PERIFÉRICO 20 PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO, RADIOPACO CON SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATÉTER Y TAPÓN (MARCA BD MODELO INSYTE, Bbraun)
72	060.345.3085	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MEDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, CON O SIN FILTRO DE AIRE TUBO TRANSPORTADOR ACTIACTINICO DE BAJA ABSORCIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTO SENSIBLE OBTURADOR DE TUBO TRANSPORT FRESENIUS
156	060.842.0428	Sutura sintética absorbible Polímero de ácido glicólico (Poliglactina 910) con revestimiento de poli(Glocólido-co-L-lactido 35/65) y estearato de calcio, multifilamento trenzado, calibre 3/0, con aguja 1/2 círculo, ahusada de 26 mm y hebra de 70 cm. MARCA ETHICON, J&J, Bbraun, Covidian.

Handwritten signature and initials on the right margin.

15. SE AGREGA A LA LICITACIÓN LA PARTIDA 221 PARA EL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA, QUE DEBE DECIR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
221	160.189.0304	CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON IMPREGNADO CON SOLUCIÓN DE ISODINE. MARCA BD Y JOHNSON & JOHNSON	PIEZA	1,514	3,783

Acto seguido la recepción de solicitudes de aclaración es la siguiente:

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- RELATIVO A NUMERAL 30. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

SOLICITO A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBE SER POR FAMILIA O POR PARTIDA.

PREGUNTA 2.- RELATIVO A NUMERAL 3.

SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ACEPTA QUE SE ENTREGUEN LAS PROPOSICIONES POR MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL, A PESAR DE SER PRESENCIALES.

PREGUNTA 3.- RELATIVO A NUMERAL 3.

SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, PUEDA ACUDIR UNA PERSONA CON UNA CARTA PODER A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O TIENE QUE ACUDIR EL REPRESENTANTE LEGAL AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

SONOMEDICS S.A. DE C.V.

ACLARACIÓN 1. REFERENTE A NUMERAL 19. DOCUMENTOS DE LICITACION. INCISO O) MUESTRAS FÍSICAS.

SOLICITO A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI SE ACEPTA RECIBIR LAS MUESTRAS FÍSICAS MEDIANTE PAQUETERÍA.

CORPORATIVO NEOMEDICA S.A. DE

C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>13.2.1 Plazo De Entrega Solicitamos atentamente a la convocante tenga a bien indicarnos las cantidad de bienes que serán requeridos en la primera entrega.</p>	
<p>13.2.2.3 Condiciones para la entrega de los bienes Solicitamos a la convocante que en caso de adjudicación nos permita hacer las entregas por medio de paquetería, esto sin afectar los tiempos establecidos por la convocante. ¿Se acepta?</p>	
<p>19° Documentos para licitación Inciso O) Muestras Físicas Solicitamos a la convocantes nos indique si es posible realizar la entregar las muestras por medio de paquetería, en el entendido que será nuestra responsabilidad la obtención del sello original para nuestra participación en el presente evento.</p>	
<p>19° Documentos para licitación Inciso P) Solicitamos a la convocante nos permita entregar Registros Sanitarios por familia, debidamente identificados y referenciados ¿Se acepta?</p>	
<p>19° Documentos para licitación Inciso S) Para el caso de mi representada, quien es titular de los registros sanitarios y/o importador primario de los bienes, y con la finalidad de dar cumplimiento a este numeral, solicitamos atentamente a la convocante sea suficiente presentar carta firmada por mi representada ajustando el texto y adjuntando cartas de distribución del fabricante a favor de mi representada. ¿Se acepta?</p>	
<p>40° Contratación Solicitamos a la convocante nos aclare si en caso de resultar adjudicados en el presente evento, es posible realizar el envío del contrato firmado a través de paquetería, en el entendido de que los gastos de la mensajería serán cubiertos por mi representada. ¿Se acepta?</p>	

C) DE CARÁCTER LEGAL Y TÉCNICO

<p>ANEXO 1-B Marca determinada Partida 95 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar el kit de trocar Marca Applied, el cual cumple perfectamente las características requeridas en las presentes bases ¿Se acepta?</p>	
<p>ANEXO 1B Marca determinada partida 100 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar Malla Marca Aspide 100% de polipropileno no tejida, no tricotada, no absorbible, consolidada por enlace térmico de 80g/m2 que brinda menos dolor postoperatorio e integración del tejido en 12 días con un menor porcentaje de encoje de la malla. ¿Se acepta?</p>	

Handwritten signature and initials on the right margin.

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	EN RELACIÓN A LAS BASES, PUNTO 19, DOCUMENTO S) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ORIGINAL, DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD EL FABRICANTE CUENTA CON REPRESENTACION PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN MEXICO PODEMOS PRESENTAR <u>CARTA DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO</u> , EN LUGAR DE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL ¿SE ACEPTA?	
2	EN RELACIÓN A LAS BASES, PUNTO 19, DOCUMENTO S) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ORIGINAL, SI EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ES TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIO, PUEDE QUEDAR EXENTO DE PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	
3	EN RELACION AL LISTADO "ANEXO 1-A GENERAL LA PARTIDA 200 DICE "PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE SIFILIS EN SANGRE TOTAL, SUERO Y PLASMA. CADA PRUEBA EN PAQUETE INDIVIDUAL DE ORIGEN CONTIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: CARTUCHO, LANCETA RETRACTIL, PIPETA, TOALLITA DESINFECTANTE Y BANDA ADHESIVA. NO REQUIERE DILUYENTE. CUENTA CON EVALUACION DEL INDRE QUE AVALA SENSIBILIDAD MINIMA DE 100 % Y ESPECIFICIDAD MINIMA DE 100 %." SE ACEPTE LA SIGUIENTE DESCRIPCION PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA EN CASSETTE PARA LA DETECCIÓN DE TODOS LOS ISOTIPOS DE ANTICUERPOS (IGG, IGM, IGA) CONTRA TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL. PRUEBA DE UN SOLO PASO CON RESULTADOS RAPIDOS EN 10-20 MINUTOS. PRUEBA CON UN METODO DE SANDWICH DIRECTO (AG-AB-AG) Y UTILIZA ANTIGENOS RECOMBINANTES (17 KD Y 15 KD) EN LA ZONA DE CAPTURA. ALTA SENSIBILIDAD PARA IGM, SIFILIS PRIMARIA Y TARDIA. EVALUADA EN INDRE CON SENBILIDAD DE 95.1% Y ESPECIFICIDAD DE 98.5%; Y EVALUADA EN CNTS CON SENSIBILIDAD DE 99.28% Y ESPECIFIDAD DE 99.77%. PRUEBA INDIVIDUAL QUE CONTIENE: LANCETA RETRACTIL, BUFFER INDIVIDUAL, TOALLITA ALCOHOLADA, CURITA, PIPETA PARA TOMA EXACTA DE MUESTRA, E INSERTO GRAFICO QUE MUESTRE PASO A PASO LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA	

CORPORATIVO ANALITICO S.A. DE C.V.

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	LICITACION PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL, DE TIPO PRESENCIAL, NÚMERO LA-902002994-E7-2018, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL CARACTER DE LA LICITACION, SI ES INTERNACIONAL ABIERTA O BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
11	PUNTO 16 CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, SE SOLICITA EL ANEXO 7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI BASTARA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO EN EL QUE MI REPRESENTADA PRESENTARA INSUMOS DE MATERIAL DE CURACION, EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, ISO Y LOS FDA EN CASO DE QUE APLIQUE, ADEMAS DEL ESCRITO POR PARTE DEL LICITANTE DONDE MENCIONE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
15	PUNTO 19 INCISO H) MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE DICHAS NORMAS SE PRESENTARAN: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, FDA E ISOS DICHOS DOCUMENTOS HACIENDO REFERENCIA A LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 7.	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
15	PUNTO 19 INCISO H) ANEXO 7 MANIFESTO SOBRE NORMAS OFICIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN DICHO ANEXO No. DE IDENTIFICACION SE PONDRÁ, EJEMPLO: NOM-133-SSA 1-2018 (NORMA APLICABLE) EN Y DONDE DICE DESCRIPCION EJEMPLO SE PONDRÁ: A QUE SE REFIERE DICHA NORMA ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ES CORRECTA MI APRECIACION?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
15	PUNTO 19 INCISO H) MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE DICHAS NORMAS SE PRESENTARAN: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, FDA E ISOS DICHOS DOCUMENTOS HACIENDO REFERENCIA A LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 7.	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
15	PUNTO 19 INCISO O) MUESTRAS FISICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE ACEPTARAN MUESTRAS POR FAMILIA, SE ACEPTA? ME INFORME SI LAS MUESTRAS SERAN PRESENTADAS CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA Y EN CASO DE SER CORRECTA MI APRECIACION LE SOLICITO PRESENTAR PARA EL CASO DE MEDIDA DE 100 O 50 PIEZAS ME PERMITA PRESENTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION 2 O 5 PIEZAS POR FAMILIA EN CASO DE SER APLICABLE CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN ESTE INCISO, SE ACEPTA?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
15	PUNTO 19 INCISO O) MUESTRAS FISICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE ACEPTARAN MUESTRAS POR FAMILIA, SE ACEPTA?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
15	PUNTO 19 INCISO O) LAS MUESTRAS FISICAS DEBERAN SER ENTREGADAS CON ANTELACION AL ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE ACEPTARA LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS EL MISMO DIA, ANTES DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, INFORMARNOS EN QUE HORARIO SE PODAN ENTREGAR ESTAS MUESTRAS, O BIEN LE PIDO ME INDIQUE LOS HORARIOS EN LOS CUALES DICHAS MUESTRAS PODRAN SER ENTREGADAS, YA QUE LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SON DIAS NO LABORABLES	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
17	PUNTO 19 INCISO P) REGISTROS SANITARIOS VIGENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR PARTIDA Y CLAVE Y EN EL CASO DE QUE NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO PERMITIRNOS OFERTAR EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION, SE ACEPTA?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
18	PUNTO 19 INCISO Q) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION VIGENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS POR FAMILIA REFERENCIANDO A QUE PARTIDAS REFIERE DICHO DOCUMENTO, EN CASO DE QUE NO CUENTE CON ESTE SOLICITAMOS SE ACEPTE MANIFIESTO SE ACEPTA?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
18	PUNTO 19 INCISO S), CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORISTA SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION, SE ACEPTA?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
18	PUNTO 19 INCISO Q) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION VIGENTES, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON DICHO INCISO LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION ADJUNTANDO COPIA DEL DIARIO OFICIAL DONDE SE MENCIONA DICHA NORMA, SE ACEPTA?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO TECNICO	PARTIDA 123 CLAVE 160.100.9001 DESCRIPCION: EQUIPO PARA CIRUGIA MENOR DESECHABLE PRESENTACION PAQUETE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ABRA LA DESCRIPCION DE ESTA PARTIDA, ESTO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR ESTE INSTITUTO	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO TECNICO	PARTIDA 146 CLAVE: 060.439.0088 DESCRIPCION: GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO: GRANDE. DESECHABLE. PIEZAS, CANT. MINIMA: 7,202 Y CANTIDAD MAXIMA: 18,004. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA CANTIDAD MINIMA Y MAXIMA DE ESTA PARTIDA SE REFIERE A PIEZA O PAQUETE CON 100 PIEZAS	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO TECNICO	PARTIDA 194 CLAVE: 080.729.0051 DESCRIPCION: PORTAOBJETOS DE VIDRIO, RECTANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PORTAOBJETOS CON BORDES PULIDOS DE 26 X 76, SE ACEPTA?	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO TECNICO	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA PARA EL ANEXO DE MARCA DE TERMINADA LA MARCA DE MATCUR, PARA SUTURAS. PRESENTANDO LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTE.	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO TECNICO	<p>PARTIDA No. 76 CLAVE: 060.598.0010 DESCRIPCION: Catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de 2 vías diámetros internos 2x16ga, con extremidad flexible 7fr, 20cm, Guía en "J" de NITINOL resistente al acodamiento long. 53 cm, sistema BLS (Bloodless, System), aguja introductora 18 ga o canula introductora 18 ga, 2 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.</p> <p>LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTA PARTIDA DEBEREMOS COTIZAR CON FORME A LA CLAVE O A LA DESCRIPCIÓN. DEBIDO A QUE ESTA CLAVE CORRESPONDE A UNA LLAVE DE 4 VÍAS CON MARCAS INDICADORAS A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE AL CATALOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN.</p> <p>Y EN CASO DE SER ADJUDICADO EN ESTA PARTIDA ME INDIQUE CON QUE CALVE SE IDENTIFICARA DICHO BIEN PARA DAR CUMPLIENDO CON EL PUNTO 13.2.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p>	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO TECNICO	<p>PARTIDA No. 171 CLAVE: 060.859.0519 DESCRIPCION: llave De 4 vías con marcas indicadoras del sentido en el que fluyen las soluciones y posición de cerrado, aditamento de cierre luer lock (móvil) en el ramal de la llave, que se conecta al tubo de la extensión. Tubo de extensión removible de plástico grado médico, longitud 80 cm y diámetro interno 2.7 mm mínimo, conector luer lock hembra en el extremo del tubo que se conecta con la llave y conector luer macho en el extremo proximal, con aditamento de cierre luer lock (móvil).</p> <p>LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTA PARTIDA DEBEREMOS COTIZAR CON FORME A LA CLAVE O A LA DESCRIPCIÓN. DEBIDO A QUE ESTA CLAVE CORRESPONDE A TAPONES LUER LOCK PARA CATÉTER DE HICKMAN A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE AL CATALOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN.</p> <p>Y EN CASO DE SER ADJUDICADO EN ESTA PARTIDA ME INDIQUE CON QUE CALVE SE IDENTIFICARA DICHO BIEN PARA DAR CUMPLIENDO CON EL PUNTO 13.2.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p>	

NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO TECNICO	<p>PARTIDA No. 222 CLAVE: 060.030.0073 DESCRIPCION: Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 10 Fr, contiene:</p> <p>Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con una marca de profundidad de 2 cm empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una marca tope.</p> <p>Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "T" o "L" transparente, con puerto para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable.</p> <p>LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTA PARTIDA DEBEREMOS COTIZAR CON FORME A LA CLAVE O A LA DESCRIPCIÓN. DEBIDO A QUE ESTA CLAVE CORRESPONDE A ADAPTADOR Y TAPÓN DE PLÁSTICO CON ROSCA PARA CATÉTE CORRESPONDIENTE A LA CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL CATALOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN.</p> <p>Y EN CASO DE SER ADJUDICADO EN ESTA PARTIDA ME INDIQUE CON QUE CALVE SE IDENTIFICARA DICHO BIEN PARA DAR CUMPLIENDO CON EL PUNTO 13.2.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES.</p>	



NO. DE PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
ANEXO TECNICO	<p>PARTIDA No. 241 CLAVE: 060.168.4301 DESCRIPCION: SONDA DES. PARA CONEXIÓN DE OXIGENO Estéril y desechable.</p> <p>LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR TUBO PARA CONEXIÓN DE OXIGENO CAL. 18 FR. L 1.50 MTS, SE ACEPTA?</p>	

EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.

ANEXO 1-A GENERAL CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCION PARA CLAVES DEL ANEXO 1-A GENERAL	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2
11	060.088.0694	Aposito combinado de Celulosa, con Tela No Tejida, medidas: 20 X 13 cm.	Envase con 150 Piezas.	408	1,020	Se solicita a la convocante nos permita ofertar, ÁPOSITO ABSORBENTE de Alginato de Calcio compuesto por Ácido Malurónico 32% y Ácido Gulurónico 68% que al entrar en contacto con el exudado forma un gel, absorbe 20 veces su peso en exudado, posee propiedades hemostáticas y propiedades que favorecen la	

						cicatrización. ESTÉRIL. MEDIDAS: 20.3 x 10.2cm. Se acepta?
12	060.088.0058	Aposito combinado de Celulosa, con Tela No Tejida, medidas: 20 X 8 cm.	Envase con 200 Piezas.	628	1,568	Se solicita a la convocante nos permite ofertar, ÁPOSITO ABSORBENTE de Alginato de Calcio compuesto por Ácido Malurónico 32% y Ácido Gulurónico 68% que al entrar en contacto con el exudado forma un gel, absorbe 20 veces su peso en exudado, posee propiedades hemostáticas y propiedades que favorecen la cicatrización. ESTÉRIL. MEDIDAS: 20.3 x 10.2cm. Se acepta?
15	060.088.0918	Aposito Transparente, Microporoso, Autoadherible, estéril Y desechable, medidas: 7 x 8.5 PARA MONITOREO DE PICC, CVC Y PROTEGER SITIOS DE INSERCIÓN PERMITE LA TRANSPIRACION E INTERCAMBIO DE OXIGENO HIPOALERGENICO CON ETIQUETA PARA EL REGISTRO DE PERFUSIONES CON MARCO DE REFERENCIA Y SUAJE ERGONOMICO ESTILO NOTCH 7x8.5	Pieza.	1249	3,122	ÁPOSITO DE POLIURETANO, ESTERIL, TRANSPARENTE SUAJADO EN UN EXTREMO CON CINTAS ESTERILES, ETIQUETA PARA REGIISTRO, ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO, PORTECTOR DE PELICULA TRANSPARENTE, PROTECTOR DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADO PARA LA FACIL APLICACION CON UNA MANO Y PARA LA FIJACION, ESTABILIZACION Y MONITOREO DE CATETERES, DE 7X9 CM CAJA CON 100 PIEZAS. El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos. ¿Se acepta?

16	1602540223	Aposito Transparente, Microporoso, Autoadherible, estéril Y desechable, medidas: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 cm.	Envase con 50 Piezas.	1728	4,320	APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE CON ADHESIVO DE ACRILATO Y CINTAS ESTERILES, PORTECTOR POLIMERICO DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTOR DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADOS PARA LA FACIL APLICACION Y PARA LA FIJACION Y ESTABILIZACION DE TUBOS DE 6X8.5 CM El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos.	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar APOSITO. TRANSPARENTE MICROPOROSO, permeable al vapor DE AGUA, en forma de película con bordes redondeados, revestido de un adhesivo hipoalérgico; estéril, permeable al oxígeno y al vapor de humedad 585 gr/m2/día MVTR. Adaptable y flexible. Cuenta CON sistema de aplicación de doble etiquetado, además de pestaña microporosa para rotulación. AUTOADHERIBLE, Y DESECHABLE. MEDIDAS: 5.1 x 7cm. Se acepta?
49	060.167.3726	Cánula para Drenaje Torácico, con marca Radiopaca, longitud: 45 cm. calibre: 28 Fr.	Pieza.	136	338	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Catéter para drenaje torácico, recto, elaborado de PVC, termosensible, marca radiopaca, calibre 28fr, longitud 51cm. Estéril. Se acepta?	
50	060.166.1663	Cánula para Drenaje Torácico, Recta con Marca Radiopaca. 45 cm. calibre: 20 Fr.	Pieza.	276	689	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Catéter para drenaje torácico, recto, elaborado de PVC, termosensible, marca radiopaca, calibre 20fr, longitud 51cm. Estéril. Se acepta?	
51	060.166.1671	Cánula para Drenaje Torácico, Recta con Marca Radiopaca. 45 cm. calibre: 36 Fr.	Pieza.	99	247	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Catéter para drenaje torácico, recto, elaborado de PVC, termosensible, marca radiopaca, calibre 36fr, longitud 51cm. Estéril. Se acepta?	
63	160.254.0222	CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA 7FR	PIEZAS	346	864	Se solicita al convocante aceptar un catéter central de inserción periférica 6FR con 2 vías	Se solicita al convocante aceptar un catéter central de inserción periférica 6FR con 3 vías
64	160.254.0219	Catéter de silicona 8,5 Fr puerto con cámara de titanio, cuerpo de polisulfona y bajo perfil de 13.2 mm, peso de 9 g, volúmen muerto de la cámara de 0.5ml. Resistente a 325 PSI, compatible con MRI	PIEZAS	13	31	Se solicita al convocante aceptar un catéter de silicona 8FR puerto con cámara de titanio	

65	160.254.0220	Catéter de silicona 8,5 Fr puerto con cámara de titanio, cuerpo de polisulfona y bajo perfil de 13.2 mm, peso de 9 g, volumen muerto de la cámara de 0.5ml. Resistente a 325 PSI, compatible con MRI	PIEZAS	20	49	Se solicita al convocante aceptar un catéter de silicona 8FR puerto con cámara de titanio
79	160.254.0229	CAVILON PROTECTOR CUTANEO LIBRE DE ALCOHOL	PIEZAS	5384	13,458	PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY QUE ES FÁCIL DE APLICAR, LA PELÍCULA QUE ACTÚA COMO BARRERA PROTECTORA A HERIDAS QUIRÚRGICAS MENORES Y HERIDAS SUPERFICIALES .ES PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AIRE, RESISTENTE AL AGUA CONFORMABLE Y ELÁSTICO DE FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN. BOTE DE 100ML.
120	060.345.1329	EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC)Y DESECHABLE DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITE LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML CAMARA Y TUBO DE CONEXIO	EQUIPO	5106	12,764	Solicitamos a la Convocante nos peermita ofertar la bolsa para alimentación enteral, capacidad 1000ml. Integra tubos de conexión al equipo de infusión y válvula antifiujo libre, protector del conector, desechable. Se acepta?
121	060.203.0430	EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL. DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 50 ML, CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADO	Equipo.	5162	12,905	Solicitamos a la Convocante nos peermita ofertar la bolsa para alimentación enteral, capacidad 1000ml. Integra tubos de conexión al equipo de infusión y válvula antifiujo libre, protector del conector, desechable. Se acepta?

(Handwritten marks and signatures)

129	160.254.0230	FIJADOR DE CATETER ADHESIVO TRANSPARENTE ESTERIL NEONATAL-PEDIATRICO PARA PROTEGER IV Y MONITOREO DE PICC, CVC, Y PIV, transparente, semipermeable medida 5 X 5.7cm QUE PERMITA LA TRANSPIRACION E INTERCAMBIO DE OXIGENO HIPOALERGENICO, CON ETIQUETA PARA EL REGISTRO DE PERFUSIONES CON MARCO DE REFERENCIA, Y SUAJE ERGONOMICO ESTILO NOTCH.	Pieza	5468	13,670	<p>PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY QUE ES FÁCIL DE APLICAR, LA PELÍCULA QUE ACTÚA COMO BARRERA PROTECTORA A HERIDAS QUIRÚRGICAS MENORES Y HERIDAS SUPERFICIALES. ES PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AIRE, RESISTENTE AL AGUA CONFORMABLE Y ELÁSTICO DE FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN. BOTE DE 100ML.</p> <p>El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para ayudar a la correcta fijación de apósitos, así mismo para la protección de la piel contra adhesivos y fluidos corporales.</p> <p>¿Se acepta?</p>
130	060.088.0025	Fijador de catéter adhesivo transparente adulto para monitoreo y fijación de PICC, CVC, PIV y proteger sitios de inserción de IV, resistente al agua, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno, hipo alérgico, con etiqueta para el registro de perfusiones con marco de referencia, 10 x 12 cm	Envase con 50 Piezas.	887	2,217	<p>APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE CON ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO, CINTAS ESTERILES, PORTECTOR POLIMERICO DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTORES DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADAS PARA LA FACIL APLICACION Y PARA LA FIJACION, ESTABILIZACION Y MONITOREO DE CATETERES Y TUBOS DE 10X12 CM SYN</p> <p>El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos.</p> <p>SYN</p> <p>¿Se acepta?</p>
166	160.674.0339	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO	Pieza.	4461	11,152	<p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DE TRES VIAS MARCA VALLEY LAB</p>

178	060.621.0169	MASCARILLA PARA ANESTESIA DE HULE TRANSPARENTE CONDUCTIVO, CON CONECTOR Y COJIN INFLABLE, TAMAÑO 4	Pieza	1094	2,734	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar mascarilla para anestesia #4 preinflada. Se acepta?
221	060.345.3176	Sistema de Succión, Cerrado, para Paciente, con Traqueotomía, Conectado A Ventilador, 16 Fr, Contiene: Un Tubo de Succión de Cloruro de Polivinilo, de 30.5 cm., de Largo, Marca Tope A 4.5 cm. Dos Orificios Laterales En La Punta Proximal Del Tubo, Envuelto En Una Camisa de Polietileno Transparente, Ensamblada A Una Pieza En Forma de "T", Transparente, con Puerto para Irrigación, Conexiones Cónicas Laterales, Entrada Macho de 22 Mm de Diámetro Externo Y Una Conexión Cónica con Entrada Hembra de 16 mm. de Diámetro Interno En La Parte central, En Su Extremo Distal Se Encuentra Ensamblada La Válvula para Controlar La Succión, con Conexión Estriada Universal. Incluye Conector de Tubo Corrugado, Conector Giratorio Y Etiqueta de Identificación para Control. estéril Y desechable,	Pieza.	30	74	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal TY-CARE adulto medida ch/fr 16. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (PVC grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "Y" transparente, incluye dos puertos, uno para dosis medida (MDI) y otro para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de

						identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿Se acepta?
222	060.030.0073	<p>Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 10 Fr, contiene:</p> <p>Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con una marca de profundidad de 2 cm empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "T" o "L" transparente, con puerto para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable.</p>	PIEZA	170	425	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal adulto medida ch/fr 10. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios.</p> <p>Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (PVC grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de "Y" transparente, incluye puerto para irrigación con válvula unidireccional.</p> <p>Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual.</p>