



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**

**Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta  
Número LA-902002994-E7-2018**

**“Adquisición de material de curación, mediante contrato abierto para unidades médicas de  
ISESALUD ejercicio 2018”**

---

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Presencial de carácter Internacional Abierta Número **LA-902002994-E7-2018**, convocado para la **“Adquisición de material de curación, mediante contrato abierto para unidades médicas de ISESALUD ejercicio 2018”**.

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **12:00** horas del día **28 de marzo de 2018**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, el **C. Rutilo Pérez Flores**, Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4 fracción II inciso B. y 25 fracciones IV, IX y XIII; artículos 1 fracción VI y 2 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público; y artículos 1 y 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, preside el presente acto, y quien se encuentra asistido por el **C. Francisco Filiberto Rodríguez Villareal**, servidor público adscrito al **Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California**, en representación del área usuaria o requirente, asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa, financiera y legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que no se encuentran presentes representantes de los licitantes participantes; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la licitación pública presencial de carácter Internacional Abierta, número **LA-902002994-E7-2018**, relativa al **“Adquisición de material de curación, mediante contrato abierto para unidades médicas de ISESALUD ejercicio 2018”**, en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante “La Ley”, y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en el **punto 26**, de la convocatoria de licitación.

El **C. Rutilo Pérez Flores**, toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados “Comprasbc” y “Compranet” el día **13 de marzo de 2018**, así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, son considerados licitantes y tienen derecho a formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un

tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto, por lo que solamente se contestarán sus solicitudes de aclaración a la Convocatoria; asimismo se le hace saber a los asistentes que quienes presentaron su escrito fuera del plazo antes citado, incluso al inicio de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración de la **primer fecha establecida para llevar a cabo junta de aclaraciones** venció el día **22 de marzo de 2018 a las 14:00 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los documentos recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones del día **23 de marzo de 2018**:

Nombre, Razón ó Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
Abastecedora Higiénica de Sonora S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	20 de marzo de 2018 a las 11:50 am
Sonomedics S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	20 de marzo de 2018 a las 12:41 am
Corporativo Neomedica S.A. de C.V. **	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	20 de marzo de 2018 a las 3:25 pm
Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	20 de marzo de 2018 a las 4:35 pm
Corporación Analítica S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 1:51 pm
Equipos Médicos de Baja California S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 3:09 pm
Instrumentación y Equipo Médico de Baja California S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 3:18 pm
Instrumentos y Accesorios Automatizados S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 4:04 pm
Ropa Desechable de Mexico S. de R.L. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	21 de marzo de 2018 a las 4:46 pm
DICIPÁ S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 9:07 am
Medibac S. de R.L. de C.V.	Carta de Interés en participar	22 de marzo de 2018 a las 9:57 am
Salmed Distribuidora S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 10:12 am
Degasa S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 10:27 am
RBC Química S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar	22 de marzo de

	y Solicitud de aclaraciones	2018 a las 10:38 am
Plenum de Occidente S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 11:01 am
PRAHMEDIC S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 11:13 am
Integradora y Suministros Sidonia S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar	22 de marzo de 2018 a las 11:14 am
Casa Marzam S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 11:28 am
Comercial Química del Noroeste S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 12:22 pm
Insumos Médicos de Mexicali S. de R.L. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 12:31 pm
Cometa Mercantil S.A. de C.V.	Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 12:47 pm
PHARMACUR S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 12:57 pm
Medigroup del Pacífico S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar y Solicitud de aclaraciones	22 de marzo de 2018 a las 01:07 pm

En cuanto al plazo de recepción de solicitudes de aclaración para el presente acto **Junta de aclaraciones** venció el día **27 de marzo de 2018 a las 12:00 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los nuevos documentos recibidos en tiempo y forma con respecto a dicha fecha.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de **Junta de Aclaraciones** presente:

Nombre, Razón o Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
PHARMACUR S.A. de C.V.	Solicitud de aclaraciones	26 de marzo de 2018 a las 8:40 am
Cometa Mercantil S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar	26 de marzo de 2018 a las 11:29 am
Grupo Moravi S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar	26 de marzo de 2018 a las 1:30 pm
Promaedix S. de R.L. de C.V.	Carta de Interés en participar	26 de marzo de 2018 a las 1:33 pm
Insumos Medicos Mar de Cortes S.A. de C.V.	Carta de Interés en participar	26 de marzo de 2018 a las 3:47 pm

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas durante el presente acto.

Licitantes que presentaron sus solicitudes de aclaración vencido el término previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley":

Nombre; Razón ó Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos
RBC Química S.A. de C.V.	Solicitud de aclaraciones	28 de marzo de 2018 a las 9:35 am

Se hace saber a los participantes que dichas solicitudes de aclaración no serán atendidas por ser extemporáneas, ordenándose su integración al expediente respectivo; haciendo mención que estos licitantes tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto.

Se hace saber a los participantes que este licitante tendrá derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto.

La Convocante realizo las siguientes Modificaciones en junta de aclaraciones del día **23 de marzo del presente** de aspectos establecidos en bases de licitación, con fundamento en el artículo 33 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, siendo estas las siguientes:

### ACLARACIONES:

**1. SE MODIFICA EL PUNTO 16 "CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:**

LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. **POR LO QUE PARA LA ACREDITACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS: LOS REGISTROS SANITARIOS, CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y LA EVALUACIÓN EXPEDIDA PRO EL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICA "INDRE" (CUANDO APLIQUE).**

**2. SE ELIMINA DEL PUNTO 19 "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA EL INCISO H) RELATIVO A LA "MANIFESTACIÓN SOBRE NORMAS OFICIALES".**

**3. SE MODIFICA EL INCISO O) "MUESTRAS FÍSICAS" DEL PUNTO 19 "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:**

- O) MUESTRAS FÍSICAS.-LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS DE CADA UNO DE LAS PARTIDAS (CLAVES) DEL ANEXO 1-A GENERAL EN EL QUE DESEE CONCURSAR, POR FAMILIA, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE DESCALIFICARAN DE SU PROPOSICIÓN LAS PARTIDAS (CLAVES) QUE NO ADJUNTEN MUESTRA.

LAS MUESTRAS FÍSICAS DEBERÁN SER ENTREGADAS CON ANTELACIÓN AL ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DEBIENDO ENTREGAR DICHAS MUESTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL ISESALUD, SITA EN AVENIDA PIONEROS NO. 1005, TERCER PISO PALACIO FEDERAL, CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TELÉFONO 01 (686) 559-5800 EXT. 4534 Y 4539 CON ATENCIÓN AL ING. FRANCISCO FILIBERTO RODRÍGUEZ VILLAREAL, COORDINADOR ESTATAL DE ABASTO DEL DEPARTAMENTO EN CITA; **EN EL HORARIO DE LAS 09:00 A LAS 15:00 HORAS; DEBIENDO PRESENTARSE IMPRESA LA RELACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE ENTREGA MUESTRA COMO "ACUSE" Y TAMBIÉN DE MANERA DIGITAL EN FORMATO EXCEL MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO.**

UNA VEZ ENTREGADAS DICHAS MUESTRAS, EL ISESALUD SELLARÁ DE RECIBIDO EL ACUSE CORRESPONDIENTE QUE LE ENTREGUE EL LICITANTE, MISMO QUE DEBERÁ SER INTEGRADO A LA PROPUESTA TÉCNICA, YA QUE EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE ESAS PARTIDAS (CLAVES) DE SU PROPUESTA.

**4. SE MODIFICA EL INCISO Q) "CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES" DEL PUNTO 19 "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:**

Q) CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES.-SE DEBERÁ ADJUNTAR A LA PROPUESTA TÉCNICA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE ACREDITAR LA CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, MEDIANTE "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN" EMITIDO POR COFEPRIS; EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, O EN SU CASO DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO SOMETIDO A PRORROGA ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA (CON EL SELLO DE RECIBIDO LEGIBLE) EN CASO DE NO SER LEGIBLE EL ACUSE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO EL CERTIFICADO.

EN CASO DE OFERTAR BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, DEBERÁN ADJUNTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN O DE UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AUTORIZADO (ISO, FDA, CE), ADJUNTANDO TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO.

EN EL CASO DE QUE ALGUNOS DE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA OFICIAL, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO; SEÑALANDO Y/O REFERENCIANDO EL BIEN OFERTADO, DICHO ESCRITO DEBERÁ ESTAR VIGENTE (NO MAYOR A 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD).

EN CASO DE QUE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA, DEBERÁ ADJUNTAR AL MISMO:

- 1) COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO SOMETIDO A PRORROGA.
- 2) COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS, EN CASO DE NO SER LEGIBLE EL ACUSE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO; ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL TRAMITE DE PRORROGA DONDE SE INDIQUE EL NOMBRE DEL FABRICANTE DE LOS BIENES, YA QUE EN CASO CONTRARIO NO SERÁ ADMITIDO Y SE DESECHARÁ DE SU PROPUESTA.

**5. SE MODIFICA EL INCISO g) DEL PUNTO 59 RELATIVO A LAS "PENAS CONVENCIONALES" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:**

g).- SE LE INDICARA QUE CORRESPONDE AL INCISO DE PAGO: 5109026 "SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO"

**6. SE MODIFICA DEL PUNTO 59 RELATIVO A LAS "PENAS CONVENCIONALES" EL NUMERAL 1 CAJAS RECAUDADORAS" DE LA CONVOCATORIA, PARA QUEDAR:**

1. CAJAS RECAUDADORAS: CAJAS ADSCRITAS AL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA UBICADAS EN:

- \*OFICINA CENTRAL: AVENIDA PIONEROS #1005, PALACIO FEDERAL, CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL, MEXICALI, B.C
- \*HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI: CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C
- \*CENTRO DE SALUD INDUSTRIAL: MECÁNICOS Y CALLE F, S/N COL. INDUSTRIAL, MEXICALI, B.C.
- \*LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA: MECÁNICOS Y CALLE F, S/N COL. INDUSTRIAL, MEXICALI, BC
- \*UNEME ONCOLOGÍA: AVENIDA DE LA CLARIDAD S/N, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, MEXICALI, B.C
- \*HOSPITAL MATERNO INFANTIL: AVENIDA DE LA CLARIDAD S/N, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, MEXICALI, B.C
- \*HOSPITAL GENERAL TECATE: AVE 5TA #69, COL. BENITO JUÁREZ, TECATE, B.C
- \*HOSPITAL GENERAL TIJUANA: AVE. CENTENARIO #10851, ZONA RÍO, TIJUANA, B.C
- \*HOSPITAL GENERAL ENSENADA: CARRETERA TRANSPENINSULAR KM. 111 S/N, COLONIA PACHECO, ENSENADA, B.C
- \*HOSPITAL GENERAL ROSARITO: JOSÉ HARO GONZÁLEZ Y GALILEA #2200, FRACC. VILLA TURÍSTICA, ROSARITO, B.C
- \*JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENSENADA: RUIZ Y CATORCE #1380, ZONA CENTRO, ENSENADA, B.C
- \*JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VICENTE GUERRERO: AVE. VICENTE GUERRERO #221, VICENTE GUERRERO, B.C

**7. EN EL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA, SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS 12 Y 13 DEL REQUERIMIENTO, PARA QUEDAR:**

PARTIDA	CLAVE/CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
12	080.098.0195	BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN CPDA-1, CON TUBO TRANSPORTADOR PRIMARIO CON ADITIVO ADSOL CON AGUJA CALIBRE 15 O 16G Y OTRAS TRES BOLSAS SECUNDARIAS DE 300ML MÍNIMO, UNIDAD A LA PRIMERA POR TUBOS. LAS CUATRO BOLSAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDAS DE FABRICA (DE ACUERDO A LA NOM 140-SSA1-1995) MARCA: FRESENIUS, GRIFOLS. EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS COMPLETA (7), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), CONECTOR ESTÉRIL (2), FRACCIONADOR PARA BOLSAS DE SANGRE (6), SILLÓN PARA DONADOR (3), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6)
13	080.098.0187	BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-45 ML., CON 63.0 ML. DE SOLUCIÓN CPDA-1 CON TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 DOS BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML. UNIDAS A LA PRIMARIA POR DOS TUBOS SECUNDARIOS LAS BOLSAS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDA DE FABRICA. MARCA: FRESENIUS, GRIFOLS. EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS COMPLETA (7), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), CONECTOR ESTÉRIL (2), FRACCIONADOR PARA BOLSAS DE SANGRE (6), SILLÓN PARA DONADOR (3), EQUIPO PARA

*(Handwritten marks: a checkmark and a signature)*

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
		VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6)

8. DEL ANEXO 1-A GENERAL DE LA CONVOCATORIA SE MODIFICA EL NÚMERO DE LA CLAVE, EN LAS PARTIDAS 11, 76, 171, 222, PARA QUEDAR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-A GENERAL
11	060.088.0108	APÓSITO COMBINADO DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA, MEDIDAS: 20 X 13 CM.
76	060.167.6653	CATÉTER VENOSO CENTRAL I.V., POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO ESTABLE DE 2 VÍAS DIÁMETROS INTERNOS 2X16GA, CON EXTREMIDAD FLEXIBLE 7FR, 20CM, GUÍA EN "J" DE NITINOL RESISTENTE AL ACODAMIENTO LONG. 53 CM, SISTEMA BLS (BLOODLESS, SYSTEM), AGUJA INTRODUCTORA 18 GA O CÁNULA INTRODUCTORA 18 GA, 2 TAPONES CON MEMBRANA, JERINGA 5 ML, 1 DILATADOR, 1 BISTURÍ, 1 ALETA ADICIONAL DE FIJACIÓN, LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON PINZA CLAMP.
171	060.598.0010	LLAVE DE 4 VÍAS CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICIÓN DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER LOCK (MÓVIL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE, QUE SE CONECTA AL TUBO DE LA EXTENSIÓN. TUBO DE EXTENSIÓN REMOVIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LONGITUD 80 CM Y DIÁMETRO INTERNO 2.7 MM MÍNIMO, CONECTOR LUER LOCK HEMBRA EN EL EXTREMO DEL TUBO QUE SE CONECTA CON LA LLAVE Y CONECTOR LUER MACHO EN EL EXTREMO PROXIMAL, CON ADITAMENTO DE CIERRE LUER LOCK (MÓVIL).
222	060.345.3119	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.

9. EN EL ANEXO 1-A GENERAL DE LA CONVOCATORIA SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN EN LAS PARTIDAS 123,200, 201, PARA QUEDAR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-A GENERAL
123	060.100.9001	EQUIPO PARA CIRUGÍA MENOR DESECHABLE, CONTENIENDO: - 1 BATA TALLA MEDIANA PARA INSTRUMENTISTA CON TOALLA PARA MANOS, - 1 BATA TALLA GRANDE PARA CIRUJANO CON TOALLA PARA MANOS - 1 FUNDA DE MESA DE MAYO ESTÁNDAR .58 X 1.37 MT. DE POLIETILENO CON REFUERZO ABSORBENTE - 1 SABANA SUPERIOR DE 150 ± 10 CMS X 190 ± 10 CMS - 1 SABANA INFERIOR DE 170 ± 10 CMS X 190 ± 10 CMS - 4 CAMPOS SENCILLOS DE 90 ± X 90 ± 10 CMS - 1 CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ± 10 CMS X 150 ± 10 CMS
200	060.403.0201	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE SÍFILIS EN SANGRE TOTAL, SUERO Y PLASMA. CADA PRUEBA EN PAQUETE INDIVIDUAL DE ORIGEN CONTIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: CARTUCHO, LANCETA RETRÁCTIL, PIPETA, TOALLITA DESINFECTANTE Y BANDA ADHESIVA. REQUIERE DILUYENTE, CUENTA CON EVALUACIÓN DEL INDRE QUE AVALA SENSIBILIDAD MÍNIMA DEL 98.75% Y ESPECIFICIDAD DEL 94.16%.

*[Handwritten signatures and initials]*

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-A GENERAL
201	060.403.3008	PRUEBAS RÁPIDAS HEPATITIS C EN SANGRE TOTAL SUERO Y PLASMA CUENTA CON EVALUACIÓN DEL INDRE QUE AVALA SENSIBILIDAD MÍNIMA DE 97.5 % Y ESPECIFICIDAD IGUAL O MAYOR A 98.75%.

**10. EN EL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN (SOLO RESPECTO AL CALIBRE Y/O DIÁMETRO DE LAS SUTURAS) EN LAS PARTIDAS 130, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 157, 160, 164, 168, 169, 170, 171, PARA QUEDAR:**

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
130	060.841.4447	SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. <b>68 A 75 CM</b> , CALIBRE DE LA SUTURA. 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
131	060.841.4371	SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA <b>68 - 75 CM</b> CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25 - 27 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
132	060.841.0551	SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. <b>68 A 75 CM</b> CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
133	060.842.0527	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE SUTURA. 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, CORTANTE (35-37 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
134	060.841.4470	SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA. <b>68 - 75 CM</b> . CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
141	060.841.1955	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
142	060.841.1948	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (35 - 37 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON N, BBRAUN, COVIDIAN)
143	060.841.0619	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
144	060.841.1914	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (20 -25 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
157	060.841.0858	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA <b>67 - 70 CM</b> CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
160	060.841.1559	SUTURAS. SINTÉTICAS ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
164	060.841.0486	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
166	060.841.0312	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
168	060.841.0205	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE. DE SUTURA. 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM) MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
169	060.841.0296	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
170	060.841.0197	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE SUTURA. 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO, REVERSO CORTANTE 19-20 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)
171	060.841.0262	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM). MARCA (JOHNSON AND JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN)

**11. SE AGREGAN MARCAS** AL REQUERIMIENTO DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA PARA LAS PARTIDAS 79, 96, 124, 202 Y 203, LAS MARCAS QUE SE INDICAN, PARA QUEDAR:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
79	060.345.2467	EQUIPO PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO, INCLUYE: - CATÉTER VENTRICULAR DE ELASTÓMERO DE SILICÓN RADIOPACO, LONGITUD: DE 20 A 40 CM. - UN ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN DEL CATÉTER VENTRICULAR. - UN TUBO DE PLÁSTICO CON DOS PINZAS PARA AJUSTE DE GOTEÓ Y CON SITIO DE INYECCIÓN. - UNA BOLSA DE RECOLECCIÓN, DE VINIL DE 500 A 700 ML., GRADUADA Y CON ASA PARA COLGAR. - ESTÉRIL Y DESECHABLE, MARCA MEDTRONICS, <b>BIOMÉDICA MEXICANA</b>
96	080.574.0032	LANCETA DE RETRACCIÓN AUTOMÁTICA Y PERMANENTE. INCISIÓN DE 1.8 A 2MM ADAPTABLE A UN DISPARADOR PLÁSTICO, CON DISPOSITIVO PLÁSTICO REMOVIBLE QUE ASEGURE LA ESTERILIDAD, ESTÉRIL Y DESECHABLE, MARCA ROCHE, <b>HTL</b>
124	060.783.0056	RESERVORIO PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE 24 A 25 MM DE DIÁMETRO. TAMAÑO: ADULTO. TIPO: OMMAYA. MARCA MEDTRONICS, <b>BIOMÉDICA MEXICANA</b>
202	060.932.2649	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 60 A 80 MM DE H2O. CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 13 CM. MÍNIMO DE LONGITUD, CATÉTER PERITONEAL DE 90 CM. MÍNIMO DE LONGITUD: TAMAÑO: ADULTO. MARCA METRONICS, <b>BIOMÉDICA MEXICANA</b>

**12. EN EL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA** DE LA CONVOCATORIA, **SE AGREGAN COMO MARCAS REQUERIDAS** PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
52	160.254.0227	CATÉTER PERIFÉRICO 26G PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSA. MARCA: <b>BD MODELO INSYTE, BBRAUN.</b>
67	160.203.0167	CLIP UMBILICAL DOBLE GANCHO. MARCA: <b>BIOCLAMP, UNILANE SURGICAL, ROMSONS</b>
81	060.371.2480	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN PENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES DE 13.0X 13.0MM. MARCA: <b>COVIDIAN, AESCULAP</b>
125	160.254.0231	SET CATETER NEFROSTOMIA 14 fr. MARCA: <b>COOK, HUDSON, ARROW</b>
174	060.869.152	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M., ANCHO: 2.50CM. MARCA: <b>3M</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**13. SE ELIMINAN DEL ANEXO 1-A GENERAL DE LA CONVOCATORIA, LAS PARTIDAS 81, 122 Y 125 DE LA RELACIÓN DE CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN A LICITAR, SIENDO:**

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-A GENERAL
81	060.189.0304	CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON IMPREGNADO CON SOLUCIÓN DE ISODINE.
122	060.345.2202	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MEDICO ESTÉRIL DESECHABLE CONSTA DE: BAYONETA , FILTRO DE AIRE , CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML MÍNIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML CÁMARA DE GOTEO
125	060.345.2186	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MEDICO ESTÉRIL Y DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA FILTRO DE AIRE CÁMARA DE GOTEO CON MACROGOTERO TUBO TRANSPORTADOR MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y"

**14. SE ELIMINAN DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA, LAS PARTIDA 51, 72 Y 156 DE LA RELACIÓN DE CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN A LICITAR, SIENDO LAS SIGUIENTES:**

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA
51	060.166.4253	CATÉTER PERIFÉRICO 20 PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO, RADIOPACO CON SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATÉTER Y TAPÓN (MARCA BD MODELO INSYTE, Bbraun)
72	060.345.3085	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MEDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, CON O SIN FILTRO DE AIRE TUBO TRANSPORTADOR ACTIACTINICO DE BAJA ABSORCIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTO SENSIBLE OBTURADOR DE TUBO TRANSPORT FRESSENIUS
156	060.842.0428	Sutura sintética absorbible Polímero de ácido glicólico (Poliglactina 910) con revestimiento de poli(Glucólido-co-L-lactido 35/65) y estearato de calcio, multifilamento trenzado, calibre 3/0, con aguja 1/2 círculo, ahusada de 26 mm y hebra de 70 cm. MARCA ETHICON, J&J, Bbraun, Covidian

**15. SE AGREGA A LA LICITACIÓN LA PARTIDA 221 PARA EL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA DE LA CONVOCATORIA, QUE DEBE DECIR:**

PARTIDA	CLAVE CBCM	DESCRIPCIÓN PARA CLAVES DEL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
221	160.189.0304	CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON IMPREGNADO CON SOLUCIÓN DE ISODINE. MARCA BD Y JOHNSON & JOHNSON	PIEZA	1,514	3,783

La Convocante realiza con motivo de la presente Junta de Aclaraciones, la siguiente **Modificación** de aspectos establecidos en bases de licitación, con fundamento en el artículo 33 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **siendo esta la siguiente:**

**NOTA ACLARATORIA NÚMERO 16**

Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se **modifica la fecha y hora** establecida para el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES y FALLO DE LA LICITACIÓN** de las bases de convocatoria publicadas, en el sistema electrónico compras gubernamentales compranet y comprasbc, en la dirección electrónica <http://www.compranet.gob.mx> y <http://www.comprasbc.gob.mx>; y establecidas en el resumen de convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de marzo del presente, para quedar de la siguiente manera:

<b>ACTO</b>	<b>FECHA / HORA</b>
<b>ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES</b>	<b>9 DE ABRIL DE 2018 A LAS 12:30 HORAS</b>
<b>FALLO DE LA LICITACIÓN</b>	<b>27 DE ABRIL DE 2018 A LAS 13:30 HORAS</b>

Acto seguido se procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración en los siguientes términos:

**CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA**

Se anexa a la presenta acta **ANEXO 1 DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS** referentes a la presente licitación, de las **Solicitudes de aclaraciones recibidas dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones del día 23 de marzo de 2018** y de las **Solicitudes de aclaraciones recibidas dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones del día 28 de marzo de 2018.**

En base a lo anterior el Servidor Público que preside el presente acto, le hace del conocimiento que: Acto seguido, se consulta a los licitantes participantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes por unanimidad respondieron: Afirmativamente, y agregaron no tener más dudas o cuestionamientos en relación a la convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto.

Asimismo, se hace constar que para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha, al finalizar este acto se pone a disposición de los licitantes una copia de esta acta de la única Junta de Aclaraciones, en el estrado de notificaciones, instalado en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones en el domicilio indicado en el segundo párrafo de esta acta, por un término no menor de 5 (cinco) cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx) y [www.comprasbc.gob.mx](http://www.comprasbc.gob.mx).

Acto seguido se hace del conocimiento de los presentes que el **Acto de presentación y apertura de proposiciones** se celebrará el día **9 de abril de 2018, a las 12:30 horas**, en la sala de juntas de la **Dirección de Adquisiciones** de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de

conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **12:30 horas del día 28 de marzo de 2018**, la cual es la única Junta de Aclaraciones correspondiente a la **Licitación Pública Internacional abierta número LA-902002994-E7-2018**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

**"LA CONVOCANTE"**

**RUTILO PEREZ FLORES**

Director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno

**"AREA REQUIRENTE"**

**FRANCISCO FILIBERTO RODRÍGUEZ VILLAREAL**

En Representación del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California

**"REPRESENTANTE"**

**ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**"REPRESENTANTE"**

**LEONOR GUZMAN MUÑOZ**

Dirección de Adquisiciones de  
Oficialía Mayor de Gobierno

## LICITANTES:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA

Handwritten marks: a large stylized 'P' in the center, and a signature 'R' with the number '3' next to it in the bottom right corner.



ANEXO 1 DE JUNTA DE ACLARACIONES 28 DE MARZO 2018



(Solicitudes de aclaraciones recibidas dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones del día 23 de marzo de 2018)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS



LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. LA-902002994-E7-2018 "ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA UNIDADES MEDICAS DEL ISESALUD EJERCICIO 2018"

CONSEC	LICITANTE	Nº. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA, S.A.DE C.V. (AHS)	1	30. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	SOLICITO A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DEBE SER POR FAMILIA O POR PARTIDA.	SE DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN POR PARTIDA (CLAVE) , POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS CON LAS QUE DESEE PARTICIPAR
2	ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA, S.A.DE C.V. (AHS)	2	3	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ACEPTA QUE SE ENTREGUEN LAS PROPOSICIONES POR MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL, A PESAR DE SER PRESENCIALES.	SE ACEPTA SIENDO RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE SE PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA, YA QUE NO SE ACEPTAN PROPUESTAS EXTEMPORANEAS.
3	ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA, S.A.DE C.V. (AHS)	3	3	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES NEGATIVA, PUEDA ACUDIR UNA PERSONA CON UNA CARTA PODER A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O TIENE QUE ACUDIR EL REPRESENTANTE LEGAL AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	SE ACEPTA COMO OPCION
4	SONOMEDICS, S.A. DE C.V.	1	19 INCISO O)	SOLICITO A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI SE ACEPTA RECIBIR LAS MUESTRAS FÍSICAS MEDIANTE PAQUETERIA	SI SE ACEPTA, SIN EMBARGO ES RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES OBTENER DEL LISTADO DE LAS MUESTRAS EL ACUSE DE RECIBIDO CON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.
5	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	1	CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION,


CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
6	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	2	16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS	LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. SOLICITO A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE UN CERTIFICADO DE NOM EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ES LA INSTITUCIÓN COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS YA QUE PARA EL RAMO MEDICO ES EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL QUE SE ENCARGA DE DICHA REVISIÓN.	ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN, PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T. FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 1)
7	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	3	16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS	LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. ESTE DOCUMENTO SE DEBERA DE PRESENTAR EN TODOS LOS ARTICULOS QUE SE LICITAN, ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?	PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T. FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 1)


CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
8	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	4	16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS	LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. LA FALTA DE ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO ES CAUSAL DE DESCALIFICACION ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T. FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE <u>ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE</u> (No. 1)
9	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	5	16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS	LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. LA FALTA DE ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO ES CAUSAL DE DESCALIFICACION ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION. EN CASO DE QUE EL ARTICULO SE BASE EN LOS LINEAMIENTOS QUE ACONTINUACION SE MENCIONAN	PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T. FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE <u>ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE</u> (No. 1)

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
10	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	6	16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS	LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. LA FALTA DE ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO ES CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T. FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE <u>ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE</u> (NO. 1)
10	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	6	16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS	LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. LA FALTA DE ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO ES CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T. FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE <u>ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE</u> (NO. 1)

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
11	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	7	16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS	<p>LOS BIENES QUE OFERTE EL LICITANTE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU DEFECTO LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 55 Y 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN; CON LAS QUE SE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN. ME REFIERO AL SIGUIENTE ACUERDO DONDE DICE LO SIGUIENTE SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, COFEPRIS. ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARÍA DE SALUD. MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA, COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS. Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30., FRACCIONES XXIII, XXIV Y XXV; 17 BIS, 194, FRACCIÓN II, 194 BIS, 204, 262, 372, 376 Y 378 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 4, 17-A Y 69 C DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 82, 83, 179, 180, 190 BIS 3 Y 190 BIS 4 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD; 20., INCISO C FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y 3 FRACCIONES I INCISO B, V, VII, 5, 10 FRACCIONES VIII, XX Y XXV Y 12 FRACCIONES I Y II, 14 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y CONSIDERANDO QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 194 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SE CONSIDERAN INSUMOS PARA LA</p>	<p>PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T, ADEMÁS BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES PRESENTEN LISTADO DE INSUMOS DONDE SE INDICA QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.</p>



CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
14	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	3	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 59	REFERENTE A AL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA PARTIDAS 59 CATÉTER URETERALES EN DOBLE "J", DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRIL. LONGITUD: 24 CM., CALIBRE: 5 FR. CON GUIJA PARA SU INSTALACION, SE SOLICITA A LA CONVIVANTE PODER OFERTAR LA MARCA MARFLOW QUE CUMPLE CON LAS CARACTATISTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
15	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	4	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 60	REFERENTE A AL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA PARTIDAS 60 CATÉTER URETERALES EN DOBLE "J", DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRIL. LONGITUD: 24 CM., CALIBRE: 6 FR. CON GUIJA PARA SU INSTALACION, SE SOLICITA A LA CONVIVANTE PODER OFERTAR LA MARCA MARFLOW QUE CUMPLE CON LAS CARACTATISTICAS SOLICITADAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
16	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	5	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 117	REFERENTE A AL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA PARTIDAS 117 PLACA PARA ELECTROCAUTERIO BILOBULADA, SE SOLICITA A LA CONVIVANTE PODER OFERTAR LA MARCA EMED QUE CUMPLE CON LAS CARACTATISTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA MARCA EMED, POR LO QUE SE INCLUIRÁ DENTRO DE LA RELACION DE MARCAS SOLICITADAS PARA ESTA PARTIDA.
17	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	6	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 55	REFERENTE A AL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA PARTIDAS 55 KITS DE TROCAR PARA LAPAROSCOPIA TRANSPARENTES, CONSTA DE: TROCAR CON PUNZON 5MM-12MM, TROCAR 5MM-12MM, TROCAR PUNZON 5MM, TROCAR 5MM, AGUJA VERESS 120MM LONGITUD, SE SOLICITA A LA CONVIVANTE PODER OFERTAR LA MARCA STEMMA QUE CUMPLE CON LAS CARACTATISTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LA MARCA STEMMA, POR LO QUE SE INCLUIRÁ DENTRO DE LA RELACION DE MARCAS SOLICITADAS PARA ESTA PARTIDA.
18	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (IEMSA)	7	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 100	PARTIDA 100 COLLARINES MODELO PHILADELPHIA EVITA MOVIMIENTOS DE FLEXION DORSAL, VENTRAL Y LATERALES. ELABORADO EN ESPUMA PLÁSTICA BIVALBO, CON ORIFICIOS PARA VENTILACIÓN, CINCO EN LA PARTE DORSAL Y CUATRO EN LA VENTRAL, ABERTURA TRAQUEAL TRIANGULAR CON MARCO RÍGIDO, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE MENCIONAR LA MEDIDA REQUERIDA	SE REQUIERE MEDIDA GRANDE
19	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	1		¿ se pueda entregar carta de respaldo del distribuidor primario?	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES.
20	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 11	Se solicita a la convocante nos permita ofertar, ÁPOSITO ABSORBENTE de Alginato de Calcio compuesto por Ácido Malurónico 32% y Ácido Gularónico 68% que al entrar en contacto con el exudado forma un gel, absorbe 20 veces su peso en exudado, posee propiedades hemostáticas y propiedades que favorecen la cicatrización. ESTÉRIL. MEDIDAS: 20.3 x 10.2cm. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
21	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	3	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 12	Se solicita a la convocante nos permita ofertar, ÁPOSITO ABSORBENTE de Alginato de Calcio compuesto por Ácido Malurónico 32% y Ácido Gularónico 68% que al entrar en contacto con el exudado forma un gel, absorbe 20 veces su peso en exudado, posee propiedades hemostáticas y propiedades que favorecen la cicatrización. ESTÉRIL. MEDIDAS: 20.3 x 10.2cm. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.

RE

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
22	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	4	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 15	APOSITO DE POLIURETANO, ESTERIL, TRANSPARENTE SUAJADO EN UN EXTREMO CON CINTAS ESTERILES, ETIQUETA PARA REGISTRO, ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO, PORTECTOR DE PELICULA TRANSPARENTE, PROTECTOR DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADO PARA LA FACIL APLICACION CON UNA MANO Y PARA LA FIJACION, ESTABILIZACION Y MONITOREO DE CATETERES, DE 7X9 CM CAJA CON 100 PIEZAS. El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
23	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	5	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 16	APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE CON ADHESIVO DE ACRILATO Y CINTAS ESTERILES, PORTECTOR POLIMERICO DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTOR DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADOS PARA LA FACIL APLICACION Y PARA LA FIJACION Y ESTABILIZACION DE TUBOS DE 6X8.5 CM El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos.	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
24	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	6	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 16	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar APOSITO. TRANSPARENTE MICROPOROSO, permeable al vapor DE AGUA, en forma de película con bordes redondeados, revestido de un adhesivo hipoalergénico; estéril, permeable al oxígeno y al vapor de humedad 585 gr/m2/día MVTR. Adaptable y flexible. Cuenta con sistema de aplicación de doble etiquetado, además de pestaña microporosa para rotulación. AUTOADHERIBLE, Y DESECHABLE. MEDIDAS: 5.1 x 7cm. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
25	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	7	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 49	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Catéter para drenaje torácico, recto, elaborado de PVC, termosensible, marca radiopaca, calibre 28fr, longitud 51cm. Estéril. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
26	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	8	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 50	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Catéter para drenaje torácico, recto, elaborado de PVC, termosensible, marca radiopaca, calibre 20fr, longitud 51cm. Estéril. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
27	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	9	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 51	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Catéter para drenaje torácico, recto, elaborado de PVC, termosensible, marca radiopaca, calibre 36fr, longitud 51cm. Estéril. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
28	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	10	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 63	Se solicita al convocante aceptar un catéter central de inserción periférica 6FR con 2 vías	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
29	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	11	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 63	Se solicita al convocante aceptar un catéter central de inserción periférica 6FR con 3 vías	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
30	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	12	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 64	Se solicita al convocante aceptar un catéter de silicona 8FR puerto con cámara de titanio	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
31	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	13	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 65	Se solicita al convocante aceptar un catéter de silicona 8FR puerto con cámara de titanio	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.

*[Handwritten signature]*

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
32	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	14	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 79	PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY QUE ES FÁCIL DE APLICAR, LA PELÍCULA QUE ACTÚA COMO BARRERA PROTECTORA A HERIDAS QUIRÚRGICAS MENORES Y HERIDAS SUPERFICIALES. ES PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AIRE, RESISTENTE AL AGUA CONFORMABLE Y ELÁSTICO DE FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN. BOTE DE 100ML.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
33	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	15	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 120	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar la bolsa para alimentación enteral, capacidad 1000ml. Integra tubos de conexión al equipo de infusión y válvula antirreflujo libre, protector del conector, desechable. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
34	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	16	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 121	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar la bolsa para alimentación enteral, capacidad 1000ml. Integra tubos de conexión al equipo de infusión y válvula antirreflujo libre, protector del conector, desechable. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
35	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	17	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 129	PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY QUE ES FÁCIL DE APLICAR, LA PELÍCULA QUE ACTÚA COMO BARRERA PROTECTORA A HERIDAS QUIRÚRGICAS MENORES Y HERIDAS SUPERFICIALES. ES PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y AIRE, RESISTENTE AL AGUA CONFORMABLE Y ELÁSTICO DE FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN. BOTE DE 100ML. El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para ayudar a la correcta fijación de apósitos, así mismo para la protección de la piel contra adhesivos y fluidos corporales. ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
36	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	18	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 130	APOSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE CON ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO, CINTAS ESTERILES, PORTECTOR POLIMERICO DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTORES DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADAS PARA LA FACIL APLICACION Y PARA LA FIACION, ESTABILIZACION Y MONITOREO DE CATETERES Y TUBOS DE 10X12 CM SYN El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos. SYN ¿Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
37	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	19	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 166	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DE TRES VIAS MARCA VALLEY LAB	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
38	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	20	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 178	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar mascarilla para anestesia #4 preinflada. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
39	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	21	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 221	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal TY-CARE adulto medida ch/fr 16. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios.</p> <p>Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (PVC grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensambada a una pieza en forma de "y" transparente, incluye dos puertos, uno para dosis medida (MDI) y otro para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensambada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
40	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	22	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 222	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para tubo endotraqueal adulto medida ch/fr 10. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (PVC grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados con 1 cm de distancia entre sí y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensambada a una pieza en forma de "y" transparente, incluye puerto para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensambada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.

*[Handwritten signature]*