



CONSEC	LICITANTE	Nº. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
41	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	23	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 226	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Sistema de succión cerrado para traqueostomía adulto medida ch/fr 14. Está diseñado para seguir siendo parte del sistema de respiración durante la succión sin desconectar el soporte ventilatorio y manteniendo así los parámetros respiratorios. Componentes: un tubo de succión de cloruro de polivinilo (PVC grado médico) de densidad dual, suave en la punta/rígida en el cuerpo, con marcas de profundidad en ambos lados empezando a los 20 cm de la punta con 1 cm de distancia entre sí que continúan hasta los 30 cm y una marca tope. En la punta proximal del tubo cuenta con el orificio principal y 4 orificios laterales, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensambada a una pieza en forma de "Y" transparente, incluye puerto para irrigación con válvula unidireccional. Conexiones giratorias de forma cónica, una con entrada macho de 15 mm de diámetro externo y una conexión con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno, en su extremo distal se encuentra ensambada la válvula para controlar la succión con sistema de seguridad que bloquea su funcionamiento al girar ¼ de vuelta, tiene conexión cónica estriada universal y tapa con cinturón que la mantiene unida a la conexión, evitando extraviarla. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Empaque individual. ¿Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
42	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	24	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 240	Solicitamos a la Convocante nos permita ofertar, la sonda nasogástrica para alimentación enteral, calibre 12fr, de poliuretano radiopaco, con guía, marcas numéricas. Longitud 109cm. Presentación en bolsa individual no estéril. Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
43	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	25	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 253	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Catéter para drenaje torácico, recto, elaborado de PVC, termosenible, marca radiopaca, calibre 28fr, longitud 51cm. Estéril. Se acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
44	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	26	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 256	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Curity Sonda Foley de látex con recubrimiento de Silicón, termo sensible recubierta de hidrogel con punta reforzada cuenta con orificios laterales grandes, globo de auto retención de 5cc reforzado, longitud 44cm (17"), estéril de 12 Fr. Globo 5cc 2 Vías. Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
45	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	27	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 269	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Sonda Foley de látex recubierto de hidrogel, termo sensible, con punta reforzada y orificios laterales de drenaje grandes cuenta con globo reforzado de auto retención de 30cc, estéril, calibre 22Fr, globo de 30cc, 3 vías; longitud 44cm (17"). Se acepta? COVIDEN	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
46	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	28	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 270	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Sonda Foley de látex recubierto de hidrogel, termo sensible, con punta reforzada y orificios laterales de drenaje grandes cuenta con globo reforzado de auto retención de 30cc, estéril, calibre 18Fr, globo de 30cc, 3 vías; longitud 44cm (17"). Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
47	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	29	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 275	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar la sonda nasogástrica tipo salem, elaborada de PVC termosenible, desechable, con marca radiopaca, incluye un lumen adicional de ventilación para prevenir que las predes del estómago colapsen durante la aspiración, calibre 16fr. Estéril. Se Acepta?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
48	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	30	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 277	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Sonda Foley de látex recubierto de hidrogel, termo sensible, con punta reforzada y orificios laterales de drenaje grandes cuenta con globo reforzado de auto retención de 30cc, estéril, calibre 20Fr, globo de 30cc, 3 vias; longitud 44cm (17"). Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
49	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	31	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 278	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Sonda Foley de látex recubierto de hidrogel, termo sensible, con punta reforzada y orificios laterales de drenaje grandes cuenta con globo reforzado de auto retención de 30cc, estéril, calibre 22Fr, globo de 30cc, 3 vias; longitud 44cm (17"). Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
50	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	32	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 297	Solicitamos a la convocante nos confirme por favor si requieren el circuito para anestesia o para uso en ventilador mecánico y si lo requieren para paciente pediátrico o adulto y con que maquina debería ser compatible por favor, con el fin de poder ofertar el producto adecuado a sus necesidades.	SE REQUIERE EL CIRCUITO PARA ANESTESIA PARA PACIENTE ADULTO.
51	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	33	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 7	Se solicita a la convocante nos permita ofertar APÓSITO hidrocoloide con alginato; oclusivo, estéril, libre de Carboximetil Celulosa (CMC) y pectina, de perfil delgado e integridad reforzada que promueve el desbridamiento por 3 láminas: 1.Superior de poliuretano, 2.Media compuesta por un adhesivo acrílico 70% termofusible y 30% de Alginato de sodio, 3.Inferior de espuma de poliuretano. AUTOADHERIBLE. ESTÉRIL, Medidas: 15.2 x 17.8cm..Presentación Sacra. Se acepta? COVIDIEN	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
52	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	34	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 7	APÓSITO HIDROCELULAR EN FORMA Y DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LA REGIÓN SACRAL, COMPUESTO POR UNA PELÍCULA DE POLIURENATO HIDROFÍLICA DE COLOR ROSA, UNA DE ESPUMA ABSORBENTE DE POLIURETANO, UNA CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE POLIURETANO PERFORADO CON ADHESIVO DE SILICÓN ATRAUMÁTICO PARA LA FIJACIÓN EFECTIVA 16.8 X 17.1 CM. CAJA CON 10 PIEZAS. El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica y es segura y eficaz para la prevención y el tiramiento por segunda intención de úlceras por presión, heridas en granulación profunda, heridas exudativas crónicas y profundas, heridas de espesor total y parcial. ¿Se acepta? SYN	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
53	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	35	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 8	Se solicita a la convocante nos permita ofertar ÁPOSITO TRANSPARENTE MICROPOROSO, permeable al vapor DE AGUA, en forma de película con bordes redondeados, revestido de un adhesivo hipoalérgico; estéril, permeable al oxígeno y al vapor de humedad 585 gr/m ² / día MVTR. Adaptable y flexible. Cuenta CON sistema de aplicación de doble etiquetado, además de pestaña microporosa para rotulación. AUTOADHERIBLE, Y DESECHABLE. MEDIDAS: 5.1 x 7cm. Se acepta? COVIDEN	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
54	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	36	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 8	<p>APÓSITO DE POLIURETANO ESTERIL TRANSPARENTE CON ADHESIVO DE ACRILATO HIPOALERGENICO, CINTAS ESTERILES, PORTECTOR POLIMERICO DE PELICULA TRANSPARENTE Y PROTECTORES DE ADHESIVO DE PAPEL NUMERADAS PARA LA FACIL APLICACION Y PARA LA FIJACION, ESTABILIZACION Y MONITOREO DE CATETERES Y TUBOS DE 6X8.5 CM</p> <p>El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica, es segura y eficaz para la protección, correcta fijación, estabilización y monitoreo de catéteres y tubos. ¿Se acepta? SYN</p>	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
55	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	37	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 9	<p>APÓSITO HIDROCELULAR EN FORMA Y DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LA REGIÓN SACRAL, COMPUESTO POR UNA PELÍCULA DE POLIURENATO HIDROFÍLICA DE COLOR ROSA, UNA DE ESPUMA ABSORBENTE DE POLIURETANO, UNA CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE POLIURETANO PERFORADO CON ADHESIVO DE SILICÓN ATRAUMÁTICO PARA LA FIJACIÓN EFECTIVA 16.8 X 17.1 CM. CAJA CON 10 PIEZAS.</p> <p>El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica y es segura y eficaz para la prevención y el tratamiento por segunda intención de úlceras por presión, heridas en granulación profunda, heridas exudativas crónicas y profundas, heridas de espesor total y parcial. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
56	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	38	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 10	<p>APÓSITO HIDROCELULAR EN FORMA Y DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LA REGIÓN SACRAL, COMPUESTO POR UNA PELÍCULA DE POLIURENATO HIDROFÍLICA DE COLOR ROSA, UNA DE ESPUMA ABSORBENTE DE POLIURETANO, UNA CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE POLIURETANO PERFORADO CON ADHESIVO DE SILICÓN ATRAUMÁTICO PARA LA FIJACIÓN EFECTIVA 16.8 X 17.1 CM. CAJA CON 10 PIEZAS.</p> <p>El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica y es segura y eficaz para la prevención y el tratamiento por segunda intención de úlceras por presión, heridas en granulación profunda, heridas exudativas crónicas y profundas, heridas de espesor total y parcial. ¿Se acepta?</p>	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
57	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	39	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 11	<p>Se solicita a la convocante nos permita ofertar Apósito de espuma hidrofílica de poliuretano fenestrado con orificio central de 7mm, en forma de disco, no adherente, altamente absorbente, semioclusivo que permite el intercambio de oxígeno y vapor de agua. Impregnado en ambas caras de antiséptico bactericida Polihexametileno de Biguanida (PHMB) al 0.5%, estéril, desechable. MEDIDAS: 2.54 cm X 7 mm. Se acepta?</p>	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
58	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	40	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 11	<p>APÓSITO HIDROCELULAR COMPUESTO POR UNA PELÍCULA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA DE COLOR ROSA, UNA DE ESPUMA ABSORBENTE DE POLIURETANO, UNA CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE POLIURETANO PERFORADO SIN ADHESIVO DE 10 X 10 CM. CAJA CON 10 PIEZAS.</p> <p>El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica y es segura y eficaz para la prevención y el tiramiento por segunda intención de úlceras por presión, heridas en granulación profunda, heridas exudativas crónicas y profundas, heridas de espesor total y parcial. ¿Se acepta?</p>	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
59	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	41	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 15	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar bolsa recolectora de orina con sistema cerrado, puerto de muestreo, válvula antirreflujo, y marcas cada 100 ml, en forma de diamante. Se acepta?</p>	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
60	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	42	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 25	<p>Se solicita a la convocante ofertar Canulas de la marca F.R. MEDICALI. Se acepta?</p>	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
61	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	43	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 69	<p>APÓSITO ESTÉRIL HIDROCOLOIDE PARA ÚLCERAS Y LESIONES, CONSISTE EN UNA CAPA DE HIDROCOLOIDE CUBIERTO POR UN LADO POR UNA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE, PROPORCIONA UNA BARRERA BACTERIANA CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FLUIDOS. MEDIDA DE 10 X 10 CM. CAJA CON 10 PIEZAS.</p> <p>El bien que ofertamos tiene la misma función terapéutica y es segura y eficaz para el tiramiento por segunda intención de úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras diabéticas, zonas donantes heridas exudativas crónicas y profundas, heridas traumáticas; creando una barrera antimicrobiana y manteniendo un ambiente lesional húmedo al absorber el exudado y formando un gel suave. ¿Se acepta?</p>	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
62	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	44	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 111	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Media antiembólica de compresión graduada, al muslo. Diseño anatómico graduado en mmHg: Tobillo superior 18mmHg, Pantorrilla 14mmHg, Rodilla 8mmHg, Muslo inferior 10mmHg, Muslo superior 8 mmHg. Especificaciones técnicas: Tramado circunferencial. fabricación sin costuras, anillos independientes, ventana de inspección (punta abierta), banda elástica interrumpida en el muslo interno para evitar efecto torniquete. Confección: 74,5% Nylon, 15,6% Spandex, 9,9% Poliéster. Completamente libre de látex. Talla chica-larga. Se acepta?</p>	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUEN A LAS MARCAS ACEPTADAS.

23



CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
63	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	45	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 112	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Media antiembólica de compresión graduada, al muslo. Diseño anatómico graduado en mmHg: Tobillo 18mmHg, Pantorrilla 14mmHg, Rodilla 8mmHg, Muslo inferior 10mmHg, Muslo superior 8 mmHg. Especificaciones técnicas: Tramado circunferencial. fabricación sin costuras, anillos independientes, ventana de inspección (punta abierta), banda elástica interrumpida en el muslo interno para evitar efecto torniquete. Confección: 74,5% Nylon, 15,6% Spandex, 9,9% Poliester. Completamente libre de látex. Talla grande-larga. Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
64	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	46	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 113	Se solicita a la convocante nos permita ofertar Media antiembólica de compresión graduada, al muslo. Diseño anatómico graduado en mmHg: Tobillo 18mmHg, Pantorrilla 14mmHg, Rodilla 8mmHg, Muslo inferior 10mmHg, Muslo superior 8 mmHg. Especificaciones técnicas: Tramado circunferencial. fabricación sin costuras, anillos independientes, ventana de inspección (punta abierta), banda elástica interrumpida en el muslo interno para evitar efecto torniquete. Confección: 74,5% Nylon, 15,6% Spandex, 9,9% Poliester. Completamente libre de látex. Talla mediana-larga. Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
65	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	47	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 117	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR PLACA PARA PACIENTE CON CABLE DE ELECTROCAUTERIO MARCA VALLEY LAB	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
66	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	48	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 130	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO O CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
67	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	49	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 131	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO O DEL 2-0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
68	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	50	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 132	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO O DEL 2-0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 35MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
69	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	51	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 133	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO O DEL 3-0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.

[Handwritten signatures and initials]

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
70	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	52	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 134	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO O DEL 4-0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
71	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	53	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 135	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO DEL 0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 35MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
72	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	54	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 136	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO DEL 1 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 35MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
73	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	55	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 137	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA CATGUT CRÓMICO DEL 5-0 CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
74	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	56	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 138	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA DE NYLON 2-0 AGUJA REVERSO CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO DE 25MM Y HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
75	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	57	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 140	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA DE NYLON 4-0 AGUJA REVERSO CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO DE 19.5MM Y HEBRA DE 45CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
76	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	58	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 140	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTA SUTURA DE NYLON 4-0 AGUJA REVERSO CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO DE 20MM Y HEBRA DE 45CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
77	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	59	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 141	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 25MM Y HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
78	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	60	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 142	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 1 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 35MM Y HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
79	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	61	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 143	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 25MM Y HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.

[Handwritten signature]

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
80	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	62	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 144	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 4-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 20MM Y HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
81	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	63	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 145	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 5-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 15MM Y HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
82	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	64	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 151	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA DE SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE DEL 2-0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 25MM Y HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
83	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	65	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 152	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR Sutura no absorbible Seda negra trenzada con recubrimiento, sin aguja. Con 10 hebras de 75 cm en cada sobre. Calibre 2/0.	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
84	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	66	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 160	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME ESPECIFIQUE QUE CLIBRE SOLICITA	SE REQUIERE DE CALIBRE 1
85	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	67	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 162	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR Sutura sintética no absorbible, monofilamento de polipropileno, calibre 1, con aguja 1/2 círculo, ahusada de 35 mm con hebra de 75 cm.,	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
86	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	68	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 163	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR Sutura sintética no absorbible, monofilamento de polipropileno, calibre 2-0, con aguja 1/2 círculo, ahusada de 25 mm con hebra de 75 cm.,	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
87	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	69	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 164	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR Sutura sintética no absorbible, monofilamento de polipropileno, calibre 2-0, con aguja 3/8 círculo, CORTANTE de 25 mm con hebra de 75 cm.,	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
88	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	70	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 165	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR Sutura sintética no absorbible, monofilamento de polipropileno, calibre 2-0, con aguja 1/2 círculo, ahusada de 35 mm con hebra de 75 cm.,	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
89	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	71	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 167	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR Sutura sintética no absorbible, monofilamento de polipropileno, calibre 3/0, doble armada con aguja 1/2 círculo, ahusada de 17 mm con hebra de 90 cm. Cardiovascular	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
90	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	72	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 168	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE DEL 3-0, CON AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE DE 25MM CON HEBRA DE 75CM	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
91	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	73	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 170	SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR Sutura sintética no absorbible, monofilamento de polipropileno, calibre 4-0, con aguja 3/8 círculo, CORTANTE de 20 mm con hebra de 45 cm.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
92	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	74	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 188	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar tubo endotraqueal de plástico grado médico con globo y espiral de alambre de 7.5mm equivalente a los 30Fr que solicitan y longitud de 35cm, se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
93	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	75	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 189	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar tubo endotraqueal de plástico grado médico con globo y espiral de alambre de 8.0mm equivalente a los 32Fr que solicitan, se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
94	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	76	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 190	Se le solicita a la convocante nos permita ofertar tubo endotraqueal de plástico grado médico con globo y espiral de alambre de 9.0mm equivalente a los 36Fr que solicitan y longitud de 37cm, se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
95	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	77	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 199	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubo endotraqueal sin globo del 3.5mm equivalente a los 14Fr que solicitan, de plástico grado médico. Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
96	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	78	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 201	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubo endotraqueal sin globo del 2.5mm equivalente a los 10Fr que solicitan, de plástico grado médico. Se acepta?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LAS MARCAS ACEPTADAS.
97	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	79		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR LAS MUESTRAS EN FAMILIA, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA CONFORME A LO INDICADO EN EL PUNTO 19 INCISO O) DE LA CONVOCATORIA, DEBIENDO INDICAR EN EL ACUSE DE ENTREGA DE MUESTRAS QUE PARTIDAS AMPARA ESA MUESTRA ASÍ COMO EN EL ETIQUETADO DE LA MUESTRA ENTREGADA.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
98	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	80	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 5	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UNA AGUJA PARA PUNCIÓN DE PUERTO DE QUIMIOTERAPIA DE 22G LONGITUD 19MM	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
99	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	81	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 5	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UNA AGUJA PARA PUNCIÓN DE PUERTO DE QUIMIOTERAPIA DE 22G LONGITUD 25MM	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
100	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	82	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 6	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UNA AGUJA PARA PUNCIÓN DE PUERTO DE QUIMIOTERAPIA DE 22G LONGITUD 19MM	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
101	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	83	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 36	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UN CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE SILICÓN DE UNA VIA DE 3FR X 65CMS DE LONGITUD QUE PUEDE SER CORTADO A LA MEDIDA DESEADA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
102	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	84	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 54	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UN CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO DE DOS VIAS DE 5FR X 55CMS DE LONGITUD QUE PUEDE SER CORTADO A LA MEDIDA DESEADA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
103	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	85	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 55	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UN CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO DE UNA VIA DE 4FR X 55CMS DE LONGITUD QUE PUEDE SER CORTADO A LA MEDIDA DESEADA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
104	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	86	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 55	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UN CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE SILICÓN DE UNA VIA DE 4FR X 65CMS DE LONGITUD QUE PUEDE SER CORTADO A LA MEDIDA DESEADA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
105	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	87	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 59	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UN CATETER URETERAL EN DOBLE "J" DE POLIURETANO LONGITUD 24CMS CALIBRE 4.7fr, CON GUJA PARA SU INSTALACION	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
106	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	88	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 78	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UN DRENAJE 7MM	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
107	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	89	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 116	SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTAR UN CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE SILICÓN DE UNA VIA DE 2FR X 30CMS DE LONGITUD QUE PUEDE SER CORTADO A LA MEDIDA DESEADA	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUUESTA
108	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	1	2	LICITACION PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL, DE TIPO PRESENCIAL, NÚMERO LA-902002994-E7-2018. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL CARACTER DE LA LICITACION, SI ES INTERNACIONAL ABIERTA O BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS?	EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL ABIERTA
109	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	2	11	PUNTO 16 CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, SE SOLICITA EL ANEXO 7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI BASTARA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO EN EL QUE MI REPRESENTADA PRESENTARA INSUMOS DE MATERIAL DE CURACION, EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS, ISO Y LOS FDA EN CASO DE QUE APLIQUE, ADEMAS DEL ESCRITO POR PARTE DEL LICITANTE DONDE MENCIONE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN CUMPLIR CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T.
110	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	3	15	PUNTO 19 INCISO H) MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE DICHAS NORMAS SE PRESENTARAN: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS; FDA E ISOS DICHOS DOCUMENTOS HACIENDO REFERENCIA A LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 7.	BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T.
111	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	4	15	PUNTO 19 INCISO H) ANEXO 7 MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN DICHO ANEXO No. DE IDENTIFICACION SE PONDRÁ, EJEMPLO: NOM-133-SSA 1-2018 (NORMA APLICABLE) EN Y DONDE DICE DESCRIPCION EJEMPLO SE PONDRÁ: A QUE SE REFIERE DICHA NORMA ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS ES CORRECTA MI APRECIACION?	SE CUBRIRÁ EL REQUISITO DEL ANEXO 7, PRESENTANDO LO SOLICITADO EN EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T.
112	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	5	15	PUNTO 19 INCISO H) MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE DICHAS NORMAS SE PRESENTARAN: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS, FDA E ISOS DICHOS DOCUMENTOS HACIENDO REFERENCIA A LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 7.	BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T.
113	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	6	15	PUNTO 19 INCISO O) MUESTRAS FISICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE ACEPTARAN MUESTRAS POR FAMILIA, SE ACEPTA? ME INFORME SI LAS MUESTRAS SERAN PRESENTADAS CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA Y EN CASO DE SER CORRECTA MI APRECIACION LE SOLICITO PRESENTAR PARA EL CASO DE MEDIDA DE 100 O 50 PIEZAS ME PERMITA PRESENTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION 2 O 5 PIEZAS POR FAMILIA EN CASO DE SER APLICABLE CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN ESTE INCISO, SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.
114	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	7	15	PUNTO 19 INCISO O) MUESTRAS FISICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE ACEPTARAN MUESTRAS POR FAMILIA SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.

[Handwritten signature]


CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
115	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	8	15	PUNTO 19 INCISO O) LAS MUESTRAS FISICAS DEBERAN SER ENTREGADAS CON ANTELACION AL ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE ACEPTARA LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS EL MISMO DIA, ANTES DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, INFORMARNOS EN QUE HORARIO SE PODAN ENTREGAR ESTAS MUESTRAS, O BIEN LE PIDO ME INDIQUE LOS HORARIOS EN LOS CUALES DICHAS MUESTRAS PODRAN SER ENTREGADAS, YA QUE LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SON DIAS NO LABORABLES	SI SE PODRA ENTREGAR LAS MUESTRAS EL MISMO DIA DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS, SIN EMBARGO ES RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES OBTENER EL LISTADO DE LAS MUESTRAS CON EL ACUSE DE RECIBIDO CON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES E INCLUIRLOS EN SU PROPUESTA. SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS MUESTRAS PODRAN SER RECIBIDAS EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, CONSIDERANDO COMO DIAS INHABILES EL DIA 29 Y 30 DE MARZO.
116	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	9	17	PUNTO 19 INCISO P) REGISTROS SANITARIOS VIGENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR PARTIDA Y CLAVE Y EN EL CASO DE QUE NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO PERMITIRNOS OFERTAR EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCION.
117	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	10	18	PUNTO 19 INCISO Q) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION VIGENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS POR FAMILIA REFERENCIANDO A QUE PARTIDAS REFIERE DICHO DOCUMENTO, EN CASO DE QUE NO CUENTE CON ESTE SOLICITAMOS SE ACEPTE MANIFIESTO SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCION.
118	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	11	18	PUNTO 19 INCISO S), CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORISTA SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACION, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR EN SUSTITUCIÓN DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, LA CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.
119	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	12	18	PUNTO 19 INCISO Q) CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION VIGENTES, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON DICHO INCISO LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE QUE CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION ADIUNTANDO COPIA DEL DIARIO OFICIAL DONDE SE MENCIONA DICHA NORMA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
120	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	13	ANEXO TECNICO	PARTIDA 123 CLAVE 160.100.9001 DESCRIPCION: EQUIPO PARA CIRUGIA MENOR DESECHABLE PRESENTACION PAQUETE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ABRA LA DESCRIPCION DE ESTA PARTIDA, ESTO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR ESTE INSTITUTO	RESPECTO A SU PREGUNTA, FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 9)

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
121	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	14	ANEXO TECNICO	PARTIDA 146 CLAVE: 060.439.0088 DESCRIPCION: GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO: GRANDE. DESECHABLE. PIEZAS, CANT. MINIMA: 7,202 Y CANTIDAD MAXIMA: 18,004. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA CANTIDAD MINIMA Y MAXIMA DE ESTA PARTIDA SE REFIERE A PIEZA O PAQUETE CON 100 PIEZAS	PARA ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE REQUIERE PAQUETE CON 100 PIEZAS
122	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	15	ANEXO TECNICO	PARTIDA 194 CLAVE: 080.729.0051 DESCRIPCION: PORTAOBJETOS DE VIDRIO, RECTANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PORTAOBJETOS CON BORDES PULIDOS DE 26 X 76. SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCION PARA TODOS LOS LICITANTES QUE OFERTEN ÉSTA PARTIDA.
123	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	16	ANEXO TECNICO	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA PARA EL ANEXO DE MARCA DE TERMINADA LA MARCA DE MATCUR, PARA SUTURAS. PRESENTANDO LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTE.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
124	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	17	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 76	PARTIDA No. 76 CLAVE: 060.598.0010.00 DESCRIPCION: catéter venoso central IV, poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de 2 vías diámetro internos 2x16ga, con extremidad flexible 7fr, 20 cm, guía en "J" de NITINOL resistente al acodamiento long 53 cm, sistema BLS (bloodless, system), aguja introductoria 18ga o canula introductora 18 ga, 2 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp. Le solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si para este partida deberemos cotizar con forme a la clave o a la descripción. debido a que esta clave corresponde a una llave de 4 vías con marcas indicadoras a la clave y descripción del correspondiente al catalogo de material de curación. Y en caso de ser adjudicado en esta partida me indique con que clave se identificara dicho bien para dar cumplimiento con el punto 13.2.2.1 identificación y entrega de bienes.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL NÚMERO DE LA CLAVE NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN, POR LO QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEBERÁ COTIZAR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN ESTE ANEXO 1-A CON EL NUMERO DE CLAVE 060.167.6653. FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (NO.8)

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
125	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	18	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 171	PARTIDA No. 171 CLAVE: 060.859.0519 DESCRIPCIÓN: llave de 4 vías con marcas indicadoras del sentido en el que fluyen las soluciones y posición de cerrado, aditamento de cierre luer lock (móvil) en el ramal de la llave, que se conecta al tubo de la extensión , tubo de extensión removible de plástico grado médico, longitud 80cm y diámetro interno 2.7 mm mínimo, conector luer lock hembra en el extremo proximal, con aditamento de cierre luer lock macho en el extremo proximal, con aditamento de cierre luer lock (móvil) Le solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si para esta partida deberemos cotizar con forme a la clave o a la descripción. debido a que esta clave corresponde a tapones luer lock para catéter de hickman a la clave y descripción del correspondiente al catalogo de material de curación y en caso de ser adjudicado esta partida me indique con que clave se identificara dicho bien para dar cumplimiento con el punto 13.2.2.1 identificación y entrega de los bienes.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL NÚMERO DE LA CLAVE NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN, POR LO QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEBERÁ COTIZAR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN ESTE ANEXO 1-A CON EL NUMERO DE CLAVE 060.598.0010 FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (NO. 8)
126	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	19	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 222	PARTIDA No. 222 CLAVE: 060.030.0073 DESCRIPCIÓN: sistema de succión, para paciente con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 10 fr, contiene: un tubo de succión de claruro de polivinilo, con una marca de profundidad de 2 cm empezandp desde los 10 cm hasta 42 c, y una marca tope. dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, emsamblada a una pieza en forma de "T" o "L" transparente, con el puerto para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión conicaa con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensablada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. incluye etiqueta de identificación para control. esteril y desechable. Le solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si para esta partida deberemos cotizar con forme a la clave o a la descripción, debido a que esta clave corresponde a adaptador y tapón de plástico con rosca para cateter correspondiente a la clave y descripción del catalogo de material de curación. Y en caso de ser adjudicado esta partida me indique con que clave se identificara dicho bien para dar cumplimiento con el punto 13.2.2.1 identificación de los bienes.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL NÚMERO DE LA CLAVE NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN, POR LO QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEBERÁ COTIZAR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN ESTE ANEXO 1-A CON EL NUMERO DE CLAVE 060.345.3119 FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (NO. 8)
127	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	20	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 241	PARTIDA No. 241 CLAVE: 060.168.4301 DESCRIPCIÓN: sonda des. Para conexión de oxigeno esteril y desechable. Le solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar tubo para conexión de oxigeno cal. 18 fr L.150 mts, se acepta??	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ESTA PARTIDA.
128	CORPORACIÓN ANALITICA SA DE CV	21	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA PARA EL ANEXO DE MARCA DETERMINADA LA MARCA MATCUR, PARA SUTURAS. PRESENTANDO LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTES.	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
129	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	1	13.2.1	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN INDICARNOS LA CANTIDAD DE BIENES QUE SERÁN REQUERIDOS EN LA PRIMERA ENTREGA.	NO ES POSIBLE ESTABLECER UNA CANTIDAD DETERMINADA PARA LAS PARTIDAS CONCURSANTES, YA QUE ESTO SERÁ CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEPENDIENTES DEL ISESALUD EN EL ESTADO, ES POR TAL MOTIVO QUE SE ESTABLECE QUE EL CONTRATO ES ABIERTO.
130	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	2	13.2.2.3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE ADJUDICACIÓN NOS PERMITA HACER LAS ENTREGAS POR MEDIO DE PAQUETERIA, ESTO SIN AFECTAR LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.
131	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	3	19 INCISO O)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES POSIBLE REALIZAR LA ENTREGA LAS MUESTRAS POR MEDIO DE PAQUETERIA, EN EL ENTENDIDO QUE SERÁ NUESTRA RESPONSABILIDAD LA OBTENCIÓN DEL SELLO ORIGINAL PARA NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE EVENTO.	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.
132	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	4	19 INCISO P)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y REFERENCIADOS ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
133	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	5	19 INCISO S)	PARA EL CASO DE MI REPRESENTADA, QUIEN ES TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS Y/O IMPORTADOR PRIMARIO DE LOS BIENES, Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SEA SUFICIENTE PRESENTAR CARTA FIRMADA POR MI REPRESENTADA AJUSTANDO EL TEXTO Y ADJUNTANDO CARTAS DE DISTRIBUCIÓN DEL FABRICANTE A FAVOR DE MI REPRESENTADA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
134	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	6	40	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EN EL PRESENTE EVENTO, ES POSIBLE REALIZAR EL ENVÍO DEL CONTRATO FIRMADO A TRAVÉS DE PAQUETERIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS GASTOS DE MENSAJERÍA SERÁN CUBIERTOS POR MI REPRESENTADA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
135	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	7	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA PARTIDA 95	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR KIT DE TROCAR MARCA APPLIED, EL CUAL CUMPLE PERFECTAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LAS PRESENTES BASES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
136	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	8	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA PARTIDA 100	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA MARCA ASPIDE 100% DE POLIPROPILENO NO TEJIDA, NO TRICOTADA, NO ABSORBIBLE, CONSOLIDADA POR ENLACE TÉRMICO DE 80g/m2 QUE BRINDA MENOS DOLOR POSTOPERATORIO E INTEGRACIÓN DEL TEJIDO EN 12 DÍAS CON UN MENOR PORCENTAJE DE ENCOJER DE LA MALLA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
137	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	1	19 INCISO S)	EN RELACIÓN A LAS BASES, PUNTO 19, DOCUMENTO S) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ORIGINAL, DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD EL FABRICANTE CUENTA CON REPRESENTACIÓN PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN MEXICO PODEMOS PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO, EN LUGAR DE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR EN SUSTITUCIÓN DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE; LA CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
138	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	2	19 INCISO S)	EN RELACIÓN A LAS BASES, PUNTO 19, DOCUMENTO S) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ORIGINAL, SI EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ES TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIO, PUEDE QUEDAR EXENTO DE PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	PARA LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE SE INDIQUE QUE ES EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y SE DEBERÁ RELACIONAR EL NUMERO DE LAS PARTIDAS Y DE LAS CLAVES EN DICHO ESCRITO.
139	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	3	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 200	EN RELACION AL LISTADO "ANEXO 1-A GENERAL LA PARTIDA 200 DICE "PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE SIFILIS EN SANGRE TOTAL, SUERO Y PLASMA. CADA PRUEBA EN PAQUETE INDIVIDUAL DE ORIGEN CONTIENE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: CARTUCHO, LANCETA RETRACTIL, PIPETA, TOALLITA DESINFECTANTE Y BANDA ADHESIVA. NO REQUIERE DILUYENTE. CUENTA CON EVALUACION DEL INDRE QUE AVALA SENSIBILIDAD MINIMA DE 100 % Y ESPECIFICIDAD MINIMA DE 100 %." SE ACEPTE LA SIGUIENTE DESCRIPCION: PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA EN CASSETTE PARA LA DETECCIÓN DE TODOS LOS ISOTIPOS DE ANTICUERPOS (IGG, IGM, IGA) CONTRA TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL. PRUEBA DE UN SOLO PASO CON RESULTADOS RAPIDOS EN 10-20 MINUTOS. PRUEBA CON UN METODO DE SANDWICH DIRECTO (AG-AB-AG) Y UTILIZA ANTIGENOS RECOMBINANTES (17 KD Y 15 KD) EN LA ZONA DE CAPTURA. ALTA SENSIBILIDAD PARA IGM, SIFILIS PRIMARIA Y TARDIA. EVALUADA EN INDRE CON SENSIBILIDAD DE 95.1% Y ESPECIFICIDAD DE 98.5%; Y EVALUADA EN CMTS CON SENSIBILIDAD DE 99.28% Y ESPECIFICIDAD DE 99.77%. PRUEBA INDIVIDUAL QUE CONTIENE: LANCETA RETRACTIL, BUFFER INDIVIDUAL, TOALLITA ALCOHOLADA, CURTITA, PIPETA PARA TOMA EXACTA DE MUESTRA; E INSERTO GRAFICO QUE MUESTRE PASO A PASO LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA	NO SE ACEPTA COMO TAL, LOS LICITANTES DEBERAN APEGARSE A LA ACLARACION NO. 9 POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
140	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. (IEMSA)	1	19 INCISO Q)	DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD, CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICA PROPIAS Y USO, NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SEGÚN LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y SU MODIFICACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO EMITIDAS DESPUÉS DE ESTAS FECHAS. NO REQUERIRAM DE UN CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN, QUA QUE ESTOS SOLO EMITEN A PRODUCTOS QUE REQUIEREN REGISTROS SANITARIOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. POR LO CUAL SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE EL PUNTO 19 INCISO Q) NO SE SOLICITADO PARA LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.	PARA LO PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO EL DOCUMENTO QUE CONTIENEN LAS BASES SEÑALA COMO SATISFACER ESTE PUNTO.





CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
141	ROPA DESECHABLE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDAS 18, 19 Y 213	ESTOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ANEXO 2 (PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO) DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO". PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL MENCIONADO LISTADO PARA CUBRIR EL REQUISITO SOLICITADO EN EL NUMERAL 19 INCISO P)	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.
142	ROPA DESECHABLE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2	19 INCISO Q)	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE OMITA ESTE REQUISITO PARA LAS PARTIDAS 18, 19 Y 213 DEL ANEXO 1-A GENERAL DEBIDO A QUE EN EL "ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LOS FORMATOS QUE APLICA LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE ENERO DE 2011. NO SE MENCIONA ALGÚN TRÁMITE, SERVICIO O FORMATO PARA CONSEGUIR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA "PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO" QUE ES LA CATEGORÍA A LA QUE PERTENECEN ESTOS PRODUCTOS EN BASE AL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. POR TAL MOTIVO EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE ESTE TRÁMITE.	NO SE ACEPTA COMO TAL, PARA LAS PARTIDAS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO EL DOCUMENTO QUE CONTIENEN LAS BASES SEÑALA COMO SATISFACER ESTE PUNTO.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
143	ROPA DESECHABLE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3	19 INCISO Q)	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE OMITA ESTE REQUISITO PARA LAS PARTIDAS 17, 20, 21, 22, 37, 111, 123, 146 Y 191 DEL ANEXO 1-A GENERAL DEBIDO A QUE EN EL "ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LOS FORMATOS QUE APLICA LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE ENERO DE 2013. NO SE MENCIONA ALGÚN TRÁMITE, SERVICIO O FORMATO PARA CONSEGUIR EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS DE BAJO RIESGO, QUE ES LA CLASIFICACIÓN A LA QUE PERTENECEN LAS MENCIONADAS PARTIDAS DE ACUERDO A SU REGISTRO SANITARIO. POR TAL MOTIVO EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE ESTE TRÁMITE.	NO SE ACEPTA COMO TAL, PARA LAS PARTIDAS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO EL DOCUMENTO QUE CONTIENEN LAS BASES SEÑALA COMO SATISFACER ESTE PUNTO
144	ROPA DESECHABLE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 123	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PROPORCIONE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA PARA EL EQUIPO PARA CIRUGIA MENOR DESECHABLE	FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (NO. 9) Y APERGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
145	ROPA DESECHABLE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 146	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA POR FAVOR RECTIFIQUE SI LA CANTIDAD SOLICITADA SE REFIERE A PIEZAS O A PAQUETES CON 100 PIEZAS	NOS REFERIMOS A PIEZAS
146	DICIPA, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 12	SOLICITAN: "BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN CPDA-1, CON TUBO TRANSPORTADOR PRIMARIO CON ADITIVO ADSOL CON AGUJA CALIBRE 15 O 16G Y OTRAS TRES BOLSAS SECUNDARIAS DE 300ML MÍNIMO, UNIDAD A LA PRIMERA POR TUBOS, LAS CUATRO BOLSAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDAS DE FABRICA (DE ACUERDO A LA NOM 140-SSA1-1995) MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERÁ NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO" SOLICITAN 6 CENTRIFUGAS REFRIGERADAS, SIN EMBARGO EN LOS BANCOS DE SANGRE NO HAY SUFICIENTE ESPACIO PARA INSTALAR MÁS DE 1 CENTRIFUGA REFRIGERADA ¿SOLICITAMOS DEPENDIENDO DEL ESPACIO FÍSICO EN LOS BANCOS DE SANGRE SEA OPCIONAL LA CENTRIFUGA REFRIGERADA, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.




CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
147	DICIPA, S.A. DE C.V.	2	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 12	<p>SOLICITAN;</p> <p>"BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN CPDA-1, CON TUBO TRANSPORTADOR PRIMARIO CON ADITIVO ADSOL CON AGUJA CALIBRE 15 O 16G Y OTRAS TRES BOLSAS SECUNDARIAS DE 300ML MÍNIMO, UNIDAD A LA PRIMERA POR TUBOS. LAS CUATRO BOLSAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDAS DE FABRICA (DE ACUERDO CON LA NOM 140-SSA1-1995) MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERÁ NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO"</p> <p>LOS VISUALIZADORES DE VENAS SE UTILIZAN EN PACIENTES QUE HAN SIDO CONSTANTEMENTE PUNCIÓNADOS. EN BANCO DE SANGRE LOS PRECANDIDATOS A DONAR DEBEN SER PERSONAS QUE DEBEN CUBRIR CIERTOS REQUISITOS. SI LAS VENAS NO SE VEN O NO SE SIENTEN NO SE CONSIDERAN COMO POSIBLE DONADOR.</p> <p>SOLICITAMOS SEA OPCIONAL LOS VISUALIZADORES DE VENAS ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
148	DICIPA, S.A. DE C.V.	3	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 199	<p>SOLICITAN;</p> <p>"PRUEBA RAPIDA DUAL VIH-SIFILIS. INCLUYE: PRUEBA RAPIDA CASSETTE PARA VIH, PRUEBA RAPIDA CASSETTE PARA SIFILIS, LANCETA RETRACTIL ESTERIL DESECHABLE, BUFFER INDIVIDUAL CON DESCRIPCIÓN, PIPETA PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA, TOALLITA DESINFECTANTE, BANDITA, NO REQUIERE REFRIGERACIÓN".</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA DUAL, ES DECIR; QUE EN EL MISMO CASSETTE SE DETERMINE LA PRUEBA DE VIH Y LA DE SIFILIS, CONTANDO POR SUPUESTO CON LA VALIDACIÓN DEL INDRE, ¿SE ACEPTA?</p>	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
149	DICIPA, S.A. DE C.V.	4	19	<p>EN EL INCISO A DEL PUNTO 19. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, DICE: "...DEBIENDO ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA INDEPENDIENTE PARA CADA ANEXO EN LOS QUE PRESENTE PROPUESTA (ANEXO 1-A GENERAL Y ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA).</p> <p>CON LO ANTERIOR DEBEMOS ENTENDER QUE SI SE PARTICIPA CON PARTIDAS DE AMBOS ANEXOS, DEBEMOS FORMULAR UN ANEXO 2 POR LAS PARTIDAS DEL ANEXO 1-A Y OTRO POR LAS DE LAS PARTIDAS DEL 1-B DE FORMA INDEPENDIENTE, SIN NECESIDAD DE DUPLICAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A PARTIR DEL INCISO B?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
150	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	1	19 INCISO O)	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos ratifique que las MUESTRAS FÍSICAS que se solicitan, solo aplican para las contenidas ANEXO 1-A GENERAL y se podrán entregar por familia, favor de confirmar.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
151	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	2	30	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si podremos cotizar por partida, es decir, por renglón o sea necesario cotizar por Anexo completo (Anexo 1-A GENERAL y Anexo 1-B MARCA DETERMINADA), favor de aclarar.</p>	LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN REALIZAR SUS COTIZACIONES POR PARTIDA A RENGLON SEGUIDO, PRESENTANDO SU PROPUESTA DE CONFORMIDAD CON EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
152	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	3	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 11	Clave CBCM 060.088.0694 Apósito combinado de celulosa, con tela no tejida, medidas 20 x13, Solicitamos amablemente a la convocante aclarar que producto es el que necesita, ya que la clave detallada en la partida 11 no corresponde a la descripción que menciona en el anexo 1-A GENERAL, la clave de CBCM de la descripción corresponde a la 060.088.0108, favor de aclarar.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL NÚMERO DE LA CLAVE NO CORRESPONDE CON LA DESCRIPCIÓN, POR LO QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEBERÁ COTIZAR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN ESTE ANEXO 1-A CON EL NUMERO DE CLAVE 060.088.0108
153	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 187 Y 188	Solicitamos a la convocante que en caso de resultar adjudicada mi representada con estas claves, se nos permita entregar las cantidades solicitadas hasta cubrir el equivalente a la cantidad de piezas solicitado o a la cifra inmediata superior de acuerdo a la presentación de envase con 20 piezas, esto con el fin de tener un mejor manejo en sus almacenes, favor de aclarar.	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
154	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	5	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una marca diferente a la indicada en el anexo en mención, apeándonos a la descripción y presentación solicitada, lo anterior con el fin de no limitar la libre participación. Favor de confirmar.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
155	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	6	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 63	Clave CBCM 160.254.0222 CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA 7FR Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la longitud y volúmenes a requerir, favor de aclarar.	SE REQUIERE LONGITUD DE 60
156	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	7	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 78	Clave CBCM 060.166.1911 cateter venoso centras IV poliuretano TERMO SENCIBLE de dos vías Diam interno distal 17 ga proximal 20 ga con extremidad flexible de 5 fr 15 centímetros guía en J de Acero inox long 46 cm aguja introductora de 19 ga con dos taponos con membrana geringa 10 ml yn dilatador, bisturi, aleta adicional de fijación y clamps en los prolongadores, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar: CATÉTER VENOSO CENTRAL, CAL 4 FR Y 13 CM DE LONG. DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CAL 21 G, CON CATÉTER INTRODUCIDOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CAL 25 G CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC, DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK. PIEZA	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
157	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	8	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 215	Clave 251.001.00365 SET DE INFUSION CON ALETAS CON LUGAR DE INYECCION NON-CORING CALIBRE DE LA AGUJA 19G. X 1 IN. DE LONGITUD TIPO GRIPPER, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar: HUBER AGUJA PARA SUMINISTRAR QUIMIOTERAPIA 20 GA X 1 " (25 MM)	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICITANTE	Nº. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
158	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	9	ANEXO I-B MARCA DETERMINADA PARTIDA 31	Partida 31 Clave CBCM I, cateter venoso central iv poliuretano termo sensible anti- microbiano con IONES DE PLATA tecnologia EXPERT de 3 vias diam int distal 14 g media 118 y proximal 18 con extremidad flexible 7.5 fr 20 cm, guía en J acero inox lon 53 cm aguja introductora 18 g o canula int 18 g 3 tapones con membrana, jeringa un dilatador un bisturi una aleta adicional de fijacion, los prolongadores vienen equipados con clamps MARCA VYGON, Solicitamos amablemente a la convocante elimine marcas ya que limita la libre competencia, así mismo solicitamos nos permita cotizar: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN, EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM, DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
159	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	10	ANEXO I-B MARCA DETERMINADA PARTIDA 35	Clave CBCM 060.165.0815 CATETER EPICUTANEO-CAVA NEOCATH SIN SEPARACION UNA PIEZA PUR TERMOSENCIBLE 24G/2FR MARCA VYGON Solicitamos amablemente a la convocante elimine marcas ya que limita la libre competencia, así mismo solicitamos nos permita cotizar: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA. NEONATAL. CALIBRE DE 2 FR O 3 FR	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
160	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	11	ANEXO I-B MARCA DETERMINADA PARTIDA 37	P Clave CBCM 160.161.1221 Catéter para Acceso Venoso central Subclavia, (Arrow) de Silicón, Doble Lumen, estéril y desechable, con Guía Metálica, con Sistema de Colocación Y Adaptación, Longitud: 30 Cms, calibre: 5 Fr. Solicitamos amablemente a la convocante elimine marcas ya que limita la libre competencia, así mismo solicitamos nos permita cotizar: CATÉTER VENOSO CENTRAL, CAL. 5 FR Y 13 CM DE LONG, DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALS. 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CAL. 20 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC, DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
161	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	12	ANEXO I-B MARCA DETERMINADA PARTIDA 54	Clave CBCM 160.254.0225 CATÉTER PICC, CATETER PERIFERICO CENTRAL PICC MARCADO CENTIMETRICO Y CADA 5cm, LONG. 60cm, 4.5FR DE 2 VIAS, CATETER INTRODUCTOR CORTO PELABLE 14Ga(MARCA VYGON), Solicitamos amablemente a la convocante elimine marcas/ya que limita la libre competencia, así mismo solicitamos nos permita cotizar: CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA DOBLE LUMEN 4 FR X 60 CM	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
162	SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 1	PARTIDA NO. 1, CLAVE: 060.066.1052, SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR GLUCONATO DE CLORHIDRATO AL 2% CON APLICADOR DE 5.2 ML DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON ALOCHOL ISOPROPÍLICO, DE COLOR ROSA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
163	SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	2	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 228	PARTIDA NO. 228, CLAVE: 060.066.1011, SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE EL PRODUCTO DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPENSADORES QUE ACTUALMENTE CUENTA?	EL PROVEEDOR QUE RESULTE CON ADJUDICACION PARA ESTA PARTIDA, DEBERA PROPORCIONAR LOS DISPENSADORES NECESARIOS PARA EL USO DE ESTE BIEN.
164	SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDAS 84, 85, 86, 87	SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ESTOS GUANTES EN MARCA ANSELL?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
165	DEGASA, S.A. DE C.V.	1	PAG. 15 INCISO H)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES ES: PARA BIENES NACIONALES CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS Y PARA BIENES INTERNACIONALES CERTIFICADO CE, FDA O EQUIVALENTE EN EL PAÍS DE ORIGEN.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
166	DEGASA, S.A. DE C.V.	2	PAG. 15 INCISO H)	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE CLARAMENTE EL DOCUMENTO QUE CUMPLE CON EL REQUISITO, YA QUE LOS ARTÍCULO A LOS QUE HACE ALUSIÓN ESTE PUNTO NO LOS DEFINE.	PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T.
167	DEGASA, S.A. DE C.V.	3	PAG. 15 INCISO H)	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICAMENTE UNA VEZ ESOS DOCUMENTOS, YA QUE EN EL INCISO Q) TAMBIÉN LOS SOLICITAN.	PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T.
168	DEGASA, S.A. DE C.V.	4	PAG. 18 INCISO S)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE CUMPLE ESTE REQUISITO SI SE PRESENTA LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN.
169	DEGASA, S.A. DE C.V.	5	PAG. 17 INCISO P)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA DE BIENES DEBIDAMENTE REFERENCIADOS.	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
170	DEGASA, S.A. DE C.V.	6	PAG. 18 INCISO Q)	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS POR FAMILIA DE BIENES DEBIDAMENTE REFERENCIADOS.	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
171	RBC QUÍMICA, S.A. DE C.V.	1	19 INCISO O)	INCISO O) MUESTRAS FÍSICAS-LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS DE CADA UNO DE LAS PARTIDAS (CLAVES) DEL ANEXO 1-A GENERAL EN EL QUE DESEE CONCURSAR, POR FAMILIA, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE DESCALIFICARÁN DE SU PROPOSICIÓN LAS PARTIDAS (CLAVES) QUE NO ADJUNTEN MUESTRA. LAS PARTIDAS PERTENECIENTES AL ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA, NO REQUIERE ENTREGA DE MUESTRAS ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
172	RBC QUÍMICA, S.A. DE C.V.	2	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 12	SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE RETIRAR LA PALABRA ADSOL, EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA YA QUE PERTENECE A UNA MARCA REGISTRADA, LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN A OTROS PRODUCTOS	NO SE ACEPTA

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
173	RBC QUÍMICA, S.A. DE C.V.	3	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDAS 12 Y 13	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE CENTRIFUGAS QUE DEBERÁN INSTALAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LAS PARTIDAS 12 Y 13.	FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 7)
174	RBC QUÍMICA, S.A. DE C.V.	4	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDAS 12 Y 13	LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS 12 Y 13, SON PARA CADA HOSPITAL O SE DIVIDIRÁN ENTRE LOS TRES HOSPITALES (MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA)	SON PARA LOS 3 HOSPITALES, SE DIVIDEN DEPENDIENDO LAS NECESIDADES
175	PLENUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1	19 INCISO O)	SE CONSULTA A LA CONVOCANTE SI EN LAS MUESTRAS QUE SE DEBEN PRESENTAR DONDE LA PARTIDA INDIQUE QUE ES UN PAQUETE C/12 PIEZAS O BOLSA CON VARIAS PIEZAS, ¿SE PODRÁ PRESENTAR LA MUESTRA DE UNA PIEZA?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.
176	PLENUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2	19 INCISO S)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA CARTA DE APOYO PUEDA SER OTORGADA Y FIRMADA POR UN DISTRIBUIDOR PRIMARIO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
177	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	1	PUNTO DE LA CONVOCATORIA : PAG. 2	PREGUNTA 1: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE EL CARÁCTER DE ESTA LICITACION, EN PAGINA 2 PRIMER INCISO, SEGÚN ARTICULO 28 DE LA L.A.A.S.S.P. ¿ES FRACCION II O III?	EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL ABIERTA. ES FRACCION III
178	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	2	PUNTO DE LA CONVOCATORIA : 13.2.1	PREGUNTA 2: POR TRATARSE DE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DIAS HABILES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
179	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	3	PUNTO DE LA CONVOCATORIA : 19 INCISO F	PREGUNTA 3: EN EL INCISO F SOLICITA MANIFIESTO DE CARÁCTER DEL LICITANTE Y ORIGEN DE LOS BIENES, ¿SE PRESENTARA ANEXO POR CADA PARTIDA, QUE SEA DE DISTINTO PAIS DE ORIGEN EL BIEN Y/O SE PODRA MENCIONAR LOS DISTINTOS PAISES DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN EN UN SOLO ANEXO 6?	PODRA SER UN SOLO ANEXO POR LICITANTE, DONDE SE SEÑALE LO QUE ESTABLECE SU PREGUNTA.
180	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	4	PUNTO DE LA CONVOCATORIA : 19 INCISO Q	PREGUNTA 4: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DOCUMENTO QUE SOLICITA EN ESTE INCISO CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS Y QUE ESTAMOS EN EL ENTENDIDO QUE ESTE SE EMITE A PRODUCTOS EXCLUSIVAMENTE DE DE FABRICACION NACIONAL, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTE DOCUMENTO ¿QUE TIPOS DE CERTIFICACIONES PODEMOS PRESENTAR?	LAS AUTORIZADAS DE ORIGEN EXTRANJERO COMO FDA, CE, E ISOS INTERNACIONALES.
181	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	5	PUNTO DE LA CONVOCATORIA : 29 INCISO O	PREGUNTA 5: ¿ME PODRIA INDICAR EN QUE PARTE DE LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA EL "FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS FISICAS"?	LOS LICITANTES PARTICIPANTES PODRAN PRESENTAR FORMATO LIBRE.
182	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	6	PUNTO DE LA CONVOCATORIA : PUNTO 19 INCISO S	PREGUNTA 6: SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE LA CARTA DE APOYO QUE SOLICITA EN EL PUNTO 19 INCISO S SEA FIRMADA POR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADOR Y/O IMPORTADOR. TODA VEZ, QUE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO QUIEN FIRMA LAS CARTAS DE APOYO NO ES EL FABRICANTE SI NO EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR EN SUSTITUCIÓN DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, LA CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.