

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
183	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	7	PUNTO DE LA CONVOCATORIA: IA: PAGINA 21 PUNTO 22	PREGUNTA 7: SOLICITA QUE LA PROPOSICION TENGA UNA VIGENCIA OBLIGATORIA DE CUANDO MENOS 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES ¿ME CONFIRMA LA CONVOCANTE SI DEBERA ESTAR AGREGADA LA LEYENDA, EN LA PROPOSTA TECNICA, ANEXO 2?	LOS LICITANTES PARTICIPANTES PODRAN AGREGAR LA LEYENDA DE MANERA OPCIONAL, SIN EMBARGO LA PROPUUESTA DEBERA ESTAR VIGENTE EL TIEMPO SOLICITADO.
184	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	8	PUNTO DE LA CONVOCATORIA: IA: PUNTO 19 INCISO A	PREGUNTA 8: DICE PROPUUESTA TECNICA EN ORIGINAL. - FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMATO PROPORCIONADO EN EL ANEXO 2 DE ESTA CONVOCATORIA DE LICITACION Y FOLIADA EN LO INDIVIDUAL ¿A QUÉ SE REFIERE FOLIAR DE MANERA INDIVIDUAL?	LA PROPUUESTA TECNICA DEBE CONTENER SU FOLIADO INDEPENDIENTE DEL FOLIADO GENERAL, AL IGUAL QUE LA PROPUUESTA ECONOMICA.
185	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	9	PARTIDA: 96 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 9: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
186	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	10	PARTIDA: 96 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 10: SOLICITO A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ME ACLARE, SI EL NUMERO A COTIZAR DE CANTIDAD MINIMA Y CANTIDAD MAXIMA ¿EQUIVALE A PIEZAS?	SE REFIERE A CAJA CON 200 PIEZAS
187	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	11	PARTIDA: 176 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 11: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
188	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	12	PARTIDA: 176 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 12: EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE ¿CUANTOS EQUIPOS NECESARIAN EN COMODATO?	DEBIDO A QUE LA RESPUESTA ANTERIOR NO FUE AFIRMATIVA, NO SE ES SUCEPTIBLE A DAR RESPUESTA E ESTA PREGUNTA.
189	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	13	PARTIDA: 202 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 13: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICTANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
190	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	14	PARTIDA: 203 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 14: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
191	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	15	PARTIDA: 204 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 15: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
192	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	16	PARTIDA: 205 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 16: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
193	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	17	PARTIDA: 206 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 17: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
194	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	18	PARTIDA: 206 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 18: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
195	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	19	PARTIDA: 207 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 19: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
196	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	20	PARTIDA: 208 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 20: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
197	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	21	PARTIDA: 209 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 21: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
198	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	22	PARTIDA: 210 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 22: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
199	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	23	PARTIDA: 17 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 23: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

Handwritten signature and initials.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
200	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	24	PARTIDA: 19 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 24: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
201	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	25	PARTIDA: 20 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 25: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
202	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	26	PARTIDA: 21 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 26: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
203	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	27	PARTIDA: 22 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 27: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
204	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	28	PARTIDA: 67 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 28: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
205	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	29	PARTIDA: 101 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 29: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
206	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	30	PARTIDA: 102 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 30: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
207	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	31	PARTIDA: 103 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 31: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO , ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
208	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	32	PARTIDA: 104 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 32: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
209	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	33	PARTIDA: 105 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 33: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
210	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	34	PARTIDA: 106 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 34: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
211	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	35	PARTIDA: 107 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 35: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
212	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	36	PARTIDA: 108 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 36: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
213	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	37	PARTIDA: 109 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 37: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
214	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	38	PARTIDA: 110 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 38: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
215	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	39	PARTIDA: 117 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 39: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
216	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	40	PARTIDA: 127 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 40: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
217	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	41	PARTIDA: 128 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 41: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
218	PAHMEDIC, S.A. DE C.V.	42	PARTIDA: 177 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 42: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
219	PAHMEDIC, S.A. DE C.V.	43	PARTIDA: 178 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 43: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
220	PAHMEDIC, S.A. DE C.V.	44	PARTIDA: 179 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 44: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
221	PAHMEDIC, S.A. DE C.V.	45	PARTIDA: 180 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 45: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
222	PAHMEDIC, S.A. DE C.V.	46	PARTIDA: 181 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 46: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
223	PAHMEDIC, S.A. DE C.V.	47	PARTIDA: 182 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 47: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

39

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
224	PTAHMEDIC, S.A. DE C.V.	48	PARTIDA: 183 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 48: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
225	PTAHMEDIC, S.A. DE C.V.	49	PARTIDA: 184 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 49: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
226	PTAHMEDIC, S.A. DE C.V.	50	PARTIDA: 185 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 50: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
227	PTAHMEDIC, S.A. DE C.V.	51	PARTIDA: 186 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 51: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
228	PTAHMEDIC, S.A. DE C.V.	52	PARTIDA: 187 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 52: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
229	PTAHMEDIC, S.A. DE C.V.	53	PARTIDA: 188 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 53: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
230	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	54	PARTIDA: 189 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 54: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
231	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	55	PARTIDA: 190 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 55: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
232	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	56	PARTIDA: 191 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 56: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
233	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	57	PARTIDA: 192 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 57: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
234	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	58	PARTIDA: 193 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 58: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
235	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	59	PARTIDA: 194 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 59: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
236	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	60	PARTIDA: 195 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 60: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
237	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	61	PARTIDA: 196 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 61: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
238	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	62	PARTIDA: 197 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 62: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
239	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	63	PARTIDA: 198 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 63: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
240	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	64	PARTIDA: 199 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 64: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
241	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	65	PARTIDA: 200 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 65: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

30

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
242	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	66	PARTIDA: 201 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 66: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR OTRA MARCA YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y LA CALIDAD COMPETITIVA CON LA MARCA SUGERIDA. EN BASE AL REGLAMENTO D LA LEY ART. 40 FRACC. VI, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES, ESTO PARA QUE EL INSTITUTO TENGA OTRAS OPCIONES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CALIDAD Y PRECIO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
243	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	67	PARTIDA: 210 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA	PREGUNTA 67: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE PUEDE ENTREGAR MUESTRA POR FAMILIA, FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA CONFORME A LO INDICADO EN EL PUNTO 19 INCISO O) DE LA CONVOCATORIA, DEBIENDO INDICAR EN EL ACUSE DE ENTREGA DE MUESTRAS QUE PARTIDAS AMPARA ESA MUESTRA ASÍ COMO EN EL ETIQUETADO DE LA MUESTRA ENTREGADA.
244	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	68	PUNTO DE LA CONVOCATORIA : PAGINA 38 INC.63	PREGUNTA 68: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS SEÑALE EL DOMICILIO O EN SU CASO EL MEDIO ELECTRONICO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, CONFORME AL ARTICULO 29 FRACC. XIV DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA L.A.A.S.S.P.	EL DOMICILIO ES: INSURGENTES SUR #1735, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01020 TEL: 01 (55) 2000 3000
245	COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.S. DE C.V.	1	19 INCISO A)	DONDE DICE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS EN EL NUMERAL 5) SE MENCIONA QUE SE PRESENTARÁN DOCUMENTOS (CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS, ETC.) QUE EN CASO DE NO PRESENTARLOS Ó NO ESTEN LEGIBLES, SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACION, PERO COMO EN ESTE EVENTO ESTAN SOLICITANDO MUESTRA FISICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE AL RESPECTO.	SE ACLARA, QUE DEPENDIENDO DE LA PARTIDA - ANEXO, ES SI APLICA PRESENTAR MUESTRAS FISICA O NO.
246	COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.S. DE C.V.	2	19 INCISO H)	DICE MANIFESTACIÓN SOBRE NORMAS OFICIALES SE MENCIONA QUE SE DEBE ANEXAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DICHO CUMPLIMIENTO Y SE UTILIZARÁ EL ANEXO 7 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE EN EL ANEXO 7 DONDE DICE QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN NO. DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE ¿QUE ES LO QUE SE TIENE QUE PONER EN AMBAS PARTIES? TAMBIÉN DONDE DICE QUE SE ADJUNTAN COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES MENCIONADAS, MISMO QUE SE IDENTIFICAN A CONTINUACIÓN: NO. DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN IGUAL AQUÍ SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE ¿QUE ES LO QUE SE TIENE QUE PONER AQUÍ Y A QUE DOCUMENTOS SE REFIERE EN ESPECIFICO QUE TENEMOS QUE ADJUNTAR COPIA?	REMITERSE A ACLARACIONES GENERALES NO. 2 POR PARTE DE LA CONVOCANTE

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
247	COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.S. DE C.V.	3	19 INCISO H)	DICE MANIFESTACIÓN SOBRE NORMAS OFICIALES SE MENCIONA QUE SE DEBE ANEXAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DICHO CUMPLIMIENTO Y SE UTILIZARÁ EL ANEXO 7 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTE REQUISITO SE REFIEREN A ENTREGAR: COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS COFEPRIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 194 FRACCIÓN II, 194 BIS, 195, 197, 376 Y 376 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EL REGISTRO SANITARIO QUE SE PRESENTE DEBERÁ ESTAR OTORGADO A NOMBRE DEL LICITANTE, O EN SU CASO, A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE LE HAYA OTORGADO POR ESCRITO DE APOYO PARA ESTA LICITACIÓN Y DEBERÁ CONTENER LA MARCA Y MODELO DEL BIEN QUE SE PROPONGA.	LA PRESENTACION DE LOS REGISTROS SANITARIOS ES INDEPENDIENTE A LO SEÑALADO EN EL INCISO H
248	COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.S. DE C.V.	4	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDAS 96 Y 97	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME SI PARA PARTICIPAR EN DICHAS PARTIDAS SEA REQUISITO INDISPENSABLE EL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, A SU VEZ COMO SE HA SEÑALADO EN OTRAS ACLARACIONES SE PODRA PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN FORMA OPCIONAL.
249	COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.S. DE C.V.	5	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 176	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME SI PARA PARTICIPAR EN DICHA PARTIDA SE ENTREGUEN 150 EQUIPOS EN COMODATO SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCIÓN.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
250	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	1	PUNTO 24 DE LAS BASES	1.- EN PUNTO 24 DE LAS BASES DICE. LA PROPOSICION SERA COLOCADA EN 2 SOBRES, UNO PROPUESTA TECNICA Y OTRO PROPUESTA ECONOMICA Y EN EL PUNTO 27.5 DICE LA ENTREGA SE HARA EN SOBRE CERRADO.- DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS SU ACLARACION ¿SE ENTREGARA EN UN SOLO SOBRE?	LA ENTREGA SE REALIZARA EN UN SOLO SOBRE CERRADO, QUE CONTENGA DOS SOBRES QUE INCLUYA LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.
251	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	2	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 1	ANEXO 1-A GENERAL. 2.- PARTIDA 1.- CLAVE 060.066.1052 SOLICITAN GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% APLICADOR DE 3 ML DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO, DE COLOR ROSA. SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% CON APLICADOR DE 5.2 ML DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON ALOHOL ISOPROPÍLICO, DE COLOR ROSA, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
252	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	3	ANEXO 1-A GENERAL PARTIDA 6	3.- PARTIDA 6 CLAVE 060.040.0296 SOLICITAN AGUJA HIPODERMICA 18G X 32MM.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO OPCION AGUJA HIPODERMICA DE 18G X 25MM MARCA B-D ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
253	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	4	ANEXO 1-A GENERAL. PARTIDA 24	4.- PARTIDA 24 CLAVE 160.254.0130 BIONECTOR CONECTOR ESTERIL DESECHABLE TIPO BIONECTOR DE AUTO-SELLANO POLIVALENTE, LONG.23.90MM, PARA PERFUSION DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCION DE FLUIDOS, SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK Y OTRA DE RESORTE ANTICONTAMINACION QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO, DIAMETRO INTERNO 0.02ML, FLUJO 170ML/MIN MARCA B-D PREGUNTA.- EL FLUJO DEL CONECTOR ESTERIL QUE MANEJAMOS ES DE 533 ML./MINO 32 L/H 0.16 ML. B-D SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE CONVOCATORIA.
254	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	5	ANEXO 1-A GENERAL. PARTIDA 72	5.- PARTIDA 72 CLAVE 160.166.0103 SOLICITAN CATÉTER PARA VENOCULIS, DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD: 17-24 MM., CALIBRE: 26 G. (MARCA B-D) EL CALIBRE 26 TIENDE A COLAPSARSE POR EL DIÁMETRO, SI NOS PERMITEN PODEMOS PARTICIPAR CON UNA PRESENTACIÓN DE 24 G NEONATAL CUYA LONGITUD ES LA MISMA A LA SOLICITADA MARCA B-D.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE CONVOCATORIA.
255	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	6	ANEXO 1-A GENERAL. PARTIDA 79	6.- PARTIDA 79 CLAVE 160.254.0229 CAVILON PROTECTOR CUTANEO.- AGRADECEREMOS ESPECIFICAR SI SOLICITAN EN SPRAY 28 GR. O ISOPO DE 1 ML. CAJA CON 25 PIEZAS.	SE REQUIERE SPRAY
256	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	7	ANEXO 1-A GENERAL. PARTIDA 195	7.- PARTIDA 195 CLAVE 160.254.0181 PROLONGADOR DE CATETER DE POLIURETANO DE 1 VIA EXTRA FLEXIBLE Y DE MUY BAJO VOLUMEN MUERTO VIA1: DIAN INT 1.5 MM DIAM EXT 2.50 MM LONG. 10 CM VOL MUERTO DE .29 ML UN BIONECTOR, CON CLAMP DE SEGURIDAD MARCA B-D PREGUNTA.- PODEMOS OFERTAR EL MISMO CATETER PERO DE 15 CM. COMO OPCION EN BASE AL PUNTO 13.2	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE CONVOCATORIA.
257	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	8	ANEXO 1-A GENERAL. PARTIDA 228	8.- PARTIDA 228 CLAVE 060.066.1011 SOLUCION ANTISEPTICA.- SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS ACLARE QUE EL PRODUCTO DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPENSADORES QUE ACTUALMENTE CUENTA.	EL PROVEEDOR QUE RESULTE CON ADJUDICACION PARA ESTA PARTIDA, DEBERA PROPORCIONAR LOS DISPENSADORES NECESARIOS PARA EL USO DE ESTE BIEN.
258	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	9	MARCA DETERMINADA PARTIDA 4	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA 9.- PARTIDA 4. CLAVE 204.020.490 SOLICITAN AGUJA ESPINAL TIPO QUINKE 25 O 26.- FAVOR DE ESPECIFICAR SI REQUIEREN 25 X 31/2 O 26X31/2	SE REQUIEREN LAS DOS MEDIDAS MISMAS QUE SE ESPECIFICARAN EN LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES
259	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	10	PARTIDA 7	10.- PARTIDA 7 CLAVE 060.088.0819 APOSITO DE HIDROPOLÍMERO, PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS, CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRA, 18 X 18 CM. MARCA BD, COVIDIAN, SMITHS, BARD SOLICITAMOS AMABEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL MISMO APOSITO HIDROPOLIMERO PARA LA ZONA SACRA, MEDIDA 15X18 CM. MARCA CONVATEC ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
260	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	11	PARTIDA 9	11.- PARTIDA 9 CLAVE 060.088.0892 APÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA DE POLIURETANO HIDROFÚLICA Y UNA CAPA DE SUAVE SILICON. ANATOMICAMENTE DISEÑADO PARA LA ZONA DEL SACRO. PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE HERIDAS EN LA ZONA DEL SACRO. TAMAÑO TOTAL CON BORDE: 16X17.5CM TAMAÑO DE LA ESPUMA: 13X14.5CM. PIEZA MARCA BD, COVIDIAN, SMITHS, BARD, BBRAUN ¿PODEMOS OFERTAR MEDIDA 17.5X17.5 CM. CM. MARCA CONVATEC-?	NO SE ACEPTA
261	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	12	PARTIDA 10	12.- PARTIDA 10 CLAVE 060.841.4462 APÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA DE POLIURETANO HIDROFÚLICA Y UNA CAPA DE SUAVE SILICON. ANATOMICAMENTE DISEÑADO PARA LA ZONA DEL SACRO. PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE HERIDAS EN LA ZONA DEL SACRO. TAMAÑO TOTAL CON BORDE: 16X17.5CM TAMAÑO DE LA ESPUMA: 13X14.5CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) ENVASE CON 12 PIEZAS. .- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA CON PLATA IONICA AL 1.2 EN FORMA DE SACRO CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA CON ADHESIVO CON PEGAMENTO DE BORDE DE SILICONA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, MEDIDAS 17.5X17.5 CMS. CAJA CON 5 PIEZAS. MARCA CONVATEC.	NO SE ACEPTA
262	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	13	PARTIDA 11	13- PARTIDA 11 CLAVE 060.088.0793 APÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA HIDROFÚLICA DE POLIURETANO PERMEABLE AL VAPOR E IMPERMEABLE AL AGUA Y BACTERIAS. PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS, ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. SIN ADHESIVO. GROSOR 6.5MM. MARCA BD, COVIDIAN, SMITHS, BARD, BBRAUN PIEZA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA SIN ADHESIVO CON PEGAMENTO DE BORDE DE SILICONA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, MEDIDAS 5X5 CMS. MARCA CONVATEC. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
263	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	14	PARTIDA 47	14.- PARTIDA 47. CLAVE 060.168.2453 CATETER PERIFERICO CALIBRE 20.- PREGUNTA. SE SUMARÁ CON PARTIDA 51 CLAVE 060.166.4253???	NO SE SUMA, FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 14)
264	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	15	PARTIDA 52	15.- PARTIDA 52. CLAVE 160.24.0227.- CATETER PERIFERICO 26G PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSA B-D.- EL CALIBRE 26 TIENDE A COLAPSARSE POR EL DIÁMETRO. SI NOS PERMITEN PODEMOS PARTICIPAR CON UNA PRESENTACIÓN DE 24 G NEONATAL CUYA LONGITUD ES LA MISMA SOLICITADA MARCA B-D.	NO SE ACEPTA

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
265	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	16	PARTIDA 69	16.- PARTIDA 69 CLAVE 160.254.0208 DUODERM VENDAJE ADHESIVO ESTERIL HIDROGENADO CON GEL 10 X 10CM. PIEZA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE EXTRA DELGADO, ESTÉRIL CON MATRIZ ELASTOMÉRICA COMPUESTO POR UNA PELÍCULA INTERNA DE TRES HIDROCOLOIDES (GELATINA, PECTINA Y CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA), POLIISOBUTILENO Y POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS. LA PELÍCULA EXTERNA ESTÁ COMPUESTA POR ESPUMA DE POLIURETANO. TAMAÑO 10 X 10 CM. MARCA CONVATEC ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	NO SE ACEPTA
266	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	17	PARTIDA 93	17.- PARTIDA 93 CLAVE 160.446.0155 INDICADOR BIOLÓGICO PARA GAS, SOLICITAN PRESENTACION EN PIEZA (MAXIMO 67 PZAS)., NUESTRA PRESENTACION ES CAJA CON 50 PIEZAS PODEMOS OFERTARLO COMO OPCION?	SE PODRA COTIZAR COMO OPCION, SIN EMBARGO, SE REQUIERE POR PIEZA
267	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	18	PARTIDA 73	18.-PARTIDA 73. CLAVE 060.345.3424 EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL, CONTIENE:-AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17G, LONGITUD 75-91 MM.- SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O FILTRO EPIDURAL DE 0.2 MICRAS Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK PARA CATÉTER CON TAPÓN DE SEGURIDAD.- CATÉTER EPIDURAL, CALIBRE 19 MARCA ASOKAM PREGUNTA.- ¿PODEMOS OFERTAR MARCA B-D COMO OPCION?	SI SE ACEPTA
268	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	19	PARTIDA 74	19.- PARTIDA 74.- CLAVE 060.345.3788 EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL/SUBDURAL. CONTIENE: - AGUJA MODELO TUOHY CON DIRECCIONADOR DE FLUJO CALIBRE: 17 G, LONGITUD: 75-91 MM. - AGUJA ESPINAL WITHACRE CON DIRECCIONADOR DE FLUJO 27 G, LONGITUD: 115.8 A 122.2 MM. - ESTÉRIL Y DESECHABLE. MARCA ASOKAM.- PREGUNTA.- ¿PODEMOS OFERTAR MARCA B-D COMO OPCION?	NO SE ACEPTA
269	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	20	PARTIDA 75	20.- PARTIDA 75.- CLAVE 060.345.2152 EQUIPO PARA BLOQUEO MIXTO ( EPIDURAL SUBDURAL), BASICO ESTERIL DESECHABLE CONTIENE: A) AGUJA TIPO TUOHY CALIBRE 16 O 17 LONGITUD DE 75 A 91 MM CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLASTICO CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DEL BISEL, MARCA ASOKAM.- ¿NOS PERMITEN OFERTAR MARCA B-D?	SI SE ACEPTA
270	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	21	PARTIDA 130	21.- PARTIDA 130 A PARTIDA 134.- SOLICITAN SUTURA CON HEBRA DE 75 CM. ¿POREMOS OFERTAR DE 70 CM.? EL CUADRO BASICO MANEJA UN MARGEN DE 68 A 75 CM.	FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 10) Y APERGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
271	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	22	PARTIDA 137	22.-PARTIDA 137 CLAVE 060.841.2555 SUTURA CATGUT CRÓMICO, CON AGUJA, LONGITUD: DE LA HEBRA: 68 A 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA TIPO AHUSADA, 1/2 CIRCULO DE 25 A 27 MM. MARCA (JONSHON AND JONSHON, BRAUN, COVIDIAN).- ¿NOS PERMITIRIAN OFERTAR DE 17 MM?	FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 10) Y APERGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
272	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	23	PARTIDA 138	23.- PARTIDA 138 CLAVE 160.254.0228 SUTURA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO, POLIAMIDA (NYLON) 2/0, 3/8 DE CÍRCULO, AGUJA REVERSO CORTANTE DE 24 MM Y HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON , BBRAUN, COVIDEN). SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR CON AGUJA DE 26 MM Y HEBRA DE 45 CM. SE ACEPTA COMO OPCION?	SE ACEPTA
273	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	24	PARTIDA 144	24.- PATIDA 144 CLAVE 060.841.1914 SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA NEGRA TRENZADA CON RECUBRIMIENTO DE CERA CALIBRE 4/0 CON AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA DE 22 MM Y HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) EN BASE AL PUNTO 13, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON AGUJA DE 26 MM. ¿ SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 10) Y APERGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
274	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	25	PARTIDA 145	25.- PARTIDA 145 CLAVE 060.841.0601 SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA NEGRA TRENZADA CON RECUBRIMIENTO DE CERA CALIBRE 5/0 CON AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA DE 17 MM Y HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON , BRAUN, COVIDEN ) . SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA MISMA SUTURA CON AGUJA DE 15 MM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
275	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	26	PARTIDA 152	26.- PARTIDA 152 CLAVE 060.841.0742 SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD: DE LA HEBRA: 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. (MARCA JONSHON AND JONSHON, BBRAUN, COVIDIAN) .- ES LA MISMA SUTURA DE LA PARTIDA 148 ¿SE SUMARA?	SI SE ACEPTA, SE SUMARAN
276	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	27	PARTIDA 153 Y 154 Y 155	27.- PARTIDA 153 Y 154 Y 155 SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA 910) CON REVESTIMIENTO DE POLI(GLOCÓLIDO-CO-L-LACTIDO 35/65) Y ESTEARATO DE CALCIO, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CALIBRE 0, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 37 MM REFORZADA Y HEBRA DE 70 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CON AGUJA DE 36.4 EL CUADRO BASICO MANEJA UN MARGEN DE 35 A 37 MM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
277	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	28	PATIDAS 156 Y 157.	28.- PATIDAS 156 Y 157. SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA 910) CON REVESTIMIENTO DE POLI(GLOCÓLIDO-CO-L-LACTIDO 35/65) Y ESTEARATO DE CALCIO, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CALIBRE 3/0, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 26 MM Y HEBRA DE 70 CM.. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) TIENEN DIFERENTE CLAVE PERO ES LA MISMA SUTURA ¿SE SUMARAN O LAS OFERTAMOS ASI?	FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN ACLARACIÓN No.14 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y APERGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
278	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	29	PARTIDA 160	29.- PARTIDA 160 CLAVE 060.841.1559 SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 37 MM REFORZADA CON HEBRA DE 70 CM) MARCA (JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) FAVOR DE ESPECIFICAR EL CALIBRE DE LA AGUJA-	FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN ACLARACIÓN No.10 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y APERGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.


CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
279	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	30	PARTIDA 161	30.- PARTIDA 161. CALIBRE 060.841.3894 SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 0, CON AGUJA 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE, 24 MM CON HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BRAUN, COVIDIAN) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITAN OFERTAR CON AGUJA ¼ CÍRCULO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
280	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	31	PARTIDA 162	31.- PARTIDA 162 CLAVE 160.254.0223 SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 1, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 37 MM REFORZADA CON HEBRA DE 75 CM., MARCA (BRAUN, COVIDIAN, JONSHON AND JONSHON) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CON AGUJA DE 36.4 EL CUADRO BASICO MANEJA UN MARGEN DE 35 A 37 MM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
281	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	32	PARTIDA 164	32.- PARTIDA 164 CLAVE 060.841.0486 SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 2/0, CON AGUJA 3/8 CÍRCULO, CORTANTE DE 24 MM CON HEBRA DE 45 CM. MARCA (JONSHON AND JONSHON, COVIDIAN, BRAUN) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CON AGUJA DE 26 MM. EL CUADRO BASICO MANEJA MARGEN DE 24-26 MM. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN <u>ACLARACIÓN No.10</u> DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y APERGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE PARA ÉSTA PARTIDA.
282	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	33	PARTIDA 165	33.- PARTIDA 165 CLAVE 160.841.0221 SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 2/0, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 37 MM CON HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON , BRAUN, COVIDEN ) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CON AGUJA DE 36.4 EL CUADRO BASICO MANEJA UN MARGEN DE 35 A 37 MM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
283	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	34	PARTIDAS 171 Y 172	34.-PARTIDAS 171 Y 172 SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 5/0, DOBLE ARMADA CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 17 MM CON HEBRA DE 90 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON , BRAUN, COVIDEN ) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE OFERTAR CON HEBRA DE 70 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
284	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.	35	ANEXOS 6 Y 7	35.- SOBRE LOS ANEXOS 6 Y 7 FIRMADOS POR EL LICITANTE ¿SE ELABORARA UNO POR FABRICANTE O PROVEEDOR QUE NOS APOYE?	EL ANEXO 6 DEBE ELABORARSE POR EL LICITANTE Y NO APLICA EL ANEXO 7, FAVOR DE REMITIRSE A LA SECCIÓN DE <u>ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE (No. 1 Y 2).</u>
285	COMETA MERCANTIL SA DE CV	1	PARTIDA 7 ANEXO 1A	PREGUNTA 1: SOLICITAN: Aguja tipo Huber, angulada a 90 grados de acero inoxidable y longitud de 19 mm y calibre del 19G. OFERTAMOS: Aguja tipo Huber, angulada a 90 grados de acero inoxidable y longitud de 20 mm y calibre de 19G, ¿Se acepta?	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
286	COMETA MERCANTIL SA DE CV	2	PARTIDA 83 ANEXO 1B	PREGUNTA 2: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una grapa de ligadura tamaño Medium Large sin que sea hemoclip o ligacip para no limitar la libre participación, ya que estas son productos de una marca especifica .en caja c/20 pzas se acepta?	NO SE ACEPTA
287	PHARMACUR S.A. DE C.V.	1	GENERAL	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ADJUDICACIÓN EN ESTA LICITACIÓN ES POR PARTIDA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
288	PHARMACUR S.A. DE C.V.	2	GENERAL	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS ANEXOS O FORMATOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO APLIQUE PARA MI REPRESENTADA, SE PODRÁN PRESENTAR CON LA LEYENDA "NO APLICA" Y FIRMADA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL, SIN QUE LO ANTERIOR SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN?	SI SE ACEPTA, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
289	PHARMACUR S.A. DE C.V.	3	16.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS	16.-CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS: PÁGINA 11. SOLICITAN: "LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN". SI MI REPRESENTADA OFERTA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, ¿ES CORRECTO QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PODEMOS PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS ISO 13485 E ISO 9001 - 2001 QUE APLICAN DE ACUERDO AL ORIGEN DE FABRICACIÓN MÁS LA CARTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL FIRMADA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL .SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, PARA ACATAR EL PUNTO 16 (CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS) BASTARÁ CON QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES CUMPLAN CON EL PUNTO 19 INCISOS P, Q, R Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE INCISO T.
290	PHARMACUR S.A. DE C.V.	4	ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN OFERTADO" DEL ANEXO 2, PODEMOS COLOCAR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN QUE OFERTAMOS LA CUAL DE MANERA MÍNIMA DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS ANEXOS 1- A Y 1- B Y CORRESPONDE TAMBIÉN A LAS MUESTRAS PRESENTADAS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
291	PHARMACUR S.A. DE C.V.	5	ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA.	ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA. PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA RESPUESTA A LOS REQUISITOS: TIEMPO DE ENTREGA, PERÍODO DE GARANTÍA Y LUGAR DE ENTREGA, PUEDE QUEDAR TAL Y COMO LO EXPRESA EL FORMATO ANEXO 2 . ES DECIR, NO TENEMOS QUE ANEXAR MAYOR RESPUESTA PARA ESTOS 3 REQUISITOS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
292	PHARMACUR S.A. DE C.V.	6	19. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN INCISO Q.	19. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. PÁGINA 18 INCISO Q. REQUISITOS. SOLICITAN: CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES. SE DEBERÁ ADJUNTAR A LA PROPUESTA TÉCNICA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN. LOS LICITANTES DEBERÁN DE ACREDITAR LA CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, MEDIANTE "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN" EMITIDO POR COFEPRIS; EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, O EN SU CASO DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO SOMETIDO A PRÓRROGA ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA (CON EL SELLO DE RECIBIDO LEGIBLE) EN CASO DE NO SER LEGIBLE EL ACUSE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO EL CERTIFICADO ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA. OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO PODEMOS PRESENTAR ISO 9001- 2008 E ISO - 13485 SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN?.	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.



CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
298	PHARMACUR S.A. DE C.V.	12	FORMATO 10. PRO.PUESTA ECONOMICA.	FORMATO 10. PRO.PUESTA ECONOMICA. EL TEXTO DE DEL FORMATO INDICA: "UNA VEZ EXAMINADAS LAS INSTRUCCIONES DE COTIZACION, LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y LAS ESPECIFICACIONES, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES, POR MEDIO DE LA PRESENTE LOS SUSCRITOS OFRECEMOS: _____ DESPUES DE LA PALABRA "OFRECEMOS" ¿DEBEMOS MENCIONAR LOS BIENES QUE OFERTAMOS CON SUS REPECTIVAS PARTIDAS?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
299	PHARMACUR S.A. DE C.V.	13	FORMATO 10. PRO.PUESTA ECONOMICA. EN ESTE	FORMATO 10. PRO.PUESTA ECONOMICA. EN ESTE FORMATO 10, DESPUES DE LA CANTIDAD CON NÚMERO, ENTRE PARENTESIS DEBEMOS COLOCAR LA CIFRA CON LETRA, ¿ ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
300	PHARMACUR S.A. DE C.V.	14	FORMATO 10. CATALOGO DE CONCEPTOS. ANEXO 11	CATALOGO DE CONCEPTOS. ANEXO 11. EN ESTE FORMATO SOLICITAN EL RFC DE LOS FABRICANTES. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE FABRICACIÓN EXTRANJERA PODEMOS INDICAR "NO APLICA" COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA RFC SIN SER LO ANTERIOR MOTIVO DE DESECHAMIENTO?	ES CORRECTO, SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN
301	PHARMACUR S.A. DE C.V.	15	CATALOGO DE CONCEPTOS. ANEXO 11	CATALOGO DE CONCEPTOS. ANEXO 11. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN" DE ESTE FORMATO, PODEMOS COLOCAR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES QUE OFERTAMOS LA CUAL DE MANERA MÍNIMA DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS ANEXOS 1- A Y 1- B Y CORRESPONDE TAMBIEN A LAS MUESTRAS PRESENTADAS Y A LA DESCRIPCIÓN COLOCADA EN LOS FORMATOS ANEXO 2?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
302	PHARMACUR S.A. DE C.V.	16	24. MARCADO DE LAS PROPOSICIONES	24. MARCADO DE LAS PROPOSICIONES: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN UN SOBRE CERRADO SOLO COLOCAREMOS EL ANEXO 10 (PROPUESTA ECONOMICA) Y EL SEGUNDO SOBRE EL ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA) CON EL RESTO DE LOS ANEXOS, CARTAS, FOLLETOS CATALOGOS ETC), TODO DEBIDAMENTE FOLIADO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS BASES?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBIENDO FOLIAR LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
303	PHARMACUR S.A. DE C.V.	17	PARTIDA 12 ANEXO 1B	<p>ANEXO 1 - B MARCA DETERMINADA: CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN. PARTIDA 12. CLAVE: 080.098.0195. SOLICITAN: BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN CPDA-1, CON TUBO TRANSPORTADOR PRIMARIO CON ADITIVO ADSOL CON AGUJA CALIBRE 15 O 16G Y OTRAS TRES BOLSAS SECUNDARIAS DE 300ML MÍNIMO, UNIDAD A LA PRIMERA POR TUBOS. LAS CUATRO BOLSAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDAS DE FABRICA (DE ACUERDO A LA NOM 140-SSA1-1995) MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERÁ NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO. ACLARAMOS A LA CONVOCANTE QUE NO EXISTE EN EL MERCADO BOLSAS QUE CONTENGAN LA COMBINACIÓN DEL ANTICOAGULANTE CPDA- 1 CON ADITIVO. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500ML CON 63 A 70 ML DE ANTICOAGULANTE CPD MÁS ADITIVO SAG MANITOL LOS CUALES PROPORCIONAN UNA VIGENCIA DE 42 DÍAS AL CONCENTRADO DE ERITROCITOS, CON TUBO TRANSPORTADOR , AGUJA CALIBRE 15 O 16G Y OTRAS TRES BOLSAS SECUNDARIAS DE 300ML MÍNIMO, UNIDAD A LA PRIMERA POR TUBOS. LAS CUATRO BOLSAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDAS DE FABRICA (DE ACUERDO A LA NOM 140-SSA1-1995) MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERÁ NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?</p>	NO SE ACEPTA




CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
304	PHARMACUR S.A. DE C.V.	18	PARTIDA 13 ANEXO 1B	ANEXO 1 - B MARCA DETERMINADA: CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN. PARTIDA 13. 080.098.0187 SOLICITAN: BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450+45 ML., CON 63.0 ML. DE SOLUCIÓN CPDA-1 CON TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 DOS BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML. UNIDAS A LA PRIMARIA POR DOS TUBOS SECUNDARIOS LAS BOLSAS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDA DE FABRICA. MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRONICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERA NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450+45 ML., CON 63.0 ML. DE SOLUCIÓN CPDA-1 CON TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 DOS BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML COMO MÍNIMO, UNIDAS A LA PRIMARIA POR DOS TUBOS SECUNDARIOS LAS BOLSAS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDA DE FABRICA. MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRONICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERA NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	NO SE ACEPTA
305	MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A DE C.V	1	Punto 19 DOCUMENTOS DE LA LICITACION: INCISO Q)	1.- Punto 19 DOCUMENTOS DE LA LICITACION: INCISO Q) CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION VIGENTES DICE: Los licitantes deberán de acreditar la calidad del fabricante de los bienes ofertados, mediante "certificado de buenas prácticas de fabricación" emitido por COFEPRIS; el cual deberá estar vigente SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DA QUE EL PRODUCTO QUE OFERTARA MI REPRESENTADA ES DE IMPORTANCION SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR PARA EL PUNTO ARRIBA MENCIONADO CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN ISO 13485:2012, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.
306	MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A DE C.V	2	Punto 19.- DOCUMENTOS DE LICITACION INCISO S	2.- punto 19.- DOCUMENTOS DE LICITACION INCISO S) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL DICE: En caso de ser distribuidor, el concursante deberá presentar original de la carta de apoyo del fabricante en ORIGINAL, MEDIANTE el cual otorga el respaldo para participar en la licitación, para cada una de las partidas (claves) ofertadas, con la firma autógrafa del representante legal del fabricante, en caso contrario será causal de descalificación.. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR PARA EL PUNTO ARRIBA MENCIONADO CARTA DE APOYO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA COMO OPCIÓN.

CONSEC	LICITANTE	No. PREGUNTA	NUMERALO PUNTO ESPECIFICO	PREGUNTA	RESPUESTA
307	MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A DE C.V	3	Punto 15 PERIODO DE GARANTIA (CADUCIDAD) DE LOS BIENES	3.- punto 15 PERIODO DE GARANTIA (CADUCIDAD) DE LOS BIENES: solicito atentamente a la convocante me permito entregar los bienes con una caducidad menor a 18 meses entregando una carta compromiso de canje.	NO SE ACEPTA
308	MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A DE C.V	4	Punto 9 inciso K)	4.- punto 9 inciso K) solicito atentamente a la convocante que en caso de que no me aplique dicho inciso no será causal de descalificación.	BASTARA CON ESPECIFICAR QUE NO APLICA PARA SU REPRESENTADA.
(Solicitudes de aclaraciones recibidas dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones del día 28 de marzo de 2018)					
1	PHARMACUR, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 12	EN LA ACLARACIÓN QUE USTEDES HACEN, LA DESCRIPCIÓN QUEDA IGUAL A LA DE LAS BASES. ACLARACAMOS NUEVAMENTE QUE NO EXISTE LA COMBINACIÓN QUE USTEDES PIDEN: CPDA-1 MAS ADITIVO. SI QUEDA ASÍ ESTA PARTIDA QUEDARÁ DESIERTA YA QUE NADIE CUMPLE. POR ESA RAZÓN SOLICITAMOS ACEPTE LA MISMA DESCRIPCIÓN CON ANTICOAGULANTE CPD MAS ADITIVO, QUE SI EXISTE Y PODEMOS OFERTAR VARIAS CASAS COMERCIALES	SE ELIMINA DE LA DESCRIPCIÓN EL CPDA-1 Y LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR PARA ESTA PARTIDA CON ANTICOAGULANTE CPD MÁS ADITIVO CONFORME A LAS MARCAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
2	PHARMACUR, S.A. DE C.V.	2	ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA: PARTIDA 13	EL ÚNICO CAMBIO QUE MI REPRESENTADA PIDE ES QUE LAS BOLSAS SATÉLITES SEAN DE POR LO MENOS 300ML. QUE NO SE LIMITE LA PARTICIPACIÓN. EN ESE CASO SOLO UNA MARCA CUMPLE.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE OFERTEN LAS MARCAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE PARA ESTA PARTIDA.

