

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE CENTRIFUGAS QUE DEBERÁN INSTALAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LAS PARTIDAS 12 Y 13.

4.-

____ PREGUNTA ADMINISTRATIVA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: ANEXO 1A & 1B

X PREGUNTA TÉCNICA
Determinada

PARTIDA: 12 Y 13 ANEXO: 1-B Marca

LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS 12 Y 13, SON PARA CADA HOSPITAL O SE DIVIDIRAN ENTRE LOS TRES HOSPITALES (MEXICALLI, TIJUANA Y ENSENADA)

PLENUM DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1

NUMERAL 19 DOCUMENTOS DE LICITACION INCISO O) MUESTRAS FÍSICAS

“Los licitantes deberán presentar muestras físicas de cada una de las partidas del Anexo 1-A General en el que desea concursar”

SE CONSULTA A LA CONVOCANTE SI EN LAS MUESTRAS QUE SE DEBEN PRESENTAR DONDE LA PARTIDA INDIQUE QUE ES UN PAQUETE C/12 PIEZAS O BOLSA CON VARIAS PIEZAS, ¿SE PODRÁ PRESENTAR LA MUESTRA DE UNA PIEZA?

PREGUNTA No. 2

NUMERAL 19 DOCUMENTOS DE LICITACION INCISO S) CARTA DE APOYO

“Carta de apoyo del Fabricante en original”


SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA CARTA DE APOYO PUEDA SER OTORGADA Y FIRMADA POR UN DISTRIBUIDOR PRIMARIO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?



PRAHMEDIC S.A. DE C.V.

Se anexa a la presente acta cuestionario recibido por parte de PRAHMEDIC S.A. DE C.V.

CASA MARZAM S.A. DE C.V.

Preguntas	Respuestas
Pregunta 1. Numeral 19, Inciso O) Muestras físicas Solicitamos amablemente a la convocante nos ratifique que las MUESTRAS FÍSICAS que se solicitan, solo aplican para el ANEXO 1-A GENERAL y se podrán entregar por familia, favor de confirmar.	
Pregunta 2. Numeral 30, Criterios de Adjudicación Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si podremos cotizar por partida, es decir, por renglón o será necesario cotizar por Anexo completo (Anexo 1-A GENERAL y Anexo 1-B MARCA DETERMINADA), favor de aclarar.	

<p>Pregunta 3. ANEXO 1-A GENERAL, Partida 11 Clave CBCM 060.088.0694 Apósito combinado de celulosa, con tela no tejida, medidas 20 x13 Solicitamos amablemente a la convocante aclarar que producto es el que necesita, ya que la clave detallada en la partida 11 no corresponde a la descripción que menciona en el anexo 1-A GENERAL, la clave de CBCM de la descripción corresponde a la 060.088.0108, favor de aclarar.</p>	
<p>Pregunta 4. ANEXO 1-A GENERAL, Partida 187 y 188 Pañal de Forma Anatómica, desechables, para Niños Medidas: Chico y Mediano. Solicitamos a la convocante que en caso de resultar adjudicada mi representada con estas claves, se nos permita entregar las cantidades solicitadas hasta cubrir el equivalente a la cantidad de piezas solicitado o a la cifra inmediata superior de acuerdo a la presentación de envase con 20 piezas, esto con el fin de tener un mejor manejo en sus almacenes, favor de aclarar.</p>	
<p>Pregunta 5. ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una marca diferente a la indicada en el anexo en mención, apegándonos a la descripción y presentación solicitada, lo anterior con el fin de no limitar la libre participación. Favor de confirmar.</p>	

Preguntas	Respuestas
<p>Pregunta 6. ANEXO 1-A GENERAL, Partida 63 Clave CBCM 160.254.0222 CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA 7FR Solicitamos amablemente a la convocante nos indique la longitud y volúmenes a requerir, favor de aclarar.</p>	
<p>Pregunta 7. ANEXO 1-A GENERAL, Partida 78 Clave CBCM 060.166.1911 cateter venoso centras IV poliuretano TERMO SENCIBLE de dos vías Diam interno distal 17 ga proximal 20 ga con extremidad flexible de 5 fr 15 centímetros guía en J de Acero inox long 46 cm aguja introductora de 19 ga con dos tapones con membrana geringa 10 ml yn dilatador, bisturi, aleta adicional de fijacion y clamps en los prolongadores Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar: CATÉTER VENOSO CENTRAL, CAL 4 FR Y 13 CM DE LONG. DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CAL 21 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CAL 25 G CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y</p>	 

PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC, DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK. PIEZA

Pregunta 8. ANEXO 1-A GENERAL, Partida 215 Clave 251.001.00365 SET DE INFUSION CON ALETAS CON LUGAR DE INYECCION NON-CORING CALIBRE DE LA AGUJA 19G. X 1 IN. DE LONGITUD TIPO GRIPPER

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar: HUBER AGUJA PARA SUMINISTRAR QUIMIOTERAPIA 20 GA X 1 " (25 MM)



Pregunta 9. ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA, Partida 31 Clave CBCM I, cateter venoso central iv poliuretano termo sencible anti- microbiano con IONES DE PLATA tecnología EXPERT de 3 vias diam int distal 14 g media I 18 y proximal 18 con extremidad flexible 7.5 fr 20 cm, guía en J acero inox lon 53 cm aguja introductora 18 g o canula int 18 g 3 tapones con membrana, geringa un dilatador un bisturi una aleta adicional de fijacion, los prolongadores vienen equipados con clamps MARCA VYGON

Solicitamos amablemente a la convocante elimine marcas ya que limita la libre competencia, así mismo solicitamos nos permita cotizar: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN, EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM, DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE

Pregunta 10. ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA, Partida 35 Clave CBCM 060.165.0815 CATETER EPICUTANEO-CAVA NEOCATH SIN SEPARACION UNA PIEZA PUR TERMOSENSIBLE 24G/2FR MARCA VYGON

Solicitamos amablemente a la convocante elimine marcas ya que limita la libre competencia, así mismo solicitamos nos permita cotizar: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA.

NEONATAL. CALIBRE DE 2 FR O 3 FR	
<p>Pregunta 11. ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA, Partida 37 Clave CBCM 160.161.1221 Catéter para Acceso Venoso central Subclavia, (Arrow) de Silicón, Doble Lumen, estéril Y desechable, con Guía Metálica, con Sistema de Colocación Y Adaptación, Longitud: 30 Cms, calibre: 5 Fr.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante elimine marcas ya que limita la libre competencia, así mismo solicitamos nos permita cotizar: CATÉTER VENOSO CENTRAL, CAL. 5 FR Y 13 CM DE LONG, DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS CALS. 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CAL. 20 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC, DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER LOCK</p>	
<p>Pregunta 12. ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA, Partida 54 Clave CBCM 160.254.0225 CATETER PICC, CATETER PERIFERICO CENTRAL PICC MARCADO CENTIMETRICO Y CADA 5cm, LONG. 60cm, 4.5FR DE 2 VIAS, CATETER INTRODUTOR CORTO PELABLE 14Ga(MARCA VYGON)</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante elimine marcas ya que limita la libre competencia, así mismo solicitamos nos permita cotizar: CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA DOBLE LUMEN 4 FR X 60 CM</p>	

COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

XXX PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 _____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 19 INCISO A)
 PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 1:


DONDE DICE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS EN EL NUMERAL 5) SE MENCIONA QUE SE PRESENTARÁN DOCUMENTOS (CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS, ETC.) QUE EN CASO DE NO PRESENTARLOS Ó NO ESTEN LEGIBLES, SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACION, PERO COMO EN ESTE EVENTO ESTAN SOLICITANDO MUESTRA FISICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE AL RESPECTO.

XXX PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 _____ PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 19 INCISO H)
 PARTIDA: _____ ANEXO: _____

PREGUNTA 2:

DICE MANIFESTACION SOBRE NORMAS OFICIALES SE MENCIONA QUE SE DEBE ANEXAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DICHO CUMPLIMIENTO Y SE UTILIZARÁ EL **ANEXO 7** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE EN EL ANEXO 7 DONDE DICE QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN **No. DE IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE ¿QUE ES LO QUE SE TIENE QUE PONER EN AMBAS PARTES?





TAMBIEN DONDE DICE QUE SE ADJUNTAN COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES MENCIONADAS, MISMOS QUE SE IDENTIFICAN A CONTINUACION: **No. DE IDENTIFICACION Y DESCRIPCION** IGUAL AQUÍ SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE ¿QUE ES LO QUE SE TIENE QUE PONER AQUÍ Y A QUE DOCUMENTOS SE REFIERE EN ESPECIFICO QUE TENEMOS QUE ADJUNTAR COPIA?

XXX PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 19 INCISO H)
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 3:

DICE MANIFESTACION SOBRE NORMAS OFICIALES SE MENCIONA QUE SE DEBE ANEXAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DICHO CUMPLIMIENTO Y SE UTILIZARÁ EL ANEXO 7 SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA ESTE REQUISITO SE REFIEREN A ENTREGAR:

copia simple del Registro Sanitario vigente, expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 fracción II, 194 Bis, 195, 197, 376 y 376 Bis de la Ley General de Salud, el registro sanitario que se presente deberá estar otorgado a nombre del licitante, o en su caso, a nombre del fabricante que le haya otorgado por escrito de apoyo para esta licitación y deberá contener la marca y modelo del bien que se proponga.

 PREGUNTA ADMINISTRATIVA
XXX PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:)
PARTIDA: 96 Y 176 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA

PREGUNTA 2:

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME SI PARA PARTICIPAR EN DICHAS PARTIDAS SEA REQUISITO INDISPENSABLE EL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL.

 PREGUNTA ADMINISTRATIVA
XXX PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA:)
PARTIDA: 176 ANEXO: 1-B MARCA DETERMINADA

PREGUNTA 2:

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME SI PARA PARTICIPAR EN DICHA PARTIDA SE ENTREGUEN 150 EQUIPOS EN COMODATO SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCIÓN.

INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S. DE R.L. DE C.V.

1.- EN PUNTO 24 DE LAS BASES DICE. LA PROPOSICION SERA COLOCADA EN 2 SOBRES, UNO PROPUESTA TECNICA Y OTRO PROPUESTA ECONOMICA Y EN EL PUNTO 27.5 DICE LA ENTREGA SE HARA EN SOBRE CERRADO.- DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS SU ACLARACION ¿SE ENTREGARA EN UN SOLO SOBRE?

ANEXO 1-A GENERAL.

2.- PARTIDA 1.- CLAVE 060.066.1052

SOLICITAN GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% APLICADOR DE 3 ML DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO, DE COLOR ROSA. SE LE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% CON APLICADOR DE 5.2 ML DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON ALOCHOL ISOPROPÍLICO, DE COLOR ROSA, SE ACEPTA?

3.- PARTIDA 6 CLAVE 060.040.0296

SOLICITAN AGUJA HIPODERMICA 18G X 32MM.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR COMO OPCION AGUJA HIPODERMICA DE 18G X 25MM MARCA B-D ¿SE ACEPTA?

4.- PARTIDA 24 CLAVE 160.254.0130

BIONECTOR CONECTOR ESTERIL DESECHABLE TIPO BIONECTOR DE AUTO-SELLANO POLIVALENTE, LONG.23.90MM, PARA PERFUSION DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCION DE FLUIDOS, SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK Y OTRA DE RESORTE ANTICONTAMINACION QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO, DIAMETRO INTERNO 0.02ML, FLUJO 170ML/MN MARCA B-D **PREGUNTA.-** EL FLUJO DEL CONECTOR ESTERIL QUE MANEJAMOS ES DE 533 ML./MINO 32 L/H 0.16 ML. B-D SE ACEPTA?

5.- PARTIDA 72 CLAVE 160.166.0103

SOLICITAN CATÉTER PARA VENOCISIS, DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA, LONGITUD: 17-24 MM., CALIBRE: 26 G. (MARCA B-D)

EL CALIBRE 26 TIENDE A COLAPSARSE POR EL DIÁMETRO, SI NOS PERMITEN PODEMOS PARTICIPAR CON UNA PRESENTACIÓN DE 24 G NEONATAL CUYA LONGITUD ES LA MISMA A LA SOLICITADA MARCA B-D.

6.- PARTIDA 79 CLAVE 160.254.0229

CAVILON PROTECTOR CUTANEO.- AGRADECEREMOS ESPECIFICAR SI SOLICITAN EN SPRAY 28 GR. O ISOPO DE 1 ML. CAJA CON 25 PIEZAS.

7.- PARTIDA 195 CLAVE 160.254.0181

PROLONGADOR DE CATETER DE POLIURETANO DE 1 VIA EXTRA FLEXIBLE Y DE MUY BAJO VOLUMEN MUERTO VIA1: DIAM INT 1.5 MM DIAM EXT 2.50 MM LONG. 10 CM VOL MUERTO DE .29 ML UN BIONECTOR, CON CLAMP DE SEGURIDAD MARCA B-D **PREGUNTA.-** PODEMOS OFERTAR EL MISMO CATETER PERO DE 15 CM. COMO OPCION EN BASE AL PUNTO 13.?

8.- PARTIDA 228 CLAVE 060.066.1011

SOLUCION ANTISEPTICA.- SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE POR FAVOR NOS ACLARE QUE EL PRODUCTO DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPENSADORES QUE ACTUALMENTE CUENTA.

ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA

9.- PARTIDA 4. CLAVE 204.020.490

SOLICITAN AGUJA ESPINAL TIPO QUINKE 25 O 26.- FAVOR DE ESPECIFICAR SI REQUIEREN 25 X 31/2 O 26X31/2

10.- PARTIDA 7 CLAVE 060.088.0819

APOSITO DE HIDROPOLÍMERO, PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS, CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRA, 18 X 18 CM. MARCA BD, COVIDIAN, SMITHS, BARD

SOLICITAMOS AMABEMNTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL MISMO APOSITO HIDROPOLIMERO PARA LA ZONA SACRA, MEDIDA 15X18 CM. MARCA CONVATEC ¿SE ACEPTA?

11.- PARTIDA 9 CLAVE 060.088.0892

APÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA Y UNA CAPA DE SUAVE SILICON. ANATOMICAMENTE DISEÑADO PARA LA ZONA DEL SACRO. PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE HERIDAS EN LA ZONA DEL SACRO. TAMAÑO TOTAL CON BORDE: 16X17.5CM TAMAÑO DE LA ESPUMA: 13X14.5CM. PIEZA MARCA BD, COVIDIAN, SMITHS, BARD, BBRAUN ¿PODEMOS OFERTAR MEDIDA 17.5X17.5 CM. CM. MARCA CONVATEC-?

12.- PARTIDA 10 CLAVE 060.841.4462

APÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA DE POLIURETANO HIDROFÍLICA Y UNA CAPA DE SUAVE SILICON. ANATOMICAMENTE DISEÑADO PARA LA ZONA DEL SACRO. PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE HERIDAS EN LA ZONA DEL SACRO. TAMAÑO TOTAL CON BORDE: 16X17.5CM TAMAÑO DE LA ESPUMA: 13X14.5CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) ENVASE CON 12 PIEZAS.

- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO ESTERIL DE ESPUMA CON PLATA IONICA AL 1.2 EN FORMA DE SACRO CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA CON ADHESIVO CON PEGAMENTO DE BORDE DE SILICONA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, MEDIDAS 17.5X17.5 CMS. CAJA CON 5 PIEZAS.MARCA CONVATEC.

13- PARTIDA 11 CLAVE 060.088.0793

APÓSITO ESTÉRIL DE ESPUMA HIDROFÍLICA DE POLIURETANO PERMEABLE AL VAPOR E IMPERMEABLE AL AGUA Y BACTERIAS. PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS, ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. SIN ADHESIVO. GROSOR 6.5MM. MARCA BD, COVIDIAN, SMITHS, BARD, BBRAUN PIEZA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO ESTERIL DE ESPUMA CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA SIN ADHESIVO CON PEGAMENTO DE BORDE DE SILICONA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, MEDIDAS 5X5 CMS. MARCA CONVATEC.¿SE ACEPTA?

14.- PARTIDA 47. CLAVE 060.168.2453

CATETER PERIFERICO CALIBRE 20.- PREGUNTA. SE SUMARA CON PARTIDA 51 CLAVE 060.166.4253??

15.- PARTIDA 52. CLAVE 160.254.0227.- CATETER PERIFERICO 26G PARA LA INFUCION DE SOLUCIONES INTRAVENOSA B-D.- EL CALIBRE 26 TIENDE A COLAPSARSE POR EL DIÁMETRO, SI NOS PERMITEN PODEMOS PARTICIPAR CON UNA PRESENTACIÓN DE 24 G NEONATAL CUYA LONGITUD ES LA MISMA SOLICITADA MARCA B-D.

16.- PARTIDA 69 CLAVE 160.254.0208

DUODERM VENDAJE ADHESIVO ESTERIL HIDROGENADO CON GEL 10 X 10CM. PIEZA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE EXTRA DELGADO, ESTÉRIL CON MATRIZ ELASTOMÉRICA COMPUESTO POR UNA PELÍCULA INTERNA DE TRES HIDROCOLOIDES (GELATINA, PECTINA Y CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA), POLIISOBUTILENO Y POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS. LA PELÍCULA EXTERNA ESTÁ COMPUESTA POR ESPUMA DE POLIURETANO. TAMAÑO 10 X 10 CM. MARCA CONVATEC ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?

17.- PARTIDA 93 CLAVE 160.446.0155

INDICADOR BIOLÓGICO PARA GAS, SOLICITAN PRESENTACION EN PIEZA (MAXIMO 67 PZAS), NUESTRA PRESENTACION ES CAJA CON 50 PIEZAS PODEMOS OFERTARLO COMO OPCION?

18.-PARTIDA 73. CLAVE 060.345.3424

EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL, CONTIENE:-AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17G, LONGITUD 75-91 MM.- SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O FILTRO EPIDURAL DE 0.2 MICRAS Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK PARA CATÉTER CON TAPÓN DE SEGURIDAD.- CATÉTER EPIDURAL, CALIBRE 19 MARCA ASOKAM

PREGUNTA.- ¿PODEMOS OFERTAR MARCA B-D COMO OPCION?

19.- PARTIDA 74.- CLAVE 060.345.3788

EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL/SUBDURAL. CONTIENE: - AGUJA MODELO TUOHY CON DIRECCIONADOR DE FLUJO CALIBRE: 17 G, LONGITUD: 75-91 MM. - AGUJA ESPINAL WITHACRE CON DIRECCIONADOR DE FLUJO 27 G, LONGITUD: 115.8 A 122.2 MM. - ESTÉRIL Y DESECHABLE. MARCA ASOKAM.- PREGUNTA.- ¿PODEMOS OFERTAR MARCA B-D COMO OPCION?

20.- PARTIDA 75.- CLAVE 060.345.2152

EQUIPO PARA BLOQUEO MIXTO (EPIDURAL SUBDURAL), BASICO ESTERIL DESECHABLE CONTIENE: A) AGUJA TIPO TOUHY CALIBRE 16 O 17 LONGITUD DE 75 A 91 MM CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLASTICO CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DEL BISEL, MARCA ASOKAM.- ¿NOS PERMITEN OFERTAR MARCA B-D?

21.- PARTIDA 130 A PARTIDA 134.-

SOLICITAN SUTURA CON HEBRA DE 75 CM. ¿POREMOS OFERTAR DE 70 CM.? EL CUADRO BASICO MANEJA UN MARGEN DE 68 A 75 CM.

22.-PARTIDA 137 CLAVE 060.841.2565

SUTURA CATGUT CRÓMICO, CON AGUJA, LONGITUD: DE LA HEBRA: 68 A 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA TIPO AHUSADA, 1/2 CIRCULO DE 25 A 27 MM. MARCA (JONSHON AND JOSNSHON, BBRAUN, COVIDIAN).- ¿NOS PERMITIRIAN OFERTAR DE 17 MM?

23.- PARTIDA 138 CLAVE 160.254.0228

SUTURA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO, POLIAMIDA (NYLON) 2/0, 3/8 DE CÍRCULO, AGUJA REVERSO CORTANTE DE 24 MM Y HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON , BBRAUN, COVIDEN). SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR CON AGUJA DE 26 MM Y HEBRA DE 45 CM. SE ACEPTA COMO OPCION?

24.- PATIDA 144 CLAVE 060.841.1914

SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA NEGRA TRENZADA CON RECUBRIMIENTO DE CERA CALIBRE 4/0 CON AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA DE 22 MM Y HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) EN BASE AL PUNTO 13, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON AGUJA DE 26 MM. ¿SE ACEPTA?

25.- PARTIDA 145 CLAVE 060.841.0601

SUTURA NO ABSORBIBLE SEDA NEGRA TRENZADA CON RECUBRIMIENTO DE CERA CALIBRE 5/0 CON AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA DE 17 MM Y HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON ,

BRAUN, COVIDEN) . SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA MISMA SUTURA CON AGUJA DE 15 MM. ¿SE ACEPTA?

26.- PARTIDA 152 CLAVE 060.841.0742

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD: DE LA HEBRA: 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. (MARCA JONSHON AND JONSHON, BBRAUN, COVIDIAN) .- ES LA MISMA SUTURA DE LA PARTIDA 148 ¿SE SUMARA?

27.- PARTIDA 153 Y 154 Y 155

SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA 910) CON REVESTIMIENTO DE POLI(GLOCÓLIDO-CO-L-LACTIDO 35/65) Y ESTEARATO DE CALCIO, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CALIBRE 0, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 37 MM REFORZADA Y HEBRA DE 70 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CON AGUJA DE 36.4 EL CUADRO BASICO MANEJA UN MARGEN DE 35 A 37 MM. ¿SE ACEPTA?

28.- PATIDAS 156 Y 157.

SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO (POLIGLACTINA 910) CON REVESTIMIENTO DE POLI(GLOCÓLIDO-CO-L-LACTIDO 35/65) Y ESTEARATO DE CALCIO, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CALIBRE 3/0, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 26 MM Y HEBRA DE 70 CM.. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) TIENEN DIFERENTE CLAVE PERO ES LA MISMA SUTURA ¿SE SUMARAN O LAS OFERTAMOS ASI?

29.- PARTIDA 160 CLAVE. 060.841.1559

SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 37 MM REFORZADA CON HEBRA DE 70 CM) MARCA (JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) FAVOR DE ESPECIFICAR EL CALIBRE DE LA AGUJA-

30.- PARTIDA 161. CALIBRE 060.841.3894

SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 0, CON AGUJA 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE, 24 MM CON HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BBRAUN, COVIDIAN) SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITAN OFERTAR CON AGUJA ½ CIRCULO ¿SE ACEPTA?

31.- PARTIDA 162 CLAVE160.254.0223

SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 1, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 37 MM REFORZADA CON HEBRA DE 75 CM., MARCA (BBRAUN, COVIDIAN, JONSHON AND JONSHON) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CON AGUJA DE 36.4 EL CUADRO BASICO MANEJA UN MARGEN DE 35 A 37 MM. ¿SE ACEPTA?

32.- PARTIDA 164 CLAVE 060.841.0486

SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 2/0, CON AGUJA 3/8 CÍRCULO, CORTANTE DE 24 MM CON HEBRA DE 45 CM. MARCA (JONSHON AND JONSHON, COVIDIAN, BBRAUN) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CON AGUJA DE 26 MM. EL CUADRO BASICO MANEJA MARGEN DE 24-26 MM. ¿SE ACEPTA?

33.- PARTIDA 165 CLAVE 160.841.0221

SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 2/0, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 37 MM CON HEBRA DE 75 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BRAUN, COVIDEN) SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA CON AGUJA DE 36.4 EL CUADRO BASICO MANEJA UN MARGEN DE 35 A 37 MM. ¿SE ACEPTA?

34.-PARTIDAS 171 Y 172

SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 5/0, DOBLE ARMADA CON AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA DE 17 MM CON HEBRA DE 90 CM. (MARCA JOHNSON & JOHNSON, BRAUN, COVIDEN) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE OFERTAR CON HEBRA DE 70 CM. ¿SE ACEPTA?

35.- SOBRE LOS ANEXOS 6 Y 7 FIRMADOS POR EL LICITANTE

¿SE ELABORARA UNO POR FABRICANTE O PROVEEDOR QUE NOS APOYE?

COMETA MERCANTIL S.A. DE C.V.

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 7 ANEXO: 1-A GENERAL

PREGUNTA 1: SOLICITAN: Aguja tipo Huber, angulada a 90 grados de acero inoxidable y longitud de 19 mm y calibre de 19G.

OFERTAMOS: Aguja tipo Huber, angulada a 90 grados de acero inoxidable y longitud de 20 mm y calibre de 19G, ¿Se acepta?

RESPUESTA:

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PREGUNTA TÉCNICA

PARTIDA: 83 ANEXO: ANEXO 1-B MARCA DETERMINADA

PREGUNTA 2: Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una grapa de ligadura tamaño Medium Large sin que sea hemoclip o ligacip para no limitar la libre participación, ya que estas son productos de una marca específica .en caja c/20 pzas se acepta?

RESPUESTA:

PHARMACUR S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ADJUDICACIÓN EN ESTA LICITACIÓN ES POR PARTIDA?

PREGUNTA 2.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS ANEXOS O FORMATOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO APLIQUE PARA MI REPRESENTADA, SE PODRÁN PRESENTAR CON LA LEYENDA "NO APLICA" Y FIRMADA POR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL, SIN QUE LO ANTERIOR SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN?

PREGUNTA 3.

16.-CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

PÁGINA 11. SOLICITAN: "LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA SE ACOMPAÑARÁ DE UN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O INTERNACIONALES QUE CUMPLEN LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL ORIGEN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO NOM EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN".

SI MI REPRESENTADA OFERTA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, ¿ES CORRECTO QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, PODEMOS PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS ISO 13485 E ISO 9001 – 2001 QUE APLICAN DE

ACUERDO AL ORIGEN DE FABRICACIÓN MÁS LA CARTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL FIRMADA OR NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL .SE ACEPTA COMO OPCIÓN?

PREGUNTA 4.

ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN OFERTADO" DEL ANEXO 2, PODEMOS COLOCAR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN QUE OFERTAMOS LA CUAL DE MANERA MÍNIMA DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS ANEXOS 1- A Y 1- B Y CORRESPONDE TAMBIEN A LAS MUESTRAS PRESENTADAS?

PREGUNTA 5.

ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA.

PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA RESPUESTAS A LOS REQUISITOS: TIEMPO DE ENTREGA, PERIÓDO DE GARANTIA Y LUGAR DE ENTREGA, PUEDE QUEDAR TAL Y COMO LO EXPRESA EL FORMATO ANEXO 2. ES DECIR, NO TENEMOS QUE ANEXAR MAYOR RESPUESTA PARA ESTOS 3 REQUISITOS?

PREGUNTA 6.

19.DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

PÁGINA 18 INCISO Q. REQUISITOS.

SOLICITAN: CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES. SE DEBERÁ ADJUNTAR A LA PROPUESTA TÉCNICA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTES EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE ACREDITAR LA CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, MEDIANTE "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN" EMITIDO POR COFEPRIS; EL CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE, O EN SU CASO DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO SOMETIDO A PRÓRROGA ADJUNTANDO COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL TRÁMITE DE PRORROGA (CON EL SELLO DE RECIBIDO LEGIBLE) EN CASO DE NO SER LEGIBLE EL ACUSE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADO EL CERTIFICADO.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO PODEMOS PRESENTAR ISO 9001- 2008 E ISO - 13485 SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN?

PREGUNTA 7.

19.DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

INCISO 0) REFERENTE A MUESTRAS FÍSICAS.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SERA SUFICIENTE PRESENTAR COMO MUESTRA UNA SOLA PIEZA DE CADA BIEN A OFERTAR EN SU EMPAQUE PRIMARIO?

PREGUNTA 8.

19.DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

INCISO 0) REFERENTE A MUESTRAS FÍSICAS.

LAS MUESTRAS DEBEN PRESENTARSE DE MANERA PERSONAL O SE PUEDEN ENVIAR POR PAQUETERIA. EN CASO AFIRMATIVO SE SOLICITARÁ QUE EL ACUSEDE ENTREGA NOS SEA ENVIADO DE MANERA ELECTRÓNICA. ¿ES CORRECTO?

PREGUNTA 9.

19.DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

INCISO S) PÁGINA. 18.

SOLICITAN: CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL. EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR, EL CONCURSANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, MEDIANTE EL CUAL OTORGA EL RESPALDO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS (CLAVES) OFERTADAS, CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA CARTA DE APOYO FIRMADA POR EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO CUMPLIENDO CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS DE LA CARTA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?

PREGUNTA 10.

19.DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

INCISO S) PÁGINA. 18.

SOLICITAN: CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL. EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR, EL CONCURSANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL DE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, MEDIANTE EL CUAL OTORGA EL RESPALDO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS (CLAVES) OFERTADAS, CON LA

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE, EN CASO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL TEXTO DE LA CARTA DE APOYO ES FORMATO LIBRE CUMPLIENDO CON EL RSTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES PARA ÉSTE DOCUMENTO?

PREGUNTA 11.

FORMATO 10. PROPUESTA ECONÓMICA.

¿DEBEMOS EMPLEAR UN FORMATO 10 PARA CADA PARTIDA QUE OFERTE MI REPRESENTADA O DEBEMOS PRESENTAR UN SOLO FORMATO 10 QUE INCLUYA EL PRECIO DE TODAS LAS PARTIDAS QUE OFERTAMOS?

PREGUNTA 12.

FORMATO 10. PRO.PUESTA ECONÓMICA.

EL TEXTO DE DEL FORMATO INDICA: "UNA VEZ EXAMINADAS LAS INSTRUCCIONES DE COTIZACION, LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y LAS ESPECIFICACIONES, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES, POR MEDIO DE LA PRESENTE LOS SUSCRITOS OFRECEMOS: _____

DESPUES DE LA PALABRA "OFRECEMOS" ¿DEBEMOS MENCIONAR LOS BIENES QUE OFERTAMOS CON SUS REPECTIVAS PARTIDAS?

PREGUNTA 13.

FORMATO 10. PRO.PUESTA ECONÓMICA.

EN ESTE FORMATO 10 , DESPUES DE LA CANTIDAD CON NÚMERO, ENTRE PARENTESIS DEBEMOS COLOCAR LA CIFRA CON LETRA, ¿ ES CORRECTO?

PREGUNTA 14.

CATALOGO DE CONCEPTOS. ANEXO 11.

EN ESTE FORMATO SOLICITAN EL RFC DE LOS FABRICANTES. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE FABRICACIÓN EXTRANJERA PODEMOS INDICAR "NO APLICA" COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA RFC SIN SER LO ANTERIOR MOTIVO DE DESECHAMIENTO?

PREGUNTA 15.

CATALOGO DE CONCEPTOS. ANEXO 11.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA "DESCRIPCIÓN" DE ESTE FORMATO, PODEMOS COLOCAR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES QUE OFERTAMOS LA CUAL DE MANERA MÍNIMA DEBE CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN LOS ANEXOS 1- A Y 1- B Y CORRESPONDE TAMBIEN A LAS MUESTRAS PRESENTADAS Y A LA DESCRIPCIÓN COLOCADA EN LOS FORMATOS ANEXO 2?

PREGUNTA 16.

24. MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

¿ES CORRECTO ENTEDER QUE EN UN SOBRE CERRADO SOLO COLOCAREMOS EL ANEXO 10 (PROPUESTA ECONÓMICA) Y EL SEGUNDO SOBRE EL ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA) CON EL RESTO DE LOS ANEXOS, CARTAS , FOLLETOS CATALOGOS ETC), TODO DEBIDAMENTO FOLIADO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS BASES?

PREGUNTA 17.

ANEXO 1 – B MARCA DETERMINADA.

CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN.

PARTIDA 12. CLAVE: 080.098.0195.

SOLICITAN: BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN CPDA-1, CON TUBO TRANSPORTADOR PRIMARIO CON ADITIVO ADSOL CON AGUJA CALIBRE 15 O 16G Y OTRAS TRES BOLSAS SECUNDARIAS DE 300ML MÍNIMO, UNIDAD A LA PRIMERA POR TUBOS. LAS CUATRO BOLSAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDAS DE FABRICA (DE ACUERDO A LA NOM 140-SSA1-1995) MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERÁ NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO.

ACLARAMOS A LA CONVOCANTE QUE NO EXISTE EN EL MERCADO BOLSAS QUE CONTENGAN LA COMBINACIÓN DEL ANTICOAGULANTE CPDA- 1 CON ADITIVO.

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500ML CON 63 A 70 ML DE ANTICOAGULANTE CPD MÁS ADITIVO SAG MANITOL LOS CUALES PROPORCIONAN UNA VIGENCIA DE 42 DÍAS AL CONCENTRADO DE ERITROCITOS, CON TUBO TRANSPORTADOR , AGUJA CALIBRE 15 O 16G Y OTRAS TRES BOLSAS SECUNDARIAS DE 300ML MÍNIMO, UNIDAD A LA PRIMERA POR TUBOS. LAS CUATRO BOLSAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDAS DE FABRICA (DE ACUERDO A LA NOM 140-SSA1-1995) MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS

(4), SELLADORAS ELECTRÓNICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACIÓN DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERÁ NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?

PREGUNTA 18.

ANEXO 1 – B MARCA DETERMINADA.
CLAVES DE MATERIAL DE CURACIÓN.
PARTIDA 13.
080.098.0187

SOLICITAN: BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450+-45 ML., CON 63.0 ML. DE SOLUCIÓN CPDA-1 CON TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 DOS BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML. UNIDAS A LA PRIMARIA POR DOS TUBOS SECUNDARIOS LAS BOLSAS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDA DE FABRICA. MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRONICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACION DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERA NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:

BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE, UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450+-45 ML., CON 63.0 ML. DE SOLUCIÓN CPDA-1 CON TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 DOS BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML COMO MÍNIMO, UNIDAS A LA PRIMARIA POR DOS TUBOS SECUNDARIOS LAS BOLSAS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN ADHERIDA DE FABRICA. MARCA TERUMO, FRESENIUS, GRIFOLS EN COMODATO BALANZAS MEZCLADORAS (4), SELLADORAS ELECTRONICAS (2), EQUIPO PARA VISUALIZACION DE VENAS (5), CENTRIFUGA REFRIGERADA DE CABEZALES (6) EL EQUIPO DEBERA NO SER MAYOR A 2 AÑOS DE USO. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN?

MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

Se anexa a la presente acta cuestionario recibido por parte de MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

Acto seguido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 33 BIS, y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con lo dispuesto en el numeral 26 de dicha Convocatoria, la **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno; en presencia de los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, quien **hace constar que:**

Según información proporcionada por el área requirente, considerando la cantidad y naturaleza de preguntas formuladas por los participantes **resulta necesario diferir** la fecha en que habrá de celebrarse el acto de Junta de Aclaraciones, correspondiente a la licitación que nos ocupa, señalándose para tales efectos el **día 28 de marzo del presente año a las 12:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio citado con anterioridad.

Asimismo, se hace constar que para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha, al finalizar este acto se pone a disposición de los licitantes una copia de esta acta de Junta de Aclaraciones, en el estrado de notificaciones, instalado en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones en el domicilio indicado en el segundo párrafo de esta acta, por un término no menor de 5 (cinco) cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: www.compranet.gob.mx y www.comprasbc.gob.mx.

Acto seguido se hace del conocimiento de los presentes que la **Junta de aclaraciones** se difiere para el **día 28 de marzo de 2018, a las 12:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico en

la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **13:00 horas del día 23 de marzo de 2018**, la cual es la primer Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional No. **LA-902002994-E7-2018**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

"LA CONVOCANTE"



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO

Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la
Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno

"AREA REQUIRENTE"



ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA


En Representación del Instituto de Servicios de Salud
Pública del Estado de Baja California

"REPRESENTANTE"



LEONOR GUZMAN MUÑOZ

Dirección de Adquisiciones de
Oficialía Mayor de Gobierno



Handwritten signature

ANEXO

03

A
C
M



Insumos y Equipos para Hospitales

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LA-902002994-E7-2018

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISESALUD EJERCICIO 2018"

FORMATO PARA PRESENTAR PREGUNTAS O SOLICITAR ACLARACIONES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO: LA-0902002994-E7-2018
SUMINISTRO DE: ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO PARA UNIDADES MEDICAS DE ISESALUD EJERCICIO 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: PRAH MEDIC, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: RAFAEL BUELNA #1085-A COL. LAS QUINTAS CP. 80060 CULIACAN, SINALOA.

TELÉFONOS, FAX, Y CORREO ELECTRÓNICO: 6674556255, 6672759361, Correo: licitaciones@prahmedic.com

*INDICAR EN ORDEN CONSECUTIVO LA PREGUNTA ESPECIFICA QUE FORMULE,
ENUMERANDO CADA UNA DE MANERA CONSECUTIVA:

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: PAG. 2
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 1: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE EL CARACTER DE ESTA LICITACION, EN PAGINA 2 PRIMER INCISO, SEGÚN ARTICULO 28 DE LA L.A.A.S.S.P.
¿ES FRACCION II O III ?

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 13.2.1
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 2: POR TRATARSE DE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DIAS HABILES ¿SE ACEPTA?

PREGUNTA ADMINISTRATIVA
 PREGUNTA TÉCNICA

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 19 INCISO F
PARTIDA: ANEXO:

PREGUNTA 3: EN EL INCISO F SOLICITA MANIFIESTO DE CARÁCTER DEL LICITANTE Y ORIGEN DE LOS BIENES, ¿SE PRESENTARA ANEXO POR CADA PARTIDA, QUE SEA DE DISTINTO PAÍS DE ORIGEN EL BIEN Y/O SE PODRA MENCIONAR LOS DISTINTOS PAISES DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN EN UN SOLO ANEXO 6?