

Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

**"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"**

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|----|
| 178 | PINZA DE BARDELEBEN | Pinza de Bardeleben para hueso | 1 |
| 179 | PORTA AGUJAS HEGAR | Porta agujas Hegar, quijada diamante de 20 cms. | 1 |
| 180 | TIJERAS PARA YESO HÚMEDO | Tijeras para yeso humedo | 1 |
| 181 | TIJERA DE LISTER | Tijera de Lister, para vendaje de 20 em. | 1 |
| 182 | TIJERAS PARA VENDAS | Tijeras para vendas de 20 em. | 1 |
| 183 | SIERRA ELÉCTRICA | Sierra eléctrica. Para retirar yesos | 1 |
| 184 | CUCHILLO DE RIDLON | Cuchillo de Ridlon. Hoja rígida intercambiable para yeso, con mango de madera, ajustable | 1 |
| 185 | CIZALLA PARA YESO | Cizalla para yeso, Stille de 38 em. Standar | 1 |
| 186 | SEPARADOR DE HENNING | Separador de Henning para yeso | 1 |
| 187 | TIJERAS DE SMARCH | Tijeras de Smarch para vendaje | 1 |
| 188 | SIERRA OVALADA DE ENGLE | Sierra ovalada de Engle para yeso | 1 |
| 189 | ESTILETE ABOTONADO | Estilete abotonado de 18 cts. | 1 |
| 190 | SONDA ACANALADA | Sonda acanalada 18 cts | 1 |
| 191 | PINZA DE ADLERCREUZ | Pinza de Adlercreuz de 70 cts. | 1 |
| 192 | PINZA DE DISECCIÓN | Pinza de Disección de 25 cts. 1 | 1 |
| 193 | PINZA DE ROCHESTER | Pinza de Rochester Pean | 12 |
| 194 | PINZAS DE OCHNER | Pinzas de Ochner rectas de 18 cts. | 24 |
| 195 | SEPARADORES DE MAYO COLLINS | Separadores de Mayo Collins juego de 15. 2 cts | 1 |
| 196 | PINZAS DE HALSTEAD | Pinzas de Halstead curvas | 6 |
| 197 | PINZAS DE ALLIS | Pinzas de Allis de 15 cts. | 12 |
| 198 | PINZAS DE FAURE | Pinzas de Faure para pediculo, 21 cts. | 6 |
| 199 | PINZAS DE FOERSTER | Pinzas de Foerster anillos estriados de 24 cts. | 6 |
| 200 | PINZA UTERINA | Pinza Uterina de Mucosax de garras, 24 cts. | 2 |
| 201 | PINZA UTERINA DE SCHROEDER | Pinza uterina de Schroeder de 24 cts. | 2 |
| 202 | PINZA TIRA MIOMA | Pinza Tira mioma de Doyen | 1 |
| 203 | PINZA DE CAMPO | Pinza de Campo con tope 34 cts. | 6 |



Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Cal. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

**"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"**

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 204 | PINZA DE DOYEN | Pinza de Doyen, segundos campos | 6 |
| 205 | PORTAAGUJAS DE | Portaagujas de Hegar de 20 cts. | 1 |
| 206 | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE | Bandeja de acero inoxidable de 29 cts, x 11 | 1 |
| 207 | SEPARADOR PERINEAL DE GELPI | Separador perineal de Gelpi | 1 |
| 208 | JUEGO DE DILATADORES UTERINOS | Juego de dilatadores uterinos | 1 |
| 209 | JUEGO DE VÁLVULAS DE MATHIU | Juego de Válvulas de Mathiu, 40, 50 Y 60 mm. | 1 |
| 210 | CUCHARILLAS FENESTRADAS RECAMIER | Cucharillas fenestradas Recamier, 8, 12 Y 18 mm | 1 |
| 211 | CUCHARILLA DE GENEL | Cucharilla de Genel para biopsia | 1 |
| 212 | HISTEROMETRO DE SIMS | Histerometro de Sims, graduado | 1 |
| 213 | PINZA DE SCHUBERT | Pinza de Schubert para biopsia | 1 |
| 216 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO | Dispensador de jabón líquido, accionado por pedal | 1 |
| 217 | DISPENSADOR DE LIQUIDO ANTISEPTICO | Dispensador de líquido antiséptico, accionado por pedal | 1 |
| 218 | DISPENSADOR METALICO DE CEPILLOS DE MANOS | Dispensador metálico de cepillos de manos | 1 |
| 219 | MESA DE TRABAJO | Mesa de trabajo, acero inoxidable 0.90 m, de altura con pila, | 1 |
| 220 | LLAVE CUELLO DE GANZO | llave cuello de ganzo. Agua caliente y fria. | 1 |

POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES:

LICITANTE "A"

BENJAMIN CASTILLO ORTEGA

NO ASISTIO, NI PRESENTO CUESTIONAMIENTOS.

LICITANTE "B"

INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS
S. DE R.L. DE C.V.

NO ASISTIO, NI PRESENTO CUESTIONAMIENTOS.

LICITANTE "C"

INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.

NO ASISTIO, NI PRESENTO CUESTIONAMIENTOS.

Oficinas Centrales

Calleada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

**"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"**

| | |
|---------------|-----------------|
| LICITANTE "D" | DUC Y CIA, S.A. |
|---------------|-----------------|

| NO. | PARTIDA | PREGUNTA | RESPUESTA |
|-----|---------|--|--|
| 1 | 25 | PARTIDA 25 MONITOR DE SIGNOS VITALES EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN PANTALLA DE 10.4" A COLOR PARA DIFERENCIAR LOS PARÁMETROS Y QUE SEA FÁCILMENTE VISUALIZADOS DESDE CUALQUIER ÁNGULO PREGUNTA CON LA INTENSIÓN DE QUE EL MÉDICO TRATANTE CUENTE CON UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LAS CURVAS Y PARÁMETROS REFLEJADOS EN EL MONITOR DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAS CUENTEN CON UNA PANTALLA DE 12" ¿SE ACEPTA? | SE PIDE UN MÍNIMO REQUERIDO DE 10.4" . POR LO TANTO SE ACEPTA PANTALLA DE 12". |
| 2 | 25 | PARTIDA 25 MONITOR DE SIGNOS VITALES EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN RESOLUCIÓN DE 640 X 480 PÍXELES, PREGUNTA CON LA INTENSIÓN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA RESOLUCIÓN SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA DE MEJOR CALIDAD A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA. |
| 3 | 25 | PARTIDA 25 MONITOR DE SIGNOS VITALES EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN MEDICIÓN DE ECG DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO, I, II, III, AVR, AVL, AVF, PARA CABLE DE 5 PUNTAS Y I, II, III PARA CABLE DE TRES PUNTAS. PREGUNTA PARA CONTAR CON UNA MEJOR VALORACIÓN Y QUE EL MÉDICO TRATANTE PUEDA TOMAR MEJORES DECISIONES EN SU TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UN EQUIPO QUE DESPLIEGUE 3 CURVAS DE ECG PARA QUE LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS EVALÜEN DE MEJOR FORMA LAS CONDICIONES FISIOLÓGICAS DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA? | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |
| 4 | 25 | PARTIDA 25 MONITOR DE SIGNOS VITALES EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN MEDICIÓN DE ECG DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO, I, II, III, AVR, AVL, AVF, PARA CABLE DE 5 PUNTAS Y I, II, III PARA CABLE DE TRES PUNTAS. PREGUNTA AL SOLICITAR DERIVACIONES DE , I, II, III AVR, AVL, AVF DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN DE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE ANÁLISIS DE ARRITMIAS Y SEGMENTO ST LO ANTERIOR PARA QUE | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE ISSSTECALI REMESA 2010"

| | | | |
|----|----|---|---|
| | | LOS EQUIPOS SEAN UTILIZADOS EN CUALQUIER AREA DEL HOSPITAL INCLUYENDO AREAS CRITICAS ¿ES ESTO CORRECTO? | |
| 5 | 25 | PARTIDA 25 MONITOR DE SIGNOS VITALES EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN CON BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA CON DURACION POR LO MENOS DE UNA HORA PREGUNTA PARA PODER ASEGURAR LOS TRASLADOS INTRAHOSPITALARIOS SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LA BATERIA CON LA QUE CUENTEN LOS EQUIPOS SEA DE AL MENOS 120 MINUTOS PARA QUE ESTA RESPALDE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA? | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |
| 6 | 25 | PARTIDA 25 MONITOR DE SIGNOS VITALES PREGUNTA DEBEMOS DE ENTENDER QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ALMACENAR TENDENCIAS POR 168 HORAS DE LOS PRINCIPALES PARAMETROS DEL MONITOR ¿ES ESTO CORRECTO? | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |
| 7 | 40 | PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN DOS OPCIONES DE CORTE MONOPOLAR: NORMAL Y DELICADO PREGUNTA DEBEMOS DE ENTENDER QUE COMO CORTE "NORMAL" SE REFIERA AL CORTE PURO Y COMO "DELICADO" AL CORTE COAGULANTE. FAVOR DE ACLARAR | ACLARACION NO.4 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 8 | 40 | PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN ONCE FUNCIONES PREGUNTA DEBEMOS DE ENTENDER QUE LAS ONCE FUNCIONES QUE SOLICITAN SON LAS SIGUIENTES: 1.- CORTE PURO, 2.- BLEND 1, 3.- BLEND 2, 4.- BLEND 3, 5.- COAGULACION DE CONTACTO, 6.- COAGULACION POR FULGURACION, 7.- COAGULACION SPRAY, 8.- COAGULACION AUTOMATICA, 9.- CORTE BIPOLAR, 10.- CORTE BIPOLAR COAGULANTE, 11.- COAGULACION BIPOLAR MICRO PRECISE. ¿ES ESTO CORRECTO? | ACLARACION NO.4 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 9 | 40 | PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN PEDAL INDEPENDIENTE PARA BIPOLAR PREGUNTA DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBERAN DE COTIZAR 2 PEDALES UNO PARA ACCIONAMIENTO MONOPOLAR Y OTRO PARA BIPOLAR ¿ES ESTO CORRECTO? | SI ES CORRECTO |
| 10 | 40 | PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN MEMORIA NO VOLATIL DE LOS NIVELES DE POTENCIA PREGUNTA AL SOLICITAR MEMORIA DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE REFIERE A QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN DE CONTAR CON MEMORIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE HASTA 4 | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |



Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551 6100
www.institutoelgob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

**"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"**

| | | | |
|----|----|--|--|
| | | DIFERENTES POTENCIAS PROGRAMADAS EN DIFERENTES CIRUGIAS SELECCIONABLES SIMPLEMENTE MEDIANTE UNA TECLA. ¿ES ESTO CORRECTO? | |
| 11 | 40 | PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL TIPO DE PLACA-PACIENTE. PREGUNTA CON LA INTENSION DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERISTICA SEA OPCIONAL SIEMPRE Y CUANDO SE COMPROBE QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR PERMITA LA UTILIZACION DE DIFERENTES PLACAS DEPENDIENDO DEL TIPO DE PACIENTE ¿SE ACEPTA? | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |
| 12 | 40 | PARTIDA 40 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE EVITANDO RIESGOS POR CONEXIÓN INAPROPIADA A LA RED ELÉCTRICA PREGUNTA DEBEMOS DE ENTENDER QUE LO QUE NECESITAN ES QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR CUENTEN CON CONTROL DE POTENCIAS EMITIDAS MEDIANTE MICROPROCESAR CON BLOQUEO EN CASO DE AVERÍA ¿ES ESTO CORRECTO? | NO , APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |
| 13 | 45 | PARTIDA 45 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL EN LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITAN CON SALIDA ANALOGICA Y/O DIGITALES, PUERTO RE232 PREGUNTA DEBEMOS DE OFERTAR ESTE ACCESORIOS O SOLO DEBEMOS DE COMPROBAR QUE EL EQUIPO PUEDE REALIZAR ESTA CARACTERÍSTICA FAVOR DE ACLARAR. | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |
| 14 | 45 | PARTIDA 45 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PREGUNTA DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTA DEBERA DE CONTAR CON UN PESO NO MAYOR A LOS 2KG ¿ES ESTO CORRECTO? | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |
| 15 | 46 | PARTIDA 46 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE PREGUNTA CON LA INTENSIÓN DE PERMITIRLE AL MEDICO TRATANTE UNA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENTRADA EN STREES TÉRMICO AL PACIENTE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON DOS CANALES DE TEMPERATURA DE PIEL PARA MONITORIZAR AL MISMO TIEMPO LA TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFÉRICA. ¿SE ACEPTA? | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 16 | 46 | PARTIDA 46 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES ESTÁ COMPROBADO SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS A NEONATOS CON PROBLEMAS QUE LA CERCANÍA A OTRO | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |



Oficinas Centrales

Calzada Juno Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"

| | | | |
|----|----|---|--|
| | | CUERPO FAVORECE NOTABLEMENTE SU DESARROLLO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS BIENES OFERTADOS CUENTEN CON LA POSIBILIDAD DE ALBERGAR A GEMELOS PARA AYUDAR AL NEONATO A SU PRONTO DESARROLLO ¿SE ACEPTA? | |
| 17 | 46 | PARTIDA 46 INCUBADORA PARA CUIDADOS NEONATALES DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE EQUIPOS QUE REQUIERE YA QUE NO SE MUESTRA DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN. FAVOR DE ACLARAR. | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 18 | 47 | PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG INVERSO CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 10° COMO MÍNIMO. PREGUNTA: LAS CUNAS SON UTILIZADAS EN ÁREAS DE CUIDADOS INTENSIVOS Y POR LO TANTO ES UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA PARA LOS PACIENTES NEONATOS, LOS CUALES MUCHAS VECES POR LAS CONDICIONES DE CRISIS EN LA QUE SE ENCUENTRAN SON PACIENTES SUJETOS A CIRUGÍAS LAS CUALES SE PUEDEN REALIZAR EN LA MISMA CUNA CON LA INTENSIÓN DE QUE EL PACIENTE NO SUFRA MAS ESTRÉS Y SIGA CONSERVANDO EL CALOR SUGERIMOS QUE ESTA MISMA CUNA DE CALOR RADIANTE CUENTE CON SISTEMA DE TRENDELEMBURG OPERADO EN FORMA ELÉCTRICA Y POR LO TANTO SIRVA A LA VEZ COMO MESA DE CIRUGÍA NEONATAL ¿SE ACEPTA? | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 19 | 47 | PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE. EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN CON AJUSTE DE ALTURA DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO PREGUNTA CON LA INTENSIÓN DE NO INCREMENTAR EL PRECIO DE LOS EQUIPOS DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL YA QUE NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ¿SE ACEPTA? | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 20 | 47 | PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE. EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE O QUE GIRE AL MENOS 90°. PREGUNTA EN NUESTRA TECNOLOGÍA EL EQUIPO QUE OFERTAMOS CUENTA CON UN GIRO LATERAL EL CUAL ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR CALEFACCIÓN AL PACIENTE A PESAR DEL GIRO DEL CALEFACTOR GARANTIZANDO CON ESTO UNA EMISIÓN DE CALOR CONSTANTE E ININTERRUMPIDO AL PACIENTE Y QUE LA MISMO TIEMPO SE PUEDAN REALIZAR PROCEDIMIENTOS O TOMAS DE RX POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |



Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE ISSSTECALI REMESA 2010"

| | | | |
|----|----|--|---|
| | | TECNOLOGÍA QUE LEJOS DE PERIUDICAR AL PACIENTE O DELIMITAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, AYUDARA CON LA TERAPIA BRINDADA AL NEONATO ¿SE ACEPTA? | |
| 21 | 47 | PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN AL MENOS DOS CHAROLAS O REPISAS PARA MONITOR E INSTRUMENTAL PREGUNTA: CON LA INTENSIÓN DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL EL OFERTAR DOS CHAROLAS YA QUE AL COTIZAR LAS DOS INCREMENTARÍA EL COSTO DEL EQUIPO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLO SE OFERTE 1 CHAROLA ¿SE ACEPTA? | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 22 | 47 | PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN SISTEMA DE REANIMACIÓN PREGUNTA DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL SISTEMA DE REANIMACIÓN DEBERÁ DE CONTAR COMO MÍNIMO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 VÁLVULA REDUCTORA DE OXÍGENO 1 MANGUERA DE PRESIÓN PARA OXÍGENO 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES CON VACUÓMETRO, REGULADOR Y DOS SALIDAS DE OXÍGENO 1 CUENTA LITROS 1 MASCARILLA DE OXÍGENO 1 MANGUERA DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON CONECTOR 1 NIPLA DE MONTAJE ¿ES ESTO CORRECTO? | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 23 | 47 | PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE, EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITAN CRONÓMETRO DE APGAR PREGUNTA CON LA INTENCIÓN DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPOS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTE ACCESORIO SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA? | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 24 | 47 | PARTIDA 47 CUNA DE CALOR RADIANTE, EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN EL APARTADO DE REFACCIONES SOLICITAN ELEMENTO CALEFACTOR PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO COTIZAR UN CALEFACTOR ADICIONAL AL QUE TRAE LA CUNA YA QUE AL COTIZARLO INCREMENTARÍA EL COSTO DEL EQUIPO EN UN 50% DE REQUERIR QUE SE COTICE DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA REFACCIÓN SEA OPCIONAL PARA NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA? | ACLARACION NO.1 POR PARTE DEL INSTITUTO. |
| 25 | 48 | PARTIDA 48 FOTOTERAPIA DEBIDO AL AVANCE TECNOLÓGICO Y AL IMPLEMENTO DE NUEVAS | APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION. |





Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Cal. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

**"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"**

| | | |
|--|---|---|
| | <p>TECNOLOGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERBILIRUBINEMIA PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE CEDULA DE LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE LEDS LA CUAL LE REPRESENTARA AL INSTITUTO UN DECREMENTO EN EL COSTO DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES POR DIA CON ESTA PATOLOGIA YA QUE REDUCE EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN A LA MISMA EN UN 50% Y UN DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS MISMOS YA QUE EL MANTENIMIENTO REQUERIDO ES MINIMO POR LO QUE DE LA MANERA MAS ATENTA PONERMOS A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE CEDULA:</p> <p>UNIDAD PARA FOTOTERAPIA DE LED</p> <p>DEFINICIÓN: EQUIPO PARA ADMINISTRAR FOTOTERAPIA DE ALTA INTENSIDAD A RECIÉN NACIDOS CON HIPERBILIRUBINEMIA O ICTERICIA</p> <p>ESPECIALIDAD(ES): PEDIATRÍA, NEONATOLOGÍA.</p> <p>SERVICIOS: CUNERO FISIOLÓGICO, UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES. CERTIFICADOS: QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: IEC 60601-2-50 O ANSI /AAMI IEC 60601-1-2. CERTIFICACIÓN CE</p> <p>DESCRIPCIÓN: FUENTE LUMINOSA TIPO LEDS QUE SUMINISTRA LUZ TERAPÉUTICA EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE LUZ AZUL - BLANCA. CON CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMA DE 90VA VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 3000 HORAS CONTROL AJUSTABLE DE INTENSIDAD DE LUZ. IRRADIANCIA MÍNIMA MEDIDA A 40 CM : 40MICRO WATTS/CM2 /NANÓMETRO LONGITUD DE ONDA PICO DE 450 A 470 NANÓMETROS. FUENTE DE LUZ FRÍA: SIN EMISIÓN SIGNIFICATIVA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV) E INFRARROJA (IR) DOS CONTADORES DE HORAS INCORPORADOS: UNO CUENTA HORAS DE DURACIÓN DE LOS LEDS, OTRO CUENTA HORAS DE DURACIÓN DE TRATAMIENTO CON RESET. INDICE DE INTENSIDAD (INTENSIDAD MÍNIMA / INTENSIDAD MÁXIMA) > 0.4 SUPERFICIE EFECTIVA A 40 CM DE DISTANCIA: 40 X 21 CM MÍNIMO CON FÁCIL ACCESO A LA SUSTITUCIÓN DE LA FUENTE DE LUZ. INDICADOR DE FALLA DE VENTILACIÓN O DEL SISTEMA. EN EL CASO DE QUE SU TECNOLOGÍA LO PERMITA CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA EL CASO DE FALLAS.</p> <p>DE USO CONTINUO. PORTÁTIL CON SOPORTE RODABLE DE 4 RUEDAS</p> <p>GIRO DEL CABEZAL DE ILUMINACIÓN CON ÁNGULO CONTINUO 0-180° POSICIONAMIENTO EN ALTURA REGULABLE: 113-155 CM APTA PARA USO CON</p> | <p>ACLARACION NO.4 POR PARTE DEL INSTITUTO.</p>   |
|--|---|---|

Oficinas Centrales

Calzada Junto Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE ISSSTECALI REMESA 2010"

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>INCUBADORAS NEONATALES, CUNAS TÉRMICAS Y CUNAS. LUZ BLANCA DE EXAMEN CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE COBERTOR LUMÍNICO PARA DISMINUIR EL EFECTO DE LUZ AZUL RECCIONES: FUENTE DE LUZ O FOCO SEGÚN TECNOLOGÍA. COBERTOR LUMÍNICO ¿SE ACEPTA?</p> | |
|--|--|--|--|

Pregunta 26.- En la Partida 33. Mesa quirúrgica, ginecológica y obstétrica, en el Punto 1.- Especificaciones de la mesa 136cm largo x 60cm ancho. ¿La medida 136cm de largo solo se refiere a la mesa sin la placa apoya piernas? porque normalmente les mesas electrohidráulicas tienen una longitud de 200cm. Favor de aclarar

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION.

Pregunta 27.- En la Partida 33. Mesa quirúrgica, ginecológica y obstétrica, en el Punto 2.- Funciones, trendelenburg 25°, trendelenburg invertido 25°. Favor de aclarar si estas medidas son las mínimas, ya que nosotros contamos con movimientos de mas amplitud y estos van desde 20 a 45°. ¿Se acepta?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION.

Pregunta 28.- En la Partida 33. Mesa quirúrgica, ginecológica y obstétrica, en el Punto 3.- Ajuste de respaldo de 0° a 80°. ¿Se permite ofertar una mesa con 75° de respaldo?

RESPUESTA:


SI, SE ACEPTA.

Pregunta 29.- En la Partida 33. Mesa quirúrgica, ginecológica y obstétrica, en el Punto 7.- Control manual. ¿Se requiere que además de que la mesa sea eléctrica, en caso de que haya un problema la mesa tenga la posibilidad de ser accionada por movimientos mecánicos, se acepta la propuesta?

RESPUESTA:

SI, SE ACEPTA.

Pregunta 30.- En la Partida 33. Mesa quirúrgica, ginecológica y obstétrica, en el Punto 9.- Carga máxima 454 kg. ¿La convocante se refiere a libras? lo cual sería más acertado, toda vez que están



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"

licitando una mesa para ginec obstetricia. Ya que a su vez, no existe ninguna paciente que pese 454 kg

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 31.- En la Partida 33. Mesa quirúrgica, ginecológica y obstétrica, en el Punto 10.- Altura de 27 a 44". ¿Se acepta ofertar una mesa con movimientos de altura de 27.5 a 41"? toda vez que la diferencia no es realmente significativa y no afecta el desempeño de la mesa.

RESPUESTA:

SI, SE ACEPTA.

Pregunta 32.- En la Partida 34. Lámpara móvil para cirugía menor, en el Punto 3.- Longitud focal 66700lux. Favor de aclarar si esa medida es la cantidad mínima. Ya que en nuestra tecnología todavía es posible dar mas cantidad de luxes. ¿Se aceptaría la propuesta?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 33.- En la Partida 34. Lámpara móvil para cirugía menor, en el Punto 5.- Longitud focal 43000 lux. Favor de aclarar si esa medida es la cantidad mínima. Ya que en nuestra tecnología todavía es posible dar mas cantidad de luxes. ¿Se aceptaría la propuesta?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 34.- En la Partida 34. Lámpara móvil para cirugía menor, en el Punto 7.- Profundidad de campo 35". ¿Se acepta que la profundidad de campo sea de 60cm? toda vez que es una lámpara de emergencia y no una lámpara de techo.

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 35.- En la Partida 34. Lámpara móvil para cirugía menor, en el Punto 9.- Diámetro de la cabeza de la lámpara 17". ¿Se acepta que el diámetro de la cabeza de la lámpara sea de 60cm como mínimo?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

**"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"**

Pregunta 36.- En la Partida 34. Lámpara móvil para cirugía menor, en el Punto 12.- Con base de cinco puntas anti-volcadura con ruedas. ¿Se acepta que la base de la lámpara sea de cuatro ruedas como mínimo?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 37.- En la Partida 35. Lámpara quirúrgica de techo, en el Punto 2.- Intensidad de la luz 129170 lux, Favor de aclarar si esa medida es la cantidad mínima. Ya que en nuestra tecnología es posible dar 160,000 luxes. ¿Se aceptaría la propuesta?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 38.- En la Partida 35. Lámpara quirúrgica de techo, en el Punto 3.- Diámetro del campo de luz de 6.5 a 8.5". La nuestra es entre 6 y 11, que es mayor, por lo que no debe afectar si no por el contrario beneficia la visión del cirujano y su staff, ¿La Convocante nos permitiría ofertar esa medida?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 39.- En la Partida 35. Lámpara quirúrgica de techo, en el Punto 5.- Profundidad del campo 26". Favor de aclarar si esa medida es la cantidad mínima. Ya que en nuestra tecnología la medida es de 107cm. ¿Se aceptaría la propuesta?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 40.- En la Partida 35. Lámpara quirúrgica de techo, en el Punto 6.- Diámetro de los reflectores de 22". ¿Se permite ofertar un reflector de 20"?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 41.- En la Partida 35. Lámpara quirúrgica de techo, en el Punto 8.- CRI 92. El nuestro es superior, es de 94. ¿Se permite ofertarse con esa característica? toda vez que es mejor y es un plus para la lámpara.

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"

Pregunta 42.- En la Partida 37. Lavacomodos, Al ser un equipo de vapor autogenerado, debemos entender que el generador de vapor debe ser interconstruido, es decir debe formar parte del equipo y encontrarse dentro del cuerpo del equipo, para mayor seguridad del personal usuario, toda vez que el generador de vapor genera altas temperaturas y esto genera una condición de peligro.

RESPUESTA:

SI.

Pregunta 43.- En la Partida 41. Autoclave, donde se refiere a lo siguiente: Equipo para empotrar medidas de la cámara 24"x36"x60". Se solicita a la convocante se permita cotizar un equipo con medidas de 26"x37.5"x60", toda vez que no afecta en nada el desempeño del mismo. ¿Se acepta?

RESPUESTA:

APGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO MINIMO REQUERIDO.

Pregunta 44.- En la Partida 131. Mesa quirúrgica AMSCO 3085. Normalmente este tipo de mesas lleva una serie de accesorios como son cinturón para pacientes, pierneras goepel, marco de anestesia, soportes laterales y soportes de hombros. Serían tan amables de aclararos si este es el caso o solo se deberá cotizar la mesa.

RESPUESTA:

MESA RADIOLUCIDA, BRACERAS, PIERNERAS, CINTURON, MARCO DE ANESTESIA, COMO MINIMO.

Pregunta 45.- En la Partida 156. Sierra eléctrica. Existen diferentes tipos de sierras eléctricas, oscilatorias, reciprocantes y sagitales. Serían tan amables de indicarnos para que servicio estará enfocada dicha sierra. Y a su vez para saber en consecuencia el tipo de equipo que debemos cotizar.

RESPUESTA:

PARA ORTOPEDIA.

| | |
|---------------|---------------------|
| LICITANTE "E" | DIMEG, S.A. DE C.V. |
|---------------|---------------------|

PREGUNTA 1.- ESTA ES LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y EN EL PUNTO 8 INCISO C) MANIFIESTAN QUE DEBE TENER EL 50% DE INTEGRACIÓN NACIONAL SIN EMBARGO SOLICITAN EQUIPOS DE IMPORTACIÓN COMO LO SON DESFIBRILADOR, LÁMPARAS DE



Oficinas Centrales

Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-0100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

**"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"**

EXAMINACION, AUTOCLAVE, ETC. ¿ES POSIBLE COTIZAR EQUIPOS DE
IMPORTACIÓN?

RESPUESTA:

TODO LOS EQUIPOS QUE NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 24
FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMINENTOS Y SERVICIOS PARA
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 20 Y 24
DE SU REGLAMENTO, NO PODRAN SER COTIZADOS PARA ESTA LICITACION.

SE CITA A LOS PRESENTES, EN EL SALON DE ISSSTECALI UBICADO EN CALZADA
JUSTO SIERRA #810-2 COLONIA LIBERTAD C.P. 21010 MEXICALI, B.C A LAS 10:00
HORAS DEL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2010, PARA EL ACTO DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 28 FRACC. III DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL
ARTICULO 32, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA
EN LA QUE SE HACE CONSTAR LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SURGIDAS DE LAS
BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

ASI MISMO, SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA PASA A FORMAR PARTE
INHERENTE DE LAS BASES, ADICIONALMENTE LAS MODIFICACIONES ESPECIFICADAS
EN ESTE DOCUMENTO TOMAN CARÁCTER DE SUSTITUCION SOBRE LO DISPUESTO EN
LAS BASES ORIGINALES.

LA PRESENTE ACTA ES FIRMADA POR LOS ASISTENTES AL ACTO, CONOCEDORES DE
SUS EFECTOS LEGALES, DE LA CUAL SE LES ENTREGARA COPIA; LA FALTA DE LA
FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS
PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN
ASISTIDO, ASI MISMO SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGER LA
COPIA RESPECTIVA TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO LO HAGAN
PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN; EN DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
SITO AVE. TAPICEROS NO.2096, COL. LIBERTAD MEXICALI B.C.

SE NOTIFICAN LOS RESULTADOS POR ESCRITO DEBIDAMENTE FUNDADOS Y
MOTIVADOS A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, INFORMANDO QUE EL EXPEDIENTE
CARPETA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-ISSSTECALI/02/2010
"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLINICA HOSPITAL TECATE DE ISSSTECALI

Oficinas Centrales

Calleada Justo Sierra #900 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

**"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"**

**REMESA 2010". OBJETO DEL PRESENTE ACTO SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SITO CALLE TAPICEROS
NO. 2096, COL. LIBERTAD, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LUGAR EN EL CUAL PODRA
SER CONSULTADO DICHO EXPEDIENTE POR LOS INTERESADOS.**

LOS INTERESADOS PODRAN INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE LA
DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, EN CONTRA DE LOS
ACTOS Y RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE LES EFECTEN, EMITIDAS POR EL
INSTITUTO, O BIEN INTENTAR LAS VIAS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES, EL
PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCORFORMIDAD SERA DE DIEZ DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AQUEL EN QUE SE HUBIERE
NOTIFICADO EL ACTO O RESOLUCION QUE SE RECURRA, TRNSCURRIDO DICHO
PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DEL INTERESADO PARA INTERPONERO, SIN
PERJUICIO DE QUE LA CONTRALORIA PUEDA ACTUAR EN CUALQUIER TIRPO EN LOS
TERMINOS DE LEY, EN DEBIDO APEGO A LO ESTABLECIDO SEN LOS ARTICULOS 66, 68
Y 69 DE LA LAY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 3:30 HORAS DEL DIA 22 DE MARZO DEL
2010, EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA FIRMADO AL
CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Oficinas Centrales









Calzada Justo Sierra #800 Col. Libertad
Mexicali, B.C. C.P. 21020 Tel. 551-6100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

| INTEGRANTE DEL COMITÉ Y FUNCIONARIOS INVITADOS | FIRMA | CARGO |
|--|--|---|
| C.P. MAGDALENO CHAVEZ RODRIGUEZ. SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ISSSTECALI. |  | JEFE DE COMPRAS DE ISSSTECALI |
| .A.E. GUILLERMO KRASOVSKY PRIETO. VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES |  | JEFE DE ALMACEN DE ISSSTECALI |
| DR. LUIS ERNESTO VILLAFUERTE LEON VOCAL DE COMITÉ DE ADQUISICIONES |  | DIRECTOR MEDICO DE ISSSTECALI |
| C. CRECENCIO FERNANDEZ SANDOVAL ASESOR TECNICO |  | BIOMEDICO ISSSTECALI |
| C. PATRICIA MURILLO ASESOR TECNICO |  | BIOMEDICO ISSSTECALI |
| C.P. CECILIA TIZNADO WYNANTS. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL |
| C.P. RAFAEL DE JESUS ANDRADE PERALTA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL |
| C. ROXANA MALTOS DIAZ REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES |  | REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y SERVICIOS LEGALES. |



Oficinas Centrales

Calle Justo Sierra #800 Col. Libertad
Minicali, B.C. C.P. 21030 Tel. 551-8100
www.issstecali.gob.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-ISSSTECALI/02/2010

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA CLÍNICA HOSPITAL TECATE DE
ISSSTECALI REMESA 2010"

LICITANTES

| LICITANTE | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMA |
|-----------|--------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |





