



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL
No. 32065001-051-13

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta de Segunda Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el "Comité de Adquisiciones", referente a la Licitación Pública Regional No. 32065001-051-13, correspondiente al "Suministro e instalación de equipo médico para Gobierno del Estado de Baja California".

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 14:00 horas del día 30 de octubre de 2013, de conformidad con el punto 5.2 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del "Comité de Adquisiciones" y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación se indica.

La C. Karina Alejandra Montellano Pineda, Jefe del departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del "Comité de Adquisiciones" en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Raúl Leggs Vázquez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, dando la bienvenida a los asistentes, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No. 051 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (EL MEXICANO) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el ComprasBc, el día 18 de octubre de 2013, así mismo que en fecha 24 de octubre del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, habiéndose recibido en tiempo y forma de los posibles

licitantes 4 (cuatro) cuestionarios sobre dichas bases, que el día 29 de octubre de 2013 se realizó una primera junta de aclaraciones en la cual se dio solo lectura a las preguntas recibidas, por lo cual se citó a esta segunda junta de aclaraciones.

Acto seguido se dio lectura a las respuestas a las preguntas recibidas en tiempo y forma, con lo que se integro el anexo 1 de esta acta.

Y no habiendo otro asunto que tratar, para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto, así como los licitantes asistentes, quienes reciben copia de la misma para efectos de su notificación.

**"EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"**

"EL PRESIDENTE"



KARINA ALEJANDRA MONTELLANO PINEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES DE OFICIALÍA MAYOR
EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO


"VOCAL"

LILIANA CRUZ LLORENZ
EN REPRESENTACION DEL JEFE ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALIA MAYOR DE
GOBIERNO

"VOCAL"

MARICELA DIAZ LOPEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO

"AREA JURIDICA"



ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON
EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS
ADMINISTRATIVAS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

"ASESOR"

ORGANO SOLICITANTE



ANGELA FLORA PEREZ PEREZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

OFICIALIA MAYOR


CESAR MIGUEL CERVANTES ESCANDON
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



LICITANTES:

EMPRESA: DICIPA S.A de CV.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: SILVIO BRANCO FOSTA

FIRMA: 

EMPRESA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____





Gobierno del Estado de Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

JUNTA DE ACLARACIONES
Licitación Pública Regional
32065001-051-13
ANEXO 1

Lectura a notas aclaratorias y respuesta a cuestionarios, de acuerdo al **punto 5.2** de las bases de Licitación Pública Regional No. 32065001-051-13 respecto a la contratación del "Suministro e instalación de equipo médico para Gobierno del Estado de Baja California".

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA ACLARATORIA NO. 1

Se elimina la partida 2 "CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC" de las bases de licitación, aclarando que las demás partidas quedarían con la misma nomenclatura.

NOTA ACLARATORIA NO. 2

Se elimina el inciso K. del punto 8.1 de las bases de licitación, aclarando que los demás incisos quedarían con la misma nomenclatura.

CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

ASEEMED, S. DE R.L. DE C.V.

1.- Debido a requerimiento de equipamiento.... Se requiere anticipo del 50 %. Se acepta?

Respuesta: **No se acepta los licitantes participantes deberán apegarse a lo establecido en las bases de licitación.**

2.- Según la visita de campo, en los equipos de rayos X que no cuentan con CR, como Tijuana, Mexicali, Hongo I y II, se requieren rejillas especiales para la adaptación del Equipo Digital (CR), están serán suministradas por el proveedor?

Respuesta: **De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.**

3.- En la visita también se observo, que instalaciones eléctricas, informáticas, hidráulicas, licencias de equipos, drenajes y de aire no están contempladas en los costos de los equipos, estas se deberán cubrir por proveedor?

Respuesta: **En el caso de la partida 1 "Unidad dental" todos estos costos deberán ser cubiertos por el licitante adjudicado, para el caso de la partida 2 deberá considerar la nota aclaratoria número 1 y 2.**

4.- Y Si es Si, en todas las instalaciones, se propone hacer notas aclaratorias mucho mas especificas por cada centro, ya que estos son totalmente diferentes entre si, se acepta?

Respuesta: **No es posible responder a su cuestionamiento ya que no es clara la pregunta formulada.**

5.- En la impresora en seco, se hace alusión a la palabra AXYS, lo cual nos indica una marca en específico, para la libre competencia pedimos eliminar esa palabra y solo dejar las especificaciones o compatibilidad con la misma. se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

6.- En el tiempo de entrega, marca 40 días naturales y según las fechas, estas serian a finales de año, las cuales si son naturales pero muchos días son festivos, proponemos 50 días naturales. Se acepta?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación.

7.- Los equipos serán presentados y entregados en almacén del estado, y estos a su vez los transportaran para cada cereso el proveedor o la dependencia? Se sugiere la entrega en el lugar de la instalación...se acepta?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación.

8.- PARTIDA 3. (REFRIGERADOR)

PUNTO 14. (CONSUMIBLES).- En el consumible que se menciona, se necesitan más especificaciones de las cantidades que van a requerir, para agregarlo al costo del equipo.

Respuesta: Las cantidades están definidas en las bases de licitación.

9.- PUNTO 16. (SERVICIO DE MANTENIMIENTO) .- En relación al servicio correctivo a refrigerador, este servicio procede por desperfectos de fabricación dentro de la garantía que solicitan, no por daños ocasionados por mal uso del mismo, es así?

Respuesta: No puede existir mal uso, ya que va depender la instalación, pruebas de operación del buen funcionamiento de parte del proveedor que se le asigne el contrato, así mismo de debe presentar el certificado de calibración del registrador al entregar el equipo. Certificado de control de calidad del refrigerador emitido por al entregar el equipo.

10.- PARTIDA 4. (ESTANTERIA DE FARMACIA).- En el punto (6), dice que requiere de Instalación de arranque, pero la estantería no es eléctrica pueden especificar a que se refiere?

Respuesta: Se refiere a que sean colocadas en el sitio definido en las bases de licitación completamente armados.

11.- PARTIDA 6. (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE).- En el punto (9), dice que necesita instalación de arranque, el aparato no requiere de electricidad, pueden especificar a que se refiere este punto?

Respuesta: Se refiere a que sean colocadas e instalado en el sitio definido en las bases de licitación completamente armados.

12.- En el punto (11), dice que requiere servicio correctivo y preventivo, estos servicios aplican a aparatos que trabajan con energía eléctrica, se requiere servicio?

Respuesta: Se requiere servicio de calibración (preventivo) y el correctivo cada que se dañe el equipo.

DICIPA, S.A. DE C.V.

1. En relación a la Partida No. 2, solicitan;

1) "Sistema digitalizador de imágenes para Radiología Computada" con las siguientes características;

- Pantalla LCD en el digitalizador para visualización del estado del equipo y situaciones de error.

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que cuenta con visualización de estado y mensajes de error en la pantalla, lo cual es mejor para los técnicos ya que todo está en un centro de control.

- Resolución de la escala de grises para la adquisición de datos de al menos 20 bits/píxel. Resolución de salida al procesador de imagen de al menos 16 bits/píxel, utiliza chasis para radiología digital; una pantalla de grabación de imágenes recubierta de fósforo fotoestimulable. chip de memoria integrada para almacenamiento de los datos del paciente por medio de radiofrecuencia.

Solicitamos a la convocante nos permita oferta un equipo que maneja 16 pixeles de adquisición y 14 de salida, esto en combinación con el procesamiento avanzado del Software ofrece un balance e imagen excepcional. Así mismo, nuestros chasis manejan enlace de datos con imagen y chasis por medio de código de barras, el chip de memoria para comunicación de radiofrecuencia puede dañarse, además que la característica solicitada hace referencia a una sola casa comercial (AGFA) lo que impide una libre participación, se acepta?

- 2) Impresora sistema de impresión en seco Drystar Axys, Con capacidad de impresión en formatos 8x10", 10X12", 11X14", 14X14" y 14X17" y 18X24cm,

Este punto hace referencia a una sola marca (AGFA), por lo que solicitamos nos permita ofertar una impresora en seco de otra marca y que permita la impresión de los formatos solicitados, esto con la finalidad de permitir una libre participación, lo que le permitirá a la convocante recibir mayores propuestas y mejores precios.

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

14. Servicio de mantenimiento preventivo: semestre y Correctivo por personal calificado.

Solicitamos a la convocante nos aclare si estos mantenimientos son los que se deben proporcionar durante la vigencia de la garantía (24 meses)

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

16. Póliza de mantenimiento correctivo, con respuesta de 48 a 72 horas.

Solicitamos a la convocante nos aclare si requieren también se cotice Póliza de Mantenimiento.

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

2. En caso de que la respuesta a la anterior sea afirmativa, solicitamos a la convocante nos confirme el tiempo de vigencia que requiere para dicha póliza.

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

3. Referente al Anexo 2 "Programa de Entregas", Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione un ejemplo de cómo llenar correctamente dicho Anexo, así mismo solicitamos que nos aclaren si este Anexo deberá ser firmado también por el representante legal.

Respuesta: En el programa de entregas deberá solamente señalar la cantidad de días propuestos para llevar a cabo el suministro e instalación y deberá estar debidamente firmado por el representante legal del licitante.

4. Dice; SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 09 fólder individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases.

Solicitamos a la convocante nos aclare si cada documento que integra la propuesta técnica deberá presentarse en folder o se puede presentar en un carpeta con separadores entre cada documento.

Respuesta: Cualquiera de las dos opciones es valida para la convocante.

5. En base al siguiente cuadro que se despende de la descripción de la partida 2 solicitamos se nos aclare los supuestos y preguntas siguientes.

1.-Asumimos se ofertara 4 equipos para digitalizar (CR) y no cinco como lo menciona la descripción general del renglón 2 es correcto?

2.- En lo que respecta al segundo renglón del cuadro(digitalizar equipo de ultrasonido) solicitamos a la convocante se nos proporcione la marca y modelo de sus equipos a fin de proponer la mejor opción para digitalizar ya que encontramos en el mercado equipos ya con

protocolo DICOM y solo se tienen que activar o comprar las licencias o bien en caso de no ser DICOM se digitalizan por medio de interfaces y en base a marca y modelo podemos determinar si su salida de imagen es digital o de video para definir la oferta.

	MEXICALI	HONGO	HONGO II	TIJUANA	ENSENADA	TOTAL
Digitalizar equipo de rayos x	1	1	1	1	0	4
Digitalizar equipo ultrasonido	1	1	1	0	0	3
CR Drystar	1	1	1	1	0	4
Webpaq y equipo de computo memoria ram de 4 a 16 GB	1	1	1	1	1	5
Dicom	1	1	1	1	1	5
Chasis medidas 14x17, 14x14, 10x12, 10x8	1	1	1	1	0	4
UPS para protección del digitalizador impresora y un equipo de computo	3	3	3	3	1	13

PREGUNTA 6:

4.- WEBPAQ Y EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO MEMORIA RAM DE 4 A 16 GB. Respecto a este punto entendemos que se requiere de un sistema WEB para almacenamiento y distribución de imágenes interno y externo de cada cerezo total 5. Es correcto?; Así mismo en la ficha técnica menciona servidor central para 5 CERESOS, entendemos con esto que habrá un data center donde se centralizara la información que se obtenga de cada cerezo favor de indicarnos cuál será el lugar específico en el que se situara?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

En base al párrafo anterior y para determinar la capacidad del sistema a ofertar para cada cerezo así como del servidor (DATA CENTER). Requerimos se nos proporcione la siguiente información.

- a) Número o cantidad total de estudios realizados en un año o promedio por mes de RX y ultrasonido y en caso de tener algún otro equipo de imagen también anexarlo
- b) conectividad de internet, favor de aclarar si tendremos que incluir en nuestra propuesta el costo de este servicio durante los dos años de garantía para cada cerezo o bien si solo tendremos que hacer la interconexión de red local de equipos de imagen (interna)

C
Emy
J
B
X

c) ¿Requieren estaciones de trabajo con herramientas para el diagnóstico, con pantallas grado Médico de radiología general para el diagnóstico de imagen o bien si solo se requiere de estaciones de visualización? Favor de decirnos cuantas y en qué lugar se distribuirán? En caso de ser ocupar pantalla grado medico de cuantos megapíxeles.

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

Entendemos según el cuadro se requiere un chasis de cada medida mencionada por unidad, pero la ficha técnica en su apartado de chasis menciona lo siguiente: Chasis para Radiología General en tamaño 14"X17", 4 Chasis para Radiología General en tamaño 14"X14". Un chasis de radiología 8x10", un chasis de radiología 10X12". Favor de confirmar cuantos chasis de cada medida se necesita y si aplicara de igual manera para todos los CR ofertados.

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

Sistema de impresión dice: capacidad de impresión en formatos 8x10", 10X12", 11X14"14X14" y 14X17" y 18X24cm. En base a esta solicitud nos permitimos mencionar lo siguiente: todas las marcas del mercado podemos referenciar la capacidad e imprimir los 5 formatos solicitados, sin embargo a la entrega de equipo solo se configuran dos tamaños a elección del cliente o bien se predeterminan dos tamaños comúnmente más usados 14x17 y 8x10, así pues para fin de igualar condiciones de oferta y cumplir acorde a sus necesidades solicito se aclare si solo se requiere con la capacidad o deberá de imprimir así mismo todos los formatos mencionados.

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PREGUNTA 7:

7. Entendemos que en caso de requerirse alguna adecuación eléctrica de obra civil o similares están correrán por parte de la convocante con asesoría del licitante adjudicado es correcta nuestra apreciación

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

En relación a la Partida No. 2, solicitan;

Respecto al Web Pad, requerimos a la convocante nos aclare los siguientes puntos.

- b) Características físicas del o los servidores además de memoria ram,
 - a. Tipo de procesador.
 - b. Disco duro para que capacidad de almacenamiento, si se requiere Raid 5 o similar.
 - c. Quemado de discos DVD/CD.
 - d. Sistema operativo.
 - e. O serán de acuerdo a las características de la solución ofertada por cada participante?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS MÉDICOS, S. DE R.L. DE C.V.

1.- Según el Equipamiento Sofisticado a suministrar, se requerirá 50% de anticipo. ¿Se acepta?


Respuesta: No se acepta los licitantes participantes deberán apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

2.- La desinstalación de los equipos como los dentales, la realizara la dependencia o el proveedor?

Respuesta: La desinstalación de los equipos correrá por cuenta de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario.

3.- En el tiempo de entrega de 40 días naturales, sugerimos que sea hábiles. ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación.



4.- En el refrigerador que se entregara en el hongo III, según la visita este NO está operando aun, el equipo solo se entregara en almacén del estado (Mexicali) o en cereso?

Respuesta: La entrega e instalación será de conformidad con lo establecido en el punto 1.2 de las bases de esta licitación.

LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A. DE C.V.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO

PUNTO 5 DE LAS BASES.

PREGUNTA LEGAL-ADMINISTRATIVA

Conforme el punto 5 de las presentes bases, (VISITA A INSTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES.) Donde la Convocante cita:

La asistencia de los licitantes a las Visitas a Instalaciones es obligatoria, ya que deberá contemplar en su propuesta el material necesario para el correcto suministro e instalación del equipo licitado.

Al final de cada una de la visita a instalaciones, a los licitantes asistentes se les firmará la Constancia de cumplimiento de la misma "Anexo 8", la cual será firmada por el Servidor Público responsable de llevar a cabo el recorrido; dicha constancia deberá integrarse como parte de la propuesta técnica, en el entendido de que de no presentar dicha constancia su propuesta será desechada.

Debemos entender, que el no haber asistido a todos y cada uno de los Ceresos, y el no presentar el anexo 8 firmado y sellado por cada visita a cada Cereso, será motivo para desechar la propuesta ¿ Es esto correcto?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO

Pregunta Técnica-Legal.

La infraestructura, equipos, mantenimientos solicitados en esta partida son de alto grado de complejidad, por la naturaleza en la que serán instalados (CERESOS de baja y mediana seguridad), así también porque repercutirá directamente en la salud de los Internos.

Además de solicitar carta de recomendación de conforme al punto 8, inciso k) Carta de recomendación, Se recomienda a la convocante solicitar Carta de Apoyo directa del fabricante ,comprometiéndose a intervenir y prestar las garantías y soporte técnico-administrativo-legal correspondiente en caso de requerirse.

¿Se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.


CANTIDAD: CINCO

Pregunta Técnica-Legal.

Para autentificar la veracidad y fiabilidad de la casa fabricante de los equipos solicitados, Ya que existen empresas que solo son INTEGRADORAS, es decir, compran la solución al fabricante y la re-venden a un tercero sin ningún compromiso del fabricante:

Se recomienda a la convocante solicitar, Copia IFE, copia poder otorgado al representante legal, todo esto de la casa Fabricante, todo esto para total confianza y apoyo a la convocante. ¿Se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.



PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO

Pregunta Técnica-Legal.

Las casas fabricantes de los equipos solicitados, prestan servicio de CALL CENTER, 24 Horas al día, los 365 días del año; o. para apoyo inmediato al área Medica-técnica. Recomendamos a la convocante y área técnica, solicitar carta del fabricante especificando que otorgara este servicio al Gobierno de Baja California, y en específico a la SSP, Dirección de programas, Coordinación Medica.

¿Se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO

Pregunta Técnica.

Cito:

Equipo digitalizar estudios de rayos x , ultrasonido consta de un CR para digitalizar placas de rayos x, estudios de ultrasonido, casset para la medida 14x17, 14x14, 10x12, un estación de procesos, un sistema de impresión en seco Drystar Axys, un UPS, Hardware para servicio, con equipo de cómputo para sistema de Wepac.

Se entiende que se solicita una solución de Digitalizadores, Impresoras RIS y PACS, para el procesamiento de las imágenes de Rayos X, así como para el almacenamiento de las imágenes de Rayos X, Ultrasonido y Tomografía, en la cual se incluya impresora Térmica, Servidores para PACS – RIS, convertidores de imágenes Análogas a Digital para Ultrasonidos, UPS, Software y Hardware ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO.

Pregunta Técnica.

Cito: Con capacidad para trabajar con chasis con pantalla de fósforo en formato 35X43cm, 35X35cm, 24X30cm, 18x24cm, 15X30cm, 8X10in y 10X12in.

Los Chasis de fosforo rígidos, tienden a romperse fácilmente precisamente por su falta de flexibilidad y a no soportar caídas, accidentes etc.

Se recomienda a la parte técnica solicitar Chasis de Fosforo flexibles, ya que todos las casas fabricantes actualmente cuentan con esta tecnología en los chasis.

¿Se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO.

Pregunta Técnica.

Cito: Impresora sistema de impresión en seco Con capacidad de impresión en formatos 8x10", 10X12", 11X14", 14X14" y 14X17" y 18X24cm

Actualmente las impresoras cuentan con dos bandejas en línea, esto para mayor rapidez, producción, asertividad del área técnica.

Todo esto al mismo precio que si tuviera solo una bandeja.

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

¿Se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO.

Pregunta Técnica.

TODA LA DESCRIPCION TECNICA.

La convocante solicita RIS, PAC, Digitalización, impresoras y UPS.

Se recomienda a la parte técnica, solicitar servidores en cada Cereso, porque es así como se almacenan los estudios locales, y un servidor central, que se encuentre precisamente en la estación de diagnostico central, para el almacenamiento de todos los estudios, ya que es así como funcionan los sistemas RIS Y PACS.

Además solicitarle a cada proveedor especificar qué capacidad tiene cada servidor, y a cuantos a; os quedaran resguardados los estudios, y con cuantos estudios anuales se cuenta.

¿Se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO.

Pregunta Técnica.

Ultrasonidos del Cereso Mexicali, Hongo II y Tijuana.

Estos ultrasonidos requieren de una tarjeta adicional para que cuenten con conectividad DICOM.

¿Debemos incluir esta tarjeta en la propuesta, considerando que incrementa el costo ya que cada tarjeta cuesta alrededor de 4,000 USD?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO.

Pregunta Técnica.

TODOS LOS CERESOS.

Algunos Ceresos no tienen nodos de res/internet en el área Médica o de rayos x.

¿Debemos incluir el cableado de estos nodos a la propuesta, o el área de sistemas de cada Cereso lo realizara?

Favor de aclarar.

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO.

Pregunta Técnica.

TODOS LOS CERESOS.

La velocidad de internet de cada cereso es diferente.

Ya que existen fabricantes de equipos, que solicitan hasta 10 MG de velocidad solo para la subida y baja de imágenes. Recomendamos a la parte técnica que solicite a cada Fabricante la cantidad de internet que requiere para subida y baja de imágenes, ya que esto es parte indispensable del proyecto.

Eduf
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

¿Se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

PARTIDA 2

CR PARA DIGITALIZAR PLACAS DE RAYOS X, ULTRASONIDO CON SISTEM DE WEPAC.

CANTIDAD: CINCO.

Pregunta Técnica.

TODOS LOS CERESOS.

Algunas licencias DICOM de algunos equipos, como el ultrasonido de Ensenada, el del Hongo I, y el Tomógrafo, no podrían estar habilitadas.

Recomendamos a la convocante que especifique a cada proveedor que tome en cuenta estas licencias DICOM para su propuesta, ya que tienen un costo extra.

¿Se acepta?

Respuesta: De conformidad con la nota aclaratoria número 1 y 2.

C
F. M. G.
[Signature]
X