



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO



Licitación Pública Internacional de carácter Internacional Abierta

Número LA-902002994-E24-2018

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL ISESALUD BAJA CALIFORNIA"

Acta circunstanciada relativa a la Junta de Aclaraciones en el procedimiento de Licitación Pública Internacional **LA-902002994-E24-2018**, convocado para el **"Suministro e instalación de equipo e instrumental médico para el ISESALUD Baja California"**.

En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las **13:00** horas del día **17 de agosto de 2018**, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones, reunidos en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor, del Poder Ejecutivo de Baja California, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, la **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**, Jefa del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, servidor público designado por la C.P. Loreto Quintero Quintero, Oficial Mayor de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4 fracción II inciso B. y 25 fracciones IV, IX y XIII, 26 fracción I, 27 fracciones I y IX y 72 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de Gobierno; artículos 1 fracción VI y 2 fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público; y artículos 1 y 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; según consta en oficio de fecha del 12 de Noviembre de 2015, el que para mejor referencia obra anexado al expediente en el que se actúa, preside el presente acto, y quien se encuentra asistida por el **C. Roberto Carlos González Ibarra**, servidor público adscrito al **Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California**, en representación del área usuaria o requirente, asimismo se hace constar la presencia de los representantes del área administrativa, financiera y legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento, se hace constar que se encuentran presentes los representantes de los licitantes participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; lo anterior, con objeto de llevar a cabo la celebración del acto de Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional, número **LA-902002994-E24-2018**, relativa al **"Suministro e instalación de equipo e instrumental médico para el ISESALUD Baja California"**, en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante "La Ley", y de acuerdo a las previsiones señaladas en el artículo 45 y conforme al procedimiento regulado en el artículo 46 de su Reglamento, en relación directa con lo asentado en la sección IV y V, de la convocatoria de licitación.

La **C. Grecia Patricia Tamayo Tamayo**; toma la palabra y en uso de la voz manifiesta a los presentes que se publicó Resumen de Convocatoria respecto a la presente licitación, en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados "Comprasbc" y "Compranet" el día **2 de agosto de 2018**, así mismo se les hace saber a los asistentes que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley citada y 45 de su Reglamento, tienen derecho a

C
de
W
de Jca

formular solicitudes de aclaración en relación a la Convocatoria, los licitantes que hayan presentado sus preguntas a más tardar con 24 horas de anticipación a este acto; asimismo se hace del conocimiento a los asistentes que quienes presentaron sus solicitudes de aclaración fuera del plazo antes citado, incluso al inicio de esta Junta de Aclaraciones, tendrán derecho únicamente a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en este acto, mientras que a quienes no presentaron dicho escrito, se les permite su asistencia en calidad de observador debiendo abstenerse de intervenir de cualquier forma en el acto, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de "La Ley".

En atención a lo antes expuesto, el servidor público que preside este acto hace saber a los licitantes que el plazo para la recepción de las solicitudes de aclaración venció el día **16 de agosto de 2018 a las 13:00 horas**, según lo previsto en el artículo 33 Bis de "La Ley", por lo que a continuación se procede hacer constar los cuestionarios recibidos en tiempo y forma.

Documentos recibidos dentro de las 24 horas previas al acto de Junta de Aclaraciones:

Nombre, Razón o Denominación Social	Documentos presentados	Fecha y Hora de recepción de Documentos	Cantidad de preguntas
DISTRIBUIDORA DE FOCOS S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	06/08/2018 03:02 PM	21
		07/08/2018 10:24 AM	
		07/08/2018 10:52 AM	
		07/08/2018 11:25 AM	
		14/08/2018 09:05 AM	
QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	06/08/2018 03:06 PM	4
CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	06/08/2018 03:40 PM	3
SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	06/08/2018 03:45 PM	7
SERVICIO INTEGRAL PARA LA SALUD S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	06/08/2018 04:44 PM	3
DIMSA INTERPRETACION MEDICA S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	06/08/2018 05:08 PM	26
TECHNODOMUS, S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	06/08/2018 10:12 PM	10
SOMMET MEDICAL S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 05:39 AM	44
TECROM S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 06:39 AM	8
CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 07:20 AM	36
ABSTEL S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 07:58 AM	60
ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:21 AM	39
QUALITY MEDICAL SERVICE S.A. DE C.V.	Carta de interés	07/08/2018 09:23 AM	7

	Solicitud de aclaraciones		
DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:24 AM	11
RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:30 AM	18
DEWIMED S.A.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:33 AM	92
COMETA MERCANTIL SA DE CV	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:39 AM	1
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:40 AM	13
HERSON INGENIERIA BIOMEDICA S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:45 AM	53
VIASIS NOE S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:48 AM	29
MEDIXSA SA DE CV	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:54 AM 07/08/2018 10:40 AM	6
SUMINISTRO Y VENTA DE EQUIPOS MEDICOS SA DE CV	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 09:58 AM	16
PRAHMEDICS S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 10:10 AM	4
BIOMEDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 11:13 AM	11
EQUIPOS MÉDICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 11:15 AM 07/08/2018 1:02 PM	8
MEDIBAC S DE RL DE CV	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 11:20 AM	6
ASESORÍA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, S.A DE C.V	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 11:29 AM 13/08/2018 10:20 AM	42
HEALTHCARE TECHNOLOGIES & SERVICES S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 11:29 AM	212
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO SA DE CV	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 11:35 AM	31
ELECTROMEDICA S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	09/08/2018 2:30 PM 07/08/2018 11:44 AM 14/08/2018 09:59 AM	42
POLYLUBEX S.A. DE C.V.	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	07/08/2018 12:14 PM	1
INBIOMED	Carta de interés	07/08/2018 4:06 PM	0
DHB BIOMED CONSULTANT GROUP SA DE CV	Carta de interés Solicitud de aclaraciones	09/08/2018 3:22 PM	85

Estas solicitudes de aclaración serán atendidas durante el presente acto.

La Convocante realiza las siguientes Modificaciones de aspectos establecidos en bases de licitación, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo estas las siguientes:

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 1

Se **MODIFICA** el primer párrafo del punto 15 **PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN** de las bases de la licitación el cual señala lo siguiente:

...

15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN:

Los bienes se entregarán e instalaran en un plazo de **30 (treinta) días naturales** contados a partir de la fecha del fallo de la presente licitación y en apego a lo que se establezca en el contrato que se le adjudique al proveedor ganador, según las partidas de los bienes a entregar objeto de esta licitación, en los siguientes domicilios:

...

Para quedar de la siguiente manera:

...

15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN:

Los bienes se entregarán e instalaran en un plazo de **30 (treinta) días naturales** contados a partir de la emisión del pedido correspondiente y en apego a lo que se establezca en el contrato que se le adjudique al proveedor ganador, según las partidas de los bienes a entregar objeto de esta licitación, en los siguientes domicilios:

...

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 2

Se **AGREGA** a las partidas 23 y 28 como parte de las especificadores técnicas del ANEXO 1 el requerimiento de muestra física.

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 3

Se **AGREGA** la especificación de número de las partidas que se requiere muestras físicas y se **MODIFICA LA FECHA** para la presentación de la muestra individual de los bienes a ofertar señalada en el primer párrafo del punto 19 de la sección II de las bases de licitación, para quedar de la siguiente manera:

...

19. MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACIÓN:

Se presentará muestra física de las **partidas 23, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 del ANEXO 1** y de las cuales se oferten por lo que deberá contener todas las especificaciones técnicas ofertadas dichas muestras se presentarán del **20 al 23 de agosto de 2018** en las oficinas del ISESALUD ubicadas en la av. Pionero #1005 palacio federal tercer piso, centro cívico y comercial c.p. 21000, en la ciudad de Mexicali, Baja California, se dirigirán con el Lic. Roberto Carlos González Ibarra al tel. 686 55958 00 ext. 4510. Para lo cual llevaran el **ANEXO 3 "formato de entrega de muestras"** para su sello y firma, dicho documento se deberá entregar en el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas. Siendo causal de desecho el omitir este requisito.

...

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 4

Se **ELIMINAN** del cuadro de especificaciones técnicas de la **partida 15 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA** y **partida 29 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO** establecidas en el ANEXO 1 de las bases de licitación, los siguientes puntos:

Numero de partida	Nombre del apartado	Especificación técnica eliminada
15	Descripción	7.- Con medición de fármacos, con fármacos precargados y al menos 5 fármacos.

Numero de partida	Nombre del apartado	Especificación técnica eliminada
unidad de anestesia básica		8.- Registrador interconstruido para impresión de datos de paciente, medición y formas de onda
	Accesorios	5.- Un cable troncal, un sensor tipo dedal y un sensor multisitio, ambos reusables, para oximetría de pulso. 6.- Un sensor reusable de temperatura (de piel o de superficie) y un sensor de temperatura esofágico o rectal. 7.- Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto, uno adulto obeso y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. 9.- Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vías aéreas desechables. 10.- Para CO2 por técnica sidestream: 12 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra. 11.- Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales.
	Consumibles	100 electrodos para ECG adulto y 100 electrodos para ECG pediátrico.
	Normativa	4.- Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde, aire - amarillo; pudiendo se aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo. 5.- Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. 6.- Dos circuitos de paciente adulto reusables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) o diez circuitos desechables libres de látex. 7.- Tres mascarillas reusables o desechables libres de látex de tamaños grande, mediano y chico, una de cada tamaño, Con arnés o sujetador. 8.- Dos cámaras de humidificación reusables o diez desechables adulto/pediátrica. 9.- Dos cámaras de humidificación reusables neonatales o diez desechables.

Numero de partida	Nombre del apartado	Especificación técnica eliminada
29 esterilizador de vapor autogenerado	Consumibles	1.-Papel y tinta para impresor

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 5

MODIFICAN LAS FECHAS de: **presentación de propuestas y apertura de proposiciones y fallo** establecidas en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el sistema electrónico Compranet el día 2 de agosto del 2018, y el documento que contiene las bases de la licitación; para quedar de la siguiente manera:

Presentación y apertura de proposiciones	24 de agosto de 2018 a las 14:00 horas
Fallo	29 de agosto de 2018 a las 12:30 horas

La entrega de proposiciones (sobre cerrado) de los participantes se llevará a cabo a más tardar el día 24 de agosto de 2018 hasta las 14:00 horas, en la recepción de la Dirección de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, domicilio en Calzada Independencia #994, Centro Cívico, C.P. 21000, en Mexicali, Baja California.

Una vez recibidas las proposiciones (sobre cerrado), el acto de **apertura de proposiciones** se llevara a cabo a las **14:00 horas del día 24 de agosto del 2018**, en la Sala Audiovisual del Poder Ejecutivo de Baja California, ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, domicilio en Calzada Independencia #994, Centro Cívico, C.P. 21000, en Mexicali, Baja California.

El acto de fallo se realizara en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor, en el domicilio antes mencionado.

Las modificaciones previstas en el presente punto, pasan a formar parte integrante de las bases de licitación, y serán de observancia obligatoria para los licitantes participantes. Se modifican las fechas que se establecieron en las bases de licitación y que guarden relación con lo asentado en esta aclaración.

Acto seguido se procede a dar respuesta a las solicitudes de aclaración en los siguientes términos:

CUESTIONARIOS PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA

DISTRIBUIDORA DE FOCOS S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON CARTA APOYO DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
TECNICA	1	PARTIDA 27 EN EL PUNTO 1.4.4	CON UNA INCLINACIÓN DE ASIENTO DE 10 Y 20 GRADOS, MOVIMIENTO DE ASIENTO DE 30 GRADOS HACIA LA IZQUIERDA Y DERECHA SE SOLICITA AL CONVOCANTE RETIRAR LA ESPECIFICACIÓN DE ANGULACIÓN DEL SILLÓN YA QUE ESTO ELEVA A MÁS DEL DOBLE EL COSTO DEL EQUIPO A OFERTAR, Y ESTO SE PUEDE RESOLVER CON EL MOVIMIENTO DE LOS DESCASA BRAZOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	2	PARTIDA 27 PUNTO 3.15	LAMPARA DE FOTOCURADO, SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTE LA ESPECIFICACIÓN DE LÁMPARA LED NORMAL PARA QUE CUALQUIERA PUEDA PARTICIPAR, YA QUE LA SOLICITADA ELEVARÍA EL DOBLE DEL PRECIO DEL EQUIPO A OFERTAR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
TECNICA	3	PARTIDA 27 EN EL PUNTO 2.2	DE LÁMPARA ESTERMATOLÓGICA SE SOLICITA CABEZAL DE ALUMINO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABEZAL DE ABS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
TECNICA	4	PARTIDA 27 EN EL PUNTO 4.1	- DE JERINGA TRIPLE SE SOLICITA DE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JERINGA DE ALUMINIO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
TECNICA	5	PARTIDA 29	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR LA MEDIDA DEL CONSUMIBLE BOLSA DE ESTERILIZACIÓN SOLICITADA.	SE ACLARA QUE LA MEDIDA DE LA BOLSA SERÁ DE ACUERDO A LA QUE SEA UTILIZABLE DE ACUERDO AL PRODUCTO QUE OFERTE
TECNICA	6	PARTIDA 29	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE RETIRAR DE LOS CONSUMIBLES LA TINTA Y PAPEL PARA IMPRESORA DADO QUE ESTA NO SE MIRA ESPECIFICADA EN LA FICHA TECNICA.	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 4
TECNICA	7	PARTIDA 29	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO ENTREGAR LOS DOS ACCESORIOS OPCIONALES (CANASTILLA Y CARRO PARA TRANSPORTE) PARA ESTA PARTIDA, O SI NOS ACEPTAN ENTREGAR SOLAMENTE LA CANASTILLA? DEBIDO A QUE VEMOS QUE NO ES INDISPENSABLE TENER UN CARRO PARA TRANSPORTE	AL SER CONSUMIBLES OPCIONALES, SE ACEPTA OFERTAR EQUIPO CON O SIN CANASTILLA SIN O CON para transporte

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			PARA ESTE EQUIPO YA QUE ES UN ESTERILIZADOR DE MESA. ¿SE ACEPTA?	
TECNICA	8	PARTIDA 51	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN OPCIONES DE LA PARTIDA 51 EL MARCADO GRABADO SOLICITADO DEBE SER CON PUNTA DIAMANTE O ETIQUETA	MARCADO PUNTA DIAMANTE
TECNICA	9	PARTIDA 53	SE LE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN OPCIONES DE LA PARTIDA 53 EL MARCADO L MARCADO DEBE DE ESTAR GRABADO EN EL INSTRUMENTO O EN UNA ETIQUETA.	GRABADO EN INSTRUMENTO
TECNICA	10	PARTIDA 46 PUNTO 5	CON DOS PUERTAS Y TRES CAJONES LATERALES COMBINABLES CON EL BASTIDOR ACOJINADO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA MESA CON SOLO DOS PUERTAS CORREDIZAS CON JALADERA INTEGRADA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	11	PARTIDA 46 PUNTO 8	DIMENSIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ANCHO 88 CM, LARGO 170CM Y ALTURA 60CM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	12	PARTIDA 46 PUNTO 2	FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO RECUBIERTA CON PINTURA HORNEADA TERMOENDURECIBLE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA CON ACABADO ESMALTADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	13	PARTIDA 32	REFERENTE A ACCESORIOS SOPORTE PARA LAMPARA DE EXAMINACION, SE SOLICITA AL CONVOCANTE RETIRAR ESTE ACCESORIO YA QUE ESTO ELEVA A MÁS DEL DOBLE EL COSTO DEL EQUIPO A OFERTAR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	14	- PARTIDA 39	SE LE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS ACLARE DEL PUNTO INSTALACIÓN SI EL MARCADO PUEDE SER CON ETIQUETA O PUNTA DIAMANTE.	MARCADO PUNTA DIAMANTE
TECNICA	15	PARTIDA 39 PUNTO 1	MANGUERA DE SILICON, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO FLEXIBLE DE PVC ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR TUBO FLEXIBLE DE PVC
TECNICA	16	PARTIDA 39 PUNTO 2	CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAMPANA COMPUESTA DE ALUMINIO ULTRA LIGERO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR CAMPANA COMPUESTA DE ALUMINIO ULTRA LIGERO
TECNICA	17	PARTIDA 40 PUNTO 3	UN TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO DE 40 CM COMO MÍNIMO., SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO FLEXIBLE DE PVC 21" ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR TUBO FLEXIBLE DE PVC 21"
TECNICA	18	PARTIDA 40 PUNTO 4	CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAMPANA COMPUESTA DE ALUMINIO ULTRA LIGERO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA OFERTAR CAMPANA COMPUESTA DE ALUMINIO ULTRA LIGERO
TECNICA	19	PARTIDA 30 PUNTO 12	CON LENTES O GAFAS DE PROTECCION COLOR AMBAR PARA USUARIO Y PACIENTE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO CONSUMIBLE OPCIONAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	20	PARTIDA 30 PUNTO 9	CON INDICADOR AUDIBLE DE: 9.1.- INICIO Y FIN DE CICLO DE FOTOCURADO. 9.2.- BATERÍA BAJA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO SIN ESTE INDICADOR YA QUE SOLICITAN CON INDICADOR VISUAL ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	21	PARTIDA 32 PUNTO 8	TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS O REMOVIBLES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTARLO COMO CONSUMIBLE OPCIONAL, YA QUE ESTO ELEVA EL COSTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	15 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN	¿SE PUEDE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 90 DÍAS NATURALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 34, POR EL TIEMPO DE FABRICACIÓN DE LOS APARATOS?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1
TECNICA	2	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOLICITO AMABLEMENTE ACEPTAR PARA LA PARTIDA NO. 55 COTIZACIÓN DE TERMÓMETRO DE ALCOHOL QUE ES IGUAL DE PRECISO Y SUSTITUYE AL DE MERCURIO YA QUE ESTA DESCONTINUADO POR LA PELIGROSIDAD DEL MATERIAL (MERCURIO)	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
ADMINISTRATIVA	3	15 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN	EN LAS BASES EN DICHO PUNTO EN EL FORMATO DE LA DISTRIBUCIÓN EN LA ÚLTIMA COLUMNA DESCRIBEN JVGUERR, LA PREGUNTA ES ¿CUÁL ES EL LUGAR DE ENTREGA?	JURISDICCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.
TECNICA	4	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE PUEDE PARA LAS PARTIDAS 19 Y 24 OFERTAR PRODUCTOS QUE REALIZAN LA TAREA DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR EVITANDO EL RIESGO DE VAPOR A PRESIÓN Y GASTO DE AGUA ESPECIALIZADA PARA TAL FUNCIÓN	NO SE ACEPTA

CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	52.- DICE: CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN.	PREGUNTA 1: LOS CATÁLOGOS E INSTRUCTIVOS QUE PRESENTAREMOS VIENEN CON EL FOLIO QUE ESTÁ IMPRESO DE FÁBRICA SE ACEPTA?	SE ACEPTA
TECNICA	1	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA DICE:PUNTOS 7.- CON MEDICIÓN DE FÁRMACOS, CON FÁRMACOS PRECARGADOS Y AL MENOS 5 FÁRMACOS.8.- REGISTRADOR INTERCONSTRUÍDO PARA IMPRESIÓN DE DATOS DE PACIENTE, MEDICIÓN Y FORMAS DE ONDA 5.- UN CABLE TRONCAL, UN SENSOR TIPO DEDAL Y UN SENSOR MULTISITIO, AMBOS REUSABLES, PARA OXIMETRÍA DE PULSO.6.- UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O DE SUPERFICIE) Y UN SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO O RECTAL.7.- BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO, UNO ADULTO OBESO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON	PREGUNTA: 1 ENTENDEMOS QUE ESTOS PUNTOS (7, 8, 5, 6, 7, 8, 9,10 Y 11) SE REFIEREN A UN ERROR EN CEDULA, DEBIDO A QUE NO SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES. ES CORRECTO	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 4

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
		<p>CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.8.- UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS.100 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO Y 100 ELECTRODOS PARA ECG PEDIÁTRICO.9.- PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE O 20 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES.10.- PARA CO2 POR TÉCNICA SIDESTREAM: 12 TRAMPAS DE AGUA (EN CASO DE REQUERIRSE), 20 LÍNEAS DE MUESTRA.11.- PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES.</p>		
TECNICA	2	PARTIDA 15 UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICADICE:PUNTO NORMATIVA:	PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ERROR EN CEDULA DEBIDO A QUE LOS PUNTOS SOLICITADOS A PARTIR DEL REFERENCIADO PUNTO 4.- AL 9.- NO CORRESPONDEN A UNA MÁQUINA DE ANESTESIA, ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO.4

SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	PUNTO 19. MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUAR. PRESENTARÁ MUESTRA ÚNICAMENTE DE LAS PARTIDAS QUE ASÍ LO REQUIEREN EN EL ANEXO 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, INDICAR EN EL ANEXO 1, LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN DE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS, YA QUE EN EL FORMATO ACTUAL, NO SE INDICAN O DETALLAN LAS PARTIDAS QUE ASÍ LO REQUIEREN. FAVOR DE ACLARAR.	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO.3
ADMINISTRATIVA	2	PUNTO 19. MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUAR.	PARA LAS PARTIDAS QUE INCLUYEN ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES MARCADOS COMO OPCIONALES EN LAS FICHAS TÉCNICAS, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA EL NO PRESENTAR ESTOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES COMO PARTE DE LA MUESTRA FÍSICA, YA QUE ENTENDEMOS QUE ES A ELECCIÓN DEL LICITANTE AGREGARLOS O NO EN LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CUANDO SE TRATE DE ACCESORIOS OPCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO DICHS ACCESORIOS NO AFECTEN LA OPERATIVIDAD DEL PRODUCTO QUE SE OFERTA, EN CASO DE CONTRARIO SI DEBEN OFERTAR.
	3	PUNTO 19. MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUAR. OFICINAS ISESALUD...	CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS A LOS LICITANTES QUE TIENEN INTENCIONES DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE LA ENTREGA DE MUESTRA ENVIADAS POR MENSAJERÍA O PAQUETERÍA, PREVIO A LA FECHA INDICADA EN LAS BASES, CONSIDERANDO LOS DATOS INDICADOS EN EL PRESENTE NUMERAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	4	SECCIÓN III, INCISO S) SECCIÓN IV, PUNTO 39.	ENTENDEMOS QUE PARA AMBOS PUNTOS SOLICITADOS EN LAS BASES, TENEMOS LA OPCIÓN DE PRESENTAR LA CONSTANCIA DE VISITA DE SITIO O ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCEMOS LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS BIENES DE LAS PARTIDAS QUE ASÍ LO REQUIERAN. LO ANTERIOR SIN SER CAUSA DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTA EN PRESENTAR ALGUNA DE LAS DOS OPCIONES ESTABLECIDAS EN LA SECCIÓN III, INCISO S) DE LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBIENDO FORMULAR ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE ACEPTA LA RESPONSABILIDAD BAJO SU RIESGO DE CONOCER LAS INSTALACIONES _____, DEBIENDO INCLUIR DICHO ESCRITO DENTRO DE SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE EL ISESALUD NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD O COSTO ALGUNO NO CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
TECNICA	5	PARTIDA NO. 2.- UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. PUNTO 12. SISTEMA AUDIOVISUAL	CONSIDERANDO QUE ES UNA CARACTERÍSTICA INUSUAL Y POCO COMÚN PARA UN EQUIPO DE ESTA NATURALEZA, ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL TRABAJO DEL EQUIPO CON INDICADORES DE TRABAJO AUDIBLES (SONIDOS) Y VISUALES (LUZ) DURANTE EL TRABAJO EN EL QUIRÓFANO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PUNTO QUE SEÑALA SE REFIERE A UN SISTEMA AUDIOVISUAL COMO UN INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE CORTE, COAGULACIÓN Y ALARMA.
TECNICA	6	PARTIDA NO. 2.- UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA. CONSUMIBLES. FILTRO DE CARBÓN ACTIVO PARA REMOVER OLORES Y GASES TÓXICOS	ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR AL SOLICITAR ESTE CONSUMIBLE EN ESTE EQUIPO, YA QUE PARA EL USO DE UN FILTRO DE CARBÓN ACTIVO, SE REQUIERE DEL USO DE UN EVACUADOR DE HUMO PARA EL TRABAJO CON LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTE CONSUMIBLE DEBE SER ELIMINADO DE LA FICHA TÉCNICA PARA EL EQUIPO SOLICITADO EN LA PARTIDA NO. 2. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO EXISTE ERROR, EL FILTRO QUE SE REFIERE SE ESTA CONSIDERANDO, YA QUE PARA HOSPITAL /UNEME DONDE ES REQUERIDA LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA SE REQUIERE DE ESTE CONSUMIBLE ESTANDAR, NO SE ELIMINA
TECNICA	7	PARTIDA NO. 13.- ELECTROCARDIOGRAFO INTERMEDIO ACCESORIO: BASE RODABLE OPCIONAL	ENTENDEMOS QUE LA INCLUSIÓN EN LAS PROPUESTA DE CADA LICITANTE DE LOS ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES COMO OPCIONALES, SERÁN A CONSIDERACIÓN DE CADA LICITANTE, POR LO QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTA EL OMITIR LA INCLUSIÓN DE ALGÚN ACCESORIO Y/O CONSUMIBLE INDICADO COMO OPCIONAL EN LA FICHA TÉCNICA PUBLICADAS POR LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CUANDO SE TRATE DE ACCESORIOS OPCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO DICHS ACCESORIOS NO AFECTEN LA OPERATIVIDAD DEL PRODUCTO QUE SE OFERTA, EN CASO DE CONTRARIO SI DEBEN OFERTAR.

SERVICIO INTEGRAL PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES E INSTALACIÓN. PARTIDA 25. COLPOSCOPIO INTERMEDIO. GARNTIA 2 AÑOS AL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO	RESPECTO A LA SECCIÓN DE GARANTIA, NUESTROS FABRICANTE ES EL QUE OFERSE LA GARANTIA LA CUAL ES DE 1 AÑO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE INSTALA EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA UN AÑO DE GARANTÍA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	2	BASES DE LA CONVOCATORIA SECCION II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION. PUNTO 15 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION DE LOS BIENES "LOS BIENES SE ENTREGARÁN E INSTALARAN EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN"	RESPECTO A ESTE PUNTO, LA PARTIDA 25 COLPOSCOPIO INTERMEDIO Y PARTIDA 59 LUPAS MAGNIFICADORAS, QUE COTIZAREMOS VIENEN DESDE EL EXTRANJERO, POR LO CUAL TARDA 45 DÍAS HÁBILES EN LLEGAR A SU DESTINO. ¿SE ACEPTA QUE LA FECHA DE ENTREGA E INSTALACIÓN SEA EN 45 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE TA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1
TECNICA	3	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES E INSTALACIÓN. PARTIDA 59. LUPAS MAGNIFICADORAS	EN CUANTO A LUPAS REQUERIMOS SABER QUÉ TIPO DE CONFIGURACIÓN REQUIEREN: ¿CASCO O ANTEOJOS? ASÍ COMO MAGNIFICACIÓN Y DISTANCIA DE TRABAJO SE REQUIERE PARA LAS LUPAS.	SE REQUIERE CONFIGURACION: TIPO CASCO Y DISTANCIA DE TRABAJO DE 30 CM

DIMSIA INTERPRETACION MEDICA S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	PUNTO 4	CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE ADQUIERA EQUIPOS DE CALIDAD GARANTIZANDO UN LARGA VIDA ÚTIL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLO SE ACEPTE EQUIPO MÉDICO DE PROCEDENCIA DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA COMO TAL. SERAN ACEPTADAS TODAS AQUELLAS PROPUESTA, QUE CUMPLAN CON LAS ESPCIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO Y PRESENTEN CETIFICADOS DE CALIDAD SEGÚN SU PAIS ORIGEN Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS REQUERIDAS EN EL PUNTO 21 DE LAS BASES. e
ADMINISTRATIVA	2	PUNTO 37 INCISO S)	ENTENDEMOS QUE PARA LAS PARTIDAS QUE NO REQUIEREN VISITA A LAS INSTALACIONES, SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA MANIFESTADO QUE LA VISITA "NO APLICA". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
TECNICA	3	PARTIDA 26	PUNTO 1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CARÁTULA CON ESCALA SEA DE FONDO BLANCO CON ESCALA EN COLOR NEGRO Y AGUJA ROJA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA LECTURA MAS PRECISA Y SIN ERRORES DE PARALELAJE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	4	PARTIDA 26	PUNTO 2.1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE BRAZALETE REUSABLE CON BOLSA DE INSUFLACIÓN INTERCONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA LIBRE DE LÁTEX, CON EL FIN DE SER MAS COMPACTO Y DE MAYOR MANIOBRABILIDAD EN EL USO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	5	PARTIDA 26	PUNTO 3 ENTENDEMOS QUE LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE DEBERÁ SER METÁLICA CON EL FIN DE GARANTIZAR MAYOR PRECISIÓN EN EL CONTROL FINO PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA ¿SE ACEPTA?	LA VÁLVULA DEBERÁ SER DEL MATERIAL QUE UTILICE EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	6	PARTIDA 35	PUNTO 9. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR BÁSCULA CON BANDEJA DE PESAJE CON DIMENSIONES DE 55.9 X 28.7 X 9.4 CM, PERMITIENDO SUBIR A DIFERENTE TAMAÑO DE PACIENTES BEBE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA.
	7	PARTIDA 36	PUNTO 1.5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR CONECTIVIDAD EMR A TRAVÉS DE USB O MICRO USB O RS232. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. el

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	8	PARTIDA 36	PUNTO 2.1. ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR ESTADIMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 76 CM O MENOR A 214 CM O MAYOR, PARA UN RANGO MAYOR DE ALTURA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	9	PARTIDA 38	PUNTO 1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CARÁTULA CON ESCALA SEA DE FONDO BLANCO CON ESCALA EN COLOR NEGRO Y AGUJA ROJA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA LECTURA MAS PRECISA Y SIN ERRORES DE PARALELAJE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	10	PARTIDA 38	PUNTO 2.1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE BRAZALETE REUSABLE CON BOLSA DE INSUFLACIÓN INTERCONSTRUIDA EN UNA SOLA PIEZA LIBRE DE LÁTEX, CON EL FIN DE SER MAS COMPACTO Y DE MAYOR MANIOBRABILIDAD EN EL USO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	11	PARTIDA 38	PUNTO 3 ENTENDEMOS QUE LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE DEBERÁ SER METÁLICA CON EL FIN DE GARANTIZAR MAYOR PRECISIÓN EN EL CONTROL FINO PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA ¿SE ACEPTA?	LA VÁLVULA DEBERÁ SER DEL MATERIAL QUE UTILICE EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	12	PARTIDA 38	PUNTO 4. ENTENDEMOS QUE LAS MANGUERAS O TUBOS EN ESPIRAL LIBRES DE LÁTEX, DEBERÁN TENER UNA EXTENSIÓN DE HASTA 300 CM PARA MEJOR ALCANCE DEL PACIENTE EN CONSULTORIO. ¿ES CORRECTO?	LAS MANGUERAS DEBERÁN DE TENER LA EXTENSIÓN QUE UTILICE EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	13	PARTIDA 39	PUNTO 2. ENTENDEMOS QUE TANTO LA CAMPANA COMO LOS AURICULARES DEBERÁN SER DE ACERO INOXIDABLE. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	14	PARTIDA 39	INSTALACIÓN. FAVOR DE INDICAR COMO SE DESEA EL MARCADO (ISESALUD 2018)	CON LETRA LEGIBLE DESBASTADA EN CAMPANA EN AREA VISIBLE EN PUNTA DIAMANTE
TECNICA	15	PARTIDA 39	PARA EL CASO DE LA MUESTRA FÍSICA NO SERÁ NECESARIO EXHIBIR ÉSTE MARCADO (ISESALUD 2018) O SE PODRÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA CON ALGÚN MARCADO DIFERENTE. FAVOR DE CONFIRMAR	PARA MUESTRA NO SERÁ NECESARIO EL MARCADO
TECNICA	16	PARTIDA 40	PUNTO 2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR OLIVAS SUAVES DE SILICÓN GRADO MÉDICO. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA OFERTAR OLIVAS SUAVES, DEBERÁ OFERTAR OLIVAS FLEXIBLES
TECNICA	17	PARTIDA 40	INSTALACIÓN. FAVOR DE INDICAR COMO SE DESEA EL MARCADO (ISESALUD 2018)	CON LETRA LEGIBLE EN PUNTA DIAMANTE
TECNICA	18	PARTIDA 40	PARA EL CASO DE LA MUESTRA FÍSICA NO SERÁ NECESARIO EXHIBIR ÉSTE MARCADO (ISESALUD 2018) O SE PODRÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA CON ALGÚN MARCADO DIFERENTE. FAVOR DE CONFIRMAR	PARA MUESTRA NO SERÁ NECESARIO EL MARCADO
TECNICA	19	PARTIDA 41	PUNTO 3.1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR "CON AL MENOS 6 APERTURAS Y 2 FILTROS VERDE Y AZUL" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	20	PARTIDA 41	PUNTO 3.2.- SOLICITAMOS SE ACEPTE CON AL MENOS 18 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -20 A +20. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	21	PARTIDA 43	PUNTO 1.3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR FONDO BLANCO Y NÚMEROS EN COLOR NEGRO, CARÁTULA CÓNCAVA Y AGUJA ROJA PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD Y REDUCIR LOS ERRORES AL OBSERVAR LA CARÁTULA DESDE DIFERENTES ÁNGULOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	22	PARTIDA 43	PUNTO 1.4. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR GRADUACIÓN NUMÉRICA GRABADA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	23	PARTIDA 43	PUNTO 1.8 SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR MECANISMO DEL BAUMANÓMETRO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	24	PARTIDA 43	PUNTO 4. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CARCASA CONSTRUIDO EN MATERIAL DE ALTO IMPACTO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	25	PARTIDA 43	PUNTO 7. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR SISTEMA DE CONEXIÓN A PRESIÓN CON PUERTO GIRATORIO O DE ADAPTADOR INSERTABLE PARA CAMBIO RÁPIDO DEL BRAZALETE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	26	PARTIDA 58	NORMATIVA: LOS EQUIPOS OFERTADOS SON DE PROCEDENCIA EUROPEA, ORIGEN ALEMAN, SOLICITAMOS SE ACEPTE ESTÁNDAR FDA O SU EQUIVALENTE CE O CERTIFICADO DE LIBRE VENTA PARA PRODUCTOS DE ORIGEN EUROPEO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA CON LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS Y ACEPTADOS SEGÚN EL NUMERAL 21 DE LAS BASES DE LICITACIÓN

TECHNODOMUS, S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	SECC.IV VISITA A INSTALACIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE DÉ UNA FECHA NUEVA CON UN HORARIO MÁS EXTENDIDO PARA REALIZAR LAS VISITAS A SITIO DE LOS HOSPITALES, YA ES EL LAPSO DE TIEMPO FUE MUY CORTO, PARA REALIZAR REVISIONES DE LOS ESPACIOS, ASÍ COMO LOS TRASLADOS QUE SE DEBEN HACER EN CADA HOSPITAL.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, NO ES POSIBLE OTORGAR NUEVA FECHA Y HORARIO.
TECNICA	2	ANEXO 1 PARTIDA 16	DEFINICIÓN. SOLICITA LA CONVOCANTE UN ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VAPORIZADO DESTINADO PARA PROCESAR MATERIALES REUSABLES METÁLICOS Y NO METÁLICOS QUE NO RESISTEN A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y LA HÚMEDAD DE LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE, NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A BASE DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN DE ESTERILIZAR MATERIALES REUSABLES METÁLICOS Y NO METÁLICOS QUE NO RESISTEN A ALTAS TEMPERATURAS Y HÚMEDAD. SIN QUE ESTO AFECTE LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	3	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 1.1. SOLICITAN DIMENSIONES TOTALES DE 838 X 1908 X 920 MM. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DIMENSIONES DE 800MM X 1730MM X 1002MM. HACIENDO ASÍ MÁS COMPACTO EL EQUIPO CON LA MISMA OPERABILIDAD. SIN QUE ESTO AFECTE LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	4	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 1.2. SOLICITAN DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE 432 X 381 X 826 MM. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON DIMENSIONES DE CÁMARA DE 450MM x 400MM x 750MM. HACIENDO ASÍ MÁS COMPACTO EL EQUIPO CON LA MISMA OPERABILIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	5	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 1.3. SOLICITAN UN VOLUMEN ÚTIL DE CÁMARA DE 136 L MÍNIMO. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN VOLUMEN TOTAL DE 136 L. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	6	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 4.9. SOLICITAN DOS PARRILLAS DESLIZABLES QUE SE PUEDAN RETIRAR TOTALMENTE. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DOS PARRILLAS RETRACTILES SIN QUE ESTO SEA UN IMPEDIMENTO PARA LA OPERATIVIDAD Y PROCESAMIENTO DEL INSTRUMENTAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	7	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 5.3. SOLICITAN CONVERTIDOR CATALÍTICO QUE CONVIERTE LOS RESIDUOS DEL AGENTE ESTERILIZANTE EN VAPOR DE AGUA Y OXÍGENO. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CONVIERTE LOS RESIDUOS DEL AGENTE ESTERILIZANTE EN VAPOR DE AGUA Y OXÍGENO A TRAVÉS DE UNA ANTENA DE RADIOFRECUENCIA, SIN QUE ESTO AFECTE EL PROCESO DE	NO SE ACEPTA

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			ESTERILIZACIÓN Y SEA UN RIESGO PARA LOS USUARIOS. ¿SE ACEPTA?	
TECNICA	8	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 7.1. SOLICITAN DOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN: PARA INSTRUMENTOS CANULADOS DE 55 MINUTOS MÁXIMO Y NO CANULADOS DE 28 MINUTOS MÁXIMO. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTA CON DOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN DE 55 Y 33 MINUTOS EN LOS CUALES QUE PUEDE PROCESAR INSTRUMENTAL CANULADO Y NO CANULADO INDISTINTAMENTE QUE CUMPLE CON EL NIVEL DE PENETRACIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	9	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 9.1. SOLICITAN CARTUCHO DE ESTERILIZANTE AL 59% PARA 15 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CARTUCHO DE ESTERILIZANTE PARA 12 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A UNA CONCENTRACIÓN AL 58% ESTO SIN AFECTAR LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	10	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 10.1 Y 10.2. SOLICITAN QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) STANDARD UL 61010-1 SEGUNDA EDICIÓN Y CANADIAN STANDARD ASOCIATION (CSA) CAN/CSA 22.2 NO. 61010-1 SEGUNDA EDICIÓN. POR LO CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUMPLIR ESTOS PUNTOS CON LOS ESTÁNDARES ISO 13485:2003 ISO 14937:2000 MDD 93/42/EEC+2007/24/CE YA QUE SU SOLICITUD LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	10	ANEXO 1 PARTIDA 16	PUNTO 10.1 Y 10.2 EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE AL LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERDERÍA LA OPORTUNIDAD DE RECIBIR MAS PROPUESTAS Y OPCIONES, LO CUAL BENEFICIA A LA CONVOCANTE PARA TOMAR UNA MEJOR DECISIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE RECONSIDERA QUE ES NECESARIO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD QUE SEÑALA EL PUNTO ANTERIOR CONCATENADO CON LA RESPUESTA DADA, LO CUAL NO LIMITA LA PARTICIPACIÓN.

SOMMET MEDICAL S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	37, A)	ENTENDEMOS QUE PARA LA CARTA SOLICITADA POR PARTE DE ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA ES SUFICIENTE QUE MENCIONE LO QUE INDICA EL SUBINCISO 1 "CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO." LOS OTROS SUBINCISOS CORRESPONDEN A INFORMACIÓN QUE PROVEE EL LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
ADMINISTRATIVA	2	37, C)	ENTENDEMOS QUE LAS PARTIDAS QUE NO REQUIERAN MUESTRA INDIVIDUAL NO PRESENTARÁN ESTE OFICIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
ADMINISTRATIVA	3	15	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ENTREGA DE 60 DÍAS, DADO QUE SON EQUIPOS DE IMPORTACIÓN- ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1
ADMINISTRATIVA	4	37, F)	ENTENDEMOS QUE EL "CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN" APLICA PARA PRODUCTOS NACIONALES Y QUE LOS IMPORTADOS ACREDITARÁN SU CALIDAD MEDIANTE LOS CERTIFICADOS ISO 9001/2008, ISO13485 O ISO 783:1999. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, ASÍ COMO LOS DEMÁS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	5	39	ENTENDEMOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 37, S) DE LA LICITACIÓN, QUE LA CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES ES SUSTITUIBLE POR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CONOCEN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DONDE SE REQUIERE LA ENTREGA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBIENDO FORMULAR ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE ACEPTA LA RESPONSABILIDAD BAJO SU RIESGO DE CONOCER LAS INSTALACIONES _____, DEBIENDO INCLUIR DICHO ESCRITO DENTRO DE SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE EL ISESALUD NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD O COSTO ALGUNO NO CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
TÉCNICA	6	PARTIDA 15, PUNTO 1.2	PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL LA CAPACIDAD DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA CON AIRE AMBIENTAL EN CASO DE FALLO TOTAL DE GASES MEDICINALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA; TIENE QUE CUMPLIR CON TODO LO ESPECIFICADO: VENTILADOR INTERCONSTRUIDO CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE VENTILAR AUTOMÁTICAMENTE CON AIRE AMBIENTAL EN CASO DE FALLO TOTAL DE GASES MEDICINALES (O2 O AIRE), CON DESACOPLO DE FLUJO DE GAS FRESCO QUE GARANTICE EL VOLUMEN CORRIENTE INDEPENDIENTEMENTE DEL FLUJO DE GAS FRESCO.
TECNICA	7	PARTIDA 15, PUNTO 1.3	DADA LA NECESIDAD DE TENER MÁS EQUIPOS CONECTADOS A LA MÁQUINA, RECOMENDAMOS SEAN 4 CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS LO QUE SE SOLICITA. ¿SE ACEPTA?	EL MINIMO SON 2 CONTACTOS SE ACEPTA LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS SOLICITANTES
TÉCNICA	8	PARTIDA 15, PUNTO 1.5	DADA LA NECESIDAD DEL ÁREA USUARIA DE TENER MÁS ESPACIO PARA EL RESGUARDO DE ACCESORIOS, RECOMENDAMOS SE SOLICITEN 3 CAJONES COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?	EL MINIMO SON 2 CAJONES SE ACEPTA SE ACEPTA LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS SOLICITANTES
TÉCNICA	9	PARTIDA 15, PUNTO 1.6	AL CONSIDERAR QUE NO REPRESENTA NINGUNA VENTAJA LA MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR MESA DE TRABAJO FIJA INTERCONSTRUIDA A LA MÁQUINA, DE MANERA QUE SE GARANTIZA SU FUNCIONAMIENTO AL NO DEPENDER DE UN MECANISMO PARA OCUPAR Y DESOCUPAR LA MESA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	10	PARTIDA 15, PUNTO 1.10	PARA DAR UNA VENTAJA ECONÓMICA A LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR BATERÍA DE RESPALDO INTERNA DE 60 MINUTOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	11	PARTIDA 15, PUNTO 1.12	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	12	PARTIDA 15, PUNTO 2.1	ENTENDEMOS QUE EL VAPORIZADOR DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA PARA EVITAR INCOMPATIBILIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	13	PARTIDA 15, PUNTO 2.1	SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR VAPORIZADORES CON GARANTÍA DE 10 AÑOS Y LIBRES DE MANTENIMIENTO POR ESE MISMO PERIODO, PARA QUE LA CONVOCANTE RECIBA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	14	PARTIDA 15, PUNTO 2.2	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "MODO DE TRANSPORTE" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	15	PARTIDA 15, PUNTO 2.3	PARA REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR COMO "INDICADOR DE NIVEL CON MARCA PARA NIVEL MÁXIMO Y MARCA PARA NIVEL MÍNIMO". ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	16	PARTIDA 15, PUNTO 4.1.1	CON LA FINALIDAD DE REFERENCIAR DE FORMA APROPIADA SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CAPACIDAD MÍNIMA DE 2KG. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	17	PARTIDA 15, PUNTO 4.2	DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA QUE PRESENTAMOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO RECIPIENTE CÁNISTER EXTERNO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	18	PARTIDA 15, PUNTO 4.5	DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA QUE PRESENTAMOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA REFERENCIAR SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	19	PARTIDA 15, PUNTO 5	PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL LA CAPACIDAD DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA CON AIRE AMBIENTAL EN CASO DE FALLO TOTAL DE GASES MEDICINALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	20	PARTIDA 15, PUNTO 5.3.	RECOMENDAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL ÁREA USUARIA SOLICITEN LAZOS (LOOPS) PRESIÓN-VOLUMEN Y FLUJO-VOLUMEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LOS SOLICITADO EN BASES DE LICITACION
TÉCNICA	21	PARTIDA 15, PUNTO 5.3.2	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA DEL VENTILADOR DE 8.4" O MAYOR SENSIBLE AL TACTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA EL MINIMO ES 10"
TÉCNICA	22	PARTIDA 15, PUNTO 5.5.4	RECOMENDAMOS SOLICITEN OFERTAR RANGO DE 2 A 99 RPM PARA MÁS GRANDE DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA? GARANTIZAR LA ATENCIÓN A UN GRUPO	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TÉCNICA	23	PARTIDA 15, PUNTO 5.5.7	RECOMENDAMOS SE SOLICITE PAUSA INSPIRATORIA Y SUSPIRO, AL SER UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA PREVENCIÓN DE ATELECTASIAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TÉCNICA	24	PARTIDA 15, PUNTO 5.5.8	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE PUNTO DEBEMOS ENTENDER QUE SE SOLICITA PRESIÓN SOPORTE Y QUE DEBERÁ OFERTARSE DICHA CARACTERÍSTICA. ¿ES CORRECTO?	SE DEBE OFERTAR Y REFERENCIAR PRESION SOPORTE.
TÉCNICA	25	PARTIDA 15, PUNTO 5.7	ENTENDEMOS SOLICITAN CURVA DE PRESIÓN Y CURVA DE FLUJO EN VÍAS AÉREAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA, SE REFIERE A LA FORMA DE SALIDA UNICAMENTE
TÉCNICA	26	PARTIDA 15, PUNTO ACCESORIOS 1	DEBIDO A QUE EN LA MAYORIA DE LOS HOSPITALES SE UTILIZAN CIRCUITOS DESECHABLES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	27	PARTIDA 15, PUNTO ACCESORIOS 2	DEBIDO A QUE EN LA MAYORIA DE LOS HOSPITALES SE UTILIZAN CIRCUITOS DESECHABLES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR 5 CIRCUITOS DESECHABLES TIPO BAIN PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	28	PARTIDA 15, PUNTO ACCESORIOS 3	DEBIDO A QUE EN LA MAYORIA DE LOS HOSPTILES SE UTILIZAN CIRCUITOS DESECHABLES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR 5 MASCARILLAS DESECHABLES DE CADA TAMAÑO PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	29	PARTIDA 15, PUNTO ACCESORIOS 4	DEBIDO A QUE EN LA MAYORIA DE LOS HOSPTILES SE UTILIZAN CIRCUITOS DESECHABLES, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR 10 CIRCUITOS DESECHABLES PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	30	PARTIDA 15, PUNTO ACCESORIOS 5 AL 11	TODOS LOS ACCESORIOS MENCIONADOS SE REFIEREN AL MONITOR DE SIGNOS VITALES, EL CUAL NO FORMA PARTE DE LA CÉDULA. ENTENDEMOS ENTONCES QUE DICHOS ACCESORIOS NO SE OFERTARÁN. ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 4
TÉCNICA	31	PARTIDA 15, CONSUMIBLES (ELECTRODOS)	LOS ELECTRODOS CORRESPONDEN A CONSUMIBLES DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, EL CUAL NO FORMA PARTE DE LA CÉDULA. ENTENDEMOS ENTONCES QUE DICHOS CONSUMIBLES NO SE OFERTARÁN. ¿ES CORRECTO?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 4
TÉCNICA	32	PARTIDA 15, CONSUMIBLES	FAVOR DE ESPECIFICAR CUANTO CIRCUITOS DESECHABLES SOLICITAN	5 CIRCUITOS DESECHABLES
TÉCNICA	33	PARTIDA 23, PUNTO 1	DE ACUERDO AL DESTINO DEL EQUIPO Y CONSIDERANDO LAS OPCIONES A FUTURO QUE SE ESTABLECEN, PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE SE SOLICITE UN MONITOR MODULAR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	34	PARTIDA 23, PUNTO 2	ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CONEXIÓN ALÁMBRICA PARA SISTEMA DE RED, ASÍ COMO CON UNA TARJETA INALÁMBRICA INTERCONSTRUIDA QUE LE PERMITA CONECTARSE A LA RED SIN NECESIDAD DE CABLES, CON LA POSIBILIDAD DE USAR PROTOCOLO TCP/IP ESTÁNDAR. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	35	PARTIDA 23, PUNTO 2	RECOMENDAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE QUE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES PUEDAN COMUNICARSE ENTRE ELLOS SIN LA NECESIDAD DE UNA CENTRAL DE MONITOREO, LO QUE DARÁ MAYORES BENEFICIOS AL NO CONTAR CON CENTRAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	36	PARTIDA 23, PUNTO 3	ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA PANTALLA SENSIBLE AL TACTO EN ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A PANTALLA CON TECNOLOGÍA LCD
TÉCNICA	37	PARTIDA 23, PUNTO 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÍNIMO DE 6 CURVAS SIMULTÁNEAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	38	PARTIDA 23, PUNTO 8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MÍNIMO DE 96 HORAS DE TENDENCIAS EN TODOS LOS PARÁMETROS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	39	PARTIDA 23, PUNTO 11	DE ACUERDO CON LA AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION), SON 10 ARRITMIAS LAS PRINCIPALES A MONITOREAR EN ESTE TIPO DE EQUIPOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS 10 ARRITMIAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	40	PARTIDA 23, PUNTO 18	RECOMENDAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR UN INDICADOR GRÁFICO DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL DE SATURACIÓN, PARA DAR MEJORES HERRAMIENTAS AL PERSONAL CLÍNICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	41	PARTIDA 23, PUNTO 25	ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBEN CONTAR CON PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, Y QUE A FUTURO SE ADQUIRIRÁN LOS ACCESORIOS PARA ELLO. ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	42	PARTIDA 23, PUNTO 26	ENTENDEMOS QUE PARA LA MANIPULACIÓN Y PARA CONTAR CON UN EQUIPO QUE PUEDA FUNCIONAR TANTO PARA CABECERA COMO PARA TRANSPORTE SE PUEDE OFERTAR UN PESO DE 4.1KG COMO MÁXIMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	43	PARTIDA 23, PUNTO 27	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE MANEJE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	44	PARTIDA 23, SIN PUNTO	RECOMENDAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE FUNCIÓN DE CÁLCULOS HEMODINÁMICOS Y RENALES PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, LO QUE LE IMPLICA UNA VENTAJA PARA EL ÁREA USUARIA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TECROM S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN:	SOLICITAMOS A SU HONORABLE DEPENDENCIA NOS CONCEDA UN TIEMPO DE ENTREGA DE 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO PARA LAS PARTIDAS NO. 8 Y 18	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1
TECNICA	2	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES "TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA NO. 8	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A SU HONORABLE DEPENDENCIA NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, EN LA FUNCIÓN DE FOWLER, SOLICITANDO NOS PERMITA OFRECER UNA CAMA ELÉCTRICA CON 65° DE INCLINACIÓN YA QUE ESTA VARIACIÓN NO REPRESENTA UN CAMBIO PERJUDICIAL EN DICHA FUNCIÓN	NO SE ACEPTA
TECNICA	3	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES "TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA NO. 8	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A SU HONORABLE DEPENDENCIA NOS PERMITA OFERTAR LA FUNCIÓN DE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO CON UNA TOLERANCIA DE +/-6° YA QUE ESTA FUNCIÓN ESTÁ RELACIONADA CON LA POSICIÓN DE LOS ACTUADORES MECÁNICOS E HIDRÁULICOS QUE LIMITAN LA INCLINACIÓN DE LA CAMA.	NO SE ACEPTA
TECNICA	4	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES "TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA NO. 8	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A SU HONORABLE DEPENDENCIA NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE RESPECTO A LA FUNCIÓN DE SILLA CARDIACA.	NO SE ACEPTA
TECNICA	5	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES "TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA NO. 8	SOLICITAMOS A SU HONORABLE DEPENDENCIA QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS, Y DEBIDO A LA BAJA COMPLEJIDAD DEL EQUIPO, NOS SEA PERMITIDO IMPARTIR LA CAPACITACIÓN EN LÍNEA.	NO SE ACEPTA
TECNICA	6	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES "TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA NO. 8	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO ASISTIR A LA VISITA A INSTALACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PARTIDA 8, CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA DE MÚLTIPLES POSICIONES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	7	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDA NO. 18	ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO ASISTIR A LA VISITA DE INSTALACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PARTIDA 18, LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE LED, SIEMPRE Y CUANDO LA PROPUESTA TÉCNICA SE APEGUE A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA DEPENDENCIA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
TECNICA	8	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES PARTIDAS NO. 8 Y 18	SOLICITAMOS A SU HONORABLE DEPENDENCIA NOS INDIQUE EL PROCEDIMIENTO PARA DEPOSITAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS LOS DESECHOS DE EMBALAJE DEL EQUIPO OFERTADO.	UNA VEZ FALLADA LA PARTIDA SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO

CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	15.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN	15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN: LOS BIENES SE ENTREGARÁN E INSTALARÁN EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN APEGO A LO QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO QUE SE LE ADJUDIQUE AL PROVEEDOR GANADOR, SEGÚN LAS PARTIDAS DE LOS BIENES A ENTREGAR OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE PUEDA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DÍAS, TODA VEZ QUE POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL, SE OFERTARÁN BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE FABRICAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y EL TIEMPO DE TRASLADO EN MAYO, SE ACEPTA?	FAVOR DE APERSE A NOTA ACLARATORIA NO.1
ADMINISTRATIVA	2	18.-PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES	DICE. EL PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA A OFRECER EN LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁ SER EXPRESADO POR ESCRITO DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y SERÁ DE UN PLAZO NO MENOR A 1 (UN) AÑO, 2 (DOS) AÑOS O DE POR VIDA SEGÚN SEA EL CASO, PERIODO CONTADO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, MISMA GARANTÍA QUE DEBERÁ CUBRIR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE FABRICACIÓN O ENSAMBLE,.. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL PERÍODO DE GARANTÍA SERÁ DE 2 AÑOS PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS?	EL PERIODO DE GARANTÍA ES DEPENDIENTE DEL BIEN QUE SE TRATE POR LO ANTERIOR DEBE APEGARSE AL ANEXO 1 DE LAS BASES, EN EL CUAL SE INDICA LAS GARANTIAS PARA CADA EQUIPO.
ADMINISTRATIVA	3	26.-EL IDIOMA	26.- EL IDIOMA. EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES SERÁ EL ESPAÑOL. CUALQUIER DOCUMENTO O MATERIAL DE APOYO (MANUALES, FOLLETOS, ETC.) QUE SE PRESENTE COMO PARTE INTEGRAL DE SU PROPUESTA QUE SE ENCUENTREN EN IDIOMA DISTINTO DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN EL CASO QUE LOS MANUALES, CATÁLOGOS, FOLLETOS SE ENCUENTREN EN INGLÉS, EL PODER REFERENCIAR SOLO LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA DONDE SE UBIQUEN, Y PRESENTAR ESTOS COMPLETOS EN ELECTRÓNICO MEDIANTE USB, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	4	19.- MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACIÓN	19. MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACIÓN: SE PRESENTARÁ MUESTRA ÚNICAMENTE DE LAS PARTIDAS QUE ASÍ LO REQUIEREN EN EL ANEXO 1 Y DE LAS CUALES SE OFERTEN POR LO QUE DEBERÁ CONTENER TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS DICHAS MUESTRAS SE PRESENTARÁN DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2018 EN LAS OFICINAS DEL ISESALUD UBICADAS EN LA AV. PIONERO #1005 PALACIO FEDERAL TERCER PISO, CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL C.P. 21000, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SE DIRIGIRÁN CON EL LIC. ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ IBARRA AL TEL. 686 55958 00 EXT. 4510. PARA LO CUAL LLEVARAN EL ANEXO 3 "FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS" PARA SU SELLO Y FIRMA, DICHO DOCUMENTO SE DEBERÁ ENTREGAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. SIENDO CAUSAL DE DESECHO EL OMITIR ESTE REQUISITO. PREGUNTAS: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE POR SU VOLÚMEN Y PESO SE DIFICULTE EL TRANSPORTE EN LOS BIENES FORÁNEOS, SOLICITAMOS SE PUEDA PRESENTAR ESCRITO INDICANDO EL HOSPITAL PÚBLICO O PRIVADO EN EL QUE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EQUIPO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A FIN DE QUE LA CONVOCANTE SI ASÍ LO DESEA PUEDA EFECTUAR LA REVISIÓN EN SITIO, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NO. 2 Y 3
ADMINISTRATIVA	5	21.- NORMAS OFICIALES	21.- NORMAS OFICIALES B) PARA LOS PARTICIPANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO PODRÁN ACREDITARLO MEDIANTE: 1. ISO-9001-2008 E ISO13485 2. CERTIFICADO DE LA F.D.A. (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) 3. CERTIFICADO DE LA C.E. (COMUNIDAD EUROPEA) 4.-ANSI (INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE ESTÁNDARES) 4.-TUV (CERTIFICADO DE CALIDAD ALEMANA) 5.-CERTIFICADO ASME APLICABLE EN CALDERAS Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 6.-ISO 783:1999, ISO 4957 E ISO 7153 PREGUNTA. ES CORRECTO ENTENDER QUE TRATÁNDOSE DE BIENES EXTRANJEROS, SE PUEDE PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES CERTIFICADOS, DEPENDIENDO DEL CASO DEBIDO A QUE NO TODOS APLICAN PARA LOS DIFERENTES BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
ADMINISTRATIVA	6	SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 37.	37. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR EN UN SOBRE CERRADO, SON: DICE: ASÍ MISMO LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR A SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2 LO SIGUIENTE: *INCLUIR CARTA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.- CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA PRESENTAR LA CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE ESTÁ AVALANDO TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SE PUEDA PRESENTAR EN COPIA Y DE UN BIEN DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL OFERTADO, DEBIDO AL CORTO TIEMPO ENTRE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA APERTURA A DE PROPUESTAS, Y EN CASO DE ADJUDICACIÓN PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
ADMINISTRATIVA	7	SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 37.	37. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR EN UN SOBRE CERRADO, SON: DICE: "ASÍ MISMO LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR A SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2 LO SIGUIENTE: 2.- DEBE ACREDITAR COPIAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SUMINISTRADO A LA INSTITUCIÓN, DE POR LO MENOS 1 AÑO,... PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO PODREMOS PRESENTAR LOS CONTRATOS ANUALES DE SERVICIO O LOS REPORTES DE	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 4 DEL ACTA DE LA PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL PASADO 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE.