

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA Y FIRMADOS POR LA PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO, SE ACEPTA?	
ADMINISTRATIVA	8	SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 37.	37. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR EN UN SOBRE CERRADO, SON: DICE: ASÍ MISMO LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR A SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2 LO SIGUIENTE: C) OFICIO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACIÓN, DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 19 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN PARA LAS PARTIDAS QUE ASI LO REQUIERAN. (ANEXO 3) PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME CUALES SON LOS BIENES QUE REQUIEREN DE MUESTRAS?	FAVOR DE APEGARSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NO. 2 Y 3
ADMINISTRATIVA	9	SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 37.	37. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR EN UN SOBRE CERRADO, SON: DICE: ASÍ MISMO LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR A SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2 LO SIGUIENTE: G) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONTAR CON EL APOYO DEL FABRICANTE (S) O DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO AUTORIZADO: EN LOS CASOS DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN PRESENTAR CARTA(S) DE APOYO MEDIANTE EL CUAL EL (LOS) FABRICANTES MANIFIESTEN Y ESPECIFIQUEN LOS BIENES Y PARTIDAS EN LAS QUE LES OTORGAN EL APOYO, PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN. (ANEXO 4) EN CASO DE SER FABRICANTE DEBERÁ ADECUAR EL ANEXO 3 EN LA PARTE CONDUCTENTE MANIFESTANDO QUE ES FABRICANTE E INDICANDO LOS EQUIPOS QUE OFERTA GARANTIZANDO LAS PARTIDAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS QUE PARTICIPA EN ESTA LICITACIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ADEMÁS DEL FORMATO ANEXO 4, CARTA MANIFIESTO DE CONTAR CON EL APOYO DEL FABRICANTE DE LAS MARCAS QUE OFERTA, SE REQUIERE PRESENTAR EN COPIA EN FORMATO LIBRE POR PARTE DEL FABRICANTE OTORGÁNDONOS EL APOYO, O BASTA CON EL ANEXO 4?	NO ES CORRECTO, NO BASTARÁ CON EL ANEXO 4, SINO QUE SE DERARA INCLUIR ANEXO 4 Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL Y FIRMA AUTOGRAFA
ADMINISTRATIVA	10	ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA	ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN, SE VA A PONER LA DESCRIPCIÓN CORTA, ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
ADMINISTRATIVA	11	ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA	ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN LAS FILAS SIGUIENTES: "FORMA DE PAGO", "VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN", "ACEPTACIÓN DE PRECIOS FIJOS", "LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE BIENES", PODEMOS PONER LA LEYENDA: DE ACUERDO A BASES, SE ACEPTA?	SE DEBERÁ COLOCAR "FORMA DE PAGO" : POR DEFINIR , "VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN" : 90 DIAS "ACEPTACIÓN DE PRECIOS FIJOS": SI "LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE BIENES": DE ACUERDO A SU DISTRIBUCION EN EL PUNTO 15 DE LAS BASES
ADMINISTRATIVA	12	ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA	ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA DICE NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ PRESENTARSE DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL MEDIANTE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (CD) EN FORMATO EXCEL PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EN UNA MISMA USB PUEDE SER GRABADO, JUNTO CON LOS DEMÁS REQUISITOS QUE SOLICITAN EN ELECTRÓNICO, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	13	ANEXO 16 PROPUESTA ECONÓMICA	<p>LA PARTIDA SELECCIONADA ESTÁ CLARAMENTE BASADA EN EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPRATURA DE MARCA STERIS MODELO AMSCO* V-PRO* 1 PLUS, PARA ELLO LA SIGUIENTE LIGA <a href="http://www.steris.com/onbdocs/v401/1240/6590_27.pdf">HTTP://WWW.STERIS.COM/ONBDOCS/V401/1240/6590_27.PDF</a> (SE ANEXA PDF). POR LO CUAL ESTAS CARACTERÍSTICAS LIMITAN DIRECTAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, LO CUAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XII.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS; DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 29. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL SE ESTABLECERÁN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS CUALES SE DESCRIBIRÁN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ CONTENER: V. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA; DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE OFERTAR LIBREMENTE DE ACUERDO AL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO TOMO II: EQUIPO MÉDICO EDICIÓN 2017 NOMBRE GENÉRICO: ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CLAVE: 531.385.1031 ESPECIALIDAD (ES): MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. SERVICIO (S): CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN. DESCRIPCIÓN: EQUIPO PARA ESTERILIZAR MATERIAL QUE NO RESISTE ALTAS TEMPERATURAS, PRESIÓN Y HUMEDAD. CONSTA DE: GABINETE VERTICAL, CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE PUERTA(S) DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACIÓN. CON CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN. SISTEMA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO O SIMILAR. IMPRESOR INTEGRADO PARA REGISTRAR LOS DATOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: PRESIÓN, TEMPERATURA, MENSAJES DE ERROR. CON RUEDAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO. QUE FUNCIONE CON UN MICROPROCESADOR. CON UN PROGRAMA QUE CONTROLE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y QUE CONTROLE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL CICLO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN SELECCIONADOS POR LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: JUEGO DE CHAROLAS. CON O SIN CAJA COLECTORA DE CASETE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLÓGICOS. SELLADORA PARA BOLSAS DE PLÁSTICO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: INDICADOR BIOLÓGICO, INDICADOR QUÍMICO, CINTA TESTIGO, HOJAS DE POLIPROPILENO EXPANDIDO, BOLSAS PARA EMPAQUE, ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA, CINTA PARA IMPRESORA, CASETES Y/O BOTELLAS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, ADAPTADORES PARA DIFUSORES, DIFUSORES, ROLLO DE PLÁSTICO POLIMERIZADO. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V O 220 V/60 HZ. * POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. * * PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ESTO BUSCANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI INTERESADA, SIN LIMITAR A UNA MARCA Y MODELO ESPECÍFICO BUSCANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBECEDEN A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO, SINO A LOS REQUERIMIENTOS ENVIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA DEL ISESALUD, POR LO QUE CUALQUER MARCA QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO ES SUSCEPTIBLE DE SER ADJUDICADA.</p>

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	14	PARTIDA 16	EN CASO DE CONTESTAR DE MANERA NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, FAVOR DE INDICAR AMPLIAMENTE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	SE DEBE RAZONAR QUE NO SE LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE PARTICIPANTES, NI DE PRODUCTO ALGUNO, SINO QUE CUALQUIER PARTICIPANTE Y PRODUCTOS SERÁN SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN SI CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE PROCESO, SIN QUE ESTO LIMITE POR NINGUNA RAZÓN LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
TECNICA	15	PARTIDA 16	EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA PREGUNTAS REFERENTE A LA PARTIDA 16 QUE ES PROPUESTA DEL ÁREA MÉDICA USUARIA, FAVOR DE ANEXAR LA SOLICITUD DEL ÁREA CORROBORANDO FEHACIENTEMENTE PARA PROCESO DEL MISMO LA NECESIDAD DEL USUARIO.	NO SE DIO RESPUESTA SOBRE PROPUESTA DE ÁREAS USUARIAS, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE DAR RESPUESTA NI DOCUMENTOS SOLICITADOS.
TECNICA	16	PARTIDA 16	EN CASO DE QUE LAS PREGUNTAS ANTERIORES SEA NEGATIVAS A LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIA ECONÓMICA, DAR LAS RAZONES TÉCNICAS MÉDICAS DE PORQUE CADA UNO DE LOS PUNTOS SON REQUERIDOS DE LA FICHA Y PORQUE NO PUEDE SER DE ACUERDO AL CUADRO BÁSICO. INCLUYENDO EL CÁLCULO DE PRODUCTIVIDAD PARA DEFINIR EL VOLUMEN DE LA CÁMARA QUE ES PROPIO DE UNA SÓLO MARCA COMO LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE ESTE MODELO DE ACUERDO A LA EVIDENCIA DE LA PREGUNTA 13.	LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ANTERIORES NO LIMITAN LA PARTICIPACIÓN. LOS PUNTOS REQUERIDOS EN LA FICHA SON LOS DADOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y ANALISIS REALIZADOS. A SU VEZ AL NO ESPECIFICAR SOBRE A QUÉ CUADRO BÁSICO SE REFIERE, NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A LOS DEMÁS PUNTOS DE SU PREGUNTA AL NO TENER LA REFERENCIA NECESARIA.
TECNICA	17	PARTIDA 20 PUNTO 3	ENTENDEMOS QUE POR CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL ES QUE DEBERÁ TENER PANTALLA DIGITAL CONTROLADO POR UN MICROPROCESADOR O PLC. ¿ES CORRECTO? ESTO CONSIDERANDO QUE PARA PODER GARANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA DESINFECCIÓN TÉRMICA.	NO NECESARIAMENTE, SOLO SE REFIERE A QUE EL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO PUEDE SER, POR MICROCONTROLADOR O PLC
TECNICA	18	PARTIDA 20 PUNTO 5	FAVOR DE PERMITIRNOS OFERTAR Y REFERIR PARA ESTE PUNTO CÁMARA PROPIA DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA DE ACERO INOXIDABLE, YA QUE ES DE MAYOR CALIDAD QUE LO SOLICITADO COMO DE ALUMINIO. EXCEDIENDO LO SOLICITADO SIENDO UNA MEJORA PARA LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA AL NO ESPECIFICAR LAS CARACTERISITCAS DE LA CÁMARA QUE OFERTA.
TECNICA	19	PARTIDA 20 PUNTO 6	ESTE PUNTO ES INNECESARIO YA QUE LA CÁMARA A OFERTAR POR MI REPRESENTADA ES DE ACERO INOXIDABLE Y NO DE ALUMINIO, POR LO QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES PARA UNA TECNOLOGÍA DE BAJO NIVEL COMPARADA CON LA DE MI REPRESENTADA. ¿SE ACEPTA REFERENCIAR COMO MATERIAL ACERO INOXIDABLE EN LUGAR DE PINTURA ESMALTADA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	20	PARTIDA 20 PUNTO 7	FAVOR DE PERMITIRNOS OFERTAR LA TECNOLOGÍA PROPIA DE MI REPRESENTADA COMO DEL CIERRE AUTOMATIZADO POR MEDIO DE PEDAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	21	PARTIDA 20 PUNTO 8	ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS, POR LO QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE MI REPRESENTADA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO EN FORMA GENERAL, SE DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS, O EN SU CASO SOLICITAR ESPECIFICAMENTE LAS MODIFICACIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR
TECNICA	22	PARTIDA 24 PUNTO 1	ENTENDEMOS QUE LA CAPACIDAD ÚTIL ES LA SUMA DE LAS UNIDADES ESTÉRILES Y NO EL TAMAÑO DE LA CÁMARA EN BRUTO, ES DECIR, SI LA CÁMARA ES DE 250L NO ES LA CAPACIDAD ÚTIL, SINO LA MEDIDA REAL PARA PODER ESTERILIZAR QUE ES EL NÚMERO DE UNIDADES ESTÉRILES (ESTÁNDAR INTERNACIONAL) 30X30X60CM LO QUE EQUIVALE CADA UNIDAD REAL A ESTERILIZAR A 54LITROS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A QUE LA CAPACIDAD A ESTERILIZAR DEBERÁ SER DE 250L.
TECNICA	23	PARTIDA 24 PUNTO 10.6	ESTA PRUEBA ES PROPIA DE LA MARCA STERIS YA QUE ES EL NOMBRE DE UN INSUMO PROPIO DE SU MARCA, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PRUEBA BOWIE&DICK QUE ES EL NOMBRE GENÉRICO. LO QUE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MI REPRESENTADA.	NO SE ACEPTA
TECNICA	24	PARTIDA 24 PUNTO 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA OPORTUNIDAD DE OFERTAR APERTURA POR MEDIO DE LA PANTALLA TÁCTIL, YA QUE ESTO PERMITE UN MENOR RIESGO DEL USUARIO, SIENDO CON UN CLICK Y NO POR MEDIO DE ACCIONABLE POR UN PIE, LO QUE PONE A LA PERSONA EN BALANCE SOBRE UN SOLO PIE, QUE CREA UN RIESGO AL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERÁ OFERTAR LA APERTURA TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA.
TECNICA	25	PARTIDA 24 PUNTO 4	ENTENDEMOS QUE LA CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE ES LA MÍNIMA SOLICITADA, POR LO QUE EN CASO DE EXCEDER LA CALIDAD A UNA SUPERIOR NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUIERE ACERO INOXIDABLE, TODA VEZ QUE QUEDARÍA A CUESTIÓN SI LO OFERTADO SERÁ MEJOR O NO QUE EL MATERIAL QUE SE REQUIERE.
TECNICA	26	PARTIDA 24 PUNTO 5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR CÁMARA CUADRADA / RECTANGULAR, LO QUE PERMITE HACER MÁS EFICIENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO, HACIENDO MENOR USO DE VAPOR, ENERGÍA, AGUA Y TIEMPO. POR LO QUE OFERTAR CÁMARA CUADRADA / RECTANGULAR ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR, POR LO QUE NO SERÍA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA
TECNICA	27	PARTIDA 24 PUNTO 6	ENTENDEMOS QUE LA CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE ES LA MÍNIMA SOLICITADA, POR LO QUE EN CASO DE EXCEDER LA CALIDAD A UNA SUPERIOR NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUIERE ACERO INOXIDABLE, TODA VEZ QUE QUEDARÍA A CUESTIÓN SI LO OFERTADO SERÁ MEJOR O NO QUE EL MATERIAL QUE SE REQUIERE.
TECNICA	28	PARTIDA 24 PUNTO 7	SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR EQUIPO POR MEDIO DE PLC QUE NO DEMERITA EL USO DEL EQUIPO, FUNCIONAMIENTO O SEGURIDAD DEL MISMO O SUS PROCESO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	29	PARTIDA 24 PUNTO 11	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO ES PARA EVITAR LA APERTURA DE AMBAS PUERTAS DE MANERA SIMULTANEAS, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	30	PARTIDA 24 PUNTO 13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR PANTALLA TOUCH PROPIA DE LA MARCA Y NO UNA PANTALLA PROPIA DE LA MARCA STERIS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA; CABE SEÑALAR QUE LA PANTALLA REQUERIDA NO OBEDECE A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO, Y CUALQUIER EQUIPO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS SERÁ SUSCEPTIBLE DE ADJUDICACIÓN.
TECNICA	31	PARTIDA 24 PUNTO 20	SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR IMPRESORA TÉRMICA QUE TIENE LIBRE CONSUMIBLE DE CARTUCHO DE IMPRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	32	PARTIDA 24 PUNTO 23	SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR SISTEMA DE VACÍO POR MEDIO DE BOMBA DE ANILLO, LO QUE PERMITE UN USO MÁS EFICIENTE CREANDO AHORRO EN AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA COMO EN TIEMPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	33	PARTIDA 24 PUNTO 24	SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUEN A QUE SE REFIEREN CON ESTE PUNTO Y CUAL ES EL CONSUMO TOTAL DE AGUA POR CICLO EN UN CICLO DE INSTRUMENTAL. POR LO QUE SI EL EQUIPO TIENE UN CONSUMO MENOR NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO? FAVOR DE RESPONDER AMPLIAMENTE.	SE REFIERE A QUE EL ESTERILIZADOR DEBERÁ CONTAR CON UNA PROGRAMACIÓN ELECTÓNICA A TRAVES DE LA CUAL, AL COLOCAR UN CICLO DEBE DE MEDIR EL FLUJO DE AGUA Y DISMINUIRLO. CON LO QUE EL CONSUMO DE AGUA EN CADA CICLO DEBERA DE ARRAJOR AHORROS DE AGUA QUE DISMINUYAN EL CONSUMO CONSIDERABLE. OFERTAR EQUIPOS QUE OFREZCAN AHORROS EN EL CONSUMO DE AGUA EN EFECTO NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.
TECNICA	34	PARTIDA 19	SOLICITAMOS AMABLEMENTE MOSTRAR EL CÁLCULO QUE DA COMO RESULTADO LA NECESIDAD DE UN ESTERILIZADOR DE UN TAMAÑO DESPROPORCIONADO, YA QUE LOS HOSPITALES GENERALES A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS, TIENEN EN BASE A LAS VISITAS REALIZADAS UNA PRODUCTIVIDAD QUE NO REQUIEREN UN EQUIPO DE ESAS DIMENSIONES. FAVOR DE RESPONDER AMPLIAMENTE Y DE MANERA LÓGICA PARA CADA UNIDAD.	NO SE ESTÁ SOLICITANDO EQUIPOS DE TAMAÑOS DESPROPORCIONADOS. LO REQUERIDO OBEDECE A LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN CADA UNIDAD MÉDICA, LA OPERATIVIDAD DE ELLA, ASÍ COMO EL CRECIMIENTO QUE TENDRÁ CADA UNO DE LOS HOSPITALES. AL NO TRATARSE DE EQUIPOS CON EL TIPO QUE SE REFIERE SU PREGUNTA, NO ES SUSCEPTIBLE DE DAR EL CÁLCULO QUE SOLICITA. CABE SEÑALAR QUE ESTE INSTITUTO TIENE QUE PREVER LA PRODUCTIVIDAD ACTUAL Y FUTURA DE CADA HOSPITAL, TODA VEZ QUE SE PRETENDE ADQUIRIR EQUIPOS CUYO USO SEA PROLONGADO, Y ANTE LA DEMANDA CRECIENTE ES NECESARIO PREVER FUTURAS EVENTUALIDADES.
TECNICA	35	PARTIDA 16	PUNTO 13 NORMAS 10.1 UNDEWRITERS LABORATORIES (UL) STANDARD UL 61010-1 SEGUNDA EDICIÓN 10.2 CANADIAN STANDARD ASOCIATION (CSA) CAN/CSA 22.2 NO. 61010-1 SEGUNDA EDICIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE SOLICITAN SON LOS ESTIPULADOS EN LA SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 37 INCISO F, QUE SEÑALA: "CERTIFICADO DE	SON DOS PUNTOS DISTINTOS, EL PRIMERO SE REFIERE A LOS NORMAS CON LA QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO, LO CUAL SE DESPRENDER QUE LAS CUMPLAN, Y EL SEGUNDO SON LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO A LAS BASES

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			ISO 9001/2008 O ISO 13485 O ISO 783:1999 O ISO 4957 O ISO 7153 O ACTUALIZACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD COMPETENTE CONFORME EL ORIGEN DEL EQUIPO; O BIEN PODRÁ PRESENTAR OTRO CERTIFICADO QUE SEA EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO O AUTORIZADO DEL PAÍS DE ORIGEN QUE PROCEDA EL BIEN ( FDA O CE O ANSI O JIS O TUV ) , EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUE CUENTA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CON RELACIÓN A LOS BIENES QUE AMPARA EL MISMO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. ES CORRECTO, SE DEBERÁN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS ANTERIORES?	DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES.
TECNICA	36	Partida 19	PUNTO 13 NORMAS 10.1 UNDEWRITERS LABORATORIES (UL) STANDARD UL 61010-1 SEGUNDA EDICIÓN 10.2 CANADIAN STANDARD ASOCIATION (CSA) CAN/CSA 22.2 NO. 61010-1 SEGUNDA EDICIÓN.PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE SOLICITAN SON LOS ESTIPULADOS EN LA SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 37 INCISO F, QUE SEÑALA: "CERTIFICADO DE ISO 9001/2008 O ISO 13485 O ISO 783:1999 O ISO 4957 O ISO 7153 O ACTUALIZACIONES EMITIDAS POR AUTORIDAD COMPETENTE CONFORME EL ORIGEN DEL EQUIPO; O BIEN PODRÁ PRESENTAR OTRO CERTIFICADO QUE SEA EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO O AUTORIZADO DEL PAÍS DE ORIGEN QUE PROCEDA EL BIEN ( FDA O CE O ANSI O JIS O TUV ) , EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUE CUENTA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CON RELACIÓN A LOS BIENES QUE AMPARA EL MISMO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. ES CORRECTO, SE DEBERÁN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS ANTERIORES?	SON DOS PUNTOS DISTINTOS, EL PRIMERO SE REFIERE A LOS NORMAS CON LA QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO, LO CUAL SE DESPRENDER QUE LAS CUMPLAN, Y EL SEGUNDO SON LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE DE ACUERDO A LAS BASES DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES.

### ABSTEL S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	PUNTO 7, PUNTO 37 INCISO D	ENTENDEMOS QUE PODEMOS ENTREGAR EN LA PROPUESTA SOLAMENTE LAS PÁGINAS DE LOS MANUALES O FOLLETOS QUE SE REQUERIRÁN PARA EL MARCADO DE LAS ESPECIFICACIONES, ADJUNTANDO DISPOSITIVO ELECTRÓNICO (CD O USB) DONDE SE FORMA ELECTRONICA LOS CATÁLOGOS. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
ADMINISTRATIVA	2	PUNTO 19	ENTENDEMOS QUE LA FECHA DE LA ENTREGA DE MUESTRAS SE MOVERA SEGÚN SE MUEVA Y FINALICE LA JUNTA DE ACLARACIONES. ES CORRECTO?	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 3
TECNICA	3	PARTIDA 3 PUNTO 2	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LAS DIMENSIONES SEAN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA EN FORMA GENERAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR LAS CARACTERISTICAS A OFERTAR.
TECNICA	4	PARTIDA 3 PUNTO 2.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR ALTURA DE 25 CMS. YA QUE LA DIFERENCIA ES MÍNIMA Y NO DEMERITA LA CALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA	NO SE ACEPTA
TECNICA	5	PARTIDA 3 PUNTO 2.2.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR ALTURA DE 28 CMS. YA QUE LA DIFERENCIA ES MÍNIMA Y NO DEMERITA LA CALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
TECNICA	6	PARTIDA 3 PUNTO 2.3	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR ALTURA DE 9 CMS. YA QUE LA DIFERENCIA ES MÍNIMA Y NO DEMERITA LA CALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	7	PARTIDA 3 PUNTO 3	AL SOLICITAR EL ANÁLISIS AUTOMÁTICO, DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE HACER LA DESCARGA CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA DE MANERA AUTOMÁTICA, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE A LA DETERMINACIÓN DE RITMO
TECNICA	8	PARTIDA 3 PUNTO 4	RECOMENDAMOS QUE EL EQUIPO PUEDA SUMINISTRAR DESCARGAS HASTA 360J LO CUAL INCREMENTA EL ÉXITO DE LA RESUCITACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	9	PARTIDA 3 PUNTO 5	RECOMENDAMOS QUE EL EQUIPO CUENTE CON IDIOMA ESPAÑOL E INGLÉS CUANDO MENOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	10	PARTIDA 3 PUNTO 7	PARA REDUCIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, RECOMENDAMOS QUE LOS PARCHES TENGAN UNA VIDA DE ALMACENAMIENTO DE CUANDO MENOS 36 MESES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO COMO OPCIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	11	PARTIDA 3 PUNTO 9	PARA REDUCIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, RECOMENDAMOS QUE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA SEA DE CUANDO MENOS 5 AÑOS (60 MESES) EN ESTADO DE ESPERA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA DE 48 MESES COMO MÍNIMO, POR LO QUE SI SE PODRÁ OFERTAR DE 60 MESES.
TECNICA	12	PARTIDA 3 PUNTO 13	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR PARA PACIENTES ADULTO 150 JOULES +/- 10% Y 50 JOULES +/-5% PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, YA QUE ESTO NO DEMERITA LA ATENCIÓN AL PACIENTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	13	PARTIDA 3 PUNTO 14	ELLOS EL DAR UNA DESCARGA DE EL UTILIZAR EL MISMO EQUIPO PARA FINES DE ENTRENAMIENTO CONLLEVA VARIOS RIESGOS, ENTRE FORMA ACCIDENTAL AL PERSONAL ENTRENADO O DE ENTRENAMIENTO O DEJAR ACTIVADO EL MODO DE ENTRENAMIENTO Y NO PODER HACER UNA DESCARGA EN UNA EMERGENCIA REAL, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	14	PARTIDA 3 PUNTO 14	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR HAYA SIDO CONTESTADA DE FORMA NEGATIVA, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE ENTRENAMIENTO ADICIONAL AL EQUIPO OFERTADO PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	15	PARTIDA 3 PUNTO CONSUMIBLES 1	DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE DEBERÁN DE OFERTAR LOS ELECTRODOS PEDIÁTRICOS COMO SE SOLICITAN EN EL PUNTO 7 O SE REQUIERE ÚNICAMENTE EL ADULTO, FAVOR DE ACLARAR.	SE DEBERA DE OFERTAR PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICOS
TECNICA	16	PARTIDA 3 PUNTO CONSUMIBLES 2	PARA REDUCIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, RECOMENDAMOS QUE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA SEA DE CUANDO MENOS 5 AÑOS (60 MESES) EN ESTADO DE ESPERA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA DE 48 MESES COMO MÍNIMO, POR LO QUE SI SE PODRÁ OFERTAR DE 60 MESES.
TECNICA	17	PARTIDA 3 PUNTO SIN REFERENCIA	DEBIDO A QUE EL EQUIPO SERÁ INSTALADO EN UNA UNIDAD HOSPITALARIA RECOMENDAMOS QUE EL EQUIPO CUENTE CON PANTALLA PARA EL DESPLIEGUE DEL TRAZO DE ECG, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	18	PARTIDA 8 PUNTO 1.3	RECOMENDAMOS QUE LA CAMA CUENTE CON UN SOPORTE DE PESO DE 250 KGS. CON EL FIN DE ATENDER A MAYOR NÚMERO DE PACIENTES, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	19	PARTIDA 8 PUNTO 1.4	RECOMENDAMOS QUE LA SUPERFICIE SEA ANTI BACTERIAL CON EL FIN DE EVITAR ENFERMEDADES CRUZADAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	20	PARTIDA 8 PUNTO 1.5	RECOMENDAMOS QUE LA EXTENSIÓN SEA DE AL MENOS 25 CMS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	21	PARTIDA 8 PUNTO 1.8	SE REFIERE A QUE EL CONTROL DE PACIENTE Y DE ENFERMERÍA CUENTE CON UN SISTEMA DE BLOQUEO PARA EVITAR MODIFICACIONES, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE AL BOTÓN DE SEGURIDAD DE LA CAMA

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
TECNICA	22	PARTIDA 8 PUNTO 2.4	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR INCLINACIÓN DE 35 GRADOS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	23	PARTIDA 8 PUNTO 3.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR SUPERFICIE DE PACIENTE DEL 208 CMS +/- 5%, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	24	PARTIDA 8 PUNTO 3.2	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES TOTALES DE 215 CM Y ANCHO TOTAL 96 CM +/- 5%, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	25	PARTIDA 8 PUNTO 3.4.	DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL COLCHÓN DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE LA CAMA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	26	PARTIDA 8 PUNTO 7	RECOMENDAMOS QUE LA BATERÍA TENGA UNA DURACIÓN DE CUANDO MENOS 15 MINUTOS PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	27	PARTIDA 14 PUNTOS VARIOS	EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EXISTEN VARIAS SIN NUMERACIÓN POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA CONTINUAR CON LA NUMERACIÓN DEL PUNTO 2.3.5 EN ADELANTE PARA PODER REFERENCIAR DICHAS CARACTERÍSTICAS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SOLO COMO REFERENCIA
TECNICA	28	PARTIDA 14 PUNTO 2.1.1.	AL SOLICITAR UN MATERIAL DE ALTO IMPACTO SE REFIERE A QUE EL CARRO PUEDA SOPORTAR UN PESO DE 100 KGS O MAYOR, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, TIENE QUE SER CON REFERENCIADO PARA MATERIAL DE FABRICACION Y NO DE PESO
TECNICA	29	PARTIDA 14 PUNTO 2.1.1.	RECOMENDAMOS QUE LA SUPERFICIE DEL CARRO SEA ANTI BACTERIAL CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES CRUZADAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	30	PARTIDA 14 PUNTO CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA	AL SOLICITAR LA CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA SE DEBERÁN DE OFERTAR LA PALAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA DESFIBRILACIÓN INTERNA, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TECNICA	31	PARTIDA 14 PUNTO CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA CONTESTADA DE FORMA NEGATIVA SOLICITAMOS QUE LA CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA SEA OPCIONAL YA QUE NO REQUIEREN DICHOS ACCESORIOS, ¿SE ACEPTA?	LA PREGUNTA SE RESPONDIO EN SENTIDO POSITIVO, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE DAR RESPUESTA.
TECNICA	32	PARTIDA 14 PUNTO CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA EN UN RANGO DE 2 O MENOR, A 360 JOULES O MAYOR	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR DESCARGA BIFÁSICA EN EL RANGO DE 5 O MENOR A 360 JOULES O MÍNIMA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	33	PARTIDA 14 PUNTO TIEMPO DE CARGA DE 7 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA, Y 5 SEGUNDOS O MENOR PARA 200 JOULES.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR TIEMPO DE DESCARGA DE 6 SEGUNDOS O MENOR PARA 200 JOULES YA QUE LA DIFERENCIA ES MÍNIMA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	34	PARTIDA 14 PUNTO AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 0 MA A 200 MA O MAYOR.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR EL RANGO DE 10 A 180 MA CON EL RANGO DE 10 A 180 MA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	35	PARTIDA 14 PUNTO ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO).	SOLICITAMOS SE CONSIDERE OFERTAR EL MODO OVERDRIVE EL CUAL ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA PARA TERMINACIÓN DE ALGUNAS ARRITMIAS COMO TAQUICARDIA VENTRICULAR, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	36	PARTIDA 14 PUNTO CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 7 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V)	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE DE TRAZO DE ECG A SELECCIONAR ENTRE 6 DERIVACIONES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	37	PARTIDA 14 PUNTO: QUE PERMITA DAR AL MENOS 140 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 3.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO.	RECOMENDAMOS QUE EL EQUIPO CUENTE CON MONITOREO CONTINUO DE AL MENOS 5 HORAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	38	PARTIDA 14 PUNTO: CABLE DE PACIENTE DE 5 PUNTAS.	EL EQUIPO A OFERTAR MUESTRAS TODAS LAS DERIVACIONES SOLICITADAS CON UN CABLE DE PACIENTE DE 3 PUNTAS POR LO QUE FACILITA EL TRABAJO DEL USUARIO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE PACIENTE DE 3 O 5 PUNTAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	39	PARTIDA 26 PUNTO 1.1	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE LA GRADUACIÓN SE HASTA 300 CON LA FINALIDAD DE ABARCAR PACIENTES HIPERTENSOS, ¿SE ACEPTA?	LA GRADUACIÓN PUEDE SER DE COMO MÍNIMO LO ESTABLECIDO, PUDIENDO SER DE HASTA 300 O MAYOR AÚN.
TECNICA	40	PARTIDA 31 PUNTO 3	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE NOS PERMITAN OFERTAR 7500 LUXES, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	41	PARTIDA 31 PUNTO 4	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE NOS PERMITAN OFERTAR 2700 GRADOS CON LO CUAL SE TIENE UN AHORRO DE ENERGÍA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	42	PARTIDA 31 PUNTO 8	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE CONSIDERE QUE EL SISTEMA DE ENCENDIDO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBE ESPECIFICAR EL ENCENDIDO A OFERTAR
TECNICA	43	PUNTO38 PUNTO 1.1	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE LA GRADUACIÓN SE HASTA 300 CON LA FINALIDAD DE ABARCAR PACIENTES HIPERTENSOS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	44	PUNTO38 PUNTO 1.2	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE LA PRECISIÓN SEA DE 2 MMHG, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	45	PUNTO38 PUNTO 1.4	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE EL GIRO SEA DE 80 GRADOS MÍNIMO, PARA GARANTIZAR LA VISUALIZACIÓN DE LAS LECTURAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	46	PUNTO38 PUNTO 4	SUGERIMOS QUE LA LONGITUD DE LA MANGUERA SEA DE 3 METROS MÍNIMO, PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS DE LAS MEDICIONES, ¿SE ACEPTA?	LA LONGITUD ACEPTADA SERÁ LA QUE CONFORME AL EQUIPO OFERTADO SEA LA QUE APLIQUE

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	47	PUNTO39 PUNTO 1	SUGERIMOS QUE LA MANGUERA SEA DE AL MENOS 56 CM, ¿SE ACEPTA?	LA MANGUERA ACEPTADA SERÁ LA QUE CONFORME AL EQUIPO OFERTADO SEA LA QUE APLIQUE
TECNICA	48	PUNTO39 PUNTO 2	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE NOS PERMITAN OFERTAR ALUMINIO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA OPCIÓN ECONÓMICA, SIN SACRIFICAR CALIDAD, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	49	PARTIDA 40 PUNTO 1	SUGERIMOS QUE EL MATERIAL SEA DE ACERO INOXIDABLE PARA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL BIEN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTARÁ DE ACERO INOXIDABLE, TITANIO O BRONCE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1
TECNICA	50	PARTIDA 40 PUNTO 4	SUGERIMOS QUE EL MATERIAL SEA DE ACERO INOXIDABLE PARA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL BIEN, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTARÁ DE ACERO INOXIDABLE, TITANIO O BRONCE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1
TECNICA	51	PARTIDA 40 PUNTO ACCESORIOS	RECOMENDAMOS QUE SE INCLUYAN 2 OLIVAS Y UNA MEMBRANA DE REPUESTO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	52	PARTIDA 41 PUNTO 3.2	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR NOS PERMITAN OFERTAR RANGO DENTRO DE: + 20 Y -20, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	53	PARTIDA 43 PUNTO 1.2	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR NOS PERMITAN OFERTAR CARATULA REDONDA DE 15 CM DE DIÁMETRO ¿SE ACEPTA?	NO SE ENCUENTRA REFERENCIADO EN FICHA TECNICA SOBRE LA CARATULA. SIN EMBARGO SE ESPECIFICA QUE LA CARATULA QUE SE REQUIERE ES DE TIPO CUADRADA Y NO REDONDA.
TECNICA	54	PARTIDA 43 PUNTO 1.4	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE EL GRADUADO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL OFERTADO
TECNICA	55	PARTIDA 43 PUNTO 1.5	PARA NO LIMITAR ALA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR INTERVALOS DE 20 MMHG, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	56	PARTIDA 43 PUNTO 1.7	¿DEBEMOS ENTENDER QUE CON LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE SE CUMPLE ESTE PUNTO?	ES CORRECTO
TECNICA	57	PARTIDA 43 PUNTO 1.8	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	58	PARTIDA 43 PUNTO 4	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	59	PARTIDA 43 PUNTO 8	SOLICITAMOS TENGAN A BIEN CONSIDERAR QUE SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
TECNICA	60	PARTIDA 58 PUNTO 1.2 Y 1.5	¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL MISMO MANGO DEBE FUNCIONAR CON BATERÍAS RECARGABLES Y BATERÍAS CONVENCIONALES?, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

**ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	SECCIÓN II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. PUNTO 15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS PERMITA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 DÍAS. ESTO DEBIDO A QUE LOS BIENES SERÁN IMPORTADOS Y DICHA IMPORTACIÓN LLEVA MÁS DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES COMO LO SOLICITA LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APERSE A NOTA ACLARATORIA NO.1
TECNICA	2	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/ PEDIÁTRICO /NEONATAL. PUNTO 1.3 TAMAÑO MÍNIMO DE 15" O MAYOR	EL TAMAÑO DE PANTALLA SOLICITADO EXCEDE EL LÍMITE DE ESPACIO ESTABLECIDO PARA LAS ÁREAS DESIGNADAS EN TERAPIA INTENSIVA. POR TANTO Y A FIN DE AMPLIAR LA OFERTA AL INSTITUTO, PODEMOS OFERTAR EQUIPOS CON PANTALLA DE 13.3" CUANDO MENOS, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION POR LO QUE NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DE PANTALLA CON TALES CARACTERÍSTICAS
TECNICA	3	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/ PEDIÁTRICO /NEONATAL. PUNTO 2.8 PERILLA SELECTORA PARA EL AJUSTE DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS	DEBIDO A QUE EXISTEN EQUIPOS EN EL MERCADO CON TECNOLOGÍA SUPERIOR POR TOUCH SCREEN ENTENDEMOS QUE EN ESTE CASO LA PERILLA PUEDE SER OPCIONAL. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRETA, ES NECESARIO OFERTAR LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS
TECNICA	4	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/ PEDIÁTRICO /NEONATAL. PUNTO 2.10 TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM.	DADO A QUE EL EQUIPO NO ESTÁ DESTINADO PARA COMUNICACIÓN REMOTA VÍA GSM, ENTENDEMOS QUE LA TARJETA SIM SERÁ OPCIONAL SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO CUENTE CON PUERTO USB PARA LAS FUNCIONES SOLICITADAS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRETO, ES NECESARIO OFERTAR LA TARJETA SIM
TECNICA	5	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/ PEDIÁTRICO /NEONATAL. PUNTO 3.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 3,000 ML	DADO A QUE SE SOLICITA QUE EL VENTILADOR ENTREGUE 2 ML DE VOLUMEN CORRIENTE MÍNIMO. EL USUARIO DEBERÁ SER CAPAZ DE PROGRAMAR ESOS 2 ML DIRECTAMENTE EN ALGÚN MODO VENTILATORIO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, POR ESO SE PIDE CARACTERÍSTICAS DE CAMBIO A NEONATAL.
TECNICA	6	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/ PEDIÁTRICO /NEONATAL. PUNTO 3.12. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO, NEBULIZADOR ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO.	YA QUE NO SE ESPECIFICA, EL USUARIO DEBERÁ PODER ELEGIR SI ACTIVA EL MICRONEBULIZAR EN LA FASE INSPIRATORIA Y EN LA ESPIRATORIA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRETA, SE ESPECIFICA QUE SE REFIERE AL CONTROL DE PARAMETROS PARA ESTE PUNTO.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	7	PARTIDA 7 VENTILADOR ADULTO/ PEDIÁTRICO /NEONATAL. PUNTO SIN REFERENCIA.	PREGUNTA. YA QUE EL EQUIPO ESTÁ DESTINADO A ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN DONDE INCLUSO EL PACIENTE DEBE SER SOMETIDO A TRASLADOS INTRA HOSPITALARIOS PARA DIFERENTES EXÁMENES, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON TURBINA QUE PERMITA ENTREGAR FLUJOS DE HASTA 260 LITROS POR MINUTO. ¿ES CORRECTO? LO ANTERIOR PARA PODER SOPORTAR LA TERAPIA VENTILATORIA EN CUALQUIER SITUACIÓN Y CIRCUNSTANCIA.	NO ES CORRECTO, LO NECESARIO ES MECANISMO DE DISPERSIÓN DE 0.2 A 15 LITROS POR MINUTO
TECNICA	8	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES. PUNTO 1.1	SE ENTIENDE QUE DE OFERTAR EQUIPO CON ESTRUCTURA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO SUPER DE PINTURA TEXTURIZADA CON BASE DE POLIÉSTER, SE ENTIENDE QUE ÉSTA ES APÓXICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LO CORRECTO ES REVESTIMIENTOS DE EPOXY
TECNICA	9	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES. PUNTO 1.4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SUPERFICIE RÍGIDA CONFORMADA POR CUATRO MÓDULOS INDEPENDIENTES FABRICADOS EN MATERIAL HPL, ESTO PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	10	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES. PUNTO 1.6.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI EL MANDO DE CONTROL DE PACIENTE SOLICITADO ES DE TIPO CONTROL REMOTO O INTERCONSTRUIDO EN LAS BARANDILLAS SUPERIORES.	EL MANDO DEL CONTROL DE PACIENTE SERÁ EL QUE CONFORME AL EQUIPO OFERTADO SEA APLICABLE.
TECNICA	11	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES PUNTO 1.8.	ENTENDEMOS QUE AL NOMBRAR "BOTÓN DE SEGURIDAD GO" SE REFIERE A UN BOTÓN QUE ACTIVE EL MANDO PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE LA CAMA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE REFIERE AL BOTÓN DE SEGURIDAD QUE CONFORME A LA MARCA OFERTADA SEA EL QUE CONLLEVE.
TECNICA	12	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES. PUNTO 2.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TRENDELEMBURG DE 13° +/- 2°, TODA VEZ QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI PONE EN PELIGRO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	13	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES. PUNTO 2.3.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TRENDELEMBURG DE 15° +/- 2°, TODA VEZ QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI PONE EN PELIGRO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	14	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES. PUNTO 3,1,	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DEL PACIENTE DE 83.0CM DE ANCHO X 190CM DE LARGO, TODA VEZ QUE ESTO NO SUPONE UNA LIMITANTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES CLÍNICAS DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	15	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES. PUNTO 7	SE ENTIENDE QUE AL REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA, MISMA QUE SEA MAYOR A 1 AH SE CUMPLE CON ÉSTE PUNTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO SE CUMPLE, DEBE SER EN MODO DE REPOSO MÍNIMO 4 AÑOS
TECNICA	16	PARTIDA 8 CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA MÚLTIPLES POSICIONES. PUNTO 8	SE ENTIENDE QUE AL REFERENCIAR QUE EL EQUIPO CUENTA CON PUNTOS DE SUJECCIÓN PARA CINTAS DE SEGURIDAD SE CUMPLE CON ESTE PUNTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SOLO SI TIENE 8 ENGANCHES PARA CORREAS DE INMOVILIZACIÓN
TECNICA	17	PARTIDA 16 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO 1.1.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MEDIDAS DE 900 X 1864 X 1099 MM YA QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	18	PARTIDA 16 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO 1.2.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MEDIDAS DE 335 X 363 X 972 MM YA QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
TECNICA	19	PARTIDA 16 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO 2.5.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON ÁREA TÁCTIL DE 5.7" LA CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DESTINADO DE LA MISMA YA QUE AL SER DE ALTO BRILLO PROVEE UNA BUENA VISIBILIDAD PARA LA PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	20	PARTIDA 16 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO 3.1.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON IMPRESORA TÉRMICA CON LO CUAL SE AHORRA EL GASTO EN TINTA PARA IMPRESIÓN, LO CUAL ES UN AHORRO PARA LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	21	PARTIDA 16 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO 3.2.	EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 DEL PUNTO 3.1 ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE OMITI YA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA NO LO REQUIERE. ¿SE ACEPTA?	TODA VEZ QUE LA RESPUESTA FUE EN SENTIDO NEGATIVO, NO ES SUSCEPTIBLE DE DAR RESPUESTA.
TECNICA	22	PARTIDA 16 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO 4.8.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON FILTRO DE AIRE ESTÉRIL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LOS SOLICITADO EN BASES DE LICITACION
TECNICA	23	PARTIDA 16 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO SIN REFERENCIA	SE ENTIENDE QUE DEBEMOS OFERTAR EQUIPO CON DOBLE MICROPROCESADOR ESTO CON EL FIN DE TENER UN MEJOR CONTROL Y REGISTRO DE LOS PROCESOS DEL EQUIPO. ¿ES CORRECTO?	EL MICROPROCESADOR ACEPTADO SERÁ EL QUE CONFORME AL EQUIPO QUE SE OFERTE SEA EL QUE CONLLEVE.
TECNICA	24	PARTIDA 16 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO 13	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUMPLA CON NORMAS EUROPEAS COMO SE ESTIPULA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN YA QUE EN LA PARTIDA ESPECIFICA NORMAS AMERICANAS; EN EL ENTENDIDO DE QUE CON LAS MISMAS CUMPLIMOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE AL NUMERAL 21.- NORMAS OFICIALES INCISO B) DE LAS BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	25	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. VISITA A INSTALACIONES.	DEBIDO A LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS EN LA VISITA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE PLAYAS DE ROSARITO Y DE ACUERDO AL ESPACIO BRINDADO POR LA INSTITUCIÓN SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 893 LITROS YA QUE EL EQUIPO CON MAYOR DIMENSIÓN NO PODRÍA QUEDAR INSTALADO EN LA UNIDAD YA QUE LAS MEDIDAS DESTINADAS PARA EL MISMO SON DE 90 CM DE ANCHO X 2.00 ME TROS DE ALTO Y 1.40 M DE FONDO. ¿SE ACEPTA PARA ESTA INSTITUCIÓN?	NO SE ACEPTA
TECNICA	26	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CÁMARA DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA MISMA QUE NO AFECTA EN LA CAPACIDAD SOLICITADA EN CUANTO LITROS DE LA MISMA Y ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	27	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 7	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NO PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MEDIDAS DE CÁMARA DE 670 X 670 X 2000. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	28	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 21	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA ESTO CON EL FIN DE PROVEER UN AHORRO A LA INSTITUCIÓN AL EVITAR CARTUCHOS DE TINTA ADICIONALES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	29	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 24	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR SISTEMA VENTURI ESTO CON EL FIN DE PROVEER UN AHORRO ENERGÉTICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
TECNICA	30	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 29	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL ESTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA MARCA SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	31	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 31	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON SELLO DE SILICONA LA CUAL PROVEE UN MEJOR SELLADO DE LA CÁMARA Y ESTO CON FIN DE ACEPTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	32	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO SIN REFERENCIA	SE ENTIENDE QUE DEBEMOS OFERTAR EQUIPO CON DOBLE MICROPROCESADOR PARA TENER UN MEJOR CONTROL E INDEPENDENCIA DEL REGISTRO DE LOS PROCESOS. ¿ES CORRECTO?	EL MICROPROCESADOR ACEPTADO SERÁ EL QUE CONFORME AL EQUIPO QUE SE OFERTE SEA EL QUE CONLLEVE.
TECNICA	33	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. NORMAS Y CERTIFICADOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUMPLA CON NORMAS EUROPEAS COMO SE ESTIPULA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN YA QUE EN LA PARTIDA ESPECÍFICA NORMAS AMERICANAS; EN EL ENTENDIDO DE QUE CON LAS MISMAS CUMPLIMOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE AL NUMERAL 21.- NORMAS OFICIALES INCISO B) DE LAS BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	34	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS. PUNTO 5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON UNA CÁMARA RECTANGULAR O CUADRADA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA PARTICIPANTE YA QUE ESTO NO AFECTA EL VOLUMEN TOTAL DE LA MISMA SOLICITADA Y ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	35	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS. PUNTO 9	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON TECNOLOGÍA DE PREVACÍO Y DE TIPO GRAVITATORIO PARA PROGRAMA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	36	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS. PUNTO 7	SE ENTIENDE QUE DEBEMOS OFERTAR EQUIPO CON DOBLE MICROPROCESADOR PARA TENER UN MEJOR CONTROL Y REGISTRO INDEPENDIENTE DE LOS PROCESOS ¿CORRECTO?	EL MICROPROCESADOR ACEPTADO SERÁ EL QUE CONFORME AL EQUIPO QUE SE OFERTE SEA EL QUE CONLLEVE.
TECNICA	37	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS. PUNTO 10.6	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PRUEBA DE BOWIE & DICK YA QUE LA PRUEBA DART ES UNA PRUEBA DE MARCA REGISTRADA POR UN SOLO EQUIPO, ESTO CON EL FIN DE QUE TODAS LAS MARCAS PARTICIPEN EN EL PROCESO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	38	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS. PUNTO 16	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE YA QUE ESTE NO AFECTA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, SINO AL CONTRARIO PROVEE UNA MAYOR DURACIÓN DEL MATERIAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	39	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS. PUNTO 20	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA LO QUE PROPORCIONA A LA INSTITUCIÓN UN AHORRO AL EVITAR USAR CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

**QUALITY MEDICAL SERVICE S.A. DE C.V.**

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN	¿PARA LA NOTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA CONVOCANTE PODRÍA CONSIDERAR PERTINENTE LA NOTIFICACIÓN DE DICHO CAMBIO, EN CASO DE QUE EXISTIERA, CON UN PLAZO DE 5 DÍAS AL MENOS PARA UNA OPTIMA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA CON LA ENTIDAD RECEPTORA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
ADMINISTRATIVA	2	37. INCISO A) CARTA ADJUNTA A LA PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAN CARTA DE INSTITUCIÓN. ¿ESTA SOLICITUD SE REFIERE A QUE LA CONVOCANTE O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN DEBE EMITIR UNA CARTA DE APROBACIÓN DEL EQUIPO?	APEGARSE AL PUNTO 37 DE LAS BASES DE LICITACION 1.- CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO.
ADMINISTRATIVA	3	37. INCISO A) CARTA ADJUNTA A LA PROPUESTA TÉCNICA	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR (PREGUNTA 2), ¿SIGNIFICA QUE NO SE PUEDE OFERTAR PARA LA DEPENDENCIA SI NO SE HA TENIDO ALGUNA COMPRA HECHA ANTERIORMENTE?	APEGARSE AL PUNTO 37 DE LAS BASES DE LICITACION 1.- CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO.
ADMINISTRATIVA	4	37. INCISO S) DE CONSTANCIA VISITA AL SITIO	SE ENTIENDE QUE NO TODAS LAS PARTIDAS REQUIEREN DE UNA VISITA TÉCNICA, QUEDA A JUICIO DEL PROVEEDOR ESTABLECER QUE EQUIPO AMERITA DE UNA VISITA DADO QUE NO SE HALLA UN UNTO CLARO DONDE ESTO SE DEFINA POR LA CONVOCANTE, MÁS ALLÁ DE EQUIPOS QUE REQUIEREN DE TOMA DE CORRIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBIENDO FORMULAR ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE ACEPTA LA RESPONSABILIDAD BAJO SU RIESGO DE CONOCER LAS INSTALACIONES -----, DEBIENDO INCLUIR DICHO ESCRITO DENTRO DE SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE EL ISESALUD NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD O COSTO ALGUNO NO CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
TECNICA	5	ANEXO 1. PARTIDA 32. PUNTO 2.3. SOBRE LAS MEDIDAS DEL ANCHO DE LA MESA DE EXPLORACIÓN	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR EN UNA DIMENSIÓN DE HASTA 73 CM DEBIDO A QUE ESTO PERMITE MAYOR COMODIDAD AL MÉDICO Y AL PACIENTE, INCLUSIVE SI PRESENTA SOBREPESO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	6	ANEXO 1. PARTIDA 35. PUNTO 9. DIMENSIONES DE LA BANDEJA DE LA BÁSCULA PESA BEBÉ.	DEBIDO A QUE SON MUY ESPECIFICAS LAS DIMENSIONES QUE ESTA SOLICITANDO LA CONVOCANTE Y QUE EXISTEN OTROS EQUIPOS QUE PODRÍAN RESULTAR SUMAMENTE ÚTILES ¿PODRÍA CONSIDERAR PERTINENTE LA CONVOCANTE OTORGAR UN RANGO DE TOLERANCIA DE ±15% EN LA MEDIDA DE LA BANDEJA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	7	ANEXO 1. PARTIDA 36. PUNTO 9. RANGO DEL ESTADIMETRO	SOBRE EL RANGO DEL ESTADIMETRO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE BRINDARNOS UN RANGO DE TOLERANCIA PARA LAS MEDIDAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE +5% ESTO CON EL FIN DE PODER MAYOR VARIEDAD DE MODELOS DE BÁSCULAS Y BAJO EL AMPARO DE SEGUIR ESTANDO SOBRE MEDIDAS CLÍNICAS ADECUADAS, ¿SE ACEPTA?	EL PUNTO 9 NO SE REFIERE AL RANGO DEL ESTADIMETRO POR LO QUE NO ES POSIBLE ES DAR CABAL RESPUESTA. CABE SEÑALAR QUE EL PUNTO 2 DE TAL FICHA EN LO QUE SI SE REFIERE AL RANGO DEL ESTADIMETRO, NO SE ACEPTA BRINDAR TOLERANCIA DE +5%

### DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	SECCIÓN II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. INCISO 15 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN:	EN VISTA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SE PRETENDE OFERTAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN SON DE ORIGEN EXTRANJERO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR E INSTALAR LOS BIENES EN UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1
ADMINISTRATIVA	2	SECCIÓN II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. INCISO 19 MUESTRA INDIVIDUAL DE LOS BIENES A OFERTAR SUJETAS A EVALUACIÓN:	DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE MUESTRAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y PARA FACILITAR A LA CONVOCANTE LA REVISIÓN CUALITATIVA Y DETALLADA DE ESTAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA PRESENTAR LAS MUESTRAS DOS DÍAS HÁBILES PREVIOS Y DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APEGARSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NO. 2 Y 3, NO SE ACEPTA ENTREGA DE MUESTRA POSTERIOR A LA PRESENTACION.
ADMINISTRATIVA	3	SECCIÓN II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. INCISO 21 NORMAS OFICIALES, PUNTO A:	DADO A QUE LA COFEPRIS CONSIDERA EL MOBILIARIO MÉDICO COMO EQUIPO MENOR O EQUIPO DE BAJO RIESGO Y QUE POR ENDE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO Y/O CERTIFICACIONES DE CALIDAD, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE OMITA ESTE REQUISITO PARA LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDEN A MOBILIARIO MÉDICO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN LOS BIENES QUE CERTERAMENTE ASÍ APLIQUE
ADMINISTRATIVA	4	SECCION III. DOCUMENTACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES. INCISO 37.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEBERÁN PRESENTARSE EN UN MISMO SOBRE CERRADO. FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
ADMINISTRATIVA	5	SECCION III. DOCUMENTACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES. INCISO 37, PUNTO A:	SOLICITAN CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. ENTENDEMOS QUE CON ESTA CARTA LO QUE BUSCA LA CONVOCANTE ES UNA REFERENCIA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, NO OBSTANTE CREEMOS QUE LA GARANTÍA DEL EQUIPO ES LA ENCARGADA DE JUSTIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE BASTE CON PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
ADMINISTRATIVA	6	SECCION III. DOCUMENTACIÓN LEGAL - ADMINISTRATIVA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES. INCISO 37, PUNTO A:	SOLICITAN CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR NO SEA ACEPTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS CARTAS A PRESENTAR DEBERÁN SER POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS A OFERTAR.	SERÁ POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN ASÍ SE REQUIERA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	7	ANEXO 1, PARTIDA 6. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR INTERMEDIO, PUNTO 4.5.	DICE: TRÍPLEX EN TIEMPO REAL. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA TERMINOLOGÍA MODO TRÍPLEX SE REFIERE A LA COMBINACIÓN DE TRES MODOS DE IMAGEN EN TIEMPO REAL, SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: MODO TRIPLEX TERMINOLOGÍA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
TÉCNICA	8	ANEXO 1, PARTIDA 6. UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR INTERMEDIO, PUNTO 6.	CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP DE 2500 CUADROS O MAYOR EN COLOR COMO MÍNIMO. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP DE 400 CUADROS O MAYOR EN COLOR COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA
TÉCNICA	9	ANEXO 1, PARTIDA 22. ECOCARDIOGRAFO PORTÁTIL, PUNTO 3.	DICE: MONITOR A COLOR DE 10 PULGADAS O MAYOR. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OTORGAR LA MEJOR TECNOLOGÍA, RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE A LA CONVIENE SOLICITAR MONITOR A COLOR DE 10 PULGADAS O MAYOR CON TECNOLOGÍA TÁCTIL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TÉCNICA	10	ANEXO 1, PARTIDA 22. ECOCARDIOGRAFO PORTÁTIL, PUNTO 10.	DICE: CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS ACLARE SI SE REQUIERE ECO ESTRÉS Y COMPATIBILIDAD CON SONDA INTRACARDIACA COMO CAPACIDADES MÍNIMAS DE ESCALAMIENTO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TÉCNICA	11	ANEXO 1, PARTIDA 22. ECOCARDIOGRAFO PORTÁTIL, PUNTO 4.	DICE: MEMORIA DE CINE LOOP O CUADRO POR CUADRO, CON AL MENOS 500 CUADROS Y AL MENOS 100 SEG. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MEMORIA DE CINE LOOP O CUADRO POR CUADRO, CON AL MENOS 500 CUADROS O AL MENOS 100 SEG. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA

### RADIOLOGIA Y ELECTRONICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	NUMERAL 15.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A QUE EL PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN ES DE 30 DÍAS NATURALES, PARA EL CASO DE EQUIPOS DE IMPORTACIÓN SE PERMITA OFERTAR DE AL MENOS 45 DÍAS NATURALES, LO ANTERIOR YA QUE ES EL PLAZO COMÚN PARA EQUIPOS DE ORIGEN EXTRANJERO ¿SE ACEPTA?	APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1
ADMINISTRATIVA	2	21.- NORMAS OFICIALES INCISO B)	ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS CORRESPONDE AL MISMO ALCANCE DEPENDIENDO EL PAÍS DE ORIGEN PARA EQUIPO MÉDICO PROVENIENTES DE EUROPA SE DEBERÁN PRESENTAR ISO9001:2008, ISO13485, CERTIFICADO CE O FDA ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
ADMINISTRATIVA	3	NUMERAL 37. INCISO D) CATÁLOGOS Y MANUALES DE LOS BIENES QUE OFERTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A QUE MUCHAS DE LAS CARACTERÍSTICAS SÓLO APARECEN EN LOS CATÁLOGOS O DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERMITA PRESENTAR ESTOS O MANUALES DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO PRESENTAR LAS HOJAS DONDE SE REFERENCIEN LOS PUNTOS REQUERIDOS EN FICHA TECNICA, ASIMISMO ANEXAR EN FORMA ELECTRONICA EL MANUAL COMPLETO DE MANERA DIGITAL PARA SU VERIFICACION.
ADMINISTRATIVA	4	NUMERAL 37. INCISO D) CATÁLOGOS Y MANUALES DE LOS BIENES QUE OFERTA	ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR CATÁLOGOS DEL EQUIPO O LOS MANUALES Y DEBIDO A QUE EXISTEN ALGUNAS QUE TIENEN MÁS DE 500 HOJAS SE PERMITIRÁ ENTREGAR LAS HOJAS EXCLUSIVAMENTE DE DONDE SE REFERENCIEN LAS CARACTERÍSTICAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIENDO PRESENTAR LAS HOJAS DONDE SE REFERENCIEN LOS PUNTOS REQUERIDOS EN FICHA TECNICA, ASIMISMO ANEXAR EN FORMA ELECTRONICA EL MANUAL

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
				COMPLETO DE MANERA DIGITAL PARA SU VERIFICACION.
TÉCNICA	5	PARTIDA 6 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR INTERMEDIO PUNTO 2	LOS CANALES DE PROCESAMIENTO NO SON UNA CARACTERÍSTICA DETERMINANTE EN LOS ULTRASONIDOS ADEMÁS DE LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURÍA POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE NOS PERMITIRÁ OFERTAR 70,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL INDEPENDIENTES LO QUE ASEGURA UN EQUIPO DE ALTA CALIDAD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ OFERTAR 170,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, EN BASE A LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.
TÉCNICA	6	PARTIDA 6 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR INTERMEDIO PUNTO 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A QUE LO SOLICITADO ES MUY BÁSICO Y EXISTEN APLICACIONES DONDE SE NECESITA MAYOR AUMENTO SE DEBA OFERTAR UN EQUIPO CON ZOOM DE AL MENOS 36 NIVELES EN TIEMPO REAL E IMAGEN CONGELADA QUE PERMITE UNA MAGNIFICACIÓN DE 5X PARA OBSERVAR HASTA MICROCALCIFICACIONES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, YA QUE SE REQUIRIÓ DE AL MENOS 10 NIVELES, COMO MÍNIMO. 10 O MÁS ES NIVELES ES ACEPTABLE.
TÉCNICA	7	PARTIDA 6 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR INTERMEDIO PUNTO 6	DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SE PUEDEN TENER MAS O MENOS CUADROS POR SEGUNDO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR 1000 CUADROS POR SEGUNDO DEBIDO A QUE EN LA PRÁCTICA NO EXISTEN APLICACIONES QUE OCUPEN UN MAYOR NÚMERO DE CUADROS ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LO MÍNIMO REQUERIDO SON 2500 CUADROS.
TÉCNICA	8	PARTIDA 6 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR INTERMEDIO PUNTO 7	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A QUE EL MONITOR NO CONTRIBUYE POR SU NATURALEZA A REALIZAR UN MEJOR DIAGNÓSTICO, ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR MONITOR A COLOR DE 19 PULGADAS O MAYOR, TAMBIÉN PARA NO ENCARECER LA OFERTA ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL MÍNIMO ES 21 PULGADAS.
TÉCNICA	9	PARTIDA 6 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR INTERMEDIO PUNTO 14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A QUE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES ESTÁN EN AUMENTO Y UNA DE LAS MANERAS DE DETECCIÓN SE ASOCIA A LA MEDICIÓN DE LA ÍNTIMA MEDIA, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CRECIMIENTO A FUTURO DE MEDICIÓN DE LA ÍNTIMA MEDIA POR EL MÉTODO DE RADIO FRECUENCIA ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES PERO DEBE DE CUMPLIR CON EL PUNTO.14 CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.
TÉCNICA	10	PARTIDA 6 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR INTERMEDIO PUNTO TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS PUNTO 1.3	DEBIDO A QUE UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES NO SE MENCIONA, ENTENDEMOS QUE PARA UN MEJOR ESTUDIO SE DEBERÁ OFERTAR UNA APERTURA O CAMPO DE VISIÓN DE 200 GRADOS O MAYOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES , DEBIENDO CUMPLIR CON LAS BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	11	PARTIDA 22 ECOCARDIOGRAFO PORTATIL PUNTO 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LO SOLICITADO ES MUY PEQUEÑO POR LO QUE PARA ASEGURAR UN EQUIPO CON MAYORES PRESTACIONES SE DEBA OFERTAR AL MENOS DE 17 PULGADAS O MAYOR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES , DEBIENDO CUMPLIR CON LAS BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	12	PARTIDA 22 ECOCARDIOGRAFO PORTATIL PUNTO 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A QUE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES ESTÁN EN AUMENTO Y UNA DE LAS MANERAS DE DETECCIÓN SE ASOCIA A LA MEDICIÓN DE LA ÍNTIMA MEDIA, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CRECIMIENTO A FUTURO DE MEDICIÓN DE LA ÍNTIMA MEDIA POR EL MÉTODO DE RADIO FRECUENCIA ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES , DEBIENDO CUMPLIR CON LAS BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	13	PARTIDA 22 ECOCARDIOGRAFO PORTATIL PUNTO 17	DEBIDO A QUE EL CARRO ES OPCIONAL, ENTENDEMOS QUE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN PESO DE 8KG O MENOR INCLUYENDO BATERÍAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES , DEBIENDO CUMPLIR CON LAS BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	14	PARTIDA 25 COLPOSCOPIO INTERMEDIO PUNTO 4.1.3	DEBIDO A LA DIFERENCIA DE TERMINOLOGÍA ENTENDEMOS QUE CON DINES EXCLUSIVOS DE REFERENCIACIÓN ESTE PUNTO SE PODRÁ OFERTAR COMO SALIDA DE VIDEO COMPUESTO, Y/C DEBIDO A QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBE OFERTAR LAS DOS SALIDAS REQUERIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	15	PARTIDA 25 COLPOSCOPIO INTERMEDIO PUNTO 4.5	EL SOLICITAR UN TIPO DE ENROSCADO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO SE PODRÁ FIJAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
TÉCNICA	16	PARTIDA 25 COLPOSCOPIO INTERMEDIO PUNTO 6.1.3	DEBIDO A QUE EL ENFOQUE MANUAL CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN SE PODRÁ REALIZAR COMO ENFOQUE FINO MANUAL POR PIÑÓN Y CREMALLERA QUE ES EQUIVALENTE Y COMO APARECE EN LA LITERATURA DEL FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A BASE DE LICITACION
TÉCNICA	17	PARTIDA 25 COLPOSCOPIO INTERMEDIO PUNTO 7.3	LO SOLICITADO ES LA DESCRIPCIÓN EXACTA DE UNA MARCA EN PARTICULAR POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL CAMBIO SE PODRÁ REALIZAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
TÉCNICA	18	PARTIDA 25 COLPOSCOPIO INTERMEDIO PUNTO 7.5	LO SOLICITADO ES LA DESCRIPCIÓN EXACTA DE UNA MARCA EN PARTICULAR POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL CAMBIO SE PODRÁ REALIZAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

### DEWIMED S.A.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	15. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, AMPLÍE EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS, YA QUE LOS BIENES QUE ESTAMOS OFERTANDO SON DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA?	FAVOR DE APERSE A NOTA ACLARATORIA NO. 1
ADMINISTRATIVA	2	37. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN...	<p><u>ASÍ MISMO LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR A SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2 LO SIGUIENTE:</u></p> <p><u>*INCLUIR CARTA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</u></p> <p><u>1.- CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ADQUIRIDO, EL CUAL DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE EL OFERTADO EN ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO.</u></p> <p><u>2.- DEBE ACREDITAR COPIAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SUMINISTRADO A LA INSTITUCIÓN, DE POR LO MENOS 1 AÑO, ASÍ COMO SUS COSTOS UNITARIOS DE MANERA DESGLOSADA. (SI APLICA)</u></p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR COPIAS DE CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS DE BIENES IGUALES O SIMILARES, ADJUNTANDO COPIA DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, ASÍ COMO COPIA DEL REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN SEA EL CASO, PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE NUMERAL. ¿SE ACEPTA?</p>	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 4 DEL ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL PASADO 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	3	37. LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN...	<p><u>ASÍ MISMO LOS LICITANTES DEBERÁN ADJUNTAR A SU PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2 LO SIGUIENTE:</u>  <u>3.- DEBE ANEXAR EL LISTADO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS QUE REQUIERE EL EQUIPO AL AÑO, ASÍ COMO SUS COSTOS UNITARIOS DE MANERA DESGLOSADA, LA CUAL DEBE INCLUIRSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA. LA CONVOCANTE SOLO REQUIERE DISCO LISTADO COMO REFERENCIA DE COSTOS. (SI APLICA).</u></p> <p>ALGUNOS DE LOS EQUIPOS QUE ESTAMOS OFERTANDO NO REQUIEREN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UNA ESCRITO LIBRE CON LA LEYENDA NO APLICA, FAVOR DE ACLARAR.</p>	ES CORRECTA SU APRECIACION
ADMINISTRATIVA	4	LISTADO DE BIENES (DISTRIBUCIÓN) Y ANEXO I	EN EL LISTADO DE BIENES QUE APARECE EN LAS BASES DE CONVOCATORIA, DIFIEREN LOS NÚMEROS DE PARTIDA DE LOS DEL ANEXO I. ESTO OCURRE A PARTIR DE LA PARTIDA 60. POR ELLO, SOLICITAMOS NOS INDIQUE CUÁL ES EL NÚMERO DE PARTIDA QUE DEBEMOS DE TOMAR EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE NUESTRAS PROPUESTAS. FAVOR DE ACLARAR.	FAVOR DE APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 2 DEL ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL PASADO 10 DE AGOSTO.
TÉCNICA	5	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	1.- PUNTO 1.2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OTORGUE UNA TOLERANCIA DE +/- 10%. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	6	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	2.- PUNTO 1.3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR UN SOPORTE DE PESO DE 454KG EN COLUMNA CENTRADA Y 360 KG EN TODAS LAS POSICIONES, ESTO ES SUFICIENTE PARA REALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD. ¿SE ACEPTA OFERTAR MEJORA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	7	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	3.- PUNTO 1.4 Y 2.2.3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR 4 RUEDAS DOBLES DE 12.5 CM DE DIÁMETRO CON BLOQUEO CENTRALIZADO Y QUINTA RUEDA PARA SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO QUE PERMITE QUE LA MESA ESTE NIVELADA EN PISOS IRREGULARES. ¿SE ACEPTA OFERTAR MEJORA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	8	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	4.- PUNTO 1.5, 1.5.1 Y 1.6. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR BASTIDOR O ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE, RIELES LATERALES PARA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, COLUMNA Y BASE DE LA MESA DE ACERO AL CROMO NÍQUEL DE ALTA CALIDAD ELECTROPULIDO DE 1.4301, CON TODAS LAS SECCIONES (TODA LA PARTE SUPERIOR) RADIOTRANSARENTE, YA QUE LO PROPUESTO ES DE MEJOR CALIDAD QUE LA CARACTERÍSTICA PUBLICADA. ¿SE ACEPTA OFERTAR MEJORA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	9	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	5.- PUNTO 2.1.1 ENTENDEMOS QUE EL RANGO ESTABLECIDO ES EL MÍNIMO Y OFERTAR ALTURA REGULABLE DE 72 CM O MENOR A 114 CM O MAYOR SERÁ UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR Y NO CAUSARÁ DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO PARA ESTE PUNTO YA QUE SE PERMITE MAYOR, SIEMPRE Y CUANDO SE REFIERA A LA ALTURA.
TÉCNICA	10	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	6.- PUNTO 2.1.3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR RANGO DE ELEVACIÓN Y DESCENSO DE LAS PERNERAS DE 10°/-90° EL CUAL ESTÁ DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO Y PERMITE REALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CUALQUIER ESPECIALIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	11	PARTIDA 12, MESA QUIRURGICA	7.- PUNTO 2.1.4. ESTÁ DEMOSTRADO QUE EL RANGO PUBLICADO PARA LA POSICIÓN DE FOWLER CAUSA DIFICULTADES EN EL MANEJO DE LA ANESTESIA LO CUAL PUEDE PROVOCAR UN DAÑO EN EL PACIENTE, ES POR ESO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR FOWLER E INVERSO DE +70°/-40° Y CON MONTAJE DE PLACA PARA ARTROSCOPIA CON CAPACIDAD DE +90°/-20°, ESTOS RANGOS PERMITEN REALIZAR ADECUADAMENTE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS DE CUALQUIER	NO SE ACEPTA