

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	93	PARTIDA 18 PUNTO 1.9.1	DICE: "DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 25CM A 30 CM COMO MÍNIMO" PARA ESTE PUNTO Y CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CON ALTAS CAPACIDADES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL RANGO DEL DIÁMETRO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 18 CM COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO HACERLO FAVOR DE ACLARAR LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. SE ACLARA QUE AL COLOCAR UN DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 18 CM COMO MÍNIMO ESTA DELIMITANDO EL CAMPO DE TRABAJO PARA EL AREA MEDICA POR LO QUE EL AREA MEDICA PROPUSO UN RANGO MAS AMPLEO DE TRABAJO DE ILUMINACIÓN DE 25CM A 30CM
TECNICA	94	PARTIDA 18 PUNTO 1.9.1	DICE: "DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 25CM A 30 CM COMO MÍNIMO" PARA ESTE PUNTO Y CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CON ALTAS CAPACIDADES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL LÍMITE SUPERIOR DEL RANGO DEL DIÁMETRO REQUIRIENDO COMO QUE ESTE NO SEA MENOR A 40 CM. DE ESTA FORMA EL CAMPO DE TRABAJO SERÍA MÁS AMPLIO A LO SOLICITADO OFRECIENDO MAYORES BENEFICIOS AL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO HACERLO FAVOR DE ACLARAR LA RAZÓN.	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICA	95	PARTIDA 18 PUNTO 1.9.1	DICE: "CON AJUSTE ÓPTICO MECÁNICO, NO ELECTRÓNICO" PARA ESTE PUNTO Y CON EL FIN DE PROPICIAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PROPONEMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE PUESTO QUE NO SE LIMITA LA CALIDAD DEL EQUIPO ADQUIRIDO AL HACER ESTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO HACERLO FAVOR DE ACLARAR LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. SE REQUIERE MECANICO POR LA RAZON DEL TRATO DE USO RUDO DEL PERSONAL DE QUIROFANO, TODA VEZ QUE ES BIEN SABIDO QUE EL AJUSTE ELECTRONICO ES MAS SENSIBLE.
TECNICA	96	PARTIDA 18 PUNTO 1.9.2	DICE: "PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 95CM COMO MÍNIMO A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE." PARA ESTE PUNTO Y CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CON ALTAS CAPACIDADES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL RANGO DE LA PROFUNDIDAD QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 75 CM COMO MÍNIMO A 1 METRO DE DISTANCIA SIN QUE LA FUENTE REENFOQUE" ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO HACERLO FAVOR DE ACLARAR LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. SE REQUIERE PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 95CM COMO MÍNIMO A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE LO QUE PERMITE MAYOR CAMPO DE TRABAJO Y PRESENTA VENTAJAS EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES
TECNICA	97	PARTIDA 18 PUNTO 1.11	DICE: "INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA EN EL RANGO DE 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE." ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO SE COMETIÓ UN ERROR PUESTO QUE A PESAR DE HACER REFERENCIA A UN RANGO ESTE NO SE ESPECIFICA SOLO SE DA UN VALOR, POR LO QUE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR ESTE ERROR Y ESTABLECER UN RANGO DE CUANDO MENOS 130,000 A 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ FAVOR DE JUSTIFICAR SU RESPUESTA.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES EL RANGO DE 160,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE ES LO MINIMO TODA VEZ QUE UN MEJOR RANGO COMO QUE EL OFERTA AFECTA EL CAMPO DE VISIBILIDAD OPERACIÓN
TECNICA	98	PARTIDA 18 PARTIDA 18	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y CALIDAD QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SOLICITE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE LAS ISO 13485 E ISO 9001 QUE ASEGURAN QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MÁS RIGUROSOS DE FABRICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA COMO TAL, YA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CUMPLR CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN BASES DE LICITACIÓN, ANEXOS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN JUNTA DE ACLARACIONES.
TECNICA	99	PARTIDA 18 PUNTO 3.1	DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON VARIAS OPCIONES DE MONTAJE TIPO COLUMNA A TECHO, ADAPTÁNDOSE A TECHOS BAJOS, ALTOS O INCLUSO OFRECER CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE MÁS AVANZADAS. ¿ES ESTO CORRECTO? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO.	ES CORRECTO, SI EL MONTAJE ES TIPO COLUMNA A TECHO
TECNICA	100	PARTIDA 18 PUNTO 4.8	DICE: "CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN." SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE ASEGURAR UNA HERMETICIDAD NECESARIA PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD PARA ESTE PUNTO REQUIERA COMO MÍNIMO UN GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS Y LÍQUIDOS NO MENOR A IP54. ¿SE ACEPTA NUESTRA	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			SOLICITUD? DE NO SER ASÍ FAVOR DE ACLARAR LA RAZÓN POR LA QUE NO SE ACEPTA ESTE BENEFICIO	
TECNICA	101	PARTIDA 18 PUNTO 2.4	DICE: "ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE" LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR PARA CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO MODO DE ACOPLA DE LOS MANGOS PROPIO DE CADA FABRICANTE PUES EL TIPO DE ACOPLA NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EXPRESE LAS VENTAJAS TÉCNICAS O CLÍNICAS QUE CONTAR CON EL TIPO DE ACOPLA SOLICITADO TRAERÍA AL USUARIO.	NO SE ACEPTA EN FORMA GENÉRICA COMO TAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL RANGO A OFERTAR PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE ANÁLISIS DEL MISMO. TODA VEZ QUE SE DEBEN DE ESTERILIZAR CADA VEZ QUE SE UTILIZE EL QUIROFANO Y POR LA GRAN DEMANDA DE LOS HOSPITALES, SE REQUIERE DE UN ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE; YA QUE SI ES ROSCADO SE PIERDE TIEMPO Y SE DAÑA LAS CUERDAS DE LA ROSCA.
TECNICA	102	PARTIDA 18	CON EL FIN DE ADQUIRIR UN EQUIPO QUE SEA SEGURO Y PROPORCIONE FIABILIDAD Y CALIDAD DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO LA FUENTE DE LUZ DEBERÁ TENER UN RANGO DE VOLTAJE DE 24 A 28 VOLTS COMO MÍNIMO. ¿ES ESTO CORRECTO? DE NO SER ASÍ HAGA FAVOR DE ACLARAR Y EXPLICAR EL PORQUÉ DE LA NEGATIVA.	NO ES CORRECTO, YA QUE NO SE SOLICITA NI SE LIMITA EL RANGO DE LA FUENTE DE LUZ.
TECNICA	103	PARTIDA 23	PUNTO 1 "PRECONFIGURADO", ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SE REQUIERE QUE EL MONITOR VENGA CONFIGURADO CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS QUE EN ESTA CÉDULA SE REFIEREN. SIENDO POSIBLE AMPLIAR ESTAS CARACTERÍSTICAS A FUTURO.	ES CORRECTO
TECNICA	104	PARTIDA 23	PUNTO 4 ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SE REQUIERE QUE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA GRÁFICA DEL ECG APAREZCA UN INDICADOR EN FORMA DE LÍNEA VERTICAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO.
TECNICA	105	PARTIDA 23	PUNTO 5 ENTENDEMOS QUE EL MONITOR A OFERTAR EN ESTA PARTIDA DEBERÁ DE TENER LA CAPACIDAD PARA MOSTRAR COMO MÁXIMO UN TOTAL DE 7 CURVAS DE MANERA SIMULTÁNEA EN PANTALLA.	EN ESTE PUNTO EL MONITOR A OFERTAR ES DE AL MENOS 7 CURVAS SIMULTÁNEAS, Y NO COMO MÁXIMO
TECNICA	106	PARTIDA 23	PUNTO 7 BATERÍA INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 90 MINUTOS. ENTENDEMOS QUE LA MÍNIMA DURACIÓN DE LA BATERÍA A OFERTAR DEBERÁ DE TENER UNA DURACIÓN SUPERIOR A 90 MINUTOS. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA. LA MÍNIMA DURACIÓN ES DE 90 MINUTOS O IGUAL, NO NECESARIAMENTE SUPERIOR A 90.
TECNICA	107	PARTIDA 23	PUNTO 8 ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO PODEMOS REFERENCIAR CONTAR CON TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE HASTA 96 HORAS SIENDO ESTO SUPERIOR A LO REQUERIDO Y AUMENTANDO LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE EL EQUIPO A ADQUIRIR. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO; LAS TENDENCIAS DEBEN SER DE AL MENOS 72 HORAS GRÁFICAS Y 480 HORAS NUMÉRICAS. EN TODOS LOS PARÁMETROS. 71 EVENTOS DE ALARMAS Y 4800 RESULTADOS DE MEDICIÓN PANI.
TECNICA	108	PARTIDA 23	PUNTO 11 EN ESTE PUNTO SE HACE REFERENCIA A UN ANÁLISIS DE 13 ARRITMIAS DIFERENTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL AL SER DEMASIADO ESPECÍFICO Y LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO. POR LO QUE SE DEBE PERMITIR OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO Y NO SE ACEPTA COMO OPCIÓN OFERTAR ARRITMIAS DISTINTAS A LAS REQUERIDAS.
TECNICA	109	PARTIDA 23	PUNTO 12 "DESPLIEGUE DE DOS CURVAS A ELEGIR DE 7 DERIVACIONES DE ECG COMO MÍNIMO". EN ESTE PUNTO SE HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL AL SER DEMASIADO ESPECÍFICO Y LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO. POR LO QUE	NO ES CORRECTO Y NO SE ACEPTA COMO OPCIÓN OFERTAR ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS REQUERIDAS EN EL PUNTO QUE NOS OCUPA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			SE DEBE PERMITIR OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	
TECNICA	110	PARTIDA 23	PUNTO 13 "ECG CON 7 DERIVACIONES A ELEGIR I, II, III, AVF, AVL, AVR, V". EN ESTE PUNTO SE HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL AL SER DEMASIADO ESPECÍFICO Y LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO. POR LO QUE SE DEBE PERMITIR OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO Y NO SE ACEPTA COMO OPCIÓN OFERTAR ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS REQUERIDAS EN EL PUNTO QUE NOS OCUPA
TECNICA	111	PARTIDA 23	PUNTO 17 "CAPACIDAD A FUTURO DE CO2", ENTENDEMOS QUE EL MONITOR DEBERÁ DE TENER LA CAPACIDAD DE MONITORIZAR CAPNOGRAFÍA Y CAPNOMETRÍA A TRAVÉS DE UN MÓDULO ADICIONAL Y TECNOLOGÍA SIDESTREAM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, NO ES ATRAVÉS DE UN MÓDULO ADICIONAL.
TECNICA	112	PARTIDA 23	PUNTO 20.3 "AUTOMÁTICA CON AL MENOS LOS SIGUIENTES INTERVALOS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480, 960 ". EN ESTE PUNTO SE HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL AL SER DEMASIADO ESPECÍFICO Y LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO. POR LO QUE SE DEBE PERMITIR OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO Y NO SE ACEPTA COMO OPCIÓN OFERTAR ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS REQUERIDAS EN EL PUNTO QUE NOS OCUPA
TECNICA	113	PARTIDA 23	PUNTO 24 "ALARMA DE APNEA PROGRAMABLE DE 10 A 40S", EN ESTE PUNTO SE HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL AL SER DEMASIADO ESPECÍFICO Y LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO. POR LO QUE SE DEBE PERMITIR OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO Y NO SE ACEPTA COMO OPCIÓN OFERTAR ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS REQUERIDAS EN EL PUNTO QUE NOS OCUPA
TECNICA	114	PARTIDA 23	PUNTO 26 "DISEÑO QUE PERMITE AL MONITOR SER USADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE Y DE CABECERA GRACIAS A SU FORMA PORTÁTIL Y MANIJA DE FIJACIÓN, CON UN PESO MÁXIMO DE 3.6 KG QUE PERMITA SU FÁCIL MANIPULACIÓN Y DIMENSIONES DE 319X260X137 MM". EN ESTE PUNTO SE HACE REFERENCIA A UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DE UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL AL SER DEMASIADO ESPECÍFICO Y LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO. POR LO QUE SE DEBE PERMITIR OFERTAR DIMENSIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO EL PESO NO SUPERE LOS 5 KG PARA ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO PORTÁTIL Y DE FÁCIL MANEJO. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO Y NO SE ACEPTA COMO OPCIÓN OFERTAR ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS REQUERIDAS EN EL PUNTO QUE NOS OCUPA
TECNICA	115	PARTIDA 23	PUNTO 27 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN REGISTRADOR TÉRMICO INTERCONSTRUIDO CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN AJUSTABLE. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, YA QUE LO SOLICITADO RESPECTO A LA IMPRESIÓN NO ES AJUSTABLE.
TECNICA	116	PARTIDA 26	PUNTO 1.1 DICE: "ESCALA MÍNIMA DE 0 Y MÁXIMA MAYOR A 200" CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE TENSIÓN ARTERIAL A PACIENTES CON VALORES ALTOS DE ESTE SIGNO PROPONEMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA UN RANGO MÁS PRECISO PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR, ENTRE 0 MMHG COMO MÍNIMO Y 300 MMHG COMO MÁXIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA COMO TAL. ES NECESARIO CONTAR CON ESCALA 200 O MAYOR, PUDIENDO SER HASTA EL MÁXIMO SUPERIOR APLICABLE.
TECNICA	117	PARTIDA 26	PUNTO 2.4 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE UTILIZAR BRAZALETES ADECUADOS PARA DISTINTAS TALLAS DE PACIENTE. ¿ES CORRECTO? EN CASO DE NO SER ASÍ FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	118	PARTIDA 26	PUNTO 4 DICE: "MANGUERAS O TUBOS ESPIRAL LIBRES DE LÁTEX" CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE TENSIÓN ARTERIAL A PACIENTES CON VALORES ALTOS DE ESTE SIGNO PROPONEMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA UN VALOR MÁS ALTO PARA ESTE REQUERIMIENTO SOLICITANDO COMO MÍNIMO MANGUERAS O TUBOS ESPIRAL LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 300 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, YA QUE LA LONGITUD ACEPTADA SERÁ LA PROPIA QUE MANEJE EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	119	PARTIDA 26	PARTIDA 26 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA GUARDA, UNA BOLSA O MALETA PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN. ¿ES ESTO CORRECTO? DE NO SER ASÍ FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, YA QUE SON ADITAMIENTOS QUE NO SON REQUERIDOS, POR LO QUE NO SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS PARTICIPANTES.
TECNICA	120	PARTIDA 26	PARTIDA 26 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE TENSIÓN ARTERIAL A PACIENTES CON VALORES ALTOS DE ESTE SIGNO PROPONEMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA UNA MEDIDA MÍNIMA PARA EL DIÁMETRO DEL MARCADOR DEL ESFIGMOMANÓMETRO DE CUANDO MENOS 15 CM PUESTO QUE ESTO ASEGURA UNA CORRECTA VISUALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN Y REDUCE LA POSIBILIDAD DEL ERROR HUMANO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, YA QUE NO SE SOLICITÓ MEDIDA MÍNIMA PARA EL DIAMETRO DEL MARCADOR, POR LO QUE NO SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS PARTICIPANTES.
TECNICA	121	PARTIDA 26	PARTIDA 26 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y CALIDAD QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SOLICITE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE LAS ISO 81060-1 QUE ASEGURAN QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MÁS RIGUROSOS DE FABRICACIÓN Y ES ADEMÁS LA NORMA ESPECÍFICA PARA ESTE PRODUCTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA COMO TAL, YA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES DE LICITACIÓN, ANEXOS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN JUNTA DE ACLARACIONES.
TECNICA	122	PARTIDA 26	PUNTO 1.2 CONSIDERAMOS QUE EN ESTE PUNTO EXISTE UN ERROR PUESTO QUE NO SE ESPECIFICA LA PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE SE DEBE CUMPLIR CON PRECISIÓN PARA PARA MEDIR PRESIÓN DE ± 3 MMHG.
TECNICA	123	PARTIDA 26	PUNTO 2.2 CONSIDERAMOS QUE EN ESTE PUNTO EXISTE UN ERROR PUESTO QUE PARECE INCOMPLETO EL PUNTO. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA LO QUE SE REQUIERE ES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON O FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA.
	124	PARTIDA 31	PUNTO 3 "INTENSIDAD DE LA LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO 20,000 LUXES A 40 CM Y 15,000 LUXES A 50 CM.", CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR 31,000 LUXES A DISTANCIA DE TRABAJO DE 30 CENTÍMETROS QUE ES EQUIVALENTE A LO REQUERIDO.	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	125	PARTIDA 31	PUNTO 4 "TEMPERATURA DE COLOR DE 5500 GRADOS KELVIN", ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SE DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON TEMPERATURA DE COLOR BLANCO FRÍO DE 3200 KELVIN O MAYOR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE 5500 GRADOS KELVIN.
TECNICA	126	PARTIDA 31	PUNTO 5 "VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA 50,000 HORAS", PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR VIDA ÚTIL DEL LED PROPIA DE CADA FABRICANTE PUESTO QUE LA MAYOR PARTE DE LOS FABRICANTES EN EL MERCADO MANEJAN VIDAS ÚTILES DE ALREDEDOR DE 20,000 HORAS. DE MANERA QUE PROPONEMOS QUE SE PUEDA ACREDITAR ESTE PUNTO OFERTANDO VIDA ÚTIL DESDE 20,000 A 50,000 HORAS CON EL FIN DE PROPICIAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS SE ACLARE EL POR QUÉ.	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ACTUALMENTE EN DONDE SE INSTALARAN ESTAS LAMPARAS TIENEN UNA DEMANDA MUY ALTA Y EL PRESUPUESTO CARECEN DE COMPRA DE REFACCIONES POR LO TANTO, SE PIDE UNA VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS COMO MÍNIMO.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	127	PARTIDA 31	PUNTO 8 "TAMAÑO DEL PUNTO DE LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO 10-25 CM Y A 40 CM. Y UN SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO CON SENSOR DE PROXIMIDAD, SIN INTERRUPTOR, PARA EVITAR EL CONTACTO CON EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA", ESTE PUNTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL SER DEMASIADO ESPECÍFICO Y DESCRIBIR AL PIE DE LA LETRA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE UNA MARCA EN PARTICULAR (WELCHALLYN), LO QUE ENCAMINA O DIRIGE LA ADQUISICIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DAR TRANSPARENCIA AL PROCESO QUE PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE NO DEMERITANDO LA CALIDAD DEL EQUIPO A ADQUIRIR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO.
TECNICA	128	PARTIDA 31	PUNTO 7 "TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL, LONGITUD DEL BRAZO SOBRE LA BASE MÓVIL DE 126 CM.", ESTE PUNTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL SER DEMASIADO ESPECÍFICO Y NO OFRECER UNA TOLERANCIA EN LA DIMENSIÓN, LO QUE ENCAMINA O DIRIGE LA ADQUISICIÓN HACIA UNA MARCA Y MODELO EN PARTICULAR, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR DIMENSIONES PROPIAS DE CADA MARCA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO ALCANCE UNA ALTURA NO MENOR A 210 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TECNICA	129	PARTIDA 35	PUNTO 9 "DIMENSIONES DE LA BANDEJA 48.9 CM X 33 CM X 6.7 CM", EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE ES DEMASIADO ESPECÍFICA EN LAS DIMENSIONES LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE ESTE PUNTO SE PUEDA ACREDITAR OFERTANDO DIMENSIONES DE LA BANDEJA PROPIAS DE CADA FABRICANTE", ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	130	PARTIDA 35	PARTIDA 35 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CALIDAD Y CON BUENAS PRESTACIONES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A ADQUIRIR DEBA VENIR CON BOLSA DE TRASLADO PARA GUARDAR EL EQUIPO Y LOS ACCESORIOS.	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	131	PARTIDA 35	PARTIDA 35 ENTENDEMOS QUE LA BANDEJA DE LA BÁSCULA DEBERÁ DE SER DESMONTABLE Y PLEGABLE A FIN DE GUARDAR EL EQUIPO EN SU BOLSA O ESTUCHE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA, YA QUE NO SE SOLICITAN TALAS CARACTERÍSTICAS. FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACION
TECNICA	132	PARTIDA 35	PARTIDA 35 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CALIDAD Y CON BUENAS PRESTACIONES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A ADQUIRIR DEBA POSEER PANTALLA LCD DE NO MENOS DE 1 PULGADA DE ANCHO CON EL FIN DE OFRECER UNA CORRECTA Y CLARA VISIBILIDAD DE LA MEDICIÓN OBTENIDA ASÍ COMO DE LA HORA DE LA MEDICIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA QUE DEBA POSEER TAL CARACTERÍSTICA OBLIGATORIAMENTE. FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	133	PARTIDA 35	PARTIDA 35 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CALIDAD Y CON BUENAS PRESTACIONES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A ADQUIRIR DEBA POSEER FUNCIONES DE TARA, HOLD Y MEMORIA PARA ALMACENAR LAS ÚLTIMAS MEDICIONES REALIZADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA QUE DEBA POSEER TAL CARACTERÍSTICA OBLIGATORIAMENTE. FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	134	PARTIDA 38	PUNTO 1.1 DICE: "ESCALA MÍNIMA DE 0 Y MÁXIMA MAYOR A 200" CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE TENSIÓN ARTERIAL A PACIENTES CON VALORES ALTOS DE ESTE SIGNO PROPONEMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA UN RANGO MÁS PRECISO PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR, ENTRE 0 MMHG COMO MÍNIMO Y 300 MMHG COMO MÁXIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	135	PARTIDA 38	PUNTO 1.4 ENTENDEMOS QUE EL MOVIMIENTO DE GIRO DEL MARCADOR DEL ESFIGMOMANÓMETRO DEBE DE CUMPLIR CON EL RANGO DE 80° EN TOTAL. ¿ES CORRECTO? EN CASO DE NO SER ASÍ FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTO, 40 DE CADA LADO, 80 TOTAL.
TECNICA	136	PARTIDA 38	PUNTO 2.4 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE UTILIZAR BRAZALETES ADECUADOS PARA DISTINTAS TALLAS DE PACIENTE. ¿ES CORRECTO? EN CASO DE NO SER ASÍ FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
TECNICA	137	PARTIDA 38	PUNTO 4 DICE: "MANGUERAS O TUBOS ESPIRAL LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 200 CM COMO MÍNIMO" CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE TENSIÓN ARTERIAL A PACIENTES CON VALORES ALTOS DE ESTE SIGNO PROPONEMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA UN VALOR MÁS ALTO PARA ESTE REQUERIMIENTO SOLICITANDO COMO MÍNIMO MANGUERAS O TUBOS ESPIRAL LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 300 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, MÁS NO OBLIGATORIO YA QUE LA LONGITUD ACEPTADA ES DE 200 CM COMO MÍNIMO. SE ACLARA QUE NO ES NECESARIO QUE COMO MÍNIMO CUENTE CON LA LONGITUD QUE DESEA.
TECNICA	138	PARTIDA 38	PUNTO 5 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA GUARDA, UN LUGAR PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN Y ESTE DEBE DE ESTAR INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, FORMAR PARTE DEL MARCADOR. ¿ES ESTO CORRECTO? DE NO SER ASÍ FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTO
TECNICA	139	PARTIDA 38	PARTIDA 38 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE TENSIÓN ARTERIAL A PACIENTES CON VALORES ALTOS DE ESTE SIGNO PROPONEMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA UNA MEDIDA MÍNIMA PARA EL DIÁMETRO DEL MARCADOR DEL ESFIGMOMANÓMETRO DE CUANDO MENOS 15 CM PUESTO QUE ESTO ASEGURA UNA CORRECTA VISUALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN Y REDUCE LA POSIBILIDAD DEL ERROR HUMANO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, YA QUE NO SE SOLICITÓ MEDIDA MÍNIMA PARA EL DIAMETRO DEL MARCADOR, POR LO QUE NO SERÁ OBLIGATORIO PARA LOS PARTICIPANTES.
TECNICA	140	PARTIDA 38	PARTIDA 38 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y CALIDAD QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SOLICITE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE LAS ISO 81060-1 QUE ASEGURAN QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MÁS RIGUROSOS DE FABRICACIÓN Y ES ADEMÁS LA NORMA ESPECÍFICA PARA ESTE PRODUCTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA COMO TAL, YA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES DE LICITACIÓN, ANEXOS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN JUNTA DE ACLARACIONES.
TECNICA	141	PARTIDA 39	PUNTO 1 "MANGUERA DE SILICON", CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR AUSCULTACIONES DE CALIDAD PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SEA NECESARIO QUE LA LONGITUD TOTAL DEL INSTRUMENTO NO SEA MENOR A 80 CM, ESTO PARA UNA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, YA QUE LA LONGITUD ACEPTADA SERÁ LA PROPIA QUE MANEJE EL EQUIPO QUE SE OFERTE. NO NECESARIAMENTE, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	142	PARTIDA 39	PUNTO 2 "CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE", CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR AUSCULTACIONES DE CALIDAD QUE PERMITAN REALIZAR UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y CONFIABLE DEL PACIENTE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SEA NECESARIO QUE EL MATERIAL DEL ARCO ESTÉ CONSTRUIDO EN ALUMINIO COMO MÍNIMO PUESTO QUE ESTO SE TRADUCE EN UN MENOR PESO Y GRAN DURABILIDAD DEL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES DE LICITACION. SE ACLARA QUE SE ESTABLECEN ESTOS REQUISITOS PARA MAYOR DURABILIDAD POR EL ALTO NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS POR DIA EN LAS UNIDADES MÉDICAS.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	143	PARTIDA 39	PUNTO 3 "OLIVAS BLANDAS CON ROSCA", CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CALIDAD TANTO ERGONÓMICO COMO DURABLE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS OLIVAS A OFERTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBAN SER DE UN MATERIAL LAVABLE Y CON EMPALME ROSCADO AL ARCO PARA MAYOR DURACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICA	144	PARTIDA 39	PARTIDA 39 AL IGUAL QUE CON EL ARCO Y LA BASE DE LAS OLIVAS Y SOLO CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CALIDAD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SEA NECESARIO OFERTAR CAMPANA SENCILLA CONSTRUIDA EN ALUMINIO DE MEDIDA APROPIADA PARA UNA MEMBRANA DE DIÁMETRO NO INFERIOR A 40 MM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES DE LICITACION. SE ACLARA QUE SE ESTABLECEN TALES REQUISITOS PARA MAYOR DURABILIDAD POR EL ALTO NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS POR DIA EN LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS.
TECNICA	145	PARTIDA 39	PARTIDA 39 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR AUSCULTACIONES DE CALIDAD PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SEA NECESARIO QUE EL INSTRUMENTO NO TENGA UN PESO MAYOR A 90 GRAMOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICA	146	PARTIDA 39	PUNTO 1 "MANGUERA DE SILICON", CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR AUSCULTACIONES DE CALIDAD PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SEA NECESARIO QUE LA LONGITUD TOTAL DEL INSTRUMENTO NO SEA MENOR A 80 CM, ESTO PARA UNA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, YA QUE LA LONGITUD ACEPTADA SERÁ LA PROPIA QUE MANEJE EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	147	PARTIDA 40	PUNTO 1 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR AUSCULTACIONES DE CALIDAD QUE PERMITAN REALIZAR UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y CONFIABLE DEL PACIENTE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SEA NECESARIO QUE EL MATERIAL DEL ARCO ESTÉ CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE COMO MÍNIMO PUESTO QUE ESTO SE TRADUCE EN UNA MAYOR DURABILIDAD Y ACÚSTICA DEL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA. SE PODRÁ OFERTAR TANTO ACERO INOXIDABLE COMO BRONCE CROMADO O TITANIO.
TECNICA	148	PARTIDA 40		NO CONTIENE PREGUNTA
TECNICA	149	PARTIDA 40	PUNTO 2 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CALIDAD TANTO ERGONÓMICO COMO DURABLE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS OLIVAS A OFERTAR PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBAN SER DE UN MATERIAL BLANDO PARA MAYOR COMODIDAD DE USO Y ESTAR INTEGRADAS EN ACERO INOXIDABLE CON EMPALME ROSCADO AL ARCO PARA MAYOR DURACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA. LO ANTERIOR TODA VEZ QUE DE SER DE ACERO CAUSA MOLESTIAS AL PACIENTE Y AFECTA LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL MÉDICO.
TECNICA	150	PARTIDA 40	PUNTO 3 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR AUSCULTACIONES DE CALIDAD QUE PERMITAN REALIZAR UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y CONFIABLE DEL PACIENTE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SEA NECESARIO QUE LA LONGITUD DEL INSTRUMENTO NO SEA MENOR A 75 CENTÍMETROS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA, LO MÍNIMO ES DE 40 CM, NO OBLIGANDO A SER MÍNIMO 75 CM. LO ANTERIOR TODA VEZ QUE UNA LONGITUD MENOR A 40 CM NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	151	PARTIDA 40	PUNTO 4 AL IGUAL QUE CON EL ARCO Y LA BASE DE LAS OLIVAS Y SOLO CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CALIDAD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SEA NECESARIO OFERTAR CAMPANA DE DOS CARAS CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE MACIZO DE MEDIDAS NO INFERIORES A 35 MM PARA LA CAMPANA MÁS CHICA Y DE NO MENOS DE 47 MM PARA LA CAMPANA MÁS GRANDE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA. SE PODRÁ OFERTAR TANTO ACERO INOXIDABLE COMO BRONCE CROMADO O TITANIO. YA QUE TALES CARACTERISTICAS NO AFECTAN LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO.
TECNICA	152	PARTIDA 40	PUNTO 4.2 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR AUSCULTACIONES DE CALIDAD QUE PERMITAN REALIZAR UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y CONFIABLE DEL PACIENTE PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SEA NECESARIO QUE EL INSTRUMENTO CUENTE CON MECANISMO DE GIRO PARA SELECCIÓN DE CÁPSULA ACTIVA Y QUE TENGA UNA MARCA QUE IDENTIFIQUE CUÁL DE LAS CÁPSULAS ES LA ACTIVA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
TECNICA	153	PARTIDA 40	PUNTO 5 AL IGUAL QUE CON EL ARCO Y LA BASE DE LAS OLIVAS Y SOLO CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE CALIDAD SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SEA NECESARIO OFERTAR CAMPANA DE DOS CARAS CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE MACIZO DE MEDIDAS NO INFERIORES A 35 MM PARA LA CAMPANA MÁS CHICA Y DE NO MENOS DE 47 MM PARA LA CAMPANA MÁS GRANDE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA. PARA ESTE PUNTO QUE SE REFIERE A LA MEMBRANA DEBERÁ SER FABRICADA EN NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICA, YA QUE ESTOS MATERIALES PERMITEN CAPTAR EN MEJOR FORMA EL SONIDO
TECNICA	154	PARTIDA 40	PUNTO 6.1 CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR AUSCULTACIONES DE CALIDAD PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE PUNTO SEA NECESARIO QUE EL MATERIAL DEL QUE ESTÉN CONSTRUIDOS TANTO EL ARO DE SUJECCIÓN DE LA MEMBRANA COMO LA MEMBRANA MISMA SEA DE ALTA CALIDAD Y BIOCOMPATIBLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	ESTE PUNTO NO SE REFIERE A LA MEMBRANA. EN LO QUE SE REFIERE A LA MEMBRANA QUE SE SEÑALA, ESTA DEBERÁ SER DEL MATERIAL QUE SE SOLICITA, TODA VEZ QUE PERMITE TALES MATERIALES UNA MEJOR FUNCIONABILIDAD.
TECNICA	155	PARTIDA 41	PUNTO 2.1 "LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MÍNIMO.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	156	PARTIDA 41	PUNTO 2.2 "CON 4 ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS COMO MÍNIMO.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	157	PARTIDA 41	PUNTO 2.3 "SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	158	PARTIDA 41	PUNTO 2.4 "QUE PERMITA LA INSERCIÓN DE INSTRUMENTOS EXTERNOS.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	159	PARTIDA 41	PUNTO 3.1 "CON AL MENOS 6 APERTURAS Y 3 FILTROS.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	160	PARTIDA 41	PUNTO 3.2 "CON AL MENOS 28 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -25 A +40.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	161	PARTIDA 41	PUNTO 6 "RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA O CON CARGADOR. CARGADOR Y BATERÍAS DE LA MISMA MARCA", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	162			NO CONTIENE PREGUNTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	163	PARTIDA 41	PUNTO 2.2 "CON 4 ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS COMO MÍNIMO.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	164	PARTIDA 41	PUNTO 2.3 "SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	165	PARTIDA 41	PUNTO 2.4 "QUE PERMITA LA INSERCIÓN DE INSTRUMENTOS EXTERNOS.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	166	PARTIDA 41	PUNTO 3.1 "CON AL MENOS 6 APERTURAS Y 3 FILTROS.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	167	PARTIDA 41	PUNTO 3.2 "CON AL MENOS 28 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -25 A +40.", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	168	PARTIDA 41	PUNTO 6 "RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA O CON CARGADOR. CARGADOR Y BATERÍAS DE LA MISMA MARCA", LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ESTE PUNTO CORRESPONDEN A UNA MARCA (WELCHALLYN) Y MODELO ESPECÍFICOS LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFERTA, ASÍ COMO PARA MANTENER LA TRANSPARENCIA EN ESTE PROCESO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	169	PARTIDA 42	PUNTO 1 "RANGO DE MEDICIÓN: 10 – 100 CM/ 4 – 39 IN", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE ADQUIRIR UN EQUIPO DE CALIDAD PROPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO SE SOLICITE QUE CUANDO MENOS LA MEDICIÓN MAYOR SEA DE NO MENOS DE 110 CM, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	170	PARTIDA 42	PUNTO 2 "DIVISIÓN:", EN ESTE PUNTO CREEMOS QUE HUBO UN ERROR AL NO ESPECIFICARSE LA DIVISIÓN DE LA MEDICIÓN, POR LO QUE PROPONEMOS QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SE DEBA OFERTAR UNA DIVISIÓN DE NO MENOS DE 1 MILÍMETRO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA.
TECNICA	171	PARTIDA 42	PUNTO 3 "PESO: 1.3LBS/ 575 G", EN ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTABLEZCA UN CRITERIO DE TOLERANCIA PUESTO QUE AL SER UNA MEDIDA EXACTA NO SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	172	PARTIDA 42	PUNTO 4 "DIMENSIONES (AXAXP): 1,250 X 140 X 300 MM/ 49.2 X 5.5 X 11.8"/ 120 X 140 X 300 MM DIMENSIONES EN ESTADO PLEGADO / 4.7 X 5.5 X 11.8" DIMENSIONES EN ESTADO DESPLEGADO", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE SE ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN PUES NO SE ESTABLECEN RANGOS DE TOLERANCIA PARA LAS DIMENSIONES QUE PUEDEN VARIAR ENTRE FABRICANTES Y QUE NO AFECTAN PARA NADA EL RESULTADO O CALIDAD DEL EQUIPO, POR LO QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR DIMENSIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA.
TECNICA	173	PARTIDA 43	PUNTO 1.1 DICE: "CON ESCALA DE HASTA DE 20 A 300MMHG" CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE TENSIÓN ARTERIAL A PACIENTES CON VALORES ALTOS DE ESTE SIGNO PROPONEMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA UN RANGO MÁS PRECISO PARA LA MEDICIÓN DEL VALOR, ENTRE 0 MMHG COMO MÍNIMO Y 300 MMHG COMO MÁXIMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN. PUNTO 7.3 "CON SISTEMA INCLUIDO DE CONEXIÓN A PRESIÓN CON PUERTO GIRATORIO PARA INTERCAMBIAR FÁCILMENTE LOS BRAZALETES AL ESFIGMOMANÓMETRO Y AUMENTAR LA DURABILIDAD DEL MISMO.", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES PROPIAS DE MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	1.- SE ACEPTA COMO OPCIÓN OFERTAR TALES RANGOS SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 2.- EN LO QUE RESPECTA AL PUNTO 7.3 NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	174	PARTIDA 43	PUNTO 1.3 "FONDO NEGRO Y NÚMEROS BLANCOS, CARÁTULA CURVADA CÓNCAVA Y AGUJA ROJA DE ALTO CONTRASTE PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD Y REDUCIR LOS ERRORES AL OBSERVAR LA CARÁTULA DESDE DIFERENTES ÁNGULOS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO FÍSICAMENTE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEBECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	175	PARTIDA 43	PUNTO 1.3 "FONDO NEGRO Y NÚMEROS BLANCOS, CARÁTULA CURVADA CÓNCAVA Y AGUJA ROJA DE ALTO CONTRASTE PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD Y REDUCIR LOS ERRORES AL OBSERVAR LA CARÁTULA DESDE DIFERENTES ÁNGULOS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO FÍSICAMENTE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEBECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	176	PARTIDA 43	PUNTO 1.3 "FONDO NEGRO Y NÚMEROS BLANCOS, CARÁTULA CURVADA CÓNCAVA Y AGUJA ROJA DE ALTO CONTRASTE PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD Y REDUCIR LOS ERRORES AL OBSERVAR LA CARÁTULA DESDE DIFERENTES ÁNGULOS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO FÍSICAMENTE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEBECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	177	PARTIDA 43	PUNTO 1.8 "MECANISMO DE RELOJERÍA CON JOYAS SINTÉTICAS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEBECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	178	PARTIDA 43	PUNTO 1.8 "MECANISMO DE RELOJERÍA CON JOYAS SINTÉTICAS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEBECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	179	PARTIDA 43	PUNTO 1.8 "MECANISMO DE RELOJERÍA CON JOYAS SINTÉTICAS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	173	PARTIDA 43	PUNTO 7.3 "CON SISTEMA INCLUIDO DE CONEXIÓN A PRESIÓN CON PUERTO GIRATORIO PARA INTERCAMBIAR FÁCILMENTE LOS BRAZALETES AL ESFIGMOMANÓMETRO Y AUMENTAR LA DURABILIDAD DEL MISMO.", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES PROPIAS DE MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	174	PARTIDA 43	PUNTO 7.4 "CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO PARA EVITAR PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS Y MOHO", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES PROPIAS DE MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	175	PARTIDA 43	PUNTO 7.5 "SIN TUBOS Y SIN CONECTORES DE ROSCA", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES PROPIAS DE MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	176	PARTIDA 43	PUNTO 7.6 "LAVABLES Y SIN CÁMARA", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES PROPIAS DE MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	177	PARTIDA 43	PUNTO 8 DICE: "TUBO ENROLLADO CON EXTENSIÓN DE 200 CM O MAYOR" CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO CONFIABLE Y FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR MEDIDAS DE TENSIÓN ARTERIAL A PACIENTES CON VALORES ALTOS DE ESTE SIGNO PROPONEMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA UN VALOR MÁS ALTO PARA ESTE REQUERIMIENTO SOLICITANDO COMO MÍNIMO MANGUERAS O TUBOS ESPIRAL LIBRES DE LÁTEX CON LONGITUD DE 300 CM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ACEPTADA SOLICITAMOS SE EXPLIQUE LA RAZÓN.	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, MÁS NO OBLIGATORIO YA QUE LA LONGITUD ACEPTADA ES DE 200 CM COMO MÍNIMO. SE ACLARA QUE NO ES NECESARIO QUE COMO MÍNIMO CUENTE CON LA LONGITUD QUE DESEA.
TECNICA	178	PARTIDA 43	PUNTO 5 ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA GUARDA, UN LUGAR PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN Y ESTE DEBE DE ESTAR INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO, FORMAR PARTE DEL MARCADOR. ¿ES ESTO CORRECTO? DE NO SER ASÍ FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA YA QUE SE SOLICITA INTEGRADO MÁS NO INTERCONSTRUIDO, ACLARANDO QUE EL INTEGRADO SE REFIERE A QUE SE PUEDE COLOCAR Y RETIRAR DEL EQUIPO.
TECNICA	179	PARTIDA 43	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y CALIDAD QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO SOLICITE QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE LAS ISO 81060-1 QUE ASEGURAN QUE EL EQUIPO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MÁS RIGUROSOS DE FABRICACIÓN Y ES ADEMÁS LA NORMA ESPECÍFICA PARA ESTE PRODUCTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? DE NO SER ASÍ SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS EXPLIQUE LA RAZÓN.	NO SE ACEPTA COMO TAL, YA QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES DE LICITACIÓN, ANEXOS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN JUNTA DE ACLARACIONES.
TECNICA	180	PARTIDA 43	PUNTO 1.3 "FONDO NEGRO Y NÚMEROS BLANCOS, CARÁTULA CURVADA CÓNCAVA Y AGUJA ROJA DE ALTO CONTRASTE PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD Y REDUCIR LOS ERRORES AL OBSERVAR LA CARÁTULA DESDE DIFERENTES ÁNGULOS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO FÍSICAMENTE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEBECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	181	PARTIDA 43	PUNTO 1.4 "CON GRADUACIÓN NUMÉRICA GRABADA EN LÁSER PARA GARANTIZAR LA PRECISIÓN", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO FÍSICAMENTE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEBECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	182	PARTIDA 43	PUNTO 1.7 "EXACTITUD CERTIFICADA DE +/- 3 MMHG", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEBECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	183	PARTIDA 43	PUNTO 1.8 "MECANISMO DE RELOJERÍA CON JOYAS SINTÉTICAS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	184	PARTIDA 43	PUNTO 7.5 "SIN TUBOS Y SIN CONECTORES DE ROSCA", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES PROPIAS DE MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	185	PARTIDA 43	PUNTO 7.1 "CON CIERRE TIPO VELCRO SIN COSTURAS", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES PROPIAS DE MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	186	PARTIDA 43	PUNTO 1.9 "DIAFRAGMA TRATADO PARA MANTENER LA CALIBRACIÓN DE POR VIDA", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO Y MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TECNICA	187	PARTIDA 43	PUNTO 7.4 "CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO PARA EVITAR PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS Y MOHO", EN ESTE PUNTO CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ DESCRIBIENDO CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES PROPIAS DE MARCA EN ESPECÍFICO LIMITANDO ASÍ LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, AFECTANDO ASÍ LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ESTE PUNTO DEBA SER ACREDITADO OFERTANDO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	188	PARTIDA 37 PUNTO NUMERO 2	SE ENTIENDE QUE 128HZ SIRVE PARA EXPLORACIONES SENCILLAS DE AUDICIÓN Y DE TRANSMISIÓN ÓSEA. POR LO QUE SE ES NECESARIO CONTAR CON SORDINAS GRADUADAS PARA LOGRAR UN MEJOR DIAGNOSTICO EN EL PACIENTE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA
TECNICA	189	PARTIDA 37 PUNTO NUMERO 3	SE ENTIENDE QUE LA ESTRUCTURA DEBE DE SER 100 PORCIENTO ALUMINIO SIN CONTAR LA GOMA QUE VA EN EL ENROSCADO QUE GARANTIZA UNA TRANSMISIÓN SUAVE DE LAS VIBRACIONES DELDIAPASÓN AL PACIENTE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA
TECNICA	190	PARTIDA 58 PUNTO 1.2	DICE BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA, SE ENTIENDE QUE EL LARINGOSCOPIO DEBE DE TENER BATERÍA INCLUIDA RECARGABLE YA QUE ES INDISPENSABLE SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO Y ES INDISPENSABLE QUE ESTA BATERÍA TENGA UN LARGO TIEMPO DE VIDA SIN EFECTO DE MEMORIA COMO LA QUE NOS OFRECEN LAS BATERÍAS DE LI-ION ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TANTO COMO LAS QUE OFRECEN BATERÍAS LI-LON O CUALQUIER OTRA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS. NO OBLIGATORIAMENTE LI-LON
TECNICA	191	PARTIDA 58 PUNTO 1.4	SE ENTIENDE QUE POR LUZ DE XENÓN SE DEBE OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA VIDA ÚTIL QUE SOBREPASE LAS 20 HORAS COMO MÍNIMO. YA QUE SERIA DE GRAN AYUDA PARA EL AHORRO EN LA UNIDAD INSTALADA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA. YA QUE NO SE ESPECIFICA LA DURACIÓN DE LA VIDA ÚTIL, POR LO QUE LA VIDA UTIL SERÁ LA QUE CONLLEVE EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	192	PARTIDA 58 PUNTO 1.4	SE RECOMIENDA UNA CUBIERTA PROTECTORA DE METAL PARA LA LÁMPARA XENÓN PARA PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	193	PARTIDA 58 PUNTO 1.6	SE ENTIENDE QUE LA ESTERILIZACIÓN DEBE DE SER EN AUTOCLAVE DE VAPOR POR LO CUAL DEBE RESISTIR LOS 134°C Y COMO MÍNIMO 4000 CICLOS ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA. YA QUE NO SE ESPECIFICA LA RESISTENCIA, POR LO QUE LA RESISTENCIA UTIL SERÁ LA QUE CONLLEVE EL EQUIPO QUE SE OFERTE.
TECNICA	194	PARTIDA 58 PUNTO 1.7	SE ENTIENDE QUE EL MATERIAL DEBE DE SER MATE – PARA EVITAR ASÍ LA REFLEXIÓN DE RETORNO DE LUZ LO QUE SE PUEDE LOGRAR CON ACERO INOXIDABLE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO EL ACERO SEA ANTIRREFLEJANTE.
TECNICA	195	PARTIDA 58 PUNTO 1.8	SE ENTIENDE QUE GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA LA HOJA DEBE DE PERMITIR POR LO MENOS UNA EMISIÓN ÓPTIMA DE LA LUZ GRACIAS A UN MÍNIMO DE 3500 ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA. YA QUE NO SE ESPECIFICA LA EMISIÓN MÍNIMA DE LA LUZ, POR LO QUE SE ACEPTARÁ LA QUE CONLLEVE EL EQUIPO QUE SE OFERTE SIEMPRE Y CUANDO SEA DE FIBRA ÓPTICA
TECNICA	196	PARTIDA 14 PUNTO 2.3.1.	SE ENTIENDE QUE LAS HOJAS Y EL MANGO DE LARINGO DEBERÁN DE SER DE LA MISMA MARCA OFERTADA.	ES CORRECTO, SE DEBERA DE OFERTAR HOJAS Y EL MANGO DE LA MISMA MARCA
TECNICA	197	PARTIDA 14 2.1.2.	SE ENTIENDE POR EL MARGEN DE TOLERANCIA CON EL QUE SE CUENTA EN ESTE PUNTO ES PARA BRINDAD UN MEJOR ESPACIO AL PERSONAL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR UN PROCEDIMIENTO POR LO CUAL SE GARANTIZA QUE EL CARRO OFERTADO CON UN ANCHO DE 91CM. PROFUNDIDAD 61 CM. ALTURA 100 CM CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE LAS DIMENSIONES QUE SEÑALA SOBREPASA LO ACEPTADO, LO CUAL DEBERÁ OFERTAR UNAS DIMENSIONES DE LONGITUD ENTRE 80 CM. +/- 5%, ANCHURA 60 CM. +/- 5%, ALTURA 100CM. +/- 5%.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	198	PARTIDA 14 2.1.2.	DE ACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR, DE NO SER POR LOS BENEFICIOS DE BRINDAR UN EFICIENTE ÁREA DE TRABAJO AL USUARIO, DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PIDE QUE ESPECIFIQUE LA JUSTIFICACIÓN MÉDICA DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	EN EFECTO, LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON PARA EFICIENTIZAR EL TRABAJO Y LA MOVILIDAD EN ÁREAS HOSPITALARIAS YA QUE DE TRASLADAN POR ESPACIOS MUY REDUCIDOS.
TECNICA	199	PARTIDA 14 2.1.9.1.	SE ENTIENDE QUE POR SER UN CARRO DE EMERGENCIA EL SELLO QUE ESTE TENGA NO DEBE DE LIBERARSE EN MÁS DE UN SEGUNDO YA QUE EL TIEMPO GASTADO EN ESTE PROCEDIMIENTO ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL PACIENTE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? DE LO CONTRARIO SE LE PIDE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE JUSTIFIQUE EL TIEMPO DE APERTURA DE SELLO.	NO SE ESPECIFICA EL TIEMPO DE LIBERACIÓN, POR LO CUAL SE ACEPTARÁ EL QUE CONLLEVE EL EQUIPO QUE SE OFERTE. SE ACEPTA COMO OPCIÓN EL TIEMPO DE LIBERACIÓN SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	200	PARTIDA 14 2.3.1.3.	SE ENTIENDE QUE LAS HOJAS DEBEN DE SER DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO DE LARINGOSCOPIO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SE DEBERA DE OFERTAR HOJAS Y EL MANGO DE LA MISMA MARCA
TECNICA	201	PARTIDA 14 2.3.2	DICE BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA, SE ENTIENDE QUE EL LARINGOSCOPIO DEBE DE TENER BATERÍA INCLUIDA RECARGABLE YA QUE ES INDISPENSABLE SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO Y ES INDISPENSABLE QUE ESTA BATERÍA TENGA UN LARGO TIEMPO DE VIDA SIN EFECTO DE MEMORIA COMO LA QUE NOS OFRECEN LAS BATERÍAS DE LI-ION ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TANTO COMO LAS QUE OFRECEN BATERÍAS LI-LON O CUALQUIER OTRA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS. NO OBLIGATORIAMENTE LI-LON
TECNICA	202	PARTIDA 14 DEFIBRILADOR	DICE PARA DEFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEASE ENTIENDE QUE CON EL MODO DEEA ESTÁ VALORADA UNA FUNCIÓN AUTOMÁTICA DEL DEFIBRILADOR POR LO QUE SE PUEDE LLEGAR A REALIZAR LA CARDIOVERSIÓN, EN ESTE CASO LA SINCRONÍA PODRÁ REALIZARSE AUTOMÁTICAMENTE POR EL USUARIO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
TECNICA	203	PARTIDA 14 DEFIBRILADOR	SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PARA NO CERRAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA ENERGÍA DE DESCARGA SE PUEDE OFERTAR UN 2 POR CIENTO DE TOLERANCIA EN EL RANGO DE LOS 360 J, DE NO SER ASÍ DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PIDE QUE SE DÉ UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA A DICHO PARÁMETRO.	NO SE ACEPTA, YA QUE SE HA COMPROBADO QUE ENERGIA BAJAS DE 200 JOULES, NO ES POSIBLE REVERTIR LA FIBRILACION VENTRICULAR, POR LO QUE SE NECESITA DE ENERGIA DE 360 JOULES.
TECNICA	204	PARTIDA 14 DEFIBRILADOR	DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PIDE QUE EXPLIQUE CON UNA JUSTIFICACIÓN MEDICA EL VALOR MENCIONADO A DESCARGA DE 2 J COMO MÍNIMO Y PARA NO CERRAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE DEJE OFERTAR UN EQUIPO QUE GARANTICE UN MÍNIMO DE ENERGÍA DE 5 J. SE ACEPTA COMO OPCIÓN?	NO SE ACEPTA LA OPCIÓN PROPUESTA. SE ACLARA QUE SE RE QUIERE LO ANTERIOR PARA PODER MANEJAR PACIENTES PEDIATRICOS Y NEONATOS, YA QUE POR CADA KILOGRAMO DE PESO SE REQUIERE 2 JOULES.
TECNICA	205	PARTIDA 14 DEFIBRILADOR	DICE CON SELECTOR DE MODO, SE ENTIENDE QUE DEBE DE TENER COMO MÍNIMO UN SELECTOR PARA DEFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEEA). POR LO MENOS COMO MEMBRANAS QUE RESPONDAN AL TACTO. UN MANGO GIRATORIO O UN BOTÓN DE PRECION. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
TECNICA	206	PARTIDA 14 DEFIBRILADOR	SE ENTIENDE QUE EL MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NO CAMBIARÍA PARA DEFIBRILACIÓN INTERNA Y EXTERNA, SE PIDE ESPECIFIQUE ESTE PUNTO.	SE DEBE DE OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTA CON A POSIBILIDAD DE REALIZAR DEFIBRILACION EXTERNA, CON OPCION A FUTURO DE DEFIBRILACION INTERNA POR MEDIO DE PALAS.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	207	PARTIDA 14 MARCAPASOS	DICE AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 0 MA A 200 MA O MAYOR. DE LA MANERA MAS ATENTA SE PIDE UNA JUSTIFICACIÓN MEDICA EN DONDE SE UTILICE UN RANGO MENOR A DE 10 MA Y MAYOR A 150 MA DE NO SER EXISTENTE SE LE PIDE DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR EL REQUERIMIENTO MÍNIMO DE 10MA A 150MA EN ESTE PUNTO.	NO SE ACEPTA COMO TAL. SE JUSTIFICA QUE SE REQUIERE CUBRIR RANGO MAYORES (MÁS DE 150MA) PARA UNA MEJOR TERAPIA A LOS DIVERSOS TIPOS DE PACIENTES QUE SE PUDIESEN PRESENTAR
TECNICA	208	PARTIDA 14 MONITOR	DICE PANTALLA LCD, A COLOR, DE 14 CM (5.6 PULGADAS) COMO MÍNIMO. SE ENTIENDE QUE PARA ESTE EQUIPO SE REQUIERE OBSERVACIÓN DE GRÁFICAS, POR LO TANTO SE REQUIERE DE UN DISPLAY EN DONDE SE PUEDA OBSERVAR LOS NÚMEROS Y GRÁFICOS DE 5.6 PULGADAS COMO MÍNIMO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL TIPO DE PANTALLA (LCD A COLOR)
TECNICA	209	PARTIDA 14 MONITOR	DICE DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG SE PIDE A LA CONVOCANTE UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA EN LA CUAL SE REQUIERA DE MÁS DE 6 DERIVACIONES A MOSTRAR EN EL EQUIPO Y NOS PERMITA OFERTAR COMO MÍNIMO ESTE REQUERIMIENTO:	SE REQUIERE COMO MÍNIMO 7 DERIVACIONES, ESTO PARA VER LA REPOLIRIZACION DE CADA DERIVACION SOLICITADA, PARA UNA MEJOR TERAPIA. POR LO ANTERIOR NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
	210	PARTIDA 14 2.3.2	DICE BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA, SE ENTIENDE QUE EL LARINGOSCOPIO DEBE DE TENER BATERÍA INCLUIDA RECARGABLE YA QUE ES INDISPENSABLE SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO Y ES INDISPENSABLE QUE ESTA BATERÍA TENGA UN LARGO TIEMPO DE VIDA SIN EFECTO DE MEMORIA COMO LA QUE NOS OFRECEN LAS BATERÍAS DE LI-ION ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TANTO COMO LAS QUE OFRECEN BATERÍAS LI-LON O CUALQUIER OTRA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS. NO OBLIGATORIAMENTE LI-LON
	211	PARTIDA 14 DESFIBRILADOR	DICE PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEASE ENTIENDE QUE CON EL MODO DEA ESTÁ VALORADA UNA FUNCIÓN AUTOMÁTICA DEL DESFIBRILADOR POR LO QUE SE PUEDE LLEGAR A REALIZAR LA CARDIOVERSIÓN, EN ESTE CASO LA SINCRONÍA PODRÍA REALIZARSE AUTOMÁTICAMENTE POR EL USUARIO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
	212	PARTIDA 14 DESFIBRILADOR	SE LE PIDE A LA CONVOCANTE PARA NO CERRAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA ENERGÍA DE DESCARGA SE PUEDA OFERTAR UN 2 POR CIENTO DE TOLERANCIA EN EL RANGO DE LOS 360 J, DE NO SER ASÍ DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PIDE QUE SE DÉ UNA JUSTIFICACIÓN MÉDICA A DICHO PARÁMETRO.	NO SE ACEPTA, YA QUE SE HA COMPROBADO QUE ENERGIA BAJAS DE 200 JOULES, NO ES POSIBLE REVERTIR LA FIBRILACION VENTRICULAR, POR LO QUE SE NECESITA DE ENERGIA DE 360 JOULES.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	18 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:	SE ENTIENDE QUE SE PODRA PRESENTAR GARANTIA DE 12 MESES SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION ¿ES CORRECTO?	ES NECESARIO OFERTAR LA GARANTÍA QUE SE REQUIERE DE ACUERDO AL BIEN, NO SE ACEPTARÁN GARANTÍAS INFERIORES.
ADMINISTRATIVA	2	26 EL IDIOMA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE PARA FACILITAR LA REVISION Y NO PRESENTAR UNA PROPUESTA CON TANTAS HOJAS SE PUEDA PRESENTAR UNICAMENTE TRADUCCION DE LOS PUNTOS O SECCIONES QUE SE REQUIERAN PARA VERIFICAR LO REFERENCIADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, ES NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLETA

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRATIVA	3	37, INCISO A) SUBPUNTO 2.-	DICE: 2.- DEBE ACREDITAR COPIAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SUMINISTRADO A LA INSTITUCIÓN, DE POR LO MENOS 1 AÑO, ASÍ COMO SUS COSTOS UNITARIOS DE MANERA DESGLOSADA. (SI APLICA) EN CASO QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEAN POR GARANTIAS SE ENTIENDE QUE NO APLICA PRESENTAR COSTOS UNITARIOS DE LOS MISMOS ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
TECNICA	4	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 3.- DE UNA PUERTA ABATIBLE CON MECANISMO DE OPERACIÓN RÁPIDA DE BAJO ESFUERZO QUE SÓLO NECESITA UN MOVIMIENTO DE 30° DE LA MANIJA PARA PONER O QUITAR EL SEGURO.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE VERTICAL, LO CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO Y FACILITA EL USO AL PERSONAL DE CEYE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	5	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 5.- CÁMARA EN FORMA ELÍPTICA.	DEBIDO A QUE ESTA CARACTERÍSTICA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CÁMARA EN FORMA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	6	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 7.- DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE 660 X 953 X 1500 MM	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CÁMARA TENGA DIMENSIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE LO QUE NO DEMERITA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	7	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 8.- VOLUMEN DE LA CÁMARA DE 958 LITROS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONCEDA UNA TOLERANCIA DEL 10% EN EL VOLUMEN DE LA CÁMARA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	8	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 13.4.- POROSOS: 121°C.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO TENGA LA OPCIÓN DE AGREGAR AL SOFTWARE NUEVOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN A LOS YA PREESTABLECIDOS CONFORME A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	9	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 13.6.- PRUEBA DART.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO TENGA LA OPCIÓN DE AGREGAR AL SOFTWARE NUEVOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN A LOS YA PREESTABLECIDOS CONFORME A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	10	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 17.- CON COMPONENTES CRÍTICOS DE CONTROL COLOCADOS EN UN COMPARTIMENTO SELLADO PARA PROTEGERLOS DE LA HUMEDAD Y EL CALOR GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO POR MEDIO DE FOTOS O IMÁGENES ¿SE ACEPTA?	ES NECESARIO REFERENCIA DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN BASES.

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA/ADMINISTRATIVA				
TECNICA	11	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 18.- INDICADOR AUDIBLE Y VISIBLE DE FIN DE CICLO CON CONTROL DEL NIVEL DE VOLUMEN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL NIVEL DE VOLUMEN SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL DEBIDO A QUE ESTO NO AFECTA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	12	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 19.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON CONTROL DEL NIVEL DE VOLUMEN, COMO MÍNIMO:	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL NIVEL DE VOLUMEN SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL DEBIDO A QUE ESTO NO AFECTA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	13	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 21.- IMPRESORA DE IMPACTO DE TINTA, INTEGRADA, DE 24 CARACTERES PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR PARA ALMACENAR UN ROLLO COMPLETO DE PAPEL DE IMPRESIÓN.	SE SOLICITA PODER OFERTAR IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR PARA ALMACENAR UN ROLLO COMPLETO DE PAPEL DE IMPRESIÓN., LO CUAL LES AHORRARÍA EL CONSUMIBLE DE LA TINTA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	14	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 24.- SISTEMA DE VACÍO POR BOMBA DE VACÍO DE DOS ETAPAS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR BOMBA DE VACIO DE ANILLO LIQUIDO O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	15	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 25.- SISTEMA ELECTRÓNICO DE AHORRO DE AGUA.	SE SOLICITA OFERTAR AHORRO DE AGUA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO DE AGUA RECIRCULADO CON LA BOMBA DE ANILLO LIQUIDO, LO CUAL ES EQUIVALENTE EN CUANTO A OBJETIVOS CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	16	PARTIDA 19ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 28.- CON SISTEMA DE ANCLAJE ANTISÍSMICO QUE EVITE QUE EL EQUIPO SE DESPLACE EN CASO DE UN SISMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DEBIDO A QUE ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL SER UNA CARACTERÍSTICA ÚNICA DE UNA MARCA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	17	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 29.- CON AISLAMIENTO DE LA CHAQUETA HECHO DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE ASBESTO Y CLORO RESISTENTE AL AGUA Y AL ACEITE.	SE SOLICITA QUE EL AISLAMIENTO SEA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA