

TIPO DE PREGUNTA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	18	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 30.- CON INTERRUPTOR DE FLOTACIÓN QUE ABORTA EL CICLO SI SE DETECTA CONDENSACIÓN EXCESIVA EN LA CÁMARA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL DEBIDO A QUE SI SE TIENE CONDENSACIÓN DE LA CÁMARA LOS PARÁMETROS DE TEMPERATURA Y DE PRESIÓN NO SE ALCANZARAN Y POR ENDE CUALQUIER ESTERILIZADOR ABORTARÍA EL CICLO DE ACUERDO A SUS SENSORES DE TEMPERATURA O PRESIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	19	PARTIDA 19 ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS 32.- CON INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD PARA DETERMINAR SI LA PUERTA ESTÁ CERRADA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE DETECTE SI LA PUERTA NO ESTA BIEN CERRADA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	20	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 3.- DE DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE CONTROLADA POR PEDAL.	SOLICITAMOS QUE LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE DOBLE PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE CONTROLADA MEDIANTE LA PANTALLA TÁCTIL ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	21	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 5.- CÁMARA CILÍNDRICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA CÁMARA TENGA FORMA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	22	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 10.3.- USO INMEDIATO 134°C	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO TENGA LA OPCIÓN DE AGREGAR AL SOFTWARE NUEVOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN A LOS YA PREESTABLECIDOS CONFORME A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	23	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 10.6.- PRUEBA DART	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO TENGA LA OPCIÓN DE AGREGAR AL SOFTWARE NUEVOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN A LOS YA PREESTABLECIDOS CONFORME A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
TECNICA	24	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 13.- PANTALLA DIGITAL DE 30 LÍNEAS X 40 CARACTERES PARA DESPLIEGUE DE PARÁMETROS, PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN DE CICLOS Y ALARMAS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PANTALLA DIGITAL SENSIBLE AL TACTO, A COLOR PARA DESPLIEGUE DE PARÁMETROS, PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN DE CICLOS Y ALARMAS, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	25	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 16.- GENERADOR DE VAPOR DE ACERO AL CARBÓN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 EL CUAL PRESENTA UNA MEJOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y POR ENDE MAYOR DURABILIDAD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	26	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 17.- AISLAMIENTO DE LA CÁMARA HECHO DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE SILICÓN Y ASBESTO RESISTENTE AL AGUA Y AL ACEITE.	SE SOLICITA QUE EL AISLAMIENTO SEA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	27	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE DETECTE SI LA PUERTA NO ESTA BIEN CERRADA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	28	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 20.- IMPRESORA DE TINTA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR.	SE SOLICITA PODER OFERTAR IMPRESORA TÉRMICA QUE IMPRIMA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO, LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD Y ADEMÁS LES AHORRARÍA EL CONSUMIBLE DE LA TINTA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	29	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 23.- SISTEMA DE VACÍO POR SISTEMA VENTURI.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE VACÍO POR MEDIO DE BOMBA DE ANILLO LÍQUIDO, LO QUE PERMITE UN MAYOR AHORRO DE AGUA Y MAYOR EFICIENCIA DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	30	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 24.- SISTEMA ELECTRÓNICO DE AHORRO DE AGUA QUE DISMINUYE EL CONSUMO DE AGUA DURANTE EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.	SE SOLICITA OFERTAR AHORRO DE AGUA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO DE AGUA RECIRCULADO CON LA BOMBA DE ANILLO LIQUIDO, LO CUAL ES EQUIVALENTE EN CUANTO A OBJETIVOS CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	31	PARTIDA 24 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS 1.- SISTEMA DE ANCLAJE SÍSMICO PARA EVITAR QUE EL EQUIPO SE DESPLACE EN CASO DE UN SISMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIÓN DEBIDO A QUE ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL SER UNA CARACTERÍSTICA ÚNICA DE UNA MARCA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

ELECTROMEDICA S.A. DE C.V.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA	1	SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. PLAZO Y	DEBIDO A QUE LOS BIENES OFERTADOS SON DE ORIGEN EXTRANJERO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA DE 45-60 DÍAS. ¿SE ACEPTA?	FAVOR APEGARSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1



TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
		LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN		
ADMINISTRATIVA	2	SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA. INCISO A) 1. CARTA DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALE TÉCNICAMENTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO...	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE INSTITUCIONES PRIVADAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS. ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PODRÁ ENTREGAR CARTAS DE CUALQUIER INSTITUTO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SEÑALADO.
ADMINISTRATIVA	3	SECCIÓN III. DOCUME NTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA. INCISO G)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA FIRMADA POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO, ANEXANDO COPIA DE LA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE OTORGA LA DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
ADMINISTRATIVA	4	SECCIÓN IV. VISITA A INSTALACIONES Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	ENTENDEMOS QUE EL NO ASISTIR A LA VISITA DE LAS INSTALACIONES, NO SERÁ OBLIGATORIO Y NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.	ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBIENDO FORMULAR ESCRITO LIBRE MANIFESTANDO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE ACEPTA LA RESPONSABILIDAD BAJO SU RIESGO DE CONOCER LAS INSTALACIONES _____, DEBIENDO INCLUIR DICHO ESCRITO DENTRO DE SU PROPUESTA, TODA VEZ QUE EL ISESALUD NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD O COSTO ALGUNO NO CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
TECNICA	1	PARTIDAS 12, 16 19,21, 24. PUNTO GENERAL	CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA ADQUIRIR BIENES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y DE RAN CALIDAD, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS EQUIVALES O SUPERIORES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA.
TECNICA	2	PARTIDAS 12, 16 19,21, 24. PUNTO GENERAL	ALGUNAS CARACTERÍSTICAS NO NOS ES POSIBLE REFERENCIAR DE MANERA TEXTUAL, POR LO QUE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTOS PUNTOS DE MANERA GRÁFICA EN MANUALES, FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE.
TECNICA	3	PARTIDAS 12, 16 19,21, 24. PUNTO GENERAL	PARA AQUELLOS PUNTOS QUE NOS PODAMOS REFERENCIAR EN MANUALES, FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O CARTA DEL FABRICANTE DONDE MANIFESTEMOS EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS PUNTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA.
TECNICA	4	PARTIDA 12. MESA QUIRÚRGICA MECÁNICO HIDRÁULICA. PUNTO 2.2.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LA UBICACIÓN DEL MANDO DE EMERGENCIA, YA QUE LO SOLICITA EN LA SECCIÓN DE LA COLUMNA Y TAMBIÉN EN LA BASE DE LA MESA, POR LO GENERAL UNA MESA QUIRÚRGICA SOLO CUENTA CON UN SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE EMERGENCIA, UN CONTROL DE EMERGENCIA EN LA BASE DE LA MESA REDUCIRÍA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LA ZONA ESTÉRIL.	SE ACLARA QUE EN LA COLUMNA
TECNICA	5	PARTIDA 12. MESA QUIRÚRGICA MECÁNICO HIDRÁULICA. PUNTO 2.2.5	SE EN TIENDE QUE EN EL PUNTO 2.2.5 LOS MOVIMIENTOS A LOS QUE SE REFIEREN SON DESLIZAMIENTOS DE LA MESA SOBRE LA SUPERFICIE, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE AL DESLIZAMIENTO DEL TABLERO DE LA MESA.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	6	PARTIDA 12. MESA QUIRÚRGICA MECÁNICO HIDRÁULICA. PUNTO 2.3.2	SE SOLICITA QUE EN EL PUNTO 2.3.1 PERMITAN OFERTAR COLCHONES ELABORADOS DE MATERIAL ESPECÍFICO DE CADA FABRICANTE, PARA FOMENTAR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA.
TECNICA	7	PARTIDA 16. ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PUNTO 3.2.	DENTRO DE NUESTRA LITERATURA LA CINTA DE IMPRESIÓN VIENE COMO CARTUCHO DE IMPRESIÓN LO QUE CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN SOLICITADA EN BASES, POR LO QUE LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR CARTUCHO DE IMPRESIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TECNICA	8	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 3.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE VAPOR DE UNA PUERTA MANUAL ABATIBLE CON MECANISMOS DE OPERACIÓN RÁPIDA DE BAJO ESFUERZO QUE SOLO NECESITA UN MOVIMIENTO DE 30GRADOS ¿SE ACEPTA?	LA ESPECIFICACIÓN QUE SE REFIERE ES LA REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.
TECNICA	9	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 7.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE VAPOR CON DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE 660X953X1500 MM +/- 3%. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	10	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTOS 9, 15.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOMÁTICO CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR O BASADO EN PC. ¿SE ACEPTA?	LA ESPECIFICACIÓN QUE SE REFIERE ES LA REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.
TECNICA	11	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTOS 9, 15.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR, EL CUAL REALIZA UN CONTROL ADECUADO DEL ESTERILIZADOR SIN DAR LUGAR A FALLAS DURANTE EL PROCESO, DEBIDO A QUE CADA FABRICANTE CUENTA CON SUS PROPIAS TECNOLOGÍAS PARA REALIZAR EL DISEÑO DE ESTE TIPO DE EQUIPOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA ESPECIFICACIÓN QUE SE REFIERE ES LA REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.
TECNICA	12	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTOS 10, 13.1, 13.2.	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1 °C, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	13	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 16.	LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA SENSIBLE AL TACTO CON ÁREA DE VISUALIZACIÓN DE 30 LÍNEAS X 40 CARACTERES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LAS CARACTERÍSTICAS DE 30 LINEAS POR 40 CARACTERES NO SON REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES, POR LO QUE PARA TAL ESPECIFICACIÓN SE ACEPTARÁ LA PROPIA QUE CONLLEVE EL EQUIPO QUE OFERTE. LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO QUE NOS OCUPA SE DEBERÁN CUMPLIR.
TECNICA	14	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 16.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE VAPOR CON PANTALLA GRÁFICA SENSIBLE AL TACTO DE 30 LÍNEAS X 40 CARACTERES PARA DESPLIEGUE DE PARÁMETROS, PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN DE DATOS, AYUDA PARA PROGRAMACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ALARMAS. ¿SE ACEPTA?	LAS CARACTERÍSTICAS DE 30 LINEAS POR 40 CARACTERES NO SON REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES, POR LO QUE PARA TAL ESPECIFICACIÓN SE ACEPTARÁ LA PROPIA QUE CONLLEVE EL EQUIPO QUE OFERTE. LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO QUE NOS OCUPA SE DEBERÁN CUMPLIR.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	15	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 24.	CONSIDERAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE VACÍO POR BOMBA DE VACÍO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	LA ESPECIFICACIÓN QUE SE REFIERE ES LA REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.
TECNICA	16	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 21.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE VAPOR CON IMPRESORA DE IMPACTO DE TINTA INTEGRADA PARA IMPRESIÓN EN PAPEL CON ANCHO DE 57 MM PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR PARA ALMACENAR UN ROLLO COMPLETO DE PAPEL DE IMPRESIÓN. ¿SE ACEPTA?	LA ESPECIFICACIÓN QUE SE REFIERE ES LA REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.
TECNICA	17	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO INSTALACIÓN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL ESTERILIZADOR DE VAPOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACLARA QUE LA INSTALACIÓN SE ACEPTARÁ SEGÚN MARCA Y MODELO DE LA GUÍA MECANIA, TAL Y COMO SE SEÑALA EN LA FICHA TÉCNICA.
TECNICA	18	PARTIDA 21. GENERADOR DE VAPOR PARA ESTERILIZAR. PUNTO 7.	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS, LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR SALIDA DE VAPOR CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA
TECNICA	19	PARTIDA 21. GENERADOR DE VAPOR PARA ESTERILIZAR. PUNTO 10.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE SI EL LARGO SE REFIERE A LA ALTURA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
TECNICA	20	PARTIDA 21. GENERADOR DE VAPOR PARA ESTERILIZAR. PUNTO 17.1	PARTIDA 21. GENERADOR DE VAPOR PARA ESTERILIZAR. PUNTO 17.1	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA TODA VEZ QUE NO HACE ACLARACIÓN O PREGUNTA ALGUNA
TECNICA	21	PARTIDA 24. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 250 LITROS. PUNTOS 8, 10.1, 10.2.	PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1 °C, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	21	PARTIDA 24. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITROS. PUNTO GENERAL.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL ESTERILIZADOR DE VAPOR. FAVOR DE ACLARAR.	SE ACLARA QUE LA ALMIMENTACIÓN SERÁ SEGÚN MARCA Y MODELO DE LA GUÍA MECANICA
TECNICA	22	PARTIDA 12 MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA	ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS, SE REQUIERE UNA MESA QUIRÚRGICA ELECTRO HIDRÁULICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
TECNICA	23	PARTIDA 12 MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 1.2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UNA TOLERANCIA DE +/- 1 MM, YA QUE NO INTERFIERE EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TECNICA	24	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 1.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOVILIDAD ASEGURADA POR CUATRO RUEDAS CON CUATRO BLOQUEOS DE PISO ACTIVADOS HIDRÁULICAMENTE, CON DIÁMETRO PROPIOS DE CADA FABRICANTE, DADO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO Y ASÍ PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FUESE NECESARIO REFERENCIAR ESPECIFICAMENTE QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA.
TECNICA	25	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 1.5.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACERO INOXIDABLE, ¿SE ACEPTA?	LA ESPECIFICACIÓN QUE SE REFIERE ES LA REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA RESPECTIVA.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	26	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 1.6	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTRUCTURA DE LA BASE CON SECCIONES RADIOTRANSSPARENTES, EN EL ENTENDIDO QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRÁ OFERTARSE SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
TECNICA	27	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 2.1.3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUBIR Y BAJAR LAS PIERNERAS CON UN RANGO DE 10 A - 90°, ESTO PARA PROMOVER UNA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TECNICA	28	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 2.1.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PANEL DE MANDO AUXILIAR EN LA BASE, ESTO PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?	A LO QUE SE REFIERE NO ES ALGO QUE SE ESTÉ SOLICITANDO EN EL PUNTO RESPECTIVO, POR LO QUE NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA. POR LO TANTO NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	29	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 2.1.3	ENTENDEMOS QUE SOLICITAN UN BOTÓN DE BLOQUEO DE LAS RUEDAS Y UN BOTÓN DE DESBLOQUEO DE LAS RUEDAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	A LO QUE SE REFIERE NO ES ALGO QUE SE ESTÉ SOLICITANDO EN EL PUNTO RESPECTIVO, POR LO QUE NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA. POR LO TANTO NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	30	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 2.1.5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL, ESTO PARA PROMOVER UNA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	A LO QUE SE REFIERE NO ES ALGO QUE SE ESTÉ SOLICITANDO EN EL PUNTO RESPECTIVO, POR LO QUE NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU PREGUNTA. POR LO TANTO NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
TECNICA	31	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO 2.3.1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COLCHÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON PROPIEDADES PROPIAS DE CADA FABRICANTE, ESTO PARA PROMOVER UNA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	32	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UNA TOLERANCIA DEL +/- 10 VOLTS EN LA CORRIENTE ELÉCTRICA, ESTO PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	33	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO BATERÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALIMENTACIÓN DE 24 VOLTS CD Y QUE PERMITE DE 80 A 100 PROCEDIMIENTOS, QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO.
TECNICA	34	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO PROCEDENCIA INTERNACIONAL	ENTENDEMOS QUE DEBEMOS DE PRESENTAR AL MENOS UNO DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTARSE AL MENOS UNO DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS
TECNICA	35	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO GARANTÍA Y SERVICIO DENTRO DE LA GARANTÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIERE DE 2 AÑOS DE GARANTÍA. FAVOR DE ACLARAR.	SE REQUIERE DE 2 AÑOS DE GARANTÍA, POR LO QUE EN EL APARTADO DE SERVICIO DENTRO DE LA GARANTÍA DEBERÁ DECIR "DURANTE LOS PRIMEROS DOS AÑOS"
TECNICA	36	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO ACCESORIOS OPCIONALES	ENTENDEMOS QUE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SON OPCIONALES, POR LO QUE NO DEBERÁN DE COTIZARSE FORZOSAMENTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTOS ACCESORIOS SON OPCIONALES, SOLO ES PARA VERIFICA QUE EN UN FUTRO PODRÁN SER ADQUIRIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTEN LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.
TECNICA	37	MESA QUIRURGICA MECANICO HIDRAULICA PUNTO ACCESORIOS OPCIONALES	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIEREN. FAVOR DE ACLARAR.	LA RESPUESTA ANTERIOR FUE FAVORABLE

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TECNICA	38	PERTIDA LAVACOMODO ACCESORIOS OPCIONALES 20	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO ENTREGAR TODOS LOS ACCESORIOS OPCIONALES (GABINETES, SOPORTE PARA CÓMODOS Y SENSOR DE SEGURIDAD EN PUERTA) PARA ESTA PARTIDA, YA QUE ESTO ELEVARÍA EL COSTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO ES NECESARIO OFERTARLOS, SE ACEPTA CON O SIN ACCESORIOS OPCIONALES SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTEN LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.
TECNICA	39	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO 1.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS DEFINA SI EL EQUIPO DEBE SER ALIMENTADO POR VAPOR DIRECTO O SI ES NECESARIO UN EQUIPO AUTOGENERADO.	SE REQUIERE QUE SEA ALIMENTADO A VAPOR DIRECTO DE CUARTO MAQUINAS ASÍ COMO ENTRADA DE EQUIPO AUTOGENERADO.
TECNICA	40	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO ACCESORIOS	DERIVADO DE LA SOLICITUD DE UN EQUIPO CON VAPOR DIRECTO, CONSIDERAMOS QUE LA SOLICITUD DE UN GENERADOR DE VAPOR ES INNECESARIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE QUE SEA ALIMENTADO A VAPOR DIRECTO ASÍ COMO ENTRADA DE EQUIPO AUTOGENERADO.
TECNICA	41	PARTIDA 19. ESTERILIZADOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 958 LITROS. PUNTO ACCESORIOS	CONSIDERAMOS QUE UNA SELLADORA NO FORMA PARTE DEL EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ELIMINE DE LA SOLICITUD CUAL PODRÍA INCREMENTAR EL COSTO DEL BIEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN.
TECNICA	42	PARTIDA 24. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD DE 250 LITRO PUNTO ACCESORIOS	POR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO CONSIDERAMOS QUE NO ES NECESARIO UN CARRO DE CARGA Y TRANSPORTADOR ADEMÁS DE INCREMENTAR EL COSTO DEL MISMO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL A ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN

POLYLUBEX S.A. DE C.V.

Se recibió el día **7 de agosto del presente a las 12:14 horas** del licitante POLYLUBEX S.A. DE C.V. MANIFIESTO DE INTERES EN PARTICIPAR para el procedimiento licitación pública nacional electrónica no. SSM-LPN-021/2017, así como también presento ANEXO 17 FORMATO PARA PRESENTAR PREGUNTAS O SOLICITAR ACLARACIONES del procedimiento LA-902002994-E24-2018, omitiendo presentar MANIFIESTO DE INTERES EN PARTICIPAR del procedimiento LA-902002994-E24-2018, por lo que no será atendida su solicitud de aclaración y estará en calidad de observador, ya que solo presento su solicitud de aclaración, sin carta de interés en participar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del "Reglamento".

DHB BIOMED CONSULTANT GROUP SA DE CV

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	1	PARTIDA 7 PUNTO 1.3	DICE: TAMAÑO MÍNIMO DE 15" O MAYOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PERMITIENDO OFERTAR LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE CON LO ANTERIOR NOS REFERIMOS A UN TAMAÑO MÍNIMO DE 12" O MAYOR, LA CUAL NO LIMITA LAS FUNCIONES DEL EQUIPO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	2	PARTIDA 7 PUNTO 2.9	DICE: CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			LAS TECNOLOGÍAS PERMITIENDO OFERTAR PUERTOS DE CONEXIÓN RS-232, DE IMPRESORA, VIDEO Y USB. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICA	3	PARTIDA 7 PUNTO 2.1	DICE: TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE PUERTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITIENDO OFERTAR TECNOLOGÍAS QUE REALICEN EL INTERCAMBIO DE DATOS A TRAVÉS DEL PUERTO RS-232 (COM) O USB. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	4	PARTIDA 7 PUNTO 3.1	DICE: VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 3000 ML. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PERMITA OFERTAR RANGOS DE LÍMITE INFERIOR DE VOLUMEN CORRIENTE DE 2 ML O MENOR Y LÍMITE SUPERIOR DE 2500 ML O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA LIMITE INFERIOR DE 2 A 3000 ML
TÉCNICA	5	PARTIDA 7 PUNTO 3.2	DICE: FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 120 L/MIN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR LA CUAL CUBRE UN RANGO DE FLUJO INSPIRATORIO DE 0.4 A 150 L/MIN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES
TÉCNICA	6	PARTIDA 7 PUNTO 3.3	DICE: PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 CMH2O. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE CUBRE UN RANGO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 0 A 90 CMH2O. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES
TÉCNICA	7	PARTIDA 7 PUNTO 3.4	DICE: FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 3 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON FRECUENCIA RESPIRATORIA EN UN RANGO DE 1 A 150 RPM. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES
TÉCNICA	8	PARTIDA 7 PUNTO 3.5	DICE: TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.2 A 10 SEGUNDOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PERMITA OFERTAR RANGOS DE TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.15 A 5 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	9	PARTIDA 7 PUNTO 3.8	DICE: PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PERMITIENDO UNA TOLERANCIA DE ± 5 CMH2O CON LO ANTERIOR NOS REFERIMOS A UN RANGO DE 0 A 90 CMH2O. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	10	PARTIDA 7 PUNTO 3.13	DICE: MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO DE 0.2 A 15 L/MIN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR LA CUAL CUBRE UN RANGO DE MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO DE 0.1 A 20 L/MIN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES
TÉCNICA	11	PARTIDA 7 PUNTO 4.1	DICE: CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTETE DEL PACIENTE. DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE QUE EL EQUIPO PUEDA CONTAR CON MANIOBRAS, BOTONES O ALGÚN TIPO DE MECANISMO A BASE DE SOFTWARE, QUE PERMITA EVALUAR LAS CONDICIONES CLÍNICAS DEL PACIENTE PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DEL DESTETE. ¿ES ESTO CORRECTO?	EL PUNTO NO CORRESPONDE A ALGUN TIPO DE SOFTWARE. SIN EMBARGO NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN TODA VEZ QUE NO SE SOLICITA QUE EL EQUIPO CUENTE CON ESA CAPACIDAD A FUTURO.
TÉCNICA	12	PARTIDA 7 PUNTO 5.21	DICE: CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS CON TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 7 DÍAS Y DE INTEGRACIÓN DE MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO ALVEOLAR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROMUEVA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS CON TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE MÍNIMO 24 HORAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE 7 DÍAS
TÉCNICA	13	PARTIDA 7 PUNTO 3	DICE: BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA MARCA), CON 30 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SUMINISTRO DE ENERGÍA CON FUNCIONAMIENTO DE HASTA 6 HORAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y PERMITA OFERTAR BATERÍA INTERNA O INTERCONSTRUIDA CON 30 MINUTOS DE RESPALDO COMO	NO SE ACEPTA COMO TAL, PODRÁ OFERTAR 4 HORAS MÁS SIEMPRE Y CUANDO LLEGUE A LAS 6 HORAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES.

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			MÍNIMO, CON CAPACIDAD DE INTEGRAR SUMINISTRO DE ENERGÍA CON FUNCIONAMIENTO DE 4 HORAS O MÁS. ¿SE ACEPTA?	
TÉCNICA	14	PARTIDA 8 SIN REFERENCIA	DICE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO CON REVESTIMIENTOS DE EPOXYSE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EPOXY Y NO EN POLVO
TÉCNICA	15	PARTIDA 8 PUNTO 1.4	DICE: SUPERFICIE RÍGIDA CON CUATRO MÓDULOS INDEPENDIENTES Y DESMONTABLES REALIZADOS EN ABS. SUPERFICIE ÚTIL 100%.SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUPERFICIE RIGIDA CON CUATRO MODULOS INDEPENDIENTES FABRICADOS EN PLACAS DE ACERO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, ACLARAMOS QUE SE REQUIERE QUE LOS PANELES DE LA SUPERFICIE DE LA CAMA DEBEN SER EXTRAIBLES PARA SU DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA.
TÉCNICA	16	PARTIDA 8 PUNTO 1.5	DICE: EXTENSIÓN DE LECHO INTEGRADA (+20CM) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EXTENSIÓN DE CAMA DE CUANDO MENOS 10 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	17	PARTIDA 8 PUNTO 1.8	DICE: BOTÓN DE SEGURIDAD GO.ENTENDEMOS QUE ESTE BOTÓN SE REFIERE A UNO DE ACTIVACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CAMA, EL CUAL SE DESACTIVA CUANDO NO SE UTILIZA COMO PROTECCIÓN DEL PACIENTE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA
TÉCNICA	18	PARTIDA 8 PUNTO 2.1.2	DICE: CON AUTOCONTORNO O AUTOCONTOUR (11 CM RESPALDO / 7 CM PELVIS).SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AUTOCONTORNO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
TÉCNICA	19	PARTIDA 8 PUNTO 2.2	DICE: TRENDELENBURG DE 16°.SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRENDELENBURG DE CUANDO MENOS 12°. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	20	PARTIDA 8 PUNTO 2.3	DICE: TRENDELENBURG INVERSO DE 16°.SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TRENDELENBURG INVERSO DE CUANDO MENOS 12°. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	21	PARTIDA 8 PUNTO 2.4	DICE: INCLINACIÓN DE PLANO DE PIERNAS DE 0 – 45°.ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LA INCLINACION DE RODILLAS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA
TÉCNICA	22	PARTIDA 8 PUNTO 2.4	DICE: DE PLANO DE PIERNAS DE 0 – 45°.EN CASO DE SER POSITIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE INCLINACION DE 0 A 25º COMO MINIMO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	23	PARTIDA 8 PUNTO 2.5	DICE: Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRE EL RANGO DE 45 A 76.5 CM MEDIANTE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICOSOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA CON UNA VARIACION DE +/- 5 CM. SE ACEPTA?	SE ACEPTA LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS SOLICITANTES
TÉCNICA	24	PARTIDA 8 PUNTO 3.1	DICE: SUPERFICIE DEL PACIENTE 208 CM. DE LARGO X 87 CM. DE ANCHO O MAYOR.SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA SUPERFICIE DEL PACIENTE CON UNA VARIACION DE +/- 10 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	25	PARTIDA 8 PUNTO 3.4.1	DICE: POLIURETANO DE 13 CM DE ESPESORENTENDEMOS QUE OFERTAR UN ESPESOR MAYOR NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TÉCNICA	26	PARTIDA 8 PUNTO 3.4.3	DICE: CON MATERIAL TERMO ADAPTABLESOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE A QUE SE REFIERE EN ESTE PUNTO.	AL PEGAMENTO PARA SUJETARLO AL CONCHON
TÉCNICA	27	PARTIDA 8 PUNTO 5	DICE: SOPORTE ENROLLA-CABLEQUE SE REFIERE AL SOPORTE PARA ENROLLAR EL CABLE DE ALIMENTACION. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTA
TÉCNICA	28	PARTIDA 8 PUNTO 9	DICE: PORTA-ACCESORIOS BILATERAL.ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE REFIERE A LOS GANCHOS PARA BOLSAS DE DRENAJE Y ORINA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTO
TÉCNICA	29	PARTIA 13 PUNTO 1.1	DICE: CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR Y MOSTRAR EN FORMA SIMULTÁNEA EN PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, A COLOR Y DE AL MENOS 6.5", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA PANTALLA SENSIBLE AL TACTO SEA OPCIONAL, ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER EL COSTO DEL EQUIPO. SE ACEPTA? DOCE DERIVACIONES.	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	30	PARTIA 13 PUNTO 1.6.2	DICE: FILTRO MUSCLAR EN EL RANGO DE 5 A 140 HZ. ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A QUE EL PARAMETRO ESTE DENTRO DE ESE RANGO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	ES CORRECTO
TÉCNICA	31	PARTIA 13 PUNTO 1.11	DICE: INDICADOR DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL ADQUIRIDA MEDIANTE DIFERENTES COLORES DEL TRAZO.SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	32	PARTIA 13 PUNTO 1.12	DICE: SOFTWARE PARA LA DETECCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LATIGUILLOS.SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	33	PARTIA 13 PUNTO 1.13	DICE: MÓDULO INTERFAZ ENTRE EL PACIENTE Y EL EQUIPO, CONTROLADO MEDIANTE MICROPROCESADOR, CON BOTÓN PARA LA TOMA DEL ELECTROCARDIOGRAMASOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL Y DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	34	PARTIA 13 PUNTO 4.2	DICE: SELECCIÓN DE ENTRE AL MENOS 7 FORMATOS QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE, REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN MAPA CIRCULAR MULTIEJE.SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MINIMO DE 5 FORMATOS Y MEDICIONES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LO MENOS ES 7 FORMATOS.
TÉCNICA	35	PARTIA 15 PUNTO 1.2	DICE: VENTILADOR INTERCONSTRUIDO CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE VENTILAR AUTOMÁTICAMENTE CON AIRE AMBIENTAL EN CASO DE FALLO TOTAL DE GASES MEDICINALES (O2 O AIRE), CON DESACOPLO DE FLUJO DE GAS FRESCO QUE GARANTICE EL VOLUMEN CORRIENTE INDEPENDIEMENTE DEL FLUJO DE GAS FRESCO.SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OFERTADO COMO OPCIONAL, ESTO CON EL FIN DE NO ENCARECER EL COSTO DEL EQUIPO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	36	PARTIA 15 PUNTO 2.3	DICE: INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DEL AGENTE ANESTÉSICO, CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 360ML Y RELLENADO DE 260ML.SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD DE LLENADO Y RELLENADO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTO NO DELIMITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, PARA EFECTOS DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE PERMITIR CAMBIOS A LAS CARACTERISTICAS, ES NECESARIO SE INDIQUE PUNTUALMENTE LO PROPUESTO, Y NO DE FORMA GENERAL COMO PLANTEA SU ACLARACIÓN.
TÉCNICA	37	PARTIA 15 PUNTO 7	DICE: MEDICIÓN DE FÁRMACOS, CON FÁRMACOS PRECARGADOS Y AL MENOS 5 FÁRMACOS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, ESTE PUNTO SEA OPCIONAL. YA QUE NO ES UNA CARACTERÍSTICA PROPIA DEL EQUIPO Y NO ES INDISPENSABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ACEPTA?	NO SE REQUIERE MONITOR, ESTE PUNTO NO ES REQUERIDO
TÉCNICA	38	PARTIA 15 PUNTO 8	DICE: REGISTRADOR INTERCONSTRUIDO PARA IMPRESIÓN DE DATOS DE PACIENTE, MEDICIÓN Y FORMAS DE ONDASE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL CON EL FIN DE NO ENCARECER EL COSTO DEL EQUIPO. SE ACEPTA?	NO SE REQUIERE MONITOR, ESTE PUNTO NO ES REQUERIDO
TÉCNICA	39	PARTIA 15 PUNTO 5	DICE: ACCESORIOS UN CABLE TRONCAL, UN SENSOR TIPO DEDAL Y UN SENSOR MULTISITIO, AMBOS REUSABLES, PARA OXIMETRÍA DE PULSO.ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	NO SE REQUIERE MONITOR, ESTE PUNTO NO ES REQUERIDO
TÉCNICA	40	PARTIA 15 PUNTO 6	DICE: ACCESORIOS UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O DE SUPERFICIE) Y UN SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO O RECTAL.ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	NO SE REQUIERE MONITOR, ESTE PUNTO NO ES REQUERIDO
TÉCNICA	41	PARTIA 15 PUNTO 7	DICE: BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO, UNO ADULTO OBESO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES.ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	NO SE REQUIERE MONITOR, ESTE PUNTO NO ES REQUERIDO
TÉCNICA	42	PARTIA 15 PUNTO 8	DICE: UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS.ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR,	NO SE REQUIERE MONITOR, ESTE PUNTO NO ES REQUERIDO

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	
TÉCNICA	43	PARTIA 15 PUNTO 9	DICE: - PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE O 20 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES. ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TÉCNICA	44	PARTIA 15 PUNTO 10	DICE: PARA CO2 POR TÉCNICA SIDESTREAM: 12 TRAMPAS DE AGUA (EN CASO DE REQUERIRSE), 20 LÍNEAS DE MUESTRA. ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	ES CORRECTO
TÉCNICA	45	PARTIA 15 PUNTO 11	DICE: PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES. ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	ES CORRECTO
ADMINISTRATIVA	46	SIN REFERENCIA	PARA LAS PARTIDAS QUE SE SOLICITA GRABADO (ISESALUD 2018), ES NECESARIO QUE LAS MUESTRAS VAYAN GRABADAS?	ES CORRECTO, PUDIENDO PRESENTAR MUESTRA GRABADA CON NOMBRE DISTINTO.
TÉCNICA	47	SIN REFERENCIA	SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO ENTREGAR LAS MUESTRAS GRABADAS ISESALUD 2018?	NEGATIVO, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PRESENTAR MUESTRAS QUE NO ESTÉN GRABADAS.
TÉCNICA	48	PARTIDA NORMATIVA 4 15	DICE: MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2 - VERDE, AIRE - AMARILLO; PUDIENDO SE AIRE Y OXÍGENO O SÓLO OXÍGENO, SEGÚN MARCA Y MODELO. ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO COMO EQUIPO EXTRA, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO COMO TAL, SI BIEN NO SE SOLICITA COMO ACCESORIO UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO, SI SE REQUIERE LA CONEXIÓN DE OXIGENO Y AIRE, DEBIENDO CONTAR CON LAS MANGUERAS RESPECTIVAS, Y CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO RESPECTIVO.
TÉCNICA	49	PARTIDA NORMATIVA 5 15	DICE: REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO COMO EQUIPO EXTRA, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO COMO TAL. SI BIEN NO SE REQUIERE EN EL APARTADO NORMATIVO, SE REQUIERE COMO CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO EN EL PUNTO RESPECTIVO DE LA FICHA TÉCNICA.
TÉCNICA	50	PARTIDA NORMATIVA 6 15	DICE: DOS CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO COMO EQUIPO EXTRA, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO COMO TAL. SI BIEN NO SE REQUIERE EN EL APARTADO NORMATIVO, SE REQUIERE COMO CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO EN EL PUNTO RESPECTIVO DE LA FICHA TÉCNICA.
TÉCNICA	51	PARTIDA NORMATIVA 7 15	DICE: TRES MASCARILLAS REUSABLES O DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX DE TAMAÑOS GRANDE, MEDIANO Y CHICO, UNA DE CADA TAMAÑO, CON ARNÉS O SUJETADOR. ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO COMO EQUIPO EXTRA, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO COMO TAL. SI BIEN NO SE REQUIERE EN EL APARTADO NORMATIVO, SE REQUIERE COMO CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO EN EL PUNTO RESPECTIVO DE LA FICHA TÉCNICA.
TÉCNICA	52	PARTIDA NORMATIVA 8 15	DICE: DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICA. ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO COMO EQUIPO EXTRA, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO COMO TAL. SI BIEN NO SE REQUIERE EN EL APARTADO NORMATIVO, SE REQUIERE COMO CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO EN EL PUNTO RESPECTIVO DE LA FICHA TÉCNICA.
TÉCNICA	53	PARTIDA NORMATIVA 9 15	DICE: DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES NEONATALES O DIEZ DESECHABLES. ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO HAY UN ERROR, YA QUE CON EL EQUIPO NO SE SOLICITA	NO ES CORRECTO COMO TAL. SI BIEN NO SE REQUIERE EN EL APARTADO NORMATIVO, SE

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO COMO EQUIPO EXTRA, POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE PUNTO. ES CORRECTO?	REQUIERE COMO CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO EN EL PUNTO RESPECTIVO DE LA FICHA TÉCNICA.
TÉCNICA	54	PARTIDA 31 PUNTO 1	DICE: LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LUZ LED BLANCA, CON CABEZAL PEQUEÑO, Y UN RENDIMIENTO DE ILUMINACIÓN 3 VECES SUPERIOR A LA LUZ NORMAL, QUE GARANTIZA LA PRECISIÓN Y REPRODUCCIÓN FIEL DEL COLOR DE LOS TEJIDOS DURANTE LA EXPLORACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ILUMINACIÓN 50,000 LUXES Y CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA COMO TAL. SE ACEPTA OFERTAR 50,000 LUXES COMO OPCIÓN SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES EN LO QUE RESPECTA A LAS CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO REQUERIDO Y NO SE ACEPTA OFERTAR CADA TECNOLOGÍA EN FORMA GENÉRICA COMO LO ESTABLECE EL PARTICIPANTE.
TÉCNICA	55	PARTIDA 31 PUNTO 3	DICE: INTENSIDAD DE LA LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO 20,000 LUXES A 40 CM. Y 15000 LUXES A 50 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ILUMINACIÓN DE CUANDO MENOS 50,000 LUXES A UNA DISTANCIA FIJA DE CUANDO MENOS 40 CM. SE ACEPTA?	SE ACEPTA COMO OPCIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
TÉCNICA	56	PARTIDA 31 PUNTO 4	DICE: TEMPERATURA DE COLOR DE 5500 GRADOS KELVIN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE CUANDO MENOS 4,200 GRADOS KELVIN COMO MÍNIMO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	57	PARTIDA 31 PUNTO 7	DICE: TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL, LONGITUD DEL BRAZO SOBRE LA BASE MÓVIL 126 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LONGITUD DE CUANDO MENOS 90 CM, ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	58	PARTIDA 31 PUNTO 8	DICE: TAMAÑO DEL PUNTO DE LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO 10-25 CM. Y A 40 CM. Y UN SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO CON SENSOR DE PROXIMIDAD, SIN INTERRUPTOR, PARA EVITAR EL CONTACTO CON EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO, PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA DISTANCIA DE TRABAJO FIJA DE CUANDO MENOS 40 CM Y UN SISTEMA DE ENCENDIDO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	59	PARTIDA 31 PUNTO 2	DICE: DIMENSIONES GENERALES: ENTENDEMOS QUE OFERTAR DIMENSIONES SUPERIORES A LAS SOLICITADAS NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	EN TAL PARTIDA NO SE ESPECIFICAN DIMENSIONES DEL EQUIPO, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE DAR RESPUESTA A ESTA PREGUNTA
TÉCNICA	60	PARTIDA 32 PUNTO 3.1	DICE: DIMENSIONES DEL GABINETE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DEL GABINETE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES (MEDIDAS) REQUERIDAS
TÉCNICA	61	PARTIDA 32 PUNTO 3.2.1	DICE: FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE 19 X 19 MM (3/4" X 3/4") CALIBRE 18 Y CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 16, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO O ALQUIDALICA HORNEADA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BASE DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 18, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	62	PARTIDA 32 PUNTO 3.3.2	DICE: CON DIMENSIONES INTERIORES DE 55 CM DE FRENTE, 43 CM DE FONDO Y 12 CM DE ALTO +/- 1 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES CON UN RANGO DE VARIACION DE CUANDO MENOS +/-10 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	63	PARTIDA 32 PUNTO 4	DICE: CON TRESSECCIONES: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES DEL GABINETE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION	NO SE ACEPTA EN FORMA GENERAL, ES NECESARIO ESPECIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS A OFERTAR.
TÉCNICA	64	PARTIDA 32 PUNTO 4.3.4	DICE: CON CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO ANSI 304 CALIBRE 24 ACABADO PULIDO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CHAROLA DEL CALIBRE CORRESPONDIENTE A LA TECNOLOGÍA DE CADA	NO SE ACEPTA

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			FABRICANTE, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA?	
TÉCNICA	65	PARTIDA 32 PUNTO 5	DICE: COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 FIRME DE DENSIDAD DIVIDIDO EN DOS SECCIONES. FORRADO EN TELA VINÍLICA ANTIFLAMA Y ANTIBACTERIAL. FIJADO A LA MESA POR TIRAS AUTOADHERIBLES DE 20 CM DE LARGO POR 5 CM DE ANCHO, UNA DE LAS CARAS DE LA CINTA AUTOADHERIBLE DEBERÁ ESTAR COSIDA AL COJÍN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COLCHON DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	66	PARTIDA 32 PUNTO 6	DICE: ESCALÓN DESLIZABLE EN LÁMINA CALIBRE 10 CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE CON DIMENSIONES DE 52 X 27 X 9 CM +/- 1 CM. DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 180 KG SIN QUE SE LEVANTE EL LADO OPUESTO DE LA MESA. LA ALTURA DEL PISO A LA SUPERFICIE DEL ESCALÓN DEBERÁ SER DE 21 CM +/- 1 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ESCALON DE CALIBRE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA Y DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE, ASI COMO UNA ALTURA CON UNA VARIACION DE +/- 5 CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	67	PARTIDA 4 PUNTO 1.2.5	DICE: SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA DE 30 A 99% CON INCREMENTOS DEL 1%. ESTA OPCION UNICAMENTE PERTENECE A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TNS00, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE PERMITA OFERTAR DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE COMO PODRIA SER UN RANGO DE 40 A 95%	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	68	PARTIDA 4 PUNTO 1.2.5	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR Y DEMOSTRAR TAJANTEMENTE POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ESTA FAVORECIENDO AL PARTICIPANTE QUE OFERTARA LA MARCA DRAGER AL NO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DEMÁS EMPRESAS INTERESADAS EN OFERTAR LA CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CUÁL ES LA VENTAJA MEDICA QUE PRESENTA DICHA CARACTERÍSTICA Y NO MANEJAR LOS RANGOS LOS CUALES SE ESTABLECEN EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD	EN ESTA LICITACIÓN Y SOBRE EL EQUIPO QUE SE REFIERE NO SE FAVORECE A NIGUNA MARCA EN ESPECIFICO, Y SÍ SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLAS CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS. LOS RANGOS Y DEMÁS CARACTERISTICAS REQUERIDAS EN EL TAL EQUIPO PRESENTAN DIVERSAS VENTAJAS EN EL USO Y OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS COMO MAYOR RESISTENCIA, MAYOR RANGO DE DETECCIÓN DE HUMEDAD RELATIVA, MAYOR CARGA DE PESO, ENTRE OTRAS.
TÉCNICA	69	PARTIDA 4 PUNTO 1.2.6	DICE: CON LA CAPACIDAD DE CONTROLAR LA HUMEDAD EN UN MODO MANUAL Y UN MODO AUTOMÁTICO. ESTA OPCION UNICAMENTE PERTENECE A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TNS00, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE PERMITA OFERTAR DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE NOS PERMITA REFENCIAR QUE LA HUMEDAD ES CONTROLADA POR MEDIO DE UN SERVOCONTROL, SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	70	PARTIDA 4 PUNTO 1.2.6	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR Y DEMOSTRAR TAJANTEMENTE POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ESTA FAVORECIENDO AL PARTICIPANTE QUE OFERTARA LA MARCA DRAGER AL NO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DEMÁS EMPRESAS INTERESADAS EN OFERTAR LA CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CUÁL ES LA VENTAJA MEDICA QUE PRESENTA DICHA CARACTERÍSTICA Y NO MANEJAR LOS RANGOS LOS CUALES SE ESTABLECEN EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD	EN ESTA LICITACIÓN Y SOBRE EL EQUIPO QUE SE REFIERE NO SE FAVORECE A NIGUNA MARCA EN ESPECIFICO, Y SÍ SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLAS CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS. EL CONTOR CON CONTAR MANUAL Y

TIPO DE PREGUNTA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
				AUTOMATICO PERMITE IR ESCALANDO PASO A PASO LA HUMEDAD Y TENER MAYOR TRASABILIDAD.
TÉCNICA	71	PARTIDA 4 PUNTO 1.3.4	DICE: CON MODO DE PRECALENTAMIENTO SIN QUE SE ACTIVEN LAS ALARMAS DIVIDIDO EN TRES FASES: *3 MINUTOS AL 100% DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR RADIANTE *11 MINUTOS Y 30 SEGUNDOS AL 60% DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR *POR ÚLTIMO SE QUEDA AL 30% LA POTENCIA DEL CALEFACTOR HASTA QUE EL USUARIO AJUSTE UN VALOR. ESTOS RANGOS Y TIEMPOS TAN EXACTOS ÚNICAMENTE PERTENECEN A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TN500, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA OFERTAR RANGOS Y TIEMPOS DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.	NO SE ACEPTA, POR FAVOR APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	72	PARTIDA 4 PUNTO 1.3.4	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR Y DEMOSTRAR TAJANTEMENTE POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ESTA FAVORECIENDO AL PARTICIPANTE QUE OFERTARA LA MARCA DRAGER AL NO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DEMÁS EMPRESAS INTERESADAS EN OFERTAR LA CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CUÁL ES LA VENTAJA MEDICA QUE PRESENTA DICHA CARACTERÍSTICA Y NO MANEJAR LOS RANGOS LOS CUALES SE ESTABLECEN EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD	EN ESTA LICITACIÓN Y SOBRE EL EQUIPO QUE SE REFIERE NO SE FAVORECE A NINGUNA MARCA EN ESPECIFICO, Y SÍ SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLAS CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS. EL CONTAR CON LOS TRES RANGOS DE CALOR PERMITE IR DISMINUYENDO GRADUALMENTE LA TEMPARATURA Y NO EN FORMA RADICAL EN BENEFICIO DEL PACIENTE
TÉCNICA	73	PARTIDA 4 PUNTO 1.4	DICE: QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE DAR UNA TRANSICIÓN DE INCUBADORA A CUNA DE CALOR RADIANTE Y VICEVERSA, DE FORMA MANUAL.PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE Y SE NOS PERMITA REFERENCIARLO DE MANERA AUTOMATICA PRESIONANDO UN BOTON DE MEMBRANA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN
TÉCNICA	74	PARTIDA 4 PUNTO 1.4	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR Y DEMOSTRAR TAJANTEMENTE POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ESTA FAVORECIENDO AL PARTICIPANTE QUE OFERTARA LA MARCA DRAGER AL NO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DEMÁS EMPRESAS INTERESADAS EN OFERTAR LA CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CUÁL ES LA VENTAJA MEDICA QUE PRESENTA DICHA CARACTERÍSTICA Y NO MANEJAR LOS RANGOS LOS CUALES SE ESTABLECEN EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD DONDE DICE QUE PUEDE SER MEDIANTE CONTROL O MANUAL NO SOLAMENTE MANUAL	EN ESTA LICITACIÓN Y SOBRE EL EQUIPO QUE SE REFIERE NO SE FAVORECE A NINGUNA MARCA EN ESPECIFICO, Y SÍ SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLAS CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS. EL ESTAR REQUIRIENDO UN CONTROL MANUAL ES PARA EL HECHO DE CONTAR CON UN CONTROL EXTRICTAMENTE DE SEGURIDAD DE PACIENTE, TAL QUE A CADA CUADRO DE CAMBIO (MOVIMIENTO MANUAL) SE TENDRA EL CONTROL DE MOVIMIENTO Y SE PODRA TOMAR UNA DECISION DE CAMBIO (POKAYOKE MANUAL) Y ASI PARA EL AREA OPERATIVA NO DUDARA EN REALIZAR ESTE CAMBIO, CADA VEZ QUE SE REQUIERA LA OPERATIVIDAD.
TÉCNICA	75	PARTIDA 4 PUNTO 2.1.8	DICE: DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS HASTA POR 7 DÍAS, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROSPARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE Y SE NOS PERMITA REFERENCIARLO CON TENDENCIAS HASTA 24 HRS	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
TÉCNICA	76	PARTIDA 4 PUNTO 2.1.8	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR Y DEMOSTRAR TAJANTEMENTE POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ESTÁ FAVORECIENDO AL PARTICIPANTE QUE OFERTARA LA MARCA DRAGER AL NO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DEMÁS EMPRESAS INTERESADAS EN OFERTAR LA CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CUÁL ES LA VENTAJA MEDICA QUE PRESENTA DICHA CARACTERÍSTICA Y NO MANEJAR LOS RANGOS LOS CUALES SE ESTABLECEN EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD DONDE DICE QUE SOLICITA ÚNICAMENTE 24 HRS DE TENDENCIAS	EN ESTA LICITACIÓN Y SOBRE EL EQUIPO QUE SE REFIERE NO SE FAVORECE A NIGUNA MARCA EN ESPECIFICO, Y SÍ SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLAS CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS. EL ESTAR REQUIRIENDO TENDENCIAS POR TAL LAPSO, DEVIENDE A QUE ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN AREA COMO UCIN DONDE PACIENTE SE ENCUENTRAS POR MAS DE 7 DIAS Y HAY QUE REVISAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PARAMETROS DE CONTROL DE LOS PACIENTES QUE ESTAN EN ESTA AREA Y SON REQUERIDOS POR LOS NEONATOLOGOS
TÉCNICA	77	PARTIDA 4 PUNTO 2.3.3	DICE: MODO CANGURO ESTE TIPO DE MODO ÚNICAMENTE PERTENECE A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TN500, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA NO REFERENCIAR DICHO PUNTO YA QUE ESTARIA DESCALIFICANDO AUTOMÁTICAMENTE A TODOS LOS DEMÁS PARTICIPANTES QUE TENGAN LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR, FAVORECIENDO EN SU TOTALIDAD Y TAJANTEMENTE AL PARTICIPANTE QUE OFERTE LA MARCA DRAGER Y MAS AUN QUE DICHO MODO NO APARECE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD	NO SE ACEPTA. PARA EFECTOS DE ANALIZAR LA VIABILIDAD DE SU PROPUESTA SERÍA NECESARIO REFERENCIAR EL MODO QUE PRESENTA CADA PROVEEDOR PARA DE ENCUBADORA PARA ANÁLISIS Y NO EN FORMA GENÉRICA COMO LO ESTABLECE. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS NO OBECCEN A NIGUNA MARCA EN ESPECÍFICO
TÉCNICA	78	PARTIDA 4 PUNTO 4.1	DICE: LCD DE TECNOLOGÍA TÁCTIL A COLOR DE 10.4 PULGADAS COMO MÍNIMO.PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE Y SE NOS PERMITA REFERENCIARLO DE MANERA PANTALLA DE 8.5 PULGADAS	NO SE ACEPTA, LA PTANTALLA SE REQUIERE DE CUANDO MENOS 10.4"
TÉCNICA	79	PARTIDA 4 PUNTO 4.1	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR Y DEMOSTRAR TAJANTEMENTE POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE SE ESTÁ FAVORECIENDO AL PARTICIPANTE QUE OFERTARA LA MARCA DRAGER AL NO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DEMÁS EMPRESAS INTERESADAS EN OFERTAR LA CUNA DE CALOR RADIANTE/INCUBADORA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CUÁL ES LA VENTAJA MEDICA QUE PRESENTA DICHA CARACTERÍSTICA Y NO MANEJAR LOS RANGOS LOS CUALES SE ESTABLECEN EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD DONDE DICE QUE SOLICITA ÚNICAMENTE PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE	EN ESTA LICITACIÓN Y SOBRE EL EQUIPO QUE SE REFIERE NO SE FAVORECE A NIGUNA MARCA EN ESPECIFICO, Y SÍ SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLAS CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS. EL REQUERIR LA PANTALLA DE 10.4 PLGS OBEDECE A QUE UNA PANTALLA INFERIROR ES COMPLICADO VER LOS PARAMETROS DE CONTROL DE LOS PACIENTES NEONATOS, UNA PANTALLA PEQUEÑA COMPLICA OBSERVAR LAS TENDENCIAS QUE SE PRESENTAN
TÉCNICA	80	PARTIDA 4 PUNTO 4.2	DICE: ACCESO AL MENÚ DE LA PANTALLA A TRAVÉS DE PERILLA GIRATORIA.PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE Y SE NOS PERMITA REFERENCIARLO DE MANERA ACCESO AL MENU A TRAVES DE LA PANTALLA TACTIL	NO SE ACEPTA , FAVOR DE APEGARSE A BASES DE LICITACION
TÉCNICA	81	PARTIDA 4 PUNTO 5.15	DICE: NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 40 DB (A).ESTE TIPO DE RANGO ÚNICAMENTE PERTENECE A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TN500, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR	NO SE ACEPTA. CABE SEÑALAR QUE EL RANGO DE DB REQUERIDO NO OBEDECE A NIGUNA MARCA EN ESPECIFICO

TIPO DE PREGUNTA TECNICA/ADMINISTRATIVA	PREG. NUM.	PUNTO DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA SERA LLENADA POR EL ÁREA TÉCNICA
			LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA REFERENCIAR DICHO PUNTO CON LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE YA QUE ESTARIA DESCALIFICANDO AUTOMÁTICAMENTE A TODOS LOS DEMÁS PARTICIPANTES QUE TENGAN LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR, FAVORECIENDO EN SU TOTALIDAD Y TAJANTEMENTE AL PARTICIPANTE QUE OFERTE LA MARCA DRAGER Y MAS AUN QUE DICHO MODO NO APARECE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 41 DB O MENOR	Y CUALQUIERA QUE LO CUMPLA ES LIBRE DE PARTICIPAR.
TÉCNICA	82	PARTIDA 4 PUNTO 8	DICE: MODO LIMPIEZAESTE TIPO DE MODO ÚNICAMENTE PERTENECE A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TN500, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA NO REFERENCIAR DICHO PUNTO YA QUE ESTARIA DESCALIFICANDO AUTOMÁTICAMENTE A TODOS LOS DEMÁS PARTICIPANTES QUE TENGAN LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR, FAVORECIENDO EN SU TOTALIDAD Y TAJANTEMENTE AL PARTICIPANTE QUE OFERTE LA MARCA DRAGER Y MAS AUN QUE DICHO MODO NO APARECE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD	NO SE ACEPTA. CABE SEÑALAR QUE FUESE NECESARIO REFERENCIAR QUE MODO DE LIMPIEZA EN FORMA QUE SE OFERTA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ANALIZAR SU VIABILIDAD. POR LO QUE EN FORMA GENÉRICA COMO PLANTEA NO ES POSIBLE ACEPTAR SU PROPUESTA
TÉCNICA	83	PARTIDA 4 PUNTO 9	DICE: REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS DE AUDIO DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE, DESDE UN REPRODUCTOR MP3 EXTERNO O DESDE UN TELÉFONO MÓVIL, LIMITADO A 55 DBA.ESTE TIPO DE MODO ÚNICAMENTE PERTENECE A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TN500, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA NO REFERENCIAR DICHO PUNTO YA QUE ESTARIA DESCALIFICANDO AUTOMÁTICAMENTE A TODOS LOS DEMÁS PARTICIPANTES QUE TENGAN LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR, FAVORECIENDO EN SU TOTALIDAD Y TAJANTEMENTE AL PARTICIPANTE QUE OFERTE LA MARCA DRAGER Y MAS AUN QUE DICHO MODO NO APARECE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD	NO SE ACEPTA NO REFERENCIA EL PUNTO DE LAS BASES A QUE SE REFIERE, YA QUE ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CUENTE CON TALES CARACTERISTICAS.
TÉCNICA	84	PARTIDA ACCESORIOS 1 4	DICE: LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE TECNOLOGÍA LED AZUL QUE CUENTE CON UNA LONGITUD DE ONDA DE IRRADIACIÓN ENTRE 460 Y 490 NANÓMETROS INTEGRADA AL EQUIPO (NO RODABLE), CON LUCES BLANCAS PARA REALIZAR LA OBSERVACIÓN DEL PACIENTE.ESTA OPCION UNICAMENTE PERTENECE A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TN500, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE PERMITA OFERTAR DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE 450-475 NANOMETROS LAPARA DE FOTOTERAPIA SPOT TYPE	NO SE ACEPTA , SE REQUIERE EL RANGO ESTABLECIDO Y NO UN RANGO MENOR COMO EL QUE OFERTA
TÉCNICA	85	PARTIDA ACCESORIOS 1 4	DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIORESTE TIPO DE MODO ÚNICAMENTE PERTENECE A LA INCUWARMER DRAGER BABYLEO TN500, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA NO REFERENCIAR DICHO PUNTO YA QUE ESTARIA DESCALIFICANDO AUTOMÁTICAMENTE A TODOS LOS DEMÁS PARTICIPANTES QUE TENGAN LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR, FAVORECIENDO EN SU TOTALIDAD Y TAJANTEMENTE AL PARTICIPANTE QUE OFERTE LA MARCA DRAGER Y MAS AUN QUE DICHO MODO NO APARECE EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ESTABLECE CENETEC-SALUD	NO SE ACEPTA. ES NECESARIO REFERENCIA Y QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS CARACTERISTICAS QUE MENCIONA, POR LO QUE NO ES POSIBLE OMITIR TAL PUNTO. CABE SEÑALAR QUE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS NO OBEDECEN A NINGUNA MARCA EN ESPECÍFICO.

Una vez respondidos los cuestionarios de los licitantes, se hace del conocimiento de los presentes que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se celebrará el día **24 de agosto de 2018, a las 14:00 horas**, en la Sala Audiovisual del Poder Ejecutivo de Baja California, ubicada en el Poder Ejecutivo de Baja California, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico en la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora

no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **13:15 horas del día 17 de agosto de 2018**, la cual es la segunda Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Internacional No. **LA-902002994-E24-2018**.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

"LA CONVOCANTE"



GRECIA PATRICIA TAMAYO TAMAYO

Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la
Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno


"AREA REQUIRENTE"



ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA

En Representación del Instituto de Servicios de Salud
Pública del Estado de Baja California

"REPRESENTANTE"



CARLOS FIGUEROA ABOYTIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

"REPRESENTANTE"



BALTAZAR HERNANDEZ PERDOMO

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

"CONTRALORIA"



BEATRIZ GÓMEZ CRUZ

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

"REPRESENTANTE"






DENISSE GONZÁLEZ GÓMEZ

Dirección de Adquisiciones de
Oficialía Mayor de Gobierno



LICITANTES:

LICITANTE (EMPRESA)	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Viusis NOE, S.A. de C.V.	Yazmin Edith Juárez Yepiz	
DEMIM S.A. de C.V.	Kevin Valb Ruz	
Inbormed	Armando Serran	

C

f *R* *W* *N*