

---

**LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. OM-CESPM-188-2022**  
**“SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS Y CRISTALERÍA DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI”**

Acta circunstanciada en la que se hace constar el acto de Junta de Aclaraciones celebrado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en la Licitación Pública Regional Número **OM-CESPM-188-2022**, correspondiente a la **“SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS Y CRISTALERÍA DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI”**.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las **9:09 horas del día 4 de noviembre de 2022**, fecha señalada en el acta de diferimiento de junta de aclaraciones de fecha 26 de octubre de 2022 para que tenga verificativo el acto de junta de aclaraciones, en las oficinas que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, en el domicilio ubicado en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo, Calzada Independencia #994 en el Centro Cívico de esta Ciudad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California (en adelante “La Ley de Adquisiciones”) y 32 de su Reglamento; de acuerdo a lo asentado en el numeral **5** y **8.1** de las bases de licitación; el **C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX** en su calidad de Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, preside el acto en suplencia de la titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, según lo dispuesto en el inciso C) del último párrafo del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones; y previo pase de lista de asistencia verifica que se cuenta con quórum legal por parte de los integrantes del Comité cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce del presente documento y de los cuales en su caso, se cuenta con oficios de designación, mismos que se encuentran a disposición de los licitantes para su consulta, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el domicilio señalado en el proemio de la presente acta.

En uso de la voz el **C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX**, comunicó a los presentes que se publicó la Convocatoria número **OM-CESPM-188-2022** en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación Estatal y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Estado de Baja California (ComprasBC), el día 21 de octubre de 2022, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los interesados las bases que rigen el procedimiento a efecto de que se impusieran de su contenido y en su caso

participaran en el procedimiento en términos de lo ordenado por la Ley de Adquisiciones.

A continuación, se hace constar que se recibió en tiempo y forma un cuestionario por parte de un licitante, por lo que, con fundamento en el artículo 30 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, al que se le da respuesta de la siguiente manera:

**LICITANTE: QUÍMICA INDUSTRIAL Y ANALÍTICA S.A. DE C.V.**

**PARTIDA 1:**

**Concepto 10**

El catalogo de spectrum que solicitan requiere flete exclusivo para unico producto de esta marca. ¿Se puede sustituir por el de marca fisher catalogo 03-570C mismo que ofrece mismas características? ;se anexa link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-flexible-handle-brushes-3/03570C?searchHijack=true&searchTerm=03-570C+&searchType=RAPID&matchedCatNo=03-570C>

10	Cepillo para matraces de cerda natural de mango color blanco de largo 43 cm de diámetro de 4.4 cm, catalogo SPECTRUM 140-23914	paq/12 pzs
----	--	---------------

**RESPUESTA.- Se acepta marca similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**Concepto 12**

Sobre el catalogo 89038-040, se puede ofrecer catalogo FB969A de fisher brand?, ;se anexa lik!

<https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-porcelain-gooch-filtering-crucibles-2/FB969A#?keyword=FB969A>

12	Crisoles de porcelana, capacidad de 25 mL diámetro 36mm (1 13/32"), Gooch Crucible No. de CATÁLOGO VWR 89038-040	pk/6pza
----	--	---------

**RESPUESTA.- Se acepta marca similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**Concepto 18**

Respecto al catalogo 80080-888 de VWR, se puede ofrecer catalogo 22-032080 fisher del fabricante: Decon™ APP100, ;se anexa lik!

<https://www.fishersci.com/shop/products/odorgone-autoclave-deodorizer-4/22032080?searchHijack=true&searchTerm=22-032080&searchType=RAPID&matchedCatNo=22-032080>

18	Frasco de perlas de eliminación de olores marca VWR número de catálogo: 80080-888 olor manzana	Pieza
----	--	-------

**RESPUESTA.- Se acepta marca similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitación.**

### Concepto 25

Esta lampara ha sido descontinuada con nuestros proveedores, no tenemos manera de conseguirla con el fabricante, ni con otro distribuidor, podemos omitirla de nuestra propuesta?

25	Lampara Coast A15 330 Lumen stainless steel led flashligh	Pieza
----	---	-------

**RESPUESTA.- No se puede omitir, se podra sustituir por marca similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitación.**

### Concepto 27

Referente al catalogo 62996-531 de VWR que solicitan en este concepto, se ofrece catalogo 14-178-2CC de la marca Fisherbrand, ¡se anexa link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-natural-rubber-latex-tubing-50-ft-15-2m-reel/141782CC?searchHijack=true&searchTerm=14-178-2CC+&searchType=RAPID&matchedCatNo=14-178-2CC>

27	Manguera de Latex de 1/4 x 1/2 pulg con grosor de pared 1/8 pulg de CAT. VWR 62996-531	caja/50pies
----	--	-------------

**RESPUESTA.- Se acepta marca similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitación.**

### Concepto 28

El catalogo 60985-542 que ponen en el concepto mencionado, no existe, podrían ver si es el 60985-534, de ser así, ¿se puede ofrecer el catalogo 14-178-2CC de Fisher?, ¡se anexa link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-natural-rubber-latex-tubing-50-ft-15-2m-reel/141782CC?searchHijack=true&searchTerm=14-178-2CC+&searchType=RAPID&matchedCatNo=14-178-2CC+>

28	Manguera de Vinil 3/8 x 9/16 pulg grosor de manguera de pared 3/32 pulg VWR 60985-542 caja con 50 pies	caja/50pies
----	--	-------------

**RESPUESTA.- En el concepto numero 28 se puede ofrecer el catalogo 14-178-2CC Fisher o similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitación.**

### Concepto 38



El catalogo 10546-024 es de la marca VWR, el catalogo 27101-0107 no existe en la marca pyrex, podrían verificar el catalogo 710110 de Pyrex y confirmar que sea el correcto, de ser así, ¿se puede ofrecer el catalogo 13-650-3L de Fisher?, ¿se anexa link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/reusable-class-a-volumetric-pipets/136503L?searchHijack=true&searchTerm=13-650-3L&searchType=RAPID&matchedCatNo=13-650-3L>

38	Pipeta volumétrica de vidrio clase A con certificado de 10 ml, tolerancia $\pm 0.02$ ml, longitud: 429 mm, certificado de precisión de graduación con trazabilidad a NIST, conforme especificación ASTM E542, E969 y E1273, Marca PYREX, 27101-0107. VWR: 10546-024	Case/12
----	---	---------

**RESPUESTA.- El concepto numero 38 podra presentar catalogo 13-650-3L Fisher o similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**Concepto 39**

El catalogo 10546-030 es de VWR, el catalogo 27101-0107 no existe en la marca pyrex, podrían verificar el catalogo 710125 de Pyrex y confirmar que sea el correcto, de ser así, se puede ofrecer el catalogo 13-650-3P de Fisher?, ¿se anexa link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/reusable-class-a-volumetric-pipets/136503P?searchHijack=true&searchTerm=13-650-3P&searchType=RAPID&matchedCatNo=13-650-3P>

39	Pipeta volumétrica de vidrio clase A con certificado de 25 ml, tolerancia $\pm 0.03$ ml, longitud: 521 mm, certificado de presección de graduación con trazabilidad a NIST, conforme especificación ASTM E542, E969 y E1273, Marca PYREX, 27101-0259, VWR: 10546-030	Case/12
----	--	---------

**RESPUESTA.- Se acepta marca similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**Concepto 47**

Referente al catálogo 89090-610 que ponen en este concepto es de VWR Canadá, verificar si el correcto es el 3044100 de Pyrex, catalogo 08-562-10B de fisher, se anexa link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/pyrex-class-b-lifetime-red-cylinders-single-metric-scale-double-pour-out-2/0856210B?crossRef=89090-610&searchHijack=true&searchTerm=89090-610&searchType=RAPID&matchedCatNo=89090-610>

47	Probeta graduada Pryrex Lifetime Red de 100 mL de capacidad con doble escala y forma baja, con intervalos de 2 mL, numero de parte 89090-610,	Pieza
----	---	-------

b  
7.  
c  
p.



**RESPUESTA.- El concepto numero 47 podra presentar Marca Blaubrand CAT. 10218-742 o similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**Concepto 57**

Respecto al catalogo 37000-418, ¿se puede ofrecer el catalogo 06-664-33 de Fisherbrand?, ¿se anexa link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-digital-thermometers-stainless-steel-stem-0-25-in-lcd-screen-protective-guard-8/0666433?crossRef=37000-418&searchHijack=true&searchTerm=37000-418&searchType=RAPID&matchedCatNo=37000-418>

57	Termómetro de bolsillo con punta de acero inoxidable y construido de plástico con exactitud de $\pm 0.4$ °C, catálogo VWR 3700-418	Pieza
----	--	-------

**RESPUESTA.- Se acepta marca similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**Concepto 65**

Referente al catalogo 62344-641, ¿se puede ofrecer el catalogo 14-649-17 de la marca fisherbrand?, ¿se anexa link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-traceable-four-channel-countdown-alarm-timer-stopwatches-1/1464917?searchHijack=true&searchTerm=14-649-17&searchType=RAPID&matchedCatNo=14-649-17>

65	VWR Traceable four channel alarm timer whit clock, número de parte 62344-641, catálogo VWR	Pieza
----	--	-------

**RESPUESTA.- Se acepta marca similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**PARTIDA 3:**

**Concepto 59**

Este producto cambio sus presentaciones, podemos ofrecer 1 unidad de 100 ml, o 1 paquete de 10 piezas de 100 ml?, adjunto link!

<https://www.fishersci.com/shop/products/remel-egg-yolk-tellurite-100/p-4522711>

59	solución Yema de Huevo con Telurio Thermo Scientific R450332 de 10 ml	Pak/10
----	---	--------

**RESPUESTA.- El concepto numero 59 podra presentar como 1 Unidad de 100 ML.**

**Concepto 66**

Este producto cuenta con restricciones para su importacion, podemos omitirlo de nuestra oferta?

*Handwritten notes in blue ink:*  
b  
7.  
C  
g

66	Tubos de Medio Tioglicolato 7ml para sistemas anaerobios THIO Cat. Fiser NC0174636, con fecha de caducidad mayor a 1 año despues de la fecha de entrega	caja/ 10 tubos
----	---	----------------------

**RESPUESTA.- El concepto numero 66 debera ser Medio tioglicolato para sistemas anarobios frasco de 500g catalogo BD BBL 211716 con fecha de caducidad mayor a 12 meses/similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**Partida 5:**

**Concepto 8**

Este concepto se encuentra discontinuado, cuentan con algun otro modelo que cumpla sus expectativas, para sustituirlo en nuestra propuesta?

8	Colorímetro portátil marca HACH, modelo POCKET II	Pieza
---	---	-------

**RESPUESTA.- El concepto numero 8 debera presentar como DR300 de HACH o similar siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en bases de licitacion.**

**Respecto a las hojas tecnicas de todos los conceptos, ¿se pueden enviar en un USB, en lugar de llevarlas impresas??**

**RESPUESTA.- Se deberán presentar impresas y firmadas por el representante y se podrán acompañar como anexo en USB.**

**Considerando que se nos pasara verificar algun producto, en que nos podemos basar?, en la descripcion o en el numero de catalogo que ponen?**

**RESPUESTA.- Por el número de catálogo.**

A continuación, con la intención de conceder el uso de la voz a los licitantes que pudieran encontrarse presentes a efecto de que formulen los cuestionamientos que consideren pertinentes sobre el contenido de las bases de licitación se pregunta si entre los presentes se encuentra algún licitante, haciéndose constar que al presente acto no asistió ningún licitante.





En virtud de lo anterior, se cita a los presentes para el día **10 de noviembre de 2022 a las 14:30 horas** para llevar a cabo el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones primera etapa** en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio de Poder Ejecutivo, por lo que se cita a los integrantes del Comité para dicho acto, sirva la presente como notificación para los licitantes participantes en este procedimiento.

Se hace saber a los licitantes que el presente acto puede ser impugnado en términos de las disposiciones del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

No habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente a las 9:19 horas de la fecha de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Notifíquese en términos de lo ordenado por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California para que se surtan los efectos legales que le son inherentes.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

<p style="text-align: center;">PRESIDENTE</p>  <p style="text-align: center;"><b>C. LINO FERNANDO LIMÓN FÉLIX</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVITACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO EN SUPLENCIA DEL OFICIAL MAYOR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL AREA REQUIRENTE</p>  <p style="text-align: center;"><b>C. YANETT VERDUZCO HERNÁNDEZ</b> EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>
<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p style="text-align: center;"><b>C. NATALY NUÑEZ VALENCIA</b> ASISTENTE EJECUTIVO EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>	<p style="text-align: center;">VOCAL</p>  <p style="text-align: center;"><b>C. CARLOS FIGUEROA ABOYTIA</b> AUXILIAR DE SERVICIOS EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA</p>



**ÓRGANO INTERNO**

**C. ANA CRISTINA NÁJERA GIN**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA CESPM, EN REPRESENTACION DEL  
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA  
HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA  
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I,  
APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ  
UNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

**ASESOR**

**C. ABRAHAM VALENTE CASTRO RUBIO**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE  
PROCESOS DE LA CESPM  
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I,  
APARTADO DE LOS INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ  
UNICAMENTE, DEL ARTÍCULO 13 DE REGLAMENTO DE LA LEY  
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA







**Se hace constar que no hay licitantes en el presente acto.**

*bc*  
*y*

**LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL No. OM-CESPM-188-2022**  
**"SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS Y CRISTALERÍA DE LABORATORIO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI"**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

**Lista de Asistencia de Integrantes del Comité**

	Nombre completo	Adscripción	Firma
1	Lino Fernando Limón Félix	Jefe de Invitaciones y Licitaciones OM	
2	Marta Juárez Valencia	Asistente Ejecutivo Inst.	
3	Carlos Figueroa Aboytis	Aux de servicios OM	
4	Ana Cristina Nájera Gin	TIT OIC CESPM	
5	Yanett Verdozco Hernandez	Vocal CESPM	
6	Abraham Valente Castro Rubio	Asesor CESPM	
7			
8			
9			

4 de noviembre de 2022

9:00 HORAS

FDA-7.4.1-03-00